



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 9/2025/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPM NPL**

Para: **SUPEL-UPSILON**

Processo n.º: 0036.006063/2023-67

Assunto: **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO**

Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando os **Despachos SUPEL-UPSILON (0058063985),(0058089276)** o qual solicitou a esta Setorial para realizar a análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 90487/2024/SUPEL/UPSILON /RO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, por meio do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emitiu o seguinte **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO**:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS:**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0036.038469/2024-90							
COORDENADORIA DA GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-295/2021/SUPEL/UPSILON/RO - LUVAS E EPIs.							
Objetivo: Análise técnica dos produtos/contratação ofertados pelas empresas licitantes para não haver compras com futuras entregas em desacordo com o solicitado no Instrumento Convocatório (Edital).							
Método: Análise comparativa ao descritivo solicitado, por meio do Instrumento Convocatório (Edital), e de registro, nos órgãos competentes, dos produtos ofertados pelas empresas licitantes, em relação às especificações técnicas, por meio de consulta eletrônica, fólder, prospectos e catálogo do fabricante.							
ITEM	DESCRITIVO	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA LICITANTE	MARCA /CÓDIGO	ANVISA E/OU CA	PARECER	JUSTIFICATIVA

	ID: 5948 - LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, Nº 6.5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	FL SHELF REPRESENTANTES	80256170022	TARGA	APTA	<i>não foi informado catálogo da marca oferecida, em pesquisa ao registro da anvisa verificou-se que o produto atende ao solicitado.</i>
7							

	ID: 1164 - LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, Nº 7.0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	FL SHELF REPRESENTANTES	80256170022	TARGA	APTA	<i>não foi informado catálogo da marca oferecida, em pesquisa ao registro da anvisa verificou-se que o produto atende ao solicitado.</i>
8							

	ID: 1165 - LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, Nº 7.5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	FL SHELF REPRESENTANTES	80256170022	TARGA	APTA	<i>não foi informado catálogo da marca oferenda, em pesquisa ao registro da anvisa verificou-se que o produto atende ao solicitado.</i>
--	--	-------------	-------------------------	-------------	-------	------	---

	ID: 1166 - LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, Nº 8.0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	FL SHELF REPRESENTANTES	80256170022	TARGA	APTA	<i>não foi informado catálogo da marca oferida, em pesquisa ao registro da anvisa verificou-se que o produto atende ao solicitado.</i>
10							

	ID: 1173 - LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, TAMANHO G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA. CAIXA COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTEIS INFORMAÇÕES: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO/ANVISA. PROPOSTA DO LICITANTE: LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, TAMANHO G., Luva De Proteção, Material: Látex, Tamanho: Grande, Acabamento Palma: Antiderrapante, Esterilidade: Não Esterilizada, Características Adicionais: Antialérgico, Tipo: Ambidestra, Tipo Uso: Descartável.	1ª Colocada	FL SHELF REPRESENTANTES	MEDIX	80605410027 Não foi possível pesquisar no site da ANVISA, devido à indisponibilidade.	APTA	<i>A marca ofertada atende ao solicitado por esta administração desde que atenda ao quesito: LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO.</i>
	ID: 1174 - LUVA DE						

16	<p>PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME.</p> <p>AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO,</p> <p>LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO.</p> <p>ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA. CAIXA COM 100 UNIDADES, O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTEIS INFORMAÇÕES: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO/ANVISA.</p> <p>PROPOSTA DO LICITANTE: LUVA DE</p> <p>PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M, CONFECCIONADA EM LÁTEX</p> <p>NATURAL, Luva De Proteção Material: Látex, Tamanho: Médio, Acabamento Palma:</p> <p>Antiderrapante, Esterilidade: Não Esterilizada, Características Adicionais:</p> <p>Antialérgico, Tipo: Ambidestra, Tipo</p>	1ª Colocada	FL SHELF REPRESENTANTES	MEDIX	<p>80605410027</p> <p>Não foi possível pesquisar no site da ANVISA, devido à indisponibilidade.</p> <p><i>A marca ofertada atende ao solicitado por esta administração desde que atenda ao quesito: LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO.</i></p>

17	<p>ID: sp-7 Descartável PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, TAMANHO P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME.</p> <p>AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO,</p> <p>LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO.</p> <p>ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA. CAIXA COM 100 UNIDADES, O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTEIS INFORMAÇÕES:</p> <p>PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO/ANVISA.</p> <p>PROPOSTA DO LICITANTE: LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, TAMANHO P Luva De Proteção Material: Látex, Tamanho: Pequeno, Acabamento Palma: Antiderrapante, Esterilidade: Não Esterilizada, Características Adicionais: Antialérgico, Tipo: Ambidestra, Tipo Uso: Descartável</p>	1ª Colocada	FL SHELF REPRESENTANTES	MEDIX	<p>80605410027</p> <p>Não foi possível pesquisar no site da ANVISA, devido à indisponibilidade do mesmo.</p>	<p>A marca ofertada atende ao solicitado por esta administração desde que atenda ao quesito: LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO.</p>

	ID: 5825 - LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, SEM PÓ, TAMANHO G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA. CAIXA COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO/ANVISA.	1ª Colocada	FL SHELF REPRESENTANTES	TALGE	80605410027 Não foi possível pesquisar no site da ANVISA, devido à indisponibilidade do mesmo.	APTA	<i>A marca ofertada atende ao solicitado por esta administração</i>
27							

	ID: 5826 - LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, SEM PÓ, TAMANHO M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA. CAIXA COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO/ANVISA.	1ª Colocada	FL SHELF REPRESENTANTES	MEDIX	80605410027 Não foi possível pesquisar no site da ANVISA, devido à indisponibilidade do mesmo.	APTA	<i>A marca ofertada atende ao solicitado por esta administração</i>
28							

	ID: 5864 - LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, SEM PÓ, TAMANHO P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA. CAIXA COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO/ANVISA.	1ª Colocada	FL SHELF REPRESENTANTES	MEDIX	80605410027 Não foi possível pesquisar no site da ANVISA, devido à indisponibilidade do memo.	APTA	A marca ofertada atende ao solicitado por esta administração
29							

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
FARMACÊUTICO ANALISTA
CGPM

Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia - SESAU

SESAU
 Secretaria de Estado
 da Saúde

RONDÔNIA
 ————— ★ —————
 Governo do Estado



2. **DESPACHO DO COORDENADOR:**

- 2.1. Aprovo o **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO**, consignado no item 1.
- 2.2. Considerando o teor do Ofício 6118 (0057116171), precavendo o risco de desabastecimento hospitalar quanto a LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEIS Tam. P, M e G, que são

imprescindíveis ao bom funcionamento hospitalar, diante da **falta de ATA válida para os itens do processo em tela**. Vimos, por meio deste solicitar celeridade na conclusão do certame para esses itens ora analisados, visando a publicação de ARP.

2.3. **Quanto aos demais itens, permanecem em análise para emissão de Parecer.**

2.4. Desta feita, retorno parcialmente o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Porto Velho–RO, data e hora do sistema.

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador da Gestão de Produtos Médicos

CGPM

Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia - SESAU



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 11/03/2025, às 13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 11/03/2025, às 13:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058102728** e o código CRC **9ADBCB8C**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.038469/2024-90

SEI nº 0058102728