



## GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 14/2025/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPM NPL**

Para: **SUPEL-UPSILON**

Processo n.º: 0036.028371/2024-24

Assunto: **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-UPSILON (0058243863)**, o qual solicitou a esta Setorial para realizar a análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 293/2023/SUPEL/SIGMA/RO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, por meio do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emitiu o seguinte **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO**:

### 1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS:

#### GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA+A1:H106

#### SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

#### COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS.

#### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.028371/2024-24

#### PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90422/2024/SUPEL/RO - PERFURO CORTANTES

**Objetivo:** Análise técnica dos produtos ofertados pelas empresas licitantes para que não hajam compras e/ou contratações em desacordo com o solicitado no desritivo do Instrumento Convocatório.

**Método:** Análise Comparativa e de Registro, dos produtos ofertados pelas empresas licitantes, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas, por meio de consulta eletrônica, folders, prospectos e catálogo dos materiais.

ITEM	DESCRITIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	ID: 8781 - LÂMINA PARA FACA DERMÁTOMO 4" TIPO RICHTER. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	DLM HOSPITALAR	DLM-Modelo: B-4-BLAIR	82059269018	APTA	Atende ao solicitado por esta administração o <b>Modelo DLM-B-4-BLAIR</b> , de acordo com folder/catálogo apresentado.
		2ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIAL	RICHTER	10343960011	APTA	Atende ao solicitado por esta administração o <b>Modelo R-064-2</b> , de acordo com folder/catálogo apresentado.
		3ª Colocada	AMARALMED COMERCIO				Não apresentou proposta
2	ID: 3677 - LÂMINA PARA FACA DERMÁTOMO 6" TIPO RICHTER. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.ID: 3677 - LÂMINA PARA FACA DERMÁTOMO 6" TIPO RICHTER. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	DLM HOSPITALAR	DLM-Modelo: B-6-BLAIR	82059269018	APTA	Atende ao solicitado por esta administração o <b>Modelo DLM-B-6-BLAIR</b> , de acordo com folder/catálogo apresentado.
		2 Colocada	ATIVIDADE COMERCIAL	RICHTER	10343960011	APTA	Atende ao solicitado por esta administração o <b>Modelo R-064-1</b> , de acordo com folder/catálogo apresentado.
	ID: 6632 -LÂMINA DE DERMÁTOMO ELÉTRICO,	1ª Colocada	DLM HOSPITALAR	DLM- Modelo: DLM-B-111	82059269018	APTA	Atende ao solicitado por esta administração o <b>Modelo DLM-B-111</b> , de acordo com folder/catálogo apresentado.

3	AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO, SEM REBARBAS, RESTERELIZÁVEL, TAMANHO: 4, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO MODELO: PAT. US D401.340 DA MARCA: INTEGRA PADGETT. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	2ª Colocada	UDILIFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO	AKADEMI/DS-007	81965549002	APTA	Atende ao solicitado por esta administração o <b>Modelo DS-07</b> , de acordo com folder/catálogo apresentado.
4	ID: 6631 -LÂMINA DE DERMÁTOMO ELÉTRICO - AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO, SEM REBARBAS, RESTERELIZÁVEL, TAMANHO: 6, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO: MODELO: PAT. US D401.340 DA MARCA: INTEGRA PADGETT. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	DLM HOSPITALAR	DLM-Modelo: DLM-B-111	82059269018	APTA	Atende ao solicitado por esta administração o <b>Modelo DLM-B-111</b> . De acordo com folder/catálogo apresentado.
4		2ª Colocada	UDILIFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO	AKADEMI/DS-007	81965549002	APTA	Atende ao solicitado por esta administração o <b>Modelo DS-07</b> , de acordo com folder/catálogo apresentado.
5	ID: 7333 - AGULHA (INJETOR), TIPO AGULHA ESCLEROSE, TAMANHO 23 G 0.6 MM X 4 MM X 2.8 MM X 2.3 MM / 230 A 240 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIAL	ALPHARAD AGES-232304	80634880018	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, de acordo com folder/catálogo apresentado.
6		1ª Colocada	AMARALMED COMERCIO	KDL	10150470678	APTA	Atende ao solicitado por esta administração o <b>Modelo KNSPQ20G90</b> , de acordo com folder/catálogo apresentado.
	ID: 7503 - AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUIDIANA 20 G X 3 ½, APIROGÊNICO, AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO						

	ADEQUADO DO BISEL E FIX. EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZADO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	2ª Colocada	UNIÃO SUL COMERCIO	CIRURGICA FERNANDES	10150470678	APTA	Atende ao solicitado por esta administração o Modelo <b>KNSPQ20G90</b> , de acordo com folder/catálogo apresentado.
7	ID: 7324 - AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUIDIANA 22 G X 3 ½, APIROGÊNICO, AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIX. EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZADO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	AMARALMED COMERCIO	PROCARE	10369460118	APTA	Atende ao solicitado por esta administração o Modelo (Cód.322), de acordo com folder/catálogo apresentado.
	2ª Colocada	UNIÃO SUL COMERCIO	CIRURGICA FERNANDES	10150470678	APTA	Atende ao solicitado por esta administração o Modelo <b>KNSPQ22G90</b> , de acordo com folder/catálogo apresentado.	
8	ID: 6254 - AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUIDIANA 25 G X 3 ½, APIROGÊNICO, AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIX. EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZADO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	FL SHELF REPRESENTANTES	PROCARE	10369460118	APTA	Atende ao solicitado por esta administração o Modelo (Cód.323), de acordo com folder/catálogo apresentado.
		2ª Colocada	AMARALMED COMERCIO	Não apresentou proposta			
		3ª Colocada	MAXXI VIX COMERCIO	KDL	10150470678	APTA	Atende ao solicitado por esta administração o Modelo <b>KNSPQ25G90</b> , de acordo com folder/catálogo apresentado.

9	<p>ID: 2631 - AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUIDIANA 26 G X 3 1/2, APIROGÊNICO, AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIX. EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZADO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	FL SHELF REPRESENTANTES	PROCARE	10369460118	APTA	Atende ao solicitado por esta administração o Modelo (Cód.324), de acordo com folder/catálogo apresentado.
		2ª Colocada	AMARALMED COMERCIO				Não apresentou proposta
		3ª Colocada	MAXXI VIX COMERCIO				Não apresentou proposta
10	<p>ID: 83 - AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUIDIANA 27 G X 3 1/2, APIROGÊNICO, AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIX. EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZADO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	AMARALMED COMERCIO	PROCARE	10369460118	APTA	Atende ao solicitado por esta administração o Modelo (Cód.325), de acordo com folder/catálogo apresentado.
12	<p>ID: 10518 - AGULHA DESCARTAVEL ANESTESIA PERIDURAL - 17 G X 3 1/2 (1,47 X 80 MM), DESCARTÁVEL, BISEL TIPO WEISS COM MARCAÇÃO A CADA CENTÍMETRO, CONEXÃO LUER-LOCK, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ESTERILIZAÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIAL	KDL KNSPE17G90	10150470677	APTA	Atende ao solicitado por esta administração o Modelo KNSPE17G90, de acordo com folder/catálogo apresentado.
		2ª Colocada	AMARALMED COMERCIO	PROCARE	10369460118	INAPTA	Não atende ao solicitado por esta administração o produto ofertado, pois trata-se de agulha RAQUIDIANA, de acordo com folder/catálogo apresentado.

14	ID: 6427 - AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA PERIDURAL - 18 G X 3 1/2 (1,3 X 150 MM), DESCARTÁVEL, BISEL TIPO WEISS COM MARCAÇÃO A CADA CENTÍMETRO, CONEXÃO LUER-LOCK, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ESTERILIZAÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIAL	KDL KNSPE18G90	10150470677	APTA	Atende ao solicitado por esta administração o Modelo KNSPE18G90, de acordo com folder/catálogo apresentado.
17	ID: 8626 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE MAMA (TECIDO MOLE) 12 G X 10 CM SEMI-AUTOMÁTICA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO, ESTÉRIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	UNIBIO DISTRIBUIDORA	UNIT/UNIT Mod: TC-S1 12/10	10287070051	APTA	Atende ao solicitado por esta administração o Modelo TC-22 12/10, de acordo com folder/catálogo apresentado.
18	ID: 10483 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE MAMA (TECIDO MOLE) 14 G X 12CM SEMI-AUTOMÁTICA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO, ESTÉRIL, UNIVERSAL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX ML 14X10	80634880053	APTA	Atende ao solicitado por esta administração na medida 14Gx12cm. (0058507461)
19	ID: 10482 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE MAMA (TECIDO MOLE) 16 G X 16 CM SEMI-AUTOMÁTICA AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO, ESTÉRIL, UNIVERSAL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX ML 16X16	80634880053	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 16Gx16cm.

20	ID: 3003210 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA PARA EXAME DE MIELOGRAMA ASPIRATIVA EXTERNA, CRISTA ILIACA, TAMANHO 13 G X 10 CM, COM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, SILICONIZADA, BISEL CORTANTE 45º, CONEXÃO LUER LOCK, TRAVA DE SEGURANÇA, PLUG ANTI-REFLUXO, CABO AUTOMATICO EM FORMATO TIPO T, DE USO DESCARTAVEL, ESTERIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX NX 13X10	80634880042	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 13Gx10cm (Mod: NX 13 100-00).
21	ID: 3071 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA PARA EXAME DE MIELOGRAMA ASPIRATIVA EXTERNA, CRISTA ILIACA, TAMANHO 14 G X 6 CM, COM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, SILICONIZADA, BISEL CORTANTE 45º, CONEXÃO LUER LOCK, TRAVA DE SEGURANÇA, PLUG ANTI-REFLUXO, CABO AUTOMATICO EM FORMATO TIPO T, DE USO DESCARTAVEL, ESTERIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	UNIBIO DISTRIBUIDORA	UNIT/UNIT EMO-B 14/28L	10287070024	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 14Gx6cm (Mod: EMO-B 14/28L)
		2ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX PS 14X60 (0058702742)	80634880049	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 14Gx6cm ( Mod: PS 14 060-10).
22	ID: 6251 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA PARA EXAME DE MIELOGRAMA ASPIRATIVA EXTERNA, CRISTA ILIACA, TAMANHO 15 G X 6 CM, COM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, SILICONIZADA, BISEL CORTANTE 45º, CONEXÃO LUER LOCK, TRAVA DE SEGURANÇA, PLUG ANTI-REFLUXO, CABO AUTOMATICO EM FORMATO TIPO T, DE USO DESCARTAVEL, ESTERIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	UNIBIO DISTRIBUIDORA	UNIT/UNIT EMO-B 15/28L	10287070024	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 15Gx6cm (Mod: EMO-B 15/28L)
		2ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX PS 15X60	80634880049	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, no modelo PS 15 060-10.
	ID: 3003211 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA PARA EXAME DE MIELOGRAMA ASPIRATIVA	1ª Colocada	UNIBIO DISTRIBUIDORA	UNIT/UNIT EMO-B 15/43L	10287070024	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 15Gx10cm (Mod: EMO-B 15/43L)

23	EXTERNA, CRISTA ILIACA, <b>TAMANHO 15 G X 10 CM,</b> COM LIMITADOR DE PROFOUNDIDADE, SILICONIZADA, BISEL CORTANTE 45º, CONEXÃO LUER LOCK, TRAVA DE SEGURANÇA, PLUG ANTI- REFLUXO, CABO AUTOMATICO EM FORMATO TIPO T, DE USO DESCARTAVEL, ESTERIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	2ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX PS 15X10	80634880049	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, no modelo PS 15 100-10.
24	ID: 3003215 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA PARA EXAME DE MIELOGRAMA ASPIRATIVA EXTERNA, CRISTA ILIACA, <b>TAMANHO 15G X 10-30mm</b> <b>Max 50 MM</b> , COM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, SILICONIZADA, BISEL CORTANTE 45º, CONEXÃO LUER LOCK, TRAVA DE SEGURANÇA, PLUG ANTI- REFLUXO, CABO AUTOMATICO EM FORMATO TIPO T, DE USO DESCARTAVEL, ESTERIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX PS 15X30	80634880049	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, no modelo PS 15 030 -10, podendo ser PS 15 020-10 ou PS 15 050-10.
25	ID: 32914 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA PARA EXAME DE MIELOGRAMA ASPIRATIVA EXTERNA, CRISTA ILIACA, <b>TAMANHO 16 G X 6 CM</b> , COM LIMITADOR DE PROFOUNDIDADE, SILICONIZADA, BISEL CORTANTE 45º, CONEXÃO LUER LOCK, TRAVA DE SEGURANÇA, PLUG ANTI- REFLUXO, CABO AUTOMATICO EM FORMATO TIPO T, DE USO DESCARTAVEL, ESTERIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	UNIBIO DISTRIBUIDORA	UNIT/UNIT AM- BB 16105	10287070024	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 16Gx6cm (Mod: EMO-B 16/43)
		2ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX PS 16X60	80634880049	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, no modelo PS 16 060-10.
	ID: 7632 - AGULHA INTRA- ÓSSEA DE PUNÇÃO. AGULHA EM AÇO INOX, ESTÉRIL, TAMANHO 15 G X 03 CM (VARIAÇÃO +/- 0,5 CM). EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	1ª Colocada	FL SHELF REPRESENTANTES	TAMUSSINO	Não informado na proposta e na diligência	INAPTA	Por não ter atendido diligência - solicitação de ficha técnica do produto ofertado.
		2ª Colocada	CENTRAL MIX COMERCIO	ALPHARAD MODELO: PS 15G x 3cm MANUAL F: MEDAX	80634880049	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, no modelo PS 15 030-10.

26	ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	3ª Colocada	ALL SOLUTIONS	MARCA: B.I.G. CÓDIGO: 56197 FABRICANTE: WAISMED LTD	80469670004	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 15Gx3cm (cód.WMBIG-A1)
27	ID: 10480 - AGULHA PARA BIÓPSIA DA MEDULA ÓSSEA NA CRISTA ILIACA, ESTÉRIL, 8 G X 4 MM X 10 CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	UNIBIO DISTRIBUIDORA	UNIT/UNIT AM-1 8/10	10287079003	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 8Gx10cm (Mod: AM-1 8/10).
27		2ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX NX 8X10	80634880042	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, no medida 8Gx10cm (NX 08 100-00).
28	ID: 3003213 - AGULHA/CANULA PARA BIÓPSIA DA MEDULA ÓSSEA, 8G X 4 MM X 150 MM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	UNIBIO DISTRIBUIDORA	UNIT/UNIT AM-1 8/15	10287079003	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 8Gx15cm (Mod: AM-1 8/15).
28		2ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX NX 8X15	80634880042	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, no medida 8Gx15cm (NX 08 150-00).
29	ID: 3003212- AGULHA PARA BIÓPSIA DA MEDULA ÓSSEA NA CRISTA ILÍACA, 09G X 10CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX NX 9X10 (0058702742)	80634880042	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 9Gx10cm (NX 09 100-00).
30	ID: 3003214 - AGULHA/CANULA PARA BIÓPSIA DA MEDULA ÓSSEA, 9G X150 MM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA	1ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX OF NX 9X10	80634880042	INAPTA	A medida ofertada <b>não atende</b> ao solicitado por esta administração, medida 9Gx15cm.
31	ID: 10477 - AGULHA PARA BIÓPSIA DA MEDULA ÓSSEA NA CRISTA ILIÁCA, 11 G X 3 MM X 10 CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	UNIBIO DISTRIBUIDORA	UNIT/UNIT AM-1 11/10	10287079003	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 11Gx10cm (Mod: AM-1 11/10).
31		2ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX NX 11X15 (0058702742)	80634880042	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 11Gx10cm (NX 11 100-00)
	ID: 10478 - AGULHA PARA BIÓPSIA DA MEDULA ÓSSEA NA CRISTA ILIÁCA,	1ª Colocada	UNIBIO DISTRIBUIDORA	UNIT/UNIT AM-1 11/7	10287079003	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 11Gx7cm (Mod: AM-1 11/7).

32	<b>11 G X 3 MM X 7 CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b>	2ª Colocada	<b>ALPHARAD MATERIAIS</b>	MEDAX OF NX 11X10  80634880042		<b>INAPTA</b>	A medida ofertada <b>não atende</b> ao solicitado por esta administração, medida 11Gx7cm.
33	<b>ID: 7828 - AGULHA PARA BIÓPSIA DA MEDULA ÓSSEA NA CRISTA ILÍACA, 13 G X 2,5 MM X 7 CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b>	1ª Colocada	<b>UNIBIO DISTRIBUIDORA</b>	UNIT/UNIT AM-1 13/7  10287079003		<b>APTA</b>	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 13Gx7cm (Mod: AM-1 13/7).
		2ª Colocada	<b>ALPHARAD MATERIAIS</b>	MEDAX OF NX 13X10  80634880042		<b>INAPTA</b>	A medida ofertada <b>não atende</b> ao solicitado por esta administração, medida 13Gx7cm.
34	<b>ID: 3003209 - AGULHA PARA BIÓPSIA DA MEDULA ÓSSEA NA CRISTA ILÍACA, 13 G X 2,5 MM X 10 CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b>	1ª Colocada	<b>UNIBIO DISTRIBUIDORA</b>	UNIT/UNIT AM-1 13/10  10287079003		<b>APTA</b>	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 13Gx10cm (Mod: AM-1 13/10).
		2ª Colocada	<b>ALPHARAD MATERIAIS</b>	MEDAX NX 13X10 (0058702742)  80634880042		<b>APTA</b>	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 13Gx10cm (Mod: NX 13 100-00).
36	<b>ID: 8416 - AGULHA DE PUNÇÃO INTRA-ÓSSEA PEDIÁTRICA EM AÇO INOXIDÁVEL EM CONFORMIDADE COM A NORMA AISI 316 AGULHA TROCAR EM AÇO INOXIDÁVEL EM CONFORMIDADE A NORMA AISI 304, DIÂMETRO 18G OU 1,25 MM, COMPRIMENTO 23,6 MM, CORPO PLÁSTICO EM POLICARBONATO, PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO AJUSTÁVEL, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b>	1ª Colocada	<b>FL SHELF REPRESENTANTES</b>	SAFER  Não informado na proposta e na diligência		<b>INAPTA</b>	Por não ter atendido diligência - solicitação de ficha técnica do produto ofertado.

37	<b>ID: 6313 - LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO Nº11 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES. EM CUMPRIMENTO A NR32/2005. ESTÉRIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b>	1ª Colocada	MEDLIFE PRODUTOS	UNIQMED	10098710068	APTA	Atende ao solicitado por esta Administração.
39	<b>ID: 6090 - LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO Nº15 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES. EM CUMPRIMENTO A NR32/2005. ESTÉRIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b>	1ª Colocada	MEDLIFE PRODUTOS	UNIQMED	10098710068	APTA	Atende ao solicitado por esta Administração.
40	<b>ID: 7816 - LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO Nº20 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES. EM CUMPRIMENTO A NR32/2005. ESTÉRIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b>	1ª Colocada	MEDLIFE PRODUTOS	UNIQMED	10098710068	APTA	Atende ao solicitado por esta Administração.

	ID: 6314 - LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO Nº22 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES. EM CUMPRIMENTO A NR32/2005. ESTÉRIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDLIFE PRODUTOS	UNIQMED	10098710068	<b>APTA</b>	Atende ao solicitado por esta Administração.
43	ID: 7505 - LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO Nº23 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES. EM CUMPRIMENTO A NR32/2005. ESTÉRIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDLIFE PRODUTOS	UNIQMED	10098710068	<b>APTA</b>	Atende ao solicitado por esta Administração.
55	ID: 1211 - CANETA DE BISTURI COM COMANDO MANUAL MONOPOLAR, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ERGONÔMICA, COM TOMADA BLINDADA DE 3 PINOS COMPATÍVEL COM QUALQUER GERADOR ELETROCIRÚRGICO, INCLUINDO ELETRODO COM HASTE DE 6,35 CM COM REVESTIMENTO PTFE (POLI TETRAFLUORETILENO) ANTIADERENTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	<b>FL SHELF REPRESENTANTES</b>	DAL	80445410007	<b>INAPTA</b>	Registro ANVISA vencido: <a href="https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351465410201323/?numeroRegistro=80445410007">https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351465410201323/?numeroRegistro=80445410007</a>
		2ª Colocada	MAXXI VIX COMERCIO				<b>Não apresentou proposta</b>

56	ID: 3003178 - ELETRODO TIPO FACA RETA PARA CANETA DE BISTURI ELÉTRICO, COM HASTE VARIANDO DE 6 A 7 CM COM REVESTIMENTO EM PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) ANTIADERENTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MAXXI VIX COMERCIO			Não apresentou proposta
57	ID: 10364 - KIT DE BIÓPSIA PLEURAL COPE. CONSISTE EM 5 PEÇAS INCLUINDO REUTILIZÁVEIS, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, FOI DESENVOLVIDA PARA A REMOÇÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE PLEURA PARA ESTUDO HISTOPATOLÓGICO: - CÂNULA EXTERNA DE CALIBRE 11G; - LIMITADOR DE PROFUNDIDADE; - AGULHA INTERNA DE 13G; - MANDRIL DE 13GT COM GANCHO PARA COLETA DE AMOSTRA, MEDIDA 11G X 03 (80X3.0MM); - ESTILETE PARA RETIRADA DA AMOSTRA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	FL SHELF REPRESENTANTES	MEDAX	Não informado na proposta	<b>INAPTA</b> Por não ter atendido diligência - solicitação de ficha técnica do produto ofertado.
57	ID: 10364 - KIT DE BIÓPSIA PLEURAL COPE. CONSISTE EM 5 PEÇAS INCLUINDO REUTILIZÁVEIS, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, FOI DESENVOLVIDA PARA A REMOÇÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE PLEURA PARA ESTUDO HISTOPATOLÓGICO: - CÂNULA EXTERNA DE CALIBRE 11G; - LIMITADOR DE PROFUNDIDADE; - AGULHA INTERNA DE 13G; - MANDRIL DE 13GT COM GANCHO PARA COLETA DE AMOSTRA, MEDIDA 11G X 03 (80X3.0MM); - ESTILETE PARA RETIRADA DA AMOSTRA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	2ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	ISCON COPE	80157810027	<b>APTA</b> Atende ao solicitado por esta administração, na MEDIDA 11G X 03 (80X3.0MM).
58	ID: 1002710 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA A VÁCUO nº 22GX1 (25X0,7mm), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDLIFE PRODUTOS	UNIQMED	80155470345	<b>APTA</b> Atende ao solicitado por esta Administração.
59	ID: 81 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA A VÁCUO <b>CALIBRE 25 X 0,8MM.</b> COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDLIFE PRODUTOS	UNIQMED	80155470345	<b>APTA</b> Atende ao solicitado por esta Administração.
	ID: 6667 - ADAPTADOR CANHÃO PARA AGULHA DE COLETA PARA AGULHA DE COLETA DE SANGUE A	1ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIAL	VACUPLAST HS-250	10379860084	<b>APTA</b> Atende ao solicitado por esta Administração.

62	VÁCUO, MODELO PADRÃO (HS-250) TUBOS DE 13 MM E 16 MM, COM FLANGE E MARCA GUIA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	2ª Colocada	MEDLIFE PRODUTOS	UNIQMED	80155470389	APTA	Atende ao solicitado por esta Administração.
64	ID: 3003208 - AGULHA DE CHIBA, AGULHA PARA PUNÇÃO INICIAL 18G X 23CM, PARA INSTALAÇÃO DE CONTRASTE NO RIM, MATERIAL PARA CIRURGIA UROLÓGICA NEFROLITOTripsia PERCUTÂNEA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	UNIBIO DISTRIBUIDORA	UNIT/UNIT OFERECEMOS M.: CH 18x20 OU CH 18x25	10287070032	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, sendo aceita APENAS a medida ofertada de 18Gx25cm (Mod: CH 18 250-00).
		2ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX CH 18X25	80634880038	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, sendo aceita a medida ofertada de 18Gx25cm (Mod: CH 18 250-00).
		3ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIAL	UNISIS-UNIEVER 18GX20	10150470358	INAPTA	O produto ofetado não atende ao solicitado por esta administração, por ser de medida diferente da pedida no edital.
65	ID: 3003216 - CANULA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA COM EMPUNHADURA ERGONÔMICA 14G X10/75MM. DE USO DESCARTÁVEL, ESTERIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	UNIBIO DISTRIBUIDORA	UNIT/UNIT EMO-B 14/43L	10287070024	INAPTA	O produto ofetado não atende ao solicitado por esta administração, por não atender ao requisito CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA.
		2ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX PS 14X10	80634880049	INAPTA	O produto ofetado não atende ao solicitado por esta administração, por não atender ao requisito CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA.
G1-66	ID: 6270 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE MAMA 12 G X 10 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	FL SHELF REPRESENTANTES	UNIGUN	Não informado na proposta e na diligência	INAPTA	O folder apresentado não possui referência de onde foi obtido, não apresenta o registro ANVISA e nem a medida solicitada no Edital.
		2ª Colocada	UNIBIO DISTRIBUIDORA	UNIT/UNIT Mod: TC-22 12/10	10287070051	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 12Gx10cm (Mod: TC-22 12/10).
		3ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX M: UG 12x10	80634880045	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, no modelo UG 12 100-00.
	ID: 6144 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE MAMA 14 G X 08 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO EM	1ª Colocada	FL SHELF REPRESENTANTES	UNIGUN	Não informado na proposta e na diligência	INAPTA	O folder apresentado não possui referência de onde foi obtido, não apresenta o registro ANVISA e nem a medida solicitada no Edital.
		2ª Colocada	UNIBIO DISTRIBUIDORA	UNIT/UNIT TC-22 14/08	10287070051	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 14Gx8cm (Mod.:TC-22 14/8).

67	INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	3ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX M: UG 14x80 80634880045	<b>APTA</b>	Atende ao solicitado por esta administração, no modelo UG 14 080-00.
G1-68	ID: 5277 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE MAMA 14 G X 12 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	<b>FL SHELF REPRESENTANTES</b>	UNIGUN	Não informado na proposta e na diligência	<b>INAPTA</b> O folder apresentado não possui referência de onde foi obtido e não apresenta o registro ANVISA conforme solicitado no edital.
		2ª Colocada	<b>UNIBIO DISTRIBUIDORA</b>	UNIT/UNIT TC-22 14/12 10287070051	<b>APTA</b>	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 14Gx12cm (Mod.:TC-22 14/12).
		3ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX M: UG 14x12 80634880045	<b>APTA</b>	Atende ao solicitado por esta administração, no modelo UG 14 120-00.
G1-69	ID: 6143 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA (TECIDO MOLE) 14 G X 16 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	<b>FL SHELF REPRESENTANTES</b>	BIOMEDICAL	Não informado na proposta e na diligência	<b>INAPTA</b> O folder apresentado não possui referência de onde foi obtido, não apresenta o registro ANVISA e nem a medida solicitada no Edital.
		2ª Colocada	<b>UNIBIO DISTRIBUIDORA</b>	UNIT/UNIT TC-22 14/16 102870051	<b>APTA</b>	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 14Gx16cm (Mod.:TC-22 14/16).
		3ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX M: UG 14x16 80634880045	<b>APTA</b>	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 14Gx16cm (Mod. UG14160-00).
	ID: 5278 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA (TECIDO MOLE) 14 G X 20 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU	1ª Colocada	<b>FL SHELF REPRESENTANTES</b>	UNIGUN	Não informado na proposta	<b>INAPTA</b> Por não ter atendido diligência - solicitação de ficha técnica do produto ofertado.
		2ª Colocada	<b>UNIBIO DISTRIBUIDORA</b>	UNIT/UNIT TC-22 14/20 10287070051	<b>APTA</b>	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 14Gx20cm (Mod.:TC-22 14/20).

G1-70	DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	3ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX M: UG 14x20	80634880045	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 14Gx20cm (Mod. UG14200-00).
G1-71	ID: 7433 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA (TECIDO MOLE) 16 G X 8 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	FL SHELF REPRESENTANTES	UNIT/UNIT	Não informado na proposta	INAPTA	Por não ter atendido diligência - solicitação de ficha técnica do produto ofertado.
		2ª Colocada	UNIBIO DISTRIBUIDORA	UNIT/UNIT TC-22 16/08	10287070051	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 16Gx8cm (Mod.:TC-22 16/08).
		3ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX OF UG 16X10	80634880045	INAPTA	A medida ofertada não atende ao solicitado por esta administração, medida 16Gx8cm.
G1-72	ID: 5974 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA HEPÁTICA E RIN 16 G X 10 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	FL SHELF REPRESENTANTES	BIOMEDICAL	Não informado na proposta e na diligência	INAPTA	O folder apresentado não possui referência de onde foi obtido, não apresenta o registro ANVISA e nem a medida solicitada no Edital.
		2ª Colocada	UNIBIO DISTRIBUIDORA	UNIT/UNIT TC-22 16/10	10287070051	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 16Gx10cm (Mod.:TC-22 16/10).
		3ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX M: UG 16x10	80634880045	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 16Gx10cm (Mod. UG16100-00).
G1-73	ID: 7432 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA (TECIDO MOLE) 16 G X 12 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU	1ª Colocada	FL SHELF REPRESENTANTES	BIOMEDICAL	Não informado na proposta e na diligência	INAPTA	O folder apresentado não possui referência de onde foi obtido, não apresenta o registro ANVISA e nem a medida solicitada no Edital.
		2ª Colocada	UNIBIO DISTRIBUIDORA	UNIT/UNIT TC-22 16/12	10287070051	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 16Gx12cm (Mod.:TC-22 16/12).

	DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	3ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX M: UG 16X12 80634880045	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 16Gx12cm (Mod. UG16120-00).	
G1-74	ID: 6271 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA (TECIDO MOLE) 16 G X 16 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	FL SHELF REPRESENTANTES	BIOMEDICAL	Não informado na proposta e na diligência	INAPTA	O folder apresentado não possui referência de onde foi obtido, não apresenta o registro ANVISA e nem a medida solicitada no Edital.
		1ª Colocada	UNIBIO DISTRIBUIDORA	UNIT/UNIT TC-22 16/16 10287070051	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 16Gx16cm (Mod. TC-22 16/16).	
		1ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX M: UG 16X16 80634880045	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 16Gx16cm (Mod. UG16160-00).	
G1-75	ID: 5279 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA (TECIDO MOLE) 16 G X 20 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	FL SHELF REPRESENTANTES	BIOMEDICAL	Não informado na proposta e na diligência	INAPTA	O folder apresentado não possui referência de onde foi obtido, não apresenta o registro ANVISA e nem a medida solicitada no Edital.
		2ª Colocada	UNIBIO DISTRIBUIDORA	UNIT/UNIT TC-22 16/20 10287070051	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 16Gx20cm (Mod. TC-22 16/20).	
		3ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX M: UG 16X20 80634880045	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 16Gx20cm (Mod. UG16200-00).	
G1-76	ID: 6145 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA HEPÁTICA 18 G X 10 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO	1ª Colocada	FL SHELF REPRESENTANTES	BIOMEDICAL	Não informado na proposta e na diligência	INAPTA	O folder apresentado não possui referência de onde foi obtido, não apresenta o registro ANVISA e nem a medida solicitada no Edital.
		2ª Colocada	UNIBIO DISTRIBUIDORA	UNIT/UNIT TC-22 18/10 10287070051	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 18Gx10cm (Mod. TC-22 18/10).	

	PARA USO EM REGIME COMODATO). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	3ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX M: UG 18X10 80634880045	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 16Gx20cm (Mod. UG16200-00).
G1-77	ID: 5912 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA 18 G X 25 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	FL SHELF REPRESENTANTES	BIOMEDICAL	Não informado na proposta	INAPTA Por não ter atendido diligência - solicitação de ficha técnica do produto ofertado.
		2ª Colocada	UNIBIO DISTRIBUIDORA	UNIT/UNIT TC-22 18/25 10287070051	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 18Gx25cm (Mod. TC-22 18/25).
		3ª Colocada	ALPHARAD MATERIAIS	MEDAX M: UG 18X25 80634880045 RA Pesquisado	APTA	Atende ao solicitado por esta administração, na medida 18Gx25cm (Mod. UG18250-00).

**MÁRCIO LUÍS CORREIA DUARTE**  
 FARMACÊUTICO ANALISTA  
 CGPM  
 Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia - SESAU  
 

## 2. DESPACHO DA COORDENADORA:

- 2.1. Aprovo o **PARECER TÉCNICO FARMACÊUTICO**, consignado no item 1;
- 2.2. Das análises das propostas apresentadas, foi concluído que as ofertas das empresas licitantes abaixo, estão **INAPTAS** por estar em desacordo com o solicitado por esta administração:
  - AMARALMED COMERCIO - item 12
  - ALPHARAD MATERIAIS - item 30,32,33,65 e 71
  - FL SHELF REPRESENTANTES - itens 36, 55, 57,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 e 77
  - ATIVIDADE COMERCIAL - item 64
  - UNIBIO DISTRIBUIDORA - item 65
- 2.3. Não apresentaram proposta para os itens, as empresas:
  - AMARALMED COMERCIO - itens 8 e 9
  - MAXXI VIX COMERCIO - itens 9,55 e 56
- 2.4. As demais propostas foram consideradas **APTAS**.
- 2.5. Desta feita, retorno o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Porto Velho-RO, data e hora do sistema.

**REGINALDA MAIA DE SÁ**  
 Coordenadora da Gestão de Produtos Médicos



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 08/04/2025, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Luis Correia Duarte, Farmacêutico(a)**, em 08/04/2025, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0059061650** e o código CRC **80CF8FBE**.