



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer nº 15/2025/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SUPEL-CEL**

Processo Nº: 0036.012329/2023-19

Assunto: **PARECER TÉCNICO.**

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Considerando o **Despacho SUPEL-CEL (0058599727)**, o qual solicitou que esta Setorial realizasse análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 455/2023/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU-RO, através do Núcleo de Processos Licitatórios - NPL, emite o seguinte PARECER TÉCNICO:

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 455/2023/SUPEL/RO,):

| GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA. | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|----------------|-------------------|---------|--|
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. | | | | | | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.012329/2023-19 | | | | | | | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 455/2023/SUPEL/RO | | | | | | | |
| Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders , prospecto e catálogo dos materiais. | | | | | | | |
| Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra. | | | | | | | |
| ITEM | DESCRITIVO | Classificação | EMPRESA/LICITANTE | MARCA / MODELO | ANVISA / REGISTRO | ANÁLISE | JUSTIFICATIVA |
| 6 | ID: 1002688 - CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, RECORTÁVEL, PODENDO SER USADO DE AMBOS OS LADOS, COMPOSTO DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, PRENSADO ENTRE DUAS CAMADAS DE RAYON / POLIAMIDA, ESTÉRIL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, TAMANHO 10 X 10 CM APROXIMADAMENTE (VARIAÇÃO +/- 1 CM). INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO. | 3 ^a colocada | SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE | VITAMEDICAL | NÃO INFORMADO | INAPTO | Foi solicitado amostra da empresa através do email, e telefonemas do número informado no processo, porém nenhum retorno. |
| | | 4 ^a colocada | STAR COMERCIO | CASEX | 10222320009 | INAPTO | O produto ofertado não atende ao descritivo, em desacordo com o modelo, a exemplo: não pode ser recortado. Produto desclassificado. |
| | | 5 ^a colocada | J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES | ACTICARE AG | NÃO INFORMADO | INAPTO | Após análise técnica, constatou-se que o produto ofertado não atende às exigências estabelecidas no edital em referência, uma |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|---------------|---------------|---|---|
| | | | | | | vez que a cobertura não pode ser recortável, o que limita sua adequada aplicação em determinadas regiões da lesão. Produto desclassificado. | |
| | 6ª colocada | BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES | ACTICARE AG | NÃO INFORMADO | INAPTO | O produto ofertado não atende ao descritivo. | |
| | 7ª colocada | NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE | CURATEC | 80246910005 | APTO | O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado. | |
| 45 | ID: 1002120 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE ROLO DE POLIURETANO COM ADESIVO DE POLIACRILATO, COM TIRAS DE COR PARA AUXÍLIO NA APLICAÇÃO, PERMEÁVEL AO OXIGÊNIO E A VAPORES ÚMIDOS E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E BACTÉRIAS. CONFORMÁVEL, COMPLEMENTADO POR PAPEL DE POLIÉSTER REVESTIDO COM POLIURETANO EM AMBOS OS LADOS E SILICONIZADO EM UM LADO. PODE SER RECORTADO E ADAPTADO, DE FÁCIL APLICAÇÃO.TAMANHO 10CM X 12M APROXIMADAMENTE (COM VARIAÇÃO +/- 2 CM). DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO. | 5ª colocada | D M A MACIEL E CIA | COPERTINA | 1.037.986.145 | INAPTO | Foi solicitado amostra da empresa através do email, e telefone informado no processo. Em resposta conforme email (pois não conseguimos enviar a amostra do item para avaliação, pois não dispomos em estoque). |
| | | 6ª colocada | UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE | CRAL | 10379860273 | INAPTO | O produto ofertado foi testado em uma incisão cirúrgica localizada na região abdominal, sem presença de exsudato, e em uma ferida cavitária exsudativa na região sacral. Após sua aplicação, em ambas as regiões, observou-se que o material apresentou desprendimento em menos de 24 horas, baixa adesividade à pele, enrolamento das bordas e descolamento precoce, comprometendo, assim, a qualidade e a eficácia do curativo. Produto desclassificado. |
| | | 7ª colocada | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS | MTEC/ MISSNER | 80003300030 | APTO | Após análise do produto ofertado, verificou-se que o mesmo atende ao |

| | | | | | |
|-------------|---|-----------|---------------|------|---|
| | | | | | descritivo em evidencia. Esta observação antes da aquisição de produtos destinados ao tratamento ou à proteção da pele, é de fundamental importância o conhecimento prévio de suas características, visando assegurar a qualidade do material, garantir uma assistência de enfermagem segura, proporcionar conforto ao paciente e, consequentemente, otimizar os recursos financeiros da instituição. Produto classificado. |
| 8ª colocada | STAR COMERCIO | POLAFIX | 8003400110 | APTO | Após análise do produto ofertado, verificou-se que o mesmo atende ao descritivo em evidencia. Esta observação antes da aquisição de produtos destinados ao tratamento ou à proteção da pele, é de fundamental importância o conhecimento prévio de suas características, visando assegurar a qualidade do material, garantir uma assistência de enfermagem segura, proporcionar conforto ao paciente e, consequentemente, otimizar os recursos financeiros da instituição. Produto classificado. |
| 9ª colocada | JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VITALDERM | NÃO INFORMADO | APTO | Após análise do produto ofertado, verificou-se que o mesmo atende ao descritivo em evidencia. Esta observação antes da aquisição de produtos destinados ao tratamento ou à proteção da pele, é |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------------------|---|------------------|--------------|---|
| | | | | | | de fundamental importância o conhecimento prévio de suas características, visando assegurar a qualidade do material, garantir uma assistência de enfermagem segura, proporcionar conforto ao paciente e, consequentemente, otimizar os recursos financeiros da instituição. Produto classificado. |
| | 10ª Colocada | DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE | MISSNER / 10X10 ROLO | NÃO INFORMADO | APTO | Após análise do produto ofertado, verificou-se que o mesmo atende ao descritivo em evidencia. Esta observação antes da aquisição de produtos destinados ao tratamento ou à proteção da pele, é de fundamental importância o conhecimento prévio de suas características, visando assegurar a qualidade do material, garantir uma assistência de enfermagem segura, proporcionar conforto ao paciente e, consequentemente, otimizar os recursos financeiros da instituição. Produto classificado. |
| 46 | ID: 1002652 - CURATIVO PARA FIXAÇÃO E PROTEÇÃO NO LOCAL DE INSERÇÃO DE CATETERES CENTRAIS E PERIFÉRICOS. FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO COM ADESIVO ACRÍLICO, COM ALTA PERMEABILIDADE AO OXIGÊNIO E VAPORES ÚMIDOS, IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E BACTÉRIAS EM FITA MICROPORADA COBERTA POR FILME EM POLIURETANO E TIRAS DE FITA MICROPORADA RECOBERTAS POR ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGENICO, COM BORDAS FENESTRADAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. | 5ª colocada | NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS | PHARMAPORE PU IV | 80180990008. | APTO CARTA DE EXCLUSIVIDADE DA BIONUTRI |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|---------------------------------|---|---------------|---------------|--|
| | ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. TAMANHO ENTRE 10CM X12 CM (VARIAÇÃO +/- 1 CM). INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO PRODUTO. | 6 ^a colocada | SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL | POLAR FIX | 8003400110 | INAPTO | Em pesquisa de meio em meios de comunicações vigentes observou-se que o produto oferecido não atende ao descritivo evidenciado, pois não possui a presença de tiras de fita microporada e bordas fenestradas Produto Desclassificado. |
| 49 | ID: 6031 - FILME TRANSPARENTE ESTÉRIL, FORMADO DE UMA FINA PELÍCULA RECOBERTA POR UM ADESIVO HIPOALERGÊNICO, LIVRE DE LÁTEX. RESPIRÁVEL, PERMITINDO TROCA DE OXIGÊNIO E VAPOR DE UMIDADE, PROVA DE ÁGUA E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, BACTÉRIAS E VÍRUS. COM MOLDURA, PODE SER CORTADO. SEM FENESTRA COM RÓTULO PRÉ-IMPRESSO PARA ANOTAR AS TROCAS DE CURATIVO. TAMANHO APROXIMADO 10 X 12 CM (COM VARIAÇÃO +/- 1 CM). COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NAS PROPOSTAS E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO. | 5 ^a colocada | MEDICAL LIFE COMERCIO | POLARFIX | NÃO INFORMADO | APTO | O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado. |
| 71 | ID: 1002685 - CREME BARREIRA PRODUTO LIPOFÍLICO (REPELE A ÁGUA), COMPOSTO DE EMOLIENTES, UMECTANTES, 1,3% DE DIMETICONA E TERPOLIMERO(acrilonitrila-butadieno-estireno) , EMBALAGEM, TUBO COM APROXIMADAMENTE, 28G COM VARIAÇÃO +/- 2 CM. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DISPONIBILIZAR FOTO PRODUTO. | 4 ^a colocada | STAR COMERCIO | HB004512586 | 80284930354 | APTO | O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado. |
| | | 5 ^a colocada | MEDICAL DA AMAZONIA | CUTIMED PROTECT CREAM 90G | 10224000168 | INAPTO | Produto oferecido em desacordo com edital, possui somente as substâncias tais como: água purificada, etilhexil isononanoato (emoliente), disiloxano (condicionante) e polisobuteno (impermeabilizante) - Produto desclassificado. |
| | | 6 ^a colocada | BOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO | ESSITY CUTIMED PROTECT CREAM 28G (cod. 7265200) | 10224000168 | INAPTO | Produto oferecido em desacordo com edital, possui somente as substâncias tais como: água purificada, etilhexil isononanoato (emoliente), disiloxano (condicionante) e polisobuteno (impermeabilizante) - Produto desclassificado. |

| | | 6ª colocada | UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO | RIOQUIMICA S.A | 80146019002 | APTO | O produto ofertado atende ao descritivo. Produto classificado. |
|----|--|--|---|----------------|---------------|---|---|
| 88 | ID: 1002822 - PROTETOR CPAP NASAL, COBERTURA ADESIVA HIDROCOLÓIDE COM DOIS ORIFÍCIOS CIRCULARES PARA PASSAGEM DE SONDA/CATETER OU PRONGA NASAL, SUPERFÍCIE LONGITUDINAL RECARTEADA COMPOSIÇÃO EM HIDROCOLÓIDE, CARBOXIMETILCELULOSE (CMC) 100%, ADESIVO SENSÍVEL A PRESSÃO MÉDICA. CONTÉM UMA TIRA TIPO VELCRO EM DIMENSÕES COMPÁTIVEIS COM SUPERFÍCIE LONGITUDINAL RECARTEADA TAMANHO 1 - NG001 - 7,7CM COMPRIMENTO X 2,2CM LARGURA. INDICAR MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA O USO ADEQUADO DO DISPOSITIVO | 2ª colocada | J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES | SANOVIE | NÃO INFORMADO | APTO | O produto ofertado (Amostra), atende ao solicitado conforme Análise 12 (0050169191) |
| | 3ª colocada | BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES | SANOVIE | NÃO INFORMADO | APTO | O produto ofertado (Amostra), atende ao solicitado conforme Análise 12 (0050169191) | |

(assinado eletronicamente)

MARIA OLINDA DE ARAÚJO

Coordenadora da Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas/Ostomias - JPII

2.

2.1. Informamos que realizamos **Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fólder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital.**

2.2. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 455/2023/SUPEL/RO**, informo-vos que as propostas ofertada pelas empresas/licitantes, está **EM DESACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, as propostas ofertada pelas empresas, para os itens, conforme tabela acima.

2.3. Informo-vos que as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTA**, as propostas ofertadas pelas empresas.

2.4. Desta feita, após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

2.5. Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

REGINALDA MAIA DE SÁ

Coordenadora da Gestão de Produtos Médicos

SESAU-CGPM



Documento assinado eletronicamente por **MARIA OLINDA DE ARAUJO SANTOS**, Chefe de Núcleo, em 02/06/2025, às 12:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **GRACILENE SILVA MEDEIROS**, Chefe de Núcleo, em 02/06/2025, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 02/06/2025, às 13:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058614519** e o código CRC **E4A6AC53**.