



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC
Núcleo de Compras - SESDEC-FUNESPNCOM

NOTA

1. OBJETO

Trata-se de resposta ao Ofício 1778 (0059962250) oriundo da Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL do processo administrativo nº: 0037.029202/2021-59 de objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de atendimento pré-hospitalar, destinados a composição de kits de APH tático.

2. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO	ADJUDCADO PARA

1	<p>TORNIQUETE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O torniquete deve fazer cessar 100% a hemorragia massiva nas extremidades dos membros, e proporcionar ao Operador a auto-aplicação do objeto; 2. Deve possuir um único sistema de fivela simples para correto tracionamento que permita uma aplicação extremamente rápida e uma efetiva remoção de folgas; 3. Sua aplicação deve ser simplificada e existir um único protocolo para todas as aplicações; 4. Deve possuir fivela para passada simples feita em polímero: permite que a afixação e remoção do torniquete no membro seja rápida e simples, diminuindo os giros feitos na barra de tracionamento, resultando em menor perda sanguínea, na cor preta; 5. Deve possuir barra de tracionamento deve ser uma barra com sobressaltos nas extremidades, a fim de facilitar seu manejo, de localização fixa, que após aplicação do torniquete, ao ser girada no próprio eixo, traciona o sistema, produzindo a oclusão sanguínea no membro, na cor preta; 6. Deve possuir entrada chanfrada bilateral na cor preta para trava rápida da barra de tracionamento, deve suportar o tracionamento para correta oclusão sanguínea; 7. Deve possuir fita afixada com solda ultrassônica ao torniquete, para fechar a entrada chanfrada bilateral depois da barra de tracionamento travada, com espaço para escrita a caneta, confeccionada na cor cinza; 8. Deve possuir placa de estabilização com bordas arredondadas para não pinçar a pele do Operador; 9. O Funcionamento deve ser dado pelo posicionamento justo de fitas formando uma espécie de tubo, que comporta outra fita simples dentro deste referido tubo passando livremente por ele. Esta fita simples é conectada a barra de tração, que ao ser girada, traciona o sistema. Esse conjunto de fitas proporcionam a distribuição igual de toda pressão exercida pelo tracionamento; 10. Sem Latex; 11. Recomendado pelo CTCCC – USA; 12. Desenhado para ser aplicado em todas as condições climáticas; 13. Dimensões mínimas aberto: 95,25cm; Largura: 3,81cm; 14. Conformidade: Certificação Européia - CE; ANVISA; 15. Deve ser igual ou semelhante ao Torniquete CAT GEN 7 ou SOF GEN 4; 16. Cor: Preto e vermelho; 	Adjudicado	ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA
---	--	------------	-------------------------------

2	<p>GAZE HEMOSTÁTICA HIDROFÍLICA COM AGENTE HEMOSTÁTICO</p> <p>1. Gaze hidrofílica impregnada com caulim, com ra de duas camadas; 2. O material deve ter propriedade hemostática sem produção de quaisquer reações exotérmicas ou a utilização de animais ou proteínas humanas; 3. Deve medir aproximadamente 7,5cm X 370cm ser macia, branca e não tecido; 4. Deve ser dobrado em forma de Z, para facilitar a sua aplicação; 5. Deve conter uma tira detectável por raios-X para fácil identificação; 6. Deve ser estéril e epirogênico; 7. O produto deve ser acondicionado em embalagem selada a vácuo, de abertura fácil, cor verde ou preto; 8. O produto deve ser igual ou similar ao QUIKCLOT COMBAT Z-FOLD. 9. Registrado na Anvisa;</p>	Cancelado no julgamento	-
3	<p>TESOURA PONTA ROMBA</p> <p>1. Tesoura do tipo "ponta romba"; 2. Deve possuir capacidade para cortar todos os tipos de tecido, couro, botas e roupas de inverno pesado, bem como gaze e outros tecidos mais delicados; 3. Deve possuir lâminas afiadas, temperadas e rígidas de aço inoxidável com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes; 4. Deve possuir grande anel de polipropileno para proporcionar o máximo de controle e conforto no encaixe dos dedos; 5. Deve possuir cor predominantemente preta; 6. Deve ser totalmente autolavável à 143°C; 7. Dimensões aproximadas: comprimento total 19cm; largura total 10cm; espessura total 1cm peso: 57g; 8. Deve possuir Certificação Europeia - CE; 9. Deve ser igual ou semelhante a NAR TRAUMA SHEARS; 10. Regularizada junto a Anvisa;</p>	Adjudicado	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

4	LUVAS DE PROCEDIMENTO 1. Utilizado para oferecer uma resistência superior a muitos tipos de produtos químicos; 2. Fabricada em Nitrílo (borracha sintética), visando à eliminação de reações alérgicas em usuários com hipersensibilidade ao látex, além de apresentar alta resistência durante o uso; 3. Sem pó bio absorvível; 4. Ambidestra; 5. Superfície lisa com microtextura na ponta dos dedos; 6. Alto grau de flexibilidade e superior solvente resistência. 7. Cada caixa deve conter, pelo menos, 100 unidades; 8. A cor das luvas deve ser, preferencialmente, preta; 9. Embalagem tipo dispenser box; 10. Registrado na Anvisa; 11. Caixa com 100Un	Cancelado no julgamento	-
5	ESPARADRAPO 1. Fabricado em tecido 100 % algodão; 2. Disponível na cor branca; 3. Não estéril; 4. Descartável e de uso único. 5. Tamanho 10 cm x 4,5 m	Cancelado no julgamento	-
6	BOLSA PRIMEIROS SOCORROS 1. Alças de mão; 2. Alças de costas; 3. Impermeável; 4. Nylon resistente; 5. Zíper com dois cursores de abertura total; 6. Compartimentos nas laterais internas (bolsos e etc.)	Cancelado no julgamento	-
7	COMPRESSA CIRÚRGICA - NÃO ADERENTE - ESTÉRIL 1. Produto estéril; 2. Esterilizado por Óxido de Etileno; 3. Embalado individualmente; 4. Baixa aderência e alta absorção; 5. Total ausência de fios soltos; 6. Produto de uso único ; 7. Embalado em papel grau cirúrgico e filme hospitalar; 8. Validade: 5 anos.	Cancelado no julgamento	-

8	<p>SELANTE PEITORAL CURATIVOS TÁTICO VALVULADO PARA TÓRAX</p> <p>1. Selo de Tórax Valvulado para a prevenção, gerenciamento e tratamento de um pneumotórax aberto e / ou tensionado potencialmente causado por um trauma torácico penetrante;</p> <p>2. Conjunto de selos de tórax para feridas abertas, curativos valvulados em embalagens impermeáveis (kit com dois selos de tórax para feridas composto de no mínimo um curativo com válvula unidirecional);</p> <p>3. Deve possuir superfície aderente com adesivo hidrogel, elasticidade para aderência em qualquer curvatura do corpo, além de estar apto para ser aplicado em situações climáticas extremas;</p> <p>4. O kit deve ser embalado no formato individual, em embalagem resistente, produto de uso único, descartável e estéril;</p> <p>5. O Produto deve ser aprovado pelo CoTCCC;</p> <p>6. Registrado na Anvisa;</p>	Cancelado no julgamento	-
9	<p>MÁSCARA com ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</p> <p>1. Podendo ser montada para quaisquer óculos de estilo usando uma matriz de furos, ranhuras e fendas;</p> <p>2. Cor: transparente;</p> <p>3. Anti-saliva, anti-espirro, à prova de vento e à prova de areia;</p> <p>4. Lente panorâmica perfeitamente sobrepondo os óculos corretivos;</p> <p>5. Protege contra impactos e raios UV</p>	Cancelado por inexistência de proposta	-
10	<p>BANDAGEM</p> <p>1. Bandagem de compressão elástica com tiras de velcro que impedem o deslocamento acidental durante a aplicação; 3 metros de gaze que pode ser usada separadamente, uma folha plástica oclusiva removível e uma barra de pressão que também pode atuar como protetor ocular</p> <p>2. As tiras de velcro fornecem superfícies de aderência durante a aplicação e ajudam a manter a pressão desejada e a posição da bandagem;</p> <p>3. Possui grampo para fixação.</p> <p>4. Registrado na Anvisa;</p>	Adjudicado	ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA

11	COMPRESSA CIRÚRGICA - NÃO ADERENTE 1. Compressa cirúrgica estéril, campo operatório, descartável, tecido 100% algodão; 2. Possua 4 camadas, com cadarço e costuras duplas, em tecido com alta absorção, na cor branca, com fio radiopaco, sem alvejante óptico e amido; 3. No tamanho 45 x 45 cm. 4. De acordo com NBR – ABNT 14.767. Validade mínima de 5 anos; 5. Pacote com 10 Un;	Cancelado no julgamento	-
12	ATADURA CREPON 20 X 1,80 1. Atadura de crepom, medindo no mínimo 20 cm de largura x 180 cm comprimento (repouso) sendo 450 cm de comprimento (esticada); 2. cor natural, com 18 fios, constituído de fios de 100% algodão cru, de alta torção, bordas devidamente acabadas, alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal, 3. Embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência e que atenda a NBR - ABNT 14.056. 4. 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; 5. Formato: Rolo; 6. Tamanho: 15 cm X 1,80cm; 7. Dermatologicamente testado; 8. Produto com validade; 9. Código Anvisa; 10. Pacote com 12 un.	Cancelado no julgamento	-

13	<p>ATADURA CREPON 15cm X 1,80 cm</p> <p>1. Atadura de crepom, medindo no mínimo 15 cm de largura x 180 cm comprimento (repouso) sendo 450 cm de comprimento (esticada);</p> <p>2. cor natural, com 18 fios, constituído de fios de 100% algodão cru, de alta torção, bordas devidamente acabadas, alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal,</p> <p>3. Embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência e que atenda a NBR - ABNT 14.056.</p> <p>4. 100% puro algodão: macio e extra-absorvente;</p> <p>5. Formato: Rolo;</p> <p>6. Tamanho: 15 cm X 1,80cm;</p> <p>7. Dermatologicamente testado;</p> <p>8. Produto com validade;</p> <p>9 . Código Anvisa</p> <p>10. Pacote com 12 un</p>	Cancelado no julgamento	-

14	<p>COLAR CERVICAL</p> <p>1. Colar cervical confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura mínima de 1 mm, permitindo uma resistência adequada ao serviço;</p> <p>2. É revestido de espuma macia tipo "EVA" (Etil Vinil Acetato) com espessura mínima de 4mm;</p> <p>3. Possui num dos lados fecho com velcro (na cor Azul Royal) com largura mínima de 40 mm. Do outro lado possui abertura especial com regulagem feita através de velcro (na cor azul Royal) com largura mínima de 40 mm combinado com trilhos ou sistema de ajuste similar, para aumento e redução da circunferência do colar;</p> <p>4. Na sua parte posterior (nuca) possui três aberturas para apalpação e ventilação da nuca. Na parte anterior (frontal) possui abertura que permite apalpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia. A face fêmea do velcro deverá ser a fixa na parte lateral do colar e a face macho deverá ser aquela presa na parte posterior do colar para que se evite o embaraço do velcro, no momento da colocação da parte posterior do colar, atrás do pescoço do paciente, com os cabelos, em caso de pacientes com cabelos longos;</p> <p>5. O colar deverá ser totalmente desmontável, a parte de "EVA" deverá ser presa na parte de polipropileno através de botões de pressão para facilitar a limpeza e a desinfecção do material.</p> <p>6. Sistema mais eficiente no que tange à utilização, limpeza e resistência, aprovado pela contratante.</p> <p>7. Os quatro tamanhos em suas cores conforme ABNT.</p>	Cancelado no julgamento	-
15	<p>MANTA TÉRMICA</p> <p>1. Cobertor Térmico para Resgate aluminizado;</p> <p>2. Confeccionada em polietileno aluminizado;</p> <p>3. Não deforma;</p> <p>4. Prova d'água;</p> <p>5. Reflete o calor externo mantendo o calor interno;</p> <p>6. Regularizada junto a Anvisa;</p>	Adjudicado	ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA

16	<p>Kit OXIGÊNIO COMPLETO + MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO</p> <p>1. Máscara de Oxigênio de não reinalação de alta concentração, em pvc (cloreto de polivinila) resistente, transparente, e não tóxico;</p> <p>2. Com reservatório tipo bag para alta concentração de oxigênio;</p> <p>3. Tamanho adulto;</p> <p>4. Reutilizável, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional, extensor para rede de oxigênio com mínimo 1,20 m de comprimento.</p>	Adjudicado	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
17	<p>BMV ADULTO+CANULA OROTRAQ</p> <p>1. Conjunto contendo 6 cânulas orofaríngeas (Tipo Guedel), em PVC atóxico, transparentes, inodoras, coloridas na base de acordo com os tamanhos.</p> <p>2. Conjunto deverá conter cânulas com os respectivos tamanhos e cores:</p> <p>a - 5cm, nº 1, cor azul - 158 un;</p> <p>b - 6cm, nº 2, cor preta - 158 un;</p> <p>c - 7cm, nº 3, cor branca - 158 un;</p> <p>d - 8cm, nº 4, cor verde - 158 un;</p> <p>e - 9cm, nº 5, cor amarela - 158 un;</p> <p>f - 10cm, nº 6, cor vermelha - 158 un.</p>	Cancelado no julgamento	-
18	<p>ÁLCOOL GEL SACHE</p> <p>1. Embalagem de fácil abertura;</p> <p>2. Sachês de uso individual, de fácil abertura;</p> <p>3. Regulamentado pela Anvisa</p> <p>4. 03 ml Contendo álcool etílico 70° GL</p> <p>5. Dermatologicamente testado</p> <p>6. Pacote com 10 un saches</p>	Cancelado por inexistência de proposta	-
19	<p>LANTERNA de CABEÇA</p> <p>1. Corpo em liga de magnésio, resistente e não esquentar como modelos em alumínio;</p> <p>2. Possui padrão IP4, resistente a respingos de água, lama, chuva e choques;</p> <p>3. Alça de cabeça ajustável elástica, fácil de usar com clipe.</p> <p>4. Baixa luz, alta luz e strobo (pisca) modalidade de controle: controle manual prova d'água;</p> <p>5. Suporte: elástico para cabeça lumens: 38000w/110000;</p> <p>6. Carregador veicular</p>	Cancelado no julgamento	-

20	<p>MACA DE RESGATE TÁTICO FASTFOLD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maca maleável, compacta, multiuso, para ser empregada em extração de operadores baixados ou equipamentos sensíveis; 2. Deve permitir que o operador tenha um meio de transportar uma vítima sem levar equipamentos volumosos e com excesso de peso; 3. O porta-maca poderá ser montado diretamente no equipamento de combate individual compatível com plataforma MOLLE; 4. Dimensões do porta-maca: 26 cm x 18 cm x 4 cm de espessura; 5. O porta-maca deverá ser fechado por 2 botões metálicos de fechamento por pressão, para que a maca seja extraída de modo rápido; 6. Dimensões da maca: 1,65m x 0,58m; 7. Deverá aguentar, no mínimo, 200kg de carga; 8. Deverá pesar no máximo 600g; 9. Alça de transporte: 8 unidades; 10. Deve possuir uma fita para travar o corpo fabricada em nylon de 3,8 cm de espessura, com uma fivela de fricção posicionada na porção central da maca; 11. O porta-maca deverá ser na cor Coyote/Tan ou preta; 12. A maca deverá ser, preferencialmente, na cor Preta; 	Cancelado no julgamento	-
21	<p>TALA ARAMADA EM BORRACHA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moldável e flexível; 2. Possui cor de identificação de acordo com o padrão para resgate, substitui de forma eficaz as talas gessadas, diminuindo o tempo de aplicação; 3. Tala aramada e coberta por EVA; 4. Pode ser utilizada juntamente de fita crepe, bandagem e gaze; 5. Não necessita de água quente ou vapor para aplicação; 6. Espessura mínima de 10mm, largura que variam de de 80mm a 120mm, comprimentos que variam de 300mm a 1200mm. Com devidas cores conforme tamanho 7. Cada quantidade para cada cor (158 Un por cor). 	Cancelado no julgamento	-

22	PINÇA HEMOSTÁTICA GRANDE 1. Possui travas para mantê-la fechada; 2. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável; 3. Ponta reta, com serrilha.	Cancelado no julgamento	-
23	PINÇA KELLY RETA 1. Possui travas para mantê-la fechada; 2. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável; 3. Ponta reta , com serrilha. 4. Tamanho: 14cm;	Cancelado no julgamento	-
24	PINÇA KELLY CURVA 1. Tamanho: 14cm; 2. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; 3. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	Cancelado no julgamento	-
25	OXÍMETRO DE PULSO Oxímetro digital de dedo adulto; Medidor de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e frequência de pulso (bpm); Baixo consumo de energia, que desligue automaticamente quando não haja sinal; Display em LED, LCD ou OLED fácil de ler; Material plástico resistente; Voltagem: 2 pilhas AAA; Capa protetora em silicone e estojo para armazenamento; Com certificação pelo INMETRO; A embalagem deve apresentar impresso no rótulo identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote, registro e cadastro na ANVISA.	Cancelado no julgamento	-
26	MÁSCARA BRANCA 1. Máscara descartável tripla confeccionada em TNT polietileno com elásticos para que seja fixado atrás da orelha; 2. Filtro de material não tecido, sem fibra de vidro; 3. Filtro com eficiência bacteriana de no mínimo 95%; 4. Clip Nasal e elementos filtrantes; 5. Hipoalergênico, atóxico, 6. 100% polipropileno não inflamável; 7. Deverá atender a NR.6 do MTE. 8. Pacote com 10 Un	Cancelado no julgamento	-

27	<p>ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</p> <p>1. Óculos de segurança, modelo ampla-visão constituído de armação confeccionada em uma única peça de PVC flexível na cor cinza transparente;</p> <p>2. Sistema de ventilação indireta composto de oito canais localizados na parte superior e dez na parte inferior da armação, tirante elástico ajustável de tecido sintético preto para ajuste à face do usuário e visor de policarbonato incolor;</p> <p>3. O modelo cobre toda a região em torno dos olhos do usuário;</p> <p>4. Os visores devem possuir tratamento Antirrisco e Antiembaçante com lentes de proteção em policarbonato 2,4mm de espessura;</p> <p>5. Indicado para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e respingo de produtos químicos;</p> <p>6. Deverá ter aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego NR. 06 - Certificado de aprovação (CA).</p>	Cancelado no julgamento	-
----	---	-------------------------	---

28	<p>BOLSO TÁTICO MODULAR PARA COLETE</p> <p>1. O bolso deverá ter seu desenvolvimento exclusivo para o transporte de equipamentos e acessórios médicos;</p> <p>2. Deverá ser confeccionado em nylon 500D (Cordura) ou superior, o nylon deverá ser resinado, totalmente impermeável e resistente à hidrólise de forma a oferecer proteção total contra a umidade;</p> <p>3. Deve possuir na parte frontal aplicação de uma fita de velcro para colocação de insígnias, bandeiras ou outras especificações;</p> <p>4. Deverá possuir internamente nichos individuais para a colocação de objetos e tiras elásticas;</p> <p>5. O bolso deve ser fechado através de zíperes YKK ambidestros com 02 (dois) cursores com puxadores em fita de nylon;</p> <p>6. O bolso modular deve ser do po M.O.L.L.E. (Modular Lightweight Load-Carrying Equipment);</p> <p>7. Compartimento deverá existir 2(dois) elásticos PR 300/50 com 2(dois) elásticos PR 300/25 costurados em conjunto, com uma costura de ligação; O compartimento 3 será confeccionado em tecido de forro 100 em poliéster 280 e tela trançada preta de poliéster unido por viés em cadarço 3038 de 20 x 1.0 em costura dupla paralela. O bolso do compartimento será fechado por intermédio de zíper com cursor para zíper, tendo este um cadarço para fechamento.</p> <p>8. A cor deverá seguir o padrão Caqui ou Preto ou Vermelho.</p>	Cancelado no julgamento	-
29	<p>CANETA</p> <p>1. Ponta poliéster de 2.0 mm;</p> <p>2. Tinta à base de álcool resistente à água.</p> <p>3. Ideal para plásticos, vinil, acrílicos, filmes e vidros.</p> <p>4. Espessura de escrita: 0.5 mm.</p> <p>5. Cores: Preto, vermelho e Azul;</p>	Cancelado no julgamento	-
30	<p>SISTEMA PARA COMPRESSÃO</p> <p>Descrição Complementar: Sistema Para Compressão Tipo: Torniquete Não Pneumático , Aplicação: Tático, P/ Atendimento Pré Hospitalar , Modelo: Cinta Em Nylon, C/ Cor , Tipo Fecho: Auto Ajustável C/ Velcro, Fivela E Barra Pressão , Tipo Uso: Reusável</p> <p>Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 1)</p>	Adjudicado	ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA

31	COMPRESSA GAZE Descrição Complementar: Compressa Gaze Material: 100% Algodão , Modelo: Hemostática, Dobra Em Z , Características Adicionais: P/ Atendimento Pré Hospitalar Aph , Dimensões: Cerca De 7,5 Cm X 3,5 M, Características Adicionais*: Fio Radiopaco , Esterilidade*: Estéril , Embalagem: Embalagem Individual Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 2)	Cancelado por inexistência de proposta	-
32	TESOURA INSTRUMENTAL Descrição Complementar: Tesoura Instrumental Modelo 1: Gorney , Tipo Ponta: Ponta Curva , Característica Ponta: Serrilhada, Haste: Haste Reta , Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 3)	Adjudicado	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
33	Fita hospitalar Descrição Complementar: Fita Hospitalar Tipo: Esparadrapo, Impermeável , Material: Algodão, Componentes: Adesivo À Base De Zinco , Dimensões: Cerca De 10 CM, Características Adicionais: Hipoalergênico , Cor: Com Cor Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 5)	Cancelado no julgamento	-
34	-	-	-
35	CURATIVO CUTÂNEO Descrição Complementar: Curativo Cutâneo Modelo: P/ Atendimento Pré Hospitalar Aph, Selo De Tórax , Componente 1: Valvulado , Componente 2: Base Adesiva , Dimensão: Cerca De 15 X 15 CM, Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 8)	Cancelado por inexistência de proposta	-

36	BANDAGEM Descrição Complementar: Bandagem Tipo: Elástica , Característica Adicional: P/ Atendimento Pré Hospitalar Aph , Material: Malha De Tecido Sintético E Compressa Absorvente , Componente Adicional: C/ Aplicador De Pressão E Sistema P/ Fixação , Dimensão: Cerca De 10 Cm X 3 M , Cor: C/ Cor , Embalagem: Embalagem Individual Em Rolo , Tipo Uso: Estéril Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 10)	Cancelado por inexistência de proposta	-
37	-	-	-
38	CANETA HIDROGRÁFICA Descrição Complementar: Caneta Hidrográfica Material: Plástico , Material Ponta: Poliéster , Espessura Escrita: Fina , Cor Carga: Preta , Aplicação: Cd/Dvd , Características Adicionais: Tinta À Base De Álcool, Resistente A Água Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 29)	Cancelado por inexistência de proposta	-
39	-	-	-
40	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO Descrição Complementar: Concentrador De Oxigênio Tipo: Elétrico , Tipo Gabinete: Gabinete Plástico Resistente , Concentração: Concentração Mínima 90% , Componentes: Alarme Sonoro,Sistema De Segurança, Acessórios: Umidificador,Filtros,Cânula Ou Máscara , Características Adicionais: Silencioso,Usado Doméstico , Capacidade: Até 10 L/MI Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 16)	Adjudicado	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

3. ANÁLISE E REPOSTA AO PARECER 43/2025/SUPEL-CI (0059900300)

Em atenção à observação constante no Parecer nº 43 da SUPEL, a qual menciona a existência de equívoco na pesquisa de preços referente ao Item 25 – Oxímetro de Pulso, vejamos:

[...] identificou-se que o item “Oxímetro de Pulso” apresentava, em versões anteriores dos quadros comparativos, **valor unitário de até R\$ 4.000,00**, sendo este incompatível com os preços praticados no mercado. A devida correção evidenciou que o valor mais adequado e compatível com a realidade mercadológica seria de **R\$ 80,54** por unidade.

[...]

Cumpra esclarecer que **não se trata de erro na estimativa de preços**, mas sim de alteração substancial do objeto, devidamente formalizada por meio do **Adendo Modificador do Termo de Referência nº** (0049236165). De fato, nas versões preliminares dos quadros comparativos, o item “Oxímetro de Pulso” apresentou valores unitários na ordem de R\$ 4.000,00. Todavia, tal estimativa correspondia a **outra configuração técnica do equipamento**, voltada a um modelo com características específicas demandadas inicialmente.

Posteriormente, conforme revisão técnica realizada pelo setor competente, **foi promovida alteração nas especificações do item**, de acordo com o Adendo Modificador, adequando-se às reais necessidades operacionais do órgão requisitante. Tal ajuste resultou na natural redução do valor estimado, chegando ao montante de **R\$ 80,54** por unidade. Ressalta-se que essa modificação foi formalizada e que à Administração tem o dever de revisar e ajustar os documentos técnicos sempre que necessário, visando à compatibilidade com a realidade do mercado e à melhor solução para o interesse público.

Ademais, quanto à alegação de eventual falha de planejamento em decorrência da adjudicação parcial dos itens, cabe esclarecer que a presente contratação teve por escopo a aquisição de **um kit completo de materiais** a ser distribuído a cada operador de segurança pública, conforme planejamento técnico apresentado pelo órgão demandante (**PMRO**). Entretanto, no curso do certame, **diversos itens não receberam propostas válidas ou foram cancelados na fase de julgamento**, o que comprometeu a integralidade da aquisição.

Importante destacar que a ausência de propostas ou a baixa competitividade **não decorre de falha na fase de planejamento**, cujos documentos e justificativas foram integralmente instruídos, mas sim do **desinteresse mercadológico pontual das empresas licitantes em participar de forma parcial**, situação que, inclusive, guarda relação com os riscos da fracionamento excessivo de itens em processos dessa natureza. Tal fenômeno está dentro das hipóteses de risco previstas no planejamento da contratação que reconhece a possibilidade de ajustes em função de fatores imprevisíveis ou alheios à Administração. Dessa forma, reiteramos que as ações administrativas foram pautadas na legalidade, na transparência e na busca da melhor solução para a Administração Pública, não havendo falha de planejamento, mas sim **resposta técnica proporcional e tempestiva aos desafios naturais do processo licitatório**.

Considerando que o objeto da contratação previa a aquisição de um conjunto de itens destinados à composição de kits completos, e tendo em vista a baixa adesão de propostas no certame, o que inviabilizou a formação integral dos referidos kits, **opta-se**, por razões de ordem técnica e em conformidade com o interesse público, **pela não HOMOLOGAÇÃO do certame**, uma vez que restou prejudicada a consecução do objeto licitado em sua integralidade, pois dos 40 (quarenta) itens sugeridos, apenas 08 (oito) obtiveram sucesso.

De acordo com a Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, art. 71 elenca as hipóteses de encerramento da licitação, vejamos:

Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, **que poderá:**

[...]

IV - adjudicar o objeto e homologar a licitação. (**grifo nosso**)

De acordo com a leitura é uma faculdade do gestor, considerando ainda a oportunidade e conveniência. De certo, há de se considerar todo o trabalho empreendido pelos órgãos envolvidos, contudo, outros princípios que regem a administração pública e os processos licitatórios devem ser considerados, a ser exemplo: da eficiência, do interesse público, do planejamento e da economicidade.

Porto Velho, *data do sei*.

DEOMIR ZAMBIAZZI JUNIOR
Assessor do FUNESP

JACKSON ROBLEDO DA SILVA
Gerente do FUNESP

FELIPE BERNARDO VITAL
Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania



Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA**, **Chefe de Unidade**, em 30/06/2025, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **DEOMIR ZAMBIAZZI JUNIOR**, **Assessor(a)**, em 30/06/2025, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE BERNARDO VITAL**, **Secretário(a)**, em 30/06/2025, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0061484608** e o código CRC **51A1D211**.

Referência: Caso responda este(a) Nota, indicar expressamente o Processo nº 0037.029202/2021-59

SEI nº 0061484608