



RONDÔNIA

★
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 28/2025/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU - CGPMNPL**

Para: **SUPEL - COSAU4**

Processo Nº: 0036.019713/2024-15

Assunto: **Parecer Técnico Farmacêutico.**

Considerando os Ofícios nº 1040 e nº 4157, protocolados sob os SEI nº0062325733 e 0062467972, respectivamente, os quais solicitam análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90386/2024, esta **Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM)**, por meio do **Núcleo de Processos Licitatórios (NPL)**, apresenta o seguinte parecer:

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

Considerando Parecer Técnico Farmacêutico (0062976586)

"Alterações na análise, onde se lê: 'Itens 23 e 24'."

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.019713/2024-15
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90386/2024/SUPEL/RO/CME.
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.

ITEM	DESCRITIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
24	ID: 1002002 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM LÚMEN (CANULADOS LONGOS), COM CERDAS EM NYLON, REUTILIZÁVEL, COM HASTE FLEXÍVEL DE ARAME EM AÇO INOX TORCIDO COM PONTAS ARREDONDADAS DE 230 CM DE COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADAMENTE, HASTE COM ESCOVA DE 10 MM DE DIÂMETRO POR 50 MM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	PCA ISENCAO 185.2001 CAIXA C/ 50	Não informado	INAPTO	NÃO FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA AO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE NÃO APRESENTA COMPRIMENTOS DAS CERDAS, E DIÂMETRO QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.
25	ID: 5074 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM LÚMEN (CANULADOS LONGOS), COM CERDAS EM NYLON, REUTILIZÁVEL, COM HASTE FLEXÍVEL DE ARAME EM AÇO INOX TORCIDO COM PONTAS ARREDONDADAS DE 230 CM DE COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADAMENTE, HASTE COM ESCOVA DE 12.5 MM DE DIÂMETRO POR 50 MM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE.. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE ,	1ª Colocada	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	PCA ISENCAO 185.2001 CAIXA C/ 50	Não informado	INAPTO	NÃO FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA AO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE NÃO APRESENTA COMPRIMENTOS DAS CERDAS, E DIÂMETRO QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.

	REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					
--	--------------------------------	--	--	--	--	--

Onde se lê: 'Itens 23 e 24'."

COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.019713/2024-15							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90386/2024/SUPEL/RO/CME.							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRITIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
24	ID: 1002002 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM LÚMEN (CANULADOS LONGOS), COM CERDAS EM NYLON, REUTILIZÁVEL, COM HASTE FLEXÍVEL DE ARAME EM AÇO INOX TORCIDO COM PONTAS ARREDONDADAS DE 230 CM DE COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADAMENTE, HASTE COM ESCOVA DE 10 MM DE DIÂMETRO POR 50 MM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	PCA ISENCAO 185.2001 CAIXA C/ 50 ESCAN230X10	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM ANÁLISE DA AMOSTRA ENVIADA PELO FORNECEDOR VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE NO DESCRIPTIVO EXIGIDO .
25	ID: 5074 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM LÚMEN (CANULADOS LONGOS), COM CERDAS EM NYLON,	1ª Colocada	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	PCA ISENCAO 185.2001 CAIXA C/ 50 ESCAN230X12,5	NÃO INFORMADO	APTO	NÃO FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM

REUTILIZÁVEL, COM HASTE FLEXÍVEL DE ARAME EM AÇO INOX TORCIDO COM PONTAS ARREDONDADAS DE 230 CM DE COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADAMENTE, HASTE COM ESCOVA DE 12.5 MM DE DIÂMETRO POR 50 MM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE. . A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.				ANÁLISE DA AMOSTRA ENVIADA PELO FORNECEDOR VERIFICOU-SE QUE A MARCA ATENDE NO DESCRIPTIVO EXIGIDO .
---	--	--	--	---

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
 Farmacêutica Analista
 Licitação de Produtos Médicos Gerais
 SESAU-CGPM/RO

2. DA CONCLUSÃO:

Após reanálise das amostras enviadas pelo fornecedor, verificamos que o produto atende ao descritivo exigido, considerando a comparação e o registro dos produtos ofertados pelas empresa/licitante, em relação às especificações técnicas e à RDC 185/2001, além do material/produto conforme termo de referência e edital. Informamos que as propostas ofertadas estão em conformidade com o solicitado por esta administração, declarando **aptas** as propostas apresentadas pela empresa para os itens 24 e 25.

Para Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

REGINALDA MAIA DE SÁ
 Coordenadora da Gestão de Produtos Médicos - CGPM
 Decreto 103710/2025 (0058644900)



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 07/08/2025, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0063054269** e o código CRC **93407821**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.019713/2024-15

SEI nº 0063054269