



RONDÔNIA
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM SAÚDE - SESAU-CEAS

Parecer nº 173/2025/SESAU-CEAS

1. ASSUNTO

O presente parecer tem como finalidade apresentar uma análise técnica quanto ao atendimento, por parte das empresas avaliadas, aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência 0059195825. As empresas analisadas são:

EMPRESAS	ITENS	DOCUMENTO, ID.
STAR COMÉRCIO LTDA	7, 15, 24 e 25	0062516702
MEGMED LTDA	11 e 22	0062517530
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. – ME	13 e 17	0062518186
LANCO LTDA	14	0062518424

Os itens de hotelaria hospitalar, tem como objetivo atender o planejamento das ações das unidades, LACEN/RO, HOSPITAL REGIONAL DE BURITIS, Assistência Médica Intensiva AMI-24H, HEURO - Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal, Hospital de Retaguarda de Rondônia, Laboratório Estadual de Patologia e Análises Clínicas, POLICLÍNICA OSWALDO CRUZ - POC/SESAU, Serviço de assistência Multidisciplinar domiciliar-SAMD, Hospital Regional de São Francisco do Guaporé - HRSF, João Paulo II, CEMETRON, HOSPITAL REGIONAL DE EXTREMA, Hospital Infantil Cosme e Damião - HICD, HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL, Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HBAP.

A referência para análise consta no Termo de Referência (0059195825).

A documentação analisada foi encaminhada pelo (Despacho 0062129738).

2. ANÁLISE TÉCNICA

ITEM	ID SEI	OBJETO	Descrição Termo de Referência (0059195825)	Descrição da Proposta - Marca/Modelo	ANÁLISE	OBSERVAÇÃO

7	CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS (ADULTO) TIPO PADRAO	<ul style="list-style-type: none"> • Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual; • Tipo construtivo: dobrável; • Material estrutura: aço carbono ou alumínio; • Acabamento estrutura: pintura epóxi; • Tipo de uso: locomoção; • Tamanho: adulto; • Apoio braço: apoio braços fixos; • Acabamento do encosto e assento: encosto e assento em nylon; Apoio pernas: elevação de pernas; • Apoio panturrilha; • Tipo de pneu: pneus dianteiros maciços; • Tipo pneu traseiro: traseiro maciço; • Tipo freio: freio bilateral; Apoio pés: apoio pés removível; • Capacidade máxima: até 250 kg • CATÁLOGO/FOLDERS/ENCARTE/FOLHETO TÉCNICO: Deverá apresentar o FOLDERS/ENCARTES/ FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS. 	MARCA: ORTOMOBIL MODELO: MA3FO ANVISA: 81470860002	NÃO ATENDE	<p>Capacidade carga inferior ao requerido.</p> <p>Ofertado : 200 kg</p> <p>Solicitado: 250 kg.</p>	
15	CARRINHO PARA PCR (Parada Cardio-Respiratória) - Montagem totalmente modular	<ul style="list-style-type: none"> • Montagem totalmente modular; • Estrutura em chapa de aço; • Bandejas superior e inferior fixas em chapa de aço laminada puxadores laterais e traseiro; • Mínimo de 4 gavetas com puxador; • Com trilhos telescópicos de deslizar suave permitindo abertura total das gavetas; • Divisórias para medicação na 1ª gaveta; • Suporte de oxigênio em chapa de aço; • Suporte para desfibrilador, monitor ou cardioversor; • Tábua de massagem cardíaca; • Calha de tomadas com capacidade de 4 A com 4 pontos, 2P + T, com cabo de força de 3m com interruptor e com filtro de linha; • CATÁLOGO/FOLDERS/ENCARTE/FOLHETO TÉCNICO: Deverá apresentar o FOLDERS/ENCARTES/ FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS. 	MARCA: RHTC MODELO: COD 1028	ATENDE		

	0062516702				
24	BIOMBO FIXO	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensões mínimas: altura de 1500mm e comprimento de 2200mm com no mínimo 06 placas em policarbonato; • Face Modular fabricada em perfil de alumínio extrudado, dotados com canal para acoplamento de placa de policarbonato; • Redução de barulho e proteção contra impacto mecânico; • Puxador frontal anatômico embutido no policarbonato, fabricado em ABS; • Tampas dos perfis de dobradiça da coluna e da base em ABS; • Eixo de rotação das faces, com formas de engrenagens macho e fêmea, com 360º de giro, fabricado em ABS; • CATÁLOGO/FOLDERS/ENCARTE/FOLHETO TÉCNICO: Deverá apresentar o FOLDERS/ENCARTES/ FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS. especificado na proposta de preços 	MARCA: TWB MODELO: FIXO - SCREENFLE X	NÃO ATENDE	<p>Não atende:</p> <p>Painéis em composição de vinílico, quando foi solicitado em policarbonato;</p>
25	BIOMBO MÓVEL FECHA LEITO	<ul style="list-style-type: none"> • Retrátil Móvel de 03 Placas em Policarbonatos; • Face modular fabricada em perfil de alumínio extrudado; • Perfil de dobradiça, localizado entre todas as faces modulares que compõe os Biombo; • Perfil da coluna da base, localizado entre as placas modulares que compõe o Biombo; • Placa de fechamento da face modular com espessura de mínima de 2mm em policarbonato na cor branca; • Puxador frontal anatômico embutido no policarbonato; • Eixo de rotação das faces, com forma de engrenagens macho e fêmea, com 360 graus de giro, com 6 rodízios com freio; • CATÁLOGO/FOLDERS/ENCARTE/FOLHETO TÉCNICO: Deverá apresentar o FOLDERS/ENCARTES/ FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS especificado na proposta de preços. 	MARCA: TWB MODELO: FIXO - SCREENFLE X	NÃO ATENDE	<p>Não atende:</p> <p>Painéis em composição de vinílico, quando foi solicitado em policarbonato;</p>

11	CARRO MACA AVANÇADO	<ul style="list-style-type: none"> • Estrutura: Confeccionada em aço inox, revestida por carenagem em fiberglass ou similar; • Leito em material polimerico resistente e fácil higienização; • Incluindo colchonete d-33, revestimento em courvin, dotado de zíper permitindo higienização total do conjunto; • Com grades laterais: confeccionadas em aço inoxidável; • Suporte de soro com 04 ganchos; • Movimentos do leito hidráulico, elevar/baixar, sendo que apoio de pernas e dorso: os movimentos do apoio de pernas e dorso são proporcionados por sistema; • Trendelenburg/reverso: os movimentos de trendelenburg e reverso são facilmente proporcionados por pressionamento manual de alavanca mecânica, sistema duplo rodízio, possuindo freios em diagonais. • Protetores laterais e frontais. equipamento dotado de proteções anti choques laterais e frontais; • Capacidade: até 180 kg; • CATÁLOGO/FOLDERS/ENCARTE/FOLHETO TÉCNICO: Deverá apresentar o FOLDERS/ENCARTES/ FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS. 	MARCA: RENOVAR / MODELO: MR 232	ATENDE	
22	0062517530	<ul style="list-style-type: none"> • Maca clínica, material: aço inoxidável, po: obeso; • Acabamento da super cie; • Pintura eletrostática; Rodas: 4 rodízios 8", sendo 2 com freio; C • comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m; • Capacidade de carca: até 300 kg; • Componentes: suporte soro removível; • Componentes 01: para-choque emborrachado; • Características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira; • Características adicionais 01: grades escamoteáveis; • Acessórios: leito fixo c, colchão, courvin; • CATÁLOGO/FOLDERS/ENCARTE/FOLHETO TÉCNICO: Deverá apresentar o FOLDERS/ENCARTES/ FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS. 	MARCA: RENOVAR MODELO: MR1013 O	ATENDE	

			<ul style="list-style-type: none"> • Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas; • Perfis em alumínio extrudado com liga Al 6063 témpera 5, com dimensões normalizadas e canais para utilização de porcas molas deslizantes M5 ou M6; • Bandeja superior em chapa de aço inox; • Suporte de soro, ajuste de regulagem de altura sem a utilização de parafusos, com ganchos em nylon 6; • 12 gavetas em chapa de aço fosfatizada com porta etiqueta, com laterais internas em alumínio divididas em 02 colunas com 06 gavetas cada com sistema de fecho único, sendo 01 para cada coluna, com chave e com trilhos telescópicos; • 04 Rodízios totalmente inoxidáveis, resistentes a hipoclorito de sódio, sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava; • Cor branca; • CATÁLOGO/FOLDERS/ENCARTE/FOLHETO TÉCNICO: Deverá apresentar o FOLDERS/ENCARTES/ FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS. 	Marca/modelo: MAD-U	ATENDE	Obs: modelo com 12 gavetas
13	CARRO PARA MATERIAIS DIVERSOS COM 12 GAVETAS	0062518186	<ul style="list-style-type: none"> • Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, isento de soldas, rebarbas e arestas cortantes; • Estrutura em tubo redondo de aço inox diâmetro $\frac{3}{4}$, com cantoneiras de montagem em poliamida; • Tampo de trabalho em chapa de aço inox escovado; • Chapa inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas, formando arestas arredondadas, de fácil assepsia sem causar ferimentos nos usuários; • Arco superior, composto por 2 tubos em "L" de 700x440mm cada, com conexão macho/fêmea, removível para esterilização, contendo um total de 12 ganchos em inox com diâmetro de 3mm, comprimento de 60mm, distantes 50mm um do outro, para instrumental cirúrgico; • Para choque nos 4 cantos do carrinho em poliamida; • 04 Rodízios , totalmente inoxidáveis, com garfo e aro em nylon totalmente inoxidáveis, resistentes a hipoclorito de sódio, sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava; • Acabamento: Aço inox escovado; • Dimensão APPROX: Alt total de 1650mm (sendo até o tampo 950mm, e arco com 700mm) x Larg 900mm x Prof 600mm; • CATÁLOGO/FOLDERS/ENCARTE/FOLHETO TÉCNICO: Deverá apresentar o FOLDERS/ENCARTES/ FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS 	Marca/modelo: Renascer	ATENDE	

			<ul style="list-style-type: none"> • Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas; • Perfis estruturais em aço tubular fosfatizado; • 1 Bandeja superior em chapa de aço laminada com grade de proteção e puxador frontal; • 4 Prateleiras fixas em chapa de aço; • 12 Caixas A 60 x L 132 x P 320mm e 02 caixas A 100 x L 268 x P 320mm (dimensões mínimas), em policarbonato injetado sob pressão na cor Cinza Claro com sistema de identificação em 2 faces e canais internos que possibilita uma ampla modularidade de divisórias; • Configuração de 8 divisões por caixa na cor cinza claro; • 1 Cesto inferior em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada; • Pés em chapa de aço SAE 1010 fosfatizada; • Rodízios: 2 com trava e 2 sem trava.; • CATÁLOGO/FOLDERS/ENCARTE/FOLHETO TÉCNICO: Deverá apresentar o FOLDERS/ENCARTES/ FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS. 	MARCA/MODELO: LANCO/ LT4000 FABRICANTE: LANCO	ATENDE	
14	0062518424	CARRO PARA MATERIAIS/ MEDICAMENTOS				

A análise fora devidamente realizada mediante as especificações das propostas apresentadas, apresentação de CATÁLOGO/FOLDERS/ENCARTE/FOLHETO TÉCNICO, segundo os parâmetros do Termo de Referência (0058579763).

3. CONCLUSÃO

Pelo exposto, conclui-se que a documentação apresentada pela empresa **ATENDEM PARCIALMENTE** ao requerido no Termo de Referência (0058579763), nas seguintes análises:

EMPRESAS	ITENS	DOCUMENTO, ID.	ANÁLISE
STAR COMÉRCIO LTDA	7	0062516702	NÃO ATENDE
	15		ATENDE
	24		NÃO ATENDE
	25		NÃO ATENDE
MEGMED LTDA	11	0062517530	ATENDE
	22		ATENDE
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. – ME	13	0062518186	ATENDE
	17		ATENDE
LANCO LTDA	14	0062518424	ATENDE

Este parecer se limita à análise técnica das especificações dos itens e das propostas apresentadas, tomando como base apenas as documentações constantes nos autos e consulta aos link's informados.

É o parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho, data e hora do sistema.

THIAGO DO CARMO BRASIL
Coordenador de Engenharia e Arquitetura em Saúde
Nomeado pelo Decreto 108021/2025 (0062747554)



Documento assinado eletronicamente por **Thiago do Carmo Brasil, Coordenador(a)**, em 04/08/2025, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0062872107** e o código CRC **B788D99F**.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0036.057526/2023-59

SEI nº 0062872107