



RONDÔNIA

Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 25/2025/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU - CGPMNPL**

Para: **SUPEL - COSAU4**

Processo Nº: 0036.019713/2024-15

Assunto: **Parecer Técnico Farmacêutico.**

Considerando os Ofícios nº 1040 e nº 4157, protocolados sob os SEI nº0062325733 e 0062467972, respectivamente, os quais solicitam análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90386/2024, esta **Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM)**, por meio do **Núcleo de Processos Licitatórios (NPL)**, apresenta o seguinte parecer:

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.019713/2024-15							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90386/2024/SUPEL/RO/CME.							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRITIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	ID: 7104 - BOBINA EM PAPEL TÉRMICO BRANCO, COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DA AUTOCLAVE DA MARCA SERCON HS 20432 E HS8741, COR BRANCA. MEDINDO 57 MM X 15 M. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	CENTRALMIX COMERCIAL	ALOFORM	ISENTO	APTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.

2	ID: 8742 - BOBINA PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESSÃO, FORMATO DE 57MM X 25M, GRAMATURA 56G, COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DO EQUIPAMENTO BAUMER MODELO: BO201-105. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	CENTRALMIX COMERCIAL	ALOFORM	ISENTO	APTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.
4	ID: 2441 - CUBA PLÁSTICA RETANGULAR EM POLIETILENO LINEAR DE ALTA RESISTENCIA A PESO E IMPACTO, COM TAMPA, CAPACIDADE ENTRE 38 E 50 LTS, APROPRIADO PARA USO COM SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E NA LAVAGEM DE INSTRUMENTAL CIRURGICO EM CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO, FOTORESISTENTE, DIMENÇÕES EXTERNAS APROXIMADAS VARIANDO + OU - 5 CM: 55 CM COMPRIMENTO, 36 CM DE LARGURA E 20 CM DE ALTURA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	PABLO LUIS MARTINS	BOLIVAR/245PT	Não informado	INAPTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE E NO CATÁLOGO ENVIADO PELO FORNECEDOR, VERIFICOU-SE QUE O MODELO INFORMADO NÃO ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.

5	<p>ID: 2440 - CUBA (CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR EM POLIETILENO LINEAR DE ALTA RESISTÊNCIA A PESO E IMPACTO, COM TAMPA, CAPACIDADE ENTRE 65 E 75 LTS, APROPRIADO PARA USO COM SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E NA LAVAGEM DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO EM CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO, FOTORESISTENTE, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS VARIANDO + OU - 5 CM: 65 CM DE COMPRIMENTO, 40 CM DE LARGURA E 30 CM DE ALTURA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	<p>PABLO LUIS MARTINS</p>	<p>BOLIVAR/313PT</p>	<p>Não informado</p>	<p>INAPTA</p>	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, CONFORME VERIFICADO TANTO NO SITE DO FABRICANTE QUANTO NO CATÁLOGO ENVIADO PELO FORNECEDOR, O MODELO INFORMADO NÃO ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p>
---	---	-------------	---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

6	<p>ID: 1002576 - EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (WRAPS, MANTA OU INVÓLCRO) EM NÃO TECIDO SMS, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 (PESADO). BARREIRA A MICROORGANISMOS, LÍQUIDOS E PARTÍCULAS, ANTIESTÁTICO, RESPIRÁVEL PERMITINDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO VAPOR E A PENETRAÇÃO E REMOÇÃO DOS AGENTES ESTERILIZANTES. DEVE POSSUI BAIXÍSSIMO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS, LIVRE DE PERFORAÇÕES. RESISTENTE À TRAÇÃO EM TODAS AS DIREÇÕES, COM ASSEGURADO BFE DE APROXIMADAMENTE 90%. INDICADO PARA EMBALAR PACOTES DE ATÉ 5,0 KG, A EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE USO ÚNICO OBEDECE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14990-6 "SISTEMAS E MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE". TAMANHO APROXIMADO (PARA MAIS OU PARA MENOS DE 2 CM): 120 CM X 120 CM, O PRODUTO DEVE VIR COM EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO SACOS, COM IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE E Tamanho, ACONDICIONADA EMBALAGEM DE CAIXA DE PAPELÃO.</p>	1ª Colocada	<p>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO</p>	SNMED	Não informado	APTA	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p> <p>OBSERVAÇÃO: NA ENTREGA, SERÁ VERIFICADO SE O PRODUTO REALMENTE ATENDE À GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M² (PESO AFERIDO), INDICADA PARA EMBALAR PACOTES DE ATÉ 5,0 KG.</p>
---	--	-------------	--	-------	---------------	------	---

7	<p>ID: 8278 - EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (WRAPS, MANTA OU INVÓLUCRO) EM NÃO TECIDO SMS, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 (PESADO). BARREIRA A MICROORGANISMOS, LÍQUIDOS E PARTÍCULAS, ANTIESTÁTICO, RESPIRÁVEL PERMITINDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO VAPOR E A PENETRAÇÃO E REMOÇÃO DOS AGENTES ESTERILIZANTES. DEVE POSSUI BAIXÍSSIMO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS, LIVRE DE PERFURAÇÕES. RESISTENTE À TRAÇÃO EM TODAS AS DIREÇÕES, COM ASSEGURADO BFE DE APROXIMADAMENTE 90%. INDICADO PARA EMBALAR PACOTES DE ATÉ 5,0 KG. A EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE USO ÚNICO OBEDECE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14990-6 “SISTEMAS E MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE”. TAMANHO ENTRE 140 CM X 140 CM E 150 CM X 150 CM, O PRODUTO DEVE VIR COM EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO SACOS, COM IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE E TAMANHO, ACONDICIONADA EMBALAGEM DE CAIXA DE PAPELÃO.</p>	1 ^a Colocada	MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO	SNMED	Não informado	APTA	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p> <p>OBSERVAÇÃO: NA ENTREGA, SERÁ VERIFICADO SE O PRODUTO REALMENTE ATENDE À GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M² (PESO AFERIDO), INDICADA PARA EMBALAR PACOTES DE ATÉ 5,0 KG.</p>
---	---	-------------------------	---	-------	---------------	------	---

8	<p>ID: 8160 - EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (WRAPS, MANTA OU INVÓLUCRO) EM NÃO TECIDO SMS, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 (PESADO). BARREIRA A MICROORGANISMOS, LÍQUIDOS E PARTÍCULAS, ANTIESTÁTICO, RESPIRÁVEL PERMITINDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO VAPOR E A PENETRAÇÃO E REMOÇÃO DOS AGENTES ESTERILIZANTES. DEVE POSSUI BAIXÍSSIMO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS, LIVRE DE PERFORAÇÕES. RESISTENTE À TRAÇÃO EM TODAS AS DIREÇÕES, COM ASSEGURADO BFE DE APROXIMADAMENTE 90%. INDICADO PARA EMBALAR PACOTES DE ATÉ 5,0 KG. A EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE USO ÚNICO OBEDECE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14990-6 "SISTEMAS E MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE". TAMANHO APROXIMADO (PARA MAIS OU PARA MENOS DE 2 CM): 40 CM X 40 CM, O PRODUTO DEVE VIR COM EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO SACOS, COM IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE E Tamanho, ACONDICIONADA EMBALAGEM DE CAIXA DE PAPELÃO.</p>	1ª Colocada	<p>DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES</p>	LUDAN	Não informado	APTO	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p> <p>OBSERVAÇÃO: NA ENTREGA, SERÁ VERIFICADO SE O PRODUTO REALMENTE ATENDE À GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M² (PESO AFERIDO), INDICADA PARA EMBALAR PACOTES DE ATÉ 5,0 KG.</p>
---	---	-------------	--	-------	---------------	------	---

10	<p>ID: 1002574 - EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (WRAPS, MANTA OU INVÓLCRO) EM NÃO TECIDO SMS, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 (PESADO). BARREIRA A MICROORGANISMOS, LÍQUIDOS E PARTÍCULAS, ANTIESTÁTICO, RESPIRÁVEL PERMITINDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO VAPOR E A PENETRAÇÃO E REMOÇÃO DOS AGENTES ESTERILIZANTES. DEVE POSSUI BAIXÍSSIMO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS, LIVRE DE PERFURAÇÕES. RESISTENTE À TRAÇÃO EM TODAS AS DIREÇÕES, COM ASSEGURADO BFE DE APROXIMADAMENTE 90%. INDICADO PARA EMBALAR PACOTES DE ATÉ 5,0 KG. A EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE USO ÚNICO OBEDECE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14990-6 "SISTEMAS E MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE". TAMANHO APROXIMADO (PARA MAIS OU PARA MENOS DE 2 CM): 75 CM X 75 CM O PRODUTO DEVE VIR COM EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO SACOS, COM IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE E Tamanho, ACONDICIONADA EMBALAGEM DE CAIXA DE PAPELÃO.</p>	1 ^a Colocada	<p>ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES</p>	<p>AMCOR SMS 50G 750X750</p>	<p>ISENTO RESOLUÇÃO- RE Nº 5.456/ 2020</p>	<p>APTO</p>	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO CATÁLOGO DA PROPOSTA VERIFICOU-SE REGISTRO DE Nº 80209610007 QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO. OBSERVAÇÃO: NA ENTREGA, SERÁ VERIFICADO SE O PRODUTO REALMENTE ATENDE À GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M² (PESO AFERIDO), INDICADA PARA EMBALAR PACOTES DE ATÉ 5,0 KG.</p>
----	--	-------------------------	---	------------------------------	--	-------------	---

12	<p>ID: 5377 - ENVELOPES AUTO-SELANTES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME “FLEX” MULTICAMADAS; INDICADOS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR E/OU ÓXIDO DE ETILENO; DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE SELADORA PARA O POIS POSSUI UMA FITA AUTO-ADESIVA PARA O FECHAMENTO DO ENVELOPE; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 140 MM X 290 MM E 150 MM X 300 MM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	<p>COVAN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORT</p>	<p>HOSPFLEX</p>	<p>Não informado</p>	<p>APTA</p>	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE REGISTRO DE N° QUE O ITEM ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p>
----	--	-------------	--	-----------------	----------------------	-------------	---

13	<p>ID: 5381 - ENVELOPES AUTO-SELANTES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME “FLEX” MULTICAMADAS; INDICADOS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR E/OU ÓXIDO DE ETILENO; DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE SELADORA PARA O POIS POSSUI UMA FITA AUTO-ADESIVA PARA O FECHAMENTO DO ENVELOPE; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 150 MM X 200 MM E 150 MM X 250 MM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	COVAN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORT	HOSPFLEX	Não informado	APTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ITEM ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.
----	--	-------------	---	----------	---------------	------	---

14	<p>ID: 10116 - ENVELOPES AUTO-SELANTES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME “FLEX” MULTICAMADAS; INDICADOS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR E/OU ÓXIDO DE ETILENO; DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE SELADORA PARA O POIS POSSUI UMA FITA AUTO-ADESIVA PARA O FECHAMENTO DO ENVELOPE; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 120 MM X 160 MM E 150 MM X 150 MM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	<p>COVAN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORT</p>	HOSPFLEX	Não informado	INAPTA	<p>FOI APRESENTADO O PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE AS DIMENSÕES INDICADAS NÃO CORRESPONDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO DESCRIPTIVO.</p>
----	--	-------------	--	----------	---------------	---------------	---

15	<p>ID: 5380 - ENVELOPES AUTO-SELANTES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME “FLEX” MULTICAMADAS; INDICADOS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR E/OU ÓXIDO DE ETILENO; DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE SELADORA PARA O POIS POSSUI UMA FITA AUTO-ADESIVA PARA O FECHAMENTO DO ENVELOPE; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 450 MM X 600 MM E 500 MM X 600 MM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	<p>ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES</p>	<p>AMCOR POUCH AZUL 450X600</p>	<p>ISENTO RESOLUÇÃO- RE Nº 5.456/ 2020</p>	APTA	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p>
----	--	-------------	---	---------------------------------	--	------	---

16	<p>ID: 8224 - ENVELOPES AUTO-SELANTES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME “FLEX” MULTICAMADAS; INDICADOS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR E/OU ÓXIDO DE ETILENO; DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE SELADORA POIS POSSUI UMA FITA AUTO-ADESIVA PARA O FECHAMENTO DO ENVELOPE; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 55 MM X 130 MM E 60 MM X 130 MM. EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	<p>COVAN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORT</p>	<p>HOSPFLEX</p>	Não informado	APTA	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p>
----	--	-------------	--	-----------------	---------------	------	---

17	<p>ID: 5378 - ENVELOPES AUTO-SELANTES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME “FLEX” MULTICAMADAS; INDICADOS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR E/OU ÓXIDO DE ETILENO; DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE SELADORA PARA O POIS POSSUI UMA FITA AUTO-ADESIVA PARA O FECHAMENTO DO ENVELOPE; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 300 MM X 500 MM E 330 MM X 450 MM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	<p>ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES</p>	<p>AMCOR POUCH AZUL 300X500</p>	<p>ISENTO RESOLUÇÃO-RE Nº 5.456/ 2020</p>	APTA	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p>
18	<p>ID: 2433 - ESCOVAS PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EM GERAL, COM CERCA DE 18 CM DE COMPRIMENTO, CERDAS EM AÇO EM UMA DAS EXTREMIDADES, CABO ANATÔMICO, MEDIDA APROXIMADA 180 MM X 35 MM X 5 MM, IDEAL PARA INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS ORTOPÉDICOS.A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	<p>DEVANT CARE COMERCIAL</p>	<p>SAFEMED</p>	<p>ISENTO</p>	APTA	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p>

19	<p>ID: 9504 - ESCOVAS ESPECIAIS PARA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, COM CERDAS EXTRAS RÍGIDAS COMO AÇO, FABRICADAS EM POLIAMIDA OU NYLON, DEVE PERMITIR UMA LIMPEZA PROFUNDA SEM AGREDIR O INSTRUMENTAL, ESPECIALMENTE EM RANHURAS E SUPERFÍCIES IRREGULARES. TAMANHO APROXIMADO 78-80 MM X 17-18 MM X 10-12 MM DA ÁREA ESCOVANTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	BERTHAX SURGICAL	PCA/ESCPLANAEXRIG	ISENTO	INAPTO	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE AS ESCOVAS ESPECIAIS PARA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO NÃO APRESENTAM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 78 A 80 CM, CONFORME EXIGIDO NO DESCRIPTIVO TÉCNICO, NÃO ATENDENDO, PORTANTO, ÀS ESPECIFICAÇÕES REQUERIDAS.</p>
20	<p>ID: 2430 - ESCOVAS ESPECIAIS PARA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, COM CERDAS EXTRAS RÍGIDAS COMO AÇO, FABRICADAS EM POLIAMIDA OU NYLON, DEVE PERMITIR UMA LIMPEZA PROFUNDA SEM AGREDIR O INSTRUMENTAL, ESPECIALMENTE EM RANHURAS E SUPERFÍCIES IRREGULARES. TAMANHO APROXIMADO 80 MM X 18 MM X 21 MM DA ÁREA ESCOVANTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	BERTHAX SURGICAL	PCA/ESCPLANAEXRIG	ISENTO	INAPTO	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE AS ESCOVAS ESPECIAIS PARA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO NÃO APRESENTAM AS AS DIMENSÕES APROXIMADAS QUE ATENDE CONFORME,E DESCRIPTIVO</p>

21	<p>ID: 2304 - ESCOVAS ESPECIAIS PARA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, COM CERDAS EXTRAS RÍGIDAS COMO AÇO, FABRICADAS EM POLIAMIDA OU NYLON, DEVE PERMITIR UMA LIMPEZA PROFUNDA SEM AGREDIR O INSTRUMENTAL, ESPECIALMENTE EM RANHURAS E SUPERFÍCIES IRREGULARES. TAMANHO APROXIMADO 80 MM X 18 MM X 28 MM DA ÁREA ESCOVANTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1 ^a Colocada	BERTHAX SURGICAL	PCA/ESCPLANAEXRIG	ISENTO	INAPTO	<p>FOI APRESENTADO O PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE AS ESCOVAS ESPECIAIS PARA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO NÃO APRESENTAM AS DIMENSÕES APROXIMADAS INDICADAS NO DESCRIPTIVO, QUE ATENDAM CONFORME ESPECIFICADO.</p>
22	<p>ID: 5072 - ESCOVA DE MÃO CERDAS FLEXÍVEIS EM NILON, PARA USO EM LIMPEZA DE MATERIAS CIRÚRGICOS EM CME, MEDIDAS APROXIMADAS DE 78 A 81 MM DE COMPRIMENTO X 19 MM X 20 MM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1 ^a Colocada	BERTHAX SURGICAL	PCA/ESCPLANAEXRIG	ISENTO	INAPTO	<p>FOI APRESENTADO O PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE AS ESCOVAS ESPECIAIS PARA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO NÃO APRESENTAM AS DIMENSÕES APROXIMADAS INDICADAS NO DESCRIPTIVO, QUE ATENDAM CONFORME ESPECIFICADO.</p>

	ID: 1000145 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM LÚMEN (CANULADOS LONGOS), COM CERDAS EM NYLON, REUTILIZÁVEL, COM HASTE FLEXÍVEL DE ARAME EM AÇO INOX TORCIDO COM PONTAS ARREDONDADAS DE 230 CM DE COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADAMENTE, HASTE COM ESCOVA DE 8 MM DE DIÂMETRO POR 50 MM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS	PCA	ISENTO	APTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.
24	ID: 1002002 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM LÚMEN (CANULADOS LONGOS), COM CERDAS EM NYLON, REUTILIZÁVEL, COM HASTE FLEXÍVEL DE ARAME EM AÇO INOX TORCIDO COM PONTAS ARREDONDADAS DE 230 CM DE COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADAMENTE, HASTE COM ESCOVA DE 10 MM DE DIÂMETRO POR 50 MM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	PCA ISENCAO 185.2001 CAIXA C/ 50	Não informado	INAPTO	NÃO FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA AO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE NÃO APRESENTA COMPRIMENTOS DAS CERDAS, E DIÂMETRO QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.

25	<p>ID: 5074 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM LÚMEN (CANULADOS LONGOS), COM CERDAS EM NYLON, REUTILIZÁVEL, COM HASTE FLEXÍVEL DE ARAME EM AÇO INOX TORCIDO COM PONTAS ARREDONDADAS DE 230 CM DE COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADAMENTE, HASTE COM ESCOVA DE 12.5 MM DE DIÂMETRO POR 50 MM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	PCA ISENCAO 185.2001 CAIXA C/ 50	Não informado	INAPTO	<p>NÃO FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA AO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE NÃO APRESENTA COMPRIMENTOS DAS CERDAS, E DIÂMETRO QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p>
26	<p>ID: 5073 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM LÚMEN (CANULADOS LONGOS), COM CERDAS EM NYLON, REUTILIZÁVEL, COM HASTE FLEXÍVEL DE ARAME EM AÇO INOX TORCIDO COM PONTAS ARREDONDADAS DE 230 CM DE COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADAMENTE, HASTE COM ESCOVA DE 6 MM DE DIÂMETRO POR 50 MM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	DEVANT CARE COMERCIAL	SAFEMED/FBC3-D01-60-240	ISENTO	APTA	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p>

27	<p>ID: 5070 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM LÚMEN (CANULADOS), COM CERDAS EM NYLON, REUTILIZÁVEL, COM HASTE FLEXÍVEL DE ARAME EM AÇO INOX TORCIDO COM PONTAS ARREDONDADAS DE 80 CM DE COMPRIMENTO</p> <p>TOTAL APROXIMADAMENTE, HASTE COM ESCOVA DE 1.5 MM DE DIÂMETRO POR 15 MM DE COMPRIMENTO</p> <p>APROXIMADAMENTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1 ^a Colocada	DEVANT CARE COMERCIAL	SAFEMED/FBC3-D02-15B-240	ISENTO	INAPTO	<p>FOI APRESENTADO O PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O MODELO INFORMADO DA ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM LÚMEN (CANULADOS LONGOS), NÃO APRESENTA PONTAS ARREDONDADAS DE 80 CM DE COMPRIMENTO</p> <p>TOTAL APROXIMADAMENTE</p> <p>.</p>
28	<p>ID: 1002010 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM LÚMEN (CANULADOS), COM CERDAS EM NYLON, REUTILIZÁVEL, COM HASTE FLEXÍVEL DE ARAME EM AÇO INOX TORCIDO COM PONTAS ARREDONDADAS DE 80 CM DE COMPRIMENTO</p> <p>TOTAL APROXIMADAMENTE, HASTE COM ESCOVA DE 2 MM DE DIÂMETRO POR 15 MM DE COMPRIMENTO</p> <p>APROXIMADAMENTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1 ^a Colocada	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	PCA ISENCAO 185.2001 CAIXA C/ 50	Não informado	INAPTO	<p>FOI APRESENTADO O PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O MODELO INFORMADO DA ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM LÚMEN (CANULADOS LONGOS), NÃO APRESENTA PONTAS ARREDONDADAS DE 80 CM DE COMPRIMENTO</p> <p>TOTAL APROXIMADAMENTE</p> <p>.</p>

29	<p>ID: 1000144 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM LÚMEN (CANULADOS), COM CERDAS EM NYLON, REUTILIZÁVEL, COM HASTE FLEXÍVEL DE ARAME EM AÇO INOX TORCIDO COM PONTAS ARREDONDADAS DE 80 CM DE COMPRIMENTO</p> <p>TOTAL</p> <p>APROXIMADAMENTE, HASTE COM ESCOVA DE 3 MM DE DIÂMETRO POR 25 MM DE COMPRIMENTO</p> <p>APROXIMADAMENTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	DEVANT CARE COMERCIAL	AQ-BR-IKIRCB-03100	ISENTO	APTA	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p>
30	<p>ID: 1000146 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM LÚMEN (CANULADOS), COM CERDAS EM NYLON, REUTILIZÁVEL, COM HASTE FLEXÍVEL DE ARAME EM AÇO INOX TORCIDO COM PONTAS ARREDONDADAS DE 80 CM DE COMPRIMENTO</p> <p>TOTAL</p> <p>APROXIMADAMENTE, HASTE COM ESCOVA DE 4 MM DE DIÂMETRO POR 25 MM DE COMPRIMENTO</p> <p>APROXIMADAMENTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	AOQUN BUSH	ISENTO	INAPTO	<p>FOI APRESENTADO O PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O MODELO INFORMADO DA ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM LÚMEN (CANULADOS LONGOS), NÃO APRESENTA PONTAS ARREDONDADAS DE 80 CM DE COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADAMENTE .</p>

31	<p>ID: 1000143 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM LÚMEN (CANULADOS), COM CERDAS EM NYLON, REUTILIZÁVEL, COM HASTE FLEXÍVEL DE ARAME EM AÇO INOX TORCIDO COM PONTAS ARREDONDADAS DE 80 CM DE COMPRIMENTO</p> <p>TOTAL APROXIMADAMENTE, HASTE COM ESCOVA DE 5 MM DE DIÂMETRO POR 25 MM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	DEVANT CARE COMERCIAL	AOQUN BUSH/AQ-BR-IKIRCB-05100	ISENTO	APTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.
32	<p>ID: 7040 - ESCOVAS PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EM GERAL, COM CERCA DE 17 CM DE COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON NAS DUAS EXTREMIDADES, MEDIDA 175 MM X 10 MM X 5 MM, SENDO QUE EM UMA DAS EXTREMIDADES TEM TRÊS FILAS DE CERDAS PARA DESCONTAMINAÇÃO EM GERAL, E NA OUTRA UMA ÚNICA FILA PRA DESCONTAMINAÇÃO DELICADA E FINA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	TECPLUS LTDA	TECH-STERI	INSENTO	APTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.

33	<p>ID: 1002005 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR (JARROS) TIPO ESCOVA DE MAMADEIRA COM CERDAS EM NYLON E CABO EM ARAME TORCIDO, COM CERCA DE 10 A 15 CM DE COMPRIMENTO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	DEVANT CARE COMERCIAL	AOQUN BUSH/AQ-BR-JB-SSWHTL-054	ISENTO	APTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.
34	<p>ID: 2439 - KIT DE ESCOVAS PARA LIMPEZA DE AUTOCLAVES CONTENDO: CABO TELESCÓPICO DE ALUMÍNIO QUE VARIA DE 60 CM A 120 CM DE COMPRIMENTO. ESCOVA PARA LIMPEZA COM CERDAS DE NYLON CATEGORIA BRANCA MÉDICA, 14 CM DE LARGURA POR 19 CM DE COMPRIMENTO (TAMANHO DE ÁREA ESCOVANTE APROXIMADA) COM CERDAS ARREDONDADAS. ESCOVA DE MÃO, 11,5 CM X 14 CM DE COMPRIMENTO (TAMANHO DE ÁREA ESCOVANTE APROXIMADA) EM NYLON CATEGORIA BRANCA MÉDICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	BERTHAX SURGICAL	PCA/KITAUTOCLAVE	Não informado	APTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.

36	<p>ID: 10472 - ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACOTES CIRÚRGICOS, COM DUPLA CAMADA ADESIVA QUE PROMOVA BOA ADERÊNCIA EM INVÓLUCRO SMS, PAPEL E TECIDO, ESTERILIZÁVEL, COM INDICADOR QUÍMICO CLASSE 1, CONTENDO NO MÍNIMO SETE CAMPOS DE INFORMAÇÕES COMO: DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, NÚMERO DE PEÇAS, CICLO, LOTE, AUTOCLAVE E RESPONSÁVEL.</p> <p>ETIQUETA DE TAMANHO APROXIMADO (ATÉ 3 CM DE VARIAÇÃO PARA MAIS EM AMBOS OS LADOS) 9 CM X 5 CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	TECPLUS LTDA	TECH-STERI	ISENTO	APTA	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p>
----	---	-------------	--------------	------------	--------	------	---

37	<p>ID: 5358 - FITA ADESIVA HOSPITALAR COMPOSTA DE PAPEL CREPADO BRANCO E ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA, NÃO DEVE DEIXAR RESÍDUOS, UTILIZADA PARA FECHAMENTO DE PACOTES A SEREM ESTÉRILIZADOS À VAPOR E USO GERAL NOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES.</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS: 19 MM X 50 M. A FITA DEVE TER FACIL DESPRENDIMENTO QUANDO DESENROLADA, SEM ROMPER FACILMENTE AO PUXAR. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, UNITÁRIA, SEGURA, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O USO. E RESPONSÁVEL TÉCNICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	STAR COMERCIO	CIEX	ISENTO	APTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.
38	<p>ID: 8349 - FITA ADESIVA ZEBRADA COM INDICADOR QUÍMICO, PRÓPRIA PARA FECHAMENTO DE PACOTES A SEREM EXPOSTOS EM AUTOCLAVE A PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO VH2O2, A MESMA DEVE MUDAR A COR QUANDO EXPOSTA O AGENTE ESTERILIZANTE DURANTE A DIFUSÃO NO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	TECPLUS LTDA	TECH-STERI	INSENTO -	APTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.

39	<p>ID: 1036 - FITA ADESIVA UTILIZADA COMO INDICADOR QUÍMICO DE PROCESSO DE ESTÉRILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVES, COM PINTABILIDADE SEGURA. FACE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA QUE FIXE PACOTES DE SMS E TECIDO, FACE EXTERNA COM LISTRAS QUE CONTENHAM UM COMPONENTE QUÍMICO TERMO REATIVO CAPAZ DE MUDAR DE UMA COLORAÇÃO QUALQUER PARA A COR NEGRA, COR ESTA QUE FACILITE A VISUALIZAÇÃO CLARA E SEM DÚVIDAS, APÓS SER UTILIZADA NAS ETAPAS DE ESTÉRILIZAÇÃO POR AUTOCLAVAGEM. A FITA DEVE TER FACIL DESPRENDIMENTO QUANDO DESENRRROLADA, SEM ROMPER FACILMENTE AO PUXAR. DIMENSÕES MINIMAS: 18MM X 30M, OU SUPERIOR, EMBALAGEM PLÁSTICA, UNITÁRIA, SEGURA, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O USO. E RESPONSÁVEL TÉCNICO. (ISO 11140-1). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	STAR COMERCIO	CIEX	ISENTO	APTA	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p>
----	---	-------------	---------------	------	--------	------	---

40	ID: 7041 - FITA PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MEDINDO ENTRE 5 MM OU 6 MM EM ROLO OU FOLHA (CARTELA), TOTALIZANDO 6 METROS DE FITA APROXIMADAMENTE, NA COR AMARELO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1 ^a Colocada	NELSON PAULO SILVA DOS SANTOS -	IDENTICOLOR/ AUTHENTICA	ISENTO	INAPTO	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA, NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM SITE REFERENTE À MARCA ENVIADA. ALÉM DISSO, OS TAMANHOS NÃO ATENDEM AO DESCrito EXIGIDO.
41	ID: 7042 - FITA PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MEDINDO ENTRE 5 MM OU 6 MM EM ROLO OU FOLHA (CARTELA), TOTALIZANDO 6 METROS DE FITA APROXIMADAMENTE, NA COR AZUL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1 ^a Colocada	NELSON PAULO SILVA DOS SANTOS -	IDENTICOLOR/ AUTHENTICA	ISENTO	INAPTO	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA, NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM SITE REFERENTE À MARCA ENVIADA. ALÉM DISSO, OS TAMANHOS NÃO ATENDEM AO DESCrito EXIGIDO.
42	ID: 7043 - FITA PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MEDINDO ENTRE 5 MM OU 6 MM EM ROLO OU FOLHA (CARTELA), TOTALIZANDO 6 METROS DE FITA APROXIMADAMENTE, NA COR BRANCA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1 ^a Colocada	NELSON PAULO SILVA DOS SANTOS -	IDENTICOLOR/ AUTHENTICA	ISENTO	INAPTO	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA, NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM SITE REFERENTE À MARCA ENVIADA. ALÉM DISSO, OS TAMANHOS NÃO ATENDEM AO DESCrito EXIGIDO.

43	<p>ID: 10562 - FITA PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MEDINDO ENTRE 5 MM OU 6 MM EM ROLO OU FOLHA (CARTELA), TOTALIZANDO 6 METROS DE FITA APROXIMADAMENTE, NA COR CINZA OU PRETA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1 ^a Colocada	NELSON PAULO SILVA DOS SANTOS	IDENTICOLOR/ AUTHENTICA	ISENTO	INAPTO	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA, NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM SITE REFERENTE À MARCA ENVIADA. ALÉM DISSO, OS TAMANHOS NÃO ATENDEM AO DESCrito EXIGIDO.</p>
44	<p>ID: 10531 - FITA PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MEDINDO ENTRE 5 MM OU 6 MM EM ROLO OU FOLHA (CARTELA), TOTALIZANDO 6 METROS DE FITA APROXIMADAMENTE, NA COR LARANJA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1 ^a Colocada	NELSON PAULO SILVA DOS SANTOS	IDENTICOLOR/ AUTHENTICA	ISENTO	INAPTO	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA, NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM SITE REFERENTE À MARCA ENVIADA. ALÉM DISSO, OS TAMANHOS NÃO ATENDEM AO DESCrito EXIGIDO.</p>
45	<p>ID: 10533 - FITA PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MEDINDO ENTRE 5 MM OU 6 MM EM ROLO OU FOLHA (CARTELA), TOTALIZANDO 6 METROS DE FITA APROXIMADAMENTE, NA COR LILÁS OU ROXO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1 ^a Colocada	NELSON PAULO SILVA DOS SANTOS	IDENTICOLOR/ AUTHENTICA	ISENTO	INAPTO	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA, NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM SITE REFERENTE À MARCA ENVIADA. ALÉM DISSO, OS TAMANHOS NÃO ATENDEM AO DESCrito EXIGIDO.</p>

46	<p>ID: 10534 - FITA PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MEDINDO ENTRE 5 MM OU 6 MM EM ROLO OU FOLHA (CARTELA), TOTALIZANDO 6 METROS DE FITA APROXIMADAMENTE, NA COR MARROM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1 ^a Colocada	NELSON PAULO SILVA DOS SANTOS	IDENTICOLOR/ AUTHENTICA	ISENTO	INAPTO	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA, NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM SITE REFERENTE À MARCA ENVIADA. ALÉM DISSO, OS TAMANHOS NÃO ATENDEM AO DESCrito EXIGIDO.</p>
47	<p>ID: 7044 - FITA PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MEDINDO ENTRE 5 MM OU 6 MM EM ROLO OU FOLHA (CARTELA), TOTALIZANDO 6 METROS DE FITA APROXIMADAMENTE, NA COR VERDE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1 ^a Colocada	NELSON PAULO SILVA DOS SANTOS	IDENTICOLOR/ AUTHENTICA	ISENTO	INAPTO	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA, NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM SITE REFERENTE À MARCA ENVIADA. ALÉM DISSO, OS TAMANHOS NÃO ATENDEM AO DESCrito EXIGIDO.</p>
48	<p>ID: 7045 - FITA PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MEDINDO ENTRE 5 MM OU 6 MM EM ROLO OU FOLHA (CARTELA), TOTALIZANDO 6 METROS DE FITA APROXIMADAMENTE, NA COR VERMELHO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1 ^a Colocada	NELSON PAULO SILVA DOS SANTOS	IDENTICOLOR/ AUTHENTICA	ISENTO	INAPTO	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA, NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM SITE REFERENTE À MARCA ENVIADA. ALÉM DISSO, OS TAMANHOS NÃO ATENDEM AO DESCrito EXIGIDO.</p>

49	ID: 10423 - BOBINA FITA TEFLON PTFE COM ADESIVO, PARA SELADORA, TAMANHO 13 MM X 15 METROS, ESPESSURA 0,13MM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	CENTRALMIX COMERCIAL	PROCESSO INDUSTRIAL	ISENTO	APTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.
50	ID: 2442 - FITA TINTA REFIL ERC 09 OU COMPATÍVEL, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA AUTOCLAVE MODELO STERIS SERCON HS 20432 E HS8741. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	CENTRALMIX COMERCIAL	MASTERPRINT	ISENTO	APTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.
51	ID: 10473 - FORRO PARA CAIXA CIRÚRGICA ABSORVENTE DE USO ÚNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM FIBRAS DE VISCOSE E POLIÉSTER OU POLIPROPILENO, SEM LATÉX, COM MEDIDAS ENTRE 50 CM X 65 CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	COVAN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORT	POLAR FIX	Não informado	APTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.
	ID: 6756 - INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO						

52	<p>BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPRAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C a 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS E OU PACOTES DE 250 OU 200 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	<p>IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO</p>	ULTRATEST	ISENTO	INAPTO	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O MATERIAL NÃO APRESENTA A TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA CONFORME DESCrito. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPRAR TRÊS VALORES DE TEMPERATURA DECLARADOS: 121°C, UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA E 135°C, TODOS CORRELACIONADOS COM O RESPECTIVO TEMPO DE MORTE MICROBIANA...</p>

53	<p>ID: 3537 - INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 6 DO TIPO EMULADOR, PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, EFETIVO ENTRE CICLOS DE 7 MINUTOS A 134°, 9 MINUTOS A 128° E 20 MINUTOS A 121° C, COM LEITURA PROGRESSIVA POR MÉTODO DE MUDANÇA DE COR (CONFORME GUIA DE REFERÊNCIA DE CADA FABRICANTE), ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO. COM INFORMAÇÕES EXTERNAS DE: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS E OU PACOTES DE 250 OU 200 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	DTECH LTDA	TSI-T602P	Não informado	APTA	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p>
----	---	-------------	------------	-----------	---------------	------	---

54	<p>ID: 1002704 - INDICADOR QUÍMICO INTERNO EM TIRAS PARA CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO VH202, MUDANÇA DE UMA COR CLARA PARA OUTRA MAIS ESCURA QUANDO EXPOSTO AO AGENTE ESTERILIZANTE DURANTE A DIFUSÃO NO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. COM INFORMAÇÕES EXTERNAS DE: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS E OU PACOTES DE 200 OU 250 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	DEVANT CARE COMERCIAL	STERISTAR/C-1080	ISENTO	APTA	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p>
----	---	-------------	-----------------------	------------------	--------	------	---

55	<p>ID: 1002705 - INDICADOR QUÍMICO PARA TERMODESINFECTOR A BASE DE SOIL TESTE - INDICADOR O QUÍMICO FABRICADO DE UMA SUBSTÂNCIA DE SUBSTRATO DE PLÁSTICO QUE É IMPRESSA DOS DOIS LADOS, COM O PADRÃO DE FÓRMULA SECO DO SOIL TESTE. INCLUI DUAS FORMAS DE PROTEÍNA, LIPÍDEOS E POLISSACARÍDEOS, PARA IMITAR AS DIFICULDADES DE LIMPEZA NOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS. INDICADOS PARA SEREM USADOS DENTRO DE CADA CESTO OU BANDEJA PARA VERIFICAR A EFICÁCIA DA LIMPEZA DO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO NAS LAVADORAS DESINFETADORAS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	TECPLUS LTDA	TECH-STERI	ISENTO	APTA	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p>
59	<p>ID: 2302 - LUVA CONFECCIONADA COM SUPORTE TÊXTIL 100% ALGODÃO COM REVESTIMENTO TOTAL DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC); PVC C/ST A (ACABAMENTO ÁSPERO NA PALMA, DEDOS E DORSO). COMPRIMENTO: 60 CM. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO. UNIDADE DE AQUISIÇÃO: PAR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	DRW COMERCIO LTDA	PLASTOR	C.A 34.570	APTO	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p>

60	<p>ID: 1002701 - LUVA DE ALTA TEMPERATURA DE 05 DEDOS, EM GRAFATEX, COM FORRO DE ALGODÃO, COM RESISTÊNCIA TÉRMICA ATÉ 250C, COM COMPRIMENTO SUPERIOR A 30 CM PERMITINDO A PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO, COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO VÁLIDO. UNIDADE DE AQUISIÇÃO: PAR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1 ^a Colocada	STAR COMERCIO	GAMILU/119ALG VA	CA:37.097	APTO	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p>
----	--	-------------------------	---------------	---------------------	-----------	------	---

61	<p>ID: 7436 - PACOTE TESTE BOWIE DICK PARA EQUIPAMENTOS QUE ESTERILIZA VOLUMES ACIMA DE 6KG, CONSTITUÍDO POR UMA FOLHA DE TESTE IMPRESSA COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR; ATÓXICO, LIVRE DE METAIS PESADOS, EM CONFORMIDADE COM A ISSO 11140-1, QUE APÓS EXPOSIÇÃO DE 3,5 A 4 MINUTOS A 134°C EM AUTOCLAVE PRÉ-VÁCUO NO CILO DE BOWIE DICK, MUDE UNIFORMEMENTE DE COR CLARA PARA COR ESCURA, POSSIBILITANDO A LEITURA DOS SEGUINTESS PARÂMETROS: REMOÇÃO DE AR (AR RESIDUAL), PENETRAÇÃO DO VAPOR, PRESENÇA OU AUSÊNCIA DE GASES NÃO CONDENSÁVEIS, SUPERAQUECIMENTO OU TEMPO PROLONGADO DE EXPOSIÇÃO E DE UMIDADE DE VAPOR. ESTA FOLHA DEVE ESTAR DISPOSTA ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM PAPEL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORME UM PACOTE, COM INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	<p>DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA</p>	D.TECH/BOWIE & DICK	ISENTO	APTO	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p>
----	--	-------------	---	---------------------	--------	------	---

63	<p>ID: 10585 - TESTE DE DETECÇÃO DE PROTEÍNA PARA INSTRUMENTAIS. COM INTERPRETAÇÃO DE RESULTADO POR MUDANÇA DE COR RÁPIDOS, PERMITEM VERIFICAR RESÍDUOS DE PROTEÍNAS EM INSTRUMENTAIS, INCLUINDO ENDOSCÓPIOS FLEXÍVEIS. UTILIZANDO COMO PARTE DE SEU PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE LIMPEZA AJUDARÁ A IDENTIFICAR ÁREAS ONDE A LIMPEZA PRECISA MELHORAR, PROTEGENDO OS PACIENTES DE INFECÇÕES. O TESTE DE DETECÇÃO DE PROTEÍNAS UTILIZA UM MÉTODO DE LIGAÇÃO DE CORANTE SIMPLES PARA A DETECÇÃO DE PROTEÍNAS QUE RESULTA EM UMA MUDANÇA DE COR CLARA E FÁCIL DE VISUALIZAR, QUANDO A PROTEÍNA É DETECTADA A SOLUÇÃO MUDA DE COR. SE A SOLUÇÃO PERMANECE DA MESMA COR, O PROCESSO DE LIMPEZA FOI EFICIENTE NA ÁREA VERIFICADA/TESTADA. ALÉM DA SIMPLES DETECÇÃO DE PROTEÍNAS, O TESTE PRODUZ RESULTADOS SEMI-QUANTITATIVOS: QUANTO MAIOR A CONCENTRAÇÃO DE PROTEÍNA PRESENTE NA SOLUÇÃO, MAIOR É A INTENSIDADE DA MODIFICAÇÃO DA COLORAÇÃO QUE APARECE NOS FRASCOS DE TESTE. O TESTE É SENSÍVEL A 1 µG DE PROTEÍNA E NÃO É NECESSÁRIA INCUBAÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.</p>	1 ^a Colocada	DTECH LTDA	TSI /TSI-P100	RDC 185/2001 - ANVISA	APTA			<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ITEM ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p>
	<p>ID: 1002700 - TESTE DESAFIO PARA</p>								

64	<p>CONTROLE E LIBERAÇÃO DE CARGA DE AUTOCLAVE; O KIT COMPOSTO POR UM DISPOSITIVO QUE É UM SISTEMA DE BARREIRA, ASSOCIADO A UM EMULADOR QUÍMICO CLASSE 5 OU 6; O DISPOSITIVO POROSO REUTILIZÁVEL QUE SUPORTA ENTRE 250 E 500 CICLOS A DEPENDER DO FABRICANTE, SIMULA A RESISTÊNCIA DE UM PACOTE DESAFIO PADRÃO AAMI DE 16 TOALHAS, AS DIMENSÕES INTERNAS DO TUBO DEVEM SER COMPATÍVEIS COM O ACONDICIONAMENTO DO TESTE BIOLÓGICO E O EMULADOR QUÍMICO PARA EMBARQUE NO CICLO DE AUTOCLAVAGEM, ESSA CÁPSULA DO DISPOSITIVO AVALIA ASSIM OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO. APRESENTA UMA DAS EXTREMIDADES UMA TAMPA POR ONDE SERÁ INTRODUZIDO OS INDICADORES BIOLÓGICOS E QUÍMICOS, DO OUTRO OU NA MESMA TAMPA, UM SISTEMA QUE PERMITA A RETIRADA DO AR E A PENETRAÇÃO DO VAPOR. EMULADORES QUÍMICOS CLASSE 5 OU 6 (CICLOS 134° 3,5 MIN/121° 20MIN PARA CLASSE 6) NORMA ISO 11140-1:2014 LEITURA DO RESULTADO POR MUDANÇA DE COR PREFERENCIALMENTE AUTOADESIVOS PARA FACILITAR O REGISTRO EM PRONTUÁRIOS DO PACIENTE. ORIENTAÇÕES SOBRE O CORRETO USO DO SISTEMA DEVE SER FORNECIDO PELO FORNECEDOR DIRETAMENTE AOS OPERANTES DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.</p>	1 ^a Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE	TECHSTERI/TSI-TH602	INSENTO	APTO	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.
----	---	-------------------------	---------------------------------	---------------------	---------	------	--

65	ID: 10417 - TESTE DESAFIO TIPO HÉLIX PARA CONTROLE E LIBERAÇÃO DE CARGA DE CANULADOS COMPOSTO DE UM SISTEMA DE BARREIRA ASSOCIADO A INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 6 ; EMBALAGEM COM 1 DISPOSITIVO TIPO HÉLIX (DISPOSITIVO CONTENDO UM TUBO ESPIRAL EM TEFLON, MEDINDO 1,5 METROS DE EXTENSÃO 2,0 MM DE DIÂMETRO) E NO MÍNIMO 250 TIRAS DE INTEGRADORES QUÍMICOS; ONDE O MESMO DISPOSITIVO AVALIA OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO, LEITURA DO RESULTADO POR MUDANÇA DE COR, TIRAS AUTOADESIVAS PARA FACILITAR O REGISTRO EM PRONTUÁRIOS. CICLOS ENTRE 134º -7 MINUTOS a 134º - 15 MINUTOS. EM ATENDIMENTO A RDC 15; ART. 96. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE	TECHSTERI/TSI-TH602	INSENTO	APTO	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.

	ID: 10422 - ETIQUETA INDICADOR QUÍMICO CLASSE 1 PARA RASTREABILIDADE E IDENTIFICAÇÃO: PARA USO COM ETIQUETADORA, MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE 26 X 25 MM E 29 X 28MM COM DUPLA CAMADA ADESIVA E, QUE MUDA DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. ETIQUETA COM NO MÍNIMO TRÊS FAIXAS DE IMPRESSÃO QUE POSSIBILITA PELO MENOS CINCO CAMPOS DE INFORMAÇÕES, TAIS COMO DATA DO PROCESSO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE EQUIPAMENTO, NÚMERO DO OPERADOR, NÚMERO DO CICLO (LOTE), ALÉM DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ FORNECER 12 (DOZE) ETIQUETADORAS E CARTUCHO DE REPOSIÇÃO DE TINTAS EM REGIME DE COMODATO A SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.	1ª Colocada	TECPLUS LTDA	TECH-STERI/TSI-2928F	INSENTO	APTO	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.
66	ID: 5960 - INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTIDO PARA MONITÓRAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES COM BOMBA DE VÁCUO, GRAVITACIONAL OU FLASH (A VAPOR), CONTENDO TIRAS IMPREGNADAS COM ESPOROS GEOBACILLUS DENTRO DE UM TUBO TERMOPLÁSTICO DE CULTURA. A PARTE EXTERNA DO FRASCO DEVE CONTER UM PAPEL OU PLÁSTICO ADESIVO, QUE POSSA SER FACILMENTE REMOVIDO PARA ARQUIVAMENTO DOS DADOS COMO LOTE, E DATA DE VALIDADE DO						

67	<p>PRODUTO. A AMPOLA DEVERÁ PERMITIR A ATIVAÇÃO E MISTURA DO MEIO DE CULTURA COM ESPOROS E O GEOBACILLUS, PARA TESTE DE CRESCIMENTO DE MEIO DE CULTURA , APÓS A AMPOLA TER SIDO AUTOCLAVADA (SENDO ELA TESTE) E NO CASO DE NÃO TER SIDO AUTOCLAVADA (SENDO ELA CONTRA TESTE) E QUANDO INCUBADO NO DISPOSITIVO AQUECIDO (INCUBADORA), O TEMPO FINAL DE LEITURA/RESULTADO NEGATIVO, DEVE SER DE NO MÁXIMO 3 HORAS.</p> <p>APRESENTAÇÃO: PACOTE OU CAIXA COM 50 UNIDADES. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO ATÉ O TÉRMINO DO USO DO PRODUTO NA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR, 12 (DOZE) INCUBADORAS COM CAPACIDADE PARA INCUBAÇÃO SIMULTÂNEA DE NO MÍNIMO 6 TESTES, O EQUIPAMENTO DEVE TER CAPACIDADE PARA REALIZAR IMPRESSÃO DE RESULTADO FINAL DOS TESTES BIOLÓGICOS COM BASE NA LEITURA AUTOMÁTICA POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, SENDO UM EQUIPAMENTO PARA CADA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR QUE SOLICITAR O INSUMO ACIMA CITADO, O FORNECEDOR TAMBÉM DEVERÁ FORNECER BOBINAS PARA IMPRESSÃO DOS RESULTADOS, EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA USO DE TODOS OS TESTES FORNECIDOS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.</p>	1ª Colocada	ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAÚDE	TECHSTERI/TSI-3003	INSENTO	APTO	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.
----	--	-------------	---------------------------------	--------------------	---------	------	--

	ID: 32941 - INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTIDO IDEAL PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA A PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO VH2O2. CADA UNIDADE DEVE POSSUIR UMA POPULAÇÃO DE ESPOROS BACTERIANOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS (BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS), O TEMPO MÁXIMO PARA O RESULTADO E LEITURA DEVE SER DE NO MÁXIMO 5 HORAS APÓS INSERIDO						
68	EM INCUBADORA DE LEITURA RÁPIDA COMPATÍVEL COM O PRODUTO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO ATÉ O TERMINO DO USO DO PRODUTO NA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR, 1 (UMA) INCUBADORA PARA QUE O INSUMO POSSA SER UTILIZADO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE.	1ª Colocada	TECPLUS LTDA	TECH-STERI/	INSENTO	APTO	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.
	ID: 8233 - INDICADOR BIOLÓGICO PACOTE PRONTO DO TIPO PACOTE TESTE DESAFIO (ACOMPANHAR AMPOLA TESTE E CONTRA-TESTE), DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM						

69	<p>DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É DO TIPO AUTOCONTIDO CONTENDO TIRAS IMPREGNADAS COM ESPOROS GEOBACILLUS DENTRO DE UM TUBO TERMOPLÁSTICO DE CULTURA. A PARTE EXTERNA DO FRASCO DEVE CONTER UM PAPEL OU PLÁSTICO ADESIVO, QUE POSSA SER FACILMENTE REMOVIDO PARA ARQUIVAMENTO DOS DADOS COMO LOTE, E DATA DE VALIDADE DO PRODUTO. A AMPOLA DEVERÁ PERMITIR A ATIVAÇÃO E MISTURA DO MEIO DE CULTURA COM ESPOROS E O GEOBACILLUS, PARA TESTE DE CRESCIMENTO DE MEIO DE CULTURA , APÓS A AMPOLA TER SIDO AUTOCLAVADA (SENDO ELA TESTE) E NO CASO DE NÃO TER SIDO AUTOCLAVADA (SENDO ELA CONTRA TESTE) E QUANDO INCUBADO NO DISPOSITIVO AQUECIDO (INCUBADORA), O TEMPO FINAL DE LEITURA/RESULTADO NEGATIVO, DEVE SER DE NO MÁXIMO 3 HORAS. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É</p>	<p>1^a Colocada</p>	<p>ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE</p>	<p>TECHSTERI/TSI-TH602</p>	<p>INSENTO</p>	<p>APTO</p>	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p>
----	--	-------------------------------	--	----------------------------	----------------	-------------	---

<p>PROPORTIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR CLARA PARA ESCURA (CONFORME CADA INDÚSTRIA) PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO.</p> <p>APRESENTAÇÃO: PACOTE PRONTO COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR + UMA AMPOLA CONTRA TESTE DO LADO DE FORA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM COMODATO, SEM ÔNUS, 15 (QUINZE) INCUBADORAS MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, E BOBINAS PARA IMPRESSÃO DE RESULTADO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO CRESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>					
--	--	--	--	--	--

70	NID -3003166- CAIXA ORGANIZADORA 50 A 56 LITROS, COM TRAVA OU COM TAMPA TOP STOK, EM AMTERIAL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM TAMPA, POSSUI QUATRO GRAMPOS PARA FECHAMENTO, FORMATOS MODULARES QUE PERMITEM EMPILHAMENTO FÁCIL E SEGURO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE.	1ª Colocada	DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA	PLASVALE	ISENTO	APTO	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.
71	ID - 3003167- CAIXA ORGANIZADORA 30 A 35 LITROS, COM TRAVA OU COM TAMPA TOP STOK, EM MATERIAL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM TAMPA, POSSUI QUATRO GRAMPOS PARA FECHAMENTO, FORMATOS MODULARES QUE PERMITEM EMPILHAMENTO FÁCIL E SEGURO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE.	1ª Colocada	DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA	PLASVALE	ISENTO	APTO	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.
72	NID- 3003168- CAIXA ORGANIZADORA 20 A 25 LITROS, COM TRAVA OU COM TAMPA TOP STOK, EM MATERIAL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM TAMPA, POSSUI QUATRO GRAMPOS PARA FECHAMENTO, FORMATOS MODULARES QUE PERMITEM EMPILHAMENTO FÁCIL E SEGURO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE.	1ª Colocada	DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA	GIPLAS	ISENTO	INAPTO	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO NÃO APRESENTA GRAMPOS PARA FECHAMENTO, NÃO ATENDENDO, ASSIM, AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.

73	<p>NID- 3003169- CAIXA ORGANIZADORA 10 A 15 LITROS, COM TRAVA OU COM TAMPA TOP STOK, EM MATERIAL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM TAMPA, POSSUI QUATRO GRAMPOS PARA FECHAMENTO, FORMATOS MODULARES QUE PERMITEM EMPILHAMENTO FÁCIL E SEGURO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.</p>	1 ^a Colocada	DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA	GIPLAS	ISENTO	INAPTO	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO NÃO APRESENTA GRAMPOS PARA FECHAMENTO, NÃO ATENDENDO, ASSIM, AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.
	<p>ID: 7213 - ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME; INDICADOS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR E/OU ÓXIDO DE ETILENO; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; A BORDA DO PAPEL DEVE POSSUIR INDICATIVO QUE MUDA DE COR APÓS EXPOSTA A TEMPERATURA DA AUTOCLAVE, DIMENSÕES APROXIMADAS VARIANDO MAIS OU MENOS 2 CENTIMETROS: BOBINA 10 CM X 100 M. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1 ^a Colocada	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE	FLEXPELL	Não informado	APTO	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.

<p>ID: 7704 - ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME; INDICADOS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR E/OU ÓXIDO DE ETILENO; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; A BORDA DO PAPEL DEVE POSSUIR INDICATIVO QUE MUDA DE COR APÓS EXPOSTA A TEMPERATURA DA AUTOCLAVE, DIMENSÕES APROXIMADAS VARIANDO MAIS OU MENOS 2 CENTIMETROS: BOBINA 12 CM X 100 M. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>1^a Colocada</p>	<p>COVAN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA</p>	<p>FLEXPELL</p>	<p>Não informado</p>	<p>APTO</p>	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ATENDE AO DESCRITIVO EXIGIDO.</p>
<p>ID: 7705 - ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME; INDICADOS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR E/OU ÓXIDO DE ETILENO; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; A BORDA DO PAPEL DEVE POSSUIR INDICATIVO QUE MUDA DE COR APÓS EXPOSTA A TEMPERATURA DA AUTOCLAVE, DIMENSÕES APROXIMADAS VARIANDO MAIS OU MENOS 2 CENTIMETROS: BOBINA 15 CM X 100 M. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>1^a Colocada</p>	<p>COVAN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA</p>	<p>FLEXPELL</p>	<p>Não informado</p>	<p>APTA</p>	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ATENDE AO DESCRITIVO EXIGIDO.</p>

<p>LOOTES 1</p> <p>ID: 5553 - ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME; INDICADOS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR E/OU ÓXIDO DE ETILENO; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; A BORDA DO PAPEL DEVE POSSUIR INDICATIVO QUE MUDA DE COR APÓS EXPOSTA A TEMPERATURA DA AUTOCLAVE, DIMENSÕES APROXIMADAS VARIANDO MAIS OU MENOS 2 CENTIMETROS: BOBINA 20 CM X 100 M. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE.</p>	<p>1^a Colocada</p>	<p>COVAN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA</p>	<p>FLEXPELL</p>	<p>Não informado</p>	<p>APTA</p>	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ATENDE AO DESCRITIVO EXIGIDO.</p>
<p>ID: 5555 - ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME; INDICADOS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR E/OU ÓXIDO DE ETILENO; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; A BORDA DO PAPEL DEVE POSSUIR INDICATIVO QUE MUDA DE COR APÓS EXPOSTA A TEMPERATURA DA AUTOCLAVE, DIMENSÕES APROXIMADAS VARIANDO MAIS OU MENOS 2 CENTIMETROS: BOBINA 30 CM X 100 M. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>1^a Colocada</p>	<p>COVAN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA</p>	<p>FLEXPELL</p>	<p>Não informado</p>	<p>APTA</p>	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ATENDE AO DESCRITIVO EXIGIDO.</p>

<p>ID: 8267 - ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME; INDICADOS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR E/OU ÓXIDO DE ETILENO; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; A BORDA DO PAPEL DEVE POSSUIR INDICATIVO QUE MUDA DE COR APÓS EXPOSTA A TEMPERATURA DA AUTOCLAVE, DIMENSÕES APROXIMADAS VARIANDO MAIS OU MENOS 2 CENTIMETROS: BOBINA 40 CM X 100 M. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>1^a Colocada</p>	<p>COVAN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA</p>	<p>FLEXPELL</p>	<p>Não informado</p>	<p>APTA</p>	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p>
<p>ID: 8418 - ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME; INDICADOS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR E/OU ÓXIDO DE ETILENO; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; A BORDA DO PAPEL DEVE POSSUIR INDICATIVO QUE MUDA DE COR APÓS EXPOSTA A TEMPERATURA DA AUTOCLAVE, DIMENSÕES APROXIMADAS VARIANDO MAIS OU MENOS 2 CENTIMETROS: BOBINA 60 CM X 100 M. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>1^a Colocada</p>	<p>COVAN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA</p>	<p>FLEXPELL</p>	<p>Não informado</p>	<p>APTA</p>	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p>

<p>ID: 7046 - ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME; INDICADOS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR E/OU ÓXIDO DE ETILENO; PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; A BORDA DO PAPEL DEVE POSSUIR INDICATIVO QUE MUDA DE COR APÓS EXPOSTA A TEMPERATURA DA AUTOCLAVE, DIMENSÕES APROXIMADAS VARIANDO MAIS OU MENOS 2 CENTIMETROS: BOBINA 8 CM X 50 M. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>1^a Colocada</p>	<p>COVAN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA</p>	<p>HOSPFLEX</p>	<p>Não informado</p>	<p>APTA</p>	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p>
--	-------------------------------	--	-----------------	----------------------	-------------	---

<p>ID: 1002695 - EMBALAGEM TIPO TYVEK ROLO DE APROXIMADAMENTE 100MM X 70M PARA UTILIZAÇÃO EM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM ESTERILIZADORA A PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO VH2O2, CONTENDO INDICADOR QUÍMICO NAS LATERAIS POR MEIO DE MUDANÇA DE COR APÓS EXPOSIÇÃO AO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>1^a Colocada</p>	<p>STAR COMERCIO</p>	<p>TYMAX</p>	<p>TYMAX</p>	<p>APTA</p>	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p>
--	-------------------------------	--------------------------	--------------	--------------	-------------	---

	ID: 1002696 - EMBALAGEM TIPO TYVEK ROLO DE APROXIMADAMENTE 150MM X 70M PARA UTILIZAÇÃO EM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM ESTERILIZADORA A PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO VH2O2, CONTENDO INDICADOR QUÍMICO NAS LATERAIS POR MEIO DE MUDANÇA DE COR APÓS EXPOSIÇÃO AO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	STAR COMERCIO	TYMAX	ISENTO	APTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.
LOTES 2	ID: 1002697 - EMBALAGEM TIPO TYVEK ROLO DE APROXIMADAMENTE 200MM X 70M PARA UTILIZAÇÃO EM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM ESTERILIZADORA A PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO VH2O2, CONTENDO INDICADOR QUÍMICO NAS LATERAIS POR MEIO DE MUDANÇA DE COR APÓS EXPOSIÇÃO AO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	STAR COMERCIO	TYMAX	ISENTO	APTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.

<p>ID: 1002698 - EMBALAGEM</p> <p>TIPO TYVEK ROLO DE APROXIMADAMENTE 250MM X 70M PARA UTILIZAÇÃO EM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM ESTERILIZADORA A PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO VH2O2, CONTENDO INDICADOR QUÍMICO NAS LATERAIS POR MEIO DE MUDANÇA DE COR APÓS EXPOSIÇÃO AO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>1^a Colocada</p>	<p>STAR COMERCIO</p>	<p>TYMAX</p>	<p>ISENTO</p>	<p>APTA</p>	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p>
<p>ID: 1002699 - EMBALAGEM</p> <p>TIPO TYVEK ROLO DE APROXIMADAMENTE 350MM X 70M PARA UTILIZAÇÃO EM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM ESTERILIZADORA A PLASMA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO VH2O2, CONTENDO INDICADOR QUÍMICO NAS LATERAIS POR MEIO DE MUDANÇA DE COR APÓS EXPOSIÇÃO AO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>1^a Colocada</p>	<p>STAR COMERCIO</p>	<p>TYMAX</p>	<p>ISENTO</p>	<p>APTA</p>	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.</p>

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica Analista

Licitação de Produtos Médicos Gerais

SESAU-CGPM/RO

2. DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertados pelas empresas/licitantes, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está **em desacordo** com o solicitado por esta administração, declaramos **inaptas**, as propostas ofertada pelas empresas , para os itens:

PABLO LUIS MARTINS - itens 4,5

COVAN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - item 14

BERTHAX SURGICAL - itens 19,20,21,22

DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE - itens 24,25,28,30

DEVANT CARE COMERCIAL - **item 27**

NELSON PAULO SILVA DOS SANTOS - **itens 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49**

IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO - **item 52**

DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA - **itens 72,73**

Informo-vos que as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertadas pelas empresas, para Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

REGINALDA MAIA DE SÁ

Coordenadora da Gestão de Produtos Médicos - CGPM
Decreto 103710/2025 (0058644900)

SESAU
Secretaria de Estado
da Saúde

RONDÔNIA
Governo do Estado



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 06/08/2025, às 12:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 06/08/2025, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0062976586** e o código CRC **E2B35DA8**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.019713/2024-15

SEI nº 0062976586