



**RONDÔNIA**  
Governo do Estado

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 30/2025/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SESAU-GAB**

Processo n.º: 0036.034344/2024-91

Assunto: **PARECER TÉCNICO-FARMACÊUTICO**

Senhor Secretário de Estado da Saúde de Rondônia,

Em atenção ao **Despacho SESAU-GAB (0061787991)**, o qual solicitou a esta Setorial para realizar a análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025/SUPEL/RO - EQUIPOS E LINHAS ARTERIAIS**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU, por meio do seu Núcleo de Processos Licitatórios - CGPMNPL, emitiu o seguinte **PARECER TÉCNICO-FARMACÊUTICO**:

**1. ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS:**

<b>GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA</b>						
<b>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</b>						
<b>COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.</b>						
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.034344/2024-91.</b>						
<b>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025/SUPEL/RO - EQUIPOS E LINHAS ARTERIAIS.</b>						
<b>Objetivo:</b> Análise do material ofertado pela empresa licitante para se possa avaliar se atende às especificações técnicas, requisitos de qualidade , registro sanitário e/ou outros que se fizerem necessários, previstos no Termo de Referência, para que não hajam aquisições e futuras entregas em desacordo com o solicitado no descritivo do Instrumento Convocatório.						
<b>Método:</b> Análise comparativa da proposta da empresa licitante com o descritivo do Instrumento Convocatório, em relação as especificações técnicas e características dos produtos, bem como a verificação do registro dos mesmos nos órgãos de regulação. Para tanto, a empresa licitante, deverá apresentar: Ficha técnica, prospecto e/ou catálogo, com os descritivos técnicos detalhados e imagem do produto ofertado.						
ITEM	DESCRITIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	REGISTRO ANVISA INFORMADO NA PROPOSTA	PARECER	JUSTIFICATIVA

5	ID: 8686 - TUBO EXTENSOR DE LINHA DE INFUSÃO, ESPESSURA 8 FR, 20 CM DE COMPRIMENTO, CONECTA O EQUIPO AO DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO. COM CONECTOR LUER LOCK FÊMEA PROXIMAL, TAMPA ROSQUEAVEL,TUBO EXTENSOR EM PVC, CONECTOR MACHO LUER SLIP OU LOCK REVERSÍVEL COM TAMPA, PROPICIA CONFORME E LIBERDADE DE MOVIMENTO E CONTROLE DE VOLUME RESIDUAL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	CENTRALMIX COMERCIAL	BIOSANI	80286000042	<b>INAPTA</b>	A empresa apresentou ficha técnica. O produto solicitado deve ter CONECTOR LUER LOCK FÊMEA PROXIMAL, porém o produto ofertado é DISTAL. A ficha técnica não informa a espessura solicitada ( 8 FR ).	
9	ID: 657 - EQUIPO MICROGOTAS COM BURETA GRADUADA CAPACIDADE 150 ML, PONTA PERFORANTE EM PVC COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXIVEL, BURETA DE 150ML CONTROLADOR DO FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL EM Y, CONEXÃO DO TIPO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNIO,TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	J & A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	MEDIX	80495510140	<b>APTA</b>	Atende o solicitado por esta administração. <b>RMS 80495510140</b>	
11	ID: 6187 - EQUIPO PARA HEMOTRANSFUSÃO TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM PINÇA ROLETE, APIROGÊNICO BIOCOMPATÍVEL, POSSUI CÂMARA FLEXÍVEL DUPLA DOTADA DE FILTRO DE 200 MICRA, COM CÂMERA DE GOTEJAMENTO COM ADAPTADOR LUER. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	STAR COMÉRCIO	BIOBASE AAR212	80212340041	<b>APTA</b>	Atende o solicitado por esta administração. <b>RMS 80212340041</b>	
	ID: 658 - EXTENSOR INFUSOR (EQUIPO MULTIVIAS) DO TIPO 2 VIAS COM CLAMP, COMPRIMENTO ENTRE 20 A 35 CM, PARA ACESSO VENOSO (SCALP, CATETER	J & A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	FORTECARE TRF411420LRF	80463910036	<b>APTA</b>	Atende o solicitado por esta administração. <b>RMS 80463910036</b> Código do produto: <b>TRF411420LRF</b>

12	<p>INTRAVENOSO, AGULHA).</p> <p>EXTREMIDADES PROXIMAS COM CONECTORES LUER LOCK FÊMEA; EXTENSÕES EM PVC CLAMP (ABRE/FECHA); CONEXÃO LUER DISTAL PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO;</p> <p>ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	STAR COMÉRCIO	MEDIX	80495510030	APTA	Atende a necessidade desta administração, DESDE QUE O PRODUTO, CASO FORNECIDO, POSSUA EXTREMIDADES PROXIMAS COM CONECTORES LUER LOCK FÊMEA. RMS 80495510030
		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	RMDESC	80263400085	APTA	Atende a necessidade desta administração, DESDE QUE O PRODUTO, CASO FORNECIDO, POSSUA EXTREMIDADES PROXIMAS COM CONECTORES LUER LOCK FÊMEA. RMS 80263400085
16	ID: 1809 - TORNEIRA DESCARTAVEL 3 VIAS COMPOSTA DE MANÍPULO, BASE OU CORPO, TAMPAS PROTETORAS E BICO LUER SLIP COM CONEXÃO ROTATIVA. ALTA RESISTÊNCIA A PRESSÕES. PERMITE CONEXÃO SEGURA A TODOS OS TIPOS DE EQUIPOS ENDOVENOSOS, TUBOS EXTENSORES E CATETERES. MANÍPULO GIRATÓRIO COM ROTAÇÃO 360° E COM INDICAÇÃO DE FLUXO. CORPO TRANSLÚCIDO EM POLICARBONATO, ESTÉRIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	J & A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	MEDIX	80495510038	APTA	Atende a necessidade desta administração, NO MODELO SKU 6498. RMS 80495510038
17	ID: 10613 - CONECTOR VALVULADO MULTIDOSE DE SISTEMA FECHADO COM CÂNULA PLÁSTICA AUTOVEDANTE PARA DILUIÇÃO E OU ASPIRAÇÕES DE MEDICAÇÕES EM FRASCO-AMPOLA, EVITANDO MÚLTIPLAS PERFURAÇÕES COM AGULHAS METÁLICAS, MINIMIZANDO ASSIM CONTAMINAÇÃO DE SOLUÇÕES, LIVRE DE LATÉX, ESTÉRIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	CENTRALMIX COMERCIAL	BIOSANI	80286000043	APTA	A marca ofertada, de acordo com prospecto apresentado, ATENDE ao solicitado por essa Administração, NO MODELO 5.95169-84. RMS 80286000043

20	ID: 32787 - AGULHA PARA PUNÇÃO DE PORT (AGULHA DE HUBER) - AGULHA PARA INFUSÃO DE QUIMIOTERAPIA CORPO CONFECCIONADO EM AÇO INOX, PUNCIONADOR TIPO SCALP, TAMANHO 19 G X 25 MM (CURTA) COM 20 CM DE COMPRIMENTO; BISEL COM ANGULAÇÃO DE 90 GRAUS, TIPO HUBBER, COM CONECTOR LUER LOCK E ENCAIXE UNIVERSAL COM CLAMP; RETA, COM ASAS DE FIXAÇÃO TIPO BORBOLETA, PARA USO EXCLUSIVO EM PORTCATH, ESTÉRIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES	EXACT SLIM	81472689012 (Registro extraído do prospecto apresentado)	<b>APTA</b>	A marca ofertada, de acordo com prospecto apresentado, <b>ATENDE</b> ao solicitado por essa Administração, <b>NO MODELO HES19G25. RMS 81472689012</b>
21	ID: 7325 - AGULHA PARA PUNÇÃO DE PORT (AGULHA DE HUBER) - AGULHA PARA INFUSÃO DE QUIMIOTERAPIA CORPO CONFECCIONADO EM AÇO INOX, PUNCIONADOR TIPO SCALP, TAMANHO 20 G X 20 MM (CURTA) COM 20 CM DE COMPRIMENTO; BISEL COM ANGULAÇÃO DE 90 GRAUS, TIPO HUBBER, COM CONECTOR LUER LOCK E ENCAIXE UNIVERSAL COM CLAMP; RETA, COM ASAS DE FIXAÇÃO TIPO BORBOLETA, PARA USO EXCLUSIVO EM PORTCATH, ESTÉRIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES	EXACT SLIM	81472689012 (Registro extraído do prospecto apresentado)	<b>APTA</b>	A marca ofertada, de acordo com prospecto apresentado, <b>ATENDE</b> ao solicitado por essa Administração, <b>NO MODELO HES20G20. RMS 81472689012</b>
22	ID: 6654 - AGULHA PARA PUNÇÃO DE PORT (AGULHA DE HUBER) - AGULHA PARA INFUSÃO DE QUIMIOTERAPIA CORPO CONFECCIONADO EM AÇO INOX, PUNCIONADOR TIPO SCALP, TAMANHO 20 G X 25 MM (CURTA) COM 20 CM DE COMPRIMENTO; BISEL COM ANGULAÇÃO DE 90 GRAUS, TIPO HUBBER, COM CONECTOR LUER LOCK E ENCAIXE UNIVERSAL COM CLAMP; RETA, COM ASAS DE FIXAÇÃO TIPO BORBOLETA, PARA USO EXCLUSIVO EM PORTCATH, ESTÉRIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	CENTRALMIX COMERCIAL	BECARE	80808480045	<b>APTA</b>	A marca ofertada, de acordo com prospecto apresentado, <b>ATENDE</b> ao solicitado por essa Administração, <b>NA COR AMARELA. RMS 80808480045</b>
		DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES	EXACT SLIM	81472689012 (Registro extraído do prospecto apresentado)	<b>APTA</b>	A marca ofertada, de acordo com prospecto apresentado, <b>ATENDE</b> ao solicitado por essa Administração, <b>NO MODELO HES20G25. RMS 81472689012</b>

29	<b>ID: 354- CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N.º 16, EM POLIURETANO TERMOSENSIVEL, COM SISTEMA DE SEGURANÇA (NR 32) ACOPLADO AO TUBO DE MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, FLEXIVEL, ESTERILIZADO EM ETO, ATOXICO, ASPIROGÊNICO, RADIOPACO PUR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b>	OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS	POLYMED	10150470473	APTA	A marca ofertada, de acordo com prospecto apresentado, <b>ATENDE</b> ao solicitado por essa Administração, <b>NO MODELO 11101 (CINZA). RMS 10150470473</b>
30	<b>ID: 355 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N.º 18, EM POLIURETANO TERMOSENSIVEL COM SISTEMA DE SEGURANÇA (NR 32) ACOPLADO AO TUBO DE MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, FLEXIVEL, ESTERILIZADO EM ETO, ATOXICO, ASPIROGÊNICO, RADIOPACO PUR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b>	OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS	POLYMED	10150470473	APTA	A marca ofertada, de acordo com prospecto apresentado, <b>ATENDE</b> ao solicitado por essa Administração, <b>NO MODELO 11104 (VERDE). RMS 10150470473</b>
31	<b>ID: 356 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N.º 20, EM POLIURETANO TERMOSENSIVEL COM SISTEMA DE SEGURANÇA (NR 32) ACOPLADO AO TUBO DE MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, FLEXIVEL, ESTERILIZADO EM ETO, ATOXICO, ASPIROGÊNICO, RADIOPACO PUR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b>	OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS	POLYMED	10150470473	APTA	A marca ofertada, de acordo com prospecto apresentado, <b>ATENDE</b> ao solicitado por essa Administração, <b>NO MODELO 11105 (ROSA). RMS 10150470473</b>
32	<b>ID: 357 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N.º 22, EM POLIURETANO TERMOSENSIVEL COM SISTEMA DE SEGURANÇA (NR 32) ACOPLADO AO TUBO DE MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, FLEXIVEL, ESTERILIZADO EM ETO, ATOXICO, ASPIROGÊNICO, RADIOPACO PUR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b>	OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS	POLYMED	10150470473	APTA	A marca ofertada, de acordo com prospecto apresentado, <b>ATENDE</b> ao solicitado por essa Administração, <b>NO MODELO 11106 (AZUL). RMS 10150470473</b>

33	<b>ID: 358 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº. 24, EM POLIURETANO TERMOSENSIVEL COM SISTEMA DE SEGURANÇA (NR 32) COM BISEL TRIFACETADO E AFIADO, ACOPLADO AO TUBO DE MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL, ESTERILIZADO EM ETO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, RADIOPACO PUR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b>	OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS	POLYMED	10150470473	APTA	A marca ofertada, de acordo com prospecto apresentado, <b>ATENDE</b> ao solicitado por essa Administração, <b>NO MODELO 11107 (AMARELO). RMS 10150470473</b>
49 (COTA11)	<b>ID: 6187 - EQUIPO PARA HEMOTRANSFUSÃO TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM PINÇA ROLETE, APIROGÊNICO BIOCOMPATÍVEL, POSSUI CÂMARA FLEXÍVEL DUPLA DOTADA DE FILTRO DE 200 MICRA, COM CÂMERA DE GOTEJAMENTO COM ADAPTADOR LUER. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b>	STAR COMÉRCIO	BIOBASE AAR212	80212340041	APTA	Atende o solicitado por esta administração. <b>RMS 80212340041</b>
50 (COTA12)	<b>ID: 658 - EXTENSOR INFUSOR (EQUIPO MULTIVIAS) DO TIPO 2 VIAS COM CLAMP, COMPRIMENTO ENTRE 20 A 35 CM, PARA ACESSO VENOSO (SCALP, CATETER INTRAVENOSO, AGULHA). EXTREMIDADES PROXIMAS COM CONECTORES LUER LOCK FÊMEA; EXTENSÕES EM PVC CLAMP (ABRE/FECHA); CONEXÃO LUER DISTAL PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b>	STAR COMÉRCIO	MEDIX	80495510030	APTA	Atende a necessidade desta administração, DESDE QUE O PRODUTO, CASO FORNECIDO, POSSUA EXTREMIDADES PROXIMAS COM CONECTORES LUER LOCK FÊMEA. <b>RMS 80495510030</b>

	ID: 8678 - BOLSA VAZIA PARA ACONDICIONAMENTO DE SOLUÇÃO PARENTERAL EM EVA (ETILVINILACETATO E/ OU MATERIAL SIMILAR - BOLSA COM VOLUME ENTRE 500 ML, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, PROTETORES, TUBOS DE CONEXÃO, INJETOR LATERAL AUTO-CICATRIZANTE, PINÇA CLAMP, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. (OBS: O PRODUTO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPATÍVEL COM OS EXTENSORES PARA ADMINISTRAÇÃO DE NPT MANIPULADAS). (EX.: CONECTORES DAS BOLSAS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM OS CONECTORES DOS EXTENSORES DE ADMINISTRAÇÃO DE NPT MANIPULADAS, DO TIPO MACHO-FÊMEA e/ou FÊMEA-MACHO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	J & A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	BBRAUN	80136990703	APTA	Atende ao solicitado por esta administração. Código 2112380 RMS 80136990703
46 (LOTE1)	ID: 8679 - BOLSA VAZIA PARA ACONDICIONAMENTO DE SOLUÇÃO PARENTERAL EM EVA (ETILVINILACETATO E/ OU MATERIAL SIMILAR - BOLSA 1.000 ML, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, PROTETORES, TUBOS DE CONEXÃO, INJETOR LATERAL AUTO-CICATRIZANTE, PINÇA CLAMP, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, (OBS: O PRODUTO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPATÍVEL COM OS EXTENSORES PARA ADMINISTRAÇÃO DE NPT MANIPULADAS). (EX.: CONECTORES DAS BOLSAS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM OS CONECTORES DOS EXTENSORES DE ADMINISTRAÇÃO DE NPT MANIPULADAS, DO TIPO MACHO-FÊMEA e/ou FÊMEA-MACHO). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	J & A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	BBRAUN	80136990703	APTA	Atende ao solicitado por esta administração. Código 2112381 RMS 80136990703

47 (LOTE1)	<p><b>ID: 78747 - EXTENSOR ESPECIAL PARA TRANSFERÊNCIA E PREPARO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, TUBULAÇÃO EM PVC TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, ATÓXICO COM DUAS VIAS, LANCETA DE PERFURAÇÃO PARA FRASCO RÍGIDOS OU FLEXÍVEIS E DISPOSITIVO CORTA FLUXO EM TODAS AS VIAS, CONECTOR 'LUER LOCK'. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b></p> <p><b>CONEXÃO DO EXTENSOR DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A SAÍDA DA BOLSAS SOLICITADAS NESTA SAMS.</b> (OBS: O PRODUTO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPATÍVEL COM AS BOLSAS DESCRIPTAS ACIMA. (EX.: CONECTORES DOS EXTENSORES DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM OS CONECTORES DAS BOLSAS, DO TIPO MACHO-FÊMEA e/ou FÊMEA-MACHO). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	J & A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	BBRAUN	10008530027	<b>APTA</b>	<p>Atende ao solicitado por esta administração. RMS 10008530027. O PRODUTO DEVERÁ SER, OBRIGATORIAMENTE, COMPATÍVEL COM AS BOLSAS DESCRIPTAS NOS ITENS 46 E 45 DO EDITAL.</p>
---------------	--	---------------------------------	--------	-------------	-------------	---

Da análise técnica das propostas das empresas, acima relacionadas, este parecerista é:

- 1) **desfavorável à aceitação** da proposta do item 5 por estar **INAPTA**.
- 2) **favorável à aceitação** das demais propostas por estarem **APTAS**.

*-assinado eletronicamente-*  
**MÁRCIO LUÍS CORREIA DUARTE**  
 Farmacêutico Analista -CGPM  
 

## 2. **DESPACHO DA COORDENADORA:**

- 2.1. Aprovo a **ANÁLISE TÉCNICO-FARMACÊUTICA**, consignada no item 1
- 2.2. Desta feita, retorno o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Porto Velho-RO, data e hora do sistema.

*-assinado eletronicamente-*  
**REGINALDA MAIA DE SÁ**  
 Coordenadora da Gestão de Produtos Médicos  
 Decreto 103710/2025 (0058644900)  
 



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 13/08/2025, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Luis Correia Duarte**, Farmacêutico(a), em 13/08/2025, às 14:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0063206677** e o código CRC **F7948A75**.

**Referência:** Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.034344/2024-91

SEI nº 0063206677