



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
Comissão de Saúde 4ª - SUPEL-COSAU4

RESPOSTA

A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90355/2025/SUPEL/RO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0036.054992/2024-63

OBJETO: Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "SONDAS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Sonda Gástrica (Nasogástrica) Curta nº 04, Sonda Gástrica (Nasogástrica) Longa nº 04, Sonda Nasogástrica Sengstaken Blackemore Infantil nº 12 e outros) - EXERCÍCIO 2025.

A Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas na Portaria nº 180 de 09 de julho de 2025, publicada no DOE de 10 de julho de 2025, informa que elaborou resposta ao pedido de Esclarecimento apresentado por empresa interessada, interpostos em face do PE 90355/2025/SUPEL/RO, conforme abaixo.

1. DAS PRELIMINARES

Em sede de admissibilidade, verificou-se que foram preenchidos os pressupostos de legitimidade, interesse processual, fundamentação e tempestividade (nos termos da Lei 14.133/2021, artigos 164, e do item 6. do Instrumento Convocatório), conforme comprovam os documentos colacionados ao processo administrativo SEI relacionado a este PE 90355/2025/SUPEL/RO, pelo que passo formulação da Resposta ao pedido de Esclarecimento.

2. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA RESPOSTA DA SUPEL

2.1. Síntese do Pedido da Empresa 1 (Cruzel Comercial):

Prezados, bom dia!

Solicita-se esclarecer a divergência de quantidades dos itens em relação ao sistema **COMPRASNET X EDITAL**, conforme captura de tela:

COMPRASNET:



[Cadastrar propostas](#) > [Pregão Eletrônico: UASG 925373 - N° 90355/2025](#) [\(Lei 14.133/2021\)](#)

23 Sonda Trato Digestivo
Item de participação aberta

Quantidade solicitada 263
Unidade fornecimento Unidade

24 Sonda Trato Digestivo
Item de participação aberta

Quantidade solicitada 285
Unidade fornecimento Unidade

25 Sonda Trato Digestivo
Item de participação aberta

Quantidade solicitada 143
Unidade fornecimento Unidade

26 Sonda Trato Digestivo
Exclusividade ME/EPP

Quantidade solicitada 160
Unidade fornecimento Unidade

27 Sonda Trato Digestivo
Exclusividade ME/EPP

Quantidade solicitada 130
Unidade fornecimento Unidade

EDITAL:

24	435891	ID: 1642 - Sonda Esofágica Sengstaken Blakemore Infantil Nº 14 (indicada para hemorragias esofágicas) composta em sua totalidade em borracha vulcanizada siliconizada, com 65 cm de comprimento, 2 balões de 13 cm, 3 vias, 4 furos na ponta distal. A embalagem deve ser individual, estéril, em papel grau cirúrgico, com dados de identificação, procedência; data de fabricação, data de validade; número do lote e registro na Anvisa.	UNIDADE	380
25	435892	ID: 6215 - Sonda Nasogástrica Sengstaken Blakemore Adulta Nº 16 - constituída em toda sua totalidade em silicone grau médico puro ou PVC com aproximadamente 100 cm, 2 balões, 4 vias, fio guia e apoio de espuma para narina. Deve apresentar marcadores de profundidade em toda sua extensão. Embalada individualmente, estéril, na embalagem deverá constar data e tipo de esterilização, procedência, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	190
26	435893	ID: 6217 - Sonda Esofágica Nasogástrica Sengstaken-Blakemore Adulta Nº 18 - constituída em toda sua totalidade em silicone grau médico puro com aproximadamente 100 cm, 2 balões, 4 vias, fio guia e apoio de espuma para narina. Deve apresentar marcadores de profundidade em toda sua extensão. Embalada individualmente, estéril, na embalagem deverá constar data e tipo de esterilização, procedência, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	160
27	435895	ID: 6074 - Sonda Nasogástrica Sengstaken-Blakemore Adulta Nº 21 - constituída em toda sua totalidade em silicone grau médico puro ou PVC, com aproximadamente 100 cm, 2 balões, 4 vias, fio guia e apoio de espuma para narina. Deve apresentar marcadores de profundidade em toda sua extensão. Embalada individualmente, estéril, na embalagem deverá constar data e tipo de esterilização, procedência, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	130

No aguardo de vossa manifestação com a maior brevidade possível.

2.2. Manifestação da Equipe Técnica da SUPEL:

Informamos que o Pregão Eletrônico nº 90335/2025 contempla cotas para itens destinados à ampla concorrência.

As quantidades estão assim distribuídas:

Item: 23 (ampla): quantidade 263;

Item: 74 (cota do item 23): quantidade 87;

Total dos itens conforme TR, SAMS e Quadro Comparativo: 350.

Item: 24 (ampla): quantidade 285;

Item: 75 (cota do item 24): quantidade 95;

Total dos itens conforme TR, SAMS e Quadro Comparativo: 380.

Item: 25 (ampla): quantidade 143;

Item: 76 (cota do item 25): quantidade 47;

Total dos itens conforme TR, SAMS e Quadro Comparativo: 190.

Item: 29 (ampla): quantidade 8.828;

Item: 77 (cota do item 29): quantidade 2.942;

Total dos itens conforme TR, SAMS e Quadro Comparativo: 11.770.

Item: 72 (ampla): quantidade 315;

Item: 78 (cota do item 72): quantidade 105;

Total dos itens conforme TR, SAMS e Quadro Comparativo: 320.

Item: 73 (ampla): quantidade 338;

Item: 79 (cota do item 73): quantidade 112;

Total dos itens conforme TR, SAMS e Quadro Comparativo: 450.

As diferenças mencionadas decorrem da divisão entre ampla concorrência e cotas reservadas, em atendimento ao disposto na Lei Complementar n. 123/2006.

3. DA DECISÃO

Isto posto, com fulcro no Art. 164, da Lei 14.133/2021, e item 6. do Instrumento Convocatório, RECEBO E CONHEÇO o Pedido de Esclarecimento interpostos pela empresa interessada na participação da licitação, em face do Instrumento Convocatório do Pregão Eletrônico n.º 90355/2025/SUPEL/RO, e presto o esclarecimento solicitado, e, considerando que **NÃO AFETAM** a formulação das propostas de preços, informamos que o prazo de abertura do certame permanece no dia 26 de agosto de 2025, às 10h:00min (horário de Brasília - DF), no site : <https://www.comprasgovernamentais.gov.br/>, e permanecendo os demais termos do edital inalterados.

Publique-se.

Dê ciência a todas as empresas interessadas por meio de regular publicação!

JANAINA MUNIZ LOBATO
Pregoeira da Comissão de Saúde SUPEL/COSAU4-RO



Documento assinado eletronicamente por **Janaina Muniz Lobato, Pregoeiro(a)**, em 19/08/2025, às 08:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0063365756** e o código CRC **F1888E3B**.