



RONDÔNIA
★
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 27/2025/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SESAU-GAB**

Processo n.º: 0036.045709/2024-11

Assunto: **PARECER TÉCNICO-FARMACÊUTICO**

Senhor Secretário de Estado da Saúde de Rondônia,

Em atenção ao **Despacho SESAU-GAB (0062978031)**, o qual solicitou a esta Setorial para realizar a análise técnica das propostas das empresas, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90219/2024/SUPEL/RO/ DRENO CIRÚRGICO**, esta Coordenadoria da Gestão de Produtos Médicos - CGPM/SESAU, por meio do seu Núcleo de Processos Licitatórios - CGPMNPL, emitiu o seguinte **PARECER TÉCNICO-FARMACÊUTICO**:

1. **ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS:**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.045709/2024-11							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90219/2024/SUPEL/RO/ DRENO CIRÚRGICO.							
Objetivo: Emissão de parecer técnico-farmacêutico dos produtos ofertados pelas empresas licitantes para que não hajam contratações em desacordo com o solicitado no Instrumento Convocatório. Método: Análise das especificações técnicas dos produtos solicitados; por meio de consulta eletrônica, folders, prospectos e catálogo dos materiais; bem como do registro dos mesmos nos órgãos oficiais.							
ITEM	DESCRITIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	PARECER	JUSTIFICATIVA
19	ID: 5547 - DRENO TORÁCICO N° 10 FABRICADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO OU PVC CRISTAL	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO	MEDSHARP	80267170002	APTA	A empresa apresentou a FICHA TÉCNICA do produto, sendo verificado

	SILICONIZADO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, MULTIFENESTRADO, ACOMPANHADO DE CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					que o mesmo atende ao solicitado por esta Administração. Tamanho 10FR. Registro Anvisa: 80267170002. (0062753074)
21	ID: 5740 - DRENO TORÁCICO N° 14 FABRICADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO OU PVC CRISTAL SILICONIZADO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, MULTIFENESTRADO, ACOMPANHADO DE CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO	MEDSHARP	80267170002	APTA A empresa apresentou a FICHA TÉCNICA do produto, sendo verificado que o mesmo atende ao solicitado por esta Administração. Tamanho 14FR. Registro Anvisa: 80267170002. (0062753074)
22	ID: 5548 - DRENO TORÁCICO N° 16 FABRICADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO OU PVC CRISTAL SILICONIZADO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO,	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO	MEDSHARP	80267170002	APTA A empresa apresentou a FICHA TÉCNICA do produto, sendo verificado que o mesmo atende ao solicitado por esta Administração.

	MULTIFENESTRADO, ACOMPANHADO DE CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE,REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						Tamanho 16FR. Registro Anvisa: 80267170002. (0062753074)
23	ID: 6024 - DRENO TORÁCICO N° 18 FABRICADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO OU PVC CRISTAL SILICONIZADO, COM LINHA RADIODACA EM TODA SUA EXTENSÃO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, MULTIFENESTRADO, ACOMPANHADO DE CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE,REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO	MEDSHARP	80267170002	APTA	A empresa apresentou a FICHA TÉCNICA do produto, sendo verificado que o mesmo atende ao solicitado por esta Administração. Tamanho 18FR. Registro Anvisa pesquisado 80267170002. (0062753074)
24	ID: 5501 - DRENO TORÁCICO N° 20 FABRICADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO OU PVC CRISTAL SILICONIZADO, COM LINHA RADIODACA EM TODA SUA EXTENSÃO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, MULTIFENESTRADO, ACOMPANHADO DE CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL	1ª Colocada	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA	HEALTH QUALITY	80166330078	APTA	A empresa apresentou a FICHA TÉCNICA do produto, sendo verificado que o mesmo atende ao solicitado por esta Administração. Tamanho 20FR. Registro Anvisa: 80166330078. (0062779794)

	GRAU CIRÚRGICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE,REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						
25	ID: 5499 - DRENO TORÁCICO N° 22 FABRICADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO OU PVC CRISTAL SILICONIZADO, COM LINHA RADIODIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, MULTIFENESTRADO, ACOMPANHADO DE CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE,REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA	MEDSHARP	80267170002	APTA	A empresa apresentou a FICHA TÉCNICA do produto, sendo verificado que o mesmo atende ao solicitado por esta Administração. Tamanho 22FR . Registro Anvisa: 80267170002 . (0062753074)
29	ID: 32786 - DRENO TORÁCICO N° 30 FABRICADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO OU PVC CRISTAL SILICONIZADO, COM LINHA RADIODIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, MULTIFENESTRADO, ACOMPANHADO DE CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO TIPO DE ESTERILIZAÇÃO,	1ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTO	MEDSHARP	80267170002	APTA	A empresa apresentou a FICHA TÉCNICA do produto, sendo verificado que o mesmo atende ao solicitado por esta Administração. Tamanho 30FR . Registro Anvisa: 80267170002 . (0062839384)

IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.				
---	--	--	--	--

Da análise técnica das propostas das empresas, acima relacionadas, este parecerista é favorável à aceitação de todas as propostas por estarem **APTA**.

-assinado eletronicamente-
MÁRCIO LUÍS CORREIA DUARTE
 Farmacêutico Analista -CGPM



2. DESPACHO DA COORDENADORA:

- 2.1. Aprovo a **ANÁLISE TÉCNICO-FARMACÊUTICA**, consignada no item 1
- 2.2. Desta feita, retorno o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Porto Velho-RO, data e hora do sistema.

-assinado eletronicamente-
REGINALDA MAIA DE SÁ
 Coordenadora da Gestão de Produtos Médicos
 Decreto 103710/2025 (0058644900)



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 08/08/2025, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Luis Correia Duarte, Farmacêutico(a)**, em 08/08/2025, às 17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0063008112** e o código CRC **28B9BE98**.