



RONDÔNIA
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Núcleo de Processos Licitatórios - SESAU-CGPMNPL

Parecer Técnico Farmacêutico nº 31/2025/SESAU-CGPMNPL

De: **SESAU - CGPMNPL**

Para: **SUPEL - COSAU4**

Processo Nº: 0036.019713/2024-15

Assunto: **Parecer Técnico Farmacêutico.**

Considerando Ofício (4847) 0063114158, o qual nos solicita análise técnica das propostas enviadas, referente ao Pregão Eletrônico nº90386/2024, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos/**CGPM**, através do Núcleo de Processos Licitatório-NPL, emite o seguinte parecer:

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.019713/2024-15						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90386/2024/SUPEL/RO/CME.						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRITIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
4	ID: 2441 - CUBA PLÁSTICA RETANGULAR EM POLIETILENO LINEAR DE ALTA RESISTENCIA A PESO E IMPACTO, COM TAMPA, CAPACIDADE ENTRE 38 E 50 LTS,	P H MENESSES COMERCIO	JSN	NÃO INFORMADO	APTA	NÃO FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO CATÁLOGO E NO SITE DO

	APROPRIADO PARA USO COM SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E NA LAVAGEM DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO EM CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO, FOTORESISTENTE, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS VARIANDO + OU - 5 CM: 55 CM COMPRIMENTO, 36 CM DE LARGURA E 20 CM DE ALTURA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.				FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO É COMPOSTO POR CAIXA E TAMPA COMPATÍVEIS ENTRE SI, ATENDENDO AO DESCRIPTIVO EXIGIDO. OBSERVAÇÃO: O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM CAIXA E TAMPA CORRESPONDENTES AO DESCRIPTIVO TÉCNICO, GARANTINDO A CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS.	
5	ID: 2440 - CUBA (CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR EM POLIETILENO LINEAR DE ALTA RESISTÊNCIA A PESO E IMPACTO, COM TAMPA, CAPACIDADE ENTRE 65 E 75 LTS, APROPRIADO PARA USO COM SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E NA LAVAGEM DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO EM CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO, FOTORESISTENTE, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS VARIANDO + OU - 5 CM: 65 CM DE COMPRIMENTO, 40 CM DE LARGURA E 30 CM DE ALTURA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	STAR COMERCIO	GPLASTICO	ISENTO	APTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA AO CATÁLOGO, E SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO. OBSERVAÇÃO: O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE NAS MEDIDAS CORRESPONDENTES AO DESCRIPTIVO.
19	ID: 9504 - ESCOVAS ESPECIAIS PARA	DEVANT CARE COMERCIAL	SAFEMED/FBC5-H03	ISENTO	INAPTO	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO

	<p>CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, COM CERDAS EXTRAS RÍGIDAS COMO AÇO, FABRICADAS EM POLIAMIDA OU NYLON, DEVE PERMITIR UMA LIMPEZA PROFUNDA SEM AGREDIR O INSTRUMENTAL, ESPECIALMENTE EM RANHURAS E SUPERFÍCIES IRREGULARES.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO 78-80 MM X 17-18 MM X 10-12 MM DA ÁREA ESCOVANTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>				<p>PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO CATÁLOGO E NO SITE OFICIAL DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE A ESCOVA NÃO POSSUI CERDAS EXTRAS RÍGIDAS, COMO AS DE AÇO, CONFORME EXIGIDO NO DESCRIPTIVO TÉCNICO. DESSA FORMA, O PRODUTO NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS REQUERIDAS.</p>
20	<p>ID: 2430 - ESCOVAS ESPECIAIS PARA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, COM CERDAS EXTRAS RÍGIDAS COMO AÇO, FABRICADAS EM POLIAMIDA OU NYLON, DEVE PERMITIR UMA LIMPEZA PROFUNDA SEM AGREDIR O INSTRUMENTAL, ESPECIALMENTE EM RANHURAS E SUPERFÍCIES IRREGULARES.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO 80 MM X 18 MM X 21 MM DA ÁREA ESCOVANTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS	PCA	ISENTO	<p>FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, APÓS PESQUISA REALIZADA NO CATÁLOGO E NO SITE OFICIAL DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE A ESCOVA NÃO POSSUI A MEDIDA DE 21 MM DE PROFUNDIDADE/ALTURA NA ÁREA ESCOVANTE. DESSA FORMA, CONCLUI-SE QUE O PRODUTO NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS REQUERIDAS.</p>

	ID: 2304 - ESCOVAS ESPECIAIS PARA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO, COM CERDAS EXTRAS RÍGIDAS COMO AÇO, FABRICADAS EM POLIAMIDA OU NYLON, DEVE PERMITIR UMA LIMPEZA PROFUNDA SEM AGREDIR O INSTRUMENTAL, ESPECIALMENTE EM RANHURAS E SUPERFÍCIES IRREGULARES. TAMANHO APROXIMADO 80 MM X 18 MM X 28 MM DA ÁREA ESCOVANTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					
21		DEVANT CARE COMERCIAL	SAFEMED	ISENTO	INAPTO	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA NO CATÁLOGO E NO SITE OFICIAL DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE A ESCOVA NÃO POSSUI CERDAS EXTRAS RÍGIDAS, COMO AS DE AÇO, CONFORME EXIGIDO NO DESCRIPTIVO TÉCNICO. DESSA FORMA, O PRODUTO NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS REQUERIDAS.
22	ID: 5072 - ESCOVA DE MÃO CERDAS FLEXÍVEIS EM NILON, PARA USO EM LIMPEZA DE MATERIAS CIRÚRGICOS EM CME, MEDIDAS APROXIMADAS DE 78 A 81 MM DE COMPRIMENTO X 19 MM X 20 MM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	DENTAL SAUDE	PCA	NÃO INFORMADO	INAPTO	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO ANEXADO À PROPOSTA COMERCIAL. ENTRETANTO, APÓS PESQUISA REALIZADA NO CATÁLOGO E NO SITE OFICIAL DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE A ESCOVA NÃO POSSUI AS MEDIDAS APROXIMADAS DE 78 A 81 MM DE COMPRIMENTO. A MEDIDA OFERTADA CORRESPONDE A UM COMPRIMENTO TOTAL DE 10 CM (100 MM). DESSA FORMA, CONCLUI-SE QUE O PRODUTO NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS REQUERIDAS.
27	ID: 5070 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM LÚMEN (CANULADOS), COM CERDAS EM NYLON,	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	PCA	ISENCAO 185.2001 CAIXA C/ 50	APTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL.

	REUTILIZÁVEL, COM HASTE FLEXÍVEL DE ARAME EM AÇO INOX TORCIDO COM PONTAS ARREDONDADAS DE 80 CM DE COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADAMENTE, HASTE COM ESCOVA DE 1.5 MM DE DIÂMETRO POR 15 MM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.				CONTUDO, EM PESQUISA AO CATÁLOGO E AO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO ATENDE AO DESCRITIVO EXIGIDO. OBSERVAÇÃO: O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE NAS MEDIDAS CORRESPONDENTES AO DESCRITIVO.
28	ID: 1002010 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM LÚMEN (CANULADOS), COM CERDAS EM NYLON, REUTILIZÁVEL, COM HASTE FLEXÍVEL DE ARAME EM AÇO INOX TORCIDO COM PONTAS ARREDONDADAS DE 80 CM DE COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADAMENTE, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BERTHAX SURGICAL	PCA	NÃO INFORMADO	APTA FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA AO CATÁLOGO, E SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU- SE QUE ATENDE AO DESCRITIVO EXIGIDO. OBSERVAÇÃO: O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE NAS MEDIDAS CORRESPONDENTES AO DESCRITIVO.
30	ID: 1000146 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM LÚMEN (CANULADOS), COM CERDAS EM NYLON, REUTILIZÁVEL, COM HASTE FLEXÍVEL DE ARAME EM AÇO INOX	DENTAL SAUDE	PCA	NÃO INFORMADO	APTA FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA AO CATÁLOGO, E SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU- SE QUE ATENDE AO

	TORCIDO COM PONTAS ARREDONDADAS DE 80 CM DE COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADAMENTE, HASTE COM ESCOVA DE 4 MM DE DIÂMETRO POR 25 MM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.				DESCRITIVO EXIGIDO.OBSERVAÇÃO: O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE NAS MEDIDAS CORRESPONDENTES AO DESCRIPTIVO.	
40	ID: 7041 - FITA PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MEDINDO ENTRE 5 MM OU 6 MM EM ROLO OU FOLHA (CARTELA), TOTALIZANDO 6 METROS DE FITA APROXIMADAMENTE, NA COR AMARELO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BERTHAX SURGICAL	PCA	NÃO INFORMADO	APTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA AO CATÁLOGO, E SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU- SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.
41	ID: 7042 - FITA PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MEDINDO ENTRE 5 MM OU 6 MM EM ROLO OU FOLHA (CARTELA), TOTALIZANDO 6 METROS DE FITA APROXIMADAMENTE, NA COR AZUL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE ,	BERTHAX SURGICAL	PCA	NÃO INFORMADO	APTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA AO CATÁLOGO, E SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU- SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.

	REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					
42	<p>ID: 7043 - FITA PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MEDINDO ENTRE 5 MM OU 6 MM EM ROLO OU FOLHA (CARTELA), TOTALIZANDO 6 METROS DE FITA APROXIMADAMENTE, NA COR BRANCA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	BERTHAX SURGICAL	PCA	NÃO INFORMADO	APTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA AO CATÁLOGO, E SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.
44	<p>ID: 10531 - FITA PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MEDINDO ENTRE 5 MM OU 6 MM EM ROLO OU FOLHA (CARTELA), TOTALIZANDO 6 METROS DE FITA APROXIMADAMENTE, NA COR LARANJA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	BERTHAX SURGICAL	PCA	NÃO INFORMADO	APTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA AO CATÁLOGO, E SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.
45	<p>ID: 10533 - FITA PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MEDINDO ENTRE 5 MM OU 6 MM EM ROLO OU FOLHA (CARTELA), TOTALIZANDO 6 METROS DE FITA APROXIMADAMENTE, NA COR LILÁS OU ROXO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E</p>	BERTHAX SURGICAL	PCA	NÃO INFORMADO	APTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA AO CATÁLOGO, E SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.

	PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					
46	ID: 10534 - FITA PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MEDINDO ENTRE 5 MM OU 6 MM EM ROLO OU FOLHA (CARTELA), TOTALIZANDO 6 METROS DE FITA APROXIMADAMENTE, NA COR MARROM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BERTHAX SURGICAL	PCA	NÃO INFORMADO	APTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA AO CATÁLOGO, E SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU- SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.
47	ID: 7044 - FITA PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MEDINDO ENTRE 5 MM OU 6 MM EM ROLO OU FOLHA (CARTELA), TOTALIZANDO 6 METROS DE FITA APROXIMADAMENTE, NA COR VERDE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BERTHAX SURGICAL	PCA	NÃO INFORMADO	APTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA AO CATÁLOGO, E SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU- SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.
48	ID: 7045 - FITA PARA MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MEDINDO ENTRE 5 MM OU 6 MM	BERTHAX SURGICAL	PCA	NÃO INFORMADO	APTA	FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA

	EM ROLO OU FOLHA (CARTELA), TOTALIZANDO 6 METROS DE FITA APROXIMADAMENTE, NA COR VERMELHO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.				AO CATÁLOGO, E SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.
52	ID: 6756 - INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005, QUE PERmite EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C a 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE	TECPLUS	D-TECH/DT-T500	NÃO INFORMADO	INAPTO FOI APRESENTADO, EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO. CONTUDO, APÓS VERIFICAÇÃO NO CATÁLOGO E NO SITE OFICIAL DO FABRICANTE, CONSTATOU-SE QUE O MODELO E MARCA DO INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005, OFERTADO APRESENTA MUDANÇA DE COR (DE AZUL PARA PRETO) COMO FORMA DE INDICAÇÃO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, O QUE EXIGE INTERPRETAÇÃO VISUAL. ESSA CARACTERÍSTICA DIVERGE DA EXIGÊNCIA PREVISTA NA ESPECIFICAÇÃO, QUE DETERMINA MIGRAÇÃO FRONTAL SEM NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA COR. ALÉM DISSO, O TEMPO DE RESPOSTA A 121°C É DE 15 MINUTOS, ENQUANTO A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ESTABELECE QUE O INDICADOR DEVE REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS NESSA TEMPERATURA. PORTANTO, O PRODUTO

MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORTIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS E OU PACOTES DE 250 OU 200 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.			OFERTADO NÃO ATENDE AO DESCRIPTIVO EXIGIDO.
--	--	--	--

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
 Farmacêutica
 Licitação de Produtos Médicos Gerais
 SESAU-CGPM/RO

2. DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertados pelas empresas/licitantes, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está **em desacordo** com o solicitado por esta administração, declaramos **inaptas**, as propostas ofertada pelas empresas , para os itens:

DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - **itens 19,21**

HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - **item 20**

DENTAL SAUDE LTDA - **item 22**

TECPLUS LTDA - **item 52**

Informo-vos que as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertadas pelas empresas.

Para Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

REGINALDA MAIA DE SÁ

Coordenadora da Gestão de Produtos Médicos

SESAU
Secretaria de Estado
da Saúde

RONDÔNIA
Governo do Estado



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Farmacêutico(a)**, em 13/08/2025, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 13/08/2025, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0063218527** e o código CRC **EF95B77E**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.019713/2024-15

SEI nº 0063218527