



**RONDÔNIA**  
Governo do Estado

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Corpo de Bombeiros Militar - CBM  
Seção de Compras - CBM-CPOFCOMPRA

**ANÁLISE**

Análise nº 82/2025/CBM-CPOFCOMPRA

**1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

1.1. Esta análise trata-se do solicitado no Ofício 3745 (0062099391) e Ofício 4498 (0062753438) encaminhado para esta seção de compras da Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e finanças, para a devida **análise técnica das propostas** encaminhados pelas licitantes, a fim de subsidiar a decisão do Pregoeiro, quanto a aceitabilidade dos itens/produtos ofertados.

1.2. Para isso, serão considerados como parâmetros e subsídios os documentos abaixo:

- a) Termo de Referência 0057237807;
- b) Adendo Modificador ao Termo de Referência (0060207491);
- c) Adendo Modificador ao Termo de Referência (0061240960);
- d) Relação de itens (0059077679);
- e) Despacho (0062379289);
- f) Despacho Reanálise (0063175004); e
- g) Propostas conforme tabela abaixo:

| ITENS   | EMPRESA                               | PROPOSTA                                |
|---|---------------------------------------|---|
| 01,30 e 36  | G.O MEDICAL LTDA                      | <a href="#">Proposta - (0062065930)</a> |
| 02, 16, 25, 27, 56, 58, 59 e 92                         | CENTRALMIX COMERCIAL LTDA             | <a href="#">Proposta - (0062066021)</a> |
| 03 ,22, 24, 33 e 76                                     | NRX MEDICAL SYSTE - RO                | <a href="#">Proposta - (0062066142)</a> |
| 04, 08, 17, 19, 20, 21, 39, 41, 43, 51, 62, 63, 66 e 67 | VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | <a href="#">Proposta - (0062066294)</a> |
| 09, 10, 11, 15, 18, 26 e 93                             | ALL SUPPORT COMER - DF                | <a href="#">Proposta - (0062067488)</a> |
| 13, 52, 94, 97 e 100                                    | AMARALMED COMERCI - GO                | <a href="#">Proposta - (0062073904)</a> |
| 23 e 75   | ORTOPRATIKA INDUS - SP                | <a href="#">Proposta - (0062074273)</a> |
| 28, 38, 48  | PROLINE MATERIAL H - PR               | <a href="#">Proposta - (0062110068)</a> |
| 29, 45, 46 e 47   | MASTERSUL EQUIPA - RS                 | <a href="#">Proposta - (0062075237)</a> |
| 40, 85, 86, 87 e 99                                     | SULDONORTE DISTRI - RO                | <a href="#">Proposta - (0062075652)</a> |

|              |                                |   |
|--------------|--------------------------------|---|
| 49 e 90      | O.FILIZZOLA & CIA LT - SP      | <a href="#">Proposta - (0062076165)</a> |
| 53           | DENTAL SAUDE LTDA - RO         | <a href="#">Proposta - (0062076330)</a> |
| 55           | STAR COMERCIO LTDA - RO        | <a href="#">Proposta - (0062076689)</a> |
| 57, 80 e 102 | AC EMPREENDIMENTOS - AC        | <a href="#">Proposta - (0062076842)</a> |
| 61           | JONATAS DOS SANTOS - GO        | <a href="#">Proposta - (0062089671)</a> |
| 65           | EQUIMED EQUIPAMENTOS - PR      | <a href="#">Proposta - (0062095141)</a> |
| 68 e 95      | ARMADA ARTIGOS MI - DF         | <a href="#">Proposta - (0062095451)</a> |
| 71           | ALL SOLUTIONS MEDI             | <a href="#">Proposta - (0062095683)</a> |
| 73, 78, 79   | MAXLAB PRODUTOS - GO           | <a href="#">Proposta - (0062095802)</a> |
| 77           | ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA - SP | <a href="#">Proposta - (0062098737)</a> |
| 81           | HAND LIFE SUPRIMENTOS - MG     | <a href="#">Proposta - (0062099040)</a> |

## 2. RELATÓRIO TÉCNICO

| EMPRESA   | ITEM | DESCRÍÇÃO TR   | DESCRÍÇÃO PROPOSTA   | DECISÃO COMISSÃO   | PARECER   | ANVISA | AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (AFE) E/OU AUTORIZAÇÃO ESPECIAL (AE) |
|---|------|--|--|--|---|--------|---|
| <a href="#">Proposta - (0062065930)</a><br>G.O MEDICAL LTDA | 01   | <b>SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML</b> , solução isotônica em relação aos líquidos corporais que contem 0,9%, em massa, de NaCl em água destilada, ou seja, cada 100mL da solução aquosa contém 0,9 gramas do sal. 100ml de soro fisiológico contem 0,354 gramas de Na <sup>+</sup> e 0,546 gramas de Cl <sup>-</sup> , com pH = 6,0. Para uso em Limpeza de ferimentos. Fornecido em garrafa plástica e com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. | Cloreto De Sódio - Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmacêutica: Solução Estéril Não Injetável   | <b>Item 01</b> - De acordo com as informações técnicas do fabricante o item NÃO atende aos requisitos solicitados pois, o volume não foi especificado por unidade 500 ml, detalhamento de íons ausente(0,354 g de Na <sup>+</sup> e 0,546 g de Cl <sup>-</sup> por 100 ml ), PH também não informado. Impossibilitando assim a verificação de preço. | Após a realização das diligências, conforme comprovante Anexo - Diligência CBMRO - Go Medical (0063090969), informamos que os catálogos técnicos solicitados não foram encaminhados pela licitante, impossibilitando a realização da análise técnica por parte da unidade demandante. Diante disso, solicitamos que seja registrada solicitação no chat do ComprasNet, requerendo o envio dos referidos documentos, e que, tão logo sejam recebidos, sejam imediatamente encaminhados à unidade demandante para análise técnica conclusiva. |        | 8.31272-4<br>(7X339M5L83W3)                                       |
|   | 30   | <b>LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL Tamanho G</b> - Luvas de procedimento não estéril; confeccionadas em látex íntegro. Deverão ser ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível  | Luva p/ procedimento de saúde não cirúrgico c/ anvisa - Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa Material: Borracha Natural - Látex, Superfície: Superfície | <b>Item 30</b> - De acordo com as informações técnicas do fabricante o item NÃO atende aos requisitos solicitados pois, não especificou a cor: BRANCO.   | Após a realização das diligências, conforme comprovante Anexo - Diligência CBMRO - Go Medical (0063090969), informamos que os catálogos técnicos solicitados não foram encaminhados pela  |        | NÃO SOLICITADO  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>atóxico, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso; devem apresentar boa resistência ao calçar; sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex e tamanho de acordo com a especificação. Deverão vir devidamente embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento. A embalagem deve conter o tamanho, o lote, a data de fabricação e de validade, além de conter número do C.A.; deverão atender integralmente as normas do INMETRO. Forma de apresentação: embalagem contendo 100 (cem) unidades acondicionadas em caixa. Na cor branca. Prazo de validade de no mínimo um ano a partir do recebimento do material.</p> | <p>Lisa, Formato: Ambidestra, Pó: Com Pó Bioabsorvível, Cor: C/ Cor, Tamanho: Grande - G, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Par Em Embalagem Individual</p> | <p>impossibilitando a verificação de preço.</p> | <p>licitante, impossibilitando a realização da análise técnica por parte da unidade demandante.</p> <p>Diante disso, solicitamos que seja registrada solicitação no chat do ComprasNet, requerendo o envio dos referidos documentos, e que, tão logo sejam recebidos, sejam imediatamente encaminhados à unidade demandante para análise técnica conclusiva.</p> |
|--|--|---|--|

|  |    |  |  |   |   |                       |                             |
|--|----|--|--|---|---|-----------------------|-----------------------------|
|  |    | <b>ÁLCOOL EM LÍQUIDO 70% -</b><br>ÁLCOOL ETÍLICO<br>HIDRATADO 70%<br>acondicionado em frasco plástico resistente descartável, lacrado, que permite a visualização do conteúdo, apresentar cheiro característico, embalagem contendo identificação, data de fabricação e validade, lote, registro no ms-svs, tenha aprovação do Inmetro. Envasadas em garrafas de 1 litro. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. | Álcool Etílico - Álcool Etílico<br>Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70%_(70°GI),<br>Apresentação: Líquido  | <b>Item 36</b> - De acordo com as informações técnicas do fabricante o item NÃO atende aos requisitos solicitados pois, não informou o volume por unidade: 1 L. Impossibilitando assim a verificação de preço.                                  | Após a realização das diligências, conforme comprovante Anexo - Diligência CBMRO - Go Medical (0063090969), informamos que os catálogos técnicos solicitados não foram encaminhados pela licitante, impossibilitando a realização da análise técnica por parte da unidade demandante. Diante disso, solicitamos que seja registrada solicitação no chat do ComprasNet, requerendo o envio dos referidos documentos, e que, tão logo sejam recebidos, sejam imediatamente encaminhados à unidade demandante para análise técnica conclusiva. | <b>NÃO SOLICITADO</b> |                             |
| <b>Proposta -<br/>(0062066021)</b><br>CENTRALMIX<br>COMERCIAL LTDA | 02 | <b>FITA ZEBRADA - FITA ISOLAMENTO DE ÁREA:</b> Fita de Sinalização (zebrada), na cor preto e amarelo tamanho 7cm X 200m, tipo I.   | <b>FITA ZEBRADA - FITA ISOLAMENTO DE ÁREA:</b> Fita de Sinalização (zebrada), na cor preto e amarelo tamanho 7cm X 200m, tipo I  | <b>Item 02</b> - Em conformidade com o Termo de Referência (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor proposto por unidade corresponde à média ofertada pelo mercado. | <b>ACEITO</b>   | <b>NÃO SOLICITADO</b> | 8.19155-7<br>(P36888248291) |
|  | 16 | <b>KIT QUEIMADOS</b> Contendo as seguintes especificações:<br>• 03 (três) Soros Fisiológico 250 ml;<br>• 02 (duas) Ataduras de Ryon 7,5 cm x 5m;<br>• 02 (duas) Manta Térmica 2,10 x 1,40 m;<br>• 01 (um) Protetor de queimadura e eviscerações;<br>• 02 (dois) Pares de Luvas.  | KIT QUEIMADOS Contendo as seguintes especificações:<br>• 03 (três) Soros Fisiológico 250 ml;<br>• 02 (duas) Ataduras de Ryon 7,5 cm x 5m;<br>• 02 (duas) Manta Térmica 2,10 x 1,40 m;<br>• 01 (um) Protetor de queimadura e eviscerações;<br>• 02 (dois) Pares de Luvas. | <b>Item 16</b> - Falta informação sobre o estojo de acondicionamento, quantidade abaixo de protetores de queimaduras e eviscerações são 3 peças estéreis exigidas, três soros fisiológicos itens não exigidos no termo de referência.           | Conforme Diligência CBMRO - Central Mix (0063041142), o produto ofertado não condiz com o descrito no termo de referência, visto que <b>falta no catálogo as 03 (três) Soros Fisiológico 250 ml e mais 01 (um) Protetor de queimadura e eviscerações.</b><br><br>Portanto, o item da forma que apresentado no catálogo <b>NÃO ATENDE</b> ao descrito no termo de referência, contudo caso a licitante ajuste sua proposta   | <b>NÃO SOLICITADO</b> |                             |

|    |   |   |  |  |                       |
|----|---|---|--|--|-----------------------|
|    |   |   |  | conforme o descrito no TR, este será aceito. |                       |
| 25 | <b>TALA FLEXÍVEL LARANJA (M) - TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE</b><br>Tamanho M, aproximadamente de 65x10cm (laranja). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura de 2,5 mm a 4 mm. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. | TALA FLEXÍVEL LARANJA (M) - TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho M, aproximadamente de 65x10cm (laranja). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura de 2,5 mm a 4 mm. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. | <b>Item 25</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor proposto por unidade corresponde à média ofertada pelo mercado. | <b>ACEITO</b>                                | <b>NÃO SOLICITADO</b> |
| 27 | <b>TALA FLEXÍVEL LILÁS (PP) - TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE</b> Tamanho PP, aproximadamente de 30x8cm (lilás)Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura de 2,5mm a 4 mm. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso.          | TALA FLEXÍVEL LILÁS (PP) - TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho PP, aproximadamente de 30x8cm (lilás)Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura de 2,5mm a 4 mm. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso.       | <b>Item 27</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor proposto por unidade corresponde à média ofertada pelo mercado. | <b>ACEITO</b>                                | <b>NÃO SOLICITADO</b> |
| 56 | <b>FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO DIGITAL PARA CILINDRO</b> , Fluxômetro 02 digital para válvula reguladora. Características: Conexão 9/16 UNF para oxigênio.   | FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO DIGITAL PARA CILINDRO, Fluxômetro 02 digital para válvula reguladora. Características: Conexão 9/16 UNF para oxigênio.   | <b>Item 56</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do   | <b>ACEITO</b>                                | <b>NÃO SOLICITADO</b> |

|    |  |   |  |               |                       |
|----|--|---|--|---------------|-----------------------|
|    | Administra de 0 à 15 litros por minuto de oxigênio. Pressão de trabalho Regulado dentro da faixa de +/- 3,5kgf/cm <sup>2</sup> . Composto por corpo em latão cromado; bilhas em policarbonato: esfera em aço inoxidável; porca/borboleta: em nylon verde (padrão ABNT); níples de saída botão cromado. Conexão fêmea utilizado em conexões ABNT, postos parede ou painéis beira deleito. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | Administra de 0 à 15 litros por minuto de oxigênio. Pressão de trabalho Regulado dentro da faixa de +/- 3,5kgf/cm <sup>2</sup> . Composto por corpo em latão cromado; bilhas em policarbonato: esfera em aço inoxidável; porca/borboleta: em nylon verde (padrão ABNT); níples de saída botão cromado. Conexão fêmea utilizado em conexões ABNT, postos parede ou painéis beira deleito. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber | fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor proposto por unidade corresponde à média ofertada pelo mercado.  |               |                       |
| 58 | <b>LANTERNA DE CABEÇA</b> , lanterna de cabeca recarregável com bateria recarregável, tipo LED, com botão liga e desliga, deve acompanhar carregador bivolt 110V/220V, fita de ajuste de cabeça para melhor fixação, potência de no mínimo 50 lumens, alcance de iluminação de no mínimo 35 metros, resistência a água, 3 modos de iluminação alto/máximo, baixo/econômico, pisca/strobo, pesando máximo 350 gramas.   | LANTERNA DE CABEÇA, lanterna de cabeca recarregável com bateria recarregável, tipo LED, com botão liga e desliga, deve acompanhar carregador bivolt 110V/220V, fita de ajuste de cabeça para melhor fixação, potência de no mínimo 50 lumens, alcance de iluminação de no mínimo 35 metros, resistência a água, 3 modos de iluminação alto/máximo, baixo/econômico, pisca/strobo, pesando máximo 350 gramas   | <b>Item 58</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor proposto por unidade corresponde à média ofertada pelo mercado. | <b>ACEITO</b> | <b>NÃO SOLICITADO</b> |
| 59 | <b>LANTERNA DE MÃO</b> , Material: Plástico Abs Reforçado, Lente Policarbonato Resistente. Tipo Foco: Regulável. Tipo Bateria: Recarregável.Tensão Bateria: 6,0 V. Tensão Nominal: 110/220 V.  | <b>LANTERNA DE MÃO</b> , Material: Plástico Abs Reforçado, Lente Policarbonato Resistente. Tipo Foco: Regulável. Tipo Bateria: Recarregável.Tensão Bateria: Mínimo de 6,0 V.  | <b>item 59</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor   | <b>ACEITO</b> | <b>NÃO SOLICITADO</b> |

|   |  |  |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|
|   | Quantidade Lâmpadas: 36 UN. Tipo Lâmpada: Led Acessórios: Carregador Bivolt 127/220 E Adaptador 12v  | Tensão Nominal: 110/220 V. Quantidade Lâmpadas: Mínimo 36 UN. Tipo Lâmpada: Led Acessórios: Carregador Bivolt 127/220 E Adaptador 12v  | proposto por unidade corresponde à média ofertada pelo mercado.   |  |   |
| 92  | <b>COTA ITEM 57</b><br><b>KIT PRANHA CIPA</b> , Capa confeccionada em tecido 100% poliamida. Fecho de velcro, alças para transporte e fixar em paredes. Deve conter também também, bolsa plástica transparente para colocação de colares e talas de imobilização. Deve conter: 01 prancha longa em polietileno com jogo de 3 cintos, 1 Head Block completo, 01 capa para proteção da mesma, 01 jogo de tala aramada e E.V.A com 4 tamanhos, 01 bandagem triangular tam: M, 01 jogo de colar cervical de cada sendo PP/P/M/G, 01 cobertor térmico, 01 atadura de crepe 10cm, 02 atadura de crepe 15cm, 2 atadura de crepe 30 cm, 01 fita micro porosa, 01 (caixa) curativo antiséptico (tipo banda-aid), 05 compressa estéril 7,5X7,5. 03 pares de luvas cirúrgica estéril, 01 holster contando tesoura ponta romba, 01 máscara para RCP descartável. | <b>KIT PRANHA CIPA</b> , Capa confeccionada em tecido 100% poliamida. Fecho de velcro, alças para transporte e fixar em paredes. Deve conter também também, bolsa plástica transparente para colocação de colares e talas de imobilização. Deve conter: 01 prancha longa em polietileno com jogo de 3 cintos, 1 Head Block completo, 01 capa para proteção da mesma, 01 jogo de tala aramada e E.V.A com 4 tamanhos, 01 bandagem triangular tam: M, 01 jogo de colar cervical de cada sendo PP/P/M/G, 01 cobertor térmico, 01 atadura de crepe 10cm, 02 atadura de crepe 15cm, 2 atadura de crepe 30 cm, 01 fita micro porosa, 01 (caixa) curativo antiséptico (tipo banda-aid), 05 compressa estéril 7,5X7,5. 03 pares de luvas cirúrgica estéril, 01 holster contando tesoura ponta romba, 01 máscara para RCP descartável | <b>Item 92</b> - Este item não consta no Termo de Referência, conforme o termo o item correto é <b>57</b> (0057237807) kit prancha CIPA , e o valor ficou acima da proposta do mesmo item da empresa nº 0062076842. | <b>ACEITO</b><br><br>Os valores unitários para o item 57 da proposta 0062076842 é de R\$ 1.150,00.<br>Enquanto que para a proposta 0062066021, item 92, cota do item 57, é de R\$ 1.525,00.<br>Por fim, de acordo com o cadastro no COMPRASNET dos itens do pregão, conforme Relação de itens (0059077679), os valores unitários para ambos os itens cadastrados, isto é, item 57 e 92, são de R\$ 1.525,00.<br><br>Portanto, não existem valores acima do estimado. | <b>NÃO SOLICITADO</b>   |
| Proposta -<br><b>(0062066142)</b><br>NRX MEDICAL SYSTEMS - RO | 03   | <b>GAZE HIDROFILA</b> , 100% algodão, com 13 fios/cm <sup>2</sup> , medindo 7,5cm x 7,5cm, bom acabamento, sem fios soltos, não estéril, acondicionada em embalagem com 500  | GAZE HIDROFILA, 100% algodão, com 13 fios/cm <sup>2</sup> , medindo 7,5cm x 7,5cm, bom acabamento, sem fios soltos, não estéril, acondicionada em embalagem com 500   | <b>Item 03</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos   | <b>ACEITO</b><br><br><b>NÃO SOLICITADO</b><br><b>8.25954-9</b><br><b>(PX55M19427Y8)</b> |

|    |   |   |  |        |                |
|----|---|---|--|--------|----------------|
|    | unidades e com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.   | unidades e com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega  | requisitos solicitados. O valor proposto por unidade corresponde à média ofertada pelo mercado.  |        |                |
| 22 | <b>ASPIRADORES DE SECREÇÃO MANUAL PORTÁTIL</b> , Portátil, tipo revólver, não elétrico, composto por bomba em ABS de vácuo manual acionada por gatilho, volume cerca de 300ml com tampa para armazenagem das secreções e 02 cânulas semirrígidas de silicone, moldáveis, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, cateter adaptador para tubos de aspiração. O punho de sucção deverá produzir um vácuo de 550mmhg. O tubo rígido deverá permitir colocação mesmo sem laringoscópio, com o adaptador endotraqueal. O tubo rígido poderá ser removido para permitir a sucção através do tubo endotraqueal na entubação, quer em adultos ou crianças, ter ajuste para sucção elevada e de baixa pressão e mecanismo que impede o retorno ou transbordamento.<br>Apresentar registro ANVISA. | ASPIRADORES DE SECREÇÃO MANUAL PORTÁTIL, Portátil, tipo revólver, não elétrico, composto por bomba em ABS de vácuo manual acionada por gatilho, volume cerca de 300ml com tampa para armazenagem das secreções e 02 cânulas semirrígidas de silicone, moldáveis, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, cateter adaptador para tubos de aspiração. O punho de sucção deverá produzir um vácuo de 550mmhg. O tubo rígido deverá permitir colocação mesmo sem laringoscópio, com o adaptador endotraqueal. O tubo rígido poderá ser removido para permitir a sucção através do tubo endotraqueal na entubação, quer em adultos ou crianças, ter ajuste para sucção elevada e de baixa pressão e mecanismo que impede o retorno ou transbordamento.<br>Apresentar registro ANVISA. | <b>Item 22</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor proposto por unidade corresponde à média ofertada pelo mercado. | ACEITO | 80070219010    |
| 24 | <b>TALA FLEXÍVEL VERDE (G) - TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE</b> Tamanho G, aproximadamente de 85x10cm (verde). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço  | <b>TALA FLEXÍVEL VERDE (G) - TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE</b> Tamanho G, aproximadamente de 85x10cm (verde). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço  | <b>Item 24</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor   | ACEITO | NÃO SOLICITADO |

|    |   |   |   |   |  |
|----|---|---|---|---|--|
|    | galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura mínima 4 mm. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso.  | galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura mínima 4 mm. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso   | proposto por unidade corresponde à média ofertada pelo mercado.   |   |  |
| 33 | <p><b>ELETRODOS DEA ADULTO -</b><br/>Conjunto de pás. Pás de Choque Adesivas - ADULTO - Conector 4 Vias, autoaderentes, descartáveis. Pá de choque, eletrodo, descarga. Conector PRETO. USO EM DESFIBRILADOR DEA DA CMOSDRAKE. compatível com LIFE 400 - FUTURA. <b>Código / Referência:</b> F7988W/CM</p> <p><b>Obs.:</b> Esta especificação tem por base que são os Desfibriladores que atualmente fazem parte do acervo de bens do CBMRO, portanto, devem ser compatíveis para que não onere a administração pública com a aquisição de DEAs e elétrodos de outras marcas não compatíveis.</p> | <p><b>ELETRODOS DEA ADULTO -</b><br/>Conjunto de pás. Pás de Choque Adesivas - ADULTO - Conector 4 Vias, autoaderentes, descartáveis. Pá de choque, eletrodo, descarga. Conector PRETO. USO EM DESFIBRILADOR DEA DA CMOSDRAKE. compatível com LIFE 400 - FUTURA. <b>Código / Referência:</b> F7988W/CM</p> <p><b>Obs.:</b> Esta especificação tem por base que são os Desfibriladores que atualmente fazem parte do acervo de bens do CBMRO, portanto, devem ser compatíveis para que não onere a administração pública com a aquisição de DEAs e elétrodos de outras marcas não compatíveis.</p> | <p><b>Item 33 -</b> A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor proposto por unidade corresponde à média ofertada pelo mercado.</p> | <span style="color: green;">ACEITO</span> | <span style="color: yellow;">NÃO SOLICITADO</span> |

|    |  |  |   |        |                |
|----|--|--|---|--------|----------------|
| 76 | <b>TRACIONADOR FÊMUR</b> ,<br>Tracionador de Fêmur em aço, alumínio e plástico, tamanho ADULTO, para resgate e transporte. Características Técnicas Mínimas: Tala de tração de fêmur do tipo portátil tamanho adulto, equipamento destinado à imobilização provisória de ossos longos das extremidades inferiores. Constituída de uma tala de alumínio tubular e 02 sistema de trava com superfície recartilhada que possibilita a regulagem do comprimento. Deve possuir apoio metálico escamoteável, catraca em alumínio fundido com pintura em epóxi, com fixação de uma fita de nylon preta com 50mm (aproximado) de largura por 435mm (a proximado) de comprimento com ilhós na extremidade e gancho para tracionamento do membro fraturado através de tornozeleira de nylon acolchoada, possuindo ainda trava e roldana com superfície recartilhada para ajuste do processo de tração. Provista de quatro cintas elásticas de apoio e fixação na cor preta com finalidade de dar sustentação ao membro dentro da estrutura da tala e costurado no elástico com velcro preto. Dimensões Aproximadas: fechada 900 mm de comprimento, aberta 1.350 m m de com | <b>TRACIONADOR FÊMUR</b> ,<br>Tracionador de Fêmur em aço, alumínio e plástico, tamanho ADULTO, para resgate e transporte. Características Técnicas Mínimas: Tala de tração de fêmur do tipo portátil tamanho adulto, equipamento destinado à imobilização provisória de ossos longos das extremidades inferiores. Constituída de uma tala de alumínio tubular e 02 sistema de trava com superfície recartilhada que possibilita a regulagem do comprimento. Deve possuir apoio metálico escamoteável, catraca em alumínio fundido com pintura em epóxi, com fixação de uma fita de nylon preta com 50mm (aproximado) de largura por 435mm (a proximado) de comprimento com ilhós na extremidade e gancho para tracionamento do membro fraturado através de tornozeleira de nylon acolchoada, possuindo ainda trava e roldana com superfície recartilhada para ajuste do processo de tração. Provista de quatro cintas elásticas de apoio e fixação na cor preta com finalidade de dar sustentação ao membro dentro da estrutura da tala e costurado no elástico com velcro preto. Dimensões Aproximadas: fechada 900 mm de comprimento, aberta 1.350 m m de com | <b>item 76</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor proposto por unidade corresponde à média oferecida pelo mercado. | ACEITO | NÃO SOLICITADO |
|----|--|--|---|--------|----------------|

|   |    |   |   |  |               |                           |
|---|----|---|---|--|---------------|---------------------------|
|   |    | primento e 200 mm de largura (com variação de +/- 5%). Acondicionada em sacola de nylon para facilitar o transporte e conservação. Embalagem deve conter dados de identificação e número do lote.   | primento e 200 mm de largura (com variação de +/- 5%). Acondicionada em sacola de nylon para facilitar o transporte e conservação. Embalagem deve conter dados de identificação e número do lote.   |  |               |                           |
| Proposta -<br>(0062066294)<br>VISAO MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA | 04 | <b>COMPRESSA DE GAZE</b> - Compressas de gaze com cadarço, não estéril, com 4 camadas, alta absorção, 100% algodão, medidas de 45cm x 50 cm contendo 50 unidades em cada pacote e validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.  | <b>COMPRESSA DE GAZE</b> - Compressas de gaze com cadarço, não estéril, com 4 camadas, alta absorção, 100% algodão, medidas de 45cm x 50 cm contendo 50 unidades em cada pacote e validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.  | <b>Item 04</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor proposto por unidade corresponde à média ofertada pelo mercado. | <b>ACEITO</b> | <b>NÃO<br/>SOLICITADO</b> |
|   | 08 | <b>COLAR CERVICAL DE RESGATE GG</b> , o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como | <b>COLAR CERVICAL DE RESGATE GG</b> , o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como | <b>Item 08</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor proposto por unidade corresponde à média ofertada pelo mercado. | <b>ACEITO</b> | <b>NÃO<br/>SOLICITADO</b> |

|    |   |   |   |                      |
|----|---|---|---|----------------------|
|    | <p>cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radiolucente; O velcro será colorido para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro. Dimensões aproximadas: Tamanho Extra Grande: circunferência: <b>59 cm x 14,6 cm x 14,7 cm.</b> 59 cm; altura anterior: 14,6 cm; altura posterior: 14,7 cm; Cor do velcro: verde. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.</p> | <p>de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radiolucente; O velcro será colorido para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro. Dimensões aproximadas: Tamanho Extra Grande: circunferência: 59 cm x 14,6 cm x 14,7 cm. 59 cm; altura anterior: 14,6 cm; altura posterior: 14,7 cm; Cor do velcro: verde. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.</p> |   |                      |
| 17 | <p><b>MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA</b> para manutenção da temperatura corpórea, descartável, tamanho padrão 2,10 X 1,40m, acondicionada em embalagem unitária. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.</p>  | <p><b>MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA</b> para manutenção da temperatura corpórea, descartável, tamanho padrão 2,10 X 1,40m, acondicionada em embalagem unitária. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.</p>  | <p><b>Item 17</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor proposto por unidade corresponde à média ofertada pelo mercado.</p> | <p><b>ACEITO</b></p> |
| 19 | <p><b>OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL</b> Intervalo de monitorização SpO2: 36%-99%, Precisão ±2%;</p>  | <p><b>OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL</b> Intervalo de monitorização SpO2: 36%-99%, Precisão ±2%;</p>  | <p><b>Item 19</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807).</p>  | <p><b>ACEITO</b></p> |

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
|    | <p>Frequência de Pulso (FP): Intervalo de monitorização: 20-250 BPM; Precisão FP: <math>\pm</math> 1% ou <math>\pm</math> 1 BPM (o que for maior); Intensidade de Pulso por indicação em gráfico de Barras; Energia movida a pilhas alcalinas tipo AAA; com duração de aproximadamente mais de 32 horas de monitorização contínua. Dimensões externas: Comprimento: 56mm x Largura: 35mm x Altura: 30mm; Peso aproximadamente 30g (s/ as pilhas).</p>   | <p>Frequência de Pulso (FP): Intervalo de monitorização: 20-250 BPM; Precisão FP: <math>\pm</math> 1% ou <math>\pm</math> 1 BPM (o que for maior); Intensidade de Pulso por indicação em gráfico de Barras; Energia movida a pilhas alcalinas tipo AAA; com duração de aproximadamente mais de 32 horas de monitorização contínua. Dimensões externas: Comprimento: 56mm x Largura: 35mm x Altura: 30mm; Peso aproximadamente 30g (s/ as pilhas).</p>   | <p>De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor proposto por unidade corresponde à média ofertada pelo mercado.</p>  |   |
| 20 | <p><b>RESSUSCITADOR (REANIMADOR) MANUAL INFANTIL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO</b> Reanimador infantil de silicone com máscara e reservatório (bvm - bolsa válvula máscara), composto de balão auto inflável de silicone com reservatório infantil, com volume do balão de 500 ml e volume do reservatório de oxigênio de 700 ml, máscara número 2, espaço morto de 10 ml, translúcido infantil. Atóxica, anatômica com bojo e coxim e válvula transparente unidirecional com dispositivo de segurança; com suplemento para acolpadores de oxigênio, as válvulas deverão possuir conectores com bitolas padrão para ventilação/oxigenoterapia e sistema rosca/convenção/encaixe, que impossibilita montagens errônea das partes; o</p> | <p><b>RESSUSCITADOR (REANIMADOR) MANUAL INFANTIL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO</b> Reanimador infantil de silicone com máscara e reservatório (bvm - bolsa válvula máscara), composto de balão auto inflável de silicone com reservatório infantil, com volume do balão de 500 ml e volume do reservatório de oxigênio de 700 ml, máscara número 2, espaço morto de 10 ml, translúcido infantil. Atóxica, anatômica com bojo e coxim e válvula transparente unidirecional com dispositivo de segurança; com suplemento para acolpadores de oxigênio, as válvulas deverão possuir conectores com bitolas padrão para ventilação/oxigenoterapia e sistema rosca/convenção/encaixe, que impossibilita</p> | <p><b>Item 20</b> - De acordo com as informações técnicas do fabricante o item NÃO atende aos requisitos solicitados, pois não informa se é reutilizável, autoclavável e resistente à desinfecção química; fácil montagem, desmontagem e manuseio. Reservatório de oxigênio, o volume muito inferior ao mínimo de 2.500 ml exigido. Não informa Validade mínima de 36 meses a contar da data de entrega. O TR exige reposição por 5 anos; proposta oferece apenas 1 ano de garantia. <b>EM DESCONFORMIDADE</b></p> | <p>Após análise detalhada do catálogo e das especificações técnicas fornecidas, verifica-se que o reanimador manual infantil apresenta as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material autoclavável</b>, permitindo esterilização por meio de autoclave, conforme exigência normativa;</li> <li>• <b>Validade indeterminada</b>, de acordo com as informações do fabricante, o que garante durabilidade e segurança no uso prolongado;</li> <li>• <b>Reservatório de oxigênio com capacidade de 1000 ml</b>, atendendo plenamente ao requisito mínimo estabelecido.</li> </ul> <p>Diante dessas conformidades, conclui-se que o produto <b>ATENDE</b>, estando apto para aquisição e utilização conforme</p> |

|    |  |   |   |   |                              |
|----|--|---|---|---|------------------------------|
|    |  | <p>equipamento deverá ser acondicionado em bolsa plástica transparente com altura de 13,00 cm, largura de 31,00 cm profundidade de 13,00 cm, estando incluso junto ao recipiente: balão, máscara, reservatório de oxigênio, conexões com registro na anvisa e garantia de 12 meses a contar da data de emissão da nota fiscal.</p>  | <p>montagens errônea das partes; o equipamento deverá ser acondicionado em bolsa plástica transparente com altura de 13,00 cm, largura de 31,00 cm profundidade de 13,00 cm, estando incluso junto ao recipiente: balão, máscara, reservatório de oxigênio, conexões com registro na anvisa e garantia de 12 meses a contar da data de emissão da nota fiscal.</p>  | <p>os critérios estabelecidos no processo.</p>  |                              |
| 21 |  | <p><b>RESSUSCITADOR (REANIMADOR) MANUAL ADULTO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO</b> - Reanimador adulto de silicone com máscara e reservatório (bvm - bolsa válvula máscara), composto de balão auto inflável de silicone translúcido adulto, capacidade 1200 a 1500 ml, máscara facial de pvc transparente, adulto n. 3, atóxica, anatômica com bojo e coxim e válvula transparente unidirecional com dispositivo de segurança; com suplemento para acolpadores de oxigênio, as válvulas deverão possuir conectores com bitolas padrão para ventilação/oxigenoterapia e sistema rosca/convenção/encaixe, que impossibilite a montagens errônea das partes; acondicionado em bolsa plástica transparente.</p> | <p><b>RESSUSCITADOR (REANIMADOR) MANUAL ADULTO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO</b> - Reanimador adulto de silicone com máscara e reservatório (bvm - bolsa válvula máscara), composto de balão auto inflável de silicone translúcido adulto, capacidade 1200 a 1500 ml, máscara facial de pvc transparente, adulto n. 3, atóxica, anatômica com bojo e coxim e válvula transparente unidirecional com dispositivo de segurança; com suplemento para acolpadores de oxigênio, as válvulas deverão possuir conectores com bitolas padrão para ventilação/oxigenoterapia e sistema rosca/convenção/encaixe, que impossibilite a montagens errônea das partes; acondicionado em bolsa plástica transparente.</p> | <p><b>Item 21</b> - De acordo com as informações técnicas do fabricante o item NÃO atende aos requisitos solicitados, pois não informa Reutilizável, autoclavável e resistente à desinfecção química; fácil montagem, desmontagem e manuseio. Capacidade declarada entre 1200 ml e 1500 ml, parede única de silicone translúcido, pode ficar abaixo do exigido de capacidade mínima de 1500 ml. Não informa sobre a Bolsa em PVC com capacidade mínima de 2500 ml para enriquecimento de oxigênio puro. Não informa a garantia de 36 meses a contar da data de entrega- <b>EM DESCONFORMIDADE</b></p> <p>Após a análise detalhada do catálogo e das especificações técnicas fornecidas, conclui-se que o produto <b>ATENDE</b> integralmente às especificações técnicas exigidas.</p> | <p><b>NÃO SOLICITADO</b></p> |

|    |  |   |   |               |                       |
|----|--|---|---|---------------|-----------------------|
| 39 | <p><b>CINTO TIRANTE ARANHA</b><br/><b>MODELO</b><br/><b>ADULTO:</b> Confeccionado em fitas de poliamida 100% preta e colorida em 50mm de largura; Fecho de regulagem em velcro e regulador plástico preto; Para colocação em prancha rígida onde fixará a vítima a ser socorrida ou transportada da melhor forma possível.</p> | <p><b>CINTO TIRANTE ARANHA</b><br/><b>MODELO ADULTO:</b> Confeccionado em fitas de poliamida 100% preta e colorida em 50mm de largura; Fecho de regulagem em velcro e regulador plástico preto; Para colocação em prancha rígida onde fixará a vítima a ser socorrida ou transportada da melhor forma possível.</p> | <p><b>Item 39</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor proposto por unidade corresponde à média ofertada pelo mercado.</p> | <b>ACEITO</b> | <b>NÃO SOLICITADO</b> |
| 40 | <p><b>JOGO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE C/ 03</b><br/><b>UNIDADES:</b> Confeccionado em fitas de polipropileno ou poliamida de 2,00m (comprimento) cada; fechos tic-tac em nylon de 50mm; regulador 50mm de nylon; conjunto com 03 peças nas cores: vermelho, amarelo e preto.</p>   | <p><b>JOGO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE C/ 03</b><br/><b>UNIDADES:</b> Confeccionado em fitas de polipropileno ou poliamida de 2,00m (comprimento) cada; fechos tic-tac em nylon de 50mm; regulador 50mm de nylon; conjunto com 03 peças nas cores: vermelho, amarelo e preto.</p>                              | <p><b>Item 40</b> - A empresa também apresentou na proposta este item 40 e que está em conformidade com o Termo de Referência. O valor proposto está abaixo da média ofertada pelo mercado, bem como o valor ficou abaixo da proposta (0062075652).</p>                                   | <b>ACEITO</b> | <b>NÃO SOLICITADO</b> |

|    |  |  |  |  |                       |
|----|--|--|--|--|-----------------------|
| 41 | <b>APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMÁTICO</b> Medidor automático de pulso, aprovado pelo INMETRO 3 Anos de Garantia. Indicador de Arritmia Cardíaca e Média Automática das 3 últimas medições indicador Gráfico de Nível de Hipertensão memória para pelo menos 30 resultados com hora e data totalmente Automático. Medidor de pressão e pulsação, com fecho em velcro e acondicionado em embalagem própria, lavável com vélcro ou zíper. Alimentação a pilha.   | <b>APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMÁTICO</b> Medidor automático de pulso, aprovado pelo INMETRO 3 Anos de Garantia. Indicador de Arritmia Cardíaca e Média Automática das 3 últimas medições indicador Gráfico de Nível de Hipertensão memória para pelo menos 30 resultados com hora e data totalmente Automático. Medidor de pressão e pulsação, com fecho em velcro e acondicionado em embalagem própria, lavável com vélcro ou zíper. Alimentação a pilha.   | <b>Item 41</b> - De acordo com as informações técnicas do fabricante o item NÃO atende aos requisitos solicitados pois, TR exige medições rápidas (20 segundos) e falta essa informação na proposta. Capacidade muito inferior ao exigido pelo TR que são 4 usuários × 100 registros (total 400 registros). Não informa o desligamento após 3 minutos sem uso. | Após a analise detalhada do catálogo e das especificações técnicas fornecidas, conclui-se que o produto <b>ATENDE</b> integralmente às especificações técnicas exigidas. | <b>NÃO SOLICITADO</b> |
| 43 | <b>IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO</b> - Imobilizador de cabeça tipo Head Block, adulto e infantil, confeccionado em material macio, impermeável e lavável; utilizado em conjunto com prancha longa preso com velcro na prancha, deve possuir dois cintos de imobilização reguláveis para testa e queixo, resistente a impactos e possuir orifícios auriculares para verificação de sangramento; fixador exclusivo na região frontal e mentoniana plastificado com regulagem em velcro, anatômico e base plastificada com regulagem. | <b>IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO</b> - Imobilizador de cabeça tipo Head Block, adulto e infantil, confeccionado em material macio, impermeável e lavável; utilizado em conjunto com prancha longa preso com velcro na prancha, deve possuir dois cintos de imobilização reguláveis para testa e queixo, resistente a impactos e possuir orifícios auriculares para verificação de sangramento; fixador exclusivo na região frontal e mentoniana plastificado com regulagem em velcro, anatômico e base plastificada com regulagem. | <b>Item 43</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor proposto por unidade corresponde à média ofertada pelo mercado.   | <b>ACEITO</b>  | <b>NÃO SOLICITADO</b> |
| 51 | <b>ESFIGMOMANOMETRO ADULTO C/ VELCRO E ESTETOSCÓPICO,</b>  | <b>ESFIGMOMANOMETRO ADULTO C/ VELCRO E ESTETOSCÓPICO,</b>  | <b>Item 51</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de   | <b>ACEITO</b>  | 80275310022           |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>Esfigmomanômetro de uso adulto com manômetro anti-choque e pera insufladora acoplados com ajuste de utilização para destros e canhotos, com válvula de deflação rápida através de botão na parte frontal do esfigmomanômetro. Braçadeira 01 via, adulto em nylon com fecho velcro com circunferência de 18 a 34 cm. Deve acompanhar bolsa de transporte com fecho em zíper. Mínimo 2 anos de garantia. Apresentar registro Anvisa juntamente com a proposta de valores, estetoscópio duplo adulto/infantil, olivas e diafragmas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo resistente, diafragmas super sensível, contendo na embalagem: par de oliva rosqueável dura, par de oliva rosqueável macia, par de oliva rosqueável silicone, dois pares de membranas de plástico rígido, anel rosqueado de cobre cromado (infantil e adulto), base rosqueada de cobre cromado que possibilita troca de sino ou diafragma (infantil e adulto), câmera de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado) tubo duplo de pvc ligado através de anéis metálicos, fone biauricular de cobre cromado, auscultador, diafragma aberto (sino prolongador) nos tamanhos: grande, médio e pequeno.</p> | <p>Esfigmomanômetro de uso adulto com manômetro anti-choque e pera insufladora acoplados com ajuste de utilização para destros e canhotos, com válvula de deflação rápida através de botão na parte frontal do esfigmomanômetro. Braçadeira 01 via, adulto em nylon com fecho velcro com circunferência de 18 a 34 cm. Deve acompanhar bolsa de transporte com fecho em zíper. Mínimo 2 anos de garantia. Apresentar registro Anvisa juntamente com a proposta de valores, estetoscópio duplo adulto/infantil, olivas e diafragmas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo resistente, diafragmas super sensível, contendo na embalagem: par de oliva rosqueável dura, par de oliva rosqueável macia, par de oliva rosqueável silicone, dois pares de membranas de plástico rígido, anel rosqueado de cobre cromado (infantil e adulto), base rosqueada de cobre cromado que possibilita troca de sino ou diafragma (infantil e adulto), câmera de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado) tubo duplo de pvc ligado através de anéis metálicos, fone biauricular de cobre cromado, auscultador, diafragma aberto (sino prolongador) nos tamanhos: grande, médio e</p> | <p>Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor proposto por unidade corresponde à média ofertada pelo mercado.</p> |
|--|---|--|

|    |  |  |   |               |                       |
|----|--|--|---|---------------|-----------------------|
|    | Com registro no ministério da saúde/anvisa e inmetro   | pequeno. Com registro no ministério da saúde/anvisa e inmetro  |   |               |                       |
| 62 | <b>PRANCHA RÍGIDA EM POLIETILENO,</b> Material: Polietileno. Componentes: Até 5 Cintos De Segurança. Altura: Cerca De 0,60 M. Capacidade De Carga: Até 250 KG. Tipo: Prancha. Largura: Cerca De 0,40 M. Características Adicionais: Até 20 Pega Mãos   | <b>PRANCHA RÍGIDA EM POLIETILENO,</b> Material: Polietileno. Componentes: Até 5 Cintos De Segurança. Altura: Cerca De 0,60 M. Capacidade De Carga: Até 250 KG. Tipo: Prancha. Largura: Cerca De 0,40 M. Características Adicionais: Até 20 Pega Mãos   | <b>Item 62</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor proposto por unidade corresponde à média oferecida pelo mercado. | <b>ACEITO</b> | <b>NÃO SOLICITADO</b> |
| 63 | <b>SACO DE ÓBITO - SACO DE CADÁVER,</b> Material: Polietileno Baixa Densidade. Característica Adicional: C/ Etiqueta De Identificação. Comprimento: 2,00M. Largura: 0,90M. Características Adicionais: Linear, Ziper Em Toda Extensão, Não Transparente  | <b>SACO DE ÓBITO - SACO DE CADÁVER,</b> Material: Polietileno Baixa Densidade. Característica Adicional: C/ Etiqueta De Identificação. Comprimento: 2,00M. Largura: 0,90M. Características Adicionais: Linear, Ziper Em Toda Extensão, Não Transparente  | <b>Item 63</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor proposto por unidade corresponde à média oferecida pelo mercado. | <b>ACEITO</b> | <b>NÃO SOLICITADO</b> |
| 66 | <b>SACO DE LIXO HOSPITALAR 15L</b> com 100 unidades, Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de altadensidade (pead) virgem de acordo com a norma técnica 9191 na cor branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a nbr 7500 e número da subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de advertência: "resíduos sólidos de serviços | <b>SACO DE LIXO HOSPITALAR 15L</b> com 100 unidades, Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de altadensidade (pead) virgem de acordo com a norma técnica 9191 na cor branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a nbr 7500 e número da subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de advertência: | <b>Item 66</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor proposto por unidade corresponde à média oferecida pelo mercado. | <b>ACEITO</b> | <b>NÃO SOLICITADO</b> |

|  |    |   |   |  |  |                       |                                 |
|--|----|---|---|--|--|-----------------------|---------------------------------|
|  |    | de saúde", impressa na cor vermelha.  | "resíduos sólidos de serviços de saúde", impressa na cor vermelha.  |  |  |                       |                                 |
| 67   |    | <b>SACO DE LIXO HOSPITALAR 30L</b> com 100 unidades, Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de altadensidade (pead) virgem de acordo com a norma técnica 9191 na cor branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a nbr 7500 e número da subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de advertência: "resíduos sólidos de serviços de saúde", impressa na cor vermelha.   | <b>SACO DE LIXO HOSPITALAR 30L</b> com 100 unidades, Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de altadensidade (pead) virgem de acordo com a norma técnica 9191 na cor branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a nbr 7500 e número da subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de advertência: "resíduos sólidos de serviços de saúde", impressa na cor vermelha. | <p><b>Item 67</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor proposto por unidade corresponde à média oferecida pelo mercado.</p>   | <b>ACEITO</b>  | <b>NÃO SOLICITADO</b> |                                 |
| <b>Proposta - (0062067488)</b><br>ALL SUPPORT COMER - DF | 09 | <b>COLAR CERVICAL DE RESGATE G</b> , o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular - Tamanho ExtraGrande: circunferência: 59 cm x 14,6 cm x 14,7 cm. 59 cm; altura | Colar GG - confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; tem resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular - Tamanho ExtraGrande: circunferência: 59 cm x 14,6 cm x 14,7 cm. 59 cm; altura   | <p><b>Item 9</b> - De acordo com as informações técnicas do fabricante o item NÃO atende aos requisitos solicitados pois, não informa a cor. Não informa se o material é radiolucente. Tamanho diverge do especificado (G vs. GG), diverge das dimensões do Termo de Referência ( 57 cm circunferência, 14 cm de altura anterior, 14 cm de altura posterior).- <b>EM DESCONFORMIDADE</b></p> | <b>Solicitação de Ajuste na Proposta – Item 9 do Termo de Referência</b><br><br>Após reanálise da proposta apresentada, constatou-se uma inconsistência quanto ao tamanho do colar cervical oferecido. A empresa indicou o tamanho <b>GG como o item 9</b> , entretanto, conforme especificado no TR, o tamanho GG é o item 8 (0057237807), sendo assim o tamanho correto do colar cervical é o G.<br><br>Solicitamos, portanto, que a empresa proceda com a correção, ajustando a proposta para contemplar o colar cervical no <b>tamanho G</b> , conforme exigido. | <b>NÃO SOLICITADO</b> | <b>8.10853-1 (P8X254X99H36)</b> |

|    |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
|    | <p>possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radiolucente; O velcro será colorido para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro. Dimensões aproximadas: Tamanho Grande: circunferência: 57 cm; altura anterior: 14 cm; altura posterior: 14 cm; Cor do velcro: verde. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.</p> | <p>anterior: 14,6 cm; altura posterior: 14,7 cm; Cor do velcro: verde. validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. MARCA: ORTOPRATIKA - FABRICANTE: Ortopratika Industria FABRICADO BRASIL REGISTRO 10428299004</p>  | <p>Ressaltamos que, conforme o catálogo da própria empresa, o colar cervical <b>tamanho G</b> atende plenamente às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.</p>  |  |
| 10 | <p><b>COLAR CERVICAL DE RESGATE M</b>, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não</p>  | <p>Colar M - confeccionado empolietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; totalmente radiolucente; O velcro será colorido para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro. Dimensões aproximadas:</p> | <p><b>Item 10</b> - De acordo com as informações técnicas do fabricante o item NÃO atende aos requisitos solicitados pois, falta confirmação do tom de branco exigido. Não menciona o suporte mentoniano estendendo-se até a região pré-auricular. Não menciona as quatro aberturas para ventilação no painel traseiro. Não menciona o pino de referência dimensionador</p> | <p>Após a análise detalhada do catálogo e das especificações técnicas fornecidas, conclui-se que o produto <b>ATENDE</b> integralmente às especificações técnicas exigidas.</p> <p><b>NÃO SOLICITADO</b></p> |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    | <p>permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radiolucente; O velcro será colorido para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro. Dimensões aproximadas: Tamanho Médio: circunferência: 57 cm; altura anterior: 12 cm; altura posterior: 13,5 cm; Cor do velcro: laranja. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.</p> | <p>Tamanho Médio:circunferência: 57 cm; altura anterior: 12 cm; altura posterior: 13,5 cm; Cor do velcro: laranja. validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. MARCA: ORTOPRATIKA - FABRICANTE: Ortopratika Industria FABRICADO BRASIL REGISTRO 10428299004</p> | <p>para verificação do tamanho adequado.</p>   |  |
| 11 | <p><b>COLAR CERVICAL DE RESGATE P</b>, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a</p>   | <p>Colar P - confeccionado empolietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, compreendimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; O</p>  | <p><b>Item 11</b> - De acordo com as informações técnicas do fabricante o item NÃO atende aos requisitos solicitados pois, falta confirmação de peça única e tonalidade exigida. Não menciona o suporte mentoniano até a região pré-auricular. Não menciona as quatro aberturas para</p> | <p>Após a análise detalhada do catálogo e das especificações técnicas fornecidas, conclui-se que o produto <b>ATENDE</b> integralmente às especificações técnicas exigidas.</p> <p><b>NÃO SOLICITADO</b></p> |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
|    | <p>proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radiolucente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo:</p> <p>Dimensões aproximadas: Tamanho Pequeno: circunferência: 55 cm; altura anterior: 10,3 cm; altura posterior: 13,3 cm; Cor do velcro: azul royal. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.</p> | <p>velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Dimensões aproximadas: Tamanho Pequeno: circunferência: 55 cm; altura anterior: 10,3 cm; altura posterior: 13,3 cm; Cor do velcro: azul royal. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega - MARCA: ORTOPRATIKA - FABRICANTE: Ortopratika Industria FABRICADO BRASILREGISTRO 10428299004</p> | <p>ventilação no painel traseiro. Não menciona o pino dimensionador.</p> |  |
| 15 | <p><b>KIT PARTO</b> com as seguintes características técnicas</p>  | <p>Kit parto - com as seguintes características técnicas</p>   | <p><b>Item 15</b> - De acordo com as informações técnicas do</p>         | <p>Após a análise detalhada do catálogo e das especificações</p> |

|    |   |  |  |   |             |
|----|---|--|--|---|-------------|
|    | <p>mínimas: 01 Lençol TNT com elástico branco gramatura 20 tamanho 2x0,90 m; 01 Avental manga longa TNT gramatura 20; 01 Bisturi descartável de segurança N°22 estéril; 02 Pares de luva cirúrgica estéril com pó; 02 Pacotes de compressa gaze estéril com 10 unidades 7,5x7,5 cm 13 fios; 01 Saco de lixo hospitalar branco capacidade de 15 litros; 01 Absorvente pós parto; 02 Clamps umbilical descartável estéril; 01 Pulseira de identificação de paciente adulto; 01 Pulseira de identificação de paciente infantil. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.</p> | <p>mínimas: 01 Lençol TNT com elástico branco gramatura 20 tamanho 2x0,90 m; 01 Avental manga longa TNT gramatura 20; 01 Bisturi descartável de segurança N°22 estéril; 02 Pares de luva cirúrgica estéril com pó; 02 Pacotes de compressa gaze estéril com 10 unidades 7,5x7,5 cm 13 fios; 01 Saco de lixo hospitalar branco capacidade de 15 litros; 01 Absorvente pós parto; 02 Clamps umbilical descartável estéril; 01 Pulseira de identificação de paciente adulto; 01 Pulseira de identificação de paciente infantil. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega - MARCA: ORTOPRATIKA - FABRICANTE: Ortopratika Industria FABRICADO BRASIL</p> | <p>fabricante o item NÃO atende aos requisitos solicitados pois, as dimensões de lençol descartável divergem (1,00 x 2,00 m). Falta o lençol de 1,20 x 1,00 m. Saco de lixo está com a capacidade inferior exigida. Não informa 02 envelopes com álcool (gel).</p>   | <p>técnicas fornecidas, conclui-se que o produto <b>ATENDE</b> integralmente às especificações técnicas exigidas.</p>   |             |
| 18 | <p><b>TESOURA PONTA ROMBA</b> - Tesoura de resgate especial para aph, destinado ao corte de roupas. Com lâminas ponta romba e com corte liso. A segunda lâmina contem, apoio para o corte semicircular e corte micro-serrilhado. Possui olhais de empunhadura confeccionada em plástico para polegar superior e inferior para dedos mínimos, anelar e médio ambidesta. Tamanho 15 a 19 cm.</p>  | <p>Tesoura ponta romba - Tesoura PONTA ROMBA, utilizada nos serviços de atendimento pre hospitalar, para cortar roupas e outros objetos. Possui sistema de lâminas curvas para não machucar a vítima. É fabricada em aço inoxidável serrilhado com cabo de plástico. É autolavável a 143º com a medida de 19 cm MARCA: WELDON - FABRICANTE: WELDON INSTRUMENTS FABRICADO PAQUISTÃO REGISTRO ANVISA: 10150470441</p>  | <p><b>Item 18</b> - De acordo com as informações técnicas do fabricante o item NÃO atende aos requisitos solicitados pois, não menciona a lâminas afiadas; serrilhado difere de lâmina reta e lisa exigida para precisão. Ausência de informação sobre corpo angulado ou curvo. Diverge em 1 cm, pode afetar ergonomia e adequação ao porte do socorrista.</p> | <p>Após a análise detalhada do catálogo e das especificações técnicas fornecidas, conclui-se que o produto <b>ATENDE</b> integralmente às especificações técnicas exigidas.</p> | 10150470441 |

|   |   |  |   |  |   |
|---|---|--|---|--|---|
|   |   |  |   |  |   |
| 26  | <b>TALA FLEXÍVEL AZUL (P) - TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE</b> Tamanho P, aproximadamente de 55x8cm (azul). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura de 2,5 mm a 4 mm. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. | TALA FLEXÍVEL AZUL (P) - TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho P, aproximadamente de 55x8cm (azul). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura de 2,5 mm a 4 mm. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. MARCA: ORTOPRATIKA - FABRICANTE: Ortopratika Industria FABRICADO BRASIL ANISA 10428299005 | <b>Item 26</b> - Em conformidade com o Termo de Referência (0057237807). A proposta atende a quantidade parcial de 5250 unidades, considerando que a quantidade máxima solicitada é de 7000 unidades. O valor proposto por unidade corresponde à média ofertada pelo mercado.     | <b>ACEITO</b><br><br>O quantitativo desse item refere-se as unidades disponibilizadas para ampla concorrência.   | <b>NÃO SOLICITADO</b>   |
| 93  | <b>COTA ITEM 62</b><br><br><b>PRANCHA RÍGIDA EM POLIETILENO</b> , Material: Polietileno. Componentes: Até 5 Cintos De Segurança. Altura: Cerca De 0,60 M. Capacidade De Carga: Até 250 KG. Tipo: Prancha. Largura: Cerca De 0,40 M. Características Adicionais: Até 20 Pega Mãos  | Prancha de PE - PRANCHA RÍGIDA EM POLIETILENO , Material: Polietileno. Componentes: 3 Cintos De Segurança. Altura: De 0,64 M. Capacidade De Carga: Até 250 KG. Tipo: Prancha. Largura:Cerca De 0,440 M. Comprimento 182 m, Características Adicionais: 32 ofícios distribuídos. MARCA: ORTOPRATIKA - FABRICANTE: Ortopratika Industria FABRICADO BRASIL ANIVSA 10428299015.  | <b>Item 93</b> - O item corresponde ao item <b>62</b> do TERMO DE REFERÊNCIA (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante o item NÃO atende aos requisitos solicitados pois, a quantidade de cintos inferior ao mínimo exigido ( até 5 cintos de segurança). | Após a analise detalhada do catálogo e das especificações técnicas fornecidas, conclui-se que o produto <b>ATENDE</b> integralmente às especificações técnicas exigidas.           | <b>NÃO SOLICITADO</b>   |
| <u>Proposta - (0062073904)</u><br><b>AMARALMED COMERCI - GO</b> | 13  | <b>COLAR CERVICAL DE RESGATE INFANTIL</b> , o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de   | COLAR CERVICAL DE RESGATE INFANTIL, O CONJUNTO FORMARÁ PEÇA ÚNICA NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM   | <b>Item 13</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos | <b>ACEITO</b><br><br>10361670003<br><br>8.30125-1<br>(L313YY81LYLM) |

1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radiolucente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro: Dimensões aproximadas: circunferência: 44 cm; altura anterior: 10,1 cm; altura posterior: 12,3 cm; Cor do velcro: azul claro. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.

ESPESSURA DE 1,5 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, COM PREENCHIMENTO EM EVA OU SIMILAR COM ESPESSURA DE 5 MM, DE MODO A PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA À VÍTIMA; DEVERÁ TER RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REGIÃO CERVICAL IMOBILIZADA, NÃO PERMITINDO A MOVIMENTAÇÃO DO PESCOÇO, QUANDO AJUSTADO; DEVERÁ POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATÉ A REGIÃO PRÉAURICULAR; DEVERÁ POSSUIR UMA GRANDE ABERTURA NA PARTE FRONTAL QUE POSSIBILITE CHECAGEM DE PULSO CAROTÍDEO, BEM COMO CIRURGIA DE LIBERAÇÃO DAS VIAS AÉREAS; DEVERÁ POSSUIR 04 ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO NO PAINEL TRASEIRO; DEVERÁ POSSUIR PINO DE REFERÊNCIA DIMENSIONADOR QUE PERMITA VERIFICAR O TAMANHO QUE DEVERÁ SER USADO NO PACIENTE; O COLAR DEVE TER RESISTÊNCIA PARA SUPORTAR O PESO DA CABEÇA E IMPEDIR O MOVIMENTO DE SUA EXTENSÃO/FLEXÃO; DEVERÁ SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE; O VELCRO SERÁ COLORIDO NAS CONDIÇÕES DO QUADRO

requisitos solicitados. Em conformidade com o Termo de Referência.

|    |  |   |   |               |
|----|--|---|---|---------------|
|    |  | ABAIXO PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO; SEGUIRÁ AS MEDIDAS E A COLORAÇÃO DO VELCRO: DIMENSÕES APROXIMADAS: CIRCUNFERÊNCIA: 44 CM; ALTURA ANTERIOR: 10,1 CM; ALTURA POSTERIOR: 12,3 CM; COR DO VELCRO: AZUL CLARO. COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO ANVISA: 10361670003 EMBALAGEM: 10 UND PROCEDÊNCIA: NACIONAL. MARCA: MARIMAR FABRICANTE: MARIMAR MODELO/VERSÃO: COLAR CERVICAL INFANTIL  |   |               |
| 52 | <b>BOLSA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, Bolsa APH grande, impermeável confecionada em cordura vermelha, nylon com faixas refletivas, para transporte de material de emergência médica pré-hospitalar, medindo aproximadamente 50 cm de comprimento, 35 cm de largura por 25 cm de altura, externamente com abertura completa 180° (cento e oitenta graus), fecho em zíper duplo em todos os bolsos auxiliares e o principal, resistente, com divisões internas para guarda de materiais, compartimento tipo bolsa no interior para guarda de esfigmomanômetro, estetoscópio e vários outros materiais e instrumentos, alça regulável podendo ser</b> | BOLSA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, BOLSA APH GRANDE, IMPERMEÁVEL CONFECIONADA EM CORDURA VERMELHA, NYLON COM FAIXAS REFLETIVAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA PRÉ-HOSPITALAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 CM DE COMPRIMENTO, 35 CM DE LARGURA POR 25 CM DE ALTURA, EXTERNAMENTE COM ABERTURA COMPLETA 180° (CENTO E OITENTA GRAUS), FECHO EM ZÍPER DUPLO EM TODOS OS BOLSOS AUXILIARES E O PRINCIPAL, RESISTENTE, COM DIVISÕES INTERNAS PARA GUARDA DE MATERIAIS, | <b>Item 52 - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. Em conformidade com o Termo de Referência.</b> | <b>ACEITO</b> |

|    |  |   |  |                      |                              |
|----|--|---|--|----------------------|------------------------------|
|    |  | <p>transportada na mão, como mochila ou no ombro, com no mínimo cinco bolsos externos para guarda de materiais.</p>   | <p>COMPARTIMENTO TIPO BOLSA NO INTERIOR PARA GUARDA DE ESFIGMOMANÔMETRO, ESTETOSCOPIO E VÁRIOS OUTROS MATERIAIS E INSTRUMENTOS, ALÇA REGULÁVEL PODENDO SER TRANSPORTADA NA MÃO, COMO MOCHILA OU NO OMBRO, COM NO MÍNIMO CINCO BOLSOS EXTERNOS PARA GUARDA DE MATERIAIS. REGISTRO ANVISA: ISENTO EMBALAGEM : 5 UNIDADES PROCEDENCIA: NACIONAL MARCA: FRANAT FABRICANTE: FRANAT MODELO/VERSÃO: BOLSA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR</p> |                      |                              |
| 94 | <p><b>COTA ITEM 65</b></p> <p><b>MÁSCARA POCKET PARA RCP</b>, Máscara para RCP confeccionada em silicone transparente de fácil limpeza e descontaminação. Tem por finalidade evitar o contato direto da boca do socorrista com a boca da vítima em parada respiratória ou cardiorrespiratória. Deve ser anatômica ao rosto da vítima, com bocal possuindo válvula de contra-fluxo. Deve apresentar bolsa de ar na parte onde fica apoiada sobre a face da vítima, evitando que ocorra o escape de ar ventilado durante a reanimação respiratória. Possui entrada</p> | <p>MÁSCARA POCKET PARA RCP, MÁSCARA PARA RCP CONFECCIONADA EM SILICONE TRANSPARENTE DE FÁCIL LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO. TEM POR FINALIDADE EVITAR O CONTATO DIRETO DA BOCA DO SOCORRISTA COM A BOCA DA VÍMA EM PARADA RESPIRATÓRIA OU CARDIORESPIRATÓRIA. DEVE SER ANATÔMICA AO ROSTO DA VÍMA, COM BOCAL POSSUINDO VÁLVULA DE CONTRA-FLUXO. DEVE APRESENTAR BOLSA DE AR NA PARTE ONDE FICA APOIADA SOBRE A FACE DA VÍMA, EVITANDO QUE OCORRA O ESCAPE DE AR VENLADO DURANTE A REANIMAÇÃO RESPIRATÓRIA. POSSUI</p> | <p>Item 94 - O item corresponde ao Item 65 do TERMO DE REFERÊNCIA (0057237807)- De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. Em conformidade com o Termo de Referência.</p>  | <p><b>ACEITO</b></p> | <p><b>NÃO SOLICITADO</b></p> |

|    |  |   |   |                      |             |
|----|--|---|---|----------------------|-------------|
|    | <p>de oxigênio e também tira elástica para fixação à cabeça da vítima. Deve vir acondicionada em estojo plástico resistente.</p>   | <p>ENTRADA DE OXIGÊNIO E TAMBÉM RA ELÁSCA PARA FIXAÇÃO À CABEÇA DA VÍMA. DEVE VIR ACONDICIONADA EM ESTOJO PLÁSCO RESISTENTE. REGISTRO ANVISA: 80070210021 EMBALAGEM: 50 UND PROCEDENCIA: IMPORTADO MARCA: MD FABRICANTE: HEADSTAR MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD. - TAIWAN MODELO/VERSÃO: MÁSCARA POCKET</p>  |   |                      |             |
| 97 | <p><b>COTA ITEM 73</b></p> <p><b>TORNIQUETE TÁTICO</b>, Torniquete para uso em APH ( atendimento pré-hospitalar) desenvolvido para o estancamento de hemorragias severas causadas por agentes traumáticos em membros inferiores e superiores, em condições de campo ou emergência pré-hospitalar. Deverá ser na cor laranja, com tamanho entre 90 e 100cm de comprimento e 3,5 a 4, 5cm de largura, com peso máximo de 65g. O material deverá ser de plástico ABS e cinta velcro de alta resistência, durável e de fácil manuseio com apenas uma mão, eficaz na oclusão do fluxo de sangue nas extremidades dos membros superiores e inferiores, reutilizável após desinfecção, terá ajuste de</p> | <p>TORNIQUETE TÁTICO, TORNIQUETE PARA USO EM APH ( ATENDIMENTO PRÉHOSPITALAR) DESENVOLVIDO PARA O ESTANCAMENTO DE HEMORRAGIAS SEVERAS CAUSADAS POR AGENTES TRAUMÁCOS EM MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, EM CONDIÇÕES DE CAMPO OU EMERGÊNCIA PRÉHOSPITALAR. DEVERÁ SER NA COR LARANJA, COM TAMANHO ENTRE 90 E 100CM DE COMPRIMENTO E 3, 5 A 4, 5CM DE LARGURA, COM PESO MÁXIMO DE 65G. O MATERIAL DEVERÁ SER DE PLÁSTICO ABS E CINTA VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO COM APENAS UMA MÃO, EFICAZ NA OCLUSÃO DO FLUXO DE SANGUE NAS EXTREMIDADES DOS MEMBROS SUPERIORES E</p> | <p><b>Item 97 - O item corresponde ao Item 73 do TERMO DE REFERÊNCIA (0057237807) - De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. Em conformidade com o Termo de Referência.</b></p> | <p><b>ACEITO</b></p> | 80970010012 |

|     |                     |  |  |               |             |
|-----|---------------------|--|--|---------------|-------------|
|     |                     | <p>liberação rápida ou lenta+A1:N90</p> <p>O produto deve ser devidamente registrado na ANVISA</p>   | <p>INFERIORES, REULIZÁVEL APÓS DESINFECÇÃO, TERÁ AJUSTE DE LIBERAÇÃO RÁPIDA OU LENTA+A1:N90</p> <p>REGISTRO ANVISA: ISENTO</p> <p>EMBALAGEM: 10 UND</p> <p>PROCEDENCIA: IMPORTADO</p> <p>MARCA: TIME FABRICANTE: TIME</p> <p>MODELO/VERSÃO: TORNIQUETE TÁTICO APH</p>  |               |             |
| 100 | <b>COTA ITEM 78</b> | <p><b>CINTA PÉLVICA</b></p> <p><b>M.</b> Apresentação: para cinturas com circunferência entre 81 a 127 cm (aproximadamente, admitidas pequenas variações). Circunferencial ajustável. Fecho que mantém a força correta; De fácil e rápido ajuste e fixação. Com sistema de travamento de fraturas pélvicas, que mantém pressão de aperto segura e estável; De fácil e rápida utilização em ambientes pré - hospitalar; Com parte maleável frontal da cinta, estreita e afinada para facilitar a introdução de cateter urinário, radiologia intervencional, fixação externa e cirurgia abdominal - Radiolucente; Permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta; Deve ser reutilizável, constituído de material que não estica e pode ser limpo e desinfetado com soluções detergentes e antimicrobianas. Garantia mínima de 01 ano, a partir</p> | <p><b>Item 100</b> - O item corresponde ao Item <b>78</b> do TERMO DE REFERÊNCIA ( 0057237807 ) - De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. Em conformidade com o Termo de Referência. O valor proposto por unidade corresponde à média oferecida pelo mercado.</p> | <b>ACEITO</b> | 81766600003 |

|  |    |   |  |  |   |                       |
|--|----|---|--|--|---|-----------------------|
|  |    | da data de entrega. O produto deve ser devidamente registrado na ANVISA.  |  |  |   |                       |
| <u>Proposta - (0062074273)</u><br>ORTOPRATIKA INDUS - SP | 23 | <b>TALA FLEXÍVEL AMARELA (GG) - TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE</b><br>Tamanho GG aproximadamente de 100x10cm (amarelo). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura de mínima 4 mm. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Embalagem – Embalagem unitaria e reembalados conforme praxe do fabricante Procedencia : Produto Nacional. | TALA FLEXÍVEL AMARELA (GG) - TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE<br>Tamanho GG aproximadamente de 100x10cm (amarelo). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura de mínima 4 mm. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Embalagem – Embalagem unitaria e reembalados conforme praxe do fabricante Procedencia : Produto Nacional. | <b>Item 23</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. Registro no MS: 10428299005 A proposta atende à quantidade total de 3.000 unidades, considerando que a quantidade máxima solicitada é de 4.000 unidades. O valor proposto por par está acima da média oferecida pelo mercado. | <b>ACEITO</b><br><br>O quantitativo desse item refere-se as unidades disponibilizadas para ampla concorrência.<br><br>Os valores unitários para o item 23 da proposta 0062074273 é de R\$ 25,08.<br>Enquanto que, de acordo com o cadastro no COMPRASNET dos itens do pregão, conforme Relação de itens (0059077679), os valores unitários para 23, é de R\$ 26,47.<br><br>Portanto, não existem valores acima do estimado. | 1.04282-9             |
| 75   |    | <b>KIT DESASTRE MÚLTIPLAS VÍTIMAS,</b> Bolsa confeccionada em nylon com forração em nylon e dividida em compartimentos facilitando o manuseio dos itens. Possui alça de mão e alças costais para facilitar o transporte podendo também ser transportada como mochila. Com ilhós niquelados nos 4 cantos; 03 cobertura para óbito; 01 caixa de luva não cirúrgicas para procedimentos; 01 rolo de fita zebra amarelo e preto; 05 bandeirinhas nas  | KIT DESASTRE MÚLTIPLAS VÍTIMAS , Bolsa confeccionada em nylon com forração em nylon edividida em compartimentos facilitando o manuseio dos itens. Possui alça de mão e alças costais para facilitar o transporte podendo também ser transportada como mochila. Com ilhós niquelados nos 4 cantos; 03 cobertura para óbito; 01 caixa de luva não cirúrgicas para procedimentos; 01 rolo de fita zebra amarelo   | <b>Item 75</b> - O item 75 está vinculado ao item 98, conforme citado na Relação de Itens ID: (0059077679). As informações técnicas do fabricante e proposta apresentada possuem descrição mais detalhada do item em relação ao solicitado, considerando este fator, atende aos requisitos solicitados. A proposta atende à quantidade total solicitada. O valor proposto por unidade corresponde à média oferecida pelo mercado.        | <b>ACEITO</b>   | <b>NÃO SOLICITADO</b> |

|  |    |  |   |   |   |  |
|--|----|--|---|---|---|--|
|  |    | <p>cores vermelho, verde, amarelo, e preto. 04 lonas nas cores vermelho, verde, amarelo e preto com ilhós niquelados nos 4 cantos, medindo cada uma 4m x 5m; 01 lanterna confeccionada plástico abs recarregável bi volt 110/220v com alcance de 300 metros, resistente a chuva e com iluminação interrupta de 20 horas 05 pranchetas de madeira para anotações;100 de cartões de triagem de vítimas; utilizado para classificação das vítimas em processos de triagem. Os cartões são apresentados em cores padronizadas de acordo com agravidade de cada vítima : vermelha, amarela, verde ou preto. 20 coletes para treinamento confeccionados em nylon nas cores vermelho, verde, amarelo e preto (sendo 5 de cada cor).</p> | <p>e preto; 05 bandeirinhas nas cores vermelho, verde, amarelo, e preto. 04lonas nas cores vermelho, verde, amarelo e preto com ilhós niquelados nos 4 cantos, medindo cadauma 4m x 5m; 01 lanterna confeccionada plástico abs recarregável bi volt 110/220v com alcance de300 metros, resistente a chuva e com iluminação interrupta de 20 horas 05 pranchetas de madeirapara anotações;100 de cartões de triagem de vítimas; utilizado para classifi cação das vítimas emprocessos de triagem. Os cartões são apresentados em cores padronizadas de acordo com agravidade de cada vítima : vermelha, amarela, verde ou preto. 20 coletes para treinamentoconfeccionados em nylon nas cores vermelho, verde, amarelo e preto (sendo 5 de cada cor. Embalagem – Embalagem unitaria e reembalados conforme praxe do fabricante. Produto : Nacional</p> |   |   |  |
| <u>Proposta - (0062110068)</u><br><b>PROLINE MATERIAL H - PR</b> | 28 | <b>MÁSCARA CONFECCIONADA EM NÃO - TECIDO (TNT);</b> Camada externa hidrofóbica feita de 100% polipropileno filamento contínuo; Camada interna hidrofóbica feita de 100% polipropileno filamento contínuo; Camada intermediária com filtro bacteriológico de  | " MÁSCARA CONFECCIONADA EM NÃO - TECIDO (TNT); Camada externa hidrofóbica feita de 100%polipropileno fi lamento contínuo; Camada interna hidrofóbica feita de 100% polipropilenofi lamento contínuo; Camada intermediária com fi ltro bacteriológico de microfi   | <b>Item 28</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. A proposta atende à quantidade total solicitada. O valor proposto por par está | <b>ACEITO</b><br>Os valores unitários para o item 28 da proposta 0062110068 é de R\$ 4,74. Enquanto que, de acordo com o cadastro no COMPRASNET dos itens do pregão, conforme Relação de itens (0059077679), os valores unitários para 28, é de R\$ 6,53. | <b>NÃO SOLICITADO</b><br>8.18932-4<br>(MWY115678W25) |

|    |  |   |  |   |  |                       |
|----|--|---|--|---|--|-----------------------|
|    |  | microfibras de 100% polipropileno, fabricado por extrusão; Clipe nasal de fácil adaptação ao contorno do rosto; Em duas versões: tiras ou elásticos confortáveis que se ajustam perfeitamente atrás das aurículas; Fabricada mediante ao sistema de solda ultra-sônica; Atóxica, não estéril; na cor branca; caixa c/ 50 und.   | bras de 100%polipropileno, fabricado por extrusão; Clipe nasal de fácil adaptação ao contorno do rosto; Em duas versões: tiras ou elásticos confortáveis que se ajustam perfeitamente atrás das aurículas; Fabricada mediante ao sistema de solda ultra-sônica; Atóxica, não estéril; na cor branca; caixa c/ 50 und." Marca: SPK  | acima da média ofertada pelo mercado.   | Portanto, não existem valores acima do estimado.   |                       |
| 38 |  | <b>LENÇOL PARA MACA</b> - Confeccionado em tnt (Tecido não Tecido), 100% polipropileno de gramatura 20. Material descartável, atóxico tendo a finalidade de uso como cobrir e proteger maca, evitando contaminações cruzada, impedindo a passagem de fluidos orgânicos e outros líquidos que possivelmente possa contaminar o paciente, a maca ou colchão. não libera fiapos, sendo hipoalergênico. Embalagem com 10 unidades na cor branca. Medidas: 2,00 X 0,90 m c/elástico. | "LENÇOL PARA MACA - Confeccionado em tnt (Tecido não Tecido), 100% polipropileno de gramatura20. Material descartável, atóxico tendo a finalidade de uso como cobrir e proteger maca, evitando contaminações cruzada, impedindo a passagem de fluidos orgânicos e outros líquidos que possivelmente possa contaminar o paciente, a maca ou colchão. não libera fiapos, sendo hipoalergênico. Embalagem com 10 unidades na cor branca. Medidas: 2,00 X 0,90 m c/elástico." Marca: ANADONA | <b>Item 38</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. A proposta atende à quantidade total solicitada. O valor proposto por par está acima da média ofertada pelo mercado. | <b>ACEITO</b><br><br>Os valores unitários para o item 38 da proposta 0062110068 é de R\$ 10,62.<br>Enquanto que, de acordo com o cadastro no COMPRASNET dos itens do pregão, conforme Relação de itens (0059077679), os valores unitários para 38, é de R\$ 14,23.<br><br>Portanto, não existem valores acima do estimado. | <b>NÃO SOLICITADO</b> |
| 48 |  | <b>CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE</b> - Desenvolvido para descartar materiais que cortam ou perfuram, com carga potencialmente infectante. Fabricada dentro   | "CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE - Desenvolvido para descartar materiais que cortam ou perfuram, com carga potencialmente infectante. Fabricada   | <b>Item 48</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. A  | <b>ACEITO</b><br><br>Os valores unitários para o item 48 da proposta 0062110068 é de R\$ 4,80.<br>Enquanto que, de acordo com o cadastro no COMPRASNET dos   | <b>NÃO SOLICITADO</b> |

|  |    |  |   |   |   |  |
|--|----|--|---|---|---|--|
|  |    | <p>das normas da NBR 13853, atendendo as recomendações da RDC 222/2018 e CONAMA 358, garantindo a total proteção contra perfurações e vazamentos de fluidos contaminados. De fácil montagem, com bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Acompanhada com saco plástico de dupla função: para o transporte do coletor antes da montagem e para revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, formam um espesso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e vazamentos. Com trava e a contra-trava de segurança garantindo que, após o fechamento do coletor, a tampa não se abra durante o transporte. Fabricado em papelão ondulado e reforçado internamente com papelão couro; alça dupla para transporte nos modelos de 7,0 L; descartável e de uso único. Medidas aproximadas: 21,2 cm x 16,2 cm x 21 cm (Frente X Profundidade X Altura).<br/>Medidas aproximadas: 21,2 cm x 16,2 cm x 21 cm (Frente X Profundidade X Altura)."<br/>Marca: DESCARBOX</p> | <p>dentro das normas daNBR 13853, atendendo as recomendações da RDC 222/2018 e CONAMA 358, garantindo a totalproteção contra perfurações e vazamentos de fl uidos contaminados. De fácil montagem, com bocalaberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa.Acompanhada com saco plástico de dupla função: para o transporte do coletor antes da montageme para revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e abandeja, formam um espesso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações evazamentos. Com trava e a contra-trava de segurança garantindo que, após o fechamento docoletor , a tampa não se abra durante o transporte. Fabricado em papelão ondulado e reforçadinternamente com papelão couro; alça dupla para transporte nos modelos de 7,0 L; descartável ede uso único. Medidas aproximadas: 21,2 cm x 16,2 cm x 21 cm (Frente X Profundidade X Altura)."<br/>Marca: DESCARBOX</p> | <p>proposta atende à quantidade total solicitada. O valor proposto por par está acima da média ofertada pelo mercado.</p> <p>Portanto, não existem valores acima do estimado.</p> |   |  |
| <u>Proposta - (0062075237)</u><br><b>MASTERSUL EQUIPA - RS</b> | 29 | <b>RESPIRADOR DESCARTÁVEL</b> sem manutenção PFF-2 - VO com válvula de exalação (Para  | <b>RESPIRADOR DESCARTÁVEL SEM MANUTENÇÃO PFF-2 - VO COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO (PARA VAPORES</b>   | <b>Item 29</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807).   | <b>ACEITO</b><br><br>Os valores unitários para o item | <b>NÃO SOLICITADO</b><br><br><b>EMPRESA NÃO ENCONTRADA</b><br><br><b>Consulta ANVISA</b> |

|    |   |   |  |   |                       |
|----|---|---|--|---|-----------------------|
|    | vapores orgânicos). EPI embalados individualmente; dobráveis; confeccionados em fibras sintéticas com tratamento eletrostático; bandas elásticas (duas: a de cima de passagem sobre a orelha, e a de baixo de passagem na parte posterior do pescoço) de alta durabilidade, para fixação à cabeça, travadas nas duas extremidades do respirador por clips metálicos, ou peças de função semelhante. Ajuste metálico no septo nasal, afim de melhorar o fator de selagem. Deverá possuir desenho ergonômico, fator de eficiência PFF2 com válvula de exalação e carvão ativado (ou material semelhante), para proteção contra poeiras e vapores orgânicos. | ORGÂNICOS). EPI EMBALADOS INDIVIDUALMENTE; DOBRÁVEIS; CONFECCIONADOS EM FIBRAS SINTÉTICAS COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO; BANDAS ELÁSTICAS (DUAS: A DE CIMA DE PASSAGEM SOBRE A ORELHA, E A DE BAIXO DE PASSAGEM NA PARTE POSTERIOR DO PESCOÇO) DE ALTA DURABILIDADE, PARA FIXAÇÃO À CABEÇA, TRAVADAS NAS DUAS EXTREMIDADES DO RESPIRADOR POR CLIPS METÁLICOS, OU PEÇAS DE FUNÇÃO SEMELHANTE. AJUSTE METÁLICO NO SEPTO NASAL, AFIM DE MELHORAR O FATOR DE SELAGEM. DEVERÁ POSSUIR DESENHO ERGONÔMICO, FATOR DE EFICIÊNCIA PFF2 COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO E CARVÃO AVADO (OU MATERIAL SEMELHANTE), PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS E VAPORES ORGÂNICOS.<br><br>MARCA: GRAZIA<br>FABRICANTE: GRAZIA<br>MODELO/VERSÃO: CA 39055 | De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. CA: 39055. A proposta atende à quantidade total solicitada. O valor proposto por par está acima da média ofertada pelo mercado. | 29 da proposta 0062075237 é de R\$ 1,96.<br>Enquanto que, de acordo com o cadastro no COMPRASNET dos itens do pregão, conforme Relação de itens (0059077679), os valores unitários para 29 é de R\$ 6,09.<br><br>Portanto, não existem valores acima do estimado. |                       |
| 45 | <b>CINTA LOMBAR</b> Tamanho "M" - Cinta ergonômica confeccionada em elástico reforçado <b>tamanho M</b> , costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade, hastes de PVC maleável na região lombar para evitar deformação da  | CINTA LOMBAR TAMANHO "M" - CINTA ERGONÔMICA CONFECCIONADA EM ELÁSTICO REFORÇADO TAMANHO M, COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE, HASTES DE PVC MALEÁVEL NA REGIÃO  | <b>Item 45</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. A proposta atende à | <b>ACEITO</b><br><br>Os valores unitários para o item 45 da proposta 0062075237 é de R\$ 33,10.<br>Enquanto que, de acordo com o cadastro no COMPRASNET dos   | <b>NAO SOLICITADO</b> |

|    |  |   |  |   |                              |
|----|--|---|--|---|------------------------------|
|    | <p>faixa lombar, com ajuste duplo de abas elásticas que reforçam o ajuste e a proteção. Suspensórios confeccionados em elástico com regulagem de comprimento e VELCRO de máxima aderência.</p>   | <p>LOMBAR PARA EVITAR DEFORMAÇÃO DA FAIXA LOMBAR, COM AJUSTE DUPLO DE ABAS ELÁSTICAS QUE REFORÇAM O AJUSTE E A PROTEÇÃO. SUSPENSÓRIOS CONFECCIONADOS EM ELÁSTICO COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO E VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA.</p> <p>MARCA: CSEG FABRICANTE: CSEG MODELO/VERSÃO: CA ISENTO</p>  | <p>quantidade total solicitada. O valor proposto por par está acima da média ofertada pelo mercado.</p>  | <p>itens do pregão, conforme Relação de itens (0059077679), os valores unitários para 45, é de R\$ 54,49.</p> <p>Portanto, não existem valores acima do estimado.</p>   |                              |
| 46 | <p><b>CINTA LOMBAR Tamanho "G"</b> - Cinta ergonômica confeccionada em elástico reforçado <b>tamanho G</b>, costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade, hastes de PVC maleável na região lombar para evitar deformação da faixa lombar, com ajuste duplo de abas elásticas que reforçam o ajuste e a proteção. Suspensórios confeccionados em elástico com regulagem de comprimento e VELCRO de máxima aderência.</p> | <p>CINTA LOMBAR TAMANHO "G" - CINTA ERGONÔMICA CONFECCIONADA EM ELÁSTICO REFORÇADO TAMANHO G, COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE, HASTES DE PVC MALEÁVEL NA REGIÃO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMAÇÃO DA FAIXA LOMBAR, COM AJUSTE DUPLO DE ABAS ELÁSTICAS QUE REFORÇAM O AJUSTE E A PROTEÇÃO. SUSPENSÓRIOS CONFECCIONADOS EM ELÁSTICO COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO E VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA.</p> <p>MARCA: CSEG FABRICANTE: CSEG MODELO/VERSÃO: CA ISENTO</p> | <p><b>Item 46</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. A proposta atende à quantidade total solicitada. O valor proposto por par está acima da média ofertada pelo mercado.</p> | <p><b>ACEITO</b></p> <p>Os valores unitários para o item 46 da proposta 0062075237 é de R\$ 35,00.</p> <p>Enquanto que, de acordo com o cadastro no COMPRASNET dos itens do pregão, conforme Relação de itens (0059077679), os valores unitários para 46, é de R\$ 59,13.</p> <p>Portanto, não existem valores acima do estimado.</p> | <p><b>NÃO SOLICITADO</b></p> |
| 47 | <p><b>CINTA LOMBAR Tamanho "GG"</b> - Cinta ergonômica confeccionada em elástico reforçado <b>tamanho GG</b>, costura em nylon de alta</p>   | <p>CINTA LOMBAR TAMANHO "GG" - CINTA ERGONÔMICA CONFECCIONADA EM ELÁSTICO REFORÇADO TAMANHO GG, COSTURA</p>   | <p><b>Item 47</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as</p>  | <p><b>ACEITO</b></p> <p>Os valores unitários para o item 47 da proposta 0062075237 é</p>  | <p><b>NÃO SOLICITADO</b></p> |

|  |   |  |   |   |                       |
|--|---|--|---|---|-----------------------|
|  |   | <p>resistência que garante durabilidade, hastes de PVC maleável na região lombar para evitar deformação da faixa lombar, com ajuste duplo de abas elásticas que reforçam o ajuste e a proteção. Suspensórios confeccionados em elástico com regulagem de comprimento e VELCRO de máxima aderência.</p> | <p>EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE, HASTES DE PVC MALEÁVEL NA REGIÃO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMAÇÃO DA FAIXA LOMBAR, COM AJUSTE DUPLO DE ABAS ELÁSTICAS QUE REFORÇAM O AJUSTE E A PROTEÇÃO. SUSPENSÓRIOS CONFECCIONADOS EM ELÁSTICO COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO E VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. MARCA: CSEG FABRICANTE: CSEG MODELO/VERSÃO: CA ISENTO</p> | <p>informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. A proposta atende à quantidade total solicitada. O valor proposto por par está acima da média ofertada pelo mercado.</p> <p>Portanto, não existem valores acima do estimado.</p>   |                       |
| <u>Proposta - (0062075652)</u><br><b>SULDONORTE DISTR - RO</b> | 40  | <p><b>JOGO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE C/ 03</b></p> <p><b>UNIDADES:</b> Confeccionado em fitas de polipropileno ou poliamida de 2,00m (comprimento) cada; fechos tic-tac em nylon de 50mm; regulador 50mm de nylon; conjunto com 03 peças nas cores: vermelho, amarelo e preto</p>               | <p>JOGO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE C/ 03 UNIDADES: Confeccionado em fitas de polipropileno ou poliamida de 2,00m (comprimento) cada; fechos tic-tac em nylon de 50mm; regulador 50mm de nylon; conjunto com 03 peças nas cores: vermelho, amarelo e preto</p>   | <p><b>Item 40</b> - De acordo com as informações técnicas do fabricante o item NÃO atende aos requisitos solicitados pois, o comprimento do produto apresentado é menor (de 1,70m a 1,79m) que o solicitado (2,00m). A proposta atende à quantidade total solicitada. O valor proposto por unidade corresponde à média ofertada pelo mercado.</p> <p>Após a análise detalhada do catálogo e das especificações técnicas fornecidas, conclui-se que o produto <b>ATENDE</b> integralmente às especificações técnicas exigidas.</p> | <b>NÃO SOLICITADO</b> |
| 85   | <p><b>COTA ITEM 4</b></p> <p><b>COMPRESSA DE GAZE</b> - Compressas de gaze com cadarço, não estéril, com 4 camadas, alta absorção, 100% algodão, medidas de 45cm x 50 cm contendo 50 unidades em cada pacote e validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.</p> | <p>COMPRESSA DE GAZE - Compressas de gaze com cadarço, não estéril, com 4 camadas, alta absorção, 100% algodão, medidas de 45cm x 50 cm contendo 50 unidades em cada pacote e validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega</p>  | <p><b>Item 85</b> - O item 85 está vinculado ao item 04, conforme citado na Relação de Itens ID: (0059077679). De acordo com as informações técnicas do fabricante o item atende aos requisitos solicitados. Anvisa: 80113320011 INMETRO - Portaria nº149/11 ANVISA - RDC 185/01. A proposta atende à quantidade total</p>  | <b>ACEITO</b>   | <b>NÃO SOLICITADO</b> |

|    |   |  |   |               |                       |
|----|---|--|---|---------------|-----------------------|
|    |   |  | solicitada. O valor proposto por unidade corresponde à média ofertada pelo mercado.   |               |                       |
| 86 | <b>COTA ITEM 23</b><br><br><b>TALA FLEXÍVEL AMARELA (GG) - TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE</b><br>Tamanho GG aproximadamente de 100x10cm (amarelo). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura de mínima 4 mm. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Origem: Brasil | TALA FLEXÍVEL AMARELA (GG) - TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho GG aproximadamente de 100x10cm (amarelo). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura de mínima 4 mm. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Origem: Brasil | <b>Item 86</b> - O item 86 está vinculado ao item 23, conforme citado na Relação de Itens ID: (0059077679). De acordo com as informações técnicas do fabricante o item atende aos requisitos solicitados. ANVISA Nº 81094800004. A proposta atende à quantidade total solicitada. O valor proposto por unidade corresponde à média ofertada pelo mercado.   | <b>ACEITO</b> | <b>NÃO SOLICITADO</b> |
| 87 | <b>COTA ITEM 26</b><br><br><b>TALA FLEXÍVEL AZUL (P) - TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE</b><br>Tamanho P, aproximadamente de 55x8cm (azul). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura de 2,5 mm a 4 mm. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Origem: Brasil        | TALA FLEXÍVEL AZUL (P) - TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho P, aproximadamente de 55x8cm (azul). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura de 2,5 mm a 4 mm. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. Origem: Brasil        | <b>Item 87</b> - O item 87 está vinculado ao item 26, conforme citado na Relação de Itens ID: (0059077679). De acordo com as informações técnicas do fabricante o item atende aos requisitos solicitados. Considerando que as medidas do produto apresentado são 53x8cm enquanto o solicitado é 55x8cm. ANVISA Nº 81094800004. A proposta atende à quantidade total solicitada. O valor proposto por unidade corresponde à média ofertada pelo mercado. | <b>ACEITO</b> | <b>NÃO SOLICITADO</b> |
| 99 | <b>COTA ITEM 76</b>   | TRACIONADOR FÊMUR, Tracionador de Fêmur em   | <b>Item 99</b> - O item 99 está vinculado ao item 76,   | <b>ACEITO</b> | <b>NÃO SOLICITADO</b> |

**TRACIONADOR FÊMUR,** Tracionador de Fêmur em aço, alumínio e plástico, tamanho ADULTO, para resgate e transporte. Características Técnicas Mínimas: Tala de tração de fêmur do tipo portátil tamanho adulto, equipamento destinado à imobilização provisória de ossos longos das extremidades inferiores. Constituída de uma tala de alumínio tubular e 02 sistema de trava com superfície recartilhada que possibilita a regulagem do comprimento. Deve possuir apoio metálico escamoteável, catraca em alumínio fundido com pintura em epóxi, com fixação de uma fita de nylon preta com 50mm (aproximado) de largura por 435mm (a proximado) de comprimento com ilhós na extremidade e gancho para tracionamento do membro fraturado através de tornozeleira de nylon acolchoada, possuindo ainda trava e roldana com superfície recartilhada para ajuste do processo de tração. Provida de quatro cintas elásticas de apoio e fixação na cor preta com finalidade de dar sustentação ao membro dentro da estrutura da tala e costurado no elástico com velcro preto. Dimensões Aproximadas: fechada 900 mm de comprimento, aberta 1.350 mm com aço, alumínio e plástico, tamanho ADULTO, para resgate e transporte. Características Técnicas Mínimas: Tala de tração de fêmur do tipo portátil tamanho adulto, equipamento destinado à imobilização provisória de ossos longos das extremidades inferiores. Constituída de uma tala de alumínio tubular e 02 sistema de trava com superfície recartilhada que possibilita a regulagem do comprimento. Deve possuir apoio metálico escamoteável, catraca em alumínio fundido com pintura em epóxi, com fixação de uma fita de nylon preta com 50mm (aproximado) de largura por 435mm (a proximado) de comprimento com ilhós na extremidade e gancho para tracionamento do membro fraturado através de tornozeleira de nylon

conforme citado na Relação de Itens ID: (0059077679). De acordo com as informações técnicas do fabricante o item atende aos requisitos solicitados. ANVISA Nº 80546419008. A proposta atende à quantidade total solicitada. O valor proposto por unidade corresponde à média ofertada pelo mercado.

|  |    |  |  |   |   |                           |                       |
|--|----|--|--|---|---|---------------------------|-----------------------|
|  |    | primento e 200 mm de largura (com variação de +/- 5%). Acondicionada em sacola de nylon para facilitar o transporte e conservação. Embalagem deve conter dados de identificação e número do lote.  |  |   |   |                           |                       |
| <b>Proposta -<br/>(0062076165)<br/>O.FILIZZOLA &amp; CIA LT<br/>- SP</b> | 49 | <b>JOELHEIRA DE RESGATE<br/>TAMANHO ÚNICO</b> -<br>Joelheira tática para uso militar. Ideal para ações onde a exigência física é extrema e necessita-se de conforto máximo que minimize os traumas causados pelo contato prolongado dos joelhos com o solo. <b>Componentes</b> -<br>COURAÇA: Produzida em polímero de altíssima resistência a abrasão e a choque. Seu composto é de PU (Poliuretano), o que a torna inquebrável em condições de uso. Esse composto em PU também possibilita características excelentes de flexão (mínima necessária para que aja proteção e conforto). Suas dimensões são: 140 mm de largura, 175 mm de altura. REBITE: Possui 12 rebites (par) em Latão de boa resistência a impactos e a corrosão por umidade (não "enferraixa"). O diâmetro é de 14 mm e a profundidade de 8mm (aberto). Os rebites devem ser presos por arruelas duplas em aço de 16mm de diâmetro. SISTEMA DE ABSORÇÃO (ENCHIMENTO) BI-DENSIDADE: EVA+PVC | JOELHEIRA DE RESGATE TAMANHO ÚNICO -<br>Joelheira tática para uso militar. Ideal para ações onde a exigência física é extrema e necessita-se de conforto máximo que minimize os traumas causados pelo contato prolongado dos joelhos com o solo. <b>Componentes</b> -<br>COURAÇA: Produzida em polímero de altíssima resistência a abrasão e a choque. Seu composto é de PU (Poliuretano), o que a torna inquebrável em condições de uso. Esse composto em PU também possibilita características excelentes de flexão (mínima necessária para que haja proteção e conforto). Suas dimensões são: 140 mm de largura, 175 mm de altura. REBITE: Possui 12 rebites (par) em Latão de boa resistência a impactos e a corrosão por umidade (não "enferraixa"). O diâmetro é de 14 mm e a profundidade de 8mm (aberto). Os rebites devem ser presos por arruelas duplas em aço de 16mm de diâmetro. SISTEMA DE ABSORÇÃO (ENCHIMENTO) BI-DENSIDADE: EVA+PVC | <b>Item 49</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. A proposta atende à quantidade total de 360 pares, considerando que a quantidade máxima solicitada é de 400 pares. O valor proposto por par está acima da média ofertada pelo mercado. | <b>ACEITO</b><br><br>O quantitativo desse item refere-se as unidades disponibilizadas para ampla concorrência.<br><br>Os valores unitários para o item 49 da proposta 0062076165 é de R\$ 180,00.<br>Enquanto que, de acordo com o cadastro no COMPRASNET dos itens do pregão, conforme Relação de itens (0059077679), os valores unitários para 49, é de R\$ 213,50.<br><br>Portanto, não existem valores acima do estimado. | <b>NÃO<br/>SOLICITADO</b> | <b>NÃO SOLICITADO</b> |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>12mm : Enchimento em EVA de baixa densidade e excelente memória (baixa deformidade). Extremidades em PVC de baixa densidade e excelente memória (baixa deformidade). TECIDO FRONTAL: Em Poliamida (Cordura® 1000) com alta resistência a abrasão e ao corte. FORRO INTERNO: 100% Poliéster. ELÁSTICO E VELCRO: Fita elástica de alto desempenho e Velcro, ambos com 40 mm de largura. Esse conjunto proporciona ajuste preciso, rápido e confortável. PASSADORES: Em Nylon ultra-resistente e leve com 40 mm de abertura. COSTURAS: Linha 30. Tamanho: Único. CORES: Preto. DIMENSÕES: 160 X 235 mm com +/-3mm de espessura.</p> | <p>12mm: Enchimento em EVA de baixa densidade e excelente memória (baixa deformidade). Extremidades em PVC de baixa densidade e excelente memória (baixa deformidade). TECIDO FRONTAL: Em Poliamida (Cordura®1000) com alta resistência a abrasão e ao corte. FORRO INTERNO: 100% Poliéster. ELÁSTICO E VELCRO: Fita elástica de alto desempenho e Velcro, ambos com 40 mm de largura. Esse conjunto proporciona ajuste preciso, rápido e confortável. PASSADORES: Em Nylon ultra resistente e leve com 40 mm de abertura. COSTURAS: Linha 30. Tamanho: Único. CORES: Preto. DIMENSÕES: 160 X235 mm com +/-3mm de espessura.</p> |  |  |
|--|---|--|--|--|

| 90 | COTA ITEM 49<br><br><b>JOELHEIRA DE RESGATE TAMANHO ÚNICO</b> -<br>Joelheira tática para uso militar. Ideal para ações onde a exigência física é extrema e necessita-se de conforto máximo que minimize os traumas causados pelo contato prolongado dos joelhos com o solo. <b>Componentes</b> - COURAÇA: Produzida em polímero de altíssima resistência a abrasão e a choque. Seu composto é de PU (Poliuretano), o que a torna inquebrável em condições de uso. Esse composto em PU também possibilita características excelentes de flexão (mínima necessária para que aja proteção e conforto). Suas dimensões são: 140 mm de largura, 175 mm de altura. REBITE: Possui 12 rebites (par) em Latão de boa resistência a impactos e a corrosão por umidade (não "enferraixa"). O diâmetro é de 14 mm e a profundidade de 8mm (aberto). Os rebites devem ser presos por arruelas duplas em aço de 16mm de diâmetro. SISTEMA DE ABSORÇÃO (ENCHIMENTO) BI-DENSIDADE: EVA+PVC 12mm : Enchimento em EVA de baixa densidade e excelente memória (baixa deformidade). Extremidades em PVC de baixa densidade e excelente memória (baixa deformidade). TECIDO FRONTAL: Em Poliamida | JOELHEIRA DE RESGATE TAMANHO ÚNICO -<br>Joelheira tática para uso militar. Ideal para ações onde a exigência física é extrema e necessita-se de conforto máximo que minimize os traumas causados pelo contato prolongado dos joelhos com o solo. Componentes - COURAÇA: Produzida em polímero de altíssima resistência a abrasão e a choque. Seu composto é de PU (Poliuretano), o que a torna inquebrável em condições de uso. Esse composto em PU também possibilita características excelentes de flexão (mínima necessária para que haja proteção e conforto). Suas dimensões são: 140 mm de largura, 175 mm de altura. REBITE: Possui 12 rebites (par) em Latão de boa resistência a impactos e a corrosão por umidade (não "enferraixa"). O diâmetro é de 14 mm e a profundidade de 8mm (aberto). Os rebites devem ser presos por arruelas duplas em aço de 16mm de diâmetro. SISTEMA DE ABSORÇÃO (ENCHIMENTO) BI-DENSIDADE: EVA+PVC 12mm : Enchimento em EVA de baixa densidade e excelente memória (baixa deformidade). Extremidades em PVC de baixa densidade e excelente memória (baixa deformidade). TECIDO FRONTAL: Em Poliamida | Item 90 - O item 90 está vinculado ao item 49, conforme citado na Relação de Itens ID: (0059077679). A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. A proposta atende à quantidade total solicitada. O valor proposto por par está acima da média ofertada pelo mercado. | ACEITO<br><br>O quantitativo desse item refere-se as unidades disponibilizadas para 25%.<br><br>Os valores unitários para o item 90 da proposta 0062076165 é de R\$ 180,00.<br>Enquanto que, de acordo com o cadastro no COMPRASNET dos itens do pregão, conforme Relação de itens (0059077679), os valores unitários para 90, é de R\$ 213,50.<br><br>Portanto, não existem valores acima do estimado. | NÃO SOLICITADO |
|----|---|--|---|---|----------------|
|----|---|--|---|---|----------------|

|   |    |   |  |  |               |             |                             |
|---|----|---|--|--|---------------|-------------|-----------------------------|
|   |    | <p>deformidade). TECIDO FRONTAL: Em Poliamida (Cordura® 1000) com alta resistência a abrasão e ao corte. FORRO INTERNO: 100% Poliéster. ELÁSTICO E VELCRO: Fita elástica de alto desempenho e Velcro, ambos com 40 mm de largura. Esse conjunto proporciona ajuste preciso, rápido e confortável. PASSADORES: Em Nylon ultra-resistente e leve com 40 mm de abertura. COSTURAS: Linha 30. TAMANHO: Único. CORES: Preto. DIMENSÕES: 160 X 235 mm com +/-3mm de espessura.</p>  |  |  |               |             |                             |
| <b>Proposta -<br/>(0062076330)<br/>DENTAL SAUDE LTDA<br/>- RO</b> | 53 | <b>RESSUSCITADOR<br/>(REANIMADOR) MANUAL<br/>NEONATAL EM SILICONE<br/>COM RESERVATÓRIO,</b><br>Reanimador neonatal de silicone com máscara e reservatório (bvm - bolsa válvula máscara), composto de balão auto inflável de silicone com reservatório neonatal, com volume do balão de 250 ml e o volume do reservatório de oxigênio de 500 ml, máscara número 1, espaço morto de 7 ml com máscara e baixo adaptador espaço morto, translúcido neonatal. Atóxica, anatômica com bojo e coxim e válvula transparente unidirecional com dispositivo de segurança; com suplemento para aclopadores de oxigênio, as válvulas deverão possuir conectores | RESSUSCITADOR (REANIMADOR) MANUAL NEONATAL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO, Reanimador neonatal de silicone com máscara e reservatório (bvm - bolsa válvula máscara), composto de balão auto inflável de silicone com reservatório neonatal, com volume do balão de 250 ml e o volume do reservatório de oxigênio de 500 ml, máscara número 1. O equipamento deverá ser acondicionado em bolsa plástica transparente, estando incluso junto ao recipiente: balão, máscara, reservatório de oxigênio e conexões. | <b>Item 53 -</b> De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados no Termo de Referência ID: (0057237807). Registro Anvisa 10296900045. A proposta atende à quantidade total solicitada. O valor proposto por unidade corresponde à média oferecida pelo mercado. | <b>ACEITO</b> | 10296900045 | 8.01998-1<br>(P353M388X640) |

|  |    |   |   |  |  |                       |
|--|----|---|---|--|--|-----------------------|
|  |    | com bitolas padrão para ventilação/oxigenoterapia e sistema rosca/convenção/encaixe, que impossibilite a montagens errônea das partes; o equipamento deverá ser acondicionado em bolsa plástica transparente com altura de 13,00 cm, largura de 31,00 cm profundidade de 13,00 cm, estando incluso junto ao recipiente: balão, máscara, reservatório de oxigênio e conexões. Apresentar Registro na Anvisa. Com validade mínima de 36 meses a contar da data de entrega.  |   |  |  |                       |
| <b>Proposta -<br/>(0062076689)<br/>STAR COMERCIO<br/>LTDA - RO</b> | 55 | <b>CAPACETE CLASSE "A" TIPO 3</b> , Capacete de segurança, branco, bombeiro, tipo III, classe A, fabricado em ABS (acrinolitina, butadieno, estireno) e com tratamento U.V, com estrutura que proporcione conforto ao usuário, com fitas antialérgicas, suspensão de catraca de pivô fas-trac III para conforto, ajuste e amplitude de movimento superiores, com ventilação para fluxo de ar e resfriamento, jugular de 4 pontos substituível em campo com vários pontos de ajuste para ajuste e conforto personalizados, banda de suor com espuma respirável e fixação de velcro para fácil substituição, trilho de fixação de acessórios com botão de pressão e clipe de iluminação universais para | CAPACETE CLASSE "A" TIPO 3, Capacete de segurança, branco, bombeiro, tipo III, classe A, fabricado em ABS (acrinolitina, butadieno, estireno) e com tratamento U.V, com estrutura que proporcione conforto ao usuário, com fitas antialérgicas, suspensão de catraca de pivô fas-trac III para conforto, ajuste e amplitude de movimento superiores, com ventilação para fluxo de ar e resfriamento, jugular de 4 pontos substituível em campo com vários pontos de ajuste para ajuste e conforto personalizados, banda de suor com espuma respirável e fixação de velcro para fácil substituição, trilho de fixação de acessórios com botão de pressão e clipe de iluminação universais para | <b>Item 55</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. Certificado de Aprovação - CA Nº 32.260. A proposta atende à quantidade total de 495 unidades, considerando que a quantidade máxima solicitada é de 660 unidades. O valor proposto por unidade corresponde à média ofertada pelo mercado. | <b>ACEITO</b><br><br>O quantitativo desse item refere-se as unidades disponibilizadas para ampla concorrência. | <b>NÃO SOLICITADO</b> |

|  |    |   |   |   |               |                       |
|--|----|---|---|---|---------------|-----------------------|
|  |    | instalação e remoção rápidas.   | de iluminação universais para instalação e remoção rápidas.   |   |               |                       |
| <b>Proposta - (0062076842)</b><br>AC<br>EMPREENDIMENTOS - AC | 57 | KIT PRANHA CIPA, Capa confeccionada em tecido 100% poliamida. Fecho de velcro, alças para transporte e fixar em paredes. Deve conter também também, bolsa plástica transparente para colocação de colares e talas de imobilização. Deve conter: 01 prancha longa em polietileno com jogo de 3 cintos, 1 Head Block completo, 01 capa para proteção da mesma, 01 jogo de tala aramada e E.V.A com 4 tamanhos, 01 bandagem triangular tam: M, 01 jogo de colar cervical de cada sendo PP/P/M/G, 01 cobertor térmico, 01 atadura de crepe 10cm, 02 atadura de crepe 15cm, 2 atadura de crepe 30 cm, 01 fita micro porosa, 01 (caixa) curativo antiséptico (tipo banda-aid), 05 compressa estéril 7,5X7,5. 03 pares de luvas cirúrgica estéril, 01 holster contando tesoura ponta romba, 01 máscara para RCP descartável. | KIT PRANHA CIPA, Capa confeccionada em tecido 100% poliamida. Fecho de velcro, alças para transporte e fixar em paredes. Deve conter também também, bolsa plástica transparente para colocação de colares e talas de imobilização. Deve conter: 01 prancha longa em polietileno com jogo de 3 cintos, 1 Head Block completo, 01 capa para proteção da mesma, 01 jogo de tala aramada e E.V.A com 4 tamanhos, 01 bandagem triangular tam: M, 01 jogo de colar cervical de cada sendo PP/P/M/G, 01 cobertor térmico, 01 atadura de crepe 10cm, 02 atadura de crepe 15cm, 2 atadura de crepe 30 cm, 01 fita micro porosa, 01 (caixa) curativo antiséptico (tipo banda-aid), 05 compressa estéril 7,5X7,5. 03 pares de luvas cirúrgica estéril, 01 holster contando tesoura ponta romba | <b>Item 57</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor proposto por unidade corresponde à média oferecida pelo mercado. | <b>ACEITO</b> | <b>NÃO SOLICITADO</b> |
|  | 80 | <b>MACA DE RESGATE TIPO CESTO</b> , Maca Desmontável: Descrição aproximada: Peso 12 kg - Cor padrão: laranja; A carga máxima deverá igual ou superior a 200 kg - Dimensões mínimas: 1,97 x 0,52m x 0,15m - Desmontável em 2 partes. - Tubos em aço SAE 1010 - Perfis estruturais laminados  | <b>MACA DE RESGATE TIPO CESTO</b> , Maca Desmontável: Descrição aproximada: Peso 12 kg - Cor padrão: laranja; A carga máxima deverá igual ou superior a 200 kg - Dimensões mínimas: 1,97 x 0,52m x 0,15m - Desmontável em 2 partes. - Tubos em aço SAE 1010 - Perfis estruturais laminados  | <b>Item 80</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor proposto por unidade corresponde à média oferecida pelo mercado. | <b>ACEITO</b> | <b>NÃO SOLICITADO</b> |

|     |  |   |  |               |                       |
|-----|--|---|--|---------------|-----------------------|
|     |  | em Aço SAE 1010 - Soldagem por processo MAG - Pintura Eletrostática Epóxi na cor Laranja - Fundo em Polipropileno 2 mm de espessura - Fivelas em Aço Inox AISI 304L - Fitas em Poliamida de 45 mm de largura nas cores: Amarelo, Laranja e Preto - Braçadeiras em Poliamida tipo T50R - Adesivos refletivos indicando os pontos de fixação para içamento nas cores: reto e Amarelo - 2 anos de garantia. Com características similares ou superiores à maca desmontável da marca Mamute.  | em Aço SAE 1010 - Soldagem por processo MAG - Pintura Eletrostática Epóxi na cor Laranja - Fundo em Polipropileno 2 mm de espessura - Fivelas em Aço Inox AISI 304L - Fitas em Poliamida de 45 mm de largura nas cores: Amarelo, Laranja e Preto - Braçadeiras em Poliamida tipo T50R - Adesivos refletivos indicando os pontos de fixação para içamento nas cores: reto e Amarelo - 2 anos de garantia. Com características similares ou superiores à maca desmontável da marca Mamute. |               |                       |
| 102 | <p><b>COTA ITEM 80</b></p> <p><b>MACA DE RESGATE TIPO CESTO</b>, Maca Desmontável: Descrição aproximada: Peso 12 kg - Cor padrão: laranja; A carga máxima deverá igual ou superior a 200 kg - Dimensões mínimas: 1,97 x 0,52m x 0,15m - Desmontável em 2 partes. - Tubos em aço SAE 1010 - Perfis estruturais laminados em Aço SAE 1010 - Soldagem por processo MAG - Pintura Eletrostática Epóxi na cor Laranja - Fundo em Polipropileno 2 mm de espessura - Fivelas em Aço Inox AISI 304L - Fitas em Poliamida de 45 mm de largura nas cores: Amarelo, Laranja e Preto - Braçadeiras em Poliamida tipo T50R - Adesivos refletivos indicando os pontos de</p> | <p><b>MACA DE RESGATE TIPO CESTO</b>, Maca Desmontável: Descrição aproximada: Peso 12 kg - Cor padrão: laranja; A carga máxima deverá igual ou superior a 200 kg - Dimensões mínimas: 1,97 x 0,52m x 0,15m - Desmontável em 2 partes. - Tubos em aço SAE 1010 - Perfis estruturais laminados em Aço SAE 1010 - Soldagem por processo MAG - Pintura Eletrostática Epóxi na cor Laranja - Fundo em Polipropileno 2 mm de espessura - Fivelas em Aço Inox AISI 304L - Fitas em Poliamida de 45 mm de largura nas cores: Amarelo, Laranja e Preto - Braçadeiras em Poliamida tipo T50R - Adesivos refletivos indicando os pontos de fixação para içamento nas cores: reto e Amarelo - 2 anos de garantia. Com características similares ou superiores à maca desmontável da marca Mamute.</p> | Item 102 - O item corresponde ao item 80 do TERMO DE REFERÊNCIA (0057237807).  | <b>ACEITO</b> | <b>NÃO SOLICITADO</b> |

|  |    |   |  |  |  |  |
|--|----|---|--|--|--|--|
|  |    | fixação para içamento nas cores: reto e Amarelo - 2 anos de garantia. Com características similares ou superiores à maca desmontável da marca Mamute.   | içamento nas cores: reto e Amarelo - 2 anos de garantia. Com características similares ou superiores à maca desmontável da marca Mamute.   |  |  |  |
| <u>Proposta - (0062089671)</u><br>JONATAS DOS SANTOS - GO      | 61 | <b>OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO</b> , Oxímetro de Pulso de dedo, portátil, destinado a "spot-check" para verificação da Sp O <sub>2</sub> e frequência cardíaca, com visor de Led que informa a saturação de oxigênio e desliga automaticamente após retirar o dedo. Acompanhada com duas pilhas alcalinas tipo AAA e tira de suporte do equipamento para pendurar no pescoço.  | Oxímetro Digital Medidor de Saturação de Oxigênio DELLAMED   | <b>Item 61</b> - A descrição encontra-se incompleta de acordo com o com o solicitado no Termo de Referência ID: (0057237807). Sendo que, a mesma contém apenas o nome do produto fornecido pelo fabricante, sem informações adicionais. A partir dessa informação foi realizado uma pesquisa no site do fabricante, o qual descreve as informações que atendem aos requisitos solicitados. A proposta atende à quantidade total solicitada. O valor apresentado na proposta corresponde a 47% abaixo do valor vendido pelo fabricante. | <b>ACEITO</b>  | <b>NÃO SOLICITADO</b><br><br><a href="#">EMPRESA NÃO ENCONTRADA</a><br><br><a href="#">Consulta ANVISA</a> |
| <u>Proposta - (0062095141)</u><br>EQUIMED<br>EQUIPAMENTOS - PR | 65 | <b>MÁSCARA POCKET PARA RCP</b> , Máscara para RCP confeccionada em silicone transparente de fácil limpeza e descontaminação. Tem por finalidade evitar o contato direto da boca do socorrista com a boca da vítima em parada respiratória ou cardiorespiratória. Deve ser anatômica ao rosto da vítima, com bocal possuindo válvula de contra-fluxo. Deve apresentar bolsa de ar na parte onde fica apoiada sobre a face da vítima, | MÁSCARA POCKET PARA RCP , Máscara para RCP confeccionada em silicone transparente de fácil limpeza e descontaminação. Tem por finalidade evitar o contato direto da boca do socorrista com a boca da vítima em parada respiratória ou cardiorespiratória. Deve ser anatômica ao rosto da vítima, com bocal possuindo válvula de contra-fluxo. Deve apresentar bolsa de ar na parte onde fica apoiada sobre a face da vítima, | <b>Item 65</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). A proposta atende à quantidade total de 3.375 unidades, considerando que a quantidade máxima solicitada é de 4.500 unidade. O valor proposto por unidade corresponde à média ofertada pelo mercado.  | <b>ACEITO</b><br><br>O quantitativo desse item refere-se as unidades disponibilizadas para ampla concorrência. | <b>NÃO SOLICITADO</b><br><br>8.21472-8<br>(HH227L4LM57M)   |

|    |   |  |   |   |  |  |
|----|---|--|---|---|--|--|
|    |   | evitando que ocorra o escape o ar ventilado durante a reanimação respiratória. Possui entrada de oxigênio e também tira elástica para fixação à cabeça da vítima. Deve vir acondicionada em estojo plástico resistente.  | sobre a face da vítima, evitando que ocorra o escape o ar ventilado durante areanimação respiratória. Possui entrada de oxigênio e também tira elástica para fi xação à cabeça davítima. Deve vir acondicionada em estojo plástico resistente<br><br>WINNER/ XIAMEN WINNER MED. CO., LTD-CHINA, REP. POP./ TW8342/ 80901110022  |   |  |  |
| 68 | <b>Proposta -<br/>(0062095451)<br/>ARMADA ARTIGOS<br/>MI - DF</b> | <b>ATADURA<br/>ISRAELENSE</b> , Atadura israelense de emergência de woundstop de 10 cm de largura com pressão direta multifuncional para tratamento de hemorragias traumáticas em emergências composto de: atadura elástica produzida em uma mistura de fios grau médico (algodão, poliéster, poliamida e polibutileno tereftalato). A barra de pressão e barra de fechamento em policarbonato. Estéril (por raios gama), embalada a vacuo com comprimento de 350cm, livre de latex, com um curativo não aderente costurado a bandagem , com um aplicador de pressão colado do lado oposto do curativo e uma trava de fechamento de policarbonato costurada à extremidade da atadura elástica. | ATADURA ISRAELENSE, Atadura israelense de emergência de woundstop de 10 cm de largura compressão direta multifuncional para tratamento de hemorragias traumáticas em emergências composto de: atadura elástica produzida em uma mistura de fios grau médico (algodão, poliéster, poliamida e polibutileno tereftalato). A barra de pressão e barra de fechamento em policarbonato. Estéril (por raios gama), embalada a vacuo com comprimento de 350cm, livre de latex, com um curativo não aderente costurado a bandagem , com um aplicador de pressão colado do lado oposto do curativo e uma trava de fechamento de policarbonato costurada à extremidade da atadura elástica. | <b>Item 68 e Item 95 (itens com a mesma descrição)</b> - A proposta descritiva, atende ao Termo de Referência (0057237807), em comparativo de análise técnica, contudo é necessário verificar as conformidades dos itens quanto ao seu cumprimento, não está claro/ausente na proposta. | Após a analise detalhada do catálogo e das especificações técnicas fornecidas, conclui-se que o produto <b>ATENDE</b> integralmente às especificações técnicas exigidas. | <b>8.21727-0<br/>(W381HLMY0M9X)</b><br><br><b>NÃO<br/>SOLICITADO</b> |
| 95 | <b>COTA ITEM 68</b>   | (Cota Reservada ME-EPP ao Item 68) ATADURA   | <b>Item 68 e Item 95 (itens com a mesma descrição)</b> - A  | Após a analise detalhada do catálogo e das especificações   |  | <b>NÃO<br/>SOLICITADO</b>  |

|  |    |  |   |  |  |  |
|--|----|--|---|--|--|--|
|  |    | <b>ATADURA ISRAELENSE</b> , Atadura israelense de emergência de woundstop de 10 cm de largura com pressão direta multifuncional para tratamento de hemorragias traumáticas em emergências composto de: atadura elástica produzida em uma mistura de fios grau médico (algodão, poliéster, poliamida e polibutileno tereftalato). A barra de pressão e barra de fechamento em policarbonato. Estéril (por raios gama), embalada a vacuo com comprimento de 350cm, livre de latex, com um curativo não aderente costurado a bandagem , com um aplicador de pressão colado do lado oposto do curativo e uma trava de fechamento de policarbonato costurada à extremidade da atadura elástica. | ISRAELENSE, Atadura israelense de emergência de woundstop de 10 cm de largura compressão direta multifuncional para tratamento de hemorragias traumáticas em emergências composto de: atadura elástica produzida em uma mistura de fios grau médico (algodão, poliéster, poliamida e polibutileno tereftalato). A barra de pressão e barra de fechamento em policarbonato. Estéril (por raios gama), embalada a vacuo com comprimento de 350cm, livre de latex, com um curativo não aderente costurado a bandagem , com um aplicador de pressão colado do lado oposto do curativo e uma trava de fechamento de policarbonato costurada à extremidade da atadura elástica. | proposta descritiva, atende ao Termo de Referência (0057237807), em comparativo de análise técnica, contudo é necessário verificar as conformidades dos itens quanto ao seu cumprimento, não está claro/ausente na proposta.           | técnicas fornecidas, conclui-se que o produto <b>ATENDE</b> integralmente às especificações técnicas exigidas. |  |
| <u>Proposta - (0062095683)</u><br>ALL SOLUTIONS MEDI | 71 | <b>SELOS DE TÓRAX (CONJUNTO)</b> , Conjunto de selos de tórax para feridas abertas , curativos valvulados em embalagens impermeáveis (kit com dois selos de tórax para feridas abertas e fechadas composto de um curativo com válvula unidirecional e um curativo oclusivo selante de tórax. Com superfície aderente (adesivo hidrogel), elasticidade para aderência em qualquer curvatura do corpo). Apto para ser aplicado em situações  | Chest Seal COMBO (01 Valvulado e 01 Não Valvulado) Kit que possui dois curativos táticos compostos de um curativo com válvula unidirecional e um curativo oclusivo. Os curativos devem ser feitos com adesivos hidrogel de alto desempenho. Ambos curativos devem possuir elasticidade para aderência em qualquer curvatura do corpo. O kit deve estar apto para ser aplicado em situações climáticas extremas. O kit deve ser  | Item 71 - A proposta descritiva, atende ao Termo de Referência(0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor proposto está acima da média ofertada pelo mercado. | <b>ACEITO</b>  | 80469670009<br><br><b>8.04696-7<br/>(PHY71MH58W43)</b> |

|   |    |   |  |   |  |  |
|---|----|---|--|---|--|--|
|   |    | <p>climáticas extremas. O kit deve ser embalado no formato individual, em embalagem resistente, produto de uso único, descartável e estéril. Formato redondo transparentes, com abas de proteção removíveis para os adesivos. Deve possuir registro ANVISA.</p>   | <p>embalado no formato individual, em embalagem resistente, produto de uso único, descartável e estéril. Formato mínimo para ambos curativos de 23 cm x 19 cm, transparentes, com abas de proteção removíveis para os adesivos. Deve possuir Registro MARCA: CHEST SEAL COMBO. FABRICANTE: SAM MEDICAL PRODUCTS REGISTRO ANVISA Nº: 80469670009 PROCEDÊNCIA – USA</p>  |   |  |  |
| Proposta -<br>(0062095802)<br>MAXLAB PRODUTOS<br>- GO | 73 | <p><b>TORNIQUETE TÁTICO</b>, Torniquete para uso em APH ( atendimento pré-hospitalar) desenvolvido para o estancamento de hemorragias severas causadas por agentes traumáticos em membros inferiores e superiores, em condições de campo ou emergência pré-hospitalar. Deverá ser na cor laranja, com tamanho entre 90 e 100cm de comprimento e 3, 5 a 4, 5cm de largura, com peso máximo de 65g. O material deverá ser de plástico ABS e cinta velcro de alta resistência, durável e de fácil manuseio com apenas uma mão, eficaz na oclusão do fluxo de sangue nas extremidades dos membros superiores e inferiores, reutilizável após desinfecção, terá ajuste de liberação rápida ou lenta+A1:N90</p> | <p>TORNIQUETE TÁTICO , Torniquete para uso em APH ( atendimento pré-hospitalar) desenvolvidopara o estancamento de hemorragias severas causadas por agentes traumáticos em membrosinferiores e superiores, em condições de campo ou emergência pré-hospitalar. Deverá ser na corlaranja, com tamanho entre 90 e 100cm de comprimento e 3, 5 a 4, 5cm de largura, com pesomáximo de 65g. O material deverá ser de plástico ABS e cinta velcro de alta resistência, durável ede fácil manuseio com apenas uma mão, efi caz na oclusão do fl uxo de sangue nas extremidadesdos membros superiores e inferiores, reutilizável após desinfecção, terá ajuste de liberação rápidaou lenta+A1:N90</p> | <p><b>ACEITO</b></p> <p><b>Item 73</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. A proposta atende a quantidade de 480 unidades, considerando a quantidade máxima solicita de 640 unidades. O valor proposto por unidade está acima da média ofertada pelo mercado.</p> | <p>O quantitativo desse item refere-se as unidades disponibilizadas para ampla concorrência.</p> <p>Os valores unitários para o item 73 da proposta 0062095802 é de R\$ 122,50. Enquanto que, de acordo com o cadastro no COMPRASNET dos itens do pregão, conforme Relação de itens (0059077679), os valores unitários para 73, é de R\$ 139,97.</p> <p>Portanto, não existem valores acima do estimado.</p> | <p>8.04411-1<br/>(KL44WLM01H03)</p> <p>82819910003</p> |

|    |   |  |  |   |             |
|----|---|--|--|---|-------------|
| 78 | <p><b>CINTA PÉLVICA</b></p> <p><b>M.</b> Apresentação: para cinturas com circunferência entre 81 a 127 cm (aproximadamente, admitidas pequenas variações). Circunferencial ajustável. Fecho que mantém a força correta; De fácil e rápido ajuste e fixação. Com sistema de travamento de fraturas pélvicas, que mantém pressão de aperto segura e estável; De fácil e rápida utilização em ambientes pré - hospitalar; Com parte maleável frontal da cinta, estreita e afinada para facilitar a introdução de cateter urinário, radiologia intervencional, fixação externa e cirurgia abdominal - Radiolucente; Permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta; Deve ser reutilizável, constituído de material que não estica e pode ser limpo e desinfetado com soluções detergentes e antimicrobianas. Garantia mínima de 01 ano, a partir da data de entrega. O produto deve ser devidamente registrado na ANVISA.</p> | <p>CINTA PÉLVICA M.</p> <p>Apresentação: circunferencial ajustável. Fecho que mantém a força correta; aplicação simples em 3 passos; Atração gradual e simétrica; Aparte frontal da cinta estreita e afiada; fixação externa e cirurgia abdominal. Radiolucente; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta; Reutilizável; Com tecido que não estica e podendo ser limpo e desinfetado. Garantia mínima de 01 ano. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT.</p> | <p><b>Item 78</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. A proposta atende a quantidade de 68 unidades, considerando que a quantidade máxima solicitada é de 90 unidades.</p> | <p><b>ACEITO</b></p> <p>O quantitativo desse item refere-se as unidades disponibilizadas para ampla concorrência.</p> | 81766600003 |
| 79 | <p><b>CINTA PÉLVICA</b></p> <p><b>G.</b> Apresentação: 91 a 152cm. Circunferencial ajustável. Fecho que mantém a força correta; aplicação simples em 3 passos; Atração gradual e simétrica; Aparte frontal da cinta estreita e afinada;</p>   | <p>CINTA PÉLVICA G.</p> <p>Apresentação: 91 a 152cm. Circunferencial ajustável. Fecho que mantém a força correta; aplicação simples em 3 passos; Atração gradual e simétrica; Aparte frontal da cinta estreita e afiada; fixação</p>   | <p><b>Item 79</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. A proposta atende a</p>  | <p><b>ACEITO</b></p> <p>O quantitativo desse item refere-se as unidades disponibilizadas para ampla concorrência.</p> | 81766600003 |

|   |    |  |   |   |   |  |
|---|----|--|---|---|---|--|
|   |    | <p>fixação externa e cirurgia abdominal. Radiolucente; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta; Reutilizável; Com tecido que não estica e podendo ser limpo e desinfetado. Garantia mínima de 01 ano. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT.</p> <p>O produto deve ser devidamente registrado na ANVISA.</p>   | <p>externa e cirurgia abdominal. Radiolucente; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta; Reutilizável; Com tecido que não estica e podendo ser limpo e desinfetado. Garantia mínima de 01 ano. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT.</p>  | <p>quantidade de 68 unidades, considerando que a quantidade máxima solicitada é de 90 unidades.</p>   |   |  |
| <u>Proposta - (0062098737)</u><br><u>ALTERNATIVA</u><br><u>DISTRIBUIDORA - SP</u> | 77 | <p><b>CINTA PÉLVICA</b></p> <p>P. Apresentação: 69 a 119cm. Circunferência ajustável. Fecho que mantém a força correta; aplicação simples em 3 passos; Atração gradual e simétrica; Aparte frontal da cinta estreita e afinada; fixação externa e cirurgia abdominal. Radiolucente; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta; Reutilizável; Com tecido que não estica e podendo ser limpo e desinfetado. Garantia mínima de 01 ano, a partir da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT.</p> <p>O produto deve ser devidamente registrado na ANVISA.</p> | <p>CINTA PÉLVICA P. APRESENTAÇÃO: 69 A 119CM. CIRCUNFERÊNCIA AJUSTÁVEL. FECHO QUE MANTÉM A FORÇACORRETA; APLICAÇÃO SIMPLES EM 3 PASSOS; ATRAÇÃO GRADUAL E SIMÉTRICA; APARTE FRONTAL DA CINTA ESTREITA E AFINADA; FIXAÇÃO EXTERNA E CIRURGIA ABDOMINAL. RADIOLUCENTE; PERMITE A OBTENÇÃO DE RADIOGRAFIAS SEM A RETIRADA DA CINTA; REUTILIZÁVEL; COM TECIDO QUE NÃO ESTICA E PODENDO SER LIMPO E DESINFETADO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EM CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT. MARCA/FABRICANTE: SAM MEDICAL</p> | <p><b>Item 77-</b> A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor da proposta está um pouco acima da média. A proposta atende à quantidade total de 90 unidades.</p> | <p><b>ACEITO</b></p> <p>O quantitativo desse item refere-se as unidades disponibilizadas para ampla concorrência.</p> | 80469670011<br>8.24128-0<br>(Y97220560345) |

|   |    |   |  |   |               |                       |                             |
|---|----|---|--|---|---------------|-----------------------|-----------------------------|
|   |    |   | PROCEDENCIA:EUA RMS:<br>80469670011 REF:CINTA<br>PÉLVICA   |   |               |                       |                             |
| Proposta -<br>(0062099040)<br>HAND LIFE<br>SUPRIMENTOS - MG | 81 | <b>PRANCHA CURTA DE POLIETILENO</b> (Salvamento veicular), Prancha de transporte curta (meia maca). Características: Prancha curta de Salvamento Veicular e primeiros socorros, confeccionada em polietileno rígido transparente de no mínimo 5 mm e alta resistência. Sem materiais presos a sua composição, com no mínimo 05 furos para pega das mãos, utilizado para sustentação da vítima no desencarceramento veicular. Dimensões 800 x 400 mm, parte da cabeça de 200 mm com recorte. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | PRANCHA CURTA DE POLIETILENO A Prancha é produzida em Polietileno, possui bordas e cantos arredondados com orifícios utilizados para passagem dos cintos de imobilização e movimentação da vítima. É confeccionada em Polietileno para garantir a firmeza e estabilidade do paciente, suporta até 140 kg, translúcida para utilização em Raio-X e também pode ser utilizada na água. INFORMAÇÕES TECNICAS Altura 2 cm Largura 45 cm Comprimento 80 cm Peso 3,300 Kg Informações Adicionais: - Bordas e cantos arredondados - Orifícios para passagem dos cintos de imobilização - Suporta até 140 kg - Acompanha 02 cintos de engate rápido (vermelho e preto) Marca: HG Medical | <b>Item 81</b> - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor proposto por unidade corresponde à média oferecida pelo mercado. | <b>ACEITO</b> | <b>NÃO SOLICITADO</b> | 8.04234-1<br>(K7H6M903H40M) |

### 3. CONCLUSÃO

3.1. Após análise, concluímos pela aceitabilidade

| EMPRESA                                     | ITEM | PARECER  |
|---|------|--|
| Proposta - (0062065930)<br>G.O MEDICAL LTDA | 01   | <p>Após a realização das diligências, conforme comprovante Anexo - Diligência CBMRO - Go Medical (0063090969), informamos que os catálogos técnicos solicitados não foram encaminhados pela licitante, impossibilitando a realização da análise técnica por parte da unidade demandante.</p> <p>Diante disso, solicitamos que seja registrada solicitação no chat do ComprasNet, requerendo o envio dos referidos documentos, e que, tão logo sejam recebidos, sejam</p> |

|   |    |   |
|---|----|---|
|   |    | imediatamente encaminhados à unidade demandante para análise técnica conclusiva.  |
| 30  |    | <p>Após a realização das diligências, conforme comprovante Anexo - Diligência CBMRO - Go Medical (0063090969), informamos que os catálogos técnicos solicitados não foram encaminhados pela licitante, impossibilitando a realização da análise técnica por parte da unidade demandante.</p> <p>Diante disso, solicitamos que seja registrada solicitação no chat do ComprasNet, requerendo o envio dos referidos documentos, e que, tão logo sejam recebidos, sejam imediatamente encaminhados à unidade demandante para análise técnica conclusiva.</p> |
| 36  |    | <p>Após a realização das diligências, conforme comprovante Anexo - Diligência CBMRO - Go Medical (0063090969), informamos que os catálogos técnicos solicitados não foram encaminhados pela licitante, impossibilitando a realização da análise técnica por parte da unidade demandante.</p> <p>Diante disso, solicitamos que seja registrada solicitação no chat do ComprasNet, requerendo o envio dos referidos documentos, e que, tão logo sejam recebidos, sejam imediatamente encaminhados à unidade demandante para análise técnica conclusiva.</p> |
| <b>Proposta - (0062066021)</b><br>CENTRALMIX COMERCIAL LTDA | 02 | <b>ACEITO</b>   |
|   | 16 | <p>Conforme Diligência CBMRO - Central Mix (0063041142), o produto ofertado não condiz com o descrito no termo de referência, visto que <b>falta no catálogo as 03 (três) Soros Fisiológico 250 ml e mais 01 (um) Protetor de queimadura e eviscerações.</b></p> <p>Portanto, o item da forma que apresentado no catálogo <b>NÃO ATENDE</b> ao descrito no termo de referência, contudo caso a licitante ajuste sua proposta conforme o descrito no TR, este será aceito.</p>   |
|   | 25 | <b>ACEITO</b>   |
|   | 27 | <b>ACEITO</b>   |
|   | 56 | <b>ACEITO</b>   |
|   | 58 | <b>ACEITO</b>   |
|   |    |   |

|  |    |   |
|--|----|---|
| <b>Proposta - (0062066142)</b><br>NRX MEDICAL SYSTE - RO                   | 59 | <b>ACEITO</b>   |
|  | 92 | <b>ACEITO</b>   |
|  | 03 | <b>ACEITO</b>   |
|  | 22 | <b>ACEITO</b>   |
|  | 24 | <b>ACEITO</b>   |
|  | 33 | <b>ACEITO</b>   |
|  | 76 | <b>ACEITO</b>   |
|  | 04 | <b>ACEITO</b>   |
| <b>Proposta - (0062066294)</b><br>VISAO MATERIAL MEDICO<br>HOSPITALAR LTDA | 08 | <b>ACEITO</b>   |
|  | 17 | <b>ACEITO</b>   |
|  | 19 | <b>ACEITO</b>   |
|  | 20 | <p>Após análise detalhada do catálogo e das especificações técnicas fornecidas, verifica-se que o reanimador manual infantil apresenta as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material autoclavável</b>, permitindo esterilização por meio de autoclave, conforme exigência normativa;</li> <li>• <b>Validade indeterminada</b>, de acordo com as informações do fabricante, o que garante durabilidade e segurança no uso prolongado;</li> <li>• <b>Reservatório de oxigênio com capacidade de 1000 ml</b>, atendendo plenamente ao requisito mínimo estabelecido.</li> </ul> <p>Diante dessas conformidades, conclui-se que o produto <b>ATENDE</b>, estando apto para aquisição e utilização conforme os critérios estabelecidos no processo.</p> |
|  | 21 | <p>Após a analise detalhada do catálogo e das especificações técnicas fornecidas, conclui-se que o produto <b>ATENDE</b> integralmente às especificações técnicas exigidas.</p>   |

|   |   |
|---|---|
| 39  | ACEITO  |
| 40  | ACEITO  |
| 41  | Após a analise detalhada do catálogo e das especificações técnicas fornecidas, conclui-se que o produto ATENDE integralmente às especificações técnicas exigidas.   |
| 43  | ACEITO  |
| 51  | ACEITO  |
| 62  | ACEITO  |
| 63  | ACEITO  |
| 66  | ACEITO  |
| 67  | ACEITO  |
| <b><u>Proposta - (0062067488)</u></b><br>ALL SUPPORT COMER - DF | <p><b>Solicitação de Ajuste na Proposta – Item 9 do Termo de Referência</b></p> <p>Após reanálise da proposta apresentada, constatou-se uma inconsistência quanto ao tamanho do colar cervical ofertado. A empresa indicou o tamanho <b>GG como o item 9</b>, entretanto, conforme especificado no TR, o tamanho GG é o <b>item 8 (0057237807)</b>, sendo assim o tamanho correto do colar cervical é o <b>G</b>.</p> <p>Solicitamos, portanto, que a empresa proceda com a correção, ajustando a proposta para contemplar o colar cervical no <b>tamanho G</b>, conforme exigido.</p> <p>Ressaltamos que, conforme o catálogo da própria empresa, o colar cervical <b>tamanho G atende plenamente às especificações técnicas</b> estabelecidas no Termo de Referência.</p> |
| 09  | <p>Após a analise detalhada do catálogo e das especificações técnicas fornecidas, conclui-se que o produto ATENDE integralmente às especificações técnicas exigidas.</p>  |
| 10  | <p>Após a analise detalhada do catálogo e das especificações técnicas fornecidas, conclui-se que o produto ATENDE integralmente às especificações técnicas exigidas.</p>  |
| 11  | <p>Após a analise detalhada do catálogo e das especificações técnicas fornecidas, conclui-se que o produto ATENDE integralmente às especificações técnicas exigidas.</p>  |

|  |      |   |
|--|------|---|
|  | 15   | Após a analise detalhada do catálogo e das especificações técnicas fornecidas, conclui-se que o produto ATENDE integralmente às especificações técnicas exigidas. |
|  | 18   | Após a analise detalhada do catálogo e das especificações técnicas fornecidas, conclui-se que o produto ATENDE integralmente às especificações técnicas exigidas. |
|  | 26   | <b>ACEITO</b>   |
|  | 93   | Após a analise detalhada do catálogo e das especificações técnicas fornecidas, conclui-se que o produto ATENDE integralmente às especificações técnicas exigidas. |
| <b>Proposta - (0062073904)<br/>AMARALMED COMERCI - GO</b>  | 13   | <b>ACEITO</b>   |
|  | 52   | <b>ACEITO</b>   |
|  | 94   | <b>ACEITO</b>   |
|  | 97   | <b>ACEITO</b>   |
|  | 100  | <b>ACEITO</b>   |
|  | 23   | <b>ACEITO</b>   |
| <b>Proposta - (0062074273)<br/>ORTOPRATIKA INDUS - SP</b>  | 75   | <b>ACEITO</b>   |
|  | 28   | <b>ACEITO</b>   |
|  | 38   | <b>ACEITO</b>   |
|  | 48   | <b>ACEITO</b>   |
| <b>Proposta - (0062110068)<br/>PROLINE MATERIAL H - PR</b> | 29   | <b>ACEITO</b>   |
|  | 45   | <b>ACEITO</b>   |
|  | 46   | <b>ACEITO</b>   |
|  | 47   | <b>ACEITO</b>   |
| <b>Proposta - (0062075237)<br/>MASTERSUL EQUIPA - RS</b>   | OBS: |   |
|  |      | <b>AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - AFE</b>   |
|  |      | <b>EMPRESA NÃO ENCONTRADA - <a href="#">Consulta ANVISA</a></b>   |
|  |      | <b>Portanto, caso o licitante realmente não possua, este não poderá ser aceito.</b>   |

|   |     |  |   |
|---|-----|--|---|
| <b>Proposta - (0062075652)</b><br>SULDONORTE DISTRI - RO    | 40  | Após a analise detalhada do catálogo e das especificações técnicas fornecidas, conclui-se que o produto <b>ATENDE</b> integralmente às especificações técnicas exigidas. |   |
|   | 85  | <b>ACEITO</b>  |   |
|   | 86  | <b>ACEITO</b>  |   |
|   | 87  | <b>ACEITO</b>  |   |
|   | 99  | <b>ACEITO</b>  |   |
| <b>Proposta - (0062076165)</b><br>O.FILIZZOLA & CIA LT - SP | 49  | <b>ACEITO</b>  |   |
|   | 90  | <b>ACEITO</b>  |   |
| <b>Proposta - (0062076330)</b><br>DENTAL SAUDE LTDA - RO    | 53  | <b>ACEITO</b>  |   |
| <b>Proposta - (0062076689)</b><br>STAR COMERCIO LTDA - RO   | 55  | <b>ACEITO</b>  |   |
| <b>Proposta - (0062076842)</b><br>AC EMPREENDIMENTOS - AC   | 57  | <b>ACEITO</b>  | <p><b>OBS:</b></p> <p><b>AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - AFE</b></p> <p>EMPRESA NÃO ENCONTRADA - <a href="#">Consulta ANVISA</a></p> |
|   | 80  | <b>ACEITO</b>  |   |
|   | 102 | <b>ACEITO</b>  | <p>Portanto, caso o licitante realmente não possua, este não poderá ser aceito.</p>   |
| <b>Proposta - (0062089671)</b><br>JONATAS DOS SANTOS - GO   | 61  | <b>ACEITO</b>  | <p><b>OBS:</b></p> <p><b>AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - AFE</b></p> <p>EMPRESA NÃO ENCONTRADA - <a href="#">Consulta ANVISA</a></p> |
|   |     |  | <p>Portanto, caso o licitante realmente não possua, este não poderá ser aceito.</p>   |
| <b>Proposta - (0062095141)</b><br>EQUIMED EQUIPAMENTOS - PR | 65  | <b>ACEITO</b>  |   |
| <b>Proposta - (0062095451)</b><br>ARMADA ARTIGOS MI - DF    | 68  | Após a analise detalhada do catálogo e das especificações técnicas fornecidas, conclui-se que o produto <b>ATENDE</b> integralmente às especificações técnicas exigidas. |   |
|   | 95  | Após a analise detalhada do catálogo e das especificações técnicas fornecidas, conclui-se que o produto <b>ATENDE</b>  |   |

integralmente às especificações técnicas exigidas.

|  |    |        |
|--|----|--------|
|  |    |        |
| <u>Proposta - (0062095683)</u><br>ALL SOLUTIONS MEDI             | 71 | ACEITO |
|  | 73 | ACEITO |
| <u>Proposta - (0062095802)</u><br>MAXLAB PRODUTOS - GO           | 78 | ACEITO |
|  | 79 | ACEITO |
| <u>Proposta - (0062098737)</u><br>ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA - SP | 77 | ACEITO |
| <u>Proposta - (0062099040)</u><br>HAND LIFE SUPRIMENTOS - MG     | 81 | ACEITO |

#### 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

4.1. Ressalta-se que a presente análise possui caráter meramente formal, estando integralmente fundamentada nas manifestações técnicas emitidas pela comissão especializada, já registradas nas alíneas "e" e "f" do item 1 deste documento.

4.2. Entretanto, no que tange a coluna referente a "**AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (AFE) E/OU AUTORIZAÇÃO ESPECIAL (AE)**", informamos que as consultas foram realizadas através do link [Funcionamento de Empresa Nacional - ANVISA](#).

Porto Velho-RO, data e hora da assinatura eletrônica.

**JHONATHAN ENDRISSON SANTOS FERREIRA - CB BM**

Assessor na Seção de Compras - CPOF/CBMRO

**JEUDE DE OLIVEIRA MACEDO - STEN BM**

Chefe da Seção de Compras - CPOF/CBMRO  
Portaria nº 668 de 11/06/2024 - DOE nº 108/2024



Documento assinado eletronicamente por **Jhonathan Endrisson Santos Ferreira, Cabo**, em 15/08/2025, às 10:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **JEUDE DE OLIVEIRA MACEDO, Chefe de Unidade**, em 15/08/2025, às 10:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0062846892** e o código CRC **78D132BE**.

---

**Referência:** Caso responda esta Análise, indicar expressamente o Processo nº 0004.004036/2023-27

SEI nº 0062846892