



RONDÔNIA
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 27/2025/SESAU-SLPM

De: **SESAU - SLPM**

Para: **SUPEL - COSAU4**

Processo Nº: 0036.054992/2024-63

Assunto: **Parecer Técnico Farmacêutico.**

Considerando os Ofício nº 6018, protocolados sob os SEI nº 0064299002 , respectivamente, os quais solicitam análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90355/2025, esta **Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM)**, por meio do **Núcleo de Processos Licitatórios (NPL)**, apresenta o seguinte parecer:

1.

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.054992/2024-63						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90355/2025 /SUPEL/RO/ SONDAS II.						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRITIVO	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MÓDELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE

RESALVA AO ITEM 21 NO PARECER TÉCNICO (0064199657)

Constatou-se equívoco na análise constante do Item 21 do Parecer Técnico nº 0064199657, uma vez que foi avaliado indevidamente o Item **ID: 2674** , o qual não corresponde ao item efetivamente solicitado no Termo de Referência (0063167090), na SAMS (0061029954) e Proposta Comercial Alamo Distribuidora (0063822801). no item 21 do parecer.

Dessa forma, onde se lê:

21	ID: 2674 - SONDA NASOGÁSTRICA/OROGÁSTRICA Nº 04: , MODELO: LEVINE. MATERIAL: SILICONE. CALIBRE: Nº 04, TAMANHO: CURTA. COMPRIMENTO: CERCA DE 50 CM. CONECTOR PADRÃO COM TAMPA. COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA C ORIFÍCIOS LATERAIS. ESTERELIDADE, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR	GLOMED	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80273459013 , o qual atende ao descritivo exigido.
----	--	-------------	---------------------------------------	--------	---------------	------	--

Leia-se corretamente:

21	ID: 1660 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA E ESTÉRIL. A	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR	GLOMED	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA
----	---	-------------	---------------------------------------	--------	---------------	------	---

EMBALAGEM DEVE SER INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE; NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.					sob o nº 80273459013 , o qual atende ao descritivo exigido
---	--	--	--	--	--

2.

DA CONCLUSÃO:

Dante do equívoco identificado na análise do Item 21 do Parecer Técnico nº 0064199657, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos, por meio do Núcleo de Processos Licitatórios, considerando o item correto constante no Termo de Referência, na SAMS e na Proposta Comercial da Álamo Distribuidora, declarando **apta** a proposta apresentada por esta empresa.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.054992/2024-63						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90355/2025 /SUPEL/RO/ SONDAS II.						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRITIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
23	ID: 10115 - SONDA ESOFÁGICA SENGSTAKEN BLAKEMORE INFANTIL Nº 12 (INDICADA PARA HEMORRAGIAS ESOFÁGICAS) COMPOSTA EM SUA TOTALIDADE EM BORRACHA VULCANIZADA SILICONIZADA, COM 65 CM DE COMPRIMENTO, 2 BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL. A EMBALAGEM DEVE SER INDIVIDUAL, ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE; NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	JS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	BCI MEDICAL	10297020056	INAPTO	Apresentou prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que a marca não atende ao tamanho especificado, assim sendo, não atende ao descritivo exigido.
24	ID: 1642 - SONDA ESOFÁGICA SENGSTAKEN BLAKEMORE INFANTIL Nº 14 (INDICADA PARA HEMORRAGIAS ESOFÁGICAS) COMPOSTA EM SUA TOTALIDADE EM BORRACHA VULCANIZADA SILICONIZADA, COM 65 CM DE COMPRIMENTO, 2 BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL. A EMBALAGEM DEVE SER INDIVIDUAL, ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE; NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	BCI MEDICAL - PVC	10297020056	INAPTO	Apresentou prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que a marca não atende ao tamanho especificado, assim sendo, não atende ao descritivo exigido.
31	ID: 8156 - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) NEONATAL CONFECIONADA EM SILICONE OU POLIURETANO Nº 05 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX OU NYLON. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE,	JS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	SOLUMED	80019160013	INAPTO	Apresentou prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Entretanto, em pesquisa ao registro ANVISA, não há comprovação da disponibilidade da sonda no tamanho nº 05, conforme exigido. A documentação consultada não especifica o tamanho, portanto, não atende ao descritivo exigido.

		ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.					
	72	ID: 8116 -SONDA PARA GASTROSTOMIA N. 12 , 2 VIAS, EM SILICONE, BALÃO CAPACIDADE 5ML . DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	VITA	10296909031	INAPTO	Foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Entretanto, após pesquisa nos sites relacionados ao produto, verificou-se que não constam especificações referentes à SONDA PARA GASTROSTOMIA N° 12, 2 VIAS, não atendendo, portanto, ao descriptivo exigido
	73	ID: 10366 - SONDA PARA GASTROSTOMIA N 14, 2VIAS, EM SILICONE, BALÃO CAPACIDADE 5 ML . DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	VITAL	Não informado	INAPTO	Foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Entretanto, após pesquisa nos sites relacionados ao produto, verificou-se que não constam especificações referentes à SONDA PARA GASTROSTOMIA N° 14, 2 VIAS, não atendendo, portanto, ao descriptivo exigido
23	74	ID: 10115 - SONDA ESOFÁGICA SENGSTAKEN BLAKEMORE INFANTIL Nº 12 (INDICADA PARA HEMORRAGIAS ESOFÁGICAS) COMPOSTA EM SUA TOTALIDADE EM BORRACHA VULCANIZADA SILICONIZADA, COM 65 CM DE COMPRIMENTO, 2 BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL. A EMBALAGEM DEVE SER INDIVIDUAL, ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE; NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	JS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	BCI MEDICAL	10297020056	INAPTO	Apresentou prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que a marca não atende ao tamanho especificado, assim sendo, não atende ao descriptivo exigido.
24	75	ID: 1642 - SONDA ESOFÁGICA SENGSTAKEN BLAKEMORE INFANTIL Nº 14 (INDICADA PARA HEMORRAGIAS ESOFÁGICAS) COMPOSTA EM SUA TOTALIDADE EM BORRACHA VULCANIZADA SILICONIZADA, COM 65 CM DE COMPRIMENTO, 2 BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL. A EMBALAGEM DEVE SER INDIVIDUAL, ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE; NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	CRUZEL COMERCIAL	BCI MEDICAL	10297020056	INAPTO	Apresentou prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que a marca não atende ao tamanho especificado, assim sendo, não atende ao descriptivo exigido.
72	78	ID: 8116 -SONDA PARA GASTROSTOMIA N. 12 , 2 VIAS, EM SILICONE, BALÃO CAPACIDADE 5ML . DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.	CRUZEL COMERCIAL	MEDIKA/BEIJING	10289689050	INAPTO	Foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Entretanto, após pesquisa nos sites relacionados ao produto, verificou-se que não constam especificações referentes à SONDA PARA GASTROSTOMIA N° 12, 2 VIAS, não atendendo, portanto, ao descriptivo exigido
73	79	ID: 10366 - SONDA PARA GASTROSTOMIA N 14, 2VIAS, EM SILICONE, BALÃO CAPACIDADE 5 ML . DEVERÁ	CRUZEL COMERCIAL	MEDIKA/BEIJING	10289689050	INAPTO	Foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Entretanto, após

	CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			pesquisa nos sites relacionados ao produto, verificou-se que não constam especificações referentes à SONDA PARA GASTROSTOMIA N° 14, 2 VIAS, não atendendo, portanto, ao descriptivo exigido
--	---	--	--	---

3.

DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertados pelas empresas/licitantes, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, estão **em desacordo** com o solicitado por esta administração, declaramos **inaptas**, as propostas ofertada pelas empresas.

Para Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica Analista

Licitação de Produtos Médicos Gerais

SESAU-CGPM/RO

SESAU
Secretaria de Estado
da Saúde

RONDÔNIA
Governo do Estado



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 16/09/2025, às 18:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0064455666** e o código CRC **DE21139F**.