



RONDÔNIA
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 12/2025/SESAU-SLPM

De: **SESAU-CGPMNPL**

Para: **SESAU-GAB**

Processo n.º: 0036.034344/2024-91

Assunto: **Parecer Técnico Farmacêutico.**

Senhor Secretário de Estado da Saúde de Rondônia,

Considerando os Ofício nº 5607 protocolados sob os SEI nº0063926407, respectivamente, os quais solicitam análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90234/2025, esta **Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM)**, por meio do **Núcleo de Processos Licitatórios (NPL)**, apresenta o seguinte parecer:

1. **ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS:**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.034344/2024-91.						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025/SUPEL/RO - EQUIPOS E LINHAS ARTERIAIS.						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRITIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA

5	ID: 8686 - TUBO EXTENSOR DE LINHA DE INFUSÃO, ESPESSURA 8 FR, 20 CM DE COMPRIMENTO, CONECTA O EQUIPO AO DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO. COM CONECTOR LUER LOCK FÊMEA PROXIMAL, TAMPA ROSQUEAVEL, TUBO EXTENSOR EM PVC, CONECTOR MACHO LUER SLIP OU LOCK REVERSÍVEL COM TAMPA, PROPICIA CONFORMO E LIBERDADE DE MOVIMENTO E CONTROLE DE VOLUME RESIDUAL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	VR HOSPITALAR	TKL	Não informado	APTA	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, conforme verificado em pesquisa no site do fabricante, o produto possui o registro nº 80288090105 , o qual atende ao descriptivo exigido."
---	--	---------------	-----	---------------	------	--

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica Analista

Llicitação de Produtos Médicos Gerais

SESAU-CGPM/RO

PORTARIA - 0063299192

GEORGINA MARTINS DOS SANTOS

Técnica de Enfermagem - CGPM/SESAU-RO

PORTARIA - 0063299192

2.

DA CONCLUSÃO:

Informamos que realizamos a Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pelas empresas/licitantes, considerando as especificações técnicas, registro sanitário e a análise de catálogo, prospecto ou folder do material/produto solicitado no Termo de Referência e no Edital.

Após a análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025/COSAU2/RO**, informamos que a proposta ofertada pela empresa/licitante está **DE ACORDO** com o solicitado por esta Administração. Dessa forma, declaramos **APTA** a proposta apresentada pela referida empresa.



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 04/09/2025, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0063996881** e o código CRC **CFC7CFB3**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.034344/2024-91

SEI nº 0063996881



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
 SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 17/2025/SESAU-SLPM

De: **SESAU - SLPM**
 Para: **SUPEL - COSAU3**
 Processo Nº: 0036.034344/2024-91
 Assunto: **Parecer Técnico Farmacêutico.**

Considerando os Ofício nº 3843, protocolados sob os SEI nº 0062182549, respectivamente, os quais solicitam análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90009/2025, esta **Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM)**, por meio do **Núcleo de Processos Licitatórios (NPL)**, apresenta o seguinte parecer:

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0036.034344/2024-91						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025/SUPEL/RO - EQUIPOS E LINHAS ARTERIAIS.						
Objetivo: Análise do material ofertado pela empresa licitante para se possa avaliar se atende às especificações técnicas, requisitos de qualidade, registro sanitário e/ou outros que se fizerem necessários, previstos no Termo de Referência, para que não hajam aquisições e futuras entregas em desacordo com o solicitado no descriptivo do Instrumento Convocatório.						
Método: Análise comparativa da proposta da empresa licitante com o descriptivo do Instrumento Convocatório, em relação as especificações técnicas e características dos produtos, bem como a verificação do registro dos mesmos nos órgãos de regulação. Para tanto, a empresa licitante, deverá apresentar: Ficha técnica, prospecto e/ou catálogo, com os descriptivos técnicos detalhados e imagem do produto ofertado.						
ITEM	DESCRITIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
38	<p>ID: 7230 - EQUIPO PAM (TRANSDUTOR DE PRESSÃO ARTERIAL OU SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO). KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL, COMPOSTO DE: 01 (UM) TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL; 01 (UM) EQUIPO DE SORO SIMPLES; 01 (UM) DISPOSITIVO DE FLUXO CONTÍNUO, 3ML/H; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 120CM; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 30CM; 02 (DUAS) TORNEIRAS DE 3 VIAS E 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS NÃO PERFURADAS. O KIT TRANSDUTOR DEVERÁ APRESENTAR CONEXÃO COMPATÍVEL COM O CABO QUE CONECTA AO APARELHO MONITOR DA MARCA DIXITAL. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	JR COMÉRCIO DE FIOS (0061744625)	MEDEX / MODELO/VERSÃO: MX9604A	80228990023	INAPTO	Após análise da amostra realizada pelo setor HB-GMAN (Engenharia Clínica), conforme despacho 0064030892, concluiu-se que o produto não é compatível com os equipamentos presentes na unidade.
39	<p>ID: 3003230 - EQUIPO PAM (TRANSDUTOR DE PRESSÃO ARTERIAL OU SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO). KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL, COMPOSTO DE: 01 (UM) TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL; 01 (UM) EQUIPO DE SORO SIMPLES; 01 (UM) DISPOSITIVO DE FLUXO CONTÍNUO, 3ML/H; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 120CM; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 30CM; 02 (DUAS) TORNEIRAS DE 3 VIAS E 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS NÃO PERFURADAS. O KIT TRANSDUTOR DEVERÁ APRESENTAR CONEXÃO COMPATÍVEL COM O CABO QUE CONECTA AO APARELHO MONITOR DA MARCA PHILLIPS. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	JR COMÉRCIO DE FIOS (0061744625)	MEDEX / MODELO/VERSÃO: MX9604A	80228990023	INAPTO	Após análise da amostra realizada pelo setor HB-GMAN (Engenharia Clínica), conforme despacho 0064030892, concluiu-se que o produto não é compatível com os equipamentos presentes na unidade.
40	<p>ID: 3003231- EQUIPO PAM (TRANSDUTOR DE PRESSÃO ARTERIAL OU SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO). KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL, COMPOSTO DE: 01 (UM) TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL; 01 (UM) EQUIPO DE SORO SIMPLES; 01 (UM) DISPOSITIVO DE FLUXO CONTÍNUO, 3ML/H; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 120CM; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 30CM; 02 (DUAS) TORNEIRAS DE 3 VIAS E 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS NÃO PERFURADAS. O KIT TRANSDUTOR DEVERÁ APRESENTAR CONEXÃO COMPATÍVEL COM O CABO QUE CONECTA AO APARELHO MONITOR DA MARCA PROLIFE. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	JR COMÉRCIO DE FIOS (0061744625)	MEDEX / MODELO/VERSÃO: MX9604A	80228990023	APTO	Após análise da amostra feita pelo setor HB-GMAN (Engenharia Clínica), de acordo com despacho 0064030892.
41	<p>ID: 3003232- EQUIPO PAM (TRANSDUTOR DE PRESSÃO ARTERIAL OU SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO). KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL, COMPOSTO DE: 01 (UM) TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL; 01 (UM) EQUIPO DE SORO SIMPLES; 01 (UM) DISPOSITIVO DE FLUXO CONTÍNUO, 3ML/H; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 120CM; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 30CM; 02 (DUAS) TORNEIRAS DE 3 VIAS E 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS NÃO PERFURADAS. O KIT TRANSDUTOR DEVERÁ APRESENTAR CONEXÃO COMPATÍVEL COM O CABO QUE CONECTA AO APARELHO MONITOR DA MARCA LIFEMED. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	JR COMÉRCIO DE FIOS (0061744625)	MEDEX / MODELO/VERSÃO: MX9604A	80228990023	APTA	Após análise da amostra feita pelo setor HB-GMAN (Engenharia Clínica), de acordo com despacho 0064030892.
42	<p>ID: 3003233 - EQUIPO PAM (TRANSDUTOR DE PRESSÃO ARTERIAL OU SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO). KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL, COMPOSTO DE: 01 (UM) TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL; 01 (UM) EQUIPO DE SORO SIMPLES; 01 (UM) DISPOSITIVO DE FLUXO CONTÍNUO, 3ML/H; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 120CM; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 30CM; 02 (DUAS) TORNEIRAS DE 3 VIAS E 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS NÃO PERFURADAS. O KIT TRANSDUTOR DEVERÁ APRESENTAR CONEXÃO COMPATÍVEL COM O CABO QUE CONECTA AO APARELHO</p>	JR COMÉRCIO DE FIOS(0061744625)	MEDEX / MODELO/VERSÃO: MX9604A	80228990023	APTA	Após análise da amostra feita pelo setor HB-GMAN (Engenharia Clínica), de acordo com despacho 0064030892.

	MONITOR DA MARCA MYNDRAY. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.					
43	ID: 3003234 - EQUIPO PAM (TRANSDUTOR DE PRESSÃO ARTERIAL OU SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE PRESSÃO). KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL, COMPOSTO DE: 01 (UM) TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL; 01 (UM) EQUIPO DE SORO SIMPLES; 01 (UM) DISPOSITIVO DE FLUXO CONTÍNUO, 3ML/H; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 120CM; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 30CM; 02 (DUAS) TORNEIRAS DE 3 VIAS E 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS NÃO PERFURADAS. O KIT TRANSDUTOR DEVERÁ APRESENTAR CONEXÃO COMPATÍVEL COM O CABO QUE CONECTA AO APARELHO MONITOR DA MARCA DRAGER. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	JR COMÉRCIO DE FIOS (0061744625)	MEDEX / MODELO/VERSAO: MX9604A	80228990023	APTO	Após análise da amostra feita pelo setor HB-GMAN (Engenharia Clínica), de acordo com despacho 0064030892.
44	ID: 3003235 - EQUIPO PAM (TRANSDUTOR DE PRESSÃO ARTERIAL OU SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE PRESSÃO). KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL, COMPOSTO DE: 01 (UM) TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL; 01 (UM) EQUIPO DE SORO SIMPLES; 01 (UM) DISPOSITIVO DE FLUXO CONTÍNUO, 3ML/H; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 120CM; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 30CM; 02 (DUAS) TORNEIRAS DE 3 VIAS E 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS NÃO PERFURADAS. O KIT TRANSDUTOR DEVERÁ APRESENTAR CONEXÃO COMPATÍVEL COM O CABO QUE CONECTA AO APARELHO MONITOR DA MARCA WORLD, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	JR COMÉRCIO DE FIOS (0061744625)	MEDEX / MODELO/VERSAO: MX9604A	80228990023	INAPTO	O acessório mencionado não apresenta compatibilidade com os monitores multiparamétricos, utilizados nesta unidade de saúde, como os da marca PROLIFE, maioria em uso nesta instituição, impossibilitando sua correta conexão e funcionamento. conforme Despacho HEURO-GENF 0063590392
57 E COTA DO 38	ID: 7230 - EQUIPO PAM (TRANSDUTOR DE PRESSÃO ARTERIAL OU SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO). KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL, COMPOSTO DE: 01 (UM) TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL; 01 (UM) EQUIPO DE SORO SIMPLES; 01 (UM) DISPOSITIVO DE FLUXO CONTÍNUO, 3ML/H; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 120CM; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 30CM; 02 (DUAS) TORNEIRAS DE 3 VIAS E 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS NÃO PERFURADAS. O KIT TRANSDUTOR DEVERÁ APRESENTAR CONEXÃO COMPATÍVEL COM O CABO QUE CONECTA AO APARELHO MONITOR DA MARCA DIXTAL. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	JR COMÉRCIO DE FIOS (0061744625)	MEDEX / MODELO/VERSAO: MX9604A	80228990023	INAPTO	Após análise da amostra realizada pelo setor HB-GMAN (Engenharia Clínica), conforme despacho 0064030892, conclui-se que o produto não é compatível com os equipamentos presentes na unidade.
58 E COTA DO 39	ID: 3003230 - EQUIPO PAM (TRANSDUTOR DE PRESSÃO ARTERIAL OU SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO). KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL, COMPOSTO DE: 01 (UM) TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL; 01 (UM) EQUIPO DE SORO SIMPLES; 01 (UM) DISPOSITIVO DE FLUXO CONTÍNUO, 3ML/H; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 120CM; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 30CM; 02 (DUAS) TORNEIRAS DE 3 VIAS E 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS NÃO PERFURADAS. O KIT TRANSDUTOR DEVERÁ APRESENTAR CONEXÃO COMPATÍVEL COM O CABO QUE CONECTA AO APARELHO MONITOR DA MARCA PHILLIPS. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	JR COMÉRCIO DE FIOS (0061744625)	MEDEX / MODELO/VERSAO: MX9604A	80228990023	NAPTO	Após análise da amostra realizada pelo setor HB-GMAN (Engenharia Clínica), conforme despacho 0064030892, conclui-se que o produto não é compatível com os equipamentos presentes na unidade.
59 E COTA DO 40	ID: 3003231- EQUIPO PAM (TRANSDUTOR DE PRESSÃO ARTERIAL OU SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO). KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL, COMPOSTO DE: 01 (UM) TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL; 01 (UM) EQUIPO DE SORO SIMPLES; 01 (UM) DISPOSITIVO DE FLUXO CONTÍNUO, 3ML/H; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 120CM; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 30CM; 02 (DUAS) TORNEIRAS DE 3 VIAS E 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS NÃO PERFURADAS. O KIT TRANSDUTOR DEVERÁ APRESENTAR CONEXÃO COMPATÍVEL COM O CABO QUE CONECTA AO APARELHO MONITOR DA MARCA PROLIFE. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	JR COMÉRCIO DE FIOS (0061744625)	MEDEX / MODELO/VERSAO: MX9604A	80228990023	APTA	Após análise da amostra feita pelo setor HB-GMAN (Engenharia Clínica), de acordo com despacho 0064030892.
60 E COTA DO 41	ID: 3003232- EQUIPO PAM (TRANSDUTOR DE PRESSÃO ARTERIAL OU SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO). KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL, COMPOSTO DE: 01 (UM) TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL; 01 (UM) EQUIPO DE SORO SIMPLES; 01 (UM) DISPOSITIVO DE FLUXO CONTÍNUO, 3ML/H; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 120CM; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 30CM; 02 (DUAS) TORNEIRAS DE 3 VIAS E 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS NÃO PERFURADAS. O KIT TRANSDUTOR DEVERÁ APRESENTAR CONEXÃO COMPATÍVEL COM O CABO QUE CONECTA AO APARELHO MONITOR DA MARCA LIFEMED. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	J & A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES (0061744551)	BIOMED	Não informado	APTA	Após análise da amostra feita pelo setor HB-GMAN (Engenharia Clínica), de acordo com despacho 0064030892.
61 E COTA DO 42	ID: 3003233 - EQUIPO PAM (TRANSDUTOR DE PRESSÃO ARTERIAL OU SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO). KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL, COMPOSTO DE: 01 (UM) TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL; 01 (UM) EQUIPO DE SORO SIMPLES; 01 (UM) DISPOSITIVO DE FLUXO CONTÍNUO, 3ML/H; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 120CM; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 30CM; 02 (DUAS) TORNEIRAS DE 3 VIAS E 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS NÃO PERFURADAS. O KIT TRANSDUTOR DEVERÁ APRESENTAR CONEXÃO COMPATÍVEL COM O CABO QUE CONECTA AO APARELHO MONITOR DA MARCA MYNDRAY. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	J & A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES (0061744551)	BIOMED	Não informado	APTA	Após análise da amostra feita pelo setor HB-GMAN (Engenharia Clínica), de acordo com despacho 0064030892.
62 E COTA DO 43	ID: 3003234 - EQUIPO PAM (TRANSDUTOR DE PRESSÃO ARTERIAL OU SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO). KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL, COMPOSTO DE: 01 (UM) TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL; 01 (UM) EQUIPO DE SORO SIMPLES; 01 (UM) DISPOSITIVO DE FLUXO CONTÍNUO, 3ML/H; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 120CM; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 30CM; 02 (DUAS) TORNEIRAS DE 3 VIAS E 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS NÃO PERFURADAS. O KIT TRANSDUTOR DEVERÁ APRESENTAR CONEXÃO COMPATÍVEL COM O CABO QUE CONECTA AO APARELHO MONITOR DA MARCA DRAGER. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	J & A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES (0061744551)	BIOMED	Não informado	APTA	Após análise da amostra feita pelo setor HB-GMAN (Engenharia Clínica), de acordo com despacho 0064030892.

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica Analista
Lição de Produtos Médicos Gerais
SESAU-CGPM/RO

2. DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertados pelas empresas/licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está em desacordo com o solicitado por esta administração, declaramos inaptas, as propostas ofertada pela empresa , para os itens:

Considerando que as amostras foram enviadas pelos fornecedores **JR Comércio de Fios, J & A Comércio e a empresa Representações de Produtos Médico-Hospitalares**, e analisadas pelo setor HB-GMAN (Engenharia Clínica), conforme o Despacho nº 0064030892.

Informo-vos que as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTA**, as propostas ofertadas pelas empresas.

Para Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 10/09/2025, às 08:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0064206996** e o código CRC **2CEB0B63**.