



RONDÔNIA
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM SAÚDE - SESAU-CEAS

Parecer nº 179/2025/SESAU-CEAS

1. ASSUNTO

O presente parecer tem como finalidade apresentar uma análise técnica quanto ao atendimento, por parte das empresas avaliadas, aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência 0059195825. As empresas analisadas são:

EMPRESAS	ITENS	DOCUMENTO, ID.
FISIOLIFE SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	7	0063199133
SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA	25	0063266909

Os itens de hotelaria hospitalar, tem como objetivo atender o planejamento das ações das unidades, LACEN/RO, HOSPITAL REGIONAL DE BURITIS, Assistência Médica Intensiva AMI-24H, HEURO - Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal, Hospital de Retaguarda de Rondônia, Laboratório Estadual de Patologia e Análises Clínicas, POLICLÍNICA OSWALDO CRUZ - POC/SESAU, Serviço de assistência Multidisciplinar domiciliar-SAMD, Hospital Regional de São Francisco do Guaporé - HRSF, João Paulo II, CEMETRON, HOSPITAL REGIONAL DE EXTREMA, Hospital Infantil Cosme e Damião - HICD, HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL, Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HBAP.

A referência para análise consta no Termo de Referência (0059195825).

A documentação analisada foi encaminhada pelo Despacho 0063299312.

2. ANÁLISE TÉCNICA

ITEM	ID SEI	OBJETO	Descrição Termo de Referência (0059195825)	Descrição da Proposta - Marca/Modelo	Análise	Observação
7	0063199133	CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS (ADULTO) TIPO PADRAO	<ul style="list-style-type: none">• Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual; Tipo construtivo: dobrável;• Material estrutura: aço carbono ou alumínio;• Acabamento estrutura: pintura epóxi;• Tipo de uso: locomoção;• Tamanho: adulto;• Apoio braço: apoio braços fixos;• Acabamento do encosto e assento: encosto e assento em nylon; Apoio pernas: elevação de pernas;• Apoio panturrilha;• Tipo de pneu: pneus dianteiros maciços;• Tipo pneu traseiro: traseiro maciço;• Tipo freio: freio bilateral; Apoio pés: apoio pés removível;• Capacidade máxima: até 250 kg• CATÁLOGO/FOLDERS/ENCARTE/FOLHETO TÉCNICO: Deverá apresentar o FOLDERS/ENCARTES/ FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS.	MARCA: ORTOMOBIL/MA3FO + ELEVAÇÃO DE PERNAS	NÃO ATENDE	<p>Capacidade carga inferior ao requerido.</p> <p>Ofertado : 200 kg</p> <p>Solicitado: 250 kg.</p> <p>Link: https://ortomobil.com.br/cadeira-de-rodas-ortomobil-ma3fo.html</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • Retrátil Móvel de 03 Placas em Policarbonatos; • Face modular fabricada em perfil de alumínio extrudado; • Perfil de dobradiça, localizado entre todas as faces modulares que compõe os Biombo; • Perfil da coluna da base, localizado entre as placas modulares que compõe o Biombo; • Placa de fechamento da face modular com espessura de mínima de 2mm em policarbonato na cor branca; • Puxador frontal anatômico embutido no policarbonato; • Eixo de rotação das faces, com forma de engrenagens macho e fêmea, com 360 graus de giro, com 6 rodízios com freio; • CATÁLOGO/FOLDERS/ENCARTE/FOLHETO TÉCNICO: Deverá apresentar o FOLDERS/ENCARTES/ FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS especificado na proposta de preços. 	MARCA: Vagalumy MODELO: BIV-03	NÃO ATENDE	<p>Não atende:</p> <p>* Não há painéis, pois é utilizado tecido de algodão, quando foi solicitado painéis em policarbonato;</p> <p>* Não tem: Puxador frontal anatômico embutido no policarbonato; Perfil de dobradiça, localizado entre todas as faces modulares que compõe os Biombo; Perfil da coluna da base, localizado entre as placas modulares que compõe o Biombo; Placa de fechamento da face modular com espessura de mínima de 2mm em policarbonato na cor branca;</p>
25	0063266909	BIOMBO MÓVEL FECHA LEITO				

A análise fora devidamente realizada mediante as especificações das propostas apresentadas, apresentação de CATÁLOGO/FOLDERS/ENCARTE/FOLHETO TÉCNICO, segundo os parâmetros do Termo de Referência (0058579763).

3. CONCLUSÃO

Pelo exposto, tem-se a seguinte conclusão acerca das propostas apresentadas:

EMPRESAS	ITENS	DOCUMENTO, ID.	ANÁLISE
FISIOLIFE SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	7	0063199133	NÃO ATENDE
SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA	25	0063266909	NÃO ATENDE

Este parecer se limita à análise técnica das especificações dos itens e das propostas apresentadas, tomando como base apenas as documentações constantes nos autos e consulta aos link's informados.

É o parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho, data e hora do sistema.

THIAGO DO CARMO BRASIL
 Coordenador de Engenharia e Arquitetura em Saúde
 Nomeado pelo Decreto 108021/2025 (0062747554)
 Eng. Eletricista | Eng. Clínico
 CREA/RO 19777 - D



Documento assinado eletronicamente por Thiago do Carmo Brasil, Coordenador(a), em 21/08/2025, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0063536086** e o código CRC **B79F70E0**.