

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 11/2025/SESAU-SLPM

De: **SESAU - SLPM**Para: **SUPEL - COSAU2**

Processo Nº: 0036.002324/2025-31

Assunto: **Parecer Técnico Farmacêutico.**

Considerando os Ofício nº 5052 protocolados sob os SEI nº 0063313412, respectivamente, os quais solicitam análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90275/2025, esta **Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM)**, por meio do **Núcleo de Processos Licitatórios (NPL)**, apresenta o seguinte parecer:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA+B2:I16							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.002324/2025-31							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90275/2025 /RO/CÂNULAS.							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRITIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
3	ID: 10353 - FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO DA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	HOSPHOP PRODUTOS HOSPITALARES	FRADEL	80039960022	APTO	Foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa ao catálogo e ao site ANVISA, verificou-se que o produto atende ao desritivo exigido.

6	ID: 4940 - DRENO DE SUCÇÃO 4,8 MM - PARA DRENAGEM DE SECREÇÕES. MULTIPERFURADO, EM PVC ATÓXICO, APRESENTA TRÊS MEDIDAS DIFERENTES DE DIÂMETRO DO INTRODUTOR, EM AÇO INOXIDÁVEL. COM BOMBA DE SUCÇÃO SANFONADA, COM CAPACIDADE DE ATÉ 600ML, INTRODUTOR METÁLICO COM PONTA PERFORANTE, ALÇA PARA TRANSPORTE, CONECTOR COM 3 VIAS, ESTÉRIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR	GLOMED	Não informado	INAPTO	Não foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no catálogo e no site do fabricante, que o produto possui sistema de duas vias, o que não atende ao descriptivo exigido.
15	ID: 926 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EG. PARA PACIENTES COM PESO ACIMA DE 80 QUILOS, COMPOSTA POR MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, COM SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, CINTURA AJUSTÁVEL DE 150 A 160 CM, COM RECORTES NAS PERNAS, DE 2 A 4 ELÁSTICOS COM BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO, TIRAS LATERAIS PARA BOA FIXAÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	PGB FORNECIMENTOS	maxi confort	Não informado	APTO	Foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa ao catálogo e ao site ANVISA, verificou-se que o produto atende ao descriptivo exigido.
16	ID: 2276 - ABSORVENTE HIGIÊNICO, USO HOSPITALAR, CONFECIONADO EM MATERIAL FIBRA DE CELULOSE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 54 CM DE COMPRIMENTO E 14 DE LARGURA, ALOGÊNICO ATÓXICO, COM GEL ABSORVENTE, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR	KAIROS	Não informado	INAPTO	Não foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Após pesquisa no catálogo, site oficial e outras fontes confiáveis, verificou-se que a marca Kairos não apresenta absorventes higiênicos hospitalares com dimensões aproximadas de 54 cm de comprimento e 14 cm de largura que atendam ao descriptivo exigido.
19	ID: 8502 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	JS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	Point Suture	10155530018	INAPTO	Não foi apresentado prospecto/folder do produto na proposta comercial. Após pesquisa no site da ANVISA, constatou-se que o produto não possui cobertura antisséptica com eficácia comprovada contra patógenos do sítio cirúrgico, conforme estudo científico em humanos, não atendendo ao descriptivo exigido. Solicita-se correção.
28	ID: 8081 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CÍRCULO TRIANGULAR PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 3,64 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	JS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	Point Suture	10155530014	INAPTO	Não foi apresentado prospecto/folder do produto na proposta comercial. Após pesquisa no site da ANVISA, constatou-se que o produto não possui cobertura antisséptica com eficácia comprovada contra patógenos do sítio cirúrgico, conforme estudo científico em humanos, não atendendo ao descriptivo exigido. Solicita-se correção.
29	ID: 5766 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO	1ª Colocada	IMPORT SERVICE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	Polysuture	80052020050	INAPTO	Não foi apresentado prospecto/folder do produto na proposta comercial. Após pesquisa no site da ANVISA, constatou-se que o produto não possui cobertura antisséptica com eficácia comprovada contra patógenos do sítio cirúrgico, conforme estudo científico em humanos, não atendendo ao descriptivo exigido. Solicita-se correção.

	RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						
30	ID: 830 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE	BIOLINE	Não informado	INAPTO	Não foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Após pesquisa no catálogo disponível no site, verificou-se que a agulha apresenta comprimento de 15 mm, o que não está conforme o descritivo exigido, que especifica comprimento da agulha de 17 mm.
33	ID: 6692 - FIO POLIGLACTINA 910, INCOLOR DE RÁPIDA ABSORÇÃO, DIÂMETRO 5-0, COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO, PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 13 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR	SHALON	Não informado	INAPTO	Não foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Após pesquisa no catálogo disponível no site, verificou-se que a agulha apresenta comprimento de 15 mm, o que não está conforme o descritivo exigido, que especifica comprimento da agulha de 13 mm.
34	ID: 6679 - KIT OBSTETRÍCIA, EM UM ÚNICO ENVELOPE, CONTENDO 3 FIOS AGULHADOS SENDO: 1 FIO CATGUT CROMADO DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE DE 30 MM E CURVATURA DE 3/8, 1 FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 40MM E 1 FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 48 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	SULDONORTE DISTRIBUIDORA	Shalon C420MR40	10243410010	INAPTO	O fornecedor não apresentou prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site do fabricante e no registro da ANVISA, verificou-se que o produto ofertado não possui agulha cilíndrica de 48 mm, conforme exigido nas especificações.
35	ID: 8442 - FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM UROLOGIA, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR	SHALON	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, conforme verificado em pesquisa no site do fabricante, o produto possui o registro nº 10243410012, o qual atende ao descritivo exigido.

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica Analista
 Licitação de Produtos Médicos Gerais
 SESAU-CGPM/RO
 PORTARIA - 0063299192

GEORGINA MARTINS DOS SANTOS

Técnica de Enfermagem - CGPM/SESAU-RO

PORTARIA - 0063299192

Informamos que realizamos a Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pelas empresas/licitantes, considerando as especificações técnicas, registro sanitário e a análise de catálogo, prospecto ou folder do material/produto solicitado no Termo de Referência e no Edital.

Após a análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90275/2025/COSAU2/RO**, informamos que as propostas ofertadas pelas empresas/licitantes estão **EM DESACORDO** com o solicitado por esta Administração. Dessa forma, declaramos **INAPTA**s as propostas apresentadas pelas referidas empresas para os seguintes itens:

ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - **itens 6,16,33**

JS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - **itens 19,28**

IMPORT SERVICE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - **item 29**

NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE - **item 30**

SULDONORTE DISTRIBUIDORA - **item 34**

Informamos que as propostas apresentadas pelas demais empresas/licitações estão de acordo com o solicitado por esta Administração. Dessa forma, declaramos **APTA**s as propostas ofertadas pelas referidas empresas.

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Salvo melhor juízo é o Parecer.

Atenciosamente,

REGINALDA MAIA DE SÁ

Coordenadora da Gestão de Produtos Médicos - CGPM
Decreto 103710/2025 (0058644900)



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 04/09/2025, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0063993005** e o código CRC **02331D8F**.