



RONDÔNIA
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 16/2025/SESAU-SLPM

De: **SESAU - SLPM**

Para: **SUPEL - COSAU4**

Processo Nº: 0036.054992/2024-63

Assunto: **Parecer Técnico Farmacêutico.**

Considerando os Ofício nº 5437, protocolados sob os SEI nº 0063733538, respectivamente, os quais solicitam análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90355/2025, esta **Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM)**, por meio do **Núcleo de Processos Licitatórios (NPL)**, apresenta o seguinte parecer:

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.054992/2024-63
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90355/2025 /SUPEL/RO/ SONDAS II.

Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.

Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.

ITEM	DESCRITIVO	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	ID: 2674 - SONDA NASOGÁSTRICA/OROGÁSTRICA Nº 04: , MODELO: LEVINE. MATERIAL: SILICONE. CALIBRE: Nº 04, TAMANHO: CURTA.	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR	MARKMED	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em

	COMPRIMENTO: CERCA DE 50 CM. CONECTOR PADRÃO COM TAMPA. COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA C ORIFÍCIOS LATERAIS. ESTERELIDADE, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.						anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 10207820016, o qual atende ao descritivo exigido.
2	ID: 1644 - SONDA NASOGÁSTRICA/OROGÁSTRICA Nº 06: MODELO: LEVINE. MATERIAL: SILICONE. CALIBRE: Nº 06, TAMANHO: CURTA. COMPRIMENTO: CERCA DE 50 CM. CONECTOR PADRÃO COM TAMPA. COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA C ORIFÍCIOS LATERAIS. ESTERELIDADE, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR	MARKMED	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 10207820016, o qual atende ao descritivo exigido.
3	ID: 1645 - SONDA NASOGÁSTRICA/OROGÁSTRICA Nº 08: MODELO: LEVINE. MATERIAL: SILICONE. CALIBRE: Nº 08, TAMANHO: CURTA. COMPRIMENTO: CERCA DE 50 CM. CONECTOR PADRÃO COM TAMPA. COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA C ORIFÍCIOS LATERAIS. ESTERELIDADE, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR	MARKMED	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 10207820016, o qual atende ao descritivo exigido.
4	ID: 2676 - SONDA NASOGÁSTRICA/OROGÁSTRICA	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA	MARKMED	Não informado	APTO	Não foi apresentado

	Nº 10:MODELO: LEVINE. MATERIAL: SILICONE. CALIBRE: Nº 10, TAMANHO: CURTA. COMPRIMENTO: CERCA DE 50 CM. CONECTOR PADRÃO COM TAMPA. COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA C ORIFÍCIOS LATERAIS. ESTERELIDADE, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.		MEDICO HOSPITALAR				prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 10207820016 , o qual atende ao descriptivo exigido.
5	ID: 1646 - SONDA NASOGÁSTRICA/OROGÁSTRICA Nº 12:MODELO: LEVINE. MATERIAL: SILICONE. CALIBRE: Nº 12, TAMANHO: CURTA. COMPRIMENTO: CERCA DE 50 CM. CONECTOR PADRÃO COM TAMPA. COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA C ORIFÍCIOS LATERAIS. ESTERELIDADE, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR	MARKMED	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 10207820016 , o qual atende ao descriptivo exigido.
6	ID: 1647 - SONDA NASOGÁSTRICA/OROGÁSTRICA Nº 14:MODELO: LEVINE. MATERIAL: SILICONE. CALIBRE: Nº 14, TAMANHO: CURTA. COMPRIMENTO: CERCA DE 50 CM. CONECTOR PADRÃO COM TAMPA. COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA C ORIFÍCIOS LATERAIS. ESTERELIDADE, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	1ª Colocada	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES	BIOSANI	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80286000034 , o qual atende ao

							descritivo exigido.
7	<p>ID: 1649 - SONDA NASOGÁSTRICA/OROGÁSTRICA Nº 16: MODELO: LEVINE. MATERIAL: SILICONE. CALIBRE: Nº 16, TAMANHO: CURTA. COMPRIMENTO: CERCA DE 50 CM. CONECTOR PADRÃO COM TAMPA. COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA C ORIFÍCIOS LATERAIS. ESTERELIDADE, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.</p>	1ª Colocada	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	BIOSANI	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80286000034, o qual atende ao descritivo exigido.
8	<p>ID: 6253 - SONDA NASOGÁSTRICA/OROGÁSTRICA Nº 18: MODELO: LEVINE. MATERIAL: SILICONE. CALIBRE: Nº 18, TAMANHO: CURTA. COMPRIMENTO: CERCA DE 50 CM. CONECTOR PADRÃO COM TAMPA. COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA C ORIFÍCIOS LATERAIS. ESTERELIDADE, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.</p>	1ª Colocada	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	BIOSANI	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80286000034, o qual atende ao descritivo exigido.
9	<p>ID: 7735 - SONDA NASOGÁSTRICA/OROGÁSTRICA Nº 20:, MODELO: LEVINE. MATERIAL: SILICONE. CALIBRE: Nº 20 TAMANHO: CURTA. COMPRIMENTO: CERCA DE 50 CM. CONECTOR PADRÃO COM TAMPA. COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA C ORIFÍCIOS LATERAIS. ESTERELIDADE, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.</p>	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR	MARKMED	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o

							nº 80286000034 , o qual atende ao descriptivo exigido.
10	ID: 7772 - SONDA NASOGÁSTRICA/OROGÁSTRICA Nº 22: MODELO: LEVINE. MATERIAL: PVC. CALIBRE: Nº 22, TAMANHO: CURTA. COMPRIMENTO: CERCA DE 50 CM. CONECTOR PADRÃO COM TAMPA. COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA C ORIFÍCIOS LATERAIS. ESTERELIDADE, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR	MARKMED	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 10207820018 , o qual atende ao descriptivo exigido.
11	ID: 8440 - SONDA NASOGÁSTRICA/OROGÁSTRICA Nº 24: MODELO: LEVINE. MATERIAL: PVC. CALIBRE: Nº 24, TAMANHO: CURTA. COMPRIMENTO: CERCA DE 50 CM. CONECTOR PADRÃO COM TAMPA. COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA C ORIFÍCIOS LATERAIS. ESTERELIDADE, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	1ª Colocada	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	BIOSANI	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80286000034 , o qual atende ao descriptivo exigido.
12	ID: 1651 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 04, APLICAÇÃO: ORO/NASOGÁSTRICA. MODELO: LEVINE. MATERIAL: PVC. CALIBRE: Nº04. TAMANHO: LONGA. COMPRIMENTO: CERCA DE 120CM. CONECTOR PADRÃO C TAMPA. COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA COM ORIFÍCIOS LATERAIS. ESTERILIDADE. ESTÉRIL,	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR	BIOSANI	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante,

	DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.						que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80286000034, o qual atende ao descriptivo exigido.
13	ID: 1652 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06, APLICAÇÃO: ORO/NASOGÁSTRICA. MODELO: LEVINE. MATERIAL: PVC. CALIBRE: Nº06. TAMANHO: LONGA. COMPRIMENTO: CERCA DE 120CM. CONECTOR PADRÃO C TAMPA. COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA COM ORIFÍCIOS LATERAIS. ESTERILIDADE. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR	BIOSANI	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80286000034, o qual atende ao descriptivo exigido.
14	ID: 1653 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08, APLICAÇÃO: ORO/NASOGÁSTRICA. MODELO: LEVINE. MATERIAL: PVC. CALIBRE: Nº08. TAMANHO: LONGA. COMPRIMENTO: CERCA DE 120CM. CONECTOR PADRÃO C TAMPA. COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA COM ORIFÍCIOS LATERAIS. ESTERILIDADE. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	1ª Colocada	AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS	MARKMED	10207820018	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 10207820016, o qual atende ao descriptivo exigido.
15	ID: 1654 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10, APLICAÇÃO: ORO/NASOGÁSTRICA. MODELO: LEVINE. MATERIAL: PVC. CALIBRE: Nº10. TAMANHO: LONGA. COMPRIMENTO: CERCA DE 120CM. CONECTOR PADRÃO C TAMPA. COMPONENTES:	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR	BIOSAN	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por

	PONTA DISTAL FECHADA COM ORIFÍCIOS LATERAIS. ESTERILIDADE. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.						meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80286000034, o qual atende ao descritivo exigido.
16	ID: 1655 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12, APLICAÇÃO: ORO/NASOGÁSTRICA. MODELO: LEVINE. MATERIAL: PVC. CALIBRE: Nº12. TAMANHO: LONGA. COMPRIMENTO: CERCA DE 120CM. CONECTOR PADRÃO C TAMPA. COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA COM ORIFÍCIOS LATERAIS. ESTERILIDADE. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR	BIOSANI	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80286000034, o qual atende ao descritivo exigido.
17	ID: 1656 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14, APLICAÇÃO: ORO/NASOGÁSTRICA. MODELO: LEVINE. MATERIAL: PVC. CALIBRE: Nº06. TAMANHO: LONGA. COMPRIMENTO: CERCA DE 120CM. CONECTOR PADRÃO C TAMPA. COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA COM ORIFÍCIOS LATERAIS. ESTERILIDADE. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	1ª Colocada	AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS	MARKMED	10207820018	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site do fabricante, verificou-se que a marca atende ao descritivo exigido
18	ID: 1657 -SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16, APLICAÇÃO: ORO/NASOGÁSTRICA. MODELO: LEVINE. MATERIAL: PVC. CALIBRE: Nº16. TAMANHO: LONGA. COMPRIMENTO: CERCA DE 120CM. CONECTOR PADRÃO C TAMPA. COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA COM	1ª Colocada	JS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	MEDSONDA	80163570003	APTO	Foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site

	ORIFICIOS LATERAIS. ESTERILIDADE. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.						do fabricante, verificou-se que a marca atende ao descritivo exigido
19	ID: 1658 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18, APLICAÇÃO: ORO/NASOGÁSTRICA. MODELO: LEVINE. MATERIAL: PVC. CALIBRE: Nº18. TAMANHO: LONGA. COMPRIMENTO: CERCA DE 120CM. CONECTOR PADRÃO C TAMPA. COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA COM ORIFICIOS LATERAIS. ESTERILIDADE. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	1ª Colocada	AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS	MARKMED	10207820018	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site do fabricante, verificou-se que a marca atende ao descritivo exigido
20	ID: 1659 -SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20, APLICAÇÃO: ORO/NASOGÁSTRICA. MODELO: LEVINE. MATERIAL: PVC. CALIBRE: Nº20. TAMANHO: LONGA. COMPRIMENTO: CERCA DE 120CM. CONECTOR PADRÃO C TAMPA. COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA COM ORIFICIOS LATERAIS. ESTERILIDADE. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	1ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MARK MED	10207820016	APTO	Foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que a marca atende ao descritivo exigido
21	ID: 2674 - SONDA NASOGÁSTRICA/OROGÁSTRICA Nº 04: , MODELO: LEVINE. MATERIAL: SILICONE. CALIBRE: Nº 04, TAMANHO: CURTA. COMPRIMENTO: CERCA DE 50 CM. CONECTOR PADRÃO COM TAMPA. COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA C ORIFICIOS LATERAIS. ESTERELIDADE, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR	GLOMED	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80273459013 , o qual atende ao descritivo exigido.

22	<p>ID: 1661 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 24, EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO NA PROXIMIDADE DISTAL E NAS LATERAIS; CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA. DESCARTÁVEL, ATÓXICA E ESTÉRIL. A EMBALAGEM DEVE SER INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE; NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR	GLOMED	Não informado	APTO	<p>Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80273459013, o qual atende ao descriptivo exigido.</p>
23	<p>ID: 10115 - SONDA ESOFÁGICA SENGSTAKEN BLAKEMORE INFANTIL Nº 12 (INDICADA PARA HEMORRAGIAS ESOFÁGICAS) COMPOSTA EM SUA TOTALIDADE EM BORRACHA VULCANIZADA SILICONIZADA, COM 65 CM DE COMPRIMENTO, 2 BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL. A EMBALAGEM DEVE SER INDIVIDUAL, ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE; NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	CRUZEL COMERCIAL	BCI MEDICAL/ELECTROPLAST	10297020056	INAPTO	<p>Foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que a marca não atende ao tamanho especificado, assim sendo, não atende ao descriptivo exigido.</p>
24	<p>ID: 1642 - SONDA ESOFÁGICA SENGSTAKEN BLAKEMORE INFANTIL Nº 14 (INDICADA PARA HEMORRAGIAS ESOFÁGICAS) COMPOSTA EM SUA TOTALIDADE EM BORRACHA VULCANIZADA SILICONIZADA, COM 65 CM DE COMPRIMENTO, 2 BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL. A EMBALAGEM DEVE SER INDIVIDUAL, ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE</p>	1ª Colocada	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR	BADEIA/9827	10297020056	INAPTO	<p>Foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que a marca não apresenta comprimento de 65 cm, assim sendo, não</p>

	VALIDADE; NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.						atende ao especificado e ao descritivo exigido.
25	ID: 6215 - SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLAKEMORE ADULTA Nº 16 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MÉDICO PURO OU PVC COM APROXIMADAMENTE 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	BCI MEDICAL - PVC	10297020056	APTO	Foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que a marca atende ao descritivo exigido
26	ID: 6217 - SONDA ESOFÁGICA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN- BLAKEMORE ADULTA Nº 18 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MÉDICO PURO COM APROXIMADAMENTE 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	BCI MEDICAL - PVC	10297020056	APTO	Foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que a marca atende ao descritivo exigido
27	ID: 6074 - SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN- BLAKEMORE ADULTA Nº 21 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MÉDICO PURO OU PVC, COM APROXIMADAMENTE 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA	1ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	BCI MEDICAL - PVC	10297020056	APTO	Foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que a marca atende

	INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.						ao descritivo exigido
28	ID: 8151 - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM SILICONE OU POLIURETANO N° 10 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E	1ª Colocada	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	SOLUMED	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80019160013, o qual atende ao descritivo exigido.
29	ID: 8154 - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECCIONADA EM SILICONE OU POLIURETANO N° 12 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	CM HOSPITALAR S.A	EMBRAMED	80245210245	APTO	Foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que a marca atende ao descritivo exigido.
30	ID: 8153 - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) INFANTIL CONFECCIONADA EM SILICONE OU POLIURETANO N° 08 - CONSTITUÍDA DE TUBO	1ª Colocada	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR	SOLUMED/ 8FR X60CM	80019160013	APTO	Foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta

	RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.						comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que a marca atende ao descriptivo exigido.
31	ID: 8156 - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) NEONATAL CONFECCIONADA EM SILICONE OU POLIURETANO N° 05 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX OU NYLON. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	SOLUMED	80019160013	INAPTO	Foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Entretanto, em pesquisa ao registro ANVISA, não há comprovação da disponibilidade da sonda no tamanho nº 05, conforme exigido. A documentação consultada não especifica o tamanho, portanto, não atende ao descriptivo exigido.
32	ID: 2334 - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) PEDIATRICA CONFECCIONADA EM SILICONE OU POLIURETANO N°06 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX OU NYLON. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA	1ª Colocada	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR	SOLUMED	Não informado	APTO	Foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que a marca atende

	FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.						ao descritivo exigido.
33	ID: 1678 - SONDA RETAL Nº 04. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	JS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	MEDSONDA	80163570004	APTO	Foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que a marca atende ao descritivo exigido.
34	ID: 1677 - SONDA RETAL Nº 06. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	BIOBASE	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80212340032, o qual atende ao descritivo exigido.
35	ID: 1679 - SONDA RETAL Nº 08. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	BIOBASE	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto

							possui registro na ANVISA sob o nº 80212340032, o qual atende ao descriptivo exigido.
36	ID: 1680 - SONDA RETAL Nº 10. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.		F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	BIOBASE	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80212340032, o qual atende ao descriptivo exigido.
37	ID: 1681 - SONDA RETAL Nº 12. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	BIOBASE	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80212340032, o qual atende ao descriptivo exigido.
38	ID: 1682 - SONDA RETAL Nº 14. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	BIOBASE	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de

							pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80212340032, o qual atende ao descriptivo exigido.
39	ID: 1683 - SONDA RETAL Nº 16. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR	BIOSANI	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80286009008, o qual atende ao descriptivo exigido.
40	ID: 1684 - SONDA RETAL Nº 18. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR	BIOSANI	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80286009008, o qual atende ao descriptivo exigido.
41	ID: 1685 - SONDA RETAL Nº 20. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR	BIOSANI	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta

							comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80286009008, o qual atende ao descritivo exigido.
42	ID: 1686 - SONDA RETAL Nº 22. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES	BIOSANI	80286009008	APTO	Foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que a marca atende ao descritivo exigido.
43	ID: 1692 - SONDA URETRAL Nº 04 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	MEDIX BRASIL	80495510135	APTO	Não foi anexado prospecto ou folder do produto à proposta comercial. Contudo, mediante verificação no site do fabricante e análise do registro da Anvisa indicado na proposta, constatou-se que a marca ofertada atende as especificações no descritivo.
44	ID: 1688 - SONDA URETRAL Nº 06 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL,	1ª Colocada	BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	MEDIX BRASIL	80495510135	APTO	Não foi anexado prospecto ou folder do produto à proposta comercial. Contudo, mediante

	EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.						verificação no site do fabricante e análise do registro da Anvisa indicado na proposta, constatou-se que a marca ofertada atende as especificações no descritivo.
45	ID: 1693 - SONDA URETRAL Nº 08 - DESCARTÁVEL, CONFECIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	MEDIX BRASIL	80495510135	APTO	Não foi anexado prospecto ou folder do produto à proposta comercial. Contudo, mediante verificação no site do fabricante e análise do registro da Anvisa indicado na proposta, constatou-se que a marca ofertada atende as especificações no descritivo.
46	ID: 1689 - SONDA URETRAL Nº 10 - DESCARTÁVEL, CONFECIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	BIOSANI	80286009007	APTO	Não foi anexado prospecto ou folder do produto à proposta comercial. Contudo, mediante verificação no site do fabricante e análise do registro da Anvisa indicado na proposta, constatou-se que a marca ofertada atende as especificações no descritivo.
47	ID: 1690 - SONDA URETRAL Nº 12 - DESCARTÁVEL,	1ª Colocada	DISMATH DISTRIBUIDORA DE	BIOSANI	80286009007	APTO	Não foi anexado prospecto ou

	CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES				folder do produto à proposta comercial. Contudo, mediante verificação no site do fabricante e análise do registro da Anvisa indicado na proposta, constatou-se que a marca ofertada atende as especificações no descritivo.	
48	ID: 1694 - SONDA URETRAL Nº 14 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	BIOSANI	80286009007	APTO	Não foi anexado prospecto ou folder do produto à proposta comercial. Contudo, mediante verificação no site do fabricante e análise do registro da Anvisa indicado na proposta, constatou-se que a marca ofertada atende as especificações no descritivo.
49	ID: 1691 - SONDA URETRAL Nº 16 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	MEDIX BRASIL	80495510135	APTO	Não foi anexado prospecto ou folder do produto à proposta comercial. Contudo, mediante verificação no site do fabricante e análise do registro da Anvisa indicado na proposta, constatou-se que a marca

							ofertada atende as especificações no descriptivo.
50	ID: 1695 - SONDA URETRAL Nº 18 - DESCARTÁVEL, CONFECIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	MEDIX BRASIL	80495510135	APTO	Não foi anexado prospecto ou folder do produto à proposta comercial. Contudo, mediante verificação no site do fabricante e análise do registro da Anvisa indicado na proposta, constatou-se que a marca ofertada atende as especificações no descriptivo.
51	ID: 1696 - SONDA URETRAL Nº 20 - DESCARTÁVEL, CONFECIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	MEDIX BRASIL	80495510135	APTO	Não foi anexado prospecto ou folder do produto à proposta comercial. Contudo, mediante verificação no site do fabricante e análise do registro da Anvisa indicado na proposta, constatou-se que a marca ofertada atende as especificações no descriptivo.
52	ID: 1697 - SONDA URETRAL Nº 22 - DESCARTÁVEL, CONFECIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE	1ª Colocada	BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	MEDIX BRASIL	80495510135	APTO	Não foi anexado prospecto ou folder do produto à proposta comercial. Contudo, mediante verificação no site do fabricante e

	IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.						análise do registro da Anvisa indicado na proposta, constatou-se que a marca ofertada atende as especificações no descritivo.
53	ID: 5986 - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL (TRAQUEOBRÔNQUICA) COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUCÇÃO Nº 2 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM AGUO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUEM CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL, ESTÉRIL.EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	JS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	Mark Med	10207820015	APTO	Foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que a marca atende ao descritivo exigido.
54	ID: 2436 - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL (TRAQUEOBRÔNQUICA) COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUCÇÃO Nº 4 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM AGUO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUEM CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL, ESTÉRIL.EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS	MARKMED	10207820015	APTO	Foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que a marca atende ao descritivo exigido.
55	ID: 6218 - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL (TRAQUEOBRÔNQUICA) COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUCÇÃO Nº 6 FR,	1ª Colocada	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	BIOBASE	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em

	CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM AGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUE CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL, ESTÉRIL.EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.						anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80212340033, o qual atende ao descriptivo exigido.
56	ID: 2437 - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL (TRAQUEOBRÔNQUICA) COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUCÇÃO Nº 8 FR, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM AGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUE CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL, ESTÉRIL.EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	BIOSANI	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80212340033, o qual atende ao descriptivo exigido.
57	ID: 3003352 -SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL (TRAQUEOBRÔNQUICA) COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUCÇÃO Nº 10 FR - CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM AGULO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUE CONECTOR LUER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL, ESTÉRIL.EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE,	1ª Colocada	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	BIOBASE	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80212340033, o qual atende ao descriptivo exigido.

	LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.						
58	ID: 3003353 - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL (TRAQUEOBRÔNQUICA) COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUCÇÃO Nº 12 FR - CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM AGUO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUE CONECTOR LUEER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL, ESTÉRIL.EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	BIOBASE	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80212340033 , o qual atende ao descritivo exigido.
59	ID: 3003354 - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL (TRAQUEOBRÔNQUICA) COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SUCÇÃO Nº 14 FR - CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, PONTA DISTAL COM AGUO DE 15º, DOIS OLHOS LATERAIS. PONTA DA VÁLVULA POSSUE CONECTOR LUEER SLIP. POSSUI GRADUAÇÕES COM 2 CM DE DISTÂNCIA A PARTIR DE 6 CM ATÉ 22 CM DA PONTA DISTAL, ESTÉRIL.EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	BIOBASE	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80212340033 , o qual atende ao descritivo exigido.
60	ID: 1666 - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 04 FR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL,	1ª Colocada	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	BIOBASE	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site

	EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.						do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80212340033, o qual atende ao descritivo exigido.
61	ID: 1667 - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 06 FR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	BIOBASE	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80212340033, o qual atende ao descritivo exigido.
62	ID: 1668 - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 08 FR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	BIOSANI	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80286000037, o qual atende ao descritivo exigido.
63	ID: 1669 - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 10 FR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA,	1ª Colocada	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	BIOSANI	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial,

	SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.						verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80286000037, o qual atende ao descriptivo exigido.
64	ID: 1670 - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 12 FR - DESCARTÁVEL, CONFECIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	BIOSANI	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80286000037, o qual atende ao descriptivo exigido.
65	ID: 1665 - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 14 FR - DESCARTÁVEL, CONFECIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	BIOSANI	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80286000037, o qual atende ao descriptivo exigido.
66	ID: 1671 - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 16 FR - DESCARTÁVEL,	1ª Colocada	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	BIOSANI	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em

	CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.						anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80286000037, o qual atende ao descritivo exigido.
67	ID: 1672 - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 18 FR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	BIOSANI	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80286000037, o qual atende ao descritivo exigido.
68	ID: 1673 - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 20 FR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	BIOSANI	Não informado	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 80286000037, o qual atende ao descritivo exigido.
69	ID: 2682 - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL	1ª Colocada	JS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	MEDSONDA	80163570005	APTO	Foi apresentado prospecto ou

	COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 22 FR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.						folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que a marca atende ao descritivo exigido.
70	ID: 2683 - SONDA (OU TUBO) DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM TAMPA (TRAQUEOBRÔNQUICA) Nº 24 FR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS	MARKMED	10207820015	APTO	Foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que a marca atende ao descritivo exigido.
71	ID: 32921 - SONDA PARA HISTEROSONOGRAFIA OU HISTEROSALPINGOGRAFIA, OU CATETER H/S COM BALÃO SEM LATEX, MACIO, MALEÁVEL, COM PONTA ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE, POSSUI TORNEIRA AZUL PARA INFLAR BALÃO E BRANCA PARA INJEÇÃO DE CONTRASTE, CATETER COM 5 FRENCH X 40CM, DE 0FR X 40 CM, COM SERINGA DE 3CC.	1ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MEDIKA	10289680088	APTO	Foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que a marca atende ao descritivo exigido.
72	ID: 8116 -SONDA PARA GASTROSTOMIA N. 12 , 2 VIAS, EM SILICONE, BALÃO CAPACIDADE 5ML . DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.	1ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	WELL LEAD	10150470377	INAPTO	Foi apresentado prospecto ou folder do produto anexado à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que

							a sonda possui 3 vias, portanto, a marca não atende ao descriptivo exigido.
73	ID: 10366 - SONDA PARA GASTROSTOMIA N 14, 2VIAS, EM SILICONE, BALÃO CAPACIDADE 5 ML . DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.	1ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	WELL LEAD	10150470377	INAPTO	Foi apresentado prospecto ou folder do produto anexado à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que a sonda possui 3 vias, portanto, a marca não atende ao descriptivo exigido.
23 74	ID: 10115 - SONDA ESOFÁGICA SENGSTAKEN BLAKEMORE INFANTIL Nº 12 (INDICADA PARA HEMORRAGIAS ESOFÁGICAS) COMPOSTA EM SUA TOTALIDADE EM BORRACHA VULCANIZADA SILICONIZADA, COM 65 CM DE COMPRIMENTO, 2 BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL. A EMBALAGEM DEVE SER INDIVIDUAL, ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE; NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	BCI MEDICAL - PVC	10297020056	INAPTO	Foi apresentado prospecto ou folder do produto anexado à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que a sonda não possui comprimento de 65 cm, portanto, a marca não atende ao descriptivo exigido.
24 75	ID: 1642 - SONDA ESOFÁGICA SENGSTAKEN BLAKEMORE INFANTIL Nº 14 (INDICADA PARA HEMORRAGIAS ESOFÁGICAS) COMPOSTA EM SUA TOTALIDADE EM BORRACHA VULCANIZADA SILICONIZADA, COM 65 CM DE COMPRIMENTO, 2 BALÕES DE 13 CM, 3 VIAS, 4 FUROS NA PONTA DISTAL. A EMBALAGEM DEVE SER INDIVIDUAL, ESTÉRIL,	1ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	BCI MEDICAL - PVC	10297020056	INAPTO	Foi apresentado prospecto ou folder do produto anexado à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que

	EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE; NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.						a sonda não possui comprimento de 65 cm, portanto, a marca não atende ao descritivo exigido.
25	ID: 6215 - SONDA NASOGÁSTRICA SENGSTAKEN BLAKEMORE ADULTA Nº 16 - CONSTITUÍDA EM TODA SUA TOTALIDADE EM SILICONE GRAU MÉDICO PURO OU PVC COM APROXIMADAMENTE 100 CM, 2 BALÕES, 4 VIAS, FIO GUIA E APOIO DE ESPUMA PARA NARINA. DEVE APRESENTAR MARCADORES DE PROFUNDIDADE EM TODA SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	BCI MEDICAL - PVC	10297020056	APTO	Foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que a marca atende ao descritivo exigido.
29	ID: 8154 - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NASOENTERAL) ADULTO CONFECIONADA EM SILICONE OU POLIURETANO Nº 12 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM "Y" ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE OU VIR LUBRIFICADA PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1ª Colocada	MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES	SOLUMED	80019160013	APTO	Foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site da ANVISA, verificou-se que a marca atende ao descritivo exigido.
72	ID: 8116 -SONDA PARA GASTROSTOMIA N. 12 , 2 VIAS, EM SILICONE, BALÃO CAPACIDADE 5ML . DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM,	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LT	WELL LEAD	Não informado	INAPTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em

73	79	ID: 10366 - SONDA PARA GASTROSTOMIA N 14, 2VIAS, EM SILICONE, BALÃO CAPACIDADE 5 ML . DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.	1ª Colocada	ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LT	WELL LEAD	Não informado	INAPTO

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
 Farmacêutica Analista
 Licitação de Produtos Médicos Gerais
 SESAU-CGPM/RO

2.

DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertados pelas empresas/licitantes, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está **em desacordo** com o solicitado por esta administração, declaramos **inaptas**, as propostas ofertada pelas empresas , para os itens:

CRUZEL COMERCIAL LTDA - **item 23**

NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - **item 24**

ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - **item 31**

ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - **itens 72,73,74,75**

ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA - **itens 78,79**

Informo-vos que as propostas ofertadas pelas demais empresas/licitantes, estão **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTAS**, as propostas ofertadas pelas empresas.

Para Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

REGINALDA MAIA DE SÁ

Coordenadora da Gestão de Produtos Médicos - CGPM

Decreto 103710/2025 (0058644900)

SESAU
Secretaria de Estado
da Saúde

RONDÔNIA
Governo do Estado



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 09/09/2025, às 15:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0064199657** e o código CRC **3CD2020D**.