



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 19/2025/SESAU-SLPM

De: **SESAU - SLPM**
Para: **SUPEL - COSAU4**
Processo Nº: 0036.019713/2024-15
Assunto: **Parecer Técnico Farmacêutico.**

Considerando os Ofício nº5891, protocolado sob os SEI nº 0064192145 , respectivamente, os quais solicitam análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90386/2024, esta **Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM)**, por meio do **Núcleo de Processos Licitatórios (NPL)**, apresenta o seguinte parecer:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:**

| GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | | | | | | |
| COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS. | | | | | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.019713/2024-15 | | | | | | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90386/2024/SUPEL/RO/CME. | | | | | | |
| Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais. | | | | | | |
| Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra. | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPTIVO | EMPRESA/LICITANTE | MARCA / MODELO | ANVISA / REGISTRO | ANÁLISE | JUSTIFICATIVA |
| 4 | ID: 2441 - CUBA PLÁSTICA RETANGULAR EM POLIETILENO LINEAR DE ALTA RESISTENCIA A PESO E IMPACTO, COM | STAR COMERCIO LTDA | GPLASTI CO/COD. 2.0061 BRANCA | ISENTO | INAPTA | FOI APRESENTADO PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. CONTUDO, EM PESQUISA REALIZADA |

| | | | | | | |
|----|--|----------------------------|------------------|--------|---------------|--|
| | <p>TAMPA, CAPACIDADE ENTRE 38 E 50 LTS, APROPRIADO PARA USO COM SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E NA LAVAGEM DE INSTRUMENTAL CIRURGICO EM CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO, FOTORESISTENTE, DIMENÇÕES EXTERNAS APROXIMADAS VARIANDO + OU - 5 CM: 55 CM COMPRIMENTO, 36 CM DE LARGURA E 20 CM DE ALTURA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p> | | | | | NO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE ATENDE AO DESCRITIVO EXIGIDO. |
| 53 | <p>ID: 3537 - INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6 DO TIPO EMULADOR, PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, EFETIVO ENTRE CICLOS DE 7 MINUTOS A 134º, 9 MINUTOS A 128º E 20 MINUTOS A 121º C, COM LEITURA PROGRESSIVA POR MÉTODO DE MUDANÇA DE COR (CONFORME GUIA DE REFERÊNCIA DE CADA FABRICANTE), ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERILIZAÇÃO</p> | DEVANT CARE COMERCIAL LTDA | STERISTAR/C-1007 | ISENTO | INAPTA | <p>Foi apresentado o prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial.</p> <p>Contudo, em pesquisa realizada no site do fabricante, verificou-se que o material não apresenta os ciclos conforme o descritivo exigido.</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO. COM INFORMAÇÕES EXTERNAS DE: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS E OU PACOTES DE 250 OU 200 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica Analista

Licitação de Produtos Médicos Gerais

SESAU-CGPM/RO

2. **DA CONCLUSÃO:**

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertados pelas empresa/licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que a proposta ofertada, está **em desacordo** com o solicitado por esta administração, declaramos **inapta**, a proposta ofertada pela empresa , para o item:

DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - **item 53**

Informo-vos que a proposta ofertada pela empresa/licitante, está **de acordo** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **apta**, a proposta ofertada pela empresa, para o item:

STAR COMERCIO LTDA - item 4

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

REGINALDA MAIA DE SÁ

Coordenadora da Gestão de Produtos Médicos - CGPM

Decreto 103710/2025 (0058644900)

SESAU
Secretaria de Estado
da Saúde

RONDÔNIA
Governo do Estado



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 11/09/2025, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0064246740** e o código CRC **1F9D7603**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.019713/2024-15

SEI nº 0064246740