



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 34/2025/SESAU-SLPM

De: **SESAU - SLPM**

Para: **SUPEL - COSAU4**

Processo Nº: 0036.054992/2024-63

Assunto: **Parecer Técnico Farmacêutico.**

Considerando o Ofício nº 6882, protocolado sob o SEI nº 0065075898 respectivamente, os quais solicitam análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90355/2025, esta **Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM)**, por meio do **Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos (SLPM)**, apresenta o seguinte parecer:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.054992/2024-63						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90355/2025 /SUPEL/RO/ SONDAS II.						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
	DESCRITIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
6	ID: 1647 - SONDA NASOGÁSTRICA/OROGÁSTRICA Nº 14:MODELO: LEVINE. MATERIAL: SILICONE. CALIBRE: Nº 14, TAMANHO: CURTA. COMPRIMENTO: CERCA DE 50 CM. CONECTOR PADRÃO COM TAMPA. COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA C ORIFICIOS LATERAIS. ESTERELIDADE, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	ALAMO DISTRIBUIDORA	MARKMED	NÃO INFORMADO	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 10207820018, o qual atende ao descritivo exigido.
7	ID: 1649 - SONDA NASOGÁSTRICA/OROGÁSTRICA Nº 16: MODELO: LEVINE. MATERIAL: SILICONE. CALIBRE: Nº 16, TAMANHO: CURTA. COMPRIMENTO: CERCA DE 50 CM. CONECTOR PADRÃO COM TAMPA. COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA C ORIFICIOS LATERAIS. ESTERELIDADE, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	ALAMO DISTRIBUIDORA	MARKMED	NÃO INFORMADO	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 10207820018, o qual atende ao descritivo exigido.

8	<p>ID: 6253 - SONDA NASOGÁSTRICA/OROGÁSTRICA Nº 18: MODELO: LEVINE. MATERIAL: SILICONE. CALIBRE: Nº 18, TAMANHO: CURTA.</p> <p>COMPRIMENTO: CERCA DE 50 CM. CONECTOR PADRÃO COM TAMPA. COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA C ORIFÍCIOS LATERAIS. ESTERELIDADE, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.</p>	ALAMO DISTRIBUIDORA	MARKMED	NÃO INFORMADO	APTO	Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial, verificou-se, por meio de pesquisa no site do fabricante, que o produto possui registro na ANVISA sob o nº 10207820018, o qual atende ao descritivo exigido.
72	<p>ID: 8116 -SONDA PARA GASTROSTOMIA N. 12 , 2 VIAS, EM SILICONE, BALÃO CAPACIDADE 5ML . DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.</p>	AMARALMED	VITAL	10296909031	INAPTO	Foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Por meio de consulta ao catálogo do fornecedor e ao site da ANVISA, verificou-se que o produto ofertado trata-se de uma sonda para gastrostomia de 3 vias, o que não atende ao descritivo exigido no edital, que especifica: sonda para gastrostomia nº 12, de 2 vias.
73	<p>ID: 10366 - SONDA PARA GASTROSTOMIA N 14, 2VIAS, EM SILICONE, BALÃO CAPACIDADE 5 ML . DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA,</p>	AMARALMED	VITAL	10296909031	INAPTO	Foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Por meio de consulta ao catálogo do

	PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.					fornecedor e ao site da ANVISA, verificou-se que o produto ofertado trata-se de uma sonda para gastrostomia de 3 vias, o que não atende ao descritivo exigido no edital, que especifica: sonda para gastrostomia nº 14, de 2 vias.
--	--	--	--	--	--	---

2. **DA CONCLUSÃO:**

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertado pela empresa/licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, estão em **desacordo** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, a proposta ofertada pela empresa para os itens.

AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA - **itens 72,73**

Informo-vos que a proposta ofertada pela empresa licitante, está **DE ACORDO** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **APTA**, as propostas ofertada pela empresa para os itens.

ALAMO DISTRIBUIDORA - **item 6,7,8**

Para Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica Analista

Licitação de Produtos Médicos Gerais

SESAU-CGPM/RO

SESAU
Secretaria de Estado
da Saúde

RONDÔNIA
Governo do Estado



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 07/10/2025, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0065152470** e o código CRC **94FAE7E1**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.054992/2024-63

SEI nº 0065152470