



## GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Corpo de Bombeiros Militar - CBM

1º Subgrupamento do 4º Grupamento de Bombeiros Militar - Cacoal - CBM-1SGB4GBCMD

### ANÁLISE

Análise nº 1/2025/CBM-1SGB4GBCMD

#### 1. I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1. Considerando o Despacho (0064901580), encaminhado para esta Presidente de Comissão de APH do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, onde foi solicitado a **análise técnica das propostas de preços** encaminhadas pelas licitantes em anexo, no intuito de subsidiar a decisão da pregoeira dos equipamentos ofertados constante no ( 0064812397 0064812634 0064812690 0064812885 0064813204) com as especificações listadas no Termo de Referência (0057237807) CBM-CPOFCOMPRAS, limitando-se apenas a confecção do relatório técnico das propostas de preços referente ao Ofício 6645 (0064813354).

#### 2. II – RELATÓRIO TÉCNICO

EMPRESA(S)	ITEM(NS)	DESCRIÇÃO TR	DESCRIÇÃO PROPOSTA	MARCA/MODELO	RELATÓRIO TÉCNICO	DECISÃO COMISSÃO
LP ARAUJO VIERA	44	<b>CINTA LOMBAR Tamanho "P"</b> - Cinta ergonômica confeccionada em elástico reforçado tamanho P, costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade, hastes de PVC maleável na região lombar para evitar deformação da faixa lombar, com ajuste duplo de abas elásticas que reforçam o ajuste e a proteção. Suspensórios confeccionados em elástico com regulagem de comprimento e VELCRO de máxima aderência.	<b>CINTA LOMBAR TAMANHO "P"</b> - CINTA ERGONÔMICA CONFECCIONADA ELÁSTICO EM REFORÇADO TAMANHO P, COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE, HASTES DE PVC MALEÁVEL NA REGIÃO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMAÇÃO DA FAIXA LOMBAR, COM AJUSTE DUPLO DE ABAS ELÁSTICAS QUE REFORÇAM O AJUSTE E A PROTEÇÃO. SUSPENSÓRIOS CONFECCIONADOS EM ELÁSTICO COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO E VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA.	Marca: CSEG MODELO/VERSÃO: CSEG	<ul style="list-style-type: none"><li>O preço apresentado <b>R\$ 41,04</b> por unidade é tecnicamente adequada, economicamente vantajosa e exequível, com base nas práticas de mercado e nas exigências do Termo de Referência.</li></ul>	<b>EM CONFORMIDADE</b>

COVAN	7 e 61	<p><b>7- ATADURA DE CREPOM DE 20 cm x 1,80,</b> com 20 cm de largura, utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm², com comprimento de 1,80 m com 20 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.</p> <p><b>61- OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO,</b> Oxímetro de Pulso de dedo, portátil, destinado a "spot-check" para verificação da Sp O2 e frequência cardíaca, com visor de Led que informa a saturação de oxigênio e desliga automaticamente após retirar o dedo. Acompanhada com duas pilhas alcalinas tipo AAA e tira de suporte do equipamento para pendurar no pescoço.</p>	<p><b>7- ATADURA DE CREPOM DE 20 cm x 1,80,</b> com 20 cm de largura, utilizada para curativos, imobilizações e outras finalidades diversas. Confeccionada com fios 100% algodão na sua cor natural; Seu tecido deve ter trama de 13 fios por cm2, com comprimento de 1,80 m com 20 cm de largura; Devem ser enroladas uniformemente, não estéreis, sem borracha ou outros materiais sintéticos permitindo a fácil circulação do sangue e permitindo livre transpiração cutânea, quando em contato com a pele. Embalados individualmente em plástico, e agrupados em pacotes contendo 12 (doze) unidades. A embalagem deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da Lei nº 8078/90. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega</p> <p><b>61 - OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO,</b> Oxímetro de Pulso de dedo, portátil, destinado a "spot-check" para verificação da Sp O2 e frequência cardíaca, com visor de Led que informa a saturação de oxigênio e desliga automaticamente após retirar o dedo. Acompanhada com duas pilhas alcalinas tipo AAA e tira de suporte do equipamento para pendurar no pescoço</p>	<p>7- Marca : SOFT</p> <p>61- Marca: VITAGOLD</p>	<p>7 - O preço apresentado de <b>R\$ 12,45</b> por pacote com 12 unidades encontra-se <b>dentro da média do mercado</b>, conforme demonstrado por fontes consultadas. O valor é compatível com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.</p> <p><b>6 1 - O</b> preço apresentado de <b>R\$ 81,25</b> está <b>dentro da média de mercado, considerado exequível</b>, para modelos básicos e intermediários que atendem às especificações exigidas.</p>	<p><b>EM CONFORMIDADE</b></p>
-------	--------	---	--	---	---	-------------------------------

DENTAL	37, 53 e 84	<p><b>37- TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO:</b> Termômetro infravermelho digital sem contato, testa, orelha, corporal. Termômetro infra vermelho com medição de alta precisão e rápida pistola de temperatura para crianças, bebê e adulto.</p> <p><b>53- RESSUSCITADOR (REANIMADOR) MANUAL NEONATAL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO,</b> Reanimador neonatal de silicone com máscara e reservatório (bvm - bolsa válvula máscara), composto de balão auto inflável de silicone com reservatório neonatal, com volume do balão de 250 ml e o volume do reservatório de oxigênio de 500 ml, máscara número 1, espaço morto de 7 ml com máscara e baixo adaptador espaço morto, translúcido neonatal. Atóxica, anatômica com bojo e coxim e válvula transparente unidirecional com dispositivo de segurança; com suplemento para aclopadores de oxigênio, as válvulas deverão possuir conectores com bitolas padrão para ventilação/oxigenoterapia e sistema rosca/convenção/encaixe, que impossibilite a montagens errônea das partes; o equipamento deverá ser acondicionado em bolsa plástica transparente com altura de 13,00 cm, largura de 31,00 cm profundidade de 13,00 cm, estando incluso junto ao recipiente: balão, máscara, reservatório de oxigênio e conexões. Apresentar Registro na Anvisa. Com validade mínima de 36 meses a contar da data de entrega.</p> <p><b>84- ÓCULOS PROTEÇÃO</b> Material Armação: Policarbonato E Nylon. Tipo Proteção: Lateral. Tipo Lente: Anti-Risco, Anti-Embaçante. Cor Lente: Incolor. Aplicação: Laboratório. Características Adicionais: Proteção Uv, Amplo Campo Visual, Ajuste Na Testa. Material Lente: Policarbonato. Cor Armação: Preta</p>	<p>37 - <b>TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO.</b></p> <p><b>53 - RESSUSCITADOR (REANIMADOR) MANUAL NEONATAL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO,</b> - Reanimador neonatal de silicone com máscara e reservatório (bvm - bolsa válvula máscara), composto de balão auto inflável de silicone com reservatório neonatal, com volume do balão de 250 ml e o volume do reservatório de oxigênio de 500 ml, máscara número 1. O equipamento deverá ser acondicionado em bolsa plástica transparente, estando incluso junto ao recipiente: balão, máscara, reservatório de oxigênio e conexões.</p> <p><b>8 4 - ÓCULOS PROTEÇÃO</b> Material Armação: Policarbonato E Nylon. Tipo Proteção: Lateral. Tipo Lente: Anti-Risco, Anti-Embaçante. Cor Lente: Incolor. Aplicação: Laboratório. Características Adicionais: Proteção Uv, Amplo Campo Visual, Ajuste Na Testa. Material Lente: Policarbonato. Cor Armação: Preta</p>	<p>37 - Marca: GTECH</p> <p>53 - Marca: SAFTI</p> <p>84- Marca: FERREIRA MOLD</p>	<p><b>3 7 -</b> O preço apresentado <b>R\$ 58,99</b> é considerado exequível e vantajoso, estando dentro da média de mercado e abaixo de diversas fontes consultadas. Dessa forma, a proposta atende aos critérios de aceitabilidade de preços, especialmente no que se refere à compatibilidade com os preços praticados no mercado.</p> <p><b>5 3 -</b> O preço apresentado <b>R\$ 145,00</b> é exequível, vantajoso e tecnicamente adequado. A proposta demonstra aderência às especificações e compatibilidade com os preços praticados no mercado público e privado.</p> <p><b>8 4 -</b> O preço apresentado <b>R\$ 4,99</b> é considerado exequível, economicamente vantajosa e tecnicamente adequada e está em conformidade com os parâmetros de mercado.</p>	EM CONFORMIDADE
--------	-------------	---	---	---	--	-----------------

STAR	55 e 91	<b>55 e 91 - CAPACETE CLASSE "A" TIPO 3</b> , Capacete de segurança, branco, bombeiro, tipo III, classe A, fabricado em ABS (acrinolitina, butadieno, estireno) e com tratamento U.V, com estrutura que proporcione conforto ao usuário, com fitas antialérgicas, suspensão de catraca de pivô fas-trac III para conforto, ajuste e amplitude de movimento superiores, com ventilação para fluxo de ar e resfriamento, jugular de 4 pontos substituível em campo com vários pontos de ajuste para ajuste e conforto personalizados, banda de suor com espuma respirável e fixação de velcro para fácil substituição, trilho de fixação de acessórios com botão de pressão e cliques de iluminação universais para instalação e remoção rápidas.	<b>55 e 91 - CAPACETE CLASSE "A" TIPO3</b> , Capacete de segurança, branco, bombeiro, tipo III, classe A, fabricado em ABS (acrinolitina, butadieno, estireno) e com tratamento U.V, com estrutura que proporcione conforto ao usuário, com fitas antialérgicas, suspensão de catraca de pivô fas-trac III para conforto, ajuste e amplitude de movimento superiores, com ventilação para fluxo de ar e resfriamento, jugular de 4 pontos substituível em campo com vários pontos de ajuste para ajuste e conforto personalizados, banda de suor com espuma respirável e fixação de velcro para fácil substituição, trilho de fixação de acessórios com botão de pressão e cliques de iluminação universais para instalação e remoção rápidas.	<b>55 e 91 - Marca:</b> Montana <b>Modelo:</b> Ares	<b>55 e 91 - O preço</b> apresentado pela empresa de <b>R\$ 197,00</b> (com desoneração do ICMS), é considerada exequível e vantajosa economicamente, além de tecnicamente compatível com as exigências do termo de referência.	<b>EM CONFORMIDADE</b>
SULDONORTE	16	<b>16 -KIT QUEIMADOS</b> Contendo as seguintes especificações: • 03 (três) Soros Fisiológico 250 ml; • 02 (duas) Ataduras de Ryon 7,5 cm x 5m; • 02 (duas) Manta Térmica 2,10 x 1,40 m; • 01 (um) Protetor de queimadura e eviscerações; • 02 (dois) Pares de Luvas.	<b>16 -KIT QUEIMADOS</b> Contendo as seguintes especificações: • 03 (três) Soros Fisiológico 250 ml; • 02 (duas) Ataduras de Ryon 7,5 cm x 5m; • 02 (duas) Manta Térmica 2,10 x 1,40 m; • 01 (um) Protetor de queimadura e eviscerações; • 02 (dois) pares de luvas.	<b>16 - Marca:</b> Resgatex	<b>16 - O preço unitário</b> ofertado de <b>R\$ 129,69</b> é considerado exequível, vantajoso e compatível com os valores praticados no mercado. A proposta não configura sobrepreço, nem risco de inexecutabilidade, atendendo plenamente ao art. 23 da Lei nº 14.133/2021.	<b>EM CONFORMIDADE</b>

### 3. III – CONCLUSÃO

#### 3.1.

Após análise detalhada da proposta apresentada, verifica-se que todos os itens analisados apresentam preços compatíveis com os praticados no mercado público e privado, respeitando os princípios da economicidade, razoabilidade, eficiência e vantajosidade para a Administração. Portanto, recomenda-se a aceitação das propostas, desde que todos os critérios do edital estejam atendidos.

Atenciosamente,

Cacoal-RO, data e hora da assinatura eletrônica.

**ÉRICA DE OLIVEIRA VIANA BARRETO - CAP BM**

Presidente da Comissão de APH  
Portaria 624 (0061463901)



Documento assinado eletronicamente por **ÉRICA DE OLIVEIRA VIANA BARRETO, Capitã(o)**, em 02/10/2025, às 10:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0064925018** e o código CRC **EFD5B47A**.

---

**Referência:** Caso responda esta Análise, indicar expressamente o Processo nº 0004.004036/2023-27

SEI nº 0064925018