



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 35/2025/SESAU-SLPM

De: SESAU - SLPM
Para: SUPEL - COSAU2
Processo Nº: 0036.045741/2024-98
Assunto: Parecer Técnico Farmacêutico.

Considerando o Ofício nº 6951 protocolados sob os SEI nº 0065141471, respectivamente, os quais solicitam análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90234/2025, esta **Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM)**, por meio do **Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos (SLPM)**, apresenta o seguinte parecer:

Considerando os pareceres Técnico-Farmacêuticos nº 10 e 21 (0063985934 e 0064256936), referentes aos itens 9, 10, 11, 12 e 13, segue abaixo reanálise.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.							
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0036.045741/2024-98.							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90234/2025/SUPEL/RO. MATERIAIS DIVERSOS II							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	Classificação	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
9	ID: 2738 - COLAR CERVICAL PHILADELPHIA TAMANHO GG, APROXIMADAMENTE 25 CM DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESPUMA SEMI-RÍGIDA DE ALTA DENSIDADE COM FECHAMENTO REGULÁVEL EM VELCRO DE 50 MM, ORIFÍCIO FRONTAL, PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA REVESTIDO INTERNAMENTE POR MALHA DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO UNIFORME E SEM REBARBAS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS	PLASTICOS JUREMA/MARIMAR	10361670003	APTO	Foi apresentado prospecto/folder do Colar Cervical Philadelphia em anexo à proposta comercial. Após reanálise no catálogo, no site do fabricante e no registro da ANVISA, verificou-se que a marca atende. Parecer Técnico Farmacêutico 10 (0063985934).
		2ª Colocada	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	RESGATE SP	81094800010	APTO	Foi apresentado prospecto/folder do Colar Cervical Philadelphia em anexo à proposta comercial. Após reanálise no catálogo, no site do fabricante e no registro da ANVISA, verificou-se que a marca atende. Parecer Técnico Farmacêutico 10 (0063985934).
		3ª Colocada	LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE	APH	82491890003	APTO	Foi apresentado prospecto/folder do Colar Cervical Philadelphia em anexo à proposta comercial. Após reanálise no catálogo, no site do fabricante e no registro da ANVISA, verificou-se que a marca atende. Parecer Técnico Farmacêutico 10 (0063985934).
10	ID: 7207 - COLAR CERVICAL PHILADELPHIA TAMANHO G, APROXIMADAMENTE 19 CM DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESPUMA SEMI-RÍGIDA DE ALTA DENSIDADE COM FECHAMENTO REGULÁVEL EM VELCRO DE 50 MM, ORIFÍCIO FRONTAL, PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA REVESTIDO INTERNAMENTE POR MALHA DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO UNIFORME E SEM REBARBAS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	AMARALMED COMERCIOS	MARIMAR	10361670003	APTO	Foi apresentado prospecto/folder do Colar Cervical Philadelphia em anexo à proposta comercial. Após reanálise no catálogo, no site do fabricante e no registro da ANVISA, verificou-se que a marca atende. Parecer Técnico Farmacêutico 10 (0063985934).
		2ª Colocada	LEADERSHIP PRODUTOS	APH	82491890003		Foi apresentado prospecto/folder do Colar Cervical Philadelphia em anexo à proposta comercial. Após reanálise no catálogo, no site do fabricante e no registro da ANVISA, verificou-se que a marca atende. Parecer Técnico Farmacêutico 21 (0064256936)
11	ID: 2737 - COLAR CERVICAL PHILADELPHIA TAMANHO M, APROXIMADAMENTE 18 CM DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESPUMA SEMI-RÍGIDA DE ALTA DENSIDADE COM FECHAMENTO REGULÁVEL EM VELCRO DE 50 MM, ORIFÍCIO FRONTAL, PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA, REVESTIDO INTERNAMENTE POR MALHA DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO UNIFORME E SEM REBARBAS.A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS	MARIMAR	10361670003	APTO	Foi apresentado prospecto/folder do Colar Cervical Philadelphia em anexo à proposta comercial. Após reanálise no catálogo, no site do fabricante e no registro da ANVISA, verificou-se que a marca atende. Parecer Técnico Farmacêutico 10 (0063985934).
		2ª Colocada	LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS	APH	82491890003	APTO	Foi apresentado prospecto/folder do Colar Cervical Philadelphia em anexo à proposta comercial. Após reanálise no catálogo, no site do fabricante e no registro da ANVISA, verificou-se que a marca atende. Parecer Técnico Farmacêutico 10 (0063985934).
12	ID: 8100 - COLAR CERVICAL PHILADELPHIA TAMANHO P, APROXIMADAMENTE 17 CM DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESPUMA SEMI-RÍGIDA DE ALTA DENSIDADE COM FECHAMENTO REGULÁVEL EM VELCRO DE 50 MM, ORIFÍCIO FRONTAL, PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA REVESTIDO INTERNAMENTE POR MALHA DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO UNIFORME E SEM REBARBAS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS	MARIMAR	10361670003	APTO	Foi apresentado prospecto/folder do Colar Cervical Philadelphia em anexo à proposta comercial. Após reanálise no catálogo, no site do fabricante e no registro da ANVISA, verificou-se que a marca atende. Parecer Técnico Farmacêutico 10 (0063985934).
		2ª Colocada	LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE	APH	82491890003	APTO	Foi apresentado prospecto/folder do Colar Cervical Philadelphia em anexo à proposta comercial. Após reanálise no catálogo, no site do fabricante e no registro da ANVISA, verificou-se que a marca atende. Parecer Técnico Farmacêutico 10 (0063985934).
13	ID: 6498 - COLAR CERVICAL PHILADELPHIA TAMANHO PP, APROXIMADAMENTE 15 CM DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESPUMA SEMI-RÍGIDA DE ALTA DENSIDADE COM FECHAMENTO REGULÁVEL EM VELCRO DE 50 MM, ORIFÍCIO FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA, REVESTIDO INTERNAMENTE POR MALHA DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO UNIFORME E SEM REBARBAS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS	MARIMAR	10361670003	APTO	Foi apresentado prospecto/folder do Colar Cervical Philadelphia em anexo à proposta comercial. Após reanálise no catálogo, no site do fabricante e no registro da ANVISA, verificou-se que a marca atende. Parecer Técnico Farmacêutico 10 (0063985934).
		2ª Colocada	COVAN - COMERCIO VAREJISTA	RESGATE SP	81094800010	APTO	Foi apresentado prospecto/folder do Colar Cervical Philadelphia em anexo à proposta comercial. Após reanálise no catálogo, no site do fabricante e no registro da ANVISA, verificou-se que a marca atende. Parecer Técnico Farmacêutico 10 (0063985934).
		3ª Colocada	LEADERSHIP PRODUTOS	SP	82491890003	APTO	Foi apresentado prospecto/folder do Colar Cervical Philadelphia em anexo à proposta comercial. Após reanálise no catálogo, no site do fabricante e no registro da ANVISA, verificou-se que a marca atende. Parecer Técnico Farmacêutico 10 (0063985934).

1. DA CONCLUSÃO:

Informamos que foi realizada a Reanálise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pelas empresas/licitantes, considerando os seguintes critérios: especificações técnicas, registro sanitário, bem como a avaliação de catálogos, prospectos ou folders dos materiais/produtos, conforme exigido no Termo de Referência e no Edital.

Após a reanálise das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 90234/2025/COSAU2/RO, constatou-se que as propostas ofertadas pelas empresas licitantes referentes aos itens 9, 10, 11, 12 e 13, estão de **Acordo** por esta Administração. Dessa forma, declaramos **APTAS** as propostas apresentadas pelas referidas empresas.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0036.045741/2024-98.						
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 90234/2025/SUPEL/RO. MATERIAIS DIVERSOS II						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação às especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
52	ID - 3003313 - CAPA ESTÉRIL PARA TRANSDUTOR PARA APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, COM DOBRADURA SANFONADA/TELESCÓPICA: SOBRE A EXTENSÃO DO SEU PRÓPRIO CORPO EM CAMADAS, DE FORMA SANFONADA, FACILITANDO TÉCNICA ASSÉPTICA DE ENCAPAMENTO, FABRICADA EM POLIETILENO TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA	J.CARE	82305950008	APTO	Foi apresentada a marca e registro da ANVISA do produto em anexo à proposta comercial. No entanto, após pesquisa no catálogo do fabricante e site da ANVISA, verificou-se que o produto atende ao descritivo exigido.
		AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS	J.CARE	82305950008	APTO	Foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, após pesquisa no catálogo e no site da ANVISA, verificou-se que o produto atende ao descritivo exigido

2. DA CONCLUSÃO:

Informamos que foi realizada a Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pelas empresas/licitantes, considerando os seguintes critérios: especificações técnicas, registro sanitário, bem como a avaliação de catálogos, prospectos ou folders dos materiais/produtos, conforme exigido no Termo de Referência e no Edital.

Após a análise das propostas apresentadas no **Pregão Eletrônico nº 90234/2025/COSAU2/RO**, constatamos que as propostas ofertadas pelas empresas/licitantes estão de **Acordo** as exigências estabelecidas por esta Administração. Dessa forma, declaramos **APTAS** as propostas apresentadas pelas referidas empresas.


Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Salvo melhor juízo é o Parecer.


Atenciosamente,

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
Farmacêutica Analista
Licitação de Produtos Médicos Gerais
SESAU-CGPM/RO





Documento assinado eletronicamente por Sirlei dos Santos Severino, Analista, em 09/10/2025, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0065215237** e o código CRC **DABAB7AC**.