



RONDÔNIA
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 41/2025/SESAU-SLPM

De: **SESAU - SLPM**

Para: **SUPEL - COSAU4**

Processo Nº: 0036.054992/2024-63

Assunto: **Parecer Técnico Farmacêutico.**

Considerando o Ofício nº7354 , protocolado sob o SEI nº0065472912 respectivamente, os quais solicitam análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90355/2025, esta **Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM)**, por meio do **Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos (SLPM)**, apresenta o seguinte parecer:

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.054992/2024-63						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90355/2025 /SUPEL/RO/ SONDAS II.						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
	DESCRITIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
72	ID: 8116 - SONDA PARA	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE	Fortune Medical	10289680105	INAPTO	Foi apresentado,

	GASTROSTOMIA N. 12 , 2 VIAS, EM SILICONE, BALÃO CAPACIDADE 5ML . DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.	COMERCIO IMPORTACAO LTDA			em anexo à proposta comercial, o registro e a marca do produto. Entretanto, após consulta ao catálogo do fabricante e à base de registros da ANVISA, verificou-se que o produto ofertado não atende às especificações solicitadas (Sonda para gastrostomia nº 12, com 2 vias, em silicone, com balão de capacidade 5 mL), Sendo uma via destinada à administração de dieta, medicamentos ou líquidos, e a outra via exclusiva para insuflação do balão.
73	ID: 10366 - SONDA PARA GASTROSTOMIA N 14, 2VIAS, EM SILICONE, BALÃO CAPACIDADE 5 ML . DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO LTDA	Fortune Medical	10289680105	INAPTO Foi apresentado, em anexo à proposta comercial, o registro e a marca do produto. Entretanto, após consulta ao catálogo do fabricante e à base de registros da ANVISA, verificou-se que o produto

				ofertado não atende às especificações solicitadas (Sonda para gastrostomia nº 14, com 2 vias, em silicone, com balão de capacidade 5 mL), Sendo uma via destinada à administração de dieta, medicamentos ou líquidos, e a outra via exclusiva para insuflação do balão.
--	--	--	--	---

2. DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertado pela empresa/licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está **em desacordo** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, as propostas ofertada pela empresa para os itens.

Para Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
Farmacêutica Analista
Licitação de Produtos Médicos Gerais
SESAU-CGPM/RO

SESAU
Secretaria de Estado
da Saúde

RONDÔNIA
Governo do Estado





Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 20/10/2025, às 10:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0065545648** e o código CRC **D1B37564**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.054992/2024-63

SEI nº 0065545648