



## GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 44/2025/SESAU-SLPM

De: **SESAU - SLPM**

Para: **SUPEL - COSAU4**

Processo Nº: 0036.054992/2024-63

Assunto: **Parecer Técnico Farmacêutico.**

Considerando o Ofício nº7619, protocolado sob o SEI nº 0065661125 respectivamente, os quais solicitam análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90355/2025, esta **Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM)**, por meio do **Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos (SLPM)**, apresenta o seguinte parecer:

1.

### ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.054992/2024-63						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90355/2025 /SUPEL/RO/ SONDAS II.						
<p><b>Método:</b> Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.</p> <p><b>Objetivo:</b> Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.</p>						
	DESCRITIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
72	ID: 8116 - <b>SONDA PARA GASTROSTOMIA N. 12 , 2 VIAS</b> , EM SILICONE, BALÃO CAPACIDADE 5ML . DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	VITAL	10296909031	INAPTO	Foi apresentado registro e marca do produto em anexo à proposta comercial. Por meio de consulta ao catálogo do fornecedor e ao site da ANVISA, <b>verificou-se que o produto ofertado trata-se de uma sonda para gastrostomia de 3 vias, o que não atende ao desritivo exigido no edital, que especifica: sonda para gastrostomia nº 12, de 2 vias.</b>
73	ID: 10366 - <b>SONDA PARA GASTROSTOMIA N 14, 2VIAS</b> , EM SILICONE, BALÃO CAPACIDADE 5 ML . DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	VITAL	10296909031	INAPTO	Foi apresentado registro e marca do produto em anexo à proposta comercial. Por meio de consulta ao catálogo do fornecedor e ao site da ANVISA, <b>verificou-se que o produto ofertado trata-se de uma sonda para gastrostomia de 3 vias, o que não atende</b>

				ao descritivo exigido no edital, que especifica: sonda para gastrostomia nº 14, de 2 vias
--	--	--	--	---

## 2.

**DA CONCLUSÃO:**

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertado pela empresa/licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está **em desacordo** com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos **INAPTA**, as propostas ofertada pela empresa para os itens.

Para Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

**SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO**

Farmacêutica Analista

Llicitação de Produtos Médicos Gerais

SESAU-CGPM/RO

**SESAU**  
Secretaria de Estado  
da Saúde

**RONDÔNIA**  
Governo do Estado





Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 23/10/2025, às 07:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0065706336** e o código CRC **0B2C6045**.

---

**Referência:** Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.054992/2024-63

SEI nº 0065706336