



RONDÔNIA
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM SAÚDE - SESAU-CEAS

Parecer nº 192/2025/SESAU-CEAS

1. ASSUNTO

O presente parecer tem como finalidade apresentar uma análise técnica quanto ao atendimento, por parte das empresas avaliadas, aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência (0059195825). As empresas analisadas são:

EMPRESAS	ITEM	DOCUMENTO, ID.
FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	31	Id. (0065738930)
STAR COMERCIO LTDA	12	Id. (0065738859)

Os itens de hotelaria hospitalar, tem como objetivo atender o planejamento das ações das unidades, LACEN/RO, HOSPITAL REGIONAL DE BURITIS, Assistência Médica Intensiva AMI-24H, HEURO - Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal, Hospital de Retaguarda de Rondônia, Laboratório Estadual de Patologia e Análises Clínicas, POLICLÍNICA OSWALDO CRUZ - POC/SESAU, Serviço de assistência Multidisciplinar domiciliar-SAMD, Hospital Regional de São Francisco do Guaporé - HRSF, João Paulo II, CEMETRON, HOSPITAL REGIONAL DE EXTREMA, Hospital Infantil Cosme e Damião - HICD, HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL, Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HBAP.

A referência para análise consta no Termo de Referência (0059195825).

A documentação analisada foi encaminhada pelo Despacho (0065750366).

2. ANÁLISE TÉCNICA

ITEM	ID SEI	OBJETO	DESCRIÇÃO Termo de Referência (0059195825)	DESCRÍÇÃO DA PROPOSTA - MARCA/MODELO	ANÁLISE	OBSERVAÇÃO
31	0065738930	ANDADOR DE ALUMÍNIO ARTICULA DODOBRÁVEL	<ul style="list-style-type: none">• Andador alumínio articulado dobrável;• Com 3 Barras Leve Adulto ANB3 Tubo de Aço;• Manopla e Conexões de Polipropileno;• Tubos de alumínio anodizado 7/8 - em arco nas laterais, com manoplas para apoio das mãos;• Base frontal com tubos de alumínio anodizado (1 vertical; 7/8 horizontal);• Com tubos de alumínio de 3/4 e 7/8 na posição horizontal, encaixados entre si, com um pino de pressão para travamento em posição de abertura, acoplados com parafusos na parte superior dos tubos de alumínio laterais;• Tubos de alumínio anodizado 1 na parte inferior bases -, com 08 furos para regulagem, com pinos de pressão, com ponteiras de borracha, nas 04 bases;• Compatibilidade com pessoas de estatura de 1,45m a 1,90m	DELLAMED/D10	ATENDE	

			<ul style="list-style-type: none"> • Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas; • Estrutura em Polímero antimicrobiano injetado, com ação antibacteriostática, permitindo assim a não proliferação de bactérias, e de fácil assepsia; • Tampa superior anatômico com no mínimo 4 puxadores ergonômicos independentes, fabricados em polímero antimicrobiano injetado; • Base do carro em Polímero antimicrobiano injetado, com ação antibacteriostática; • Mínimo de 04 gavetas, sendo a 1ª com divisórias para medicamentos e com sistema de lacre único. Gavetas fabricadas da seguinte forma: estrutura em chapa de aço com pintura eletrostática a pó, com frontais em polímero antimicrobiano injetado, com ação antibacteriostática e fundo em poliestireno fabricado pelo processo de vacun form, com trilhos telescópicos de deslizar suave, permitindo abertura total das gavetas. Capacidade de carga de no mínimo 20kg por gaveta; • Sistema de rompimento do lacre com único toque através da pressão sobre botão; • Suporte para cilindro de oxigênio em chapa de aço em inox com acabamento escovado; • Suporte para desfibrilador, monitor ou cardioversor em chapa de aço inox; • Suporte de soro com estrutura em tubo redondo de aço inox; • Tábua de massagem cardíaca em acrílico; • Calha de tomadas com capacidade de 4 A com 4 pontos, 2P + T, com cabo de força de 3m, com interruptor e com filtro de linha; • 04 Rodízios , totalmente inoxidáveis, com garfo e aro em nylon resistentes a hipoclorito de sódio, sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava; • CATÁLOGO/FOLDERS/ENCARTE/FOLHETO TÉCNICO: Deverá apresentar o FOLDERS/ENCARTES/ FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS. 	RENASCE R / RNCP700	ATENDE
12	0065738859	CARRO DE EMERGÊNCIA/ PARADA			

A análise fora devidamente realizada mediante as especificações das propostas apresentadas, apresentação de CATÁLOGO/FOLDERS/ENCARTE/FOLHETO TÉCNICO, segundo os parâmetros do Termo de Referência (0058579763).

3. CONCLUSÃO

Pelo exposto, tem-se a seguinte conclusão acerca das propostas apresentadas:

EMPRESAS	ITENS	DOCUMENTO, ID.	ANÁLISE
FISIOLIFE SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	31	Id. (0065738930)	ATENDE
STAR COMERCIO LTDA	12	Id. (0065738859)	ATENDE

Este parecer se limita à análise técnica das especificações dos itens e das propostas apresentadas, tomando como base apenas as documentações constantes nos autos e consulta aos link's informados.

É o parecer.

Atenciosamente,

Porto Velho, data e hora do sistema.

THIAGO DO CARMO BRASIL

Coordenador de Engenharia e Arquitetura em Saúde

Nomeado pelo Decreto 108021/2025 (0062747554)

Eng. Eletricista | Eng. Clínico

CREA/RO 19777 - D



Documento assinado eletronicamente por **Thiago do Carmo Brasil, Coordenador(a)**, em 04/11/2025, às 10:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0066053459** e o código CRC **D625C414**.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0036.057526/2023-59

SEI nº 0066053459