



RONDÔNIA

★
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 51/2025/SESAU-SLPM

De: **SESAU - SLPM**

Para: **SUPEL - COSAU1**

Processo Nº: 0036.002324/2025-31

Assunto: **Parecer Técnico Farmacêutico.**

Considerando os Ofício nº 8053, protocolados sob os SEI nº0066073278, respectivamente, os quais solicitam análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90275/2025, esta **Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM)**, por meio do **Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos (SLPM)**, apresenta o seguinte parecer:

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0036.002324/2025-31						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90275/2025 /RO/CÂNULAS.						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRITIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
	ID: 622 - DRENO CIRÚRGICO PENROSE Nº 3, DIÂMETRO DE 10 MM X COMPRIMENTO ENTRE 30 E 50 CM, CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÉUTICO,					

5	<p>TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM ÓXIDO DE ETILENO, ATÓXICO, FORMATO TUBULAR, UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM PAREDES FINAS E MALEAVEIS. POSSUI UMA LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA IDENTIFICAÇÃO E POSICIONAMENTO ATRAVÉS DE RAIO X. SUA PARTE INTERNA TEM UM DESENHO CORRUGADO QUE NÃO PERMITE A COLABAÇÃO DE SUAS PAREDES, POSSIBILITANDO UMA EXCELENTE DRENAGEM SEM INTERRUPÇÕES, ANTIALÉGICO, ANTI-ADERENTE, HIDROFÓBICO E NÃO PROVOCA IRRITAÇÃO.</p> <p>EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA – RDC N° 59/2000.</p>	ATIVIDADE COMERCIO	WELL LEAD	10150470476	APTO	<p>Foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa ao catálogo e ao site ANVISA, verificou-se que o produto atende ao descritivo exigido.</p>
---	--	--------------------	-----------	-------------	------	---

7	<p>ID: 5552 - DRENO TORÁCICO N° 32</p> <p>FABRICADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO OU PVC CRISTAL SILICONIZADO, COM LINHA RADIODIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, MULTIFENESTRADO, ACOMPANHADO DE CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	ATIVIDADE COMERCIO	MEDSHARP em pvc	80267170002	APTO	<p>Foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa ao catálogo e ao site ANVISA, verificou-se que o produto atende ao descritivo exigido.</p>
---	---	--------------------	-----------------	-------------	------	---

25	<p>ID: 814 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA, PONTA ROMBA, COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFUROCORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	ATIVIDADE COMERCIO	SHALON L500MR40	10243410033	INAPTO
----	--	--------------------	-----------------	-------------	--------

27	<p>ID: 6057 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO “2-0”, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	MB MARTINS SERVICOS	SHALON	NÃO INFORMADO	INAPTO	<p>Foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa ao catálogo do produto ofertado, verificou-se que o produto ofertado não apresenta cobertura anti-séptica com eficácia comprovada no combate aos patógenos relacionados ao sítio cirúrgico, conforme evidenciado por estudos científicos em humanos.</p>
----	---	---------------------	--------	---------------	--------	---

29	<p>ID: 5766 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO “4-0”, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>ALAMO DISTRIBUIDORA</p>	<p>SHALON</p>	<p>NÃO INFORMADO</p>	<p>INAPTO</p>	<p>Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no catálogo da marca, disponível no site do produto ofertado, verificou-se que este apresenta as seguintes especificações: tamanho 4-0, 70 cm, ½ círculo, agulha cilíndrica 1.5 — características que não atendem ao descriptivo do edital. Além disso, o produto não possui cobertura antisséptica com eficácia comprovada no combate aos patógenos relacionados ao sítio cirúrgico, conforme evidenciado por estudos científicos realizados em humano</p>

30	<p>ID: 830 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO “5-0”, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>ALAMO DISTRIBUIDORA</p>	<p>SHALON</p>	<p>NÃO INFORMADO</p>	<p>INAPTO</p>	<p>Não foi apresentado prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no catálogo da marca, disponível no site do produto ofertado, verificou-se que este apresenta as seguintes especificações: tamanho 5-0, 70 cm, ½ círculo, agulha cilíndrica 1.5 — características que não atendem ao descriptivo do edital. Além disso, o produto não possui cobertura antisséptica com eficácia comprovada no combate aos patógenos relacionados ao sítio cirúrgico, conforme evidenciado por estudos científicos realizados em humanos.</p>

34	<p>ID: 6679 - KIT OBSTETRÍCIA, EM UM ÚNICO ENVELOPE, CONTENDO 3 FIOS AGULHADOS SENDO:</p> <p>1 FIO CATGUT CROMADO DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE DE 30 MM E CURVATURA DE 3/8,</p> <p>1 FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 40MM</p> <p>E 1 FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 48 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	ATIVIDADE COMERCIO	SHALON KC420	10243410010	INAPTO	<p>Apresentou prospecto ou folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada no site do fabricante e no registro da ANVISA, verificou-se que, no Kit Obstetrícia, uma das agulhas apresenta especificações "2-0", comprimento de 70 cm, agulha cilíndrica de 5 cm e curvatura de 1/2, não atendendo ao descritivo solicitado.</p>
----	--	--------------------	--------------	-------------	--------	--

2. DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertado pela empresas/licitantes, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está **em desacordo** com o solicitado por esta administração.

Dessa forma, declaramos **inaptas** as propostas apresentadas pelas seguintes empresas, referentes aos itens **25, 27, 29, 30 e 34**.

ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
MB MARTINS SERVICOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA

Por outro lado, as propostas apresentadas pela empresa referente aos itens 5 e 7 foi considerada **aptas**.

ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Para Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica Analista

Llicitação de Produtos Médicos Gerais

SESAU-CGPM/RO

SESAU
Secretaria de Estado
da Saúde

RONDÔNIA
Governo do Estado



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 06/11/2025, às 18:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0066193868** e o código CRC **3B79CCD9**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.002324/2025-31

SEI nº 0066193868