



RONDÔNIA
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 4/2026/SESAU-SLPM

Considerando o **Ofício nº 9769**, protocolado sob o SEI nº 67729585, por meio do qual se solicita a análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº **90430/2025/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM), por intermédio da Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos (SLPM), passa a apresentar o presente Parecer Técnico, nos termos que seguem.

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.051245/2024-73						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90430/2025- CATÉTERES						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRITIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	ID: 5347 - CATETER EPIDURAL TRANSPARENTE, RADIOPACO NA PONTA E GRADUADO, N° 16. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	MEDSHOP HOSPITALAR	PORTEX	80228990108	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.
		ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	PORTEX	80228990108	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.
		BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	PORTEX	80228990108	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.

	ID: 3479 - CATETER EPIDURAL TRANSPARENTE, RADIOPACO NA PONTA E GRADUADO, N° 18. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	MEDSHOP HOSPITALAR	PORTEX	80228990108	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.
2		ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PORTEX	80228990108	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.
		BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	PORTEX	80228990108	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.
		MEDSHOP HOSPITALAR	RAWAMED	10150470414	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.
	ID: 6423 - CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL N° 2 FR TIPO FORGATY COM BALÃO DISTAL INFLÁVEL CONTROLADO POR SERINGA - COM SERINGA, ESTÉRIL, ATÓXICO, FLEXÍVEL. CONFECCIONADO EM POLÍMERO ADEQUADO OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, DENTRO DOS PADRÕES UNIVERSAIS DE QUALIDADE, DE CONSTITUIÇÃO REGULAR EM TODA A SUA EXTENSÃO E ISENTO DE DEFEITOS. DEVE					

3	<p>ACOMPANHAR FIO GUIA E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA PUNÇÃO E INTRODUÇÃO.</p> <p>EMBALAGEM INDIVIDUAL, UM LADO GRAU CIRÚRGICO E OUTRO EM POLIAMIDA,</p> <p>ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS,</p> <p>A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	PORTEX	80228990108	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.
	ID: 361 - CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL Nº 3 FR TIPO FORGATY COM BALÃO DISTAL INFLÁVEL CONTROLADO POR SERINGA - COM SERINGA, ESTÉRIL, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	MEDSHOP HOSPITALAR	RAWAMED	10150470414	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.

4	<p>CONFECCIONADO EM POLÍMERO ADEQUADO OU MATERIAL SIMILAR BIOCOPATÍVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, DENTRO DOS PADRÕES UNIVERSAIS DE QUALIDADE, DE CONSTITUIÇÃO REGULAR EM ATODA A SUA EXTENSÃO E ISENTO DE DEFEITOS. DEVE ACOMPANHAR FIO GUIA E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA PUNÇÃO E INTRODUÇÃO. EMBALAGEM INDICIDUAL, UM LADO GRAU CIRÚRGICO E OUTRO EM POLIAMIDA, ABERTURA EM PÉTALA, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	RAWAMED	10150470414	APTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descriptivo.</p>
	<p>ID: 362 - CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL Nº 4 FR TIPO FORGATY COM BALÃO DISTAL INFLÁVEL CONTROLADO POR SERINGA - COM SERINGA, ESTÉRIL, ATÓXICO, FLEXÍVEL. CONFECCIONADO EM POLÍMERO</p>	MEDSHOP HOSPITALAR	RAWAMED	10150470414	APTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descriptivo.</p>

5	<p>ADEQUADO OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, DENTRO DOS PADRÕES UNIVERSAIS DE QUALIDADE, DE CONSTITUIÇÃO REGULAR EM ATODA A SUA EXTENSÃO E ISENTO DE DEFEITOS. DEVE ACOMPANHAR FIO GUIA E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA PUNÇÃO E INTRODUÇÃO.</p> <p>EMBALAGEM INDIVIDUAL, UM LADO GRAU CIRÚRGICO E OUTRO EM POLIAMIDA, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL EM NC PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	RAWAMED	10150470414	APTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.</p>
<p>ID: 363 - CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL Nº 5 FR TIPO FORGATY COM BALÃO DISTAL INFLÁVEL CONTROLADO POR SERINGA- COM SERINGA, ESTÉRIL, ATÓXICO, FLEXÍVEL. CONFECIONADO EM POLÍMERO ADEQUADO OU</p>	MEDSHOP HOSPITALAR	RAWAMED	10150470414	APTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.</p>	
	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	RAWAMED	10150470414	APTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.</p>	

6	<p>MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, DENTRO DOS PADRÕES UNIVERSAIS DE QUALIDADE, DE CONSTITUIÇÃO REGULAR EM ATODA A SUA EXTENSÃO E ISENTO DE DEFEITOS. DEVE ACOMPANHAR FIO GUIA E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA PUNÇÃO E INTRODUÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, UM LADO GRAU CIRÚRGICO E OUTRO EM POLIAMIDA, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS</p> <p style="color: red;">NÃO APRESENTOU PROPOSTA DO PRODUTO</p>										
	<p>ID: 349 - CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL Nº 6 FR TIPO FORGATY COM BALÃO DISTAL INFLÁVEL CONTROLADO POR SERINGA - COM SERINGA, ESTÉRIL, ATÓXICO, FLEXÍVEL. CONFECCIONADO EM POLÍMERO ADEQUADO OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO,</p>	<table border="1" data-bbox="377 1448 1510 1830"> <tr> <td data-bbox="377 1448 595 1628">MEDSHOP HOSPITALAR</td><td data-bbox="595 1448 880 1628">RAWAMED</td><td data-bbox="880 1448 1102 1628">10150470414</td><td data-bbox="1102 1448 1198 1628" style="color: green;">APTO</td><td data-bbox="1198 1448 1510 1628">Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.</td></tr> <tr> <td data-bbox="377 1628 595 1830">BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS</td><td data-bbox="595 1628 880 1830">RAWAMED</td><td data-bbox="880 1628 1102 1830">10150470414</td><td data-bbox="1102 1628 1198 1830" style="color: green;">APTO</td><td data-bbox="1198 1628 1510 1830">Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.</td></tr> </table>	MEDSHOP HOSPITALAR	RAWAMED	10150470414	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	RAWAMED	10150470414	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.
MEDSHOP HOSPITALAR	RAWAMED	10150470414	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.								
BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	RAWAMED	10150470414	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.								

7	<p>HIPERALERGÉNICO, DENTRO DOS PADRÕES UNIVERSAIS DE QUALIDADE, DE CONSTITUIÇÃO REGULAR EM ATODA A SUA EXTENSÃO E ISENTO DE DEFEITOS. DEVE ACOMPANHAR FIO GUIA E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA PUNÇÃO E INTRODUÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, UM LADO GRAU CIRÚRGICO E OUTRO EM POLIAMIDA, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS</p> <p style="color: red;">NÃO APRESENTOU PROPOSTA DO PRODUTO</p>
	<p>ID: 364 - CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL Nº 7 FR TIPO FORGATY COM BALÃO DISTAL INFLÁVEL CONTROLADO POR SERINGA - COM SERINGA, ESTÉRIL, ATÓXICO, FLEXÍVEL. CONFECIONADO EM POLÍMERO ADEQUADO OU</p>	<p>MEDSHOP HOSPITALAR</p> <p>RAWAMED</p> <p>10150470414</p> <p style="color: green;">APTO</p> <p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.</p>

8	<p>MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, DENTRO DOS PADRÕES UNIVERSAIS DE QUALIDADE, DE CONSTITUIÇÃO REGULAR EM ATODA A SUA EXTENSÃO E ISENTO DE DEFEITOS. DEVE ACOMPANHAR FIO GUIA E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA PUNÇÃO E INTRODUÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, UM LADO GRAU CIRÚRGICO E OUTRO EM POLIAMIDA, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	RAWAMED	10150470414	APTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.</p>
9	<p>ID: 3166 - CATETER PERITONEAL 09 FR / 02 CUFFS 37 CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	BIOMEDICAL	10196320054	APTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.</p>

10	ID: 7453 - CATETER PERITONEAL 12 FR / 02 CUFFS 37 CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	BIOMEDICAL	10196320054	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.
		ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	BIOMEDICAL/T2AU37RW	10196320054	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.
11	ID: 10354 - CATETER PERITONEAL 15 FR / 02 CUFFS 42 CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	BIOMEDICAL/T2AU37RW	10196320054	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.
		ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	BIOMEDICAL/T2AU42RW	10196320054	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.
12	ID: 10248 - CATETER UMBILICAL EM POLIURETANO Nº 2,5 FR, RADIOPACO E TRANSPARENTE, UTILIZÁVEL POR VIA VENOSA OU ARTERIAL, GRADUADO PARA CONTROLE DE PROFUNDIDADE. ADAPTADOR EM PVC COM ENCAIXE PARA SERINGAS TIPO LUER-LOCK COM COMPRIMENTO ENTRE 30 E 40 CM APROXIMADO, ESTÉRIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	VITALGOLD	10296900147	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.
		ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	BIOMEDICAL/U25S30BWZ	10196320053	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.
	ID: 7512 - CATETER UMBILICAL EM POLIURETANO Nº 3,5 FR, RADIOPACO E TRANSPARENTE, UTILIZÁVEL POR VIA	MEDSHOP HOSPITALAR	POLYMED	10150470355	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.

13	VENOSA OU ARTERIAL, GRADUADO PARA CONTROLE DE PROFUNDIDADE. ADAPTADOR EM PVC COM ENCAIXE PARA SERINGAS TIPO LUER-LOCK COM COMPRIMENTO ENTRE 30 E 40 CM APROXIMADO, ESTÉRIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	VITALGOLD	10296900147	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descriptivo.
14	ID: 7513 - CATETER UMBILICAL EM POLIURETANO Nº 4,0 FR, RADIOPACO E TRANSPARENTE, UTILIZÁVEL POR VIA VENOSA OU ARTERIAL, GRADUADO PARA CONTROLE DE PROFUNDIDADE. ADAPTADOR EM PVC COM ENCAIXE PARA SERINGAS TIPO LUER-LOCK COM COMPRIMENTO ENTRE 30 E 40 CM APROXIMADO, ESTÉRIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	MEDSHOP HOSPITALAR	POLYMED	10150470355	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descriptivo.
		ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	VITALGOLD	10296900147	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descriptivo.
	ID: 8242 - CATETER UMBILICAL EM POLIURETANO Nº 5,0 FR, RADIOPACO E TRANSPARENTE, UTILIZÁVEL POR VIA VENOSA OU ARTERIAL, GRADUADO PARA	MEDSHOP HOSPITALAR	POLYMED	10150470355	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descriptivo.

15	CONTROLE DE PROFUNDIDADE. ADAPTADOR EM PVC COM ENCAIXE PARA SERINGAS TIPO LUER-LOCK COM COMPRIMENTO ENTRE 30 E 40 CM APROXIMADO, ESTÉRIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	VITALGOLD	10296900147	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descriptivo.
16	ID: 10370 - CATETER UMBILICAL EM POLIURETANO Nº 8,0 FR, RADIODACICO E TRANSPARENTE, UTILIZÁVEL POR VIA VENOSA OU ARTERIAL, GRADUADO PARA CONTROLE DE PROFUNDIDADE. ADAPTADOR EM PVC COM ENCAIXE PARA SERINGAS TIPO LUER-LOCK COM COMPRIMENTO ENTRE 30 E 40 CM APROXIMADO, ESTÉRIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	VITALGOLD	10296900147	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descriptivo.

17	<p>ID: 7560 - CATETER URETERAL MODELO PIG TAIL 6 FR 28 CM RADIOPACO</p> <p>CATETER URETRAL DUPLO "J" EM POLIURETANO, COM EXTREMIDADES ABERTA/FECHADA OU ABERTA/ABERTA , ORIFÍCIOS DE DRENAGEM EM TODA SUA EXTENSÃO, RADIOPACO, GRADUADO EM CENTÍMETROS, LINHA CONTÍNUA DE POSICIONAMENTO DE COR PRETA; GUIA DE INTRODUÇÃO DE 45 CM DE COMPRIMENTO; MANDRIL (GUIA) EM EPIRAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE APROXIMADAMENTE 150 CM DE COMPRIMENTO REVESTIDO DE TEFLON COM PONTA FLEXÍVEL PARA SEGURANÇA DO EXTREMO RÍGIDO; 2 PINÇAS DE FIXAÇÃO.</p> <p>A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO</p>	<p>KFF/DAHBT-0628</p>	<p>80991389040</p>	<p>APTO</p>	<p>Foi apresentado o prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo. Observação: será aceito apenas o produto que vier com as duas pinças de fixação, conforme especificado no descritivo.</p>
----	--	---	-----------------------	--------------------	--------------------	---

	ID: 5613 - CATETER URETERAL MODELO PIG TAIL 7FR 28CM RADIOPACO CATETER URETRAL DUPLO "J" EM POLIURETANO, COM EXTREMIDADES ABERTA/FECHADA OU ABERTA/ABERTA , ORIFÍCIOS DE DRENAGEM EM TODA SUA EXTENSÃO, RADIOPACO, GRADUADO EM CENTÍMETROS, LINHA CONTÍNUA DE POSICIONAMENTO DE COR PRETA; GUIA DE INTRODUÇÃO DE 45 CM DE COMPRIMENTO; MANDRIL (GUIA) EM EPIRAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE APROXIMADAMENTE 150 CM DE COMPRIMENTO REVESTIDO DE TEFLON COM PONTA FLEXÍVEL PARA SEGURANÇA DO EXTREMO RÍGIDO; 2 PINÇAS DE FIXAÇÃO . A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	BIOMEDICAL/PT7F28DEN	10196320026	APTO	Foi apresentado o prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descriptivo. Observação: será aceito apenas o produto que vier com as duas pinças de fixação, conforme especificado no descriptivo.
18						

		BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	KFF	80991389040	APTO	Foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa realizada, verificou-se que o registro informado apresenta especificações compatíveis com o solicitado. Entretanto, constatou-se que o modelo DAHBT-4712 , da KFF, atende integralmente às exigências estabelecidas, sendo este o único modelo aceitável, conforme justificado. Ressalta-se que somente será aceito material correspondente ao referido modelo, por atender plenamente ao descritivo exigido de 4,7 Fr e comprimento de 12 cm.
	ID: 517 - CATETER URETERAL MODELO PIG TAIL 4,7 FR 12 CM RADIOPACO CATETER URETRAL DUPLO "J" EM POLIURETANO, COM EXTREMIDADES ABERTA/FECHADA OU ABERTA/ABERTA , ORIFÍCIOS DE DRENAGEM EM TODA SUA EXTENSÃO, RADIOPACO, GRADUADO EM CENTÍMETROS, LINHA CONTÍNUA DE POSICIONAMENTO DE COR PRETA; GUIA DE INTRODUÇÃO DE 45 CENTÍMETROS DE COMPRIIMENTO; MANDRIL (GUIA) EM ESPIRAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE APROXIMADAMENTE 150 CM DE COMPRIIMENTO REVESTIDO DE TEFLON COM PONTA FLEXÍVEL PARA SEGURANÇA DO EXTREMO RÍGIDO; 2 PINÇAS DE FIXAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.ID:SEMID -	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	KFF	80991389040	APTO	Foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa realizada, verificou-se que o registro informado apresenta especificações compatíveis com o solicitado. Entretanto, constatou-se que o modelo DAHBT-4712 , da KFF, atende integralmente às exigências estabelecidas, sendo este o único modelo aceitável, conforme justificado. Ressalta-se que somente será aceito material correspondente ao referido modelo, por atender plenamente ao descritivo exigido de 4,7 Fr e comprimento de 12 cm.

19	<p>CATETER URETERAL MODELO PIG TAIL 4,7 FR 12 CM RADIOPACO CATETER URETRAL DUPLO "J" EM POLIURETANO, COM EXTREMIDADES ABERTA/FECHADA OU ABERTA/ABERTA , ORIFÍCIOS DE DRENAGEM EM TODA SUA EXTENSÃO, RADIOPACO, GRADUADO EM CENTÍMETROS, LINHA CONTÍNUA DE POSICIONAMENTO DE COR PRETA; GUIA DE INTRODUÇÃO DE 45 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO; MANDRIL (GUIA) EM ESPIRAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE APROXIMADAMENTE 150 CM DE COMPRIMENTO REVESTIDO DE TEFLON COM PONTA FLEXÍVEL PARA SEGURANÇA DO EXTREMO RÍGIDO; 2 PINÇAS DE FIXAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>			
----	--	--	--	--

20	ID: 6724 - CATETER URETERAL MODELO PIG TAIL 3 FR 14 CM RADIOPACO CATETER URETRAL DUPLO "J" EM POLIURETANO, COM EXTREMIDADES ABERTA/FECHADA OU ABERTA/ABERTA , ORIFÍCIOS DE DRENAGEM EM TODA SUA EXTENSÃO, RADIOPACO, GRADUADO EM CENTÍMETROS, LINHA CONTÍNUA DE POSICIONAMENTO DE COR PRETA; GUIA DE INTRODUÇÃO DE 45 CM DE COMPRIMENTO; MANDRIL (GUIA) EM ESPIRAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE APROXIMADAMENTE 150 CM DE COMPRIMENTO REVESTIDO DE TEFLON COM PONTA FLEXÍVEL PARA SEGURANÇA DO EXTREMO RÍGIDO; 2 PINÇAS DE FIXAÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO	Biosat -DJ-3014 / SGT-18-150	80691560010/80691560003	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.
		ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO	Biosat/DJ-3012 SGT-18-150	80691560010 80691560003	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.

21	<p>ID: 1002694 -</p> <p>CATETER URETERAL MODELO PIG TAIL 3 FR 12 CM RADIOPACO</p> <p>CATETER URETRAL DUPLO "J" EM POLIURETANO, COM EXTREMIDADES ABERTA/FECHADA OU ABERTA/ABERTA , ORIFÍCIOS DE DRENAGEM EM TODA SUA EXTENSÃO, RADIOPACO, GRADUADO EM CENTÍMETROS, LINHA CONTÍNUA DE POSICIONAMENTO DE COR PRETA; GUIA DE INTRODUÇÃO DE 45 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO; MANDRIL (GUIA) EM ESPIRAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE APROXIMADAMENTE 150 CM DE COMPRIMENTO REVESTIDO DE TEFLON COM PONTA FLEXÍVEL PARA SEGURANÇA DO EXTREMO RÍGIDO; 2 PINÇAS DE FIXAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>SURGICALMEDI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MAT</p>	<p>ATETER DUPLO J CP - CATETER 3FR X 12 CM DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO E PONTAS ABERTAS, EMPURRADOR COAXIAL E FIO GUIA 0,021" X 150 CM TEFLONADO (PTFE)</p>	<p>81665690006</p>	<p>APTO</p> <p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.</p>

	ID: 6723 - CATETER URETERAL MODELO PIG TAIL 3 FR 10 CM RADIOPACO CATETER URETRAL DUPLO "J" EM POLIURETANO, COM EXTREMIDADES ABERTA/FECHADA OU ABERTA/ABERTA , ORIFÍCIOS DE DRENAGEM EM TODA SUA EXTENSÃO, RADIOPACO, GRADUADO EM CENTÍMETROS, LINHA CONTÍNUA DE POSICIONAMENTO DE COR PRETA; GUIA DE INTRODUÇÃO DE 45 CM DE COMPRIMENTO; MANDRIL (GUIA) EM ESPIRAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE APROXIMADAMENTE 150 CM DE COMPRIMENTO REVESTIDO DE TEFLON COM PONTA FLEXÍVEL PARA SEGURANÇA DO EXTREMO RÍGIDO; 2 PINÇAS DE FIXAÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO	Biosa/ DJ-3010 / SGT-18-150	80691560010 80691560003	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.
22						

	ID: 32 - KIT DE CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE 13,5 FR E OU 14,5 FR, COMPRIMENTO DO CATETER 45 CM A 55 CM APROXIMADAMENTE, EXTENÇÃO RETA. COM 1 CATÉTER DUPLO LÚMEN; 1 FIO GUIA FLEXÍVEL; 1 DISPOSITIVO INTRODUTOR "PELL- AWAY"; 2 TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO AUTO SELANTES; 1 AGULHA INTRODUTORA; 1 BISTUI; INTRODUTOR; 1 SERINGA HIPODÉRMICA 10ML COM AGULHA; DILATADOR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE,	BIOMEDICAL	10196320060	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.
--	---	--	------------	-------------	-------------	---

	ID: 11002 - KIT CATETER DE ACESSO VASCULAR DE TITÂNIO PARA INTRODUÇÃO PERCUTÂNEA 7 FR, TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, COM EM TITÂNIO GRAU MÉDICO, MODELO INFANTIL, COM SEPTO AUTO- SELANTE DE SILICONE, CONTENDO,	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	BLENTA	81158510031	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.
--	---	---	--------	-------------	-------------	---

25	CATETER EM SILICONE, RADIOPACO, COM MARCAS DE REFERÊNCIA, INTRODUTOR COM DILATADOR, FIO GUIA EM "J" EM AÇO INOXIDÁVEL, AGULHA DE PUNÇÃO, AGULHA DE HUBER, TUNELIZADOR, CONECTOR PARA LAVAGEM, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	BLENTA	81158510031	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.
	ID: 7564 - KIT CATETER DE ACESSO VASCULAR DE TITÂNIO PARA INTRODUÇÃO PERCUTÂNEA 5 FR, TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, COM EM TITÂNIO GRAU MÉDICO, MODELO NEONATAL, COM SEPTO AUTO- SELANTE DE SILICONE, CONTENDO, CATETER EM SILICONE, RADIOPACO, COM	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	BLENTA	81158510031	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.

26	<p>MARCAS DE REFERÊNCIA, INTRODUTOR COM DILATADOR, FIO GUIA EM "J" EM AÇO INOXIDÁVEL, AGULHA DE PUNÇÃO, AGULHA DE HUBER, TUNELIZADOR, CONECTOR PARA LAVAGEM, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	BLENTA	81158510031	APTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.</p>
<p>ID: 8580 - KIT CATETER DE</p>		BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	BLENTA	81158510031	APTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.</p>

27	<p>ACESSO VASCULAR DE TITÂNIO PARA INTRODUÇÃO PERCUTÂNEA 9 FR, TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, COM EM TITÂNIO GRAU MÉDICO, MODELO ADULTO, COM SEPTO AUTO-SELANTE DE SILICONE, CONTENDO, CATETER EM SILICONE, RADIOPACO, COM MARCAS DE REFERÊNCIA, INTRODUTOR COM DILATADOR, FIO GUIA EM "J" EM AÇO INOXIDÁVEL, AGULHA DE PUNÇÃO, AGULHA DE HUBER, TUNELIZADOR, CONECTOR PARA LAVAGEM, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS</p>	<p>BLENTA</p>	<p>81158510031</p>	<p>APTO</p> <p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.</p>

	ID: 10347 e 10345 - CATETER UNI LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) . TAMANHO 1.9 E OU 2 FR X 20 CM DE COMPRIMENTO. FABRICADO EM POLIURETANO E OU SILICONE, TERMOSENSÍVEL, BIOCOMPATÍVEL, HEMOCOMPATÍVEL; DEVE POSSUI MARCAS CENTIMETRADAS AO LONGO DO CORPO DO CATETER; RADIOPACO; PONTA MACIA E FLEXÍVEL, INFORMAÇÕES SOBRE CALIBRE, COMPRIMENTO E NÚMERO DE LUMENS DEVEM ESTAR IMPRESSAS NO CATETER; POSSUIR EXTENSÃO TRANSPARENTE FIXADA DE MANEIRA PERMANENTE NAS ALETAS LATERAIS (PARA SUTURA) COM RUBS COLORIDOS E IDENTIFICAÇÃO DOS LUMENS PROXIMAL, MEDIAL E DISTAL; INTRODUTOR QUEBRÁVEL COM ASAS POSSUINDO FRISO QUE SEPARA EM PARTES; POSSUIR CLAMPS DESLIZANTES E REMÓVIVEIS, FITA MÉTRICA, PINÇA METÁLICA, CONECTOR VALVULADO SISTEMA FECHADO SEM AGULHA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE,	BIOMEDICAL	10196320051	INAPTO	Foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Entretanto, após pesquisa, verificou-se que a marca ofertada, no tamanho 1.9 E ou 2 FR x 30 cm de comprimento, não atende ao descriptivo solicitado, que exige o tamanho 1.9 E ou 2 FR x 20 cm de comprimento.
28						

	ID: 10543 - CATETER UNI LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) . TAMANHO 3 FR X 50 A 65 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE. FABRICADO EM POLIURETANO E OU SILICONE, TERMOSENSÍVEL, BIOCOMPÁTIVEL, HEMOCOMPATÍVEL; DEVE POSSUI MARCAS CENTIMETRADAS AO LONGO DO CORPO DO CATETER; RADIOPACO; PONTA MACIA E FLEXÍVEL, INFORMAÇÕES SOBRE CALIBRE, COMPRIMENTO E NÚMERO DE LUMENS DEVEM ESTAR IMPRESSAS NO CATETER; POSSUIR EXTENSÃO TRANSPARENTE FIXADA DE MANEIRA PERMANENTE NAS ALETAS LATERAIS (PARA SUTURA) COM RUBS COLORIDOS E IDENTIFICAÇÃO DOS LUMENS PROXIMAL, MEDIAL E DISTAL; INTRODUTOR QUEBRÁVEL COM ASAS POSSUINDO FRISO QUE SEPARA EM PARTES; POSSUIR CLAMPS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS, FITA MÉTRICA, PINÇA METÁLICA, CONECTOR VALVULADO SISTEMA FECHADO SEM AGULHA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	BLENTA	81158510018	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.
29		BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO	KFF-CCIPU-0360	80991380016	INAPTO	Foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, após consulta às especificações do fabricante, constatou-se que o produto ofertado não contempla acessórios essenciais exigidos no descritivo, tais como fita métrica, pinça metálica e conector valvulado de sistema fechado, apresentando, portanto, incompatibilidade com o produto solicitado.

	<p>ID: 10544 - CATETER UNI LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) .</p> <p>TAMANHO 4 FR X 50 A 65 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE.</p> <p>FABRICADO EM POLIURETANO E OU SILICONE, TERMOSENSÍVEL, BIOCOMPÁTIVEL, HEMOCOMPATÍVEL; DEVE POSSUI MARCAS CENTIMETRADAS AO LONGO DO CORPO DO CATETER; RADIOPACO; PONTA MACIA E FLEXÍVEL, INFORMAÇÕES SOBRE CALIBRE, COMPRIMENTO E NÚMERO DE LUMENS DEVEM ESTAR IMPRESSAS NO CATETER; POSSUIR EXTENSÃO TRANSPARENTE</p> <p>FIXADA DE MANEIRA PERMANENTE NAS ALETAS LATERAIS (PARA SUTURA) COM RUBS COLORIDOS E IDENTIFICAÇÃO DOS LUMENS PROXIMAL, MEDIAL E DISTAL;</p> <p>INTRODUTOR QUEBRÁVEL COM ASAS POSSUINDO FRISO QUE SEPARA EM PARTES; POSSUIR CLAMPS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS, FITA MÉTRICA, PINÇA METÁLICA, CONECTOR VALVULADO</p> <p>SISTEMA FECHADO SEM AGULHA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS</p>	<p>BIOMEDICAL</p>	<p>10196320055</p>	<p>APTO</p>	<p>Foi apresentado o prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa realizada, verificou-se que a apresentação com mandril do kit ofertado atende ao solicitado</p>
30		<p>OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE,</p>	<p>BIOMEDICAL</p>	<p>10196320051</p>	<p>APTO</p>	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.</p>

	<p>ID: 10545 - CATETER UNI LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) . TAMANHO 5 FR X 50 A</p> <p>65 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE. FABRICADO EM POLIURETANO E OU SILICONE, TERMOSENSÍVEL, BIOCOMPÁTIVEL, HEMOCOMPATÍVEL; DEVE POSSUI MARCAS CENTIMETRADAS AO LONGO DO CORPO DO CATETER; RADIOPACO; PONTA MACIA E FLEXÍVEL, INFORMAÇÕES SOBRE CALIBRE, COMPRIMENTO E NÚMERO DE LUMENS DEVEM ESTAR IMPRESSAS NO CATETER; POSSUIR EXTENSÃO TRANSPARENTE FIXADA DE MANEIRA PERMANENTE NAS ALETAS LATERAIS (PARA SUTURA) COM RUBS COLORIDOS E IDENTIFICAÇÃO DOS LUMENS PROXIMAL, MEDIAL E DISTAL; INTRODUTOR QUEBRÁVEL COM ASAS POSSUINDO FRISO QUE SEPARA EM PARTES; POSSUIR CLAMPS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS, FITA MÉTRICA, PINÇA METÁLICA, CONECTOR VALVULADO SISTEMA FECHADO SEM AGULHA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS</p> <p>BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO</p>	<p>BIOMEDICAL</p> <p>KFF-CCIPU-0560</p>	<p>10196320055</p> <p>80991380016</p>	<p>APTO</p> <p>INAPTO</p>	<p>Foi apresentado o prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa realizada, verificou-se que a apresentação com mandril do kit ofertado atende ao solicitado</p> <p>Foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, após consulta às especificações do fabricante, constatou-se que o produto ofertado não contempla acessórios essenciais exigidos no descriptivo, tais como fita métrica, pinça metálica e conector valvulado de sistema fechado, apresentando, portanto, incompatibilidade com o produto solicitado.</p>
31						

	ID: 8121 - CATETER DUPLO LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC). TAMANHO 2 FR X 30 CM DE COMPRIMENTO. FABRICADO EM POLIURETANO E OU SILICONE, TERMOSENSÍVEL, BIOCOMPATÍVEL, HEMOCOMPATÍVEL; DEVE POSSUI MARCAS CENTIMETRADAS AO LONGO DO CORPO DO CATETER; RADIOPACO; PONTA MACIA E FLEXÍVEL, INFORMAÇÕES SOBRE CALIBRE, COMPRIMENTO E NÚMERO DE LUMENS DEVEM ESTAR IMPRESSAS NO CATETER; POSSUIR EXTENSÃO TRANSPARENTE FIXADA DE MANEIRA PERMANENTE NAS ALETAS LATERAIS (PARA SUTURA) COM RUBS COLORIDOS E IDENTIFICAÇÃO DOS LUMENS PROXIMAL, MEDIAL E DISTAL; INTRODUTOR QUEBRÁVEL COM ASAS POSSUINDO FRISO QUE SEPARA EM PARTES; POSSUIR CLAMPS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS, FITA MÉTRICA, PINÇA METÁLICA, 2 CONECTORES VALVULADO SISTEMA FECHADO SEM AGULHA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	BLENTA	81158510030	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.
32		M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	BLENTA	81158510030	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.

33	<p>ID: 10250 - CATETER DUPLO LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) . TAMANHO 3 FR X 50 A 65 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE. FABRICADO EM POLIURETANO E OU SILICONE, TERMOSENSÍVEL, BIOCOMPÁTIVEL, HEMOCOMPATÍVEL; DEVE POSSUI MARCAS CENTIMETRADAS AO LONGO DO CORPO DO CATETER; RADIOPACO; PONTA MACIA E FLEXÍVEL, INFORMAÇÕES SOBRE CALIBRE, COMPRIMENTO E NÚMERO DE LUMENS DEVEM ESTAR IMPRESSAS NO CATETER; POSSUIR EXTENSÃO TRANSPARENTE FIXADA DE MANEIRA PERMANENTE NAS ALETAS LATERAIS (PARA SUTURA) COM RUBS COLORIDOS E IDENTIFICAÇÃO DOS LUMENS PROXIMAL, MEDIAL E DISTAL; INTRODUTOR QUEBRÁVEL COM ASAS POSSUINDO FRISO QUE SEPARA EM PARTES; POSSUIR CLAMPS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS, FITA MÉTRICA, PINÇA METÁLICA, 2 CONECTORES VALVULADO SISTEMA FECHADO SEM AGULHA.A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS</p>	<p>BIOMEDICAL</p>	<p>10196320055</p>	<p>APTO</p> <p>Foi apresentado o prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa realizada, verificou-se que a apresentação com mandril do kit ofertado atende ao solicitado</p>

34	<p>ID: 10593 - CATETER DUPLO LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) . TAMANHO 5 FR X 50 A 65 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE. FABRICADO EM POLIURETANO E OU SILICONE, TERMOSENSÍVEL, BIOCOMPÁTIVEL, HEMOCOMPATÍVEL; DEVE POSSUI MARCAS CENTIMETRADAS AO LONGO DO CORPO DO CATETER; RADIOPACO; PONTA MACIA E FLEXÍVEL, INFORMAÇÕES SOBRE CALIBRE, COMPRIMENTO E NÚMERO DE LUMENS DEVEM ESTAR IMPRESSAS NO CATETER; POSSUIR EXTENSÃO TRANSPARENTE FIXADA DE MANEIRA PERMANENTE NAS ALETAS LATERAIS (PARA SUTURA) COM RUBS COLORIDOS E IDENTIFICAÇÃO DOS LUMENS PROXIMAL, MEDIAL E DISTAL; INTRODUTOR QUEBRÁVEL COM ASAS POSSUINDO FRISO QUE SEPARA EM PARTES; POSSUIR CLAMPS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS, FITA MÉTRICA, PINÇA METÁLICA, 2 CONECTORES VALVULADO SISTEMA FECHADO SEM AGULHA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR</p>	<p>BIOMEDICAL/ P5D60BWZ</p>	<p>10196320056</p>	<p>APTO</p>	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.</p>
----	---	---	-----------------------------	--------------------	--------------------	---

	ID: 10647 - INTRODUTOR PEEL OFF BIPARTIDO TIPO CATETER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CÂMARA DE REFLUXO PARA VERIFICAÇÃO DO RETORNO SANQUÍNEO, PARA OS TAMANHOS 2 FR PARA INTRODUÇÃO DE CATETERES PICC. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	BLENTA	81158510024	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.
35		ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	MEDICONE	80020550053	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.
	CENTRO OESTE	BLENTA	81158510024	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.	
36	ID: 10648 - INTRODUTOR PEEL OFF BIPARTIDO TIPO CATETER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CÂMARA DE REFLUXO PARA VERIFICAÇÃO DO RETORNO SANQUÍNEO, PARA OS TAMANHOS 3 FR PARA INTRODUÇÃO DE CATETERES PICC. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	MEDICONE	80020550053	INAPTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa verificou-se não possuir as características essenciais de segurança (Peel Off e Câmara de Refluxo) estabelecidas no descritivo solicitado.

37	ID: 10649 - INTRODUTOR PEEL OFF BIPARTIDO TIPO CATETER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CÂMARA DE REFLUXO PARA VERIFICAÇÃO DO RETORNO SANQUÍNEO, PARA OS TAMANHOS 4 FR PARA INTRODUÇÃO DE CATETERES PICC. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	MEDICONE	80020550053	INAPTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa verificou-se não possuir as características essenciais de segurança (Peel Off e Câmara de Refluxo) estabelecidas no descriptivo solicitado.
38	ID: 10650 - INTRODUTOR PEEL OFF BIPARTIDO TIPO CATETER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CÂMARA DE REFLUXO PARA VERIFICAÇÃO DO RETORNO SANQUÍNEO, PARA OS TAMANHOS 5 FR PARA INTRODUÇÃO DE CATETERES PICC.A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	MEDICONE	80020550053	INAPTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa verificou-se não possuir as características essenciais de segurança (Peel Off e Câmara de Refluxo) estabelecidas no descriptivo solicitado.

39	<p>ID: 887 - CATETER INTRAVENOSO CENTRAL DE SUBCLÁVIA 16 G X 12"</p> <p>- 1,7 MM X 30,5 CM, AGULHA COM MANDRIL, GUIA ESTÉRIL, RADIOPACO, COM DISPOSITIVO QUE PERMITA FIXAÇÃO E CONECTOR LUER LOCK, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	KFF / DSB-0513	80991380043	INAPTO
		ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	BIOMEDICAL/BCTU1630WZ	10196320063	APTO
40	<p>ID: 8622 - CATETER INTRAVENOSO CENTRAL DE SUBCLÁVIA 16 G X 8"</p> <p>- 1,7 MM X 20,3 CM, AGULHA COM MANDRIL, GUIA ESTÉRIL, RADIOPACO, COM DISPOSITIVO QUE PERMITA FIXAÇÃO E CONECTOR LUER LOCK, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA</p>	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	KFF /DSB-0513	80991380043	INAPTO

	ANVISA.	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	BIOMEDICAL/BCTU1620WZ	10196320063	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descriptivo.
41	ID: 10554 - CATETER INTRAVENOSO CENTRAL DE SUBCLÁVIA 19 G A 8" - 1,1 MM X 20,3 CM, AGULHA COM MANDRIL, GUIA ESTÉRIL, RADIOPACO, COM DISPOSITIVO QUE PERMITA FIXAÇÃO E CONECTOR LUER LOCK, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	ALIVE HEART - CVC-M2008	80415440017	INAPTO	Foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Entretanto, em pesquisa verificou-se que a marca ofertada não atende ao descriptivo solicitado, apresentando calibre (20G) e comprimento (8 cm), divergindo das especificações solicitadas (19G x 20 cm).
	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	BIOMEDICAL/BCTU1920WZ	10196320063	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descriptivo.	
42	ID: 10555 - CATETER INTRAVENOSO CENTRAL DE SUBCLÁVIA 19 G X 12" - 1,1 MM X 30,5 CM, AGULHA COM MANDRIL, GUIA ESTÉRIL, RADIOPACO, COM DISPOSITIVO QUE PERMITA FIXAÇÃO E CONECTOR LUER LOCK, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	ALIVE HEART - CVC-M2013	80415440017	INAPTO	Foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Entretanto, em pesquisa verificou-se que a marca ofertada não atende ao descriptivo solicitado, apresentando calibre (20G) e comprimento (13 cm), divergindo do especificado (19G x 30,5 cm).
		ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	BIOMEDICAL/BCTU1930WZ	10196320063	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descriptivo.
		BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	ALIVE HEART - CVC-M2208	80415440017	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descriptivo.

43	<p>ID: 10556 - CATETER INTRAVENOSO CENTRAL DE SUBCLÁVIA 22 G X 8" - 0,7 MM X 20,3 CM, AGULHA COM MANDRIL, GUIA ESTÉRIL, RADIOPACO, COM DISPOSITIVO QUE PERMITA FIXAÇÃO E CONECTOR LUER LOCK,A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR</p>	<p>BIOMEDICAL/ BCTU2220WZ</p>	<p>10196320063</p>	<p>APTO</p>	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.</p>
----	--	---	-------------------------------	--------------------	--------------------	---

44	<p>ID: 8359 - CATETER DUPLO LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL. TAMANHO 4 FR X 13 E OU 15 CM. FABRICADO EM POLIURETANO, TERMOSENSÍVEL E BIOCOMPÁTIVEL; DEVE POSSUI MARCAS CENTIMETRADAS AO LONGO DO CORPO DO CATETER; RADIOPACO; PONTA MACIA E FLEXÍVEL; AS INFORMAÇÕES SOBRE CALIBRE, COMPRIMENTO E NÚMERO DE LUMENS DEVEM ESTAR IMPRESSAS NO CATETER; POSSUIR ALETAS LATERAIS PARA SUTURAS; EXTENSÕES COM RUBS COLORIDOS E IDENTIFICAÇÃO DOS LUMENS PROXIMAL, MEDIAL E DISTAL; POSSUIR CLAMPS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS; POSSUIR FIO GUIA METÁLICO GRADUADO COM PONTA EM J; ACOMPANHAR SERINGA COM EMBOLÔ VALVULADO E DILATADOR EM POLIPROPILENO; ACOMPANHAR CLAMPS EXTRAS COM ALETAS DE FIXAÇÃO; DEVE SER LIVRE DE LÁTEX. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR</p>	<p>BIOMEDICAL/CH4D13BW</p>	<p>10196320068</p>	<p>APTO</p>	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.</p>
	<p>ID: 8446 - CATETER DUPLO LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL. TAMANHO 5 FR X 13 E OU 15 CM. FABRICADO EM</p>	<p>ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR</p>	<p>BIOMEDICAL/CH5D13BW</p>	<p>10196320068</p>	<p>APTO</p>	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.</p>

45	<p>POLIURETANO, TERMOSENSÍVEL E BIOCOMPÁTIVEL; DEVE POSSUI MARCAS CENTIMETRADAS AO LONGO DO CORPO DO CATETER; RADIOPACO; PONTA MACIA E FLEXÍVEL; AS INFORMAÇÕES SOBRE CALIBRE, COMPRIMENTO E NÚMERO DE LUMENS DEVEM ESTAR IMPRESSAS NO CATETER; POSSUIR ALETAS LATERAIS PARA SUTURAS; EXTENSÕES COM RUBS COLORIDOS E IDENTIFICAÇÃO DOS LUMENS PROXIMAL, MEDIAL E DISTAL; POSSUIR CLAMPS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS; POSSUIR FIO GUIA METÁLICO GRADUADO COM PONTA EM J; ACOMPANHAR SERINGA COM EMBOLHO VALVULADO E DILATADOR EM POLIPROPILENO; ACOMPANHAR CLAMPS EXTRAS COM ALETAS DE FIXAÇÃO; DEVE SER LIVRE DE LÁTEX. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p> <p>NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS</p> <p>ALIVE HEART</p> <p>80415440021</p> <p>APTO</p> <p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao desritivo.</p>
	<p>OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SAÚDE,</p> <p>BIOMEDICAL</p> <p>10196320068</p> <p>APTO</p> <p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao desritivo.</p> <p>ID: 8947 - CATETER DUPLO LÚMEN PARA</p>

46	<p>ACESSO VENOSO CENTRAL. Tamanho 7 FR X 20 CM. FABRICADO EM POLIURETANO, TERMOSENSÍVEL E BIOCOMPÁTIVEL; DEVE POSSUI MARCAS CENTIMETRADAS AO LONGO DO CORPO DO CATETER; RADIOPACO; PONTA MACIA E FLEXÍVEL; AS INFORMAÇÕES SOBRE CALIBRE, COMPRIMENTO E NÚMERO DE LUMENS DEVEM ESTAR IMPRESSAS NO CATETER; POSSUIR ALETAS LATERAIS PARA SUTURAS; EXTENSÕES COM RUBS COLORIDOS E IDENTIFICAÇÃO DOS LUMENS PROXIMAL, MEDIAL E DISTAL; POSSUIR CLAMPS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS; POSSUIR FIO GUIA METÁLICO GRADUADO COM PONTA EM J; ACOMPANHAR SERINGA COM EMBOLHO VALVULADO E DILATADOR EM POLIPROPILENO; ACOMPANHAR CLAMPS EXTRAS COM ALETAS DE FIXAÇÃO; DEVE SER LIVRE DE LÁTEX. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES</p>	<p>BEIJING TARGET MEDICAL / China</p>	<p>10256400078</p>	<p>APTO</p>	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.</p>
----	---	---	---------------------------------------	--------------------	--------------------	---

50	<p>ID: 988 - KIT CATETER TEMPORÁRIO BIPOLAR DE ESTIMULAÇÃO ENDOCARDICA 6FR X 110 CM, COM CONDUTORES METÁLICOS INTERNOS DE AÇO INOX REVESTIDOS EXTERNAMENTE COM POLIURETANO E ELETRODOS EXTERNOS DE CONTATO EM AÇO INOX. EMBALAGEM CONTENDO 1 CABO-ELETRODO E 1 INTRODUTOR DE PUNÇÃO PEEL-AWAY DE 6CM COM AGULHA. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	G2 COMERCIO E SERVICOS	FIAB/52106N0	80239100007	INAPTO	<p>Em análise técnica do prospecto anexado à proposta comercial, verifica-se que o produto ofertado — Linha SPIKE LC N — não atende aos requisitos estabelecidos no descriptivo. No que se refere à composição estrutural, o objeto ofertado é fabricado em Pebax®, divergindo frontalmente da exigência de condutores revestidos em Poliuretano, material que apresenta propriedades mecânicas e de biocompatibilidade distintas daquelas solicitadas. Ademais, quanto às dimensões, o modelo 6 French da referida linha possui comprimento de 125 cm, excedendo o limite máximo estabelecido de 110 cm. Diante da incompatibilidade com os requisitos materiais e dimensionais, conclui-se que o produto não atende ao solicitado.</p>
51	<p>Cateter Ureteral Duplo Jota Hidrofílico para drenagem renal infantil. Produzido em poliuretano. Ponta aberta com diâmetro de 3 Fr com comprimentos de 8 centímetros. deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Fio-Guia com cobertura PTFE nas medidas de 0.018" por 60cm. O duplo J deverá ter marcas de graduação para visualizar o avanço do stent e posicionamento, deverá conter Set - Stent para posicionador, Modelo de 1 loop</p>	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO	BIOSAT - DJ-3008 / SGT-18-150	80691560010 / 80691560003	INAPTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto como anexo à proposta comercial. Contudo, após consulta aos registros da ANVISA por ela informados, constatou-se que a marca e o modelo ofertados correspondem a Cateter Ureteral Duplo J, com comprimento de 150, não atendendo às especificações solicitadas, que exigem Cateter Ureteral Duplo J hidrofílico, com comprimento de 60.</p>

52	Cateter Ureteral Duplo Jota Hidrofílico para drenagem renal infantil. Produzido em poliuretano. Ponta aberta com diâmetro de 3 Fr com comprimentos de 10 centímetros. deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Fio-Guia com cobertura PTFE nas medidas de 0.018" por 60cm. O duplo J deverá ter marcas de graduação para visualizar o avanço do stent e posicionamento, deverá conter Set - Stent para posicionador, Modelo de 1 loop.	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO	BIOSAT - DJ-3010 / SGT-18-150	8069156001/0 80691560003	INAPTO	Apresentou prospecto/folder do produto como anexo à proposta comercial. Contudo, após consulta aos registros da ANVISA por ela informados, constatou-se que a marca e o modelo ofertados correspondem a Cateter Ureteral Duplo J, com comprimento de 150, não atendendo às especificações solicitadas, que exigem Cateter Ureteral Duplo J hidrofílico, com comprimento de 60.
53	Cateter Ureteral Duplo Jota Hidrofílico para drenagem renal infantil. Produzido em poliuretano. Ponta aberta com diâmetro de 3 Fr com comprimentos de 12 centímetros. deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Fio-Guia com cobertura PTFE nas medidas de 0.018" por 60cm. O duplo J deverá ter marcas de graduação para visualizar o avanço do stent e posicionamento, deverá conter Set - Stent para posicionador, Modelo de 1 loop.	SURGICALMEDI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MAT. CIRURGICOS	SAFE&SOFT/ KIT CATETER DUPLO J 3FR X 12 CM C/ EMPURRADOR E FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,021X120CM	81665699009	INAPTO	Foi apresentado prospecto/folder do produto como anexo à proposta comercial. Contudo, após consulta ao registro da ANVISA informado, verificou-se que o produto apresentado possui fio guia de 0,021", comprimento de 120 cm, e material do fio guia distinto do inicialmente especificado (120 cm em Nitinol, em vez de 60 cm em PTFE). Tais divergências reforçam a não conformidade do modelo específico em questão, uma vez que não atende às especificações solicitadas, as quais exigem Cateter Ureteral Duplo J hidrofílico, com comprimento de 60 cm.
54	Cateter Ureteral Duplo Jota Hidrofílico para drenagem renal infantil. Produzido em poliuretano. Ponta aberta com diâmetro de 3 Fr com comprimentos de 14 centímetros. deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Fio-Guia com cobertura PTFE nas medidas de 0.018" por 60cm. O duplo J deverá ter marcas de graduação para visualizar o avanço do stent e posicionamento, deverá conter Set - Stent para posicionador, Modelo de 1 loop.	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO	BIOSAT - DJ-3014 / SGT-18-150	80691560010/ 80691560003	INAPTO	Apresentou prospecto/folder do produto como anexo à proposta comercial. Contudo, após consulta aos registros da ANVISA por ela informados, constatou-se que a marca e o modelo ofertados correspondem a Cateter Ureteral Duplo J, com comprimento de 150, não atendendo às especificações solicitadas, que exigem Cateter Ureteral Duplo J hidrofílico, com comprimento de 60.

55	Cateter Ureteral Duplo Jota Hidrofílico para drenagem renal infantil. Produzido em poliuretano. Ponta aberta com diâmetro de 4,8 Fr com comprimentos de 12 centímetros. deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Fio-Guia com cobertura PTFE. O duplo J deverá ter marcas de graduação para visualizar o avanço do stent e posicionamento, deverá conter Set - Stent para posicionador.	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO	RUSSER- EN-364712-F	80329720006	INAPTO	Apresentou prospecto/folder do produto como anexo à proposta comercial. Contudo, após consulta ao registro da ANVISA informado, constatou-se que a marca ofertada não possui registro vigente para os produtos Cateter Ureteral Duplo J Hidrofílico e Fio-Guia Hidrofílico, os quais são expressamente exigidos no descriptivo técnico. Dessa forma, verifica-se o não atendimento às especificações técnicas mínimas estabelecidas, o que inviabiliza a aceitação da proposta apresentada, uma vez que não atende ao solicitado.
58	KIT CATETER DUPLO J HIDROFÍLICO 6FR x 26CM COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,035X150CM, kit composto por cateter duplo J, dimensões 6Fr x 26cm. Composição do material de poliuretano, empurrador de polietileno (PEAD). Clamp de acrilonitrila butadieno estireno (ABS). possui revestimento hidrofílico em polivinilpirrolidona (PVP). Contém fio guia hidrofílico, dimensões 0,035x150cm. composição do fio guia: aço inox 304, núcleo em nitinol e cobertura hidrofílica. ponta reta, estéril - uso único.	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO	MEDTEC/2360H	81655779019	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descriptivo.

59	<p>KIT CATETER DUPLO J HIDROFÍLICO 4,7FR x 26CM COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,035X150CM, kit composto por cateter duplo J, dimensões 4,7Fr x 26cm.</p> <p>Composição do material de poliuretano, empurrador de polietileno (PEAD).</p> <p>Clamp de acrilonitrila butadieno estireno (ABS). possui revestimento hidrofílico em polivinilpirrolidona (PVP). Contém fio guia hidrofílico, dimensões 0,035x150cm.</p> <p>composição do fio guia: aço inox 304, núcleo em nitinol e cobertura hidrofílica. ponta reta, estéril - uso único.</p>	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO	MEDTEC SUPPLIES-2347H	81655779019	APTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.</p>
60	<p>Cateter Ureteral Duplo Jota fabricado em silicone 100% puro, cor preta, radiopaco, para drenagem renal.</p> <p>Produzido em Silicone.</p> <p>Seu tempo permanência dentro do paciente é superior aos demais cateter de poliuretano, Cateter de Silicone tem sua permanência instalada de até 12 meses.</p> <p>Produzido com Ponta aberta com diâmetro de 6 Fr. com comprimentos de 26 centímetros.</p> <p>deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico 0,035 ou 0,38 e também posicionador com 7Fr de diâmetro e 49 cm de comprimento, com conector de segurança.</p> <p>Extremidade filiforme flexível.</p>	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO	B-INDOVASIVE-PRETOFLEX/BIDJD2407030	81175140023	APTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.</p>

61	Cateter Ureteral Duplo Jota Hidrofílico infantil (Pig Tail Infantil) para drenagem renal. Produzido em soft poliuretano, radiopaco com m diâmetro de 3 Fr com comprimentos de 14 centímetros. Posicionador em vinil com ponta radiopaca. Acompanha fio guia em nitinol, que não entorta, com cobertura hidrofílica com calibre de 0,035 ou 0,38.	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO	BiosatDJ-3014 / SGH-18-150 80691560010/ 80691560004	INAPTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, em pesquisa realizada, verificou-se que a marca ofertada corresponde a um CATETER URETERAL DUPLO J, não atendendo ao desritivo técnico exigido. (ateter Ureteral Duplo Jota Hidrofílico infantil (Pig Tail Infantil)).
63	Cateter Ureteral Duplo Jota fabricado em silicone 100% puro, cor preta, radiopaco, para drenagem renal. Produzido em Silicone. Seu tempo permanência dentro do paciente é superior aos demais cateter de poliuretano, Cateter de Silicone tem sua permanência instalada de até 12 meses. Produzido com Ponta aberta com diâmetro de 6 Fr. com comprimentos de 26 centímetros. deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico 0,035 ou 0,38 e também posicionador com 7Fr de diâmetro e 49 cm de comprimento, com conector de segurança. Extremidade filiforme flexível.	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO	B-INDOVASIVE-PRETOFLEX/ BIDJD2407030	81175140023	APTO Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao desritivo.

64	<p>Cateter Ureteral Duplo Jota hidrofílico para drenagem renal.</p> <p>Produzido em poliuretano. Ponta aberta com diâmetro de 6 Fr. com comprimentos de 22 centímetros. deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Duplo J com Corda (monofilamento ou trançado) para facilitar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para visualizar o avanço do stent e posicionamento, deverá conter Set - Stent para posicionador, Modelo de 1 loop.</p>	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	Biosat - DJ-6000 / SGH-35-150	80691560010 / 80691560004	INAPTO	<p>"Foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, após pesquisa no site da ANVISA e análise do modelo da marca ofertada, verificou-se que a marca não atende ao requisito solicitado, uma vez que o cateter não possui característica hidrofílica, sendo esta aplicada apenas ao fio-guia que o acompanha.</p>
65	<p>Cateter Ureteral Duplo Jota hidrofílico para drenagem renal.</p> <p>Produzido em poliuretano. Ponta aberta com diâmetro de 5 Fr. com comprimentos de 22 centímetros. deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Duplo J com Corda (monofilamento ou trançado) para facilitar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para visualizar o avanço do stent e posicionamento, deverá conter Set - Stent para posicionador, Modelo de 1 loop.</p>	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	KFF	80991389037	APTO	<p>Foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa realizada, verificou-se que o registro informado apresenta especificações compatíveis com o solicitado. Entretanto, constatou-se que o modelo DAHBH 0522, da KFF, atende integralmente às exigências estabelecidas, sendo este o único modelo aceitável, conforme justificado. Ressalta-se que somente será aceito material correspondente ao referido modelo, por atender plenamente ao desritivo exigido de 6 Fr e comprimento de 22 cm.</p>
		ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO	MEDTEC - US-5-260 / 2235	80518279007 / 81655779014	INAPTO	<p>Foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa realizada nos registros da ANVISA e no modelo verificado, constatou-se que o produto apresenta Cateter Ureteral Duplo J, porém não possui revestimento hidrofílico, não atendendo, assim, ao solicitado (Cateter Ureteral Duplo J hidrofílico).</p>

		BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	KFF	80991389037	APTO	Foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa realizada, verificou-se que o registro informado apresenta especificações compatíveis com o solicitado. Entretanto, constatou-se que o modelo DAHBH 4722 , da KFF, atende integralmente às exigências estabelecidas, sendo este o único modelo aceitável, conforme justificado. Ressalta-se que somente será aceito material correspondente ao referido modelo, por atender plenamente ao descriptivo exigido de 4,7 Fr e comprimento de 22 cm.
66	Cateter Ureteral Duplo Jota Hidrofílico para drenagem renal. Produzido em poliuretano. Ponta aberta com diâmetro de 4.7 Fr. com comprimentos de 22 centímetros. deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Duplo J com Corda (monofilamento ou trançado) para facilitar repositionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para visualizar o avanço do stent e posicionamento, deverá conter Set - Stent para posicionador, Modelo de 1 loop.	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA	BIOMEDICAL	10196320026	APTO	Foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa realizada, verificou-se que o registro informado apresenta especificações compatíveis com o solicitado. Entretanto, constatou-se que o modelo PT47F22DGN , da BIOMEDICAL atende integralmente às exigências estabelecidas, sendo este o único modelo aceitável, conforme justificado. Ressalta-se que somente será aceito material correspondente ao referido modelo, por atender plenamente ao descriptivo exigido de 4,7 Fr e comprimento de 22 cm.

67	<p>Cateter Ureteral Duplo Jota Hidrofílico para drenagem renal infantil.</p> <p>Produzido em poliuretano. Ponta aberta com diâmetro de 4.7 Fr com comprimentos de 16 centímetros. deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Duplo J com Corda (monofilamento ou trançado) para facilitar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para visualizar o avanço do stent e posicionamento, deverá conter Set - Stent para posicionador, Modelo de 1 loop.</p>	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO	Russel/EN-364716-F	80329720006	INAPTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto como anexo à proposta comercial. Contudo, após consulta ao registro da ANVISA informado, constatou-se que a marca ofertada não possui registro vigente para os produtos Cateter Ureteral Duplo J Hidrofílico e Fio-Guia Hidrofílico, os quais são expressamente exigidos no descriptivo técnico. Dessa forma, verifica-se o não atendimento às especificações técnicas mínimas estabelecidas, o que inviabiliza a aceitação da proposta apresentada, uma vez que não atende ao solicitado.</p>
68	<p>Cateter Ureteral Duplo Jota Hidrofílico para drenagem renal.</p> <p>Produzido em poliuretano. Deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Duplo J com Corda (monofilamento ou trançado) para facilitar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para visualizar o avanço do stent e posicionamento, deverá conter Set - Stent para posicionador. Ponta aberta com diâmetro de 4.7 Fr com comprimentos de 26 centímetros Modelo de 1 loop.</p>	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO	MEDTEC SUPPLIES/ 2347H	81655779019	APTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descriptivo.</p>

28/75	<p>ID: 10347 e 10345 - CATETER UNI LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) . TAMANHO 1.9 E OU 2 FR X 20 CM DE COMPRIMENTO. FABRICADO EM POLIURETANO E OU SILICONE, TERMOSENSÍVEL, BIOCOMPÁTIVEL, HEMOCOMPATÍVEL; DEVE POSSUI MARCAS CENTIMETRADAS AO LONGO DO CORPO DO CATETER; RADIOPACO; PONTA MACIA E FLEXÍVEL, INFORMAÇÕES SOBRE CALIBRE, COMPRIMENTO E NÚMERO DE LUMENS DEVEM ESTAR IMPRESSAS NO CATETER; POSSUIR EXTENSÃO TRANSPARENTE FIXADA DE MANEIRA PERMANENTE NAS ALETAS LATERAIS (PARA SUTURA) COM RUBS COLORIDOS E IDENTIFICAÇÃO DOS LUMENS PROXIMAL, MEDIAL E DISTAL; INTRODUTOR QUEBRÁVEL COM ASAS POSSUINDO FRISO QUE SEPARA EM PARTES; POSSUIR CLAMPS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS, FITA MÉTRICA, PINÇA METÁLICA, CONECTOR VALVULADO SISTEMA FECHADO SEM AGULHA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES</p>	BLENTA	81158510018	INAPTO	<p>Foi apresentado prospecto/folder do produto como anexo à proposta comercial. Contudo, após consulta ao registro da ANVISA e site do fabricante, constatou-se que a marca ofertada apresenta, no catálogo do fabricante, o cateter de 1,9 Fr com 50 cm de comprimento, excedendo os 20 cm solicitados. Verificou-se, ainda, que o cateter de 2,0 Fr com 20 cm de comprimento é fabricado exclusivamente na versão de duplo lúmen, divergindo da exigência de lúmen único (uni lúmen). Dessa forma, o produto ofertado não atende ao descriptivo técnico exigido.</p>
-------	---	---	--------	-------------	--------	---

32/76	<p>ID: 8121 - CATETER DUPLO LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC). TAMANHO 2 FR X 30 CM DE COMPRIMENTO. FABRICADO EM POLIURETANO E OU SILICONE, TERMOSENSÍVEL, BIOCOMPÁTIVEL, HEMOCOMPATÍVEL; DEVE POSSUI MARCAS CENTIMETRADAS AO LONGO DO CORPO DO CATETER; RADIOPACO; PONTA MACIA E FLEXÍVEL, INFORMAÇÕES SOBRE CALIBRE, COMPRIMENTO E NÚMERO DE LUMENS DEVEM ESTAR IMPRESSAS NO CATETER; POSSUIR EXTENSÃO TRANSPARENTE FIXADA DE MANEIRA PERMANENTE NAS ALETAS LATERAIS (PARA SUTURA) COM RUBS COLORIDOS E IDENTIFICAÇÃO DOS LUMENS PROXIMAL, MEDIAL E DISTAL; INTRODUTOR QUEBRÁVEL COM ASAS POSSUINDO FRISO QUE SEPARA EM PARTES; POSSUIR CLAMPS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS, FITA MÉTRICA, PINÇA METÁLICA, 2 CONECTORES VALVULADO SISTEMA FECHADO SEM AGULHA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES</p>			<p>Foi apresentado prospecto/folder do produto como anexo à proposta comercial. Contudo, após consulta ao registro da ANVISA e ao site do fabricante, constatou-se que a marca ofertada corresponde a cateter para canalização endovenosa mono lúmen (PICC), divergindo do cateter duplo lúmen para acesso venoso central de inserção periférica (PICC), tamanho 2 Fr x 30 cm de comprimento, conforme especificado. Dessa forma, o produto ofertado não atende ao descriptivo técnico exigido.</p>
-------	--	---	--	--	---

	ID: 10593 - CATETER DUPLO LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) . TAMANHO 5 FR X 50 A 65 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE. FABRICADO EM POLIURETANO E OU SILICONE, TERMOSENSÍVEL, BIOCOMPÁTIVEL, HEMOCOMPATÍVEL; DEVE POSSUI MARCAS CENTIMETRADAS AO LONGO DO CORPO DO CATETER; RADIOPACO; PONTA MACIA E FLEXÍVEL, INFORMAÇÕES SOBRE CALIBRE, COMPRIMENTO E NÚMERO DE LUMENS DEVEM ESTAR IMPRESSAS NO CATETER; POSSUIR EXTENSÃO TRANSPARENTE FIXADA DE MANEIRA PERMANENTE NAS ALETAS LATERAIS (PARA SUTURA) COM RUBS COLORIDOS E IDENTIFICAÇÃO DOS LUMENS PROXIMAL, MEDIAL E DISTAL; INTRODUTOR QUEBRÁVEL COM ASAS POSSUINDO FRISO QUE SEPARA EM PARTES; POSSUIR CLAMPS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS, FITA MÉTRICA, PINÇA METÁLICA, 2 CONECTORES VALVULADO SISTEMA FECHADO SEM AGULHA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	BLENTA	81158510018	APTO	Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.
34/77						

46/80	<p>ID: 8947 - CATETER DUPLO LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL. Tamanho 7 FR X 20 CM. FABRICADO EM POLIURETANO, TERMOSENSÍVEL E BIOCOMPÁTIVEL; DEVE POSSUI MARCAS CENTIMETRADAS AO LONGO DO CORPO DO CATETER; RADIOPACO; PONTA MACIA E FLEXÍVEL; AS INFORMAÇÕES SOBRE CALIBRE, COMPRIMENTO E NÚMERO DE LUMENS DEVEM ESTAR IMPRESSAS NO CATETER; POSSUIR ALETAS LATERAIS PARA SUTURAS; EXTENSÕES COM RUBS COLORIDOS E IDENTIFICAÇÃO DOS LUMENS PROXIMAL, MEDIAL E DISTAL; POSSUIR CLAMPS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS; POSSUIR FIO GUIA METÁLICO GRADUADO COM PONTA EM J; ACOMPANHAR SERINGA COM EMBOLHO VALVULADO E DILATADOR EM POLIPROPILENO; ACOMPANHAR CLAMPS EXTRAS COM ALETAS DE FIXAÇÃO; DEVE SER LIVRE DE LÁTEX. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES</p>	<p>BEIJING TARGET MEDICAL / China</p>	<p>10256400078</p>	<p>APTO</p>	<p>Apresentou prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Em pesquisa, verificou-se que a marca ofertada atende ao descritivo.</p>
-------	---	---	---------------------------------------	--------------------	--------------------	---

47/81	<p>ID: 5934 - CATETER DUPLO LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL. Tamanho 7 FR X 30 CM.</p> <p>FABRICADO EM POLIURETANO, TERMOSENSÍVEL E BIOCOMPÁTIVEL;</p> <p>DEVE POSSUI MARCAS CENTIMETRADAS AO LONGO DO CORPO DO CATETER;</p> <p>RADIOPACO; PONTA MACIA E FLEXÍVEL;</p> <p>AS INFORMAÇÕES SOBRE CALIBRE, COMPRIMENTO E NÚMERO DE LUMENS DEVEM ESTAR IMPRESSAS NO CATETER; POSSUIR ALETAS LATERAIS PARA SUTURAS;</p> <p>EXTENSÕES COM RUBS COLORIDOS E IDENTIFICAÇÃO DOS LUMENS PROXIMAL, MEDIAL E DISTAL;</p> <p>POSSUIR CLAMPS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS;</p> <p>POSSUIR FIO GUIA METÁLICO GRADUADO COM PONTA EM J;</p> <p>ACOMPANHAR SERINGA COM EMBOLÔ VALVULADO E DILATADOR EM POLIPROPILENO;</p> <p>ACOMPANHAR CLAMPS EXTRAS COM ALETAS DE FIXAÇÃO; DEVE SER LIVRE DE LÁTEX. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>ATIVIDADE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES</p>	MEDIKATH	81580880001	APTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto como anexo à proposta comercial. Contudo, após consulta aos registros da ANVISA, verificou-se que o produto atende ao descritivo exigido.</p>
-------	---	---	----------	-------------	------	---

51/83	<p>Cateter Ureteral Duplo Jota Hidrofílico para drenagem renal infantil.</p> <p>Produzido em poliuretano. Ponta aberta com diâmetro de 3 Fr com comprimentos de 8 centímetros. deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Fio-Guia com cobertura PTFE nas medidas de 0.018" por 60cm. O duplo J deverá ter marcas de graduação para visualizar o avanço do stent e posicionamento, deverá conter Set - Stent para posicionador, Modelo de 1 loop</p>	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO	BIOSAT - DJ-3008 / SGT-18-150	80691560010 / 80691560003	INAPTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto como anexo à proposta comercial. Contudo, após consulta aos registros da ANVISA por ela informados, constatou-se que a marca e o modelo ofertados correspondem a Cateter Ureteral Duplo J, com comprimento de 150, não atendendo às especificações solicitadas, que exigem Cateter Ureteral Duplo J hidrofílico, com comprimento de 60.</p>
52/84	<p>Cateter Ureteral Duplo Jota Hidrofílico para drenagem renal infantil.</p> <p>Produzido em poliuretano. Ponta aberta com diâmetro de 3 Fr com comprimentos de 10 centímetros. deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Fio-Guia com cobertura PTFE nas medidas de 0.018" por 60cm. O duplo J deverá ter marcas de graduação para visualizar o avanço do stent e posicionamento, deverá conter Set - Stent para posicionador, Modelo de 1 loop.</p>	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO	BIOSAT - DJ-3010 / SGT-18-150	80691560010 / 80691560003	INAPTO	<p>Apresentou prospecto/folder do produto como anexo à proposta comercial. Contudo, após consulta aos registros da ANVISA por ela informados, constatou-se que a marca e o modelo ofertados correspondem a Cateter Ureteral Duplo J, com comprimento de 150, não atendendo às especificações solicitadas, que exigem Cateter Ureteral Duplo J hidrofílico, com comprimento de 60.</p>

61/87	Cateter Ureteral Duplo Jota Hidrofílico infantil (Pig Tail Infantil) para drenagem renal. Produzido em soft poliuretano, radiopaco com m diâmetro de 3 Fr com comprimentos de 14 centímetros. Posicionador em vinil com ponta radiopaca. Acompanha fio guia em nitinol, que não entorta, com cobertura hidrofílica com calibre de 0,035 ou 0,38.	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO	Biosat- DJ-3014 / SGH-18-150	80691560010 / 80691560004	INAPTO Foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, após análise e pesquisa, verificou-se que os registros informados não atendem integralmente às especificações exigidas no descriptivo do Cateter Duplo Jota Hidrofílico infantil 3 Fr x 14 cm com fio guia e posicionador. No registro ANVISA 80691560010 – Cateter Duplo J, o tamanho pediátrico (3 Fr x 14 cm), a característica hidrofílica, o loop infantil e as marcas de graduação não estão confirmados. No registro ANVISA 80691560004 – Fio Guia Hidrofílico, o calibre é 0,018", incompatível com os 0,035" ou 0,038" exigidos, e o fio não apresenta Duplo J com corda para reposicionamento/removal. Portanto, os registros e produtos apresentados não atendem integralmente às especificações técnicas solicitadas.
64/89	Cateter Ureteral Duplo Jota hidrofílico para drenagem renal. Produzido em poliuretano. Ponta aberta com diâmetro de 6 Fr. com comprimentos de 22 centímetros. deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Duplo J com Corda (monofilamento ou trançado) para facilitar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para visualizar o avanço do stent e posicionamento, deverá conter Set - Stent para posicionador, Modelo de 1 loop.	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO	Biosat - DJ-6000 / SGH-35-150	80691560010 / 80691560004	INAPTO "Foi apresentado prospecto/folder do produto em anexo à proposta comercial. Contudo, após pesquisa no site da ANVISA e análise do modelo da marca ofertada, verificou-se que a marca não atende ao requisito solicitado, uma vez que o cateter não possui característica hidrofílica, sendo esta aplicada apenas ao fio-guia que o acompanha.

2. DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertado pelas empresas/licitantes, em relação às especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está **em desacordo** com o solicitado por esta administração.

Dessa forma, declaramos **INAPTA**s as proposta apresentada pelas seguintes empresa para os itens:

ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - **Itens 75, 76, 77, 40, 41, 42**
BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - **Itens 39, 40, 41, 42**
AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA - **itens 06 e 07 (Não apresentou proposta para o itens correspondente)**
ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - **itens 35, 36, 37, 38**
ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA - **Itens 51, 52, 54, 55, 61, 64, 65, 67, 83, 84, 87 e 89**
CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - **item 64**
SURGICALMEDI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MAT. CIRURGICOS LTDA - **Item 53**
OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA - **Item 28**
BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - **Itens 29 e 31**
G2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - **Item 50**
NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS - **Item 45**

Por outro lado, as propostas apresentadas pelas empresas referentes aos itens foram consideradas **APTAS**.

MEDSHOP HOSPITALAR LTDA - **Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 15**
ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - **Itens 01, 02, 13, 14, 15, 29, 77 e 81**
BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - **Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 19, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 35, 43, 65 e 66**
ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA - **Itens 20, 21, 22, 58, 59, 60, 63, 68**
CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - **Itens 19, 25, 26, 27, 35**
SURGICALMEDI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MAT. CIRURGICOS LTDA - **Item 21**
OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA - **Itens 24, 30 e 46**
BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - **Item 17**
MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - **Itens 32**
M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - **Item 32**
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A - **Itens 46 e 80**
NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS - **Item 45**

Considerando que o parecer técnico foi elaborado estritamente com base na análise dos aspectos técnicos dos insumos, limitando-se às especificações e aos critérios técnicos pertinentes.

No que se refere à aferição de eventual inexequibilidade da proposta, observa-se o disposto no **art. 34 da Instrução Normativa nº 73/2022**, segundo o qual valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração configuram mero indício de inexequibilidade, cuja caracterização somente pode ocorrer após a realização de **diligência pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação**, conforme expressamente previsto em seu parágrafo único, *in verbis*:

"Art. 34. No caso de **bens e serviços em geral**, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

Parágrafo único. A **inexequibilidade**, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do agente de contratação ou da comissão de contratação."(grifo nosso)

Desse modo, **não se inserem nas atribuições deste setor a análise, aferição ou a realização de diligências relacionadas aos valores apresentados nas fases de lances e de negociação**, por se tratarem de atos inerentes à condução do certame, cuja responsabilidade é direta e exclusiva do agente de contratação/pregoeiro(a), em estrita observância à legislação vigente e às normas que regem os procedimentos licitatórios.

Para sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
Farmacêutica Analista



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 15/01/2026, às 18:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **68269299** e o código CRC **8E1F62FA**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.051245/2024-73

SEI nº 68269299