



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 9/2026/SESAU-SLPM

Considerando o Ofício nº1063, protocolado sob o SEI nº 69028177 respectivamente, os quais solicitam análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90167/2025, esta **Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM)**, por meio do **Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos (SLPM)**, apresenta o seguinte parecer:

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.048469/2024-06.						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº90167/2025/SUPEL/RO. SISTEMA URINÁRIO						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA

24	ID: 5338 - CATETER URETRAL HIDROFÍLICO Nº 08 - DESCARTÁVEL, FEMININO, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, PVC (OU SIMILAR DE CARACTERÍSTICA SUPERIOR),PRONTO USO, LUBRIFICAÇÃO UNIFORME E ESTÁVEL, BAIXA FRICÇÃO, ORIFÍCIOS RADIAIS, PODENDO APRESENTAR MANGA PROTETORA LOCALIZADA EM TODA A EXTENSÃO DO CATETER OU GUIA DE INSERÇÃO PARA FÁCIL MANUSEIO, ESTÉRIL.	ULTRA MEDKA	COLOPLAST/SPEEDICATH STANDARD FEMININO CH 08	10430310196	APTO	Após análise do catálogo e verificação junto à ANVISA, constatou-se que a marca está em conformidade com o descritivo especificado.
----	--	-------------	--	-------------	-------------	---

25	ID:3003363 - CATETER URETRAL HIDROFÍLICO Nº 10 - DESCARTÁVEL, FEMININO, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, PVC (OU SIMILAR DE CARACTERÍSTICA SUPERIOR), PRONTO USO, LUBRIFICAÇÃO UNIFORME E ESTÁVEL, BAIXA FRICÇÃO, ORIFÍCIOS RADIAIS, PODENDO APRESENTAR MANGA PROTETORA LOCALIZADA EM TODA A EXTENSÃO DO CATETER OU GUIA DE INSERÇÃO PARA FÁCIL MANUSEIO, ESTÉRIL.A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ULTRA MEDKA	COLOPLAST/SPEEDICATH STANDARD FEMININO CH 10	10430310196	APTO	Após análise do catálogo e verificação junto à ANVISA, constatou-se que a marca está em conformidade com o descritivo especificado.
----	--	-------------	--	-------------	-------------	---

26	ID: 10561 - CATETER URETRAL HIDROFÍLICO Nº 12 - DESCARTÁVEL, FEMININO, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, PVC (OU SIMILAR DE CARACTERÍSTICA SUPERIOR), PRONTO USO, LUBRIFICAÇÃO UNIFORME E ESTÁVEL, BAIXA FRICÇÃO, ORIFÍCIOS RADIAIS, PODENDO APRESENTAR MANGA PROTETORA LOCALIZADA EM TODA A EXTENSÃO DO CATETER OU GUIA DE INSERÇÃO PARA FÁCIL MANUSEIO, ESTÉRIL.A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ULTRA MEDKA	COLOPLAST/SPEEDICATH STANDARD FEMININO CH 12	10430310196	APTO	Após análise do catálogo e verificação junto à ANVISA, constatou-se que a marca está em conformidade com o descritivo especificado.
----	--	-------------	--	-------------	-------------	---

28	ID: 5340 - CATETER URETRAL HIDROFÍLICO Nº 10 - DESCARTÁVEL, MASCULINO, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, PVC (OU SIMILAR DE CARACTERÍSTICA SUPERIOR), PRONTO USO, LUBRIFICAÇÃO UNIFORME E ESTÁVEL, BAIXA FRICÇÃO, ORIFÍCIOS RADIAIS, PODENDO APRESENTAR MANGA PROTETORA LOCALIZADA EM TODA A EXTENSÃO DO CATETER OU GUIA DE INSERÇÃO PARA FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER, ESTÉRIL.A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ULTRA MEDKA	COLOPLAST/SPEEDICATH STANDARD MASCULINO CH 10	10430310196	APTO	Após análise do catálogo e verificação junto à ANVISA, constatou-se que a marca está em conformidade com o descritivo especificado.
----	---	-------------	---	-------------	-------------	---

29	ID: 5341 - CATETER URETRAL HIDROFÍLICO Nº 12- DESCARTÁVEL, MASCULINO, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, PVC (OU SIMILAR DE CARACTERÍSTICA SUPERIOR), PRONTO USO, LUBRIFICAÇÃO UNIFORME E ESTÁVEL, BAIXA FRICÇÃO, ORIFÍCIOS RADIAIS, PODENDO APRESENTAR MANGA PROTETORA LOCALIZADA EM TODA A EXTENSÃO DO CATETER OU GUIA DE INSERÇÃO PARA FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER, ESTÉRIL.A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ULTRA MEDKA	COLOPLAST/SPEEDICATH STANDARD MASCULINO CH 12	10430310196	APTO	Após análise do catálogo e verificação junto à ANVISA, constatou-se que a marca está em conformidade com o descritivo especificado.
----	--	-------------	---	-------------	-------------	---

30	ID: 10313 - CATETER URETRAL HIDROFÍLICO Nº 14- DESCARTÁVEL, MASCULINO, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, PVC (OU SIMILAR DE CARACTERÍSTICA SUPERIOR), PRONTO USO, LUBRIFICAÇÃO UNIFORME E ESTÁVEL, BAIXA FRICÇÃO, ORIFÍCIOS RADIAIS, PODENDO APRESENTAR MANGA PROTETORA LOCALIZADA EM TODA A EXTENSÃO DO CATETER OU GUIA DE INSERÇÃO PARA FÁCIL MANUSEIO, SEM TOQUE NO CATETER, ESTÉRIL.A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ULTRA MEDKA	COLOPLAST/SPEEDICATH STANDARD MASCULINO CH 14	10430310196	APTO	Após análise do catálogo e verificação junto à ANVISA, constatou-se que a marca está em conformidade com o descritivo especificado.
----	---	-------------	---	-------------	------	---

39	ID:3003374- BOLSA COLETORA DE URINA, TRANSPARENTE, EM PVC, COM CAPACIDADE MINIMO DE 500 ML. POSSUI TUBO EXTENSOR SANFONADO DE MATERIAL MACIO DOBRÁVEL, COMPOSTO DE PVC COM MINIMO 50 CM DE COMPRIMENTO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO EM PVC E UMA VÁLVULA DE DRENAGEM. PARTE POSTERIOR DA BOLSA REVESTIDA COM UM EMARANHADO DE NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, QUE FICA EM CONTATO COM A PELE. FIXA-SE POR MEIO DE VELCRO OU GANCHO PLÁSTICO. CAIXA COM 10 UNIDADES.	ULTRA MEDKA	COLOPLAST/CONVEEN SECURITY+ 500ML 50CM	10430310033	APTO	Após análise do catálogo e verificação junto à ANVISA, constatou-se que a marca está em conformidade com o descritivo especificado.
----	--	-------------	--	-------------	------	---

2. DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertado pela empresa/licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está **em acordo** com o solicitado por esta administração.

Dessa forma, **declaramos APTAS** as propostas apresentada pela empresa, referentes aos itens:

ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - itens 24,25,26,28,29,30 e 39

Para Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica Analista

Licitação de Produtos Médicos Gerais

SESAU-CGPM/RO

SESAU
Secretaria de Estado
da Saúde

RONDÔNIA
★
Governo do Estado



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 11/02/2026, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **69139766** e o código CRC **8D4C8204**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.048469/2024-06

SEI nº 69139766