



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência de Polícia Técnico Científica - POLITEC
Instituto Laboratorial Criminal - POLITEC-ILC

DESPACHO

De: POLITEC-ILC
Para: POLITEC- GAF
Processo Nº: 0022.001854/2024-31
Assunto: **Análise Técnica das Propostas - Pregão Eletrônico n.º 90049/2025/SUPEL/RO**

Senhora Coordenadora,

Cumprimentando-a cordialmente, retorno o presente processo, após as análises técnicas das propostas dos itens.

As propostas vencedoras (1ª colocada) atendem, referente aos seguintes itens: 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 88, 89, 90.

O item 16, a princípio, conforme Ofício 1191 (69161210), não estava presente entre as propositas. Todavia, após revisão das propostas inclusas no processo, foi encontrada na proposta da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAÚDE E PESQUISAS LTDA (69202715) e a mesma atende.

Os demais itens abaixo ou a 1ª proposta não condizia com as especificações, ou não apresentavam a especificação, o que não é possível avaliar se está em concordância com as descrições técnicas previstas no Termo de Referência (67764708). Contudo, foram avaliadas as demais propostas e analisadas conforme tabela abaixo:

Item	Descrição	1ª Proposta	2ª Proposta	3ª Proposta
1	Colher descartável de plástico, translúcida, com aproximadamente 8 a 10 cm de comprimento e pá côncava. O material deve ser de grau laboratorial, atóxico, inerte e com comprovada compatibilidade química para manipulação e mistura de reagentes e substâncias em análises periciais, garantindo a integridade das amostras e a precisão dos resultados. Pacote com 200 unidades.	Não atende por falta de especificação do item na proposta para a avaliação técnica	Não atende por falta de especificação do item na proposta para a avaliação técnica	-
2	Compressa de gaze em tecido de algodão hidrófilo, tipo tela, na medida de 7,5 cm x 7,5 cm (fechada) e 15 cm x 30 cm (aberta). Deverá possuir estrutura que garanta alta absorção e resistência, sendo fundamental que não solte fiapos ou resíduos, possuindo acabamento lateral em toda a sua extensão. Produto com registro ativo na ANVISA/Ministério da Saúde. Indicada para limpeza e manipulação de instrumental, superfícies e amostras em ambiente pericial, onde a ausência	Não atende por falta de especificação do item na proposta para a avaliação técnica	Atende	Atende

	de contaminantes residuais é imperativa para a integridade da análise. Embalagem em pacote com 500 unidades.			
5	Lâmina de bisturi em aço Carbono, Nº24; Embalagem: Caixa com 100 unidades em embalagem de papel grau cirúrgico, esterilizada por radiação gama. O produto deve possuir registro no Ministério da Saúde (ANVISA), ser classificado como de uso médico, e atender a padrões técnicos de qualidade compatíveis com as normas aplicáveis da ABNT ou equivalentes.	Não atende por falta de especificação do item na proposta para a avaliação técnica	-	-
7	Jaleco Descartável Tamanho Grande . Material tendo com finalidade de uso como cobrir e proteger a região do tórax e membros superiores, evitando contaminações cruzadas em ambientes hospitalares, ambulatoriais e clínicas médicas. Produto fabricado com matéria prima de alta qualidade, não libera fiapos, é hipoalergênico e atóxico, possui baixa condutividade térmica e baixa flambalidade, com abertura frontal e fechamento com botões de pressão, modelo guarda pó, ggola alta (tipo padre), material confeccionado em TNT (tecido não tecido), 100% polipropileno atóxico. Impermeável para o corpo com soldagem, manga longa de 50 cm de comprimento com látex no punho, comprimento total do jaleco 1,10 m, 50g/m², cor branca. Produto de uso único e individual. Embalados individualmente, em sacos plásticos, com indicação do tamanho do manequim e nome do fabricante de forma legível e em local de fácil identificação. Produto de uso médico com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Não atende por falta de especificação do item na proposta para a avaliação técnica	-	-
8	Jaleco Descartável Tamanho: Médio . Material tendo com finalidade de uso como cobrir e proteger a região do tórax e membros superiores, evitando contaminações cruzadas em ambientes hospitalares, ambulatoriais e clínicas médicas. Produto fabricado com matéria prima de alta qualidade, não libera fiapos, é hipoalergênico e atóxico, possui baixa condutividade térmica e baixa flambalidade, com abertura frontal e fechamento com botões de pressão, modelo guarda pó, gola alta (tipo padre), material confeccionado em TNT (tecido não tecido), 100% polipropileno atóxico. Impermeável para o corpo com soldagem, manga longa de 70 cm de comprimento com látex no punho, comprimento total do jaleco 1,40 m, 50g/m², cor branca. Produto de uso único e individual. Embalados individualmente, em sacos plásticos lacrados a vácuo, com indicação do tamanho do manequim e nome do fabricante de forma legível e em local de fácil identificação.- Produto de Uso Médico com Registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Não atende por falta de especificação do item na proposta para a avaliação técnica	-	-
10	Luva Nitrílica de Procedimentos: para manuseio de pequenas quantidades de produtos químicos, descartável, 100% borracha nitrílica, ambidestra, sem cera, plastificante ou silicone em sua formulação, não contém talco, amido ou proteínas. Possuem bainha para a proteção do pulso, Tamanho Pequeno - caixa com 50 pares, cor azul. Complemento: tamanho mínimo de 24 cm (de dedo maior ao punho), alta resistência mecânica a rasgos e perfurações, superior aos materiais em látex e vinil, conforme ensaios técnicos apresentados pelo fabricante. Atende as Normas Técnicas: Riscos Químicos MT11. - Produto para proteção individual com Certificado de Aprovação (C.A.) no MTE.	Não atende por falta de especificação do item na proposta para a avaliação técnica	Não atende por falta de especificação do item na proposta para a avaliação técnica	Não atende por falta de especificação do item na proposta para a avaliação técnica

33	Nitroprussiato de sódio P.A. no rótulo deverá constar data de fabricação, prazo de validade, nº do lote, fórmula e procedência; validade mínima: 2/3 do prazo de validade total na data do recebimento. O produto deverá vir com Certificado de Análise e FIS PQ (Ficha de Informação e Segurança do Produto Químico). Frasco com 100g	Não atende por falta de especificação do item na proposta para a avaliação técnica	-	-
53	Pinças de dissecação anatômica: Pinças de dissecação anatômica com comprimento de 15cm em aço inox	Não atende por falta de especificação do item na proposta para a avaliação técnica	Não atende por falta de especificação do item na proposta para a avaliação técnica	-
60	Kit contendo 3 micropipetas (10-100 uL, 100-1000 uL e 1000-10.000 uL) de volume ajustável com deslocamento de ar manual, 1 canal, corpo em polímero ABS e pistão em PVDF, acompanhando 3 racks com ponteiras de 100 uL, 1000 uL e 10000 uL, suporte para as micropipetas, com ejeção suave de ponteiras, sistema de bloqueio de volumes, descanso de dedo ajustável em 120º para permitir melhor posicionamento, tornando a pipetagem repetitiva menos cansativa, sistema com expulsão de ar 150% maior que o volume, com certificado de calibração e garantia mínima de 05 anos.	Não atende. Embora na proposta a especificação esteja de acordo, no catálogo é apresentado um outro produto (Dosador), o que diverge da descrição do item no Termo de Referência, que se refere a um Kit contendo 3 micropipetas.	Não atende por falta de especificação do item na proposta para a avaliação técnica	Atende
61	Tesoura cirúrgica Fina/Fina, com 17cm de comprimento, reta, com ambas as pontas finas. Deve ser fabricada em aço inoxidável, com tratamento térmico adequado de modo que a dureza alcançada seja suficiente para atender as necessidades de uso. A peça deve estar bem regulada a fim de que corte muito bem e não desgaste excessivamente em função do rolamento de uma lâmina contra a outra, o polimento deverá estar isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. Fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. A peça deverá ter identificação do fabricante e o lote de fabricação. Validade indeterminada	Atende	Não atende por falta de especificação do item na proposta para a avaliação técnica	Atende
66	Pulverizador (borrifador/nebulizador) para revelação de cromatografia em camada delgada constituído de erlenmeyer em vidro com boca esmerilhada e cabeça com spray em vidro de 50ml.	Não atende. A especificação na proposta é de outro produto (Erlenmeyer), diferente do descrito no Termo de Referência.	Não atende por falta de especificação do item na proposta para a avaliação técnica	Atende
69	Placa escavada de porcelana com 12 cavidades	Não atende por falta de especificação do item na proposta para a avaliação técnica	Não atende. A especificação na proposta é de outro produto (Placa de Kline), diferente do descrito no Termo de Referência. Além disso, o material da proposta é de vidro, sendo que o descrito no Termo de Referência é porcelana.	-
81	Filamento para temperaturas elevadas, Indicado para fonte de íons de impacto de elétrons (IE): Compatibilidade com o equipamento AGILENT 7890 5975 MSD. PART NUMBER: AG7005- 60061.	Não atende por falta de especificação do item na proposta para a avaliação técnica	Atende. Item presente na Proposta da Empresa SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA (69299497).	-
84	Seringa Injeção Automática 10µL Indicada para equipamentos CombiPal: Volume: 10µL, Agulha fixa. Comprimento da agulha: 51mm. Gauge: 26 (OD: 0,47mm; ID: 0,11mm), Tipo de Ponta: estilo Cone (AS). Utilizada nos injetores automáticos dos equipamentos CTC CombiPal GC Sampler 120. Compatibilidade com o equipamento AGILENT 7890 5975 MSD. Gauge: 26 (OD: 0,47mm; ID: 0,11mm), Tipo de Ponta: estilo Cone (AS). Utilizada nos injetores automáticos dos equipamentos CTC CombiPal GC Sampler 120. PART NUMBER: AGG6500-80116	Não atende por falta de especificação do item na proposta para a avaliação técnica	-	-

85	Vial para headspace tipo CRIMP volume 20mL: Vial em vidro borosilicato, transparente, fundo redondo. volume total de 20 mL, Dimensões: 75,5mm x 22,5mm. Ref. 1W220113RD. Caixa c/ 100 unid.	Por não apresentar correta especificação do item no Termo de Referência, desistimos do mesmo.		
86	Isolador da fonte de ions para MSD 5975. Isolante de cerâmica do“repeller” da fonte de ions para espectômetro de massas marca Agilent MSD 5975 (Repeller Insulator). Para referência veja Part. No. G1099.20133 (Agilent)	Não atende por falta de especificação do item na proposta para a avaliação técnica	-	-
91	Filtros de seringa para HPLC GHP (Polipropileno Hidrofílico) universal; 0,45µM X 13MM; volume de amostra < 10mL; máxima pressão de operação 100psi; Usado em soluções aquosas, soluções que contém proteínas, solventes orgânicos e agressivos e não agressivos (membrana universal), caixa com 100 unidades.	Não atende por falta de especificação do item na proposta para a avaliação técnica	-	-
92	Vials incolores de 2,0mL com tampa e septos. Compatível com amostrador automático Combipal - Agilent. (Vials Certificados). Caixa com 100 unidades.	Não atende por falta de especificação do item na proposta para a avaliação técnica	Não atende por falta de especificação do item na proposta para a avaliação técnica	-
93 (Ofício 1191 - 69161210) 94 (TR - 67764708)	Fita dupla face condutiva de carbono, com ø 50 mm e 20 m de comprimento.	Não atende por falta de especificação do item na proposta para a avaliação técnica	-	-

Em resumo, diante da tabela acima, após avaliação das demais propostas (2 e 3), os seguintes itens também atendem: 2, 60, 61, 66 e 81. Por faltarem especificação ou por não estarem em acordo com as especificações previstas no Termo de Referência (67764708), os seguintes itens **NÃO** atendem : 1, 5, 7, 8, 10, 33, 53, 69, 84, 86, 91, 92 e 93.

Atenciosamente,

FRANCISCO CLAYTON FERREIRA
Diretor do Instituto Laboratorial Criminal



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Clayton Ferreira, Diretor(a)**, em 02/03/2026, às 12:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **69607171** e o código CRC **08D7586E**.