

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência de Polícia Técnico Científica - POLITEC
Instituto Laboratorial Criminal - POLITEC-ILC

DESPACHO

De: POLITEC-ILC
Para: POLITEC- GAF
Processo Nº: 0022.001854/2024-31
Assunto: **Análise Técnica das Propostas - Pregão Eletrônico n.º 90049/2025/SUPEL/RO**

Senhora Coordenadora,

Cumprimentando-a cordialmente, em atendimento ao Ofício nº 2280/2026/SUPEL-COSEG1 (70158271), referente ao **Pregão Eletrônico nº 90049/2025/SUPEL/RO**, analisamos as propostas atualizadas e relatamos no quadro abaixo:

Item	Descrição	Proposta Atualizada da Empresa PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA (ID 70161308)	Proposta Atualizada da Empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAÚDE E PESQUISA (ID 70162751)	Proposta Atualizada da Empresa LABORATORIAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (ID 70164034)
10	Luva Nitrílica de Procedimentos: para manuseio de pequenas quantidades de produtos químicos, descartável, 100% borracha nitrílica, ambidestra, sem cera, plastificante ou silicone em sua formulação, não contém talco, amido ou proteínas. Possuem bainha para a proteção do pulso, Tamanho Pequeno - caixa com 50 pares, cor azul. Complemento: tamanho mínimo de 24 cm (de dedo maior ao punho), alta resistência mecânica a rasgos e perfurações, superior aos materiais em látex e vinil, conforme ensaios técnicos apresentados pelo fabricante. Atende as Normas Técnicas: Riscos Químicos MT11. - Produto para proteção individual com Certificado de Aprovação (C.A.) no MTE.	1ª Proposta Atende as especificações do item, exceto quanto a quantidade. No Termo de Referência informa 80 cx e na proposta consta 6 cx, embora tenhamos verificado que o valor total do item (R\$1.568,00), que consta na proposta, corresponda a 80 cx.	2ª Proposta Atende	-----
69	Placa escavada de porcelana com 12 cavidades	-----	1ª Proposta Não atende. A especificação na proposta é de outro produto (escova para limpeza), diferente do descrito no Termo de Referência. Na proposta não tem nenhum item contendo a descrição de placa escavada de porcelana.	2ª Proposta Não atende. A especificação na proposta é de outro produto (Placa de Kline), diferente do descrito no Termo de Referência. O material da proposta é de vidro, sendo que o descrito no Termo de Referência é porcelana.

Atenciosamente,

FRANCISCO CLAYTON FERREIRA
Diretor do Instituto Laboratorial Criminal



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Clayton Ferreira, Diretor(a)**, em 17/03/2026, às 12:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **70210045** e o código CRC **DBC3FA2**.