



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL  
Comissão de Saúde 2ª - SUPEL-COSAU2

**EXAME**

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**PREGÃO ELETRÔNICO N. 90589/2025**

**Processo Administrativo: 0036.017345/2025-51**


**Objeto:** Realização de Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), **do tipo menor preço por item, para aquisição de bens e serviços comuns.** Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo do Grupo de Apresentação "**TUBOS**" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Tubo de látex, tubo de silicone, tubo endotraqueal e entre outros) - **EXERCÍCIO 2025.**

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, por meio da Pregoeira designada pela Portaria nº 232 de 18 de setembro de 2025, apresenta, neste ato, as respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações enviados por e-mail pelas empresas interessadas, conforme elencados abaixo:

**1 - DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS DA UNIDADE REQUISITANTE E SUPEL**

**EMPRESA A:**

Esta empresa pretende participar do pregão 90589/2025, para o item 85 o termo de referência não especifica a ponta do fio guia, se reta ou curva, veja-se:

|    |        |   |         |       |   |
|----|--------|---|---------|-------|---|
| 85 | 452064 | ID:8832-FIO GUIA HIDROFÍLICO. COMPOSIÇÃO: LIGA DE NITINOL COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO SLIPCOAT / ENCONTRADO NA COR BRANCA/ COMPRIMENTO 150 CM / DIÂMETRO: 0,035"/ PONTA FLEXÍVEL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. | UNIDADE | 1.350 |  |
|----|--------|---|---------|-------|---|

Pela foto, podemos intuir que é ponta curva, correto?

**RESPOSTA UNIDADE:**

Senhor (a),

Com os nossos cordiais cumprimentos, apresentamos por meio deste nossas **considerações e resposta** em relação **ao pedido de esclarecimento** interposto pela **Empresa A** (69681580), no âmbito do presente procedimento licitatório.


Diante disso, passamos a analisar os fatos e alegações apresentados:

1. **DOS PEDIDOS:**

Pedido de Esclarecimento **EMPRESA A** (69681580):

1.1. Diante do exposto, requer-se:

Esta empresa pretende participar do pregão 90589/2025, para o item 85 o termo de referência não especifica a ponta do fio guia, se reta ou curva, veja-se:

|    |        |   |         |       |   |
|----|--------|---|---------|-------|---|
| 85 | 452064 | ID:8832-FIO GUIA HIDROFÍLICO. COMPOSIÇÃO: LIGA DE NITINOL COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO SLIPCOAT / ENCONTRADO NA COR BRANCA/ COMPRIMENTO 150 CM / DIÂMETRO: 0,035"/ PONTA FLEXÍVEL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. | UNIDADE | 1.350 |  |
|----|--------|---|---------|-------|---|

Pela foto, podemos intuir que é ponta curva, correto?

Atenciosamente,

2. **DAS ANÁLISES DE ESCLARECIMENTOS**

Fica esclarecido que, embora o descritivo original tenha mencionado apenas “**ponta flexível**”, o fio guia hidrofílico fornecido terá **ponta flexível reta**. Essa especificação será oficialmente **incluída** tanto no **Termo de Referência quanto no SAMS**, garantindo a correta introdução e posicionamento em procedimentos endovasculares, a segurança do paciente e a conformidade com todas as normas aplicáveis.

2.1. **Correção do descritivo:**

**Onde se lê**

item 85

**ID:8832-FIO GUIA HIDROFÍLICO. COMPOSIÇÃO: LIGA DE NITINOL COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO SLIPCOAT / ENCONTRADO NA COR BRANCA/ COMPRIMENTO 150 CM / DIÂMETRO: 0,035"/ PONTA FLEXÍVEL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA**

**Leia se**

**ID:8832- FIO GUIA HIDROFÍLICO. COMPOSIÇÃO:** LIGA DE NITINOL COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO SLIPCOAT / ENCONTRADO NA COR BRANCA / COMPRIMENTO 150 CM / DIÂMETRO: 0,035" / PONTA FLEXÍVEL **RETA**. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO: IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.

3. **CONCLUSÃO**

Considerando o pedido de esclarecimento referente ao descritivo do **Termo de Referência**, esclarecemos que o produto originalmente indicado como **“ponta flexível”** será fornecido com **ponta flexível reta**.

Ressaltamos que essa especificação será oficialmente incluída tanto no **Termo de Referência** quanto no **SAMS**, garantindo a correta introdução e posicionamento do fio guia hidrofílico em procedimentos endovasculares, a segurança do paciente e a conformidade com todas as normas aplicáveis.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

**SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO**

Farmacêutica /Analista

Licitação de Produtos Médicos Gerais - SESAUSLPM

**4 - DA CONCLUSÃO**

Diante do exposto, considera-se respondido o pedido de esclarecimento de manifestação da EMPRESA A.

Em atenção ao Art. 55, §1º, da Lei Federal 14.133 de 2021, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão e, considerando que a modificação afeta a formulação da proposta de preços/habilitação, informamos que o prazo de abertura do certame fica reagendado, para o **dia 31 de março de 2026 - 09h00min (horário de Brasília – DF)**.

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio através do telefone (69) 3212-9243 ou pelo e-mail: [cosau2supel@gmail.com](mailto:cosau2supel@gmail.com)

Publique-se.

Porto Velho - RO, data e hora do sistema.

**Aline Lopes Espíndola**

Pregoeira - COSAU2 - SUPEL/RO

Portaria nº 232 de 18 de setembro de 2025

Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL



Documento assinado eletronicamente por **Aline Lopes Espíndola, Pregoeiro(a)**, em 17/03/2026, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **70116992** e o código CRC **AF090F49**.

---

Referência: Caso responda este(a) Exame, indicar expressamente o Processo nº 0036.017345/2025-51

SEI nº 70116992