

Parecer nº 16/2026/SESAU-CCPD

Em atenção ao Ofício nº 2597/2026/SUPEL-COSAU3 (70521654), formalizado sob o processo SEI nº 0036.024765/2025-94, que solicita análise técnica das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 90549/2025/SUPEL/RO, esta Coordenadoria de Cuidado à Pessoa com Deficiência (CCPD), por intermédio da Subdiretoria Técnica em Saúde (SDTECS/SESAU), submete o presente Parecer Técnico, consubstanciado nos termos a seguir expostos.

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
COORDENADORIA DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA- CCPD/SDTECS/SESAU.							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.024765/2025-94							
Pregão Eletrônico n.º 90549/2025/SUPEL/RO							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIÇÃO		EMPRESA/LICITANTE	MARCA/ MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
BOLSA DE COLOSTOMIA							
1	ID: 3003719 - Bolsa para colostomia e ileostomias pediátrica, sistema 01 peça, drenável, recortável, sem filtro de carvão ativado, com fechamento individual e autoadesivo, recortável de 08-50 mm.	1º	KTR BRASIL	Vital Gold, não especifica modelo e código do produto ofertado.	Não consta na proposta	Inapto	Após análise minuciosa da documentação acostada aos autos, conclui-se pela inaptação da proposta apresentada pela empresa KTR BRASIL , em virtude da inobservância às exigências editalícias. Constatou-se que a licitante omitiu o modelo e o código de referência do produto, incorrendo em descumprimento frontal ao item 15.11 do Termo de Referência , que estabelece a obrigatoriedade de apresentação do código relativo ao produto ofertado de forma clara e concisa. A ausência de tais dados impossibilita a identificação precisa do item, inviabilizando a conferência do registro obrigatório junto à ANVISA , bem como a verificação da conformidade técnica frente aos requisitos estabelecidos por esta Secretaria. Sob o prisma do interesse público e da segurança do paciente, a omissão impede esta Coordenadoria de assegurar que o insumo atenda aos padrões de qualidade e segurança exigidos, tornando a proposta inadmissível .
		2º	Comércio e Representações PRADO Ltda.	Convater Little Ones Código ICC 20922	Registro Anvisa: 80523020069	Apto	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa PRADO LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		3º	CONVATEC Brasil LTDA	Convater Little Ones Código ICC 20922	Registro Anvisa: 80523020069	Apto	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa CONVATEC BRASIL LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
2	ID: 8120 - Equipamento coletor para estomia intestinal infantil, plana, sistema uma peça. Bolsa coletora, drenável, transparente, com filtro de carvão ativado, fechamento por conectores plásticos acoplado individualmente. Barreira de resina sintética flexível e suave, plana, recortável, sem pré-corte inicial e recorte máximo de 51 mm, sem adesivo gás permeável.	1º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER Pouchkins Bolsa de Estomia Pediátrica de uma peça Código: 3795	Registro Anvisa: 10326400025	Apto	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa Medical da Amazônia LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
BOLSA PARA ESTOMA UNIRÁRIO - SISTEMA DE 01 PEÇA INFANTIL							
3	ID: 3003043 - Bolsa de urostomia infantil, sistema uma peça, drenável, transparente, com válvula anti -	1º	ORTOMED LTDA.	Convater Little Ones Código ICC 20917	Registro Anvisa: 80523020061	Apto	Após análise técnica do portfólio e da documentação

	refluxo, com flange de resina sintética, recortável de 08-25 mm.						apresentada pela empresa ORTOMED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL - SISTEMA DE 01 PEÇA ADULTO 10-64/70/76/100 MM							
4	ID: 2736 - 1002483 - Bolsa de colostomia/ileostomia adulto, sistema de uma peça, plástico anti-odor, plana, drenável, opaca com filtro de carvão ativado e barreira de resina sintética em dupla camada adesiva, sem adesivo microporoso, recortável 10-76 mm, com fechamento em velcro integrado na bolsa.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Bolsa Drenável Plana 1PC Opaca Recorte 10-76mm Código: 15580	Registro Anvisa: 10430310050	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
5	ID: 1002491 - Bolsa de colostomia /ileostomia, adulto, sistema uma peça, plana, drenável, com flange de tecido microporoso, transparente, sem filtro de carvão ativado, com fechamento individual (clamp para cada bolsa), recortável de 19-64 mm.	1º	COVAN Comercio varejista e atacadista do norte LTDA.	LISMED não especifica modelo e código do produto ofertado.	Registro ANVISA 82307469003	Inapto	No que concerne à proposta submetida pela empresa COVAN LTDA. , manifesta-se esta Coordenadoria pela sua inaptidão técnica. A licitante deixou de consignar em sua proposta o modelo e o código de referência do produto ofertado, o que configura omissão insanável frente às exigências estabelecidas no Termo de Referência. A ausência de tais especificações obsta a identificação precisa do objeto, inviabilizando a análise de compatibilidade técnica e a verificação dos padrões de qualidade exigidos por esta Secretaria. Dessa forma, ante a impossibilidade de garantir que o item atenda aos requisitos indispensáveis à assistência à saúde, a proposta é considerada em desconformidade com o instrumento convocatório.
			KTR BRASIL	Vital Gold, na proposta não especifica modelo e código do produto ofertado.	Não consta na proposta	Inapto	Após análise minuciosa da documentação acostada aos autos, conclui-se pela inaptidão da proposta apresentada pela empresa KTR BRASIL , em virtude da inobservância às exigências editalícias. Constatou-se que a licitante omitiu o modelo e o código de referência do produto, incorrendo em descumprimento frontal ao item 15.11 do Termo de Referência, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação do código relativo ao produto ofertado de forma clara e concisa. A ausência de tais dados impossibilita a identificação precisa do item, inviabilizando a conferência do registro obrigatório junto à ANVISA, bem como a verificação da conformidade técnica frente aos requisitos estabelecidos por esta Secretaria. Sob o prisma do interesse público e da segurança do paciente, a omissão impede esta Coordenadoria de assegurar que o insumo atenda aos padrões de qualidade e segurança exigidos, tornando a proposta inadmissível.
			Comércio e Representações PRADO Ltda.	Convatec ACTIVE LIFE Código ICC 22773 e 17563550	Anvisa Bolsa: 80523020058 Anvisa Clipe: 80523029001	Inapto	Após exame minucioso da documentação técnica e do registro na ANVISA do produto ofertado pela empresa PRADO LTDA , constatou-se divergência técnica impeditiva em face das exigências estabelecidas no instrumento convocatório. O Termo de Referência preconiza, como requisito obrigatório, a transparência da bolsa coletora; todavia, o item ofertado apresenta característica opaca. Tal disparidade inviabiliza o monitoramento clínico contínuo do estoma e do efluente pela equipe assistencial, obrigando a

remoção precoce do dispositivo para inspeção visual. Por conseguinte, a proposta é considerada **inapta**, uma vez que a desconformidade técnica compromete o manejo clínico adequado e a segurança do usuário.

6	ID: 8119 - Bolsa de colostomia/ileostomia, sistema de uma peça, plástico transparente, sem filtro de carvão ativado, drenável, fechamento com velcro, plana, base de resina sintética e tecido microporoso, recortável de 13-64 mm.	1º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER Bolsa de Estomia adulto CeraPlus 1 peça Código: 8931	Registro Anvisa: 10326400040	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa Medical da Amazônia LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
7	ID: 7355 - Bolsa para colo/ileostomia de 1 peça, opaca, com janela de inspeção para visualização do estoma, drenável, recortável de 10-100 mm. bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face frontal e posterior. filtro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. fechamento em envelope com velcro sinalizado na cor turquesa e fechamento invisível com fixação superior e inferior. base adesiva plana em formato oval, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Mio Bolsa Drenável 1PC Cinza Recorte 10-100mm Código: 18378	Registro Anvisa: 10430310161	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
8	ID: 8299 - Protetor para colostomia/ileostomia, sistema uma peça para uso pós- irrigação ou para colostomias reguladas por dietas ou para estoma não funcionantes (fistulas mucosas) cor opaca, recorte 20-55 mm. Composto por bolsa protetora, absorvente interno, base adesiva plana, filtro de carvão ativado integrado.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Alternar Perfil Mini Cap 1PC Opaca Recorte 20-55mm com Filtro Código: 17444	Registro Anvisa: 10430319061	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
9	ID: 32977 - kit de irrigação intestinal para evacuação mecânica das fezes do intestino como lavagem intestinal. Aro de 60 mm. Contêm bolsa de líquido em PVC com termômetro de cristal líquido, polietileno e acrílico, regulador de fluxo acoplado e indicador de fluxo em copolímero de estireno-butadieno e polipropileno. Cone ponteira composto de tubo de PVC e borracha de estireno- butadieno, base para cinto em polipropileno, cinto elástico em poliamida, terileno, fibra de poliuretano e fivela em polipropileno, manga de irrigação composta de flange e bolsa de EVA, transparente de 60 mm, clamp (pinça) em poliéster.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Alternar Kit Sistema de Irrigação 60mm Código: 12830	Registro Anvisa: 10430310073	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL - SISTEMA DE 01 PEÇA CONVEXA 10-43/13-55/20-57 MM

10	ID: 1002444 - Bolsa para estomia adulta colostomia/ileostomia, convexa, para estoma retraídos, sistema 01 peça, drenável, opaca, clamp de fechamento com velcro acoplado a bolsa, com janela de visualização e com filtro de carvão ativado, flange de resina sintética, recortável de 10-43 mm.	1º	CONVATEC BRASIL LTDA	Convatec Esteem Body Bolsa Código Código do Produto: 1737615/423625	Registro Anvisa: 80523029031	Inapto	Após análise minuciosa do registro na ANVISA e dos catálogos técnicos apresentados pela licitante CONVATEC BRASIL LTDA, identificou-se desconformidade técnica insanável em face do instrumento convocatório. O produto ofertado apresenta amplitude de recorte de 10-45mm, divergindo frontalmente da especificação obrigatória de 10-43mm fixada para este item no Termo de Referência. Ressalta-se que a precisão milimétrica é fator crítico na assistência à estomia, e a aceitação de uma grade superior de recorte acarretaria invasão do objeto de outros itens do certame, comprometendo a segmentação assistencial planejada por esta Secretaria. Tal disparidade técnica inviabiliza o manejo clínico preciso e a segurança dos pacientes da rede estadual, configurando descumprimento aos requisitos de admissibilidade. Diante do exposto, esta Coordenadoria manifesta-se pela inaptidão da referida proposta.
		2º	J&A Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar	Bbraun A proposta não especifica modelo e código do produto ofertado.	Registro Anvisa: 8.01369.90793	Inapto	Após exame da documentação apresentada, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão da proposta da licitante J&A LTDA, em razão do descumprimento ao item 15.11 do Termo de Referência. A omissão do modelo e do código de referência do fabricante impede a identificação fidedigna do item, tornando a análise técnica inconclusiva e inviabilizando o exercício

do poder de fiscalização da Administração.

É imperativo destacar que o modelo e o código são elementos essenciais para a verificação da conformidade do produto em face do objeto licitado. Tais dados permitem o cruzamento de informações com os catálogos oficiais, assegurando que dimensões, materiais e funcionalidades atendam rigorosamente às exigências editalícias. A ausência de especificação precisa impossibilita atestar o desempenho esperado do insumo, gerando insegurança jurídica e riscos à execução contratual. Portanto, a indicação genérica, desprovida da devida codificação comercial, fere os princípios da clareza e da vinculação ao instrumento convocatório, configurando vício insanável.

Após exame da documentação acostada aos autos, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão da proposta apresentada pela empresa BIONUTRI LTDA, em virtude da omissão do modelo e do código de referência do produto ofertado. Tal lacuna informativa configura descumprimento às exigências estabelecidas no Termo de Referência, inviabilizando a identificação precisa do item e o exercício da fiscalização administrativa.

É imperativo destacar que a ausência de tais dados obsta a verificação obrigatória do registro junto à ANVISA, condição sine qua non para garantir a procedência e a segurança sanitária do insumo. Sem a devida codificação comercial, resta impossibilitada a análise de conformidade técnica em face dos requisitos de desempenho e qualidade exigidos por esta Secretaria. Portanto, ante a inviabilidade de atestar a adequação do objeto ao interesse público, a proposta é considerada inadmissível por ferir o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa **Medical da Amazônia LTDA**, constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa **PRADO LTDA**, constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa **CONVATEC BRASIL LTDA**, constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa **ORTOMED LTDA**, constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

		3º	BIONUTRI Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar LTDA	Braun, na proposta não especifica modelo e código do produto ofertado.	Não consta Registro Anvisa na proposta	Inapto	
11	ID:3003720 - Bolsa Convexa de Colostomia/ileostomia, opaca, com filtro de carvão ativado, com velcro de fechamento acoplado a bolsa, placa com dois adesivos, sendo um com micropore e flange com composição de cerâmicas com janela de visualização, conectores para adaptação de cinto, Opaca, Recortável de 13 à 55mm.	1º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER Bolsa de Estomia adulto 1 peça Soft Convexa CeraPlus Código: 89511	Registro Anvisa: 10326400039	Apta	
12	ID: 3003721 - Bolsa para estomia adulta colostomia/ileostomia, convexa, opaca, para estoma retraídos, sistema 01 peça, drenável, clamp de fechamento com velcro acoplado a bolsa, com janela de visualização e com filtro de carvão ativado, flange de resina sintética, recortável de 20-57 mm.	1º	Comércio e Representações PRADO Ltda.	Convatec ESTEEM+Flex Convex Código ICC: 422159	Registro Anvisa: 80523020052	Apta	
		2º	CONVATEC Brasil LTDA	Convatec ESTEEM+Flex Convex Código ICC: 422159	Registro Anvisa: 80523020052	Apta	
		3º	ORTOMED LTDA.	Convatec ESTEEM+Flex Convex Código ICC: 422159	Registro Anvisa: 80523020052	Apta	

BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL - SISTEMA DE 01 PEÇA / PÓS-OPERATÓRIO

13	ID: 8310 - Bolsa para estomia adulta, colostomia/ileostomia, sistema 01 peça, drenável, estéril, para uso pós-operatório, com base plana, recortável de 10-115 mm com capacidade para 725 ml, com janela integrada para fácil acesso ao estoma e válvula de drenagem acoplada à bolsa.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Pós-op Bolsa Drenável Estéril 10- 115mm 725ml Código: 19011	Registro Anvisa: 10430310076	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
14	ID: 8318 - Bolsa para estomia adulta, colostomia/ileostomia, sistema 01 peça, drenável, estéril, para uso pós-operatório, com base plana, recortável de 10-78 mm com capacidade para 680 ml, com janela integrada para fácil acesso ao estoma e válvula de drenagem acoplada à bolsa.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Pós-op Bolsa Drenável Estéril 10- 78mm 680ml Código: 19010	Registro Anvisa: 10430310076	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

SISTEMA PARA FÍSTULA

15	ID: 3003722 - Sistema de manejo de fístula e ferida medindo 156-228 mm com janela flexível, filme de cobertura transparente, com abertura para drenagem, componentes: 1. Plástico protetor; 2. Grade de demarcação; 3. Dispositivo receptor; 4. Janela; 5. Bomba para inflar; 6. Canal para drenagem; 7. Clamp. Capacidade midi. O kit deverá conter 03 unidades de sistema. Hospitalar	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sistema de manejo de Fístula Transparente com recorte de 156- 228mm Código: 14060	Registro Anvisa: 10430310040	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
16	ID: 3003723 - Sistema de manejo de fístula e ferida medindo 208-297 mm com janela flexível, filme de cobertura transparente, com abertura para drenagem, componentes: 1. Plástico protetor; 2. Grade de demarcação; 3. Dispositivo receptor; 4. Janela; 5. Bomba para inflar; 6. Canal para drenagem; 7. Clamp. Capacidade maxi. O kit deverá conter 03 unidades de sistema.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sistema de manejo Fístula Transparente com recorte de 208- 297mm Código: 14070	Registro Anvisa: 10430310040	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

ADJUVANTES

17	ID: 3752 - Barreira protetora de pele em forma de pasta para o cuidado de estomas intestinais e urinários composta de estireno-isopreno-estireno (SIS), borracha de isopreno líquido, poliisobutileno (PIB), dióxido de silício coloidal, óleo mineral, pectina, gelatina, carboximetilcelulose sódica (CMC), dióxido de titânio, metilparabeno e etilparabeno. Indicada para o preenchimento de cavidades e dobras cutâneas ao redor do estoma, assegurando um ajuste preciso entre o estoma e a base adesiva e protegendo a pele do efluente do estoma. Sem álcool. Não arde. Não estéril. tubo de 60 g com aplicador.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Brava Pasta sem Álcool 60g Código: 12050	Registro Anvisa: 10430310197	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
18	ID: 1002447- 1147 -1002730 -Protetor cutâneo solução de secagem rápida que, aplicada à pele forma uma película protetora indolor, transparente e durável, resistente à água e permeável ao ar, permitindo a transpiração da pele, não possui álcool; barreira que oferece total proteção contra irritações de pele, decorrentes de incontinência urinária e fecal, e danos causados pelos adesivos em curativos repetitivos. Frasco Aerosol 50 ml.	1º	RIOQUIMICA	RIODERM PROTECTION PELICULA PROTETORA SEM ARDOR 30ML	Registro Anvisa: 80146019001	Inapta	Após exame minucioso da proposta e dos catálogos técnicos acostados pela licitante RIOQUIMICA LTDA, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão técnica do objeto ofertado. Constatou-se que o produto apresentado (frasco de 30 ml) diverge frontalmente da especificação obrigatória de 50 ml estabelecida no Termo de Referência. Ressalta-se que a aceitação de volumetria inferior compromete severamente a equação de consumo e o planejamento logístico desta Secretaria, impactando diretamente na autonomia do paciente e na periodicidade de distribuição dos insumos. Tal disparidade em característica essencial do objeto configura descumprimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e aos requisitos de padronização da rede estadual. Por conseguinte, ante a inviabilidade de atendimento ao cronograma assistencial e à eficiência administrativa, a proposta é considerada inadmissível.
		2º	VUELO Pharma	Spray de barreira Vuelo - Protetor Cutâneo	Registro Anvisa: 80074780003	Inapta	Após análise minuciosa da proposta e do catálogo técnico acostado pela licitante VUELO PHARMA, manifesta-se esta Coordenadoria pela inconformidade técnica insanável do objeto ofertado. Constatou-se que o produto apresentado, em sistema de aplicação via Spray (gatilho manual), diverge frontalmente da especificação obrigatória em Aerosol (pressão

continua) estabelecida no Termo de Referência.

Ressalta-se que a tecnologia de aplicação em aerossol é requisito essencial para garantir a uniformidade da película protetora, a rapidez na secagem e, primordialmente, a integridade da pele periestoma, minimizando o contato físico e a fricção durante a aplicação do insumo. A substituição por sistema de gatilho manual compromete a eficácia clínica pretendida e a padronização assistencial desta Secretaria. Por conseguinte, ante a inobservância de característica técnica mandatária do objeto, a proposta é considerada inadmissível por descumprimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Após exame minucioso da proposta e do catálogo técnico acostado pela licitante ULTRA MEDKA, manifesta-se esta Coordenadoria pela inconformidade técnica insanável do objeto ofertado. Constatou-se que o produto apresentado, em sistema de aplicação via Spray (gatilho manual), diverge frontalmente da especificação obrigatória em Aerossol (pressão contínua) estabelecida no Termo de Referência.

Ressalta-se que a tecnologia de aplicação em aerossol é requisito essencial para garantir a uniformidade da película protetora, a rapidez na secagem e, primordialmente, a integridade da pele periestoma, minimizando o contato físico e a fricção durante a aplicação do insumo. A substituição por sistema de gatilho manual compromete a eficácia clínica pretendida e a padronização assistencial desta Secretaria. Por conseguinte, ante a inobservância de característica técnica mandatária do objeto, a proposta é considerada inadmissível por descumprimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa **ULTRAMEDKA LTDA**, constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa **CONVATEC Brasil LTDA**, constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa **PRADO LTDA**, constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa **ULTRAMEDKA LTDA**, constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

		3º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	PREVDERM Spray Barreira - 50ml	Registro Anvisa: 80225209007	Inapta	
19	ID: 3003724 - Barreira protetora de pele em lenço, indicado para proteção contra problemas associados ao contato da pele com urina, fezes, secreções e exsudatos, sem afetar a adesão de base adesivas de equipamentos de estomia e curativos adesivos. Apresenta-se em tela de poliéster e viscose, 100% silicone, não contém álcool, sendo assim não provoca ardência e pode ser aplicado em região irritada. Não estéril. caixa com 30 unidades.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Brava Lenço Barreira Sachê Código: 12021	Registro Anvisa: 10430310132	Apta	
		2º	CONVATEC Brasil LTDA	Convatec ESENTA Lenço Barreira Protetora Código do Produto: 1729195/423282	Registro Anvisa: 80523029020	Apta	
		3º	Comércio e Representações PRADO Ltda.	Convatec ESENTA Lenço Barreira Protetora Código do Produto: 1729195/423282	Registro Anvisa: 80523029020	Apta	
20	ID: 5429 - Protetor cutâneo em pó, para absorção de umidade, exsudatos e efluentes das dermatites na pele periestoma. Frasco de 25 g até 28,3 g.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Brava Pó para estomias 25g Código: 1907	Registro Anvisa: 10430310119	Apta	

		2º	CONVATEC Brasil LTDA	Convatec STOMAHESIVE PÓ PROTETOR Código do Produto: 1003190/025510	Registro Anvisa: 80523029031	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa CONVATEC Brasil LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		3º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER Adapt Pó Código: 7906	Registro Anvisa: 10326400016	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa Medical da Amazônia LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
21	ID: 10322 - Desodorante para bolsa de colostomia/ileostomia, com função de neutralizar odores e lubrificar a bolsa permitindo que o efluente fique na parte inferior da bolsa, facilitando o esvaziamento da bolsa. Frasco de 236 ml até 240 ml.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Brava Desodorante Lubrificante 240ml Código: 12061	Registro Anvisa: 10430310117	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		2º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER Adapt Desodorante Código: 78500	Registro Anvisa: 10326409025	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa Medical da Amazônia LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
22	ID: 1002446 -32663 - Anel com alta capacidade de absorção, resistente a erosão, indicado para nivelar imperfeições na pele peristoma e/ou garantir melhor controle da umidade ao redor do estoma garantindo o ajuste do equipamento coletor, evitando vazamentos e proporcionando proteção e hidratação da pele, embalagens individuais, espessura de até 2.3 mm e diâmetro de 48 mm.	1º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER Adapt Ceraring Anéis Código: 8815	Registro Anvisa: 10326400037	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa Medical da Amazônia LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		2º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Brava Anel Moldável Código:12030	Registro Anvisa: 10430310124	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
23	ID: 7658 - Adesivo flexível, em arco elástico para prevenção da flutuação e deslocamento do flange da placa da bolsa de colostomia/ileostomia/urostomia, proporciona mais segurança na aderência e permanência na pele.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Brava Fita Adesiva Elástica Formato Curvo Código: 12070	Registro Anvisa: 10430310126	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
24	ID: 1002448 - Adesivo flexível, em Y elástico para prevenção da flutuação e deslocamento do flange da placa da bolsa de colostomia/ileostomia/urostomia, proporciona mais segurança na aderência e permanência na pele	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Brava Fita Adesiva Elástica Formato Y Código: 12072	Registro Anvisa: 10430310126	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
25	ID: 3588 - Removedor de adesivo em spray, composto 100% silicone, para remoção da placa dos dispositivos de colostomia/ileostomia/urostomia e adesivos, sem álcool em sua composição, em frascos de 50 ml	1º	RIOQUIMICA S.A	REMOVEX SENSITIVE SPRAY 30ML	Registro Anvisa: Não consta na proposta. PROCESSO Nº 25351.168568/2 019-96. AFE. Nº 2.01.869-7	Inapta	Após exame minucioso da proposta e dos catálogos técnicos acostados pela licitante RIOQUIMICA LTDA, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão técnica do objeto ofertado. Constatou-se que o produto apresentado (frasco de 30 ml) diverge frontalmente da especificação obrigatória de 50 ml estabelecida no Termo de Referência. Ressalta-se que a aceitação de volumetria inferior compromete severamente a equação de consumo e o planejamento logístico desta Secretaria, impactando diretamente na autonomia do paciente e na periodicidade de distribuição dos insumos na rede estadual. Tal disparidade em característica essencial do objeto configura descumprimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e aos requisitos de padronização assistencial. Por conseguinte, ante a inviabilidade de

							atendimento ao cronograma de suprimentos e à eficiência administrativa, a proposta é considerada inadmissível.
		2º	CONVATEC Brasil LTDA	Convatec ESENTA SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVO Código do Produto: 1729206/423289	Registro Anvisa: 25351.574933/2021-12	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa CONVATEC Brasil LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
26	ID: 3753 - Adesivo flexível, elástico e macio, composto por dióxido de titânio, carboximetilcelulose sódico (CMC), estirenoisopreno-estireno (SIS) e filme de poliuretano. Para proteção e recuperação da pele peristoma. e absorção da umidade tamanho 10 x 10 cm	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Brava Placa Protetora 10x10cm Código: 3210	Registro Anvisa: 10430310084	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
27	ID: 3754 - Adesivo flexível, elástico e macio, composto por dióxido de titânio, carboximetilcelulose sódico (CMC), estirenoisopreno-estireno (SIS) e filme de poliuretano. Para proteção e recuperação da pele peristoma. e absorção da umidade tamanho 15 x 15 cm	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Brava Placa Protetora 15x15cm Código: 3215	Registro Anvisa: 10430310084	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
28	ID: 10314 - Solidificador para ileostomias em sachê, com dupla função: geleificante/hidrossolúveis para efluentes líquidos e semilíquidos e controlador de odores, com carvão ativado, embalagem com 100 unidades.	1º	VUELO Pharma	Cápsulas	Registro Anvisa: 800747899001	Inapto	Após análise detalhada da proposta e dos catálogos técnicos acostados pela licitante VUELO LTDA, manifesta-se esta Coordenadoria pela inconformidade técnica do item ofertado. Constatou-se que o produto diverge frontalmente da especificação e da eficiência esperada para o objeto deste certame. Conforme a Instrução de Uso (IFU) contida na ficha técnica do fabricante, a orientação de consumo é de 03 a 04 cápsulas por troca ou higienização da bolsa de estomia. Ressalta-se que tal divergência compromete severamente a equação de consumo e o planejamento logístico desta Secretaria, uma vez que o quantitativo licitado foi dimensionado com base em rendimento superior. A aceitação de um insumo com alto índice de reposição acarretaria o desabastecimento precoce da rede estadual e a necessidade de aditivos contratuais imprevistos, ferindo os princípios da economicidade e da eficiência administrativa. Por conseguinte, ante o descumprimento dos requisitos de desempenho e padronização, a proposta é considerada inadmissível.
		2º	Comércio e Representações PRADO Ltda.	Convatec Diamonds Sachês Código ICC: TR 105	ISENTO REGISTRO ANVISA: 028535/13-8	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa PRADO LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		3º	ORTOMED LTDA.	Convatec Diamonds Sachês Código ICC: TR 105	ISENTO REGISTRO ANVISA: 028535/13-8	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ORTOMED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
29	ID:475 - Bolsa coletora de urina, transparente, sistema fechado, com válvula de drenagem, válvula anti-refluxo e clamp corta fluxo, permite fixação na lateral da cama ou em cadeiras de rodas, uso individual. capacidade 2000 ML	1º	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	WILTEX BOLSA PARA DRENAGEM DE URINA SISTEMA FECHADO Código: 30102	Registro MS: 10150470465	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDSHOP HOSPITALAR LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		2º	J&A Comercio e Representação de	Medix Bolsa Coletora de Urina Sistema Fechado 2000ml	ANVISA 80495510024/80495510185 80495510221/ 80495510099	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa

				Produtos Medico Hospitalar				J&A LTDA, constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
			3º	COVAN Comércio Varejista e Atacadista do Norte Ltda.	Medix bolsa de Urina Sistema Fechado Simples 2000ml	Não consta Registro Anvisa na proposta	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa COVAN LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
30	ID: 5632 -1002490 - Cinto elástico adulto, para suporte de equipamento coletor de estomia, ajustável e com presilha de conexão		1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Brava Cinto para bolsa de estomia XL Código: 422	Registro Anvisa: 10430310085	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
			2º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER ADAPT CINTO PARA BOLSA DE OSTOMIA	Registro Anvisa: 10326400020	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
			3º	CONVATEC Brasil LTDA	Convatec Cinto ajustável para ostomia Código do Produto: 1002813/175507	Registro Anvisa: 80523029002	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa CONVATEC LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
31	ID: 3003725 - Anel Moldável indicado para nivelar distintas irregularidades cutâneas e promover o selamento seguro entre o estoma e a base adesiva do equipamento de estomia. Diâmetro 48 mm e espessura 2.3 mm.		1º	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	HOLLISTER Adapt Ceraring Anéis Código: 8815	Registro Anvisa: 10326400037	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL - SISTEMA DE 02 PEÇAS - NEONATAL								
1	32	ID: 3755 - Bolsa pediátrica, drenável, ilustrada, aro de 27 mm, com dispositivo de acople com a placa por adesividade, filtro de carvão ativado integrado, sistema de fechamento por velcro.	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Easifex Pediátrico Bolsas Coletoras, Bolsa Drenável, 27mm, 150ml L - CX C/ 30UN Código: 14692	Registro Anvisa: 10430310029	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
	33	ID: 6511 - Placa de base plana pediátrica com barreira de resina sintética, disposta em formato espiral, com flange flutuante de 27 mm, recortável de 0-25 mm. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo lote.		TECPLUS LTDA.	Coloplast Easifex Pediátrico Base Adesiva, Base Plana 27mm, 0-25mm - Cx C/ 10un. Código: 17829	Registro Anvisa: 10430310107	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL - SISTEMA DE 02 PEÇAS - ADULTO 44/45 MM								
2	34	ID:1002894 - Bolsa de colostomia adulto, sistema duas peças, com aro de 50 mm, drenável, plástico anti-odor, cinza, filtro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano e janela de visualização, dupla trava de segurança, audível com um click, sistema de fechamento em envelope com velcro.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Mio Click Bolsa Drenável 2PC Cinza 50mm Código: 11442	Registro Anvisa: 10430310171	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
	35	ID: 0166 - Placa de base adesiva de resina sintética côncava, com formato estrelar, sem adesivo microporoso, flange de 50 mm, recortável de 10-45 mm, suporte para encaixe para cinto na placa. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo lote.		ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Mio Concave Base Adesiva Click 2PC 50mm Recorte 10-45mm Suporte p/ Cinto Código: 18510	Registro Anvisa: 10430310166	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
	36	ID: 3003726 - Placa base adesiva de resina sintética, plana, com flange de 50 mm, recortável de 10-45 mm, sem adesivo microporoso, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior,acople a bolsa por sistema audível por um click, suporte de cinto na própria placa. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo lote.		ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Base adesiva Sensura Mio Click 2PC Alça p/ Cinto 10-45mm 50mm Código: 10512	Registro Anvisa: 10430310165	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
3	37	ID: 8261 - Equipamento coletor para estomia intestinal, sistema duas peças. Bolsa coletora drenável, opaca, com filtro de carvão para gases, fechamento por conectores plástico acoplado individualmente.	1º	BIONUTRI Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar LTDA	Braun, na proposta não especifica modelo e código do produto ofertado.	Não consta Registro Anvisa na proposta	Inapta	A proposta da licitante BIONUTRI LTDA foi julgada inaceitável por descumprimento ao item 15.11 do Termo de

							<p>Referência do modelo e do código de referência do fabricante impede a identificação fidedigna do item, tornando a análise técnica inconclusiva.</p> <p>É imperativo destacar que o modelo e o código são elementos essenciais para a verificação da conformidade do produto em relação ao solicitado no certame. São esses dados que permitem o cruzamento de informações com os catálogos oficiais, garantindo que as dimensões, materiais e funcionalidades do item ofertado atendem rigorosamente às exigências editalícias.</p> <p>Sem essa especificação precisa, a Administração Pública fica impossibilitada de atestar se o objeto ofertado possui o desempenho esperado, o que gera insegurança jurídica e riscos à execução contratual. Portanto, a indicação genérica, sem a devida codificação comercial, fere o princípio da clareza e da vinculação ao instrumento convocatório.</p>
		2º	J&A Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar	Braun, na proposta não especifica modelo e código do produto ofertado.	Registro Anvisa: 8.01369.907 85	Inapta	<p>Após exame minucioso da documentação apresentada, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão da proposta da licitante J&A LTDA, em razão do descumprimento ao item 15.11 do Termo de Referência. A omissão do modelo e do código de referência do fabricante impede a identificação fidedigna do item, tornando a análise técnica inconclusiva e inviabilizando o exercício do poder de fiscalização desta Secretaria.</p> <p>É imperativo destacar que o modelo e o código são elementos essenciais para a verificação da conformidade do produto em face do objeto licitado. Tais dados permitem o cruzamento de informações com os catálogos oficiais e registros regulatórios, assegurando que as dimensões, materiais e funcionalidades atendam rigorosamente às exigências editalícias.</p> <p>A ausência de especificação precisa impossibilita atestar o desempenho esperado do insumo, gerando insegurança jurídica e riscos iminentes à execução contratual. Portanto, a indicação genérica, desprovida da devida codificação comercial, fere os princípios da clareza, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, configurando vício insanável.</p>
		3º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER New Image Sistema 2Pc p/Estomia - Bolsa Drenável com Filtro Código: 18183	Registro Anvisa: 10326400007	Apta	<p>Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDICAL LTDA, constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.</p>
38	ID: 8280 - Barreira de resina sintética, com infusão de cerâmicas para promover a hidratação, uma barreira de proteção evitando a perda de água transdérmica e saúde da pele periestoma, base plana, flange flutuante de 57 mm, recortável 13 - 44 m, encaixe sem pressão abdominal, com adesivo gás permeável. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo lote.	1	BIONUTRI Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar LTDA	Braun, na proposta não especifica modelo e código do produto ofertado.	Não consta Registro Anvisa na proposta	Inapta	<p>Após exame minucioso da documentação acostada aos autos, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão da proposta apresentada pela licitante BIONUTRI LTDA, em razão do descumprimento ao item 15.11 do Termo de Referência. A omissão do modelo e do código de referência do fabricante</p>

							<p>impede a identificação fidedigna do item, tornando a análise técnica inconclusiva e inviabilizando o exercício do poder de fiscalização desta Secretaria.</p> <p>É imperativo destacar que o modelo e o código são elementos essenciais para a verificação da conformidade do produto em face do objeto licitado. Tais dados são indispensáveis para o cruzamento de informações com os catálogos oficiais e registros junto à ANVISA, assegurando que as dimensões, materiais e funcionalidades atendam rigorosamente às exigências editalícias.</p> <p>A ausência de especificação precisa impossibilita a Administração Pública de atestar se o objeto ofertado possui o desempenho e a segurança sanitária esperados, o que gera insegurança jurídica e riscos iminentes à execução contratual. Portanto, a indicação genérica, desprovida da devida codificação comercial, fere os princípios da clareza, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, configurando vício insanável.</p>
		2º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER NEW IMAGE SISTEMA DE DUAS PEÇAS BARREIRAS CERAPLUS Código: 11203	Registro Anvisa: 10326400038	Apta	<p>Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDICAL LTDA, constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.</p>
		3º	J&A Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar	Braun, na proposta não especifica modelo e código do produto ofertado.	Registro Anvisa: 80136990780	Inapta	<p>Após exame minucioso da documentação apresentada, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão da proposta da licitante J&A LTDA, em razão do descumprimento ao item 15.11 do Termo de Referência. A omissão do modelo e do código de referência do fabricante impede a identificação fidedigna do item, tornando a análise técnica inconclusiva e inviabilizando o exercício do poder de fiscalização desta Secretaria.</p> <p>É imperativo destacar que o modelo e o código são elementos essenciais para a verificação da conformidade do produto em face do objeto licitado. Tais dados permitem o cruzamento de informações com os catálogos oficiais e registros regulatórios, assegurando que as dimensões, materiais e funcionalidades atendam rigorosamente às exigências editalícias.</p> <p>A ausência de especificação precisa impossibilita atestar o desempenho esperado do insumo, gerando insegurança jurídica e riscos iminentes à execução contratual. Portanto, a indicação genérica, desprovida da devida codificação comercial, fere os princípios da clareza, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, configurando vício insanável.</p>
4	39	1º	Comércio e Representações PRADO Ltda.	Convatec Sur-Fit Advantage Bolsa Código: 421748	Registro Anvisa: 80523020084	Apta	<p>Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa PRADO LTDA, constatou-se que o objeto ofertado</p>

							atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		2º	ORTOMED LTDA.	Convatec Sur-Fit Advantage Bolsa Código: 421748	Registro Anvisa: 80523020084	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ORTOMED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
40	ID: 6022 - Equipamento de 2 peças para estomia intestinais, composta por base adesiva sintética plana, com flange de 57 mm, recorte de 22-33 mm, trilaminada moldável, com duas camadas de resina sintética, separadas por uma camada de filme polietileno, adesivo de apoio acrílico com hidrocoloide, sistema de encaixe com acople sanfonado, sem pressão abdominal.	1º	Comércio e Representações PRADO Ltda.	Convatec Sur-Fit Advantage Durahesive Placa Código: 421040	Registro Anvisa: 80523020082	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa PRADO LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		2º	ORTOMED LTDA.	Convatec Sur-Fit Advantage Durahesive Placa Código: 421040	Registro Anvisa: 80523020082	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ORTOMED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL - SISTEMA DE 02 PEÇAS - ADULTO 55/57/ MM

5	41	ID: 3758 -Bolsa coletora para colo/ileostomia 2 peças com acople de 60 mm, opaca, drenável, com janela de inspeção para visualização do estoma. Filtro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. Fechamento em envelope com velcro. Sistema de acople audível por um click com botão de travamento, aro de ajuste que permite o reposicionamento da bolsa no abdômen em formato ondulado conferindo maior flexibilidade.	1º	BIONUTRI Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar LTDA	Braun, na proposta não especifica modelo e código do produto ofertado.	Não consta Registro Anvisa na proposta	Inapta	Após exame minucioso da documentação acostada aos autos, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão da proposta apresentada pela licitante BIONUTRI LTDA, em razão do descumprimento ao item 15.11 do Termo de Referência. A omissão do modelo e do código de referência do fabricante impede a identificação fidedigna do item, tornando a análise técnica inconclusiva e inviabilizando o exercício do poder de fiscalização desta Secretaria. É imperativo destacar que o modelo e o código são elementos essenciais para a verificação da conformidade do produto em face do objeto licitado. Tais dados são indispensáveis para o cruzamento de informações com os catálogos oficiais e registros junto à ANVISA, assegurando que as dimensões, materiais e funcionalidades atendam rigorosamente às exigências editalícias. A ausência de especificação precisa impossibilita a Administração Pública de atestar se o objeto ofertado possui o desempenho e a segurança sanitária esperados, o que gera insegurança jurídica e riscos iminentes à execução contratual. Portanto, a indicação genérica, desprovida da devida codificação comercial, fere os princípios da clareza, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, configurando vício insanável.
			2º	J&A Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar	Braun, na proposta não especifica modelo e código do produto ofertado.	Registro Anvisa: 8.01369.907 85	Inapta	Após exame minucioso da documentação apresentada, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão da proposta da licitante J&A LTDA, em razão do descumprimento ao item 15.11 do Termo de Referência. A omissão do modelo e do código de referência do fabricante impede a identificação fidedigna do item, tornando a análise técnica inconclusiva e inviabilizando o exercício do poder de fiscalização desta Secretaria. É imperativo destacar que o modelo e o código são elementos essenciais para a verificação da conformidade do produto

						<p>em face do objeto licitado. Tais dados permitem o cruzamento de informações com os catálogos oficiais e registros regulatórios, assegurando que as dimensões, materiais e funcionalidades atendam rigorosamente às exigências editalícias.</p> <p>A ausência de especificação precisa impossibilita atestar o desempenho esperado do insumo, gerando insegurança jurídica e riscos iminentes à execução contratual. Portanto, a indicação genérica, desprovida da devida codificação comercial, fere os princípios da clareza, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, configurando vício insanável.</p>	
		3º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Sensura Mio Click Bolsa Para Colostomia E Ileostomia 2 Pc, Drenável, 60mm - Cx C/ 30un Código: 11452	Registro Anvisa: 10430310171	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
42	ID: 3003727 - Placa base adesiva de resina sintética, plana, com flange de 60 mm, recortável de 10-55 mm, sem adesivo microporoso, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior, acople a bolsa por sistema audível por um click, suporte de cinto na própria placa. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo lote.						<p>Após exame minucioso da documentação acostada aos autos, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão da proposta apresentada pela licitante BIONUTRI LTDA, em razão do descumprimento ao item 15.11 do Termo de Referência. A omissão do modelo e do código de referência do fabricante impede a identificação fidedigna do item, tornando a análise técnica inconclusiva e inviabilizando o exercício do poder de fiscalização desta Secretaria.</p> <p>É imperativo destacar que o modelo e o código são elementos essenciais para a verificação da conformidade do produto em face do objeto licitado. Tais dados são indispensáveis para o cruzamento de informações com os catálogos oficiais e registros junto à ANVISA, assegurando que as dimensões, materiais e funcionalidades atendam rigorosamente às exigências editalícias.</p> <p>A ausência de especificação precisa impossibilita a Administração Pública de atestar se o objeto ofertado possui o desempenho e a segurança sanitária esperados, o que gera insegurança jurídica e riscos iminentes à execução contratual. Portanto, a indicação genérica, desprovida da devida codificação comercial, fere os princípios da clareza, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, configurando vício insanável.</p>
		1º	BIONUTRI Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar LTDA	Braun, na proposta não especifica modelo e código do produto ofertado.	Não consta Registro Anvisa na proposta	Inapta	<p>Após exame minucioso da documentação apresentada pela licitante J&A LTDA, em razão do descumprimento ao item 15.11 do Termo de Referência. A omissão do modelo e do código de referência do fabricante impede a identificação fidedigna do item, tornando a análise técnica inconclusiva e inviabilizando o exercício do poder de fiscalização desta Secretaria.</p>
		2º	J&A Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar	Braun, na proposta não especifica modelo e código do produto ofertado.	Registro Anvisa: 8.01369.907 80	Inapta	Após exame minucioso da documentação apresentada pela licitante J&A LTDA, em razão do descumprimento ao item 15.11 do Termo de Referência. A omissão do modelo e do código de referência do fabricante impede a identificação fidedigna do item, tornando a análise técnica inconclusiva e inviabilizando o exercício do poder de fiscalização desta Secretaria.

							<p>É imperativo destacar que o modelo e o código são elementos essenciais para a verificação da conformidade do produto em face do objeto licitado. Tais dados permitem o cruzamento de informações com os catálogos oficiais e registros regulatórios, assegurando que as dimensões, materiais e funcionalidades atendam rigorosamente às exigências editalícias.</p> <p>A ausência de especificação precisa impossibilita atestar o desempenho esperado do insumo, gerando insegurança jurídica e riscos iminentes à execução contratual. Portanto, a indicação genérica, desprovida da devida codificação comercial, fere os princípios da clareza, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, configurando vício insanável.</p>	
			3º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Sensura Mio Click, Base Adesiva, 2pc Com Alças P/ Cinto 10-55mm, 60mm - Cx C/ 05Un Código: 10522	Registro Anvisa: 10430310165	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
6	43	ID:1002487 - Equipamento coletor para estomia intestinal, sistema duas peças. Bolsa coletora drenável, opaca, com filtro de carvão para gases, fechamento por conectores plástico acoplado individualmente.						<p>Após exame minucioso da documentação apresentada, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão da proposta da licitante J&A LTDA, em razão do descumprimento ao item 15.11 do Termo de Referência. A omissão do modelo e do código de referência do fabricante impede a identificação fidedigna do item, tornando a análise técnica inconclusiva e inviabilizando o exercício do poder de fiscalização desta Secretaria.</p> <p>É imperativo destacar que o modelo e o código são elementos essenciais para a verificação da conformidade do produto em face do objeto licitado. Tais dados permitem o cruzamento de informações com os catálogos oficiais e registros regulatórios, assegurando que as dimensões, materiais e funcionalidades atendam rigorosamente às exigências editalícias.</p> <p>A ausência de especificação precisa impossibilita atestar o desempenho esperado do insumo, gerando insegurança jurídica e riscos iminentes à execução contratual. Portanto, a indicação genérica, desprovida da devida codificação comercial, fere os princípios da clareza, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, configurando vício insanável.</p>
			1º	J&A Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar	Bbraun	Registro Anvisa: 8.01369.90785	Inapta	<p>Após exame minucioso da documentação acostada aos autos, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão da proposta apresentada pela licitante BIONUTRI LTDA, em razão do descumprimento ao item 15.11 do Termo de Referência. A omissão do modelo e do código de referência do fabricante impede a identificação fidedigna do item, tornando a análise técnica inconclusiva e inviabilizando o exercício do poder de fiscalização desta Secretaria.</p>
			2º	BIONUTRI Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar LTDA.	Bbraun	Não consta Registro Anvisa na proposta	Inapta	<p>Após exame minucioso da documentação acostada aos autos, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão da proposta apresentada pela licitante BIONUTRI LTDA, em razão do descumprimento ao item 15.11 do Termo de Referência. A omissão do modelo e do código de referência do fabricante impede a identificação fidedigna do item, tornando a análise técnica inconclusiva e inviabilizando o exercício do poder de fiscalização desta Secretaria.</p>

							<p>É imperativo destacar que o modelo e o código são elementos essenciais para a verificação da conformidade do produto em face do objeto licitado. Tais dados são indispensáveis para o cruzamento de informações com os catálogos oficiais e registros junto à ANVISA, assegurando que as dimensões, materiais e funcionalidades atendam rigorosamente às exigências editalícias.</p> <p>A ausência de especificação precisa impossibilita a Administração Pública de atestar se o objeto ofertado possui o desempenho e a segurança sanitária esperados, o que gera insegurança jurídica e riscos iminentes à execução contratual. Portanto, a indicação genérica, desprovida da devida codificação comercial, fere os princípios da clareza, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, configurando vício insanável.</p>
		3º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER New Image Sistema 2Pc p/Estomia - Bolsa Drenável com Filtro Código: 18184	Registro Anvisa: 10326400007	Apta	<p>Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDICAL LTDA, constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.</p>
44	ID: 5386 - Barreira de resina sintética, com infusão de cerâmicas para promover a hidratação, uma barreira de proteção evitando a perda de água transdérmica e saúde da pele periestoma, base plana, flange flutuante de 70 mm, recortável 13 - 57 m, encaixe sem pressão abdominal, com adesivo gás permeável. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo lote.						<p>Após exame minucioso da documentação apresentada, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão da proposta da licitante J&A LTDA, em razão do descumprimento ao item 15.11 do Termo de Referência. A omissão do modelo e do código de referência do fabricante impede a identificação fidedigna do item, tornando a análise técnica inconclusiva e inviabilizando o exercício do poder de fiscalização desta Secretaria.</p> <p>É imperativo destacar que o modelo e o código são elementos essenciais para a verificação da conformidade do produto em face do objeto licitado. Tais dados permitem o cruzamento de informações com os catálogos oficiais e registros regulatórios, assegurando que as dimensões, materiais e funcionalidades atendam rigorosamente às exigências editalícias.</p> <p>A ausência de especificação precisa impossibilita atestar o desempenho esperado do insumo, gerando insegurança jurídica e riscos iminentes à execução contratual. Portanto, a indicação genérica, desprovida da devida codificação comercial, fere os princípios da clareza, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, configurando vício insanável.</p>
		1º	J&A Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar	Bbraun	Registro Anvisa: 8.01369.90780	Inapta	<p>Após exame minucioso da documentação acostada aos autos, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão da proposta apresentada pela licitante BIONUTRI LTDA, em razão do descumprimento ao item 15.11 do Termo de Referência. A omissão do modelo e do código de referência do fabricante impede a identificação</p>
		2º	BIONUTRI Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar LTDA.	Bbraun	Não consta Registro Anvisa na proposta	Inapta	<p>Após exame minucioso da documentação acostada aos autos, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão da proposta apresentada pela licitante BIONUTRI LTDA, em razão do descumprimento ao item 15.11 do Termo de Referência. A omissão do modelo e do código de referência do fabricante impede a identificação</p>

							<p>fidedigna do item, tornando a análise técnica inconclusiva e inviabilizando o exercício do poder de fiscalização desta Secretaria.</p> <p>É imperativo destacar que o modelo e o código são elementos essenciais para a verificação da conformidade do produto em face do objeto licitado. Tais dados são indispensáveis para o cruzamento de informações com os catálogos oficiais e registros junto à ANVISA, assegurando que as dimensões, materiais e funcionalidades atendam rigorosamente às exigências editalícias.</p> <p>A ausência de especificação precisa impossibilita a Administração Pública de atestar se o objeto ofertado possui o desempenho e a segurança sanitária esperados, o que gera insegurança jurídica e riscos iminentes à execução contratual. Portanto, a indicação genérica, desprovida da devida codificação comercial, fere os princípios da clareza, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, configurando vício insanável.</p>	
			3º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER New Image sistema de duas peças barreiras CERAPLUS Código: 11204	Registro Anvisa: 10326400038	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDICAL LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
7		ID:3003728 - Bolsa coletora para estomia intestinal, sistema duas peças, bolsa coletora drenável, transparente ou opaca, com filtro de carvão ativado, fechamento por conectores plásticos ou velcro, acoplados a bolsa individualmente.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Mio Max Bolsa drenável, 2 peças com flange de 90mm, cinza com janela Código: 18388	Registro Anvisa: 10430310174	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
45		ID:3003728 - Bolsa coletora para estomia intestinal, sistema duas peças, bolsa coletora drenável, transparente ou opaca, com filtro de carvão ativado, fechamento por conectores plásticos ou velcro, acoplados a bolsa individualmente.	2º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER New Image Sistema 2Pc p/Estomia - Bolsa Drenável Código: 18006	Registro Anvisa: 10326400007	Inapta	Após análise minuciosa da documentação técnica e do registro ANVISA acostados pela licitante MEDICAL LTDA, manifestou-se esta Coordenadoria pela inaptidão técnica do objeto ofertado. Constatou-se que o produto apresentado não possui o filtro de carvão ativado, característica técnica expressamente exigida no descritivo do Termo de Referência.
		ID: 3003729 - Barreira de resina sintética plana, flange até 102 mm, com recorte de até 89 mm, encaixe sem pressão abdominal, com ou sem adesivo gás permeável. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo lote.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Mio Placa Base 2PC 90mm Recorte 10-88mm Código: 18390	Registro Anvisa: 10430310177	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA , constatou-se que o objeto

ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

Após análise minuciosa da documentação técnica e do registro ANVISA acostados pela licitante MEDICAL LTDA, manifestase esta Coordenadoria pela inaptidão técnica do objeto ofertado. Constatou-se que o produto apresentado não possui o filtro de carvão ativado, característica técnica expressamente exigida no descritivo do Termo de Referência.

Ressalta-se que a ausência deste componente desnatura a especificação pretendida por esta Administração e compromete a funcionalidade do item, uma vez que o filtro é essencial para a desodorização e a saída gradual de gases, prevenindo o abaulamento (ballooning) da bolsa e garantindo a discrição e o conforto do usuário. Tal omissão impacta diretamente na eficácia do tratamento e na padronização assistencial da rede estadual. Por conseguinte, a proposta é considerada inadmissível por descumprimento dos requisitos de admissibilidade e das especificações mínimas obrigatórias, ferindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL - SISTEMA DE 02 PEÇAS - ADULTO CONVEXA 53/57 MM

8	47	ID: 3003730 - Bolsa coletora para colo/ileostomia 2 peças com acople de 70 mm, opaca, drenável, com janela de inspeção para visualização do estoma. Filtro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. Fechamento em envelope com velcro. Sistema de acople audível por um click com botão de travamento, aro de ajuste que permite o reposicionamento da bolsa no abdômen em formato ondulado conferindo maior flexibilidade	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Mio Click Bolsa Drenável Cinza 70mm Código: 11456	Registro Anvisa: 10430310171	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
	48	ID: 3003731 - Base adesiva convex light com convexidade leve, em formato oval, com acople de 70 mm, recortável de 10-53 mm, sem adesivo microporoso, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas, com linhas flexíveis integradas e 1 camada de filme elástico superior, flange flexível para acople da bolsa. Suporte de cinto na própria base. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo lote	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Sensura Mio Convex Light Base Adesiva Click 2PC C/ Suporte p/ Cinto 70mm Recorte 15- 53mm Código: 16931	Registro Anvisa: 10430310169	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
9	49	ID:1002489 - Bolsa coletora adulta, para estoma intestinal, colostomia / ileostomia, sistema de duas peças, flange de 70 mm base adesiva sintética plana, recortável, com três hidrocoloides, adesivo de apoio acrílico, sistema de encaixe com acople por oito pontos de fixação, drenável, revestida com tela macia de proteção bilateral, com janela de visualização, filtro de carvão integrado e película protetora contra a umidade, sistema de fechamento por encaixe de conectores plásticos de fácil higienização e bolso de segurança para acomodar conectores, flange de medida compatível com a base adesiva e com encaixe para cinto de sustentação.	1º	Comércio e Representações PRADO Ltda.	Sur-Fit Advantage Bolsa Caixa c/ 10 Código: 421749	Registro Anvisa: 80523020084	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa PRADO LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
			2º	CONVATEC Brasil LTDA	Sur-Fit Advantage Bolsa Caixa c/ 10 Código: 421749	Registro Anvisa: 80523020084	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa CONVATEC LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
	3º	ORTOMED LTDA.	Sur-Fit Advantage Bolsa Caixa c/ 10 Código: 421749	Registro Anvisa: 80523020084	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ORTOMED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.		
50		ID: 8164 - Placa com adesivo de resina sintética e tecido microporoso, flange 70, recortável 13-57 mm, sem marcadores para recorte, necessário medidor.	1º	Comércio e Representações PRADO Ltda.	Convatec Sur-Fit Advantage Durahesive Placa Código: 413163	Registro Anvisa: 80523020083	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa PRADO LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
				CONVATEC Brasil LTDA	Convatec Sur-Fit Advantage Durahesive Placa Código: 413163	Registro Anvisa: 80523020083	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa CONVATEC LTDA , constatou-se que o objeto

								ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
			2º	ORTOMED LTDA.	Convatec Sur-Fit Advantage Durahesive Placa Código: 413163	Registro Anvisa: 80523020083	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ORTOMED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
10	51	ID: 1002487 - Equipamento coletor para estomia intestinal retraída, plana ou em dobra cutânea, sistema duas peças. Bolsa coletora, drenável, opaca, com filtro de carvão para gases, fechamento por conectores plásticos acoplados individualmente.	1º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER New Image Sistema 2Pc p/Estomia - Bolsa Drenável com Filtro Código: 18184	Registro Anvisa: 10326400007	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDICAL LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
	52	ID: 9505 - Barreira de resina sintética, com infusão de ceramidas para promover a hidratação, barreira de proteção evitando a perda de água transepidérmica e saúde da pele periestoma, com convexidade macia e flexível, com distribuição da pressão nas proximidades da estomia em área periestoma, flange flutuante de 70 mm, recortável 13-51 mm, encaixe sem pressão abdominal, com adesivo gás permeável.	1º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER New Image sistema de duas peças barreiras CERAPLUS Soft Convexa Código: 11704	Registro Anvisa: 10326400038	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDICAL LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL ILEOSTOMIA/COLOSTOMIA ÚMIDA- SISTEMA DE 02 PEÇAS - ADULTO								
11	53	ID: 3003732 - Bolsa para ileostomia/colostomia úmida, 2 peças com acople de 70 mm, opaca, com janela de inspeção para visualização do estoma, válvula de drenagem com diâmetro ampliado e sistema antirrefluxo. Sistema de acople audível por um click com botão de travamento, aro de ajuste que permite o reposicionamento da bolsa no abdômen em formato ondulado conferindo maior flexibilidade	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Mio Click Bolsa 2PC Alta Drenagem Cinza 70mm Código: 18603	Registro Anvisa: 10430310184	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
	54	ID:3003733 - Placa de base adesiva de resina sintética côncava, com formato estrelar, sem adesivo microporoso, flange de 70 mm, recortável de 10-65 mm, suporte para encaixe para cinto na placa. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo lote.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Mio Concave Base Adesiva Click 2PC 70mm Recorte 10- 65mm Suporte p/ Cinto Código: 18530	Registro Anvisa: 10430310166	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL ILEOSTOMIA/COLOSTOMIA ÚMIDA- SISTEMA DE 02 PEÇAS - ADULTO								
12	55	ID: 3003734 - Bolsa para urostomia de 2 peças, com aro de 60 mm, transparente, drenável, sistema de acople à placa com trava de segurança audível por um click, sistema anti- refluxo, válvula de drenagem e multicâmaras para melhor distribuição da urina, anel de travamento.	1º	J&A Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar	Bbraun	Registro Anvisa: 8.01369.90785	Inapta	Após exame minucioso da documentação apresentada, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão da proposta da licitante J&A LTDA, em razão do descumprimento ao item 15.11 do Termo de Referência. A omissão do modelo e do código de referência do fabricante impede a identificação fidedigna do item, tornando a análise técnica inconclusiva e inviabilizando o exercício do poder de fiscalização desta Secretaria. É imperativo destacar que o modelo e o código são elementos essenciais para a verificação da conformidade do produto em face do objeto licitado. Tais dados permitem o cruzamento de informações com catálogos oficiais e registros regulatórios, assegurando que as dimensões, materiais e funcionalidades atendam rigorosamente às exigências editalícias. A ausência de especificação precisa impossibilita atestar o desempenho esperado do insumo, gerando insegurança jurídica e riscos iminentes à execução contratual. Portanto, a indicação genérica, desprovida da devida codificação comercial, fere os princípios da clareza, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, configurando vício insanável.
			2º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Mio Click Bolsa Uro Transparente 60mm Código: 11500	Registro Anvisa: 10430310188	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA ,

							constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
56	ID: 3003735 - Placa base adesiva de resina sintética, plana, com flange de 60 mm, recortável de 10-55 mm, sem adesivo microporoso, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior,acople a bolsa por sistema audível por um click, suporte de cinto na própria placa. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo lote.	1º	J&A Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar	Bbraun	Registro Anvisa: 8.01369.90780	Inapta	<p>Após exame minucioso da documentação apresentada, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão da proposta da licitante J&A LTDA, em razão do descumprimento ao item 15.11 do Termo de Referência. A omissão do modelo e do código de referência do fabricante impede a identificação fidedigna do item, tornando a análise técnica inconclusiva e inviabilizando o exercício do poder de fiscalização desta Secretaria.</p> <p>É imperativo destacar que o modelo e o código são elementos essenciais para a verificação da conformidade do produto em face do objeto licitado. Tais dados permitem o cruzamento de informações com os catálogos oficiais e registros regulatórios, assegurando que as dimensões, materiais e funcionalidades atendam rigorosamente às exigências editalícias.</p> <p>A ausência de especificação precisa impossibilita atestar o desempenho esperado do insumo, gerando insegurança jurídica e riscos iminentes à execução contratual. Portanto, a indicação genérica, desprovida da devida codificação comercial, fere os princípios da clareza, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, configurando vício insanável.</p>
		2º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Base adesiva Sensura Mio Click 2PC Alça p/ Cinto 10-55mm 60mm Código: 10522	Registro Anvisa: 10430310165	Apta	<p>Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA, constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.</p>
57	ID: 3003735 - Placa base adesiva de resina sintética, plana, com flange de 60 mm, recortável de 10-55 mm, sem adesivo microporoso, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior,acople a bolsa por sistema audível por um click, suporte de cinto na própria placa. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo lote.	1º	J&A Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar	Bbraun	Registro Anvisa: 8.01369.90780	Inapta	<p>Após exame minucioso da documentação apresentada, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão da proposta da licitante J&A LTDA, em razão do descumprimento ao item 15.11 do Termo de Referência. A omissão do modelo e do código de referência do fabricante impede a identificação fidedigna do item, tornando a análise técnica inconclusiva e inviabilizando o exercício do poder de fiscalização desta Secretaria.</p> <p>É imperativo destacar que o modelo e o código são elementos essenciais para a verificação da conformidade do produto em face do objeto licitado. Tais dados permitem o cruzamento de informações com os catálogos oficiais e registros regulatórios, assegurando que as dimensões, materiais e funcionalidades atendam rigorosamente às exigências editalícias.</p> <p>A ausência de especificação precisa impossibilita atestar o desempenho esperado do insumo, gerando insegurança jurídica e riscos iminentes à execução contratual. Portanto, a indicação genérica, desprovida da devida codificação comercial, fere os princípios da clareza, da isonomia e da vinculação</p>

							ao instrumento convocatório, configurando vício insanável.
			2º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Mio Convex Light Base Adesiva Click 2PC C/ Suporte p/ Cinto 60mm Recorte 15- 40mm Código: 16921	Registro Anvisa: 10430310169	Apta Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
13	58	ID: 1002484 - Equipamento coletor para estomia urinária, sistema duas peças, com aro de 57 mm transparente, com sistema anti-refluxo, válvula de drenagem com tampa macia e sistema de gotejamento gradual.	1º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER New Image Sistema 2Pc p/Urostomia - Bolsa Ultra-Transparente 18923	Registro Anvisa: 10326400007	Apta Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDICAL LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
	59	ID: 5458 - Barreira de resina sintética com infusão de cerâmicas, com convexidade macia e flexível, flange recortável 13-38mm, encaixe sem pressão abdominal, com adesivo gás permeável.	1º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER NEW IMAGE SISTEMA DE DUAS PEÇAS BARREIRAS CERAPLUS 11703	Registro Anvisa: 10326400038	Apta Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDICAL LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
14	60	ID: 1002785 - Equipamento coletor para estomia urinária, sistema duas peças, com aro de 70 mm, transparente, com sistema anti-refluxo, válvula de drenagem com tampa macia e sistema de gotejamento gradual.	1º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER New Image Sistema 2Pc p/Urostomia - Bolsa Ultra-Transparente 18924	Registro Anvisa: 10326400007	Apta Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDICAL LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
	61	ID: 5386 - Barreira de resina sintética, com infusão de cerâmicas, plana, flange flotante de 70 mm, recortável até 13-57 mm, encaixe sem pressão abdominal, com adesivo gás permeável.	1º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER NEW IMAGE SISTEMA DE DUAS PEÇAS BARREIRAS CERAPLUS 11204	Registro Anvisa: 10326400038	Apta Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDICAL LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
66 Cota do Item 01		ID: 3003719 - Bolsa para colostomia e Ileostomias pediátrica, sistema 01 peça, drenável, recortável, sem filtro de carvão ativado, com fechamento individual e autoadesivo, recortável de 08-50 mm.	1º	KTR BRASIL	Vital Gold, não especifica modelo e código do produto ofertado.	Não consta na proposta	Inapta Após exame minucioso da documentação acostada aos autos, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão da proposta apresentada pela licitante KTR BRASIL, em razão do descumprimento ao item 15.11 do Termo de Referência. A licitante omitiu o modelo e o código de referência do fabricante, descumprindo frontalmente a obrigatoriedade de identificar o produto ofertado de forma clara e concisa. É imperativo destacar que o modelo e o código são elementos essenciais para a verificação da conformidade do insumo em face do objeto licitado. A ausência dessas informações impossibilita a identificação precisa do item, inviabilizando a conferência do registro junto à ANVISA e o cruzamento de dados com os catálogos oficiais do fabricante. Sem essa especificação, esta Administração fica impossibilitada de atestar se o objeto possui o desempenho e a segurança sanitária exigidos, o que gera insegurança jurídica e riscos iminentes à execução contratual. Portanto, a indicação genérica, desprovida da devida codificação comercial, configura vício insanável, tornando a proposta inadmissível.
			2º	ORTOMED LTDA.	Convater Little Ones Código ICC 20922	Registro Anvisa: 80523020069	Apta Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ORTOMED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
67 Cota do Item 02		ID: 8120 - Equipamento coletor para estomia intestinal infantil, plana, sistema uma peça. Bolsa coletora, drenável, transparente, com filtro de carvão ativado,	1º	INTEGRAL MED LTDA	HOLLISTER Pouchkins Bolsa de Estomia Pediátrica de	Registro Anvisa: 10326400025	Apta Após análise técnica do portfólio e da documentação

	fechamento por conectores plásticos acoplado individualmente. Barreira de resina sintética flexível e suave, plana, recortável, sem pré-corte inicial e recorte máximo de 51 mm, sem adesivo gás permeável.			uma peça Código: 3795			apresentada pela empresa INTEGRAL MED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
68 Cota do Item 04	ID: 2736 - 1002483 - Bolsa de colostomia/ileostomia adulto, sistema de uma peça, plástico anti-odor, plana, drenável, opaca com filtro de carvão ativado e barreira de resina sintética em dupla camada adesiva, sem adesivo microporoso, recortável 10-76 mm, com fechamento em velcro integrado na bolsa.	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Sensura Bolsa Drenável Plana 1PC Opaca Recorte 10-76mm Código: 15580	Registro Anvisa: 10430310050	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		ORTOMED sem proposta nesta item conforme Documento: 70521122.					
69 Cota do Item 05	ID: 1002491 - Bolsa de colostomia /ileostomia, adulto, sistema uma peça, plana, drenável, com flange de tecido microporoso, transparente, sem filtro de carvão ativado, com fechamento individual (clamp para cada bolsa), recortável de 19-64 mm.	1º	COVAN Comercio varejista e atacadista do norte LTDA.	LISMED não especifica modelo e código do produto ofertado.	Registro Anvisa: 82307469003	Inapta	Após exame minucioso da documentação apresentada, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão da proposta da licitante COVAN LTDA, em razão do descumprimento ao item 15.11 do Termo de Referência. A omissão do modelo e do código de referência do fabricante impede a identificação fidedigna do item, tornando a análise técnica inconclusiva e inviabilizando o exercício do poder de fiscalização desta Secretaria. É imperativo destacar que o modelo e o código são elementos essenciais para a verificação da conformidade do produto em face do objeto licitado. Tais dados permitem o cruzamento de informações com os catálogos oficiais e registros junto à ANVISA, assegurando que as dimensões, materiais e funcionalidades atendam rigorosamente às exigências editalícias. A ausência de especificação precisa impossibilita a Administração Pública de atestar se o objeto ofertado possui o desempenho e a segurança sanitária esperados, o que gera insegurança jurídica e riscos iminentes à execução contratual. Portanto, a indicação genérica, desprovida da devida codificação comercial, fere os princípios da clareza, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, configurando vício insanável.
		2º	KTR BRASIL	Vital Gold, na proposta não especifica modelo e código do produto ofertado.	Não consta na proposta	Inapta	Após exame minucioso da documentação acostada aos autos, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão da proposta apresentada pela licitante KTR BRASIL, em razão do descumprimento ao item 15.11 do Termo de Referência. A licitante omitiu o modelo e o código de referência do fabricante, descumprindo frontalmente a obrigatoriedade de identificar o produto ofertado de forma clara e concisa. É imperativo destacar que o modelo e o código são elementos essenciais para a verificação da conformidade do insumo em face do objeto licitado. A ausência dessas informações impossibilita a identificação fidedigna do item, inviabilizando a conferência do registro junto à ANVISA e o cruzamento de dados com os catálogos oficiais do fabricante. Sem essa especificação, esta Secretaria fica impossibilitada de atestar se o objeto possui o desempenho e a segurança sanitária

							exigidos, o que gera insegurança jurídica e riscos iminentes à execução contratual. Portanto, a indicação genérica, desprovida da devida codificação comercial, configura vício insanável, tornando a proposta inadmissível.
70 Cota do Item 06	ID: 8119 - Bolsa de colostomia/ileostomia, sistema de uma peça, plástico transparente, sem filtro de carvão ativado, drenável, fechamento com velcro, plana, base de resina sintética e tecido microporoso, recortável de 13-64 mm.	1º	INTEGRAL MED LTDA.	HOLLISTER Bolsa de Estomia adulto CeraPlus 1 peça Código: 8931	Registro Anvisa: 10326400040	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa INTEGRAL MED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
71 Cota do Item 07	ID: 7355 - Bolsa para colo/ileostomia de 1 peça, opaca, com janela de inspeção para visualização do estoma, drenável, recortável de 10-100 mm. bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face frontal e posterior. filtro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. fechamento em envelope com velcro sinalizado na cor turquesa e fechamento invisível com fixação superior e inferior. base adesiva plana em formato oval, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliiobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior.	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Sensura Mio Bolsa Drenável 1PC Cinza Recorte 10-100mm Código: 18378	Registro Anvisa: 10430310161	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
72 Cota do Item 08	ID: 8299 - Protetor para colostomia/ileostomia, sistema uma peça para uso pós- irrigação ou para colostomias reguladas por dietas ou para estoma não funcionantes (fistulas mucosas) cor opaca, recorte 20-55 mm. Composto por bolsa protetora, absorvente interno, base adesiva plana, filtro de carvão ativado integrado.	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Alterna Perfil Mini Cap 1PC Opaca Recorte 20-55mm com Filtro Código: 17444	Registro Anvisa: 10430319061	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
73 Cota do Item 09	ID: 32977 - kit de irrigação intestinal para evacuação mecânica das fezes do intestino como lavagem intestinal. Aro de 60 mm. Contêm bolsa de líquido em PVC com termômetro de cristal líquido, polietileno e acrílico, regulador de fluxo acoplado e indicador de fluxo em copolímero de estireno-butadieno e polipropileno. Cone ponteira composto de tubo de PVC e borracha de estireno- butadieno, base para cinto em polipropileno, cinto elástico em poliamida, terileno, fibra de poliuretano e fivela em polipropileno, manga de irrigação composta de flange e bolsa de EVA, transparente de 60 mm, clamp (pinça) em poliéster.	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Alterna Kit Sistema de Irrigação 60mm Código: 12830	Registro Anvisa: 10430310073	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
74 Cota do Item 10	ID: 1002444 - Bolsa para estomia adulta colostomia/ileostomia, convexa, para estoma retraídos, sistema 01 peça, drenável, opaca, clamp de fechamento com velcro acoplado a bolsa, com janela de visualização e com filtro de carvão ativado, flange de resina sintética, recortável de 10-43 mm.	1º	J&A Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar	Bbraun A proposta não especifica modelo e código do produto ofertado.	Registro Anvisa: 8.01369.90793	Inapta	Após exame minucioso da documentação apresentada, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão da proposta da licitante J&A LTDA, em razão do descumprimento ao item 15.11 do Termo de Referência. A omissão do modelo e do código de referência do fabricante impede a identificação fidedigna do item, tornando a análise técnica inconclusiva e inviabilizando o exercício do poder de fiscalização desta Secretaria. É imperativo destacar que o modelo e o código são elementos essenciais para a verificação da conformidade do produto em face do objeto licitado. Tais dados permitem o cruzamento de informações com os catálogos oficiais e registros regulatórios, assegurando que as dimensões, materiais e funcionalidades atendam rigorosamente às exigências editalícias. A ausência de especificação precisa impossibilita atestar o desempenho esperado do insumo, gerando insegurança jurídica e riscos iminentes à execução contratual. Portanto, a indicação genérica, desprovida da devida codificação comercial, fere os princípios da clareza, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, configurando vício insanável.
		2º	TECPLUS LTDA.	SenSura Mio Convex Ligth 1PC Bolsa Drenável Recorte 10-43mm	Registro Anvisa: 10430310167	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado

							atende as especificações descritas no Termo de Referência.
75 Cota do Item 11	ID:3003720 - Bolsa Convexa de Colostomia/ileostomia, opaca, com filtro de carvão ativado, com velcro de fechamento acoplado a bolsa, placa com dois adesivos, sendo um com micropore e flange com composição de cerâmicas com janela de visualização, conectores para adaptação de cinto, Opaca, Recortável de 13 à 55mm.	1º	INTEGRAL MED LTDA.	HOLLISTER Bolsa de Estomia adulto 1 peça Soft Convexa CeraPlus Código: 89511	Registro Anvisa: 10326400039	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa INTEGRAL MED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
76 Cota do Item 12	ID: 3003721 - Bolsa para estomia adulta colostomia/ileostomia, convexa, opaca, para estoma retraídos, sistema 01 peça, drenável, clamp de fechamento com velcro acoplado a bolsa, com janela de visualização e com filtro de carvão ativado, flange de resina sintética, recortável de 20-57 mm.	1º	ORTOMED LTDA.	Convatec ESTEEM+Flex Convex Código ICC: 422159	Registro Anvisa: 80523020052	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ORTOMED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
77 Cota do Item 13	ID: 8310 - Bolsa para estomia adulta, colostomia/ileostomia, sistema 01 peça, drenável, estéril, para uso pós-operatório, com base plana, recortável de 10-115 mm com capacidade para 725 ml, com janela integrada para fácil acesso ao estoma e válvula de drenagem acoplada à bolsa.	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Sensura Pós-op Bolsa Drenável Estéril 10-115mm 725ml Código: 19011	Registro Anvisa: 10430310076	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
78 Cota do Item 14	ID: 8318 - Bolsa para estomia adulta, colostomia/ileostomia, sistema 01 peça, drenável, estéril, para uso pós-operatório, com base plana, recortável de 10-78 mm com capacidade para 680 ml, com janela integrada para fácil acesso ao estoma e válvula de drenagem acoplada à bolsa.	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Sensura Pós-op Bolsa Drenável Estéril 10-78mm 680ml Código: 19010	Registro Anvisa: 10430310076	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
79 Cota do Item 15	ID: 3003722 - Sistema de manejo de fístula e ferida medindo 156-228 mm com janela flexível, filme de cobertura transparente, com abertura para drenagem, componentes: 1. Plástico protetor; 2. Grade de demarcação; 3. Dispositivo receptor; 4. Janela; 5. Bomba para inflar; 6. Canal para drenagem; 7. Clamp. Capacidade midi. O kit deverá conter 03 unidades de sistema. Hospitalar	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Sistema de manejo de Fístula Transparente com recorte de 156-228mm Código: 14060	Registro Anvisa: 10430310040	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
80 Cota do Item 16	ID: 3003723 - Sistema de manejo de fístula e ferida medindo 208-297 mm com janela flexível, filme de cobertura transparente, com abertura para drenagem, componentes: 1. Plástico protetor; 2. Grade de demarcação; 3. Dispositivo receptor; 4. Janela; 5. Bomba para inflar; 6. Canal para drenagem; 7. Clamp. Capacidade maxi. O kit deverá conter 03 unidades de sistema.	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Sistema de manejo Fístula Transparente com recorte de 208-297mm Código: 14070	Registro Anvisa: 10430310040	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
81 Cota do Item 17	ID: 3752 - Barreira protetora de pele em forma de pasta para o cuidado de estomas intestinais e urinários composta de estireno-isopreno-estireno (SIS), borracha de isopreno líquido, poliisobutileno (PIB), dióxido de silício coloidal, óleo mineral, pectina, gelatina, carboximetilcelulose sódica (CMC), dióxido de titânio, metilparabeno e etilparabeno. Indicada para o preenchimento de cavidades e dobras cutâneas ao redor do estoma, assegurando um ajuste preciso entre o estoma e a base adesiva e protegendo a pele do efluente do estoma. Sem álcool. Não arde. Não estéril. tubo de 60 g com aplicador.	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Brava Pasta sem Álcool 60g Código: 12050	Registro Anvisa: 10430310197	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
82 Cota do Item 18	ID: 1002447- 1147 -1002730 -Protetor cutâneo solução de secagem rápida que, aplicada à pele forma uma película protetora indolor, transparente e durável, resistente à água e permeável ao ar, permitindo a transpiração da pele, não possui álcool; barreira que oferece total proteção contra irritações de pele, decorrentes de incontinência urinária e fecal, e danos causados pelos adesivos em curativos repetitivos. Frasco Aerosol 50 ml.	1º	TECPLUS LTDA.	PREVDERM Spray Barreira - 50ml	Registro Anvisa: 80225209007	Inapta	Após exame minucioso da proposta e do catálogo técnico acostados pela licitante TECPLUS LTDA, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão técnica do objeto ofertado. Constatou-se que o produto apresentado em formato Spray (gatilho manual) diverge frontalmente da especificação em Aerosol (pressão contínua) estabelecida no Termo de Referência. É imperativo ressaltar que a tecnologia de aplicação em aerossol não é uma exigência meramente acessória, mas um requisito funcional indispensável para a integridade da pele periestoma. O sistema de pressão contínua permite uma dispersão uniforme e constante do polímero, garantindo a formação de uma barreira protetora homogênea sem a necessidade de fricção ou contato mecânico excessivo, o que é vital para pacientes com tecidos fragilizados. A substituição pelo acionamento manual (spray) altera o rendimento do produto e a precisão da cobertura,

desnaturando o objeto licitado. Portanto, a divergência configura inconformidade técnica insanável, por descumprimento das especificações mínimas obrigatórias e do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Após exame minucioso da proposta e dos encartes técnicos apresentados pela licitante J&A LTDA, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão técnica do objeto ofertado. Constatou-se que a empresa apresentou o produto em frascos de 28 ml, volume que diverge significativamente da apresentação de 50 ml expressamente estabelecida no Termo de Referência.

É imperativo ressaltar que a padronização da volumetria é requisito essencial para o planejamento logístico e para o cumprimento do cronograma de consumo estimado por esta Administração. A oferta de embalagem com volume inferior (aproximadamente 44% menor que o solicitado) desnatura o objeto licitado, impactando diretamente na frequência de reposição dos estoques e, principalmente, na continuidade do cuidado ao paciente, que teria sua autonomia reduzida pelo esgotamento precoce do insumo.

Portanto, a entrega em apresentação inferior à estabelecida configura descumprimento das especificações mínimas obrigatórias e do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tornando a proposta inadmissível.

Inapta

Registro Anvisa: 80136990826

2º

J&A Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar

Bbraun Askina Barrier Film Frasco Spray 28 ml Código: 5036

Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa **TECPLUS LTDA**, constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

Apta

Registro Anvisa: 10430310132

1º

TECPLUS LTDA.

Coloplast Brava Lenço Barreira Sachê Código: 12021

Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa **ORTOMED LTDA**, constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

Apta

Registro Anvisa: 80523029020

2º

ORTOMED LTDA.

Convatec ESENTA Lenço Barreira Protetora Código do Produto: 1729195/423282

Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa **TECPLUS LTDA**, constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

Apta

Registro Anvisa: 10430310119

1º

TECPLUS LTDA.

Coloplast Brava Pó para estomias 25g Código: 1907

Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa **INTEGRAL MED LTDA**, constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

Apta

Registro Anvisa: 10326400016

2º

INTEGRAL MED LTDA

HOLLISTER Adapt Pó Código: 7906

Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa **TECPLUS LTDA**, constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

Apta

Registro Anvisa: 10430310117

1º

TECPLUS LTDA.

Coloplast Brava Desodorante Lubrificante 240ml Código: 12061

Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa **INTEGRAL MED LTDA**,

Apta

Registro Anvisa: 10326409025

2º

INTEGRAL MED LTDA.

HOLLISTER Adapt Desodorante Código: 78500

83
Cota do Item 19

ID: 3003724 - Barreira protetora de pele em lenço, indicado para proteção contra problemas associados ao contato da pele com urina, fezes, secreções e exsudatos, sem afetar a adesão de base adesivas de equipamentos de estomia e curativos adesivos. Apresenta-se em tela de poliéster e viscosa, 100% silicone, não contém álcool, sendo assim não provoca ardência e pode ser aplicado em região irritada. Não estéril. caixa com 30 unidades.

84
Cota do Item 20

ID: 5429 - Protetor cutâneo em pó, para absorção de umidade, exsudatos e efluentes das dermatites na pele peristoma. Frasco de 25 g até 28,3 g.

85
Cota do Item 21

ID: 10322 - Desodorante para bolsa de colostomia/ileostomia, com função de neutralizar odores e lubrificar a bolsa permitindo que o efluente fique na parte inferior da bolsa, facilitando o esvaziamento da bolsa. Frasco de 236 ml até 240 ml.

							Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa INTEGRAL MED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
86 Cota do Item 22	ID: 1002446 -32663 - Anel com alta capacidade de absorção, resistente a erosão, indicado para nivelar imperfeições na pele peristoma e/ou garantir melhor controle da umidade ao redor do estoma garantindo o ajuste do equipamento coletor, evitando vazamentos e proporcionando proteção e hidratação da pele, embalagens individuais, espessura de até 2.3 mm e diâmetro de 48 mm.	1º	INTEGRAL MED LTDA.	HOLLISTER Adapt Ceraring Anéis Código: 8815	Registro Anvisa: 10326400037	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa INTEGRAL MED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		2º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Brava Anel Moldável Código:12030	Registro Anvisa: 10430310124	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
87 Cota do Item 23	ID: 7658 - Adesivo flexível, em arco elástico para prevenção da flutuação e deslocamento do flange da placa da bolsa de colostomia/ileostomia/urostomia, proporciona mais segurança na aderência e permanência na pele.	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Brava Fita Adesiva Elástica Formato Curvo Código: 12070	Registro Anvisa: 10430310126	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
88 Cota do Item 24	ID: 1002448 - Adesivo flexível, em Y elástico para prevenção da flutuação e deslocamento do flange da placa da bolsa de colostomia/ileostomia/urostomia, proporciona mais segurança na aderência e permanência na pele	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Brava Fita Adesiva Elástica Formato Y Código: 12072	Registro Anvisa: 10430310126	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
89 Cota do Item 25	ID: 3588 - Removedor de adesivo em spray, composto 100% silicone, para remoção da placa dos dispositivos de colostomia/ileostomia/urostomia e adesivos, sem álcool em sua composição, em frascos de 50 ml	1º	RIOQUIMICA S.A	REMOVEX SENSITIVE SPRAY 30ML	Registro Anvisa: Não consta na proposta. PROCESSO Nº 25351.168568/2 019-96. AFE. Nº 2.01.869-7	Inapta	Após análise da proposta e dos catálogos técnicos da licitante RIOQUIMICA LTDA , conclui-se pela inconformidade técnica. O produto ofertado (frasco de 30 ml) diverge frontalmente da especificação obrigatória de 50 ml estabelecida no Termo de Referência. Ressalta-se que a aceitação de volumetria inferior compromete a equação de consumo e o planejamento logístico desta Secretaria, Tal divergência em característica essencial do objeto configura descumprimento ao princípio da vinculação ao Instrumento convocatório, tornando a proposta inadmissível por não atender aos requisitos de padronização e eficiência na distribuição aos pacientes.
90 Cota do Item 26	ID: 3753 - Adesivo flexível, elástico e macio, composto por dióxido de titânio, carboximetilcelulose sódico (CMC), estirenoisopreno-estireno (SIS) e filme de poliuretano. Para proteção e recuperação da pele peristoma. e absorção da umidade tamanho 10 x 10 cm	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Brava Placa Protetora 10x10cm Código: 3210	Registro Anvisa: 10430310084	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
91 Cota do Item 27	ID: 3754 - Adesivo flexível, elástico e macio, composto por dióxido de titânio, carboximetilcelulose sódico (CMC), estirenoisopreno-estireno (SIS) e filme de poliuretano. Para proteção e recuperação da pele peristoma. e absorção da umidade tamanho 15 x 15 cm	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Brava Placa Protetora 15x15cm Código: 3215	Registro Anvisa: 10430310084	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
92 Cota do Item 28	ID: 10314 - Solidificador para ileostomias em sachê, com dupla função: geleificante/hidrossolúveis para efluentes líquidos e semilíquidos e controlador de odores, com carvão ativado, embalagem com 100 unidades.	1º	ORTOMED LTDA.	Convatec Diamonds Sachês Código ICC: TR 105	Isento Registro Anvisa: 028535/13-8	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ORTOMED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
93 Cota do Item 29	ID:475 - Bolsa coletora de urina, transparente, sistema fechado, com válvula de drenagem, válvula anti-refluxo e clamp corta fluxo, permite fixação na lateral da cama ou em cadeiras de rodas, uso individual. capacidade 2000 ML	1º	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	WILTEX BOLSA PARA DRENAGEM DE URINA SISTEMA FECHADO Código: 30102	Registro MS: 10150470465	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDSHOP HOSPITALAR LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		2º	J&A Comercio e Representação de	Medix Bolsa Coletora de Urina Sistema Fechado 2000ml	ANVISA 80495510024/80495510185 80495510221/ 80495510099	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação

			Produtos Médico Hospitalar			apresentada pela empresa J&A LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		3º	COVAN Comércio Varejista e Atacadista do Norte Ltda.	Medix Bolsa Coletora de Urina Sistema Fechado Simples 2000ml	Não consta Registro Anvisa na proposta	Apta Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa COVAN LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
94 Cota do Item 30	ID: 5632 -1002490 - Cinto elástico adulto, para suporte de equipamento coletor de estomia, ajustável e com presilha de conexão	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Brava Cinto para bolsa de estomia XL Código: 422	Registro Anvisa: 10430310085	Apta Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		2º	INTEGRAL MED LTDA.	HOLLISTER Adapt Cinto para bolsa de ostomia 7300	Registro Anvisa: 10326400020	Apta Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa INTEGRAL MED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

2. **DA CONCLUSÃO:**

Após análise técnica detalhada das propostas apresentadas, esta **Coordenadoria de Cuidados à Pessoa com Deficiência (CCPD/SESAU-RO)** manifesta-se nos seguintes termos:

2.1. Da Conformidade Técnica (empresas aptas)

Informamos que as propostas das empresas listadas como APTAS (conforme detalhamento no corpo deste documento) atendem integralmente às especificações descritivas, requisitos de registro sanitário (ANVISA) e padrões de qualidade estabelecidos no Termo de Referência. A análise baseou-se na verificação fidedigna de catálogos e prospectos, garantindo a padronização necessária à rede estadual de saúde.

2.2. Das Inconformidades e Inaptidões

As propostas julgadas **INACEITÁVEIS** apresentam vícios que comprometem a execução contratual e a segurança do paciente. Entre as razões fundamentadas nesta análise, destacam-se:

- **Falha de Identificação:** Omissão de modelos e códigos de referência, impossibilitando o poder de fiscalização da Administração;
- **Divergência Tecnológica:** Oferta de sistemas de aplicação (ex: Spray vs. Aerossol) e volumetrias inferiores que desnaturem o objeto licitado;
- **Inadequação Clínica:** Ausência de componentes obrigatórios, como filtros de carvão ativado, essenciais à dignidade do paciente estomizado.

2.3. Da Limitação de Atribuições e Inexequibilidade

Ressalta-se que este parecer limita-se estritamente à viabilidade técnica e assistencial dos insumos. No que tange à aferição de eventual inexequibilidade de preços, pautamo-nos pelo Art. 34 da Instrução Normativa nº 73/2022.

Esclarecemos que a análise, diligência ou julgamento acerca dos valores praticados nas fases de lances e negociação não se inserem nas atribuições desta Coordenadoria, sendo competência direta e exclusiva do Agente de Contratação ou da Comissão de Contratação, conforme rito legal vigente.

Esta Coordenadoria reitera que a rejeição de itens inaptos visa resguardar a Administração Pública de riscos sanitários e garantir que o tratamento dispensado aos usuários do Sistema Único de Saúde em Rondônia mantenha o padrão de excelência preconizado.

Submetemos o presente à apreciação para prosseguimento do feito.

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertado pelas empresas/licitantes, em relação às especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertadas, seguem abaixo:

ID do Item	Empresa(s) APTAS	Empresa(s) INAPTAS
1	Comércio e Representações PRADO Ltda. / CONVATEC Brasil LTDA	KTR BRASIL
2	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	---
3	ORTOMED LTDA.	---
4	ULTRA MEDKA	---
5	---	COVAN / KTR BRASIL / Comércio e Representações PRADO Ltda.
6	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	---
7	ULTRA MEDKA	---
8	ULTRA MEDKA	---
9	ULTRA MEDKA	---
10	---	CONVATEC BRASIL LTDA / J&A / BIONUTRI
11	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	---
12	PRADO Ltda. / CONVATEC Brasil / ORTOMED LTDA.	---
13	ULTRA MEDKA	---
14	ULTRA MEDKA	---
15	ULTRA MEDKA	---
16	ULTRA MEDKA	---
17	ULTRA MEDKA	---

ID do Item	Empresa(s) APTAS	Empresa(s) INAPTAS
18	---	RIOQUIMICA / VUELO Pharma / ULTRA MEDKA
19	ULTRA MEDKA / CONVATEC Brasil / PRADO Ltda.	---
20	ULTRA MEDKA / CONVATEC Brasil / MEDICAL DA AMAZÔNIA	---
21	ULTRA MEDKA / MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	---
22	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA. / ULTRA MEDKA	---
23	ULTRA MEDKA	---
24	ULTRA MEDKA	---
25	CONVATEC Brasil LTDA	RIOQUIMICA S.A
26	ULTRA MEDKA	---
27	ULTRA MEDKA	---
28	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA. / ORTOMED LTDA.	VUELO Pharma
29	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA / J&A / COVAN	---
30	ULTRA MEDKA / MEDICAL DA AMAZÔNIA / CONVATEC Brasil	---
31	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	---
32	TECPLUS LTDA.	---
33	TECPLUS LTDA.	---
34	ULTRA MEDKA	---
35	ULTRA MEDKA	---
36	ULTRA MEDKA	---
37	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	BIONUTRI / J&A
38	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	BIONUTRI / J&A
39	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO Ltda. / ORTOMED LTDA.	---
40	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO Ltda. / ORTOMED LTDA.	---
41	TECPLUS LTDA.	BIONUTRI / J&A
42	TECPLUS LTDA.	BIONUTRI / J&A
43	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	J&A / BIONUTRI
44	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	J&A / BIONUTRI
45	ULTRA MEDKA	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.
46	ULTRA MEDKA	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.
47	ULTRA MEDKA	---
48	ULTRA MEDKA	---
49	PRADO Ltda. / CONVATEC Brasil / ORTOMED LTDA.	---
50	PRADO Ltda. / CONVATEC Brasil / ORTOMED LTDA.	---
51	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	---
52	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	---
53	ULTRA MEDKA	---
54	ULTRA MEDKA	---
55	ULTRA MEDKA	J&A
56	ULTRA MEDKA	---
57	ULTRA MEDKA	---
58	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	---

ID do Item	Empresa(s) APTAS	Empresa(s) INAPTAS
59	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	---
60	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	---
61	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	---
66	ORTOMED LTDA.	---
67	INTEGRAL MED LTDA	---
68	TECPLUS LTDA.	---
70	INTEGRAL MED LTDA	---
71	TECPLUS LTDA.	---
72	TECPLUS LTDA.	---
73	TECPLUS LTDA.	---
74	TECPLUS LTDA.	---
75	INTEGRAL MED LTDA	---
76	ORTOMED LTDA.	---
77	TECPLUS LTDA.	---
78	TECPLUS LTDA.	---
79	TECPLUS LTDA.	---
80	TECPLUS LTDA.	---
81	TECPLUS LTDA.	---
83	TECPLUS LTDA. / ORTOMED LTDA.	---
84	TECPLUS LTDA. / INTEGRAL MED LTDA	---
85	TECPLUS LTDA. / INTEGRAL MED LTDA.	---
86	INTEGRAL MED LTDA. / TECPLUS LTDA.	---
87	TECPLUS LTDA.	---
88	TECPLUS LTDA.	---
89	CONVATEC Brasil LTDA	RIOQUIMICA S.A
90	ULTRA MEDKA	
91	TECPLUS LTDA.	
92	ORTOMED LTDA.	
93	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA / J&A / COVAN	
94	TECPLUS LTDA. / INTEGRAL MED LTDA	

Considerando que o parecer técnico foi elaborado estritamente com base na análise dos aspectos técnicos dos insumos, limitando-se às especificações e aos critérios técnicos pertinentes.

No que se refere à aferição de eventual inexecutabilidade da proposta, observa-se o disposto no **art. 34 da Instrução Normativa nº 73/2022**, segundo o qual valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração configuram mero indicio de inexecutabilidade, cuja caracterização somente pode ocorrer após a realização de **diligência pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação**, conforme expressamente previsto em seu parágrafo único, *in verbis*:

"Art. 34. No caso de **bens e serviços em geral**, é indicio de inexecutabilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

Parágrafo único. **A inexecutabilidade**, na hipótese de que trata o caput, **só será considerada após diligência do agente de contratação ou da comissão de contratação.**"(grifo nosso)

Desse modo, **não se inserem nas atribuições deste setor** a análise, **aferição ou a realização de diligências relacionadas aos valores apresentados nas fases de lances e de negociação**, por se tratarem de atos inerentes à condução do certame, cuja responsabilidade é direta e exclusiva do agente de contratação/pregoeiro(a), em estrita observância à legislação vigente e às normas que regem os procedimentos licitatórios.

Para sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

GLACIELA RODRIGUES DA SILVA

Núcleo de Ostomias

Coordenadoria de Cuidado a Pessoa com Deficiência/CCPD

SDTECS/SESAU



LUZENI MARIA DE SOUSA

Coordenadora

Coordenadoria de Cuidado a Pessoa com Deficiência/CCPD

SDTECS/SESAU





Documento assinado eletronicamente por **LUZENI MARIA DE SOUSA, Chefe de Unidade**, em 06/04/2026, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Glaciela Rodrigues da Silva, Técnico(a)**, em 06/04/2026, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **70605152** e o código CRC **81762F31**.