



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 32/2026/SESAU-SLPM

Considerando o **Ofício nº 2711**, protocolado sob o SEI nº 70669963, por meio do qual se solicita a análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº **90537/2025/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM), por intermédio da Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos (SLPM), passa a apresentar o presente Parecer Técnico, nos termos que seguem.

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.013979/2025-35							
PREGÃO ELETRÔNICO Nº Pregão Eletrônico 90537/2025/FIOS I (ABSORVÍVEIS)							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIPTIVO	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	ID: 8147 - FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	TUDO MEDICAL LTDA	SHALON	10243410012	APTO	A empresa apresentou marca e registro ANVISA em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.
2	ID: 8441 - FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE	1ª Colocada	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	TECHNOFIO	10378330016	APTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						
3	ID: 8135 - FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	TUDO MEDICAL LTDA	SHALON	10243410012	APTO	A empresa apresentou marca e registro ANVISA em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.
4	ID: 8064 - FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM AMIGDALECTOMIA, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 3 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	TUDO MEDICAL LTDA	SHALON	10243410012	APTO	A empresa apresentou marca e registro ANVISA em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.
5	ID: 8454 - FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES	TECHNOFIO/CS27CR20	10378330016	INAPTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o modelo ofertado apresenta diâmetro 2-0, não atendendo ao

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 35 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						descritivo técnico, que solicita tamanho 3-0.
6	ID: 8080 - FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "4-0" , COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM) , AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM UROLOGIA, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	TECHNOFIO	10378330016	APTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.
7	ID: 2719 - FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "0" , COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES	TECHNOFIO/CC07MR25	10378330015	APTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.
8	ID: 6546 - FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "0" , COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5	1ª Colocada	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	TECHNOFIO	10378330016	INAPTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA,

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						verificou-se que a marca e o registro ANVISA referem-se ao Categute Simples, não apresentando a versão em Categute Cromado. Dessa forma, o item ofertado não atende às especificações exigidas no descritivo, uma vez que o Categute Simples difere do Categute Cromado quanto ao tempo de absorção e à reação tecidual. Assim sendo, não atende ao solicitado.
9	ID: 8136 - FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	TECHNOFIO	10378330016	INAPTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca e o registro ANVISA referem-se ao Categute Simples, não apresentando a versão em Categute Cromado. Dessa forma, o item ofertado não atende às especificações exigidas no descritivo, uma vez que o Categute Simples difere do Categute Cromado quanto ao tempo de absorção e à reação tecidual. Assim sendo, não atende ao solicitado.
11	ID: 795 - FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	TECHNOFIO	10378330016	INAPTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca e o registro ANVISA referem-se ao Categute Simples, não apresentando a versão em Categute Cromado. Dessa forma, o item ofertado não atende às especificações exigidas no descritivo, uma vez que o Categute Simples difere do Categute Cromado quanto ao tempo de absorção e à reação tecidual. Assim sendo, não atende ao solicitado.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
12	<p>ID: 8137 - FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	TECHNOFIO	10378330016	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca e o registro ANVISA referem-se ao Categute Simples, não apresentando a versão em Categute Cromado. Dessa forma, o item ofertado não atende às especificações exigidas no descritivo, uma vez que o Categute Simples difere do Categute Cromado quanto ao tempo de absorção e à reação tecidual. Assim sendo, não atende ao solicitado.</p>
13	<p>ID: 8287 - FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	TECHNOFIO	10378330016	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca e o registro ANVISA referem-se ao Categute Simples, não apresentando a versão em Categute Cromado. Dessa forma, o item ofertado não atende às especificações exigidas no descritivo, uma vez que o Categute Simples difere do Categute Cromado quanto ao tempo de absorção e à reação tecidual. Assim sendo, não atende ao solicitado.</p>
14	<p>ID: 10565 - FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR13.904 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/CC30CR30G	10426020007	APTO	<p>A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						
15	ID: 8065 - FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	TECHNOFIO	10378330016	INAPTO	empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca e o registro ANVISA referem-se ao Categute Simple, não apresentando a versão em Categute Cromado. Dessa forma, o item ofertado não atende às especificações exigidas no descritivo, uma vez que o Categute Simple difere do Categute Cromado quanto ao tempo de absorção e à reação tecidual. Assim sendo, não atende ao solicitado.
16	ID: 8178 - FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 75 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES	TECHNOFIO/CC57MR15	10378330015	APTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.
17	ID: 6680 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL	ATRAMAT/FIO DE SUTURA POLIDIOXANONA 0-0 - CÔD. X6578-120LOOP	80160840026	INAPTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o item ofertado não atende às especificações técnicas do edital, por apresentar metragem inferior ao mínimo estabelecido (120 cm), bem como por não possuir proteção

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	NO MÍNIMO 150 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), LAÇADO, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 65 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						antisséptica ativa com eficácia clínica comprovada, requisito este considerado imprescindível para o controle de infecções hospitalares no fechamento geral. Sendo assim, não atende ao descritivo exigido.
18	ID: 8502 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/PDO0MR35ER	10426020016	APTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.
19	ID: 10367 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO	1ª Colocada	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/PDO0MR40R	10426020016	INAPTO	A empresa apresentou catálogo e Registro ANVISA em anexo à proposta para o item ofertado. Em análise do produto ao referido documento e à Instrução de Uso (IFU) registrada junto ao sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o modelo PDO0MR40R (Bioline) consiste em uma sutura de polidioxanona convencional, não possuindo cobertura antisséptica em sua composição. Consequentemente, o produto não apresenta a eficiência comprovada no combate aos patógenos relacionados ao sítio cirúrgico através de estudo científico em humanos , requisito este obrigatório conforme o descritivo. Diante da ausência proteção bacteriana/antisséptica), o

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						item não atende ao descritivo
20	<p>ID: 1001888 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "1" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/PDO1MR40ER	10426020016	INAPTO	<p>A empresa apresentou catálogo e Registro ANVISA em anexo à proposta para o item ofertado. Em análise do produto ao referido documento e à Instrução de Uso (IFU) registrada junto ao sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o modelo PDO1MR40ER (Bioline) consiste em uma sutura de polidioxanona convencional, não possuindo cobertura antisséptica em sua composição. Consequentemente, o produto não apresenta a eficiência comprovada no combate aos patógenos relacionados ao sítio cirúrgico através de estudo científico em humanos, requisito este obrigatório conforme o descritivo. Diante da ausência proteção bacteriana/antisséptica), o item não atende ao descritivo</p>
21	<p>ID: 8485 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "1" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS. COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 48 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL	ATRAMAT/FIO DE SUTURA POLIDIOXANONA 1-0 - CÓD. SG4878-90T	80160840026	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Contudo, após consulta ao catálogo do fabricante e ao registro na ANVISA, verificou-se que o modelo Atramat PDX (SG4878-90T) é uma sutura de polidioxanona convencional. O produto ofertado não possui cobertura antisséptica com eficácia clínica comprovada em humanos. Dessa forma, o item não atende ao descritivo técnico obrigatório.</p>
22	<p>ID: 6668 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "1" COM COBERTURA ANTI-</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/PDO1MR65EL	10426020016	INAPTO	<p>A empresa apresentou catálogo e Registro ANVISA em anexo à proposta para o item</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	<p>SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 244 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), LAÇADO, AGULHA CILÍNDRICA, PONTA ROMBA, COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVAS CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFURO-CORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 65 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATUR DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>						<p>ofertado. Em análise do produto ao referido documento e à Instrução de Uso (IFU) registrada junto ao sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o modelo PDO1MR65EL (Bioline) consiste em uma sutura de polidioxanona convencional, não possuindo cobertura antisséptica em sua composição. Consequentemente, o produto não apresenta a eficiência comprovada no combate aos patógenos relacionados ao sítio cirúrgico através de estudo científico em humanos, requisito este obrigatório conforme o descritivo. Diante da ausência proteção bacteriana/antisséptica), o item não atende ao descritivo</p>
23	<p>ID: 8363 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "2-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES	MERIL	10360810014	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder em anexo à proposta, contudo, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o modelo PDX200333 pertence à linha Filaxyn da marca Meril, a qual não apresenta cobertura antisséptica com eficiência comprovada no combate aos patógenos relacionados ao sítio cirúrgico através de estudo científico em humanos. Portanto, o produto ofertado não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.</p>
24	<p>ID: 8364 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "3-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/PDO30MR26G	10426020016	INAPTO	<p>A empresa apresentou catálogo e Registro ANVISA em anexo à proposta para o item ofertado. Em análise do produto ao referido</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	<p>COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>						<p>documento e à Instrução de Uso (IFU) registrada junto ao sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o modelo PDO30MR26G (Bioline) consiste em uma sutura de polidioxanona convencional, não possuindo cobertura antisséptica em sua composição. Consequentemente, o produto não apresenta a eficiência comprovada no combate aos patógenos relacionados ao sítio cirúrgico através de estudo científico em humanos, requisito este obrigatório conforme o descritivo. Diante da ausência proteção bacteriana/antisséptica), o item não atende ao descritivo</p>
25	<p>ID: 8365 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "4-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARE	MERIL	10360810014	INAPTO	<p>A empresa apresentou catálogo e Registro ANVISA em anexo à proposta para o item ofertado. Contudo, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o modelo PDX409426 trata-se de uma sutura monofilamentar de polidioxanona convencional. Diferente do exigido em edital, o produto não apresenta revestimento antisséptico, característica imprescindível para a segurança do paciente em procedimentos de aparelho digestivo, conforme o descritivo técnico. Assim sendo não atende ao solicitado.</p>
26	<p>ID: 8366 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "4-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO</p>	1ª Colocada	BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARE	MERIL	10360810014	INAPTO	<p>A empresa apresentou catálogo e Registro ANVISA em anexo à proposta para o item ofertado. Contudo, em diligência realizada no catálogo do fabricante e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o modelo</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	<p>SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>						<p>PDX400507 (Linha Filaxyn) trata-se de uma sutura monofilamentar de polidioxanona convencional. Diferente do exigido em edital, o produto não apresenta revestimento antisséptico, característica técnica imprescindível para a segurança do paciente e para a redução de riscos de infecção em procedimentos de aparelho digestivo, conforme o descritivo técnico. Assim sendo não atende ao solicitado.</p>
27	<p>ID: 7367 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "5-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 75 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS S PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/PDO50MR17	10426020016	INAPTO	<p>A empresa apresentou catálogo e Registro ANVISA em anexo à proposta para o item ofertado. Em análise do produto ao referido documento e à Instrução de Uso (IFU) registrada junto ao sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o modelo PDO50MR17 (Bioline) consiste em uma sutura de polidioxanona convencional, não possuindo cobertura antisséptica em sua composição. Consequentemente, o produto não apresenta a eficiência comprovada no combate aos patógenos relacionados ao sítio cirúrgico através de estudo científico em humanos, requisito este obrigatório conforme o descritivo. Diante da ausência proteção bacteriana/antisséptica), o item não atende ao descritivo</p>
28	<p>ID: 6466 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "6-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/PDO602CR13	10426020016	INAPTO	<p>A empresa apresentou catálogo e Registro ANVISA em anexo à proposta para o item ofertado. Em análise do produto ao referido documento e à Instrução de Uso (IFU) registrada junto ao sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o modelo PDO602CR13 (Bioline) consiste em uma</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

	<p>ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 75 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS S PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 13 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>						<p>sutura de polidioxanona convencional, não possuindo cobertura antisséptica em sua composição. Consequentemente, o produto não apresenta a eficiência comprovada no combate aos patógenos relacionados ao sítio cirúrgico através de estudo científico em humanos, requisito este obrigatório conforme o descritivo. Diante da ausência proteção bacteriana/antisséptica), o item não atende ao descritivo</p>
29	<p>ID: 8251 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "7-0" COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS S PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 9,3 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	POLYSUTURE INDUSTRIA	COVIDIEN/814070	80052020055	APTO	<p>A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.</p>
30	<p>ID: 6055 - FIO POLIDIOXANONA COM ESCAMAS UNIDIRECIONAIS SIMÉTRICAS, DIÂMETRO "0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA</p>	1ª Colocada	TUDO MEDICAL LTDA	SHALON	10243410010	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o registro informado e a marca não atendem integralmente aos requisitos técnicos exigidos no edital, conforme os pontos a seguir: divergência de material, uma vez que o edital exige Polidioxanona (sintético), enquanto o registro refere-se a Catgut Cromado. Assim sendo, não</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	PARA USO EM MÚSCULO, COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.						atende ao descritivo exigido.
31	<p>ID: 5904 - FIO POLIDIOXANONA COM ESCAMAS UNIDIRECIONAIS SIMÉTRICAS, DIÂMETRO "2-0", COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA	Ethicon / Johnson & Johnson - SXPP1A403	80145901775	APTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.
32	<p>ID: 6461 - FIO POLIGLECAPRONE 25 COM ESCAMAS UNIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO</p>	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA	Ethicon / Johnson & Johnson - SXMP1B429	80145901822	APTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	E CADASTRO NA ANVISA.						
33	<p>ID: 5858 - FIO COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE 16X16 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM DUAS AGULHAS CILÍNDRICAS DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO, PARA USO UROLÓGICO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	TUDO MEDICAL LTDA	SHALON	10243410025	INAPTO	<p>A empresa apresentou marca e registro em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca e o registro não atendem, uma vez que se trata de sutura multifilamentar trançada convencional, em desacordo com o objeto solicitado, que exige sutura com tecnologia de escamas bidirecionais (farpada) e composição em copolímero de glicolido e ε-caprolactona. Ressalta-se que a ausência das escamas altera a técnica cirúrgica proposta, tornando o produto tecnicamente incompatível com as especificações exigidas. Assim, não atende ao descritivo exigido.</p>
34	<p>ID: 5863 - FIO COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE 30X30 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM DUAS AGULHAS TRIANGULARES CORTANTES DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM), PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	TUDO MEDICAL LTDA	SHALON	10243410025	INAPTO	<p>A empresa apresentou marca e registro em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca e o registro não atendem, uma vez que se trata de sutura multifilamentar trançada convencional, em desacordo com o objeto solicitado, que exige sutura com tecnologia de escamas bidirecionais (farpada) e composição em copolímero de glicolido e ε-caprolactona. Ressalta-se que a ausência das escamas altera a técnica cirúrgica proposta, tornando o produto tecnicamente incompatível com as especificações exigidas. Assim, não atende ao descritivo exigido.</p>
35	<p>ID: 5862 - FIO COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE 16X16 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM DUAS</p>	1ª Colocada	TUDO MEDICAL LTDA	SHALON	10243410025	INAPTO	<p>A empresa apresentou marca e registro em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca e o registro não atendem, uma vez que se trata de sutura multifilamentar trançada convencional, em desacordo com o</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	AGULHAS CILÍNDRICAS DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO, PARA USO UROLÓGICO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						objeto solicitado, que exige sutura com tecnologia de escamas bidirecionais (farpada) e composição em copolímero de glicolido e ε-caprolactona. Ressalta-se que a ausência das escamas altera a técnica cirúrgica proposta, tornando o produto tecnicamente incompatível com as especificações exigidas. Assim, não atende ao descritivo exigido.
36	ID: 6646 - FIO COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE 30X30 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM DUAS AGULHAS TRIANGULARES CORTANTES DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM), PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA	Ethicon / Johnson & Johnson /SXMP2B409	80145901964	APTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.
37	ID: 8905 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 0,2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO	1ª Colocada	POLYSUTURE INDUSTRIA	COVIDIEN/266000MV	80052020059	INAPTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca Covidien comercializa agulha com comprimento de 36 mm. Tal especificação não atende ao requisito estabelecido no descritivo, que exige comprimento de 36,4 mm, com variação de ± 0,2 mm. Considerando que a faixa de tolerância aceitável compreende o intervalo de 36,2 mm a 36,6 mm , o produto ofertado apresenta medida inferior ao limite mínimo exigido. Assim, não atende ao descritivo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						
38	<p>ID: 8910 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 0,2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/PGCL1MR35R	10426020015	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, em consulta ao catálogo do fabricante e ao registro no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a agulha do modelo ofertado (PGCL1MR35R) possui comprimento de 35 mm. Tal medida diverge do descritivo técnico exigido, que estabelece comprimento de 36,4 mm, com tolerância de ± 0,2 mm (faixa aceitável entre 36,2 mm e 36,6 mm). Dessa forma, conclui-se que o item ofertado não atende às especificações do descritivo.</p>
39	<p>ID: 6673 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/PGCL20MR26G	10426020015	APTO	<p>A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.</p>
40	<p>ID: 5602 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO</p>	1ª Colocada	POLYSUTURE INDUSTRIA	COVIDIEN/155020	80052020059	APTO	<p>A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						
41	<p>ID: 8906 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 0,2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/PGCL20MR30G	10426020015	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, em consulta ao catálogo do fabricante e ao registro no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a agulha do modelo ofertado (PGCL20MR30) possui comprimento de 30 mm. Tal medida diverge do descritivo técnico exigido, que estabelece comprimento de 36,4 mm, com tolerância de ± 0,2 mm (faixa aceitável entre 36,2 mm e 36,6 mm). Dessa forma, conclui-se que o item ofertado não atende às especificações do descritivo.</p>
42	<p>ID: 6675 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/PGCL30CT19IES3	10426020015	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o modelo ofertado não possui cobertura antisséptica. Portanto, a marca não apresenta a eficiência comprovada no combate aos patógenos relacionados ao sítio cirúrgico através de estudo científico em humanos, descumprindo. Diante do exposto, o item não atende ao descritivo.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						
43	<p>ID: 10659 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 24 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/PGCL3024IEAP	10426020015	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que não apresenta cobertura antisséptica. Ressalta-se que o descritivo técnico exige proteção bacteriana com eficácia comprovada por estudos científicos em humanos, característica não atendida pelo produto indicado. Dessa forma, não atende ao descritivo.</p>
44	<p>ID: 6674 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	BIOLINE/PGCL40CT19IEAP	10426020015	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que não apresenta cobertura antisséptica. Ressalta-se que o descritivo técnico exige proteção bacteriana com eficácia comprovada por estudos científicos em humanos, característica não atendida pelo produto indicado. Dessa forma, não atende ao descritivo.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	<p>19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>						
45	<p>ID: 7369 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA COM CORPO RETANGULAR PARA USO UROLÓGICO, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO	Covidien/ 225050	80052020059	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Contudo, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca e o modelo ofertados apresentam agulha de 15 mm (MC 15). Tal especificação não atende ao descritivo, que exige comprimento de 17 mm, com variação de ± 1 mm, correspondente ao intervalo de 16 mm a 18 mm. Dessa forma, o produto ofertado apresenta medida inferior ao limite mínimo tolerado. Assim sendo, não atende ao solicitado.</p>
46	<p>ID: 7368 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	BIOLINE/P GCL50CT19IAP	10426020015	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que não apresenta cobertura antisséptica. Ressalta-se que o descritivo técnico exige proteção bacteriana com eficácia comprovada por estudos científicos em humanos, característica não atendida pelo produto indicado. Dessa forma, não atende ao descritivo.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						
47	<p>ID: 6465 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 16 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	BIOLINE/PGCL50CT16IAP	10426020015	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que não apresenta cobertura antisséptica. Ressalta-se que o descritivo técnico exige proteção bacteriana com eficácia comprovada por estudos científicos em humanos, característica não atendida pelo produto indicado. Dessa forma, não atende ao descritivo.</p>
48	<p>ID: 814 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA, PONTA ROMBA, COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO</p>	1ª Colocada	HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,	MITSU-PGN100583	10360810013	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder em anexo à proposta; contudo, em pesquisa realizada no catálogo do fabricante e no sítio eletrônico da ANVISA , verificou-se que o registro ANVISA e modelo MITSU-PGN100583 não contempla a cobertura antisséptica exigida no descritivo técnico. Assim sendo, o produto não atende ao descritivo exigido.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	<p>INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFUROCORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>						
49	<p>ID: 815 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA, PONTA ROMBA, COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFUROCORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,	MITSU-COD: PGN012359	10360810013	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder em anexo à proposta; contudo, em pesquisa realizada no catálogo do fabricante e no sítio eletrônico da ANVISA , verificou-se que o registro ANVISA e modelo MITSU-PGN012359 não contempla a cobertura antisséptica exigida no descritivo técnico. Assim sendo, o produto não atende ao descritivo exigido.</p>
50	<p>ID: 820 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE</p>	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES	BRASUTURE/ PGLV27226	10372360024	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder anexo à proposta. Entratanto, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	<p>NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>						<p>eletrônico da ANVISA, verificou-se que não apresenta cobertura antisséptica. Ressalta-se que o descritivo técnico exige proteção bacteriana com eficácia comprovada por estudos científicos em humanos. Dessa forma, não atende ao descritivo.</p>
51	<p>ID: 6057 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES	BRASUTURE/ PGLV27131	10372360024	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder anexo à proposta. Entratanto, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que não apresenta cobertura antisséptica. Ressalta-se que o descritivo técnico exige proteção bacteriana com eficácia comprovada por estudos científicos em humanos. Dessa forma, não atende ao descritivo.</p>
52	<p>ID: 5166 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-</p>	1ª Colocada	HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,	MITSU/COD: PGN200375	10360810013	INAPTO	<p>A empresa apresentou catálogo e registro ANVISA em anexo à proposta para o item ofertado. Em análise do referido material e da Instrução de Uso (IFU) disponível no</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	<p>SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 5/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>						<p>sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca e o registro ANVISA apresentados não atendem à especificação de cobertura antisséptica exigida no descritivo. O edital requer material com eficácia comprovada no combate a patógenos em humanos; contudo, o produto ofertado trata-se de uma sutura de poliglactina convencional, sem a referida cobertura. Assim sendo, o item não atende ao descritivo exigido.</p>
53	<p>ID: 8081 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CÍRCULO TRIANGULAR PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 3,64 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,	MITSU/COD:PGN209140	10360810013	INAPTO	<p>A empresa apresentou catálogo e registro ANVISA em anexo à proposta para o item ofertado. Em análise do referido material e da Instrução de Uso (IFU) disponível no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca e o modelo ofertados não atendem ao descritivo técnico solicitado, uma vez que não apresentam cobertura antisséptica. Adicionalmente, a agulha ofertada possui 40 mm, extrapolando a dimensão máxima permitida de 37,4 mm (36,4 mm ± 1 mm). Dessa forma, o produto não atende às especificações exigidas.</p>
54	<p>ID: 7214 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA</p>	1ª Colocada	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA	Brasuture PGLB34324	NÃO INFORMADO	INAPTO	<p>A empresa apresentou marca e modelo em anexo à proposta. Contudo, em pesquisa realizada no catálogo do fabricante e no registro da ANVISA, verificou-se que o fio proposto é convencional, não</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

	<p>COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 24 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>						<p>possuindo a cobertura bactericida exigida para o combate a patógenos. Além disso, o modelo ofertado possui corte triangular comum, enquanto o edital exige Corte Reverso, essencial para prevenir o rasgamento da pele em cirurgias plásticas. O item também não apresenta o Corpo Quadrado, o que compromete a estabilidade técnica e a precisão no fechamento. Portanto, o produto não atende aos requisitos essenciais do descritivo.</p>
55	<p>ID: 8082 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 3 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	BIOLINE/PGLA30MR20G	10426020013	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que não apresenta cobertura antisséptica. Ressalta-se que o descritivo técnico exige proteção bacteriana com eficácia comprovada por estudos científicos em humanos, característica não atendida pelo produto indicado. Dessa forma, não atende ao descritivo.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	E CADASTRO NA ANVISA.						
56	<p>ID: 6641 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,	MITSU-COD: PGN300526	10360810013	INAPTO	<p>A empresa apresentou catálogo e registro ANVISA em anexo à proposta para o item ofertado. Em análise do referido material e da Instrução de Uso (IFU) disponível no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca e o registro ANVISA apresentados não atendem à especificação de cobertura antisséptica exigida no descritivo. Assim sendo, o item não atende ao descritivo exigido.</p>
57	<p>ID: 8907 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CÍRCULO TRIANGULAR PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO</p>	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES	BRASUTURE/PGLB47319	10372360024	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder anexo à proposta. Entratanto, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que não apresenta cobertura antisséptica. Ressalta-se que o descritivo técnico exige proteção bacteriana com eficácia comprovada por estudos científicos em humanos. Dessa forma, não atende ao descritivo.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						
58	<p>ID: 7370 - FIO POLIGLACTINA 910, INCOLOR DE RÁPIDA ABSORÇÃO, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Covidien-439040XF	80052020050	APTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.
59	<p>ID: 5766 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO</p>	1ª Colocada	HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO,	MITSU-COD: PGN400310	10360810013	INAPTO	A empresa apresentou catálogo e registro ANVISA em anexo à proposta para o item ofertado. Em análise do referido material e da Instrução de Uso (IFU) disponível no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca e o registro ANVISA apresentados não atendem à especificação de cobertura antisséptica exigida no descritivo. Assim sendo, o item não atende ao descritivo exigido.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	E CADASTRO NA ANVISA.						
60	<p>ID: 830 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES	BRASUTURE/PGLV57217	10372360024	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder anexo à proposta. Entratanto, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que não apresenta cobertura antisséptica. Ressalta-se que o descritivo técnico exige proteção bacteriana com eficácia comprovada por estudos científicos em humanos. Dessa forma, não atende ao descritivo.</p>
61	<p>ID: 7371 - FIO POLIGLACTINA 910, INCOLOR DE RÁPIDA ABSORÇÃO, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR COMPOSTA PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 16 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES	BRASUTURE/PGLB44416	10372360024	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder anexo à proposta. Entratanto, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que não apresenta cobertura antisséptica. Ressalta-se que o descritivo técnico exige proteção bacteriana com eficácia comprovada por estudos científicos em humanos. Dessa forma, não atende ao descritivo.não atende ao descritivo.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
62	<p>ID: 8128 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 16 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	POLYSUTURE INDUSTRIA	COVIDIEN - 429050XF	80052020050	INAPTO	<p>Em análise ao folder anexo à proposta e em diligência realizada no catálogo do fabricante, bem como no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o modelo ofertado (429050XF) possui agulha com curvatura de 3/8 de círculo. Tal característica diverge do descritivo técnico, que exige expressamente curvatura de 1/2 círculo. Dessa forma, o item não atende ao descritivo exigido.</p>
63	<p>ID: 6639 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "6-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS ESPATULADAS PARA USO EM OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/4. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	POLYSUTURE INDUSTRIA	COVIDIEN - 658060	80052020050	APTO	<p>A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.</p>
64	<p>ID: 6062 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "7-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS ESPATULADAS PARA USO EM OFTAMOLOGIA, COMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO</p>	1ª Colocada	POLYSUTURE INDUSTRIA	COVIDIEN- 608070KD	80052020050	APTO	<p>A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						
65	ID: 3258 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "8-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 20 CM (VARIAÇÃO +/- 5CM, 2 AGULHAS ESPATULADAS PARA USO EM OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Covidien- Código 601080	80052020054	INAPTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em análise do produto ofertado e ao registro ANVISA informado, verificou-se que o modelo ofertado (código 601080) possui comprimento de fio de 30 cm. Contudo, o edital estabelece comprimento de 20 cm, com variação de ± 5 cm, o que define como limite máximo aceitável o comprimento de 25 cm. Dessa forma, considerando que o produto ofertado excede o limite superior da especificação técnica, conclui-se que não atende ao descritivo exigido.
66	ID: 10454 - FIO POLIGLACTINA 910, INCOLOR DE RÁPIDA ABSORÇÃO, DIÂMETRO 5-0, COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO, PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 11 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA	Ethicon / Johnson & Johnson/ VR9915G	81245800020	APTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.
69	ID: 6676 - KIT CESÁREA, EM UM ÚNICO ENVELOPE, CONTENDO 5 FIOS AGULHADOS SENDO: 2 FIOS POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO 90 CM, AGULHA	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA	Ethicon / Johnson & Johnson/ YCK13G	81245800005	APTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

	<p>CILÍNDRICA DE 48 MM E CURVATURA DE 1/2, 2 FIOS POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 90 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 36,4 MM E CURVATURA DE 1/2 E 1 FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE DE 24 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>						
71	<p>ID: 6678 - KIT OBSTETRÍCIA, EM UM ÚNICO ENVELOPE, CONTENDO 3 FIOS AGULHADOS SENDO: 1 FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, RÁPIDA ABSORÇÃO (42DIAS), DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE DE 30 MM E CURVATURA DE 3/8, 1 FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, RÁPIDA ABSORÇÃO (42DIAS), DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 40 MM E 1 FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, RÁPIDA ABSORÇÃO (42DIAS), DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 48 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA</p>	1ª Colocada	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA	Ethicon / Johnson & Johnson-KVR14G	81245800020	APTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						
72	<p>ID: 6679 - KIT OBSTETRÍCIA, EM UM ÚNICO ENVELOPE, CONTENDO 3 FIOS AGULHADOS SENDO:</p> <p>1 FIO CATGUT CROMADO DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE DE 30 MM E CURVATURA DE 3/8, 1 FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 40MM E 1 FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 48 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	BIOLINE/KOBSCC20	81124090001	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder em anexo à proposta, contudo, em análise técnica do modelo informado (KOBSCC20), constatou-se que o produto possui agulha com dimensão de 50 mm e haste do tipo robusta. Tais características divergem do descritivo exigido, que solicita agulha de 48 mm e tipo cilíndrica convencional. Assim sendo, o item não atende às exigências técnicas</p>
73	<p>ID: 8442 - FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM UROLOGIA, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA	Technofio- CS57MR15	10378330016	APTO	<p>A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.</p>
SAMS 18/COTA 75	<p>ID: 8502 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/ PDO0MR35ER	10426020016	APTO	<p>A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	<p>PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>						<p>marca atende às especificações constantes no descritivo.</p>
<p>SAMS 19/COTA 76</p>	<p>ID: 10367 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>1ª Colocada</p>	<p>VR HOSPITALAR LTDA</p>	<p>BIOLINE/PDO0MR40R</p>	<p>10426020016</p>	<p>INAPTO</p>	<p>A empresa apresentou catálogo e Registro ANVISA em anexo à proposta para o item ofertado. Em análise do produto ao referido documento e à Instrução de Uso (IFU) registrada junto ao sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o modelo PDO0MR40R (Bioline) consiste em uma sutura de polidioxanona convencional, não possuindo cobertura antisséptica em sua composição. Consequentemente, o produto não apresenta a eficiência comprovada no combate aos patógenos relacionados ao sítio cirúrgico através de estudo científico em humanos, requisito este obrigatório conforme o descritivo. Diante da ausência proteção bacteriana/antisséptica), o item não atende ao descritivo</p>
<p>SAMS 20/COTA77</p>	<p>ID: 1001888 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "1" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO</p>	<p>1ª Colocada</p>	<p>VR HOSPITALAR LTDA</p>	<p>BIOLINE/PDO1MR40ER</p>	<p>10426020016</p>	<p>INAPTO</p>	<p>A empresa apresentou catálogo e Registro ANVISA em anexo à proposta para o item ofertado. Em análise do produto ao referido documento e à Instrução de Uso (IFU) registrada junto ao sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o modelo PDO1MR40ER (Bioline) consiste em uma sutura de polidioxanona convencional, não possuindo cobertura antisséptica em sua composição. Consequentemente, o produto não apresenta a eficiência comprovada no combate aos patógenos relacionados ao sítio cirúrgico através de estudo científico em humanos,</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	<p>GERAL, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>						<p>requisito este obrigatório conforme o descritivo. Diante da ausência proteção bacteriana/antisséptica), o item não atende ao descritivo</p>
<p>SAMS 22/COTA 78</p>	<p>ID: 6668 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "1" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 244 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), LAÇADO, AGULHA CILÍNDRICA, PONTA ROMBA, COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFURO-CORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 65 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATUR DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>1ª Colocada</p>	<p>VR HOSPITALAR LTDA</p>	<p>BIOLINE/PDO1MR65EL</p>	<p>10426020016</p>	<p>INAPTO</p>	<p>A empresa apresentou catálogo e Registro ANVISA em anexo à proposta para o item ofertado. Em análise do produto ao referido documento e à Instrução de Uso (IFU) registrada junto ao sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o modelo PDO1MR65EL (Bioline) consiste em uma sutura de polidioxanona convencional, não possuindo cobertura antisséptica em sua composição. Consequentemente, o produto não apresenta a eficiência comprovada no combate aos patógenos relacionados ao sítio cirúrgico através de estudo científico em humanos, requisito este obrigatório conforme o descritivo. Diante da ausência proteção bacteriana/antisséptica), o item não atende ao descritivo.</p>
<p>SAMS 23/COTA 79</p>	<p>ID: 8363 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "2-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO</p>	<p>1ª Colocada</p>	<p>VR HOSPITALAR</p>	<p>BIOLINE/PDO20MR26G</p>	<p>10426020016</p>	<p>INAPTO</p>	<p>A empresa apresentou catálogo e Registro ANVISA em anexo à proposta para o item ofertado. Em análise do produto ao referido documento e à Instrução de Uso (IFU) registrada junto ao sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o modelo PDO20MR26G (Bioline)</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	<p>ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>						<p>consiste em uma sutura de polidioxanona convencional, não possuindo cobertura antisséptica em sua composição. Consequentemente, o produto não apresenta a eficiência comprovada no combate aos patógenos relacionados ao sítio cirúrgico através de estudo científico em humanos, requisito este obrigatório conforme o descritivo. Diante da ausência proteção bacteriana/antisséptica), o item não atende ao descritivo.</p>
SAMS 24/COTA 80	<p>ID: 8364 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "3-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/PDO30MR26G	10426020016	INAPTO	<p>A empresa apresentou catálogo e Registro ANVISA em anexo à proposta para o item ofertado. Em análise do produto ao referido documento e à Instrução de Uso (IFU) registrada junto ao sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o modelo PDO30MR26G (Bioline) consiste em uma sutura de polidioxanona convencional, não possuindo cobertura antisséptica em sua composição. Consequentemente, o produto não apresenta a eficiência comprovada no combate aos patógenos relacionados ao sítio cirúrgico através de estudo científico em humanos, requisito este obrigatório conforme o descritivo. Diante da ausência proteção bacteriana/antisséptica), o item não atende ao descritivo.</p>
SAMS 25/COTA 81	<p>ID: 8365 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "4-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE</p>	1ª Colocada	BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARE	MERIL	10360810014	INAPTO	<p>A empresa apresentou catálogo e Registro ANVISA em anexo à proposta para o item ofertado. Contudo, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o modelo PDX409426 trata-se de uma sutura monofilamentar de polidioxanona convencional. Diferente do exigido em edital, o</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						produto não apresenta revestimento antisséptico , característica imprescindível para a segurança do paciente em procedimentos de aparelho digestivo, conforme o descritivo técnico. Assim sendo não atende ao solicitado.
SAMS 26/COTA 82	ID: 8366 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "4-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS , COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARE	MERIL	10360810014	INAPTO	A empresa apresentou catálogo e Registro ANVISA em anexo à proposta para o item ofertado. Contudo, em diligência realizada no catálogo do fabricante e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o modelo PDX400507 (Linha Filaxyn) trata-se de uma sutura monofilamentar de polidioxanona convencional. Diferente do exigido em edital, o produto não apresenta revestimento antisséptico , característica técnica imprescindível para a segurança do paciente e para a redução de riscos de infecção em procedimentos de aparelho digestivo, conforme o descritivo técnico. Assim sendo não atende ao solicitado.
SAMS 27/COTA 83	ID: 7367 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "5-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 75 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM) , 2 AGULHAS	1ª Colocada	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/PDO50MR17	10426020016	INAPTO	A empresa apresentou catálogo e Registro ANVISA em anexo à proposta para o item ofertado. Em análise do produto ao referido documento e à Instrução de Uso (IFU) registrada junto ao sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o modelo PDO50MR17 (Bioline) consiste em uma sutura de polidioxanona convencional, não possuindo cobertura antisséptica em sua composição. Consequentemente, o produto não apresenta a eficiência comprovada no

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	<p>CILÍNDRICAS S PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>						<p>combate aos patógenos relacionados ao sítio cirúrgico através de estudo científico em humanos, requisito este obrigatório conforme o descritivo. Diante da ausência proteção bacteriana/antisséptica), o item não atende ao descritivo</p>
<p>SAMS 28/COTA 84</p>	<p>ID: 6466 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "6-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 75 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS S PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 13 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>1ª Colocada</p>	<p>BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES L</p>	<p>MERIL</p>	<p>10360810014</p>	<p>INAPTO</p>	<p>A empresa apresentou catálogo e registro na ANVISA em anexo à proposta para o item ofertado. Contudo, em diligência realizada no catálogo do fabricante e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o modelo PDX60 127DN (Linha Filaxyn) trata-se de uma sutura monofilamentar de polidioxanona convencional.Diferente do exigido em edital, o produto não apresenta revestimento antisséptico, característica imprescindível para a segurança do paciente em procedimentos de aparelho digestivo, conforme o descritivo técnico. Assim sendo não atende ao solicitado.</p>
<p>SAMS 29/COTA 85</p>	<p>ID: 8251 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "7-0" COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS S PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 9,3 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE</p>	<p>1ª Colocada</p>	<p>BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES L</p>	<p>MERIL /PDX700135DN</p>	<p>10360810014</p>	<p>APTO</p>	<p>A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o modelo PDX700135DN que atende conformidade com as especificações exigidas no descritivo.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						
SAMS 33/COTA 89	ID: 5858 - FIO COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL , DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE 16X16 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM DUAS AGULHAS CILÍNDRICAS DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO, PARA USO UROLÓGICO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	SHALON	NÃO INFORMADO	INAPTO	A empresa apresentou a marca Shalon em anexo à proposta. Contudo, as especificações dos produtos fabricados por essa marca não atendem ao descritivo técnico exigido. O objeto solicitado consiste em sutura com tecnologia de escamas bidirecionais (farpada), composta por copolímero de glicolida e ε-caprolactona. Em análise ao portfólio do fabricante indicado, verifica-se a presença apenas de fios de sutura convencionais (lisos). Dessa forma, o item não atende ao descritivo técnico exigido.
SAMS 35/COTA 91	ID: 5862 - FIO COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL , DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE 16X16 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM DUAS AGULHAS CILÍNDRICAS DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO, PARA USO UROLÓGICO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	SHALON	NÃO INFORMADO	INAPTO	A empresa apresentou a marca Shalon em anexo à proposta. Contudo, as especificações dos produtos fabricados por essa marca não atendem ao descritivo técnico exigido. O objeto solicitado consiste em sutura com tecnologia de escamas bidirecionais (farpada), composta por copolímero de glicolida e ε-caprolactona. Em análise ao portfólio do fabricante indicado, verifica-se a presença apenas de fios de sutura convencionais (lisos). Dessa forma, o item não atende ao descritivo técnico exigido.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SAMS 37/COTA 93	ID: 8905 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "0" , COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 0,2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	BIOLINE/PGL0MR35R	10426020015	INAPTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, em consulta ao catálogo do fabricante e ao registro no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a agulha do modelo ofertado (PGCL0MR35R) possui comprimento de 35 mm. Tal medida diverge do descritivo técnico exigido, que estabelece comprimento de 36,4 mm, com tolerância de ± 0,2 mm (faixa aceitável entre 36,2 mm e 36,6 mm). Dessa forma, conclui-se que o item ofertado não atende às especificações do descritivo.
SAMS 40/COTA 94	ID: 5602 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "2-0" , COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM) , AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	BIOLINE/PGL20CR31G	10426020015	APTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.
SAMS 42/COTA 95	ID: 6675 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "3-0" , COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM) , COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO	1ª Colocada	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/PGL30CT19IES3	10426020015	INAPTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o modelo ofertado não possui cobertura antisséptica. Portanto, a marca não apresenta a eficiência comprovada no combate aos patógenos relacionados ao sítio cirúrgico através de estudo científico em humanos, descumprindo. Diante do exposto, o item não atende ao descritivo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

	<p>PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>						
SAMS 43/COTA 96	<p>ID: 10659 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 24 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/PGL3024IEAP	10426020015	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que não apresenta cobertura antisséptica. Ressalta-se que o descritivo técnico exige proteção bacteriana com eficácia comprovada por estudos científicos em humanos, característica não atendida pelo produto indicado. Dessa forma, não atende ao descritivo.</p>
SAMS 44/COTA 97	<p>ID: 6674 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	BIOLINE/PGL40CT19IEAP	10426020015	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que não apresenta cobertura</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

	<p>EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE,</p> <p>COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8.</p> <p>EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>						<p>antisséptica. Ressalta-se que o descritivo técnico exige proteção bacteriana com eficácia comprovada por estudos científicos em humanos, característica não atendida pelo produto indicado. Dessa forma, não atende ao descritivo.</p>
SAMS 45/COTA 98	<p>ID: 7369 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA COM CORPO RETANGULAR PARA USO UROLÓGICO, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2.</p> <p>EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	BIOLINE/PGL50MR17	10426020015	APTO	<p>A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.</p>
SAMS 46/COTA 99	<p>ID: 7368 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO</p>	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	BIOLINE/PGL50CT19IAP	10426020015	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que não apresenta cobertura antisséptica. Ressalta-se que o descritivo técnico exige proteção bacteriana com eficácia comprovada por estudos científicos em humanos,</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	<p>SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE,</p> <p>COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8.</p> <p>EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>						<p>característica não atendida pelo produto indicado. Dessa forma, não atende ao descritivo.</p>
<p>SAMS 47/COTA 100</p>	<p>ID: 6465 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE,</p> <p>COMPRIMENTO DE 16 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8.</p> <p>EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>1ª Colocada</p>	<p>VR HOSPITALAR</p>	<p>BIOLINE/PGL50CT16IAP</p>	<p>10426020015</p>	<p>INAPTO</p>	<p>A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que não apresenta cobertura antisséptica. Ressalta-se que o descritivo técnico exige proteção bacteriana com eficácia comprovada por estudos científicos em humanos, característica não atendida pelo produto indicado. Dessa forma, não atende ao descritivo.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SAMS 48/COTA 101	ID: 814 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "0" , COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM) , COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA, PONTA ROMBA, COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFUROCORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMERCIO	BRASUTURE/ PGLV07240R	10372360024	INAPTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Entratanto, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que não apresenta cobertura antisséptica. Ressalta-se que o descritivo técnico exige proteção bacteriana com eficácia comprovada por estudos científicos em humanos. Dessa forma, não atende ao descritivo
SAMS 21/COTA 102	ID: 8485 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "1" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS. COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM) , AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 48 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO	1ª Colocada	VR HOSPITALAR	BIOLINE/ PDO1MR48ER	10426020016	INAPTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que não apresenta cobertura antisséptica. Ressalta-se que o descritivo técnico exige proteção bacteriana com eficácia comprovada por estudos científicos em humanos, característica não atendida pelo produto indicado. Dessa forma, não atende ao descritivo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						
SAMS 49/COTA 103	ID: 815 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "1" , COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM) , COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA, PONTA ROMBA, COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFUROCORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMERCIO	BRASUTURE/PGLV17240R	10372360024	INAPTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Entratanto, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que não apresenta cobertura antisséptica. Ressalta-se que o descritivo técnico exige proteção bacteriana com eficácia comprovada por estudos científicos em humanos. Dessa forma, não atende ao descritivo.
SAMS 52/COTA 104	ID: 5166 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0" , COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM) , COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMERCIO	BRASUTURE/PGLV27736R	10372360024	INAPTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Entratanto, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que não apresenta cobertura antisséptica. Ressalta-se que o descritivo técnico exige proteção bacteriana com eficácia comprovada por estudos científicos em humanos. Dessa forma, não atende ao descritivo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	<p>DE 5/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>						
SAMS 53/COTA 105	<p>ID: 8081 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CÍRCULO TRIANGULAR PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 3,64 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES	BRASUTURE/PGLV27436R	10372360024	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder anexo à proposta. Entratanto, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que não apresenta cobertura antisséptica. Ressalta-se que o descritivo técnico exige proteção bacteriana com eficácia comprovada por estudos científicos em humanos. Dessa forma, não atende ao descritivo.</p>
SAMS 56/COTA 106	<p>6641 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2.</p>	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES	BRASUTURE/PGLV37226	10372360024	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder anexo à proposta. Entratanto, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que não apresenta cobertura antisséptica. Ressalta-se que o descritivo técnico exige proteção bacteriana com eficácia comprovada por estudos científicos em humanos. Dessa forma, não atende ao descritivo.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						
SAMS 57/COTA 107	ID: 8907 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "4-0" , COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM) , COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CÍRCULO TRIANGULAR PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES	BRASUTURE/ PGLB47319	10372360024	INAPTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Entratanto, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que não apresenta cobertura antisséptica. Ressalta-se que o descritivo técnico exige proteção bacteriana com eficácia comprovada por estudos científicos em humanos. Dessa forma, não atende ao descritivo.
SAMS 59/COTA 109	ID: 5766 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "4-0" , COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM) , COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES	BRASUTUR/ PGLV47217	10372360024	INAPTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Entratanto, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que não apresenta cobertura antisséptica. Ressalta-se que o descritivo técnico exige proteção bacteriana com eficácia comprovada por estudos científicos em humanos. Dessa forma, não atende ao descritivo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	<p>+/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>						
SAMS 60/COTA 110	<p>ID: 830 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES	BRASUTURE/ PGLV57217	10372360024	INAPTO	<p>A empresa apresentou folder anexo à proposta. Entratanto, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que não apresenta cobertura antisséptica. Ressalta-se que o descritivo técnico exige proteção bacteriana com eficácia comprovada por estudos científicos em humanos. Dessa forma, não atende ao descritivo.</p>
SAMS 62/COTA 111	<p>D: 8128 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 16 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE</p>	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES	BRASUTURE/ PGLB54416	10372360024	APTO	<p>A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
	2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.						
SAMS 64/COTA 113	ID: 6062 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "7-0" , COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM) , 2 AGULHAS ESPATULADAS PARA USO EM OFTAMOLOGIA, COMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES	BRASUTURE/PGLV74006	10372360024	APTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.
SAMS 66/COTA 115	ID: 10454 - FIO POLIGLACTINA 910, INCOLOR DE RÁPIDA ABSORÇÃO, DIÂMETRO 5-0, COMPRIMENTO DE 45 CM , AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO, PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 11 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES	POINTSUTURE/VN547211P2	10155530014	APTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.

2. DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertado pelas empresas/licitantes, em relação às especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está **em desacordo** com o solicitado por esta administração.

Dessa forma, declaramos **INAPTAS** as proposta apresentada pelas seguintes empresa para os itens:

- I - VR HOSPITALAR LTDA - **itens 19, 20, 22, 24, 27, 28, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 55, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 93, 95, 96, 97, 99, 100 e 102**
- II - ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - **itens 05, 50, 51, 57, 60, 61, 101,103, 104, 105, 106, 107, 109, 110**
- III - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - **itens 8, 9, 11, 12, 13, 15, 89, 91**
- IV - TUDO MEDICAL LTDA - **itens 30, 33, 34 e 35**
- V - BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - **itens 23, 25, 26, 81, 82, 84**
- VI - HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA - **itens 48, 49, 52, 53, 56 e 59**
- VII - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - **itens 29, 37, 62**
- VIII - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - **itens 45, 58 e 65**
- IX - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTAÇÕES - **item 54**
- X - SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA - **itens 17 e 21**

Por outro lado, as propostas apresentadas pelas demais empresas foram consideradas **APTAS**.

Considerando que o parecer técnico foi elaborado estritamente com base na análise dos aspectos técnicos dos insumos, limitando-se às especificações e aos critérios técnicos pertinentes.

No que se refere à aferição de eventual inexecuibilidade da proposta, observa-se o disposto no **art. 34 da Instrução Normativa nº 73/2022**, segundo o qual valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração configuram mero indício de inexecuibilidade, cuja caracterização somente pode ocorrer após a realização de **diligência pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação**, conforme expressamente previsto em seu parágrafo único, *in verbis*:

"Art. 34. No caso de **bens e serviços em geral**, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

Parágrafo único. A **inexecuibilidade**, na hipótese de que trata o caput, **só será considerada após diligência do agente de contratação ou da comissão de contratação.**"(grifo nosso)

Desse modo, **não se inserem nas atribuições deste setor** a análise, **aferição ou a realização de diligências relacionadas aos valores apresentados nas fases de lances e de negociação**, por se tratarem de atos inerentes à condução do certame, cuja responsabilidade é direta e exclusiva do agente de contratação/pregoeiro(a), em estrita observância à legislação vigente e às normas que regem os procedimentos licitatórios.

Para sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
Farmacêutica Analista
Licitação de Produtos Médicos Gerais
SESAU-CGPM/RO

SESAU
Secretaria de Estado
da Saúde

RONDÔNIA
Governo do Estado



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 17/04/2026, às 10:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **71283773** e o código CRC **8061888C**.