

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 23/2026/SESAU-SLPM

Considerando o **Ofício nº 1762**, protocolado sob o SEI nº 69627801, por meio do qual se solicita a análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90643/2025/SUPEL/RO, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM), por intermédio da Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos (SLPM), passa a apresentar o presente Parecer Técnico, nos termos que seguem.

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.020557/2025-16						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90643/2025 CASA2/SUPEL/RO "COMPRESSAS E CAMPOS"						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/ MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	ID: 5354 - COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO, COM 4 CAMADAS, 11 A 13 FIOS, GRAMATURA DE 12 G (variação de +/- 4 g), MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 X 25 CM, COM CADAÇO DUPLO, BORDAS OVER-LOCK BRANQUEADAS, ISENTAS DE IMPUREZAS (AMIDO) COM FIO RADIOPACO. PACOTE COM 50 UNIDADES, CONFORME PRECONIZA A ABNT 14767/2009. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	AMED S/A	ANTONELLA	81481900002	APTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, na análise da amostra enviada pela empresa, verificou-se que o material apresenta especificações conforme o descritivo. Assim sendo, a amostra atende ao solicitado.
		IAS TRADE LTDA	AMED	10307130024	APTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo. Ressalta-se que foi solicitada amostra, porém a empresa não a apresentou. Ainda assim, o item será aprovado, ficando estabelecido que, no momento da entrega, produtos com qualidade inferior não serão aceitos.
2	ID: 490 - COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO, COM 4 CAMADAS, 11 A 13 FIOS, GRAMATURA DE 35 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 X 50 CM, COM CADAÇO DUPLO, BORDAS OVER-LOCK BRANQUEADAS, ISENTAS DE IMPUREZAS, COM FIO RADIOPACO. PACOTE COM 50 UNIDADES, CONFORME PRECONIZA A ABNT 14767/2009. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	COTTON BUSINESS BRAZIL INDUSTRIA TEXTIL	ALBAMED	82914779002	INAPTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o registro informado apresenta gramatura máxima de 27, não atendendo às especificações constantes no descritivo.
		JN-MAXIMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	CLEAN/LEVE	810469650005	INAPTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, após análise da amostra encaminhada pelo licitante, verificou-se que o material possui dimensões de 37 x 37 cm. Tais características não estão em conformidade com o descritivo do edital, que estabelece dimensões aproximadas de 45 x 50 cm. Dessa forma, conclui-se que a amostra apresentada não atende às especificações técnicas previstas no descritivo do item.
3	ID: 5527 - COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO, COM 4 CAMADAS, 11 A 13 FIOS, GRAMATURA DE 25 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 X 50 CM, COM CADAÇO DUPLO, BORDAS OVER-LOCK BRANQUEADAS, ISENTAS DE IMPUREZAS, COM FIO RADIOPACO. PACOTE COM 50 UNIDADES, CONFORME PRECONIZA A ABNT 14767/2009. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	JN-MAXIMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	CLEAN/LEVE	810469650005	INAPTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, após análise da amostra encaminhada pelo licitante, verificou-se que o material possui dimensões de 37 x 37 cm. Tais características não estão em conformidade com o descritivo do edital, que estabelece dimensões aproximadas de 45 x 50 cm. Dessa forma, conclui-se que a amostra apresentada não atende às especificações técnicas previstas no descritivo do item.
		PURAH MEDICAL & CO	HELENA	81481900002	INAPTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, após análise da amostra encaminhada pelo licitante, verificou-se que o material possui dimensões de 37 x 37 cm. Tais características não estão em conformidade com o descritivo do edital, que estabelece dimensões aproximadas de 45 x 50 cm. Dessa forma, conclui-se que a amostra apresentada não atende às especificações técnicas previstas no descritivo do item.
4	ID: 2821 - COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO, COM 4 CAMADAS, 11 A 13 FIOS, GRAMATURA DE 20 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25 X 28	COTTON BUSINESS BRAZIL INDUSTRIA TEXTIL	ALBAMED	83092419001	APTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo. Ressalta-se que foi solicitada amostra, porém a empresa não a apresentou. Ainda assim, o item será aprovado, ficando

	CM, PRÉ-ENCOLHIDA, COM CADARÇO DUPLO, BORDAS OVER-LOCK BRANQUEADAS, ISENTAS DE IMPUREZAS, COM FIO RADIOPACO. PACOTE COM 5 UNIDADES, CONFORME PRECONIZA A ABNT 14767/200, ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					estabelecido que, no momento da entrega, produtos com qualidade inferior não serão aceitos.	
		ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ERIMAX	80698139005	APTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, na análise da amostra enviada pela empresa, verificou-se que o material apresenta especificações conforme o descritivo. Assim sendo, a amostra atende ao solicitado.	
		PURAH MEDICAL & CO	LUIZA PREMIAM	81481900010	APTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, na análise da amostra enviada pela empresa, verificou-se que o material apresenta especificações conforme o descritivo. Assim sendo, a amostra atende ao solicitado.	
6	ID: 1002648 - LENÇO PARA BANHO CONFECCIONADO EM TECIDO MACIO E NEUTRO, COM COMPOSIÇÃO DE 60% VISCOSE E 35% POLIÉSTER E GRAMATURA DE 65G, TAMANHO 30 CM X 35 CM, PACOTE COM 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	COVAN - COMÉRCIO VAREJISTA e ATACADISTA DO NORTE LTDA	A empresa solicitou a desclassificação do item.				
		EXTEC LTDA	EXTEC	PROCESSO Nº 25351.341803/2023-67 - TRANSAÇÃO Nº 5155292023	APTO	A empresa apresentou a marca em anexo à proposta. Contudo, em verificação no site do fabricante, constatou-se que o produto atende às especificações solicitadas. Ressalta-se que foi solicitada amostra, porém esta não foi apresentada pela empresa. Ainda assim, o item será aprovado, ficando estabelecido que, no momento da entrega, não serão aceitos produtos de qualidade inferior.	
7	ID: 5907 - COMPRESSA DE GAZE, FECHADA 7,5 X 7,5 CM, ABERTA 15 X 30 CM, 8 CAMADAS 5 DOBRAS 13 FIOS /CM². NÃO ESTÉRIL, PACOTE COM 500 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ERIMAX	80698130008	INAPTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, na análise da amostra enviada, verificou-se que, ao realizar a contagem aproximada da densidade de fios em uma área de 1 cm², foram observados cerca de 4 fios em um sentido e 8 fios no outro, valores inferiores aos especificados no descritivo técnico (13 fios/cm), indicando não conformidade quanto à densidade da trama. Adicionalmente, ao aferir as dimensões do produto aberto, obteve-se aproximadamente 13 x 25 cm, abaixo das medidas especificadas (15 x 30 cm), caracterizando não conformidade dimensional. Assim sendo, a amostra não atende ao solicitado.	
		OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ERIMAX	80698130002	APTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, na análise da amostra enviada, verificou-se que consta na embalagem a informação de "qualidade superior", sendo tal característica confirmada na avaliação do material. Assim sendo, o produto atende ao solicitado.	
8	ID: 5491 - COMPRESSA DE GAZE, FECHADA 7,5 X 7,5 CM, ABERTA 15 X 30 CM, ESTÉRIL, FIOS 100% ALGODÃO, 8 CAMADAS 5 DOBRAS 13 FIOS/CM². EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO 5 UNIDADES, ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MED	81.481.900.001	APTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, na análise da amostra enviada pela empresa, verificou-se que o material apresenta especificações conforme o descritivo. Assim sendo, a amostra atende ao solicitado.	
		ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ERIMAX	80698139002	APTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, na análise da amostra enviada pela empresa, verificou-se que o material apresenta especificações conforme o descritivo. Assim sendo, a amostra atende ao solicitado.	
9	ID: 5492 - COMPRESSA DE GAZE, FECHADA 7,5 X 7,5 CM, ABERTA 15 X 30 CM, ESTÉRIL, FIOS 100% ALGODÃO, 8 CAMADAS 5 DOBRAS 13 FIOS/CM². EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO 10 UNIDADES, ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ERIMAX	80698139002	APTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, na análise da amostra enviada pela empresa, verificou-se que o material apresenta especificações conforme o descritivo. Assim sendo, a amostra atende ao solicitado.	
		OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ERIMAX	80698130002	INAPTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, na análise da amostra enviada, verificou-se que o material apresenta dimensões inferiores ao especificado (9,5 cm x 23 cm em relação a 15 cm x 30 cm) e densidade de fios inferior ao exigido (5 x 6 fios/cm em relação a 13 fios/cm). Assim sendo, a amostra não atende ao solicitado.	
		PURAH MEDICAL & CO LTDA	LIVIA	81481900001	INAPTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, na análise da amostra enviada, verificou-se que o material apresenta dimensões fechada de 6,70 x 6,70 cm e aberta de 24,5 x 12 cm, em desconformidade com o descritivo. Assim sendo, a amostra não atende ao solicitado.	
10	ID: 3410 - COMPRESSA DE GAZE, FECHADA 10 X 10 CM, ABERTA 20 X 40 CM, ESTÉRIL, FIOS 100% ALGODÃO, 8 CAMADAS 5 DOBRAS 13 FIOS/CM². EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO 10 UNIDADES, ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	AMED S/A	HERIKA	81481900001	APTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, na análise da amostra enviada pela empresa, verificou-se que o material apresenta especificações conforme o descritivo. Assim sendo, a amostra atende ao solicitado.	
		PURAH MEDICAL & CO LTDA	LUIZA PREMIUM	81481900010	INAPTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, na análise da amostra enviada, verificou-se que o material corresponde a compressa para curativo cirúrgico 10 x 15 cm, não atendendo ao descritivo, que exige compressa de gaze fechada 10 x 10 cm, aberta 20 x 40 cm, estéril, fios 100% algodão, 8 camadas, 5 dobras e densidade de 13 fios/cm².	

11	ID: 7030 - COMPRESSA PARA CURATIVO ESTÉRIL CONFECCIONADA COM UMA CAMADA INTERNA COM 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, TAMANHO 10 CM X 15 CM, ISENTA DE MANCHAS E IMPUREZAS, PACOTE COM 1 UNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 15053, ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ERIMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ERIMAX	80698130009	INAPTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, na análise da amostra enviada pela empresa, verificou-se que o produto entregue não atende ao descritivo técnico, pois apresenta fragilidade excessiva na trama da gaze externa, bordas sem acabamento e exposição de fibras do núcleo de algodão. Tais características aumentam o risco de contaminação da ferida e não garantem a absorção uniforme esperada para uma compressa de 10 cm x 15 cm, comprometendo a segurança do paciente. Assim sendo, a amostra não atende ao solicitado.
		IAS TRADE LTDA	ERIMAX	80698130009	INAPTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, considerando análise técnica prévia de produto da mesma marca e registro sanitário, verificou-se que o item não atende ao descritivo técnico, apresentando fragilidade na trama, bordas sem acabamento e exposição de fibras. Tais não conformidades comprometem a segurança e a qualidade do produto.
12	ID: 2219 - COMPRESSA PARA CURATIVO ESTÉRIL CONFECCIONADA COM UMA CAMADA INTERNA COM 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, TAMANHO 15 CM X 30 CM, ISENTA DE MANCHAS E IMPUREZAS, PACOTE COM 1 UNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 15053, ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	IAS TRADE	AMED	81481900010	INAPTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, em análise de amostra existente neste setor, da marca AMED LUIZA, verificou-se que o material apresenta qualidade muito inferior, não atendendo ao descritivo exigido. Dessa forma, conclui-se que o produto não corresponde às especificações solicitadas. Ressalta-se que foi solicitada amostra, porém a empresa não a apresentou.
13	ID: 1002649 - COMPRESSAS PARA CURATIVO DE GAZE ALGODONADA ESTÉRIL, COM DUAS CAMADAS DE MANTADE ALGODÃO HIDRÓFILO, UMA CAMADA DE PAPEL ABSORVENTE, COM ALTA ABSORÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FLUÍDOS. TAMANHO 15 X 30 CM, COM ACABAMENTO NAS LATERAIS QUE EVITE SOLTAR FIOS, ISENTA DE MANCHAS E IMPUREZAS, PACOTE COM 1 UNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 15053, ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	DIOMA PRODUTOS MEDICOS	BIOTEXIL	80113320014	APTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo. Ressalta-se que foi solicitada amostra, porém a empresa não a apresentou. Ainda assim, o item será aprovado, ficando estabelecido que, no momento da entrega, produtos com qualidade inferior não serão aceitos.
		IAS TRADE LTDA	AMED	81481900010	INAPTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, em pesquisa realizada no catálogo e no site da ANVISA, verificou-se que o material não apresenta camada de papel absorvente, conforme exigido no descritivo. Assim, não atende ao solicitado. Ressalta-se que foi solicitada amostra, porém a empresa não a apresentou.
cota 14	ID: 5354 - COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO, COM 4 CAMADAS, 11 A 13 FIOS, GRAMATURA DE 12 G (variação de +/- 4 g), MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 X 25 CM, COM CADAÇO DUPLO, BORDAS OVER-LOCK BRANQUEADAS, ISENTAS DE IMPUREZAS (AMIDO) COM FIO RADIOPACO. PACOTE COM 50 UNIDADES, CONFORME PRECONIZA A ABNT 14767/2009. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	IAS TRADE LTDA	AMED	10307130024	APTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo. Ressalta-se que foi solicitada amostra, porém a empresa não a apresentou. Ainda assim, o item será aprovado, ficando estabelecido que, no momento da entrega, produtos com qualidade inferior não serão aceitos.
cota 15	ID: 490 - COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO, COM 4 CAMADAS, 11 A 13 FIOS, GRAMATURA DE 35 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 X 50 CM, COM CADAÇO DUPLO, BORDAS OVER-LOCK BRANQUEADAS, ISENTAS DE IMPUREZAS, COM FIO RADIOPACO. PACOTE COM 50 UNIDADES, CONFORME PRECONIZA A ABNT 14767/2009. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	COTTON BUSINESS BRAZIL INDUSTRIA TEXTIL	ALBAMED	82914779002	INAPTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o registro informado apresenta gramatura máxima de 27, não atendendo às especificações constantes no descritivo.
		IAS TRADE LTDA	ERIMAX	80698130003	APTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo. Ressalta-se que foi solicitada amostra, porém a empresa não a apresentou. Ainda assim, o item será aprovado, ficando estabelecido que, no momento da entrega, produtos com qualidade inferior não serão aceitos.
		UNI CARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	UNICARE	831195239009	INAPTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Contudo, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o registro ANVISA nº

						831195239009, informado pela empresa para a marca ofertada, consta no sistema como "registro não encontrado". Assim, não é possível comprovar o atendimento às especificações constantes no descritivo. Ressalta-se que foi solicitada amostra, porém a empresa não a apresentou.
cota 16	ID: 5527 - COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO, COM 4 CAMADAS, 11 A 13 FIOS, GRAMATURA DE 25 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 X 50 CM, COM CÂDARÇO DUPLO, BORDAS OVER-LOCK BRANQUEADAS, ISENTAS DE IMPUREZAS, COM FIO RADIOPACO. PACOTE COM 50 UNIDADES, CONFORME PRECONIZA A ABNT 14767/2009. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	COTTON BUSINESS BRAZIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	ALBAMED	82914779002	APTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo. Ressalta-se que foi solicitada amostra, porém a empresa não a apresentou. Ainda assim, o item será aprovado, ficando estabelecido que, no momento da entrega, produtos com qualidade inferior não serão aceitos.
		ERIMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	ERIMAXOK	80698139006	APTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Contudo, na análise da amostra enviada pela empresa, verificou-se que o material apresenta especificações conforme o descritivo. Assim sendo, a amostra atende ao solicitado.
cota 17	ID: 2821 - COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO, COM 4 CAMADAS, 11 A 13 FIOS, GRAMATURA DE 20 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25 X 28 CM, PRÉ-ENCOLHIDA, COM CÂDARÇO DUPLO, BORDAS OVER-LOCK BRANQUEADAS, ISENTAS DE IMPUREZAS, COM FIO RADIOPACO. PACOTE COM 5 UNIDADES, CONFORME PRECONIZA A ABNT 14767/200, ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	COTTON BUSINESS BRAZIL INDUSTRIA TEXTIL	ALBAMED	83092419001	APTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo. Ressalta-se que foi solicitada amostra, porém a empresa não a apresentou. Ainda assim, o item será aprovado, ficando estabelecido que, no momento da entrega, produtos com qualidade inferior não serão aceitos.
		IAS TRADE LTDA	AMED	81481900003	APTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo. Ressalta-se que foi solicitada amostra, porém a empresa não a apresentou. Ainda assim, o item será aprovado, ficando estabelecido que, no momento da entrega, produtos com qualidade inferior não serão aceitos.
		UNI CARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	UNICARE	831195239009	INAPTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Contudo, em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o registro ANVISA nº 831195239009, informado pela empresa para a marca ofertada, consta no sistema como "registro não encontrado". Assim, não é possível comprovar o atendimento às especificações constantes no descritivo. Ressalta-se que foi solicitada amostra, porém a empresa não a apresentou.
cota 19	ID: 1002648 - LENÇO PARA BANHO CONFECCIONADO EM TECIDO MACIO E NEUTRO, COM COMPOSIÇÃO DE 60% VISCOSE E 35% POLIÉSTER E GRAMATURA DE 65G, TAMANHO 30 CM X 35 CM, PACOTE COM 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	COVAN - COMÉRCIO VAREJISTA e ATACADISTA DO NORTE LTDA				A empresa solicitou a desclassificação do item.
cota 21	ID: 5491 - COMPRESSA DE GAZE, FECHADA 7,5 X 7,5 CM, ABERTA 15 X 30 CM, ESTÉRIL, FIOS 100% ALGODÃO, 8 CAMADAS 5 DOBRAS 13 FIOS/CM². EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO 5 UNIDADES, ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ERIMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	ERIMAX	831195239011	APTO	A empresa apresentou folder em anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo.
		IAS TRADE LTDA	AMED	831195239012	APTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo. Ressalta-se que foi solicitada amostra, porém a empresa não a apresentou. Ainda assim, o item será aprovado, ficando estabelecido que, no momento da entrega, produtos com qualidade inferior não serão aceitos.
		UNI CARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	UNICARE	831195239013	APTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo. Ressalta-se que foi solicitada amostra, porém a empresa não a apresentou. Ainda assim, o item será aprovado, ficando estabelecido que, no momento da entrega, produtos com qualidade inferior não serão aceitos.
cota 22	ID: 5492 - COMPRESSA DE GAZE, FECHADA 7,5 X 7,5 CM, ABERTA 15 X 30 CM, ESTÉRIL, FIOS 100% ALGODÃO, 8 CAMADAS 5 DOBRAS 13 FIOS/CM². EMBALAGEM EM PAPEL GRAU	IAS TRADE LTDA	AMED	831195239014	APTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo. Ressalta-se que foi solicitada amostra, porém a empresa não a apresentou.

	CIRÚRGICO CONTENDO 10 UNIDADES, ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					Ainda assim, o item será aprovado, ficando estabelecido que, no momento da entrega, produtos com qualidade inferior não serão aceitos.
cota 23	ID: 3410 - COMPRESSA DE GAZE, FECHADA 10 X 10 CM, ABERTA 20 X 40 CM, ESTÉRIL, FIOS 100% ALGODÃO, 8 CAMADAS 5 DOBRAS 13 FIOS/CM². EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO 10 UNIDADES, ABERTURA ASSÉPTICA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	IAS TRADE LTDA	ERIMAX	831195239015	APTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo. Ressalta-se que foi solicitada amostra, porém a empresa não a apresentou. Ainda assim, o item será aprovado, ficando estabelecido que, no momento da entrega, produtos com qualidade inferior não serão aceitos.
		UNI CARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	UNICARE	831195239016	APTO	A empresa apresentou folder anexo à proposta. Em pesquisa realizada no catálogo informado e no sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo. Ressalta-se que foi solicitada amostra, porém a empresa não a apresentou. Ainda assim, o item será aprovado, ficando estabelecido que, no momento da entrega, produtos com qualidade inferior não serão aceitos.

2. DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertado pelas empresas/licitantes, em relação às especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está **em desacordo** com o solicitado por esta administração.

Dessa forma, declaramos **INAPTAS** as proposta apresentada pelas seguintes empresa para os itens:

JN-MAXIMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - **itens 02,03**
 PURAH MEDICAL & CO LTDA - **itens 03,09,10**
 COVAN - COMÉRCIO VAREJISTA e ATACADISTA DO NORTE LTDA - **itens 06,19 pedido de desclassificação**
 ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - **item 07**
 OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - **item 09**
 ERIMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - **item 11**
 IAS TRADE LTDA - **itens 11,12,13,**
 COTTON BUSINESS BRAZIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA - **itens 02, 15,**
 UNI CARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - **itens 15,17**

Por outro lado, as propostas apresentadas pelas demais empresas foram consideradas **APTAS**.

Considerando que o parecer técnico foi elaborado estritamente com base na análise dos aspectos técnicos dos insumos, limitando-se às especificações e aos critérios técnicos pertinentes.

No que se refere à aferição de eventual inexecuibilidade da proposta, observa-se o disposto no **art. 34 da Instrução Normativa nº 73/2022**, segundo o qual valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração configuram mero indício de inexecuibilidade, cuja caracterização somente pode ocorrer após a realização de **diligência pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação**, conforme expressamente previsto em seu parágrafo único, *in verbis*:

"Art. 34. No caso de **bens e serviços em geral**, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
 Parágrafo único. **A inexecuibilidade**, na hipótese de que trata o caput, **só será considerada após diligência do agente de contratação ou da comissão de contratação.**" **(grifo nosso)**

Desse modo, **não se inserem nas atribuições deste setor** a análise, **aferição ou a realização de diligências relacionadas aos valores apresentados nas fases de lances e de negociação**, por se tratarem de atos inerentes à condução do certame, cuja responsabilidade é direta e exclusiva do agente de contratação/pregoeiro(a), em estrita observância à legislação vigente e às normas que regem os procedimentos licitatórios.

Para sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
 Farmacêutica Analista
 Licitação de Produtos Médicos Gerais
 SESAU-CGPM/RO

SESAU
 Secretaria de Estado
 da Saúde

RONDÔNIA
 Governo do Estado



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 08/04/2026, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do **Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017**.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](http://portal.do.SEI), informando o código verificador **70951900** e o código CRC **324013BA**.