



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 34/2026/SESAU-SLPM

Considerando o **Ofício nº 2945**, protocolado sob o SEI nº70969846, por meio do qual se solicita a análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº **90589/2025/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM), por intermédio da Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos (SLPM), passa a apresentar o presente Parecer Técnico, nos termos que seguem.

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0036.017345/2025-51						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90589/2025/RO/ TUBOS/ SUPEL-COSAU2.						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA/REGISTRO	AN.
2	ID: 6005 -TUBO DE LÁTEX Nº 201 FABRICADO COM LÁTEX 100% PURO, ÂMBAR , PAREDE INTERNA LISA E ESPESSURA UNIFORME, SEMI TRANSPARENTE E ALTA FLEXIBILIDADE E EXTREMA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO. SUPORTA VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES A VAPOR. RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. ISENTO DE AROMAS OU PERFUMES. ROLO COM APROXIMADAMENTE 15 METROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	GOIAS LATEX	NÃO INFORMADO	AI
4	ID: 10283 - TUBO DE LÁTEX Nº 203 FABRICADO COM LÁTEX 100% PURO, ÂMBAR , PAREDE INTERNA LISA E ESPESSURA UNIFORME, SEMI TRANSPARENTE E ALTA FLEXIBILIDADE E EXTREMA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO. SUPORTA VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES A VAPOR. RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. ISENTO DE AROMAS OU PERFUMES. ROLO COM APROXIMADAMENTE 15 METROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	GOIAS LATEX	NÃO INFORMADO	AI
5	ID: 7643 - TUBO DE LÁTEX Nº 204 FABRICADO COM LÁTEX 100% PURO, ÂMBAR , PAREDE INTERNA LISA E ESPESSURA UNIFORME, SEMI TRANSPARENTE E ALTA FLEXIBILIDADE E EXTREMA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO. SUPORTA VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES A VAPOR. RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. ISENTO DE AROMAS OU PERFUMES. ROLO COM APROXIMADAMENTE 15 METROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	GOIAS LATEX	NÃO INFORMADO	AI

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

8	<p>ID: 2428 - TUBO SILICONE Nº 200 - 3X5MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA -60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000. CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL	BRG	82892449001	IN/
9	<p>ID: 1838 - TUBO SILICONE Nº 200 - 3X5MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA -60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000. CONTENHA LINHA VERDE EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS	Taylor	10229650033	IN/
10	<p>ID: 1834 - TUBO SILICONE Nº 201 - 4X8MM ,AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA -60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000. CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	201 TUBO SILICONE 201 RL/15MT PERFIMED PERFITECNICA	10439150001	IN/
11	<p>ID: 1833 - TUBO SILICONE Nº 201 - 4X8MM ,AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA -60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000. CONTENHA LINHA VERDE EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	PERFITECNICA/PERFITECNICAQ	10439150001	IN/
12	<p>ID: 1835 - TUBO SILICONE Nº 202 - 5X10MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU</p>	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	PERFIMED	10439150001	IN/

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

	FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA -60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC N°59/2000. CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					
13	ID: 1621 - TUBO SILICONE Nº 202 - 5X10MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA -60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC N°59/2000. CONTENHA LINHA VERDE EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA	1ª Colocada	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA	Kinner	80280200009	AI
14	ID: 1836 - TUBO SILICONE Nº 203 - 6X10MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA -60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC N°59/2000. CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	PERFITECNICA	10439150001	IN/
15	ID: 1602 - TUBO SILICONE Nº 203 - 6X10MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA -60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC N°59/2000. CONTENHA LINHA VERDE EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	PERFITECNICA	10439150001	IN/
17	ID: 5628 - TUBO SILICONE Nº 205 - 8X11,5MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA -60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC N°59/2000. CONTENHA LINHA BRANCA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES EM UTI. ROLO COM 15 METROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	REALMED COMERCIO E SERVICOS	KINNER	80280200009	AI
18	ID: 6594 - TUBO SILICONE Nº 206 - 8X12,8MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA -60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC N°59/2000. CONTENHA LINHA AZUL EM TODA SUA EXTENSÃO PARA	1ª Colocada	REALMED COMERCIO E SERVICOS	KINNER	80280200009	AI

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
	DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES EM PRONTO SOCORRO. ROLO COM 15 METROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					
20	ID: 6691 - TUBO DE SILICONE PARA HIPOSPÁDIA Nº 6 FR, INERTE FISIOLÓGICAMENTE, ANTIALÉGICO, ANTIADERENTE, TRANSLÚCIDO, COM ANEL PARA FIXAÇÃO E ORIFÍCIO DE DRENAGEM EM SUA PONTA DISTAL, TAMANHO 30 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS	SOLUMED	80019160012	AI
21	ID: 6621 - TUBO DE SILICONE PARA HIPOSPÁDIA Nº 8 FR, INERTE FISIOLÓGICAMENTE, ANTIALÉGICO, ANTIADERENTE, TRANSLÚCIDO, COM ANEL PARA FIXAÇÃO E ORIFÍCIO DE DRENAGEM EM SUA PONTA DISTAL, TAMANHO 30 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS	SOLUMED	80019160012	AI
22	ID: 6622 - TUBO DE SILICONE PARA HIPOSPÁDIA Nº 10 FR, INERTE FISIOLÓGICAMENTE, ANTIALÉGICO, ANTIADERENTE, TRANSLÚCIDO, COM ANEL PARA FIXAÇÃO E ORIFÍCIO DE DRENAGEM EM SUA PONTA DISTAL, TAMANHO 30 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS	SOLUMED	80019160012	AI
23	ID: 6623 - TUBO DE SILICONE PARA HIPOSPÁDIA Nº 12 FR, INERTE FISIOLÓGICAMENTE, ANTIALÉGICO, ANTIADERENTE, TRANSLÚCIDO, COM ANEL PARA FIXAÇÃO E ORIFÍCIO DE DRENAGEM EM SUA PONTA DISTAL, TAMANHO 30 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL	SOLUMED	SOLIDOR	AI
25	ID: 10337 - TUBO TRAQUEAL EM "T" TIPO MONTGOMERY TAMANHO Nº 8, NÃO ESTÉRIL, CONTENDO TAMPA DE SILICONE, ANEL DE FIXAÇÃO E TUBO TRAQUEAL, ESTÉRIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ESSENTIAL MED IMPORTADORA E EXPORTADORA	Faj / Fundação Adib Janete	10264470028	AI
26	ID: 7827 - TUBO TRAQUEAL EM "T" TIPO MONTGOMERY TAMANHO Nº 12, NÃO ESTÉRIL, CONTENDO TAMPA DE SILICONE, ANEL DE FIXAÇÃO E TUBO TRAQUEAL, ESTÉRIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ESSENTIAL MED IMPORTADORA E EXPORTADORA	Faj / Fundação Adib Janete	10264470028	AI
29	ID: 6446 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL, MATERIAL PVC, COM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 2,5 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	REALMED COMERCIO E SERVICOS	Medix Brasil - Top Quality	NÃO INFORMADO	AI

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

30	<p>ID: 2139 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL, MATERIAL PVC, COM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 3,0 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	010030CB SONDA END.C/BL 3,0MM COMPER	10150479121	AI
31	<p>ID: 2300 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL, MATERIAL PVC, COM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 3,5 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	010035CB SONDA END.C/BL 3,5MM COMPER	10150479121	AI
32	<p>ID: 2639 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL, MATERIAL PVC, COM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 4,0 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	010040CB SONDA END.C/BL 4,0MM COMPER	10150479121	AI
33	<p>ID: 2805 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL, MATERIAL PVC, COM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 4,5 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	010045CB SONDA END.C/BL 4,5MM COMPER	10150479121	AI
34	<p>ID: 2143 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL, MATERIAL PVC, COM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 5,0 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	010050CB SONDA END.C/BL 5,0MM COMPER	10150479121	AI
35	<p>ID: 1846 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL, MATERIAL PVC, COM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 5,5 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU</p>	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	010055CB SONDA END.C/BL 5,5MM COMPER	10150479121	AI

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

	CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA					
36	ID: 1839 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC, COM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 6,0 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	010060CB Sonda END.C/BL 6,0MM COMPER	10150479121	AI
37	ID: 1840 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC, COM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 6,5 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	010065CB Sonda END.C/BL 6,5MM COMPER	10150479121	AI
38	ID: 1841 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC, COM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 7,0 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	010070CB Sonda END.C/BL 7,0MM COMPER	10150479121	AI
39	ID: 1842 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC, COM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 7,5 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	010075CB Sonda END.C/BL 7,5MM COMPER	10150479121	AI
40	ID: 1843 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC, COM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 8,0 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	010080CB Sonda END.C/BL 8,0MM COMPER	10150479121	AI
41	ID: 1844 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC, COM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 8,5 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	010085CB Sonda END.C/BL 8,5MM COMPER	10150479121	AI
42	ID: 1845 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC, COM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 9,0 MM COM PONTA	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	010090CB Sonda END.C/BL 9,0MM COMPER	10150479121	AI

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

	DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					
43	ID: 2301 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC, COM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 9,5 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	010095CB SONDA END.C/BL 9,5MM COMPER	10150479121	AI
44	ID: 1847 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC, SEM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 2,0 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	011020C SONDA END.S/BL 2,0MM COMPER	10150479111	AI
45	ID: 1848 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC, SEM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 2,5 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	011025C SONDA END.S/BL 2,5MM COMPER	10150479111	AI
46	ID: 1849 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC, SEM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 3,0 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	011030C SONDA END.S/BL 3,0MM COMPER	10150479111	AI
47	ID: 1850 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC, SEM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 3,5 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	011035C SONDA END.S/BL 3,5MM COMPER	10150479111	AI
48	ID: 1851 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC, SEM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 4,0 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	011040C SONDA END.S/BL 4,0MM COMPER	10150479111	AI

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

49	ID: 1852 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC, SEM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 4,5 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	011045C SONDA END.S/BL.4,5MM COMPER	10150479111	AI
50	ID: 1853 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC, SEM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 5,0 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	011050C SONDA END.S/BL.5,0MM COMPER	10150479111	AI
51	ID: 2136 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC, SEM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 5,5 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	011055C SONDA END.S/BL.5,5MM COMPER	10150479111	AI
52	ID: 6025 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC, SEM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 6,0 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	ATIVIDADE COMÉRCIO DE MEDICAMENTO	MEDIS S/BALÃO	10150479104	AI
53	ID: 2305 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC, SEM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 6,5 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	011065C SONDA END.S/BL.6,5MM COMPER	10150479111	AI
		2ª Colocada	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA	SOLIDOR	10369460218	AI
		3ª Colocada	J.R. COMERCIO DE FIOS	HFA/LB501065	80081499007	AI
54	ID: 6026 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC, SEM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 7,0 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL,	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	011070C SONDA END.S/BL.7,0MM COMPER	10150479111	AI

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

	EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					
55	ID: 2637 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC, SEM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 7,5 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	011075C SONDA END.S/BL.7,5MM COMPER.	10150479111	AI
56	ID: 2638 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC, SEM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 8,0 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	011080C SONDA END.S/BL.8,0MM COMPER	10150479111	AI
57	ID: 6027 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC, SEM BALÃO , COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 8,5 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	REALMED COMERCIO E SERVICOS	SOLIDOR	10369460218	AI
58	ID: 6028 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC, SEM BALÃO , COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 9,0 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	REALMED COMERCIO E SERVICOS	SOLIDOR	10369460218	AI
59	ID: 2429 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC, SEM BALÃO, COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, ESTÉRIL, CALIBRE 9,5 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	J.R. COMERCIO DE FIOS	HFA/LB501095	80081499007	AI
60	ID: 3679 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC REFORÇADO INTENAMENTE COM FIOS DE AÇO INOXIDAVEL (ARAMADO), COM BALÃO , COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, CALIBRE 3,0 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	A01E01301F SONDA END. ARAMADA C/BL. 3,0MM WELL LEAD	10150470643	AI
61	ID: 1603 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	A01E01351F SONDA END.	150470643	AI

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

	REFORÇADO INTENAMENTE COM FIOS DE AÇO INOXIDAVEL (ARAMADO), COM BALÃO , COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, CALIBRE 3,5 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.			ARAMADA C/BL. 3,5MM WELL LEAD		
62	ID: 1606 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC REFORÇADO INTENAMENTE COM FIOS DE AÇO INOXIDAVEL (ARAMADO), COM BALÃO , COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, CALIBRE 4,0 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	A01E014010 SONDA END. ARAMADA C/BL. 4,0MM WELL LEAD	10150470643	AI
63	ID: 1605 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC REFORÇADO INTENAMENTE COM FIOS DE AÇO INOXIDAVEL (ARAMADO), COM BALÃO , COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, CALIBRE 4,5 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	A01E014510 SONDA END. ARAMADA C/BL. 4,5MM WELL LEAD	10150470643	AI
64	D: 7683 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC REFORÇADO INTENAMENTE COM FIOS DE AÇO INOXIDAVEL (ARAMADO), COM BALÃO , COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, CALIBRE 5,0 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	A01E015010 SONDA END. ARAMADA C/BL. 5,0MM WELL LEAD	10150470643	AI
65	ID: 7531 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC REFORÇADO INTENAMENTE COM FIOS DE AÇO INOXIDAVEL (ARAMADO), COM BALÃO , COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, CALIBRE 5,5 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	A01E015510 SONDA END. ARAMADA C/BL. 5,5MM WELL LEAD	10150470643	AI
66	ID: 7329 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC REFORÇADO INTENAMENTE COM FIOS DE AÇO INOXIDAVEL (ARAMADO), COM BALÃO , COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, CALIBRE 6,0 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	A01E016010 SONDA END. ARAMADA C/BL. 6,0MM WELL LEAD	10150470643	AI
67	ID: 7684 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC REFORÇADO INTENAMENTE COM FIOS DE AÇO INOXIDAVEL (ARAMADO), COM BALÃO , COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, CALIBRE 6,5 MM COM	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	A01E016510 SONDA END. ARAMADA C/BL. 6,5MM WELL LEAD	10150470643	AI

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

	PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					
68	ID: 7455 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC REFORÇADO INTENAMENTE COM FIOS DE AÇO INOXIDAVEL (ARAMADO), COM BALÃO , COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, CALIBRE 7,0 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	A01E017010 SONDA END. ARAMADA C/BL. 7,0MM WELL LEAD	10150470643	AI
69	ID: 7200 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC REFORÇADO INTENAMENTE COM FIOS DE AÇO INOXIDAVEL (ARAMADO), COM BALÃO , COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, CALIBRE 7,5 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	A01E017510 SONDA END. ARAMADA C/BL. 7,5MM WELL LEAD	10150470643	AI
70	ID: 7456 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC REFORÇADO INTENAMENTE COM FIOS DE AÇO INOXIDAVEL (ARAMADO), COM BALÃO , COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, CALIBRE 8,0 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	A01E01801F SONDA END. ARAMADA C/BL. 8,0MM WELL LEAD	10150470643	AI
71	ID: 7457 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC REFORÇADO INTENAMENTE COM FIOS DE AÇO INOXIDAVEL (ARAMADO), COM BALÃO , COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, CALIBRE 8,5 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	A01E018510 SONDA END. ARAMADA C/BL. 8,5MM WELL LEAD	10150470643	AI
72	ID: 7685 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC REFORÇADO INTENAMENTE COM FIOS DE AÇO INOXIDAVEL (ARAMADO), COM BALÃO , COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, CALIBRE 9,0 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	A01E019010 SONDA END. ARAMADA C/BL. 9,0MM WELL LEAD	10150470643	AI
73	ID: 23733 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC REFORÇADO INTENAMENTE COM FIOS DE AÇO INOXIDAVEL (ARAMADO), COM BALÃO , COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, CALIBRE 9,5 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	A01E019510 SONDA END. ARAMADA C/BL. 9,5MM WELL LEAD	10150470643	AI

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

	CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					
74	ID: 7533 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC REFORÇADO INTENAMENTE COM FIOS DE AÇO INOXIDAVEL (ARAMADO), COM BALÃO , COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, CALIBRE 10,0 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	JR. COMERCIO DE FIOS	HFA/LB504100C	80081499004	AI
75	ID: 7815 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC REFORÇADO INTENAMENTE COM FIOS DE AÇO INOXIDAVEL (ARAMADO), SEM BALÃO , COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, CALIBRE 3,5 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	A01E02353F SONDA END. ARAMADA S/BL. 3,5MM WELL LEAD	10150470644	AI
76	ID: 7811 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC REFORÇADO INTENAMENTE COM FIOS DE AÇO INOXIDAVEL (ARAMADO), SEM BALÃO , COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, CALIBRE 4,0 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	A01E02403F SONDA END. ARAMADA S/BL. 4,0MM WELL LEAD	10150470644	AI
77	ID: 7813 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL OU OROTRAQUEAL , MATERIAL PVC REFORÇADO INTENAMENTE COM FIOS DE AÇO INOXIDAVEL (ARAMADO), SEM BALÃO , COM OLHO MURPHY, COM CURVATURA, CALIBRE 4,5 MM COM PONTA DISTAL BISELADA ATRAUMÁTICA, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR L	A01E02453F SONDA END. ARAMADA S/BL. 4,5MM WELL LEAD	10150470644	AI
78	ID: 8138 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL, FORMATO ANATÔMICO EM "S" OU "L" PARA INTUBAÇÃO NASAL , EM PVC TERMOSENSÍVEL, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE, CONECTOR SEMI-MONTADO, ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL TAMANHO DL 6,0 . EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	J.R. COMERCIO DE FIOS	HFA/LB503060C	80081499006	AI
79	ID: 8139 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL, FORMATO ANATÔMICO EM "S" OU "L" PARA INTUBAÇÃO NASAL , EM PVC TERMOSENSÍVEL, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE, CONECTOR SEMI-MONTADO, ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, TRANSPARENTE,	1ª Colocada	J.R. COMERCIO DE FIOS	HFA/LB503065C	80081499006	AI

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

	SILICONIZADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL TAMANHO DL 6,5. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					
80	ID: 8140 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL, FORMATO ANATÔMICO EM "S" OU "L" PARA INTUBAÇÃO NASAL, EM PVC TERMOSENSÍVEL, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE, CONECTOR SEMI-MONTADO, ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL TAMANHO DL 7,0. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	J.R. COMERCIO DE FIOS	HFA/LB503070C	80081499006	AI
81	ID: 8141 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL, FORMATO ANATÔMICO EM "S" OU "L" PARA INTUBAÇÃO NASAL, EM PVC TERMOSENSÍVEL, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE, CONECTOR SEMI-MONTADO, ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL TAMANHO DL 7,5. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	J.R. COMERCIO DE FIOS	HFA/LB503075C	80081499006	AI
82	ID: 8142 - TUBO (SONDA OU CÂNULA) ENDOTRAQUEAL, FORMATO ANATÔMICO EM "S" OU "L" PARA INTUBAÇÃO NASAL, EM PVC TERMOSENSÍVEL, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE, CONECTOR SEMI-MONTADO, ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUADO, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL TAMANHO DL 8,0. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	J.R. COMERCIO DE FIOS	HFA/LB503080C	80081499006	AI
83	ID: 1001839 - GUIA MANDRIL PARA ENTUBAÇÃO ADULTO: FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO ADULTO - FIO METÁLICO, DOBRAVEL, PARA AUXILIAR NA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL. PRODUTO DE HASTE FLEXÍVEL COM APROXIMADAMENTE 5MM A 6,5MM DE DIÂMETRO POR 40CM A 45CM DE COMPRIMENTO, AUTOCLAVÁVEL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	REALMED COMERCIO E SERVICOS	MIKATOS	80218930010	IN/

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

84	ID: 2846 - GUIA MANDRIL PARA ENTUBAÇÃO INFANTIL: FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO INFANTIL - FIO METÁLICO, DOBRAVEL, PARA AUXILIAR NA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL.PRODUTO DE HASTE FLEXÍVEL COM APROXIMADAMENTE 2MM A 3MM DE DIÂMETRO POR 30CM A 35CM DE COMPRIMENTO, AUTOCLAVÁVEL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	WELL LEAD	10150470324	IN/
85	ID:8832 - FIO GUIA HIDROFÍLICO. COMPOSIÇÃO: LIGA DE NITINOL COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO SLIPCOAT / ENCONTRADO NA COR BRANCA/ COMPRIMENTO 150 CM / DIÂMETRO: 0,035"/ PONTA FLEXÍVEL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO	Tianck Medical	10289680224	AI
86	ID: 10634 - GUIA "BOUGIE" PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL ADULTO DESCARTÁVEL, TAMANHO: 15FR, ESPESSURA: 5 MM, COMPRIMENTO: 70 CM, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, POSSUI EXTREMIDADE PROXIMAL RETA E DISTAL ANGULADA EM APROXIMADAMENTE 35 GRAUS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	HAIBREATH	81045429013	IN/
87	ID: 10511 - GUIA "BOUGIE" PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL PEDIÁTRICO DESCARTÁVEL, TAMANHO: 10 FR, ESPESSURA 3,3 MM, COMPRIMENTO 70 CM, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, POSSUI EXTREMIDADE PROXIMAL RETA E DISTAL ANGULADA EM APROXIMADAMENTE 35 GRAUS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	HAIBREATH	81045429013	IN/
88	ID: 1002715 - GUIA "BOUGIE" PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL NEO DESCARTÁVEL, TAMANHO: 6FR, ESPESSURA 2,0 MM, COMPRIMENTO 54 CM, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, POSSUI EXTREMIDADE PROXIMAL RETA E DISTAL ANGULADA EM APROXIMADAMENTE 35 GRAUS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	HAIBREATH	81045429013	IN/
89	ID: 7643 - TUBO DE LÁTEX Nº 204 FABRICADO COM LÁTEX 100% PURO, ÂMBAR, PAREDE INTERNA LISA E ESPESSURA UNIFORME, SEMI TRANSPARENTE E ALTA FLEXIBILIDADE E EXTREMA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO. SUPORTA VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES A VAPOR. RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. ISENTO DE AROMAS OU PERFUMES. ROLO COM APROXIMADAMENTE 15 METROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE	1ª Colocada	REALMED COMERCIO E SERVICOS	GOIAS LATEX	NÃO INFORMADO	AI

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
	FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					
92	ID: 2428 - TUBO SILICONE Nº 200 - 3X5MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA -60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000. CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	200 TUBO SILICONE 200 RL/15MT PERFIMED PERFITÉCNICA	10439150001	IN/
93	ID: 1838 - TUBO SILICONE Nº 200 - 3X5MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA -60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000. CONTENHA LINHA VERDE EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	REALMED COMERCIO E SERVICOS	KINNER	80280200009	AI
94	ID: 1834 - TUBO SILICONE Nº 201 - 4X8MM ,AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA -60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000. CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	201 TUBO SILICONE 201 RL/15MT PERFIMED PERFITÉCNIC	10439150001	IN/
Cota-11/95	ID: 1833 - TUBO SILICONE Nº 201 - 4X8MM ,AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA -60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000. CONTENHA LINHA VERDE EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	REALMED COMERCIO E SERVICOS	KINNER	80280200009	AI
Cota 12/96	ID: 1835 - TUBO SILICONE Nº 202 - 5X10MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA -60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000. CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR	PERFIMED	10439150001	IN/

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Cota 13/97	<p>ID: 1621 - TUBO SILICONE Nº 202 - 5X10MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA -60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000. CONTENHA LINHA VERDE EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p>	1ª Colocada	REALMED COMERCIO E SERVICOS	KINNER	80280200009	AI
Cota 14/98	<p>ID: 1836 - TUBO SILICONE Nº 203 - 6X10MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA -60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000. CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	PERFIMED	10439150001	IN/
Cota 15/99	<p>ID: 1602 - TUBO SILICONE Nº 203 - 6X10MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA -60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000. CONTENHA LINHA VERDE EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	REALMED COMERCIO E SERVICOS	KINNER	80280200009	AI
Cota 17/101	<p>ID: 5628 - TUBO SILICONE Nº 205 - 8X11,5MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA -60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000. CONTENHA LINHA BRANCA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES EM UTI. ROLO COM 15 METROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	REALMED COMERCIO E SERVICOS	KINNER	80280200009	AI
Cota 18/102	<p>ID: 6594 - TUBO SILICONE Nº 206 - 8X12,8MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA -60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000. CONTENHA LINHA AZUL EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES EM PRONTO SOCORRO. ROLO COM 15 METROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	1ª Colocada	REALMED COMERCIO E SERVICOS	KINNER	80280200009	AI
Cota 84/107	<p>ID: 2846 - GUIA MANDRIL PARA ENTUBAÇÃO INFANTIL: FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO INFANTIL - FIO METÁLICO, DOBRAVEL, PARA AUXILIAR NA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL. PRODUTO DE HASTE FLEXÍVEL COM APROXIMADAMENTE 2MM A 3MM DE DIÂMETRO POR 30CM A 35CM DE</p>	1ª Colocada	REALMED COMERCIO E SERVICOS	MIKATOS	80218930010	AI

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

COMPRIMENTO, AUTOCLAVÁVEL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.				
---	--	--	--	--

2. **DA CONCLUSÃO:**

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertado pelas empresas/licitantes, em relação às especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está **em desacordo** com o solicitado por esta administração.

Dessa forma, declaramos **INAPTAS** as proposta apresentada pelas seguintes empresa para os itens:

MEDSHOP HOSPITALAR LTDA - **itens 10, 12, 92, 94, 96, 98**
 REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - **item 83**
 OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - **itens 11, 14, 15, 84**
 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - **itens 86, 87, 88**
 NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO - **item 09**
 SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA - **item 08**

Por outro lado, as propostas apresentada pelas empresas foram consideradas **APTAS**.

Considerando que o parecer técnico foi elaborado estritamente com base na análise dos aspectos técnicos dos insumos, limitando-se às especificações e aos critérios técnicos pertinentes.

No que se refere à aferição de eventual inexecuibilidade da proposta, observa-se o disposto no **art. 34 da Instrução Normativa nº 73/2022**, segundo o qual valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração configuram mero indício de inexecuibilidade, cuja caracterização somente pode ocorrer após a realização de **diligência pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação**, conforme expressamente previsto em seu parágrafo único, *in verbis*:

"Art. 34. No caso de **bens e serviços em geral**, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
 Parágrafo único. **A inexecuibilidade**, na hipótese de que trata o caput, **só será considerada após diligência do agente de contratação ou da comissão de contratação.**"
 (grifo nosso)

Desse modo, **não se inserem nas atribuições deste setor** a análise, **aferição ou a realização de diligências relacionadas aos valores apresentados nas fases de lances e de negociação**, por se tratarem de atos inerentes à condução do certame, cuja responsabilidade é direta e exclusiva do agente de contratação/pregoeiro(a), em estrita observância à legislação vigente e às normas que regem os procedimentos licitatórios.

Para sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
 Farmacêutica Analista
 Licitação de Produtos Médicos Gerais
 SESAU-CGPM/RO

SESAU
 Secretaria de Estado
 da Saúde

RONDÔNIA
 Governo do Estado



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 22/04/2026, às 12:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **71386092** e o código CRC **01CF1EFE**.