



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
COORDENADORIA DE CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SESAU-CCPD

Parecer nº 19/2026/SESAU-CCPD

Em atenção ao Ofício nº 2597/2026/SUPEL-COSAU3 (70521654), formalizado sob o processo SEI nº 0036.024765/2025-94, que solicita análise técnica das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 90549/2025/SUPEL/RO, esta Coordenadoria de Cuidado à Pessoa com Deficiência (CCPD), por intermédio da Subdiretoria Técnica em Saúde (SDTECS/SESAU), submete o presente Parecer Técnico, consubstanciado nos termos a seguir expostos.

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE							
COORDENADORIA DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA- CCPD/SDTECS/SESAU.							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.024765/2025-94							
Pregão Eletrônico n.º 90549/2025/SUPEL/RO							
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.							
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.							
ITEM	DESCRIÇÃO		EMPRESA/LICITANTE	MARCA/ MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
BOLSA DE COLOSTOMIA							
1	ID: 3003719 - Bolsa para colostomia e ileostomias pediátrica, sistema 01 peça, drenável, recortável, sem filtro de carvão ativado, com fechamento individual e autoadesivo, recortável de 08-50 mm.	1º	KTR BRASIL	Vital Gold Código: 4014 (infantil)	Registro Anvisa: 10296900140	Inapto	Após análise técnica da proposta da empresa KTR, o item foi considerado INAPTO pelas seguintes divergências: 1. Divergência no Recorte Inicial: O edital exige recorte a partir de 08 mm para atender o público pediátrico (neonatal/lactentes). O produto ofertado inicia em 10 mm, o que impede a adaptação em estomas menores, expondo a pele ao efluente e causando

							riscos severos de lesões e dermatites. CONCLUSÃO A proposta é INAPTA por descumprimento de requisitos dimensionais e técnicos mandatórios, resultando na desclassificação do item por desacordo com o Termo de Referência.
		2º	Comércio e Representações PRADO Ltda.	Convater Little Ones Código ICC 20922	Registro Anvisa: 80523020069	Apto	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa PRADO LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		3º	CONVATEC Brasil LTDA	Convater Little Ones Código ICC 20922	Registro Anvisa: 80523020069	Apto	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa CONVATEC BRASIL LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
2	ID: 8120 - Equipamento coletor para estomia intestinal infantil, plana, sistema uma peça. Bolsa coletora, drenável, transparente, com filtro de carvão ativado, fechamento por conectores plásticos acoplado individualmente. Barreira de resina sintética flexível e suave, plana, recortável, sem pré-corte inicial e recorte máximo de 51 mm, sem adesivo gás permeável.	1º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER Pouchkins Bolsa de Estomia Pediatrica de uma peça Código: 3795	Registro Anvisa: 10326400025	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa Medical da Amazônia LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
BOLSA PARA ESTOMA UNIRÁRIO - SISTEMA DE 01 PEÇA INFANTIL							
3	ID: 3003043 - Bolsa de urostomia infantil, sistema uma peça, drenável, transparente, com válvula anti-refluxo, com flange de resina sintética, recortável de 08-25 mm.	1º	ORTOMED LTDA.	Convater Little Ones Código ICC 20917	Registro Anvisa: 80523020061	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ORTOMED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL - SISTEMA DE 01 PEÇA ADULTO 10-64/70/76/100 MM							

4	ID: 2736 - 1002483 - Bolsa de colostomia/ileostomia adulto, sistema de uma peça, plástico anti-odor, plana, drenável, opaca com filtro de carvão ativado e barreira de resina sintética em dupla camada adesiva, sem adesivo microporoso, recortável 10-76 mm, com fechamento em velcro integrado na bolsa.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Bolsa Drenável Plana 1PC Opaca Recorte 10-76mm Código: 15580	Registro Anvisa: 10430310050	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
5	ID: 1002491 - Bolsa de colostomia /ileostomia, adulto, sistema uma peça, plana, drenável, com flange de tecido microporoso, transparente, sem filtro de carvão ativado, com fechamento individual (clamp para cada bolsa), recortável de 19-64 mm.	1º	COVAN Comercio varejista e atacadista do norte LTDA.	LISMED Modelo: LM 0072	Registro ANVISA 82307469003	Inapto	Após análise da proposta e do catálogo técnico, o item foi considerado INAPTO pelos seguintes motivos: Desconformidade do Filtro: O edital solicita expressamente bolsa sem filtro de carvão ativado, enquanto a empresa ofertou um modelo com filtro. A presença deste componente altera o manejo clínico e a funcionalidade do dispositivo, contrariando a padronização técnica da unidade. Descumprimento do Edital: A oferta de objeto com características divergentes das solicitadas fere o princípio de vinculação ao instrumento convocatório e impede a padronização pretendida para a rede de saúde. Conclusão: A proposta é tecnicamente incompatível, resultando na inaptidão do item por entrega de objeto diverso do requisitado.
		2º	KTR BRASIL	Vital Gold Modelo: 4009 TT.	Registro Anvisa: 10296900140	Inapto	Após análise da proposta e do catálogo, o produto foi considerado INAPTO por descumprimento dos seguintes requisitos do Edital: Divergência no Fechamento: O edital exige clamp individual (clipe rígido). A empresa

					<p>ofertou fechamento twist (integrado), o que compromete a padronização e o manejo clínico estabelecido.</p> <p>Incompatibilidade do Filtro: Foi solicitada bolsa sem filtro. O item ofertado possui filtro de carvão, componente que altera a funcionalidade e a vida útil do produto conforme os protocolos da rede.</p> <p>Divergência de Recorte: O edital exige bolsa recortável (19-64mm). O produto ofertado apresenta pré-corte (10-65mm), o que inviabiliza a customização precisa e a integridade da barreira para os diâmetros específicos solicitados.</p> <p>Conclusão: A proposta é tecnicamente incompatível com o instrumento convocatório, resultando na desclassificação do item por absoluta desconformidade com as especificações obrigatórias.</p>
	3º	Comércio e Representações PRADO Ltda.	Convatec ACTIVE LIFE Código ICC 22773 e 17563550	Anvisa Bolsa: 80523020058 Anvisa Clipe: 80523029001	Inapto <p>Após exame minucioso da documentação técnica e do registro na ANVISA do produto ofertado pela empresa PRADO LTDA, constatou-se divergência técnica impeditiva em face das exigências estabelecidas no instrumento convocatório. O Termo de Referência preconiza, como requisito obrigatório, a transparência da bolsa coletora; todavia, o item ofertado apresenta característica opaca. Tal disparidade inviabiliza o monitoramento clínico contínuo do estoma e do efluente pela equipe</p>

							assistencial, obrigando a remoção precoce do dispositivo para inspeção visual. Por conseguinte, a proposta é considerada inapta , uma vez que a desconformidade técnica compromete o manejo clínico adequado e a segurança do usuário.
6	ID: 8119 - Bolsa de colostomia/ileostomia, sistema de uma peça, plástico transparente, sem filtro de carvão ativado, drenável, fechamento com velcro, plana, base de resina sintética e tecido microporoso, recortável de 13-64 mm.	1º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER Bolsa de Estomia adulto CeraPlus 1 peça Código: 8931	Registro Anvisa: 10326400040	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa Medical da Amazônia LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
7	ID: 7355 - Bolsa para colo/ileostomia de 1 peça, opaca, com janela de inspeção para visualização do estoma, drenável, recortável de 10-100 mm. bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face frontal e posterior. filtro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. fechamento em envelope com velcro sinalizado na cor turquesa e fechamento invisível com fixação superior e inferior. base adesiva plana em formato oval, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Mio Bolsa Drenável 1PC Cinza Recorte 10-100mm Código: 18378	Registro Anvisa: 10430310161	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
8	ID: 8299 - Protetor para colostomia/ileostomia, sistema uma peça para uso pós- irrigação ou para colostomias reguladas por dietas ou para estoma não funcionantes (fistulas mucosas) cor opaca, recorte 20-55 mm. Composto por bolsa protetora, absorvente interno, base adesiva plana, filtro de carvão ativado integrado.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Alternativa Perfil Mini Cap 1PC Opaca Recorte 20-55mm com Filtro Código: 17444	Registro Anvisa: 10430319061	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
9	ID: 32977 - kit de irrigação intestinal para evacuação mecânica das fezes do intestino como lavagem intestinal. Aro de 60 mm. Contêm bolsa de líquido em PVC com termômetro de cristal líquido, polietileno e acrílico, regulador de fluxo acoplado e indicador de fluxo em copolímero de estireno-butadieno e polipropileno. Cone ponteira composto de tubo de PVC e borracha de estireno- butadieno, base para cinto em polipropileno, cinto elástico em poliamida, terileno, fibra de poliuretano e fivela em polipropileno, manga de irrigação composta de flange	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Alternativa Kit Sistema de Irrigação 60mm Código: 12830	Registro Anvisa: 10430310073	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

e bolsa de EVA, transparente de 60 mm, clamp (pinça) em poliéster.

BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL - SISTEMA DE 01 PEÇA CONVEXA 10-43/13-55/20-57 MM

10

ID: 1002444 - Bolsa para estomia adulta colostomia/ileostomia, convexa, para estoma retraídos, sistema 01 peça, drenável, opaca, clamp de fechamento com velcro acoplado a bolsa, com janela de visualização e com filtro de carvão ativado, flange de resina sintética, recortável de 10-43 mm.

1º

CONVATEC BRASIL LTDA

Convatec
Esteem Body Bolsa
Código Código do
Produto:
1737615/423625

Registro Anvisa:
80523029031

Inapto

Após análise minuciosa do registro na ANVISA e dos catálogos técnicos apresentados pela licitante CONVATEC BRASIL LTDA, identificou-se inconformidade técnica insanável em face do instrumento convocatório. O produto ofertado apresenta amplitude de recorte de 10-45mm, divergindo frontalmente da especificação obrigatória de 10-43mm fixada para este item no Termo de Referência.

Ressalta-se que a precisão milimétrica é fator crítico na assistência à estomia, e a aceitação de uma grade superior de recorte acarretaria invasão do objeto de outros itens do certame, comprometendo a segmentação assistencial planejada por esta Secretaria. Tal disparidade técnica inviabiliza o manejo clínico preciso e a segurança dos pacientes da rede estadual, configurando descumprimento aos requisitos de admissibilidade. Diante do exposto, esta Coordenadoria manifesta-se pela inaptidão da referida proposta.

2º

J&A Comercio e
Representação de
Produtos Medico
Hospitalar

Bbraun
COD: 42718BR /
Flexima Drain Roll' up
bege

Registro Anvisa:
8.01369.90793

Inapto

Após análise técnica da proposta, o produto foi considerado INAPTO por descumprimento dos seguintes requisitos do Termo de Referência:

Divergência na Amplitude de Recorte: O edital exige recorte inicial de 10 mm, enquanto o produto

					<p>ofertado inicia em 15 mm. Essa diferença impede o atendimento de pacientes com estomas pequenos, gerando risco de lesões na pele periestomal.</p> <p>Incompatibilidade do Sistema de Fechamento: Foi solicitado fechamento com clamp e velcro acoplado. A empresa ofertou o sistema Roll'up, que diverge da tecnologia exigida para garantir a segurança e a facilidade de manejo dos usuários da rede.</p> <p>Ausência de Janela de Visualização: O produto não contempla a janela de visualização obrigatória para bolsas opacas, recurso essencial para o monitoramento clínico do estoma e do efluente sem a remoção do dispositivo.</p> <p>Conclusão: A proposta é tecnicamente incompatível com as especificações mandatórias, resultando na inaptidão do item por comprometer a segurança clínica e a padronização solicitada.</p>
3º	BIONUTRI Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar LTDA	Bbraun COD: 42718BR / Flexima Drain Roll' up bege	Registro Anvisa: 8.01369.90793	Inapto	<p>Após análise técnica da proposta, o produto foi considerado INAPTO por descumprimento dos seguintes requisitos do Termo de Referência:</p> <p>Divergência na Amplitude de Recorte: O edital exige recorte inicial de 10 mm, enquanto o produto ofertado inicia em 15 mm. Essa diferença impede o atendimento de pacientes com estomas pequenos, gerando risco de lesões na pele periestomal.</p> <p>Incompatibilidade do Sistema de Fechamento: Foi solicitado fechamento</p>

						<p>com clamp e velcro acoplado. A empresa ofertou o sistema Roll'up, que diverge da tecnologia exigida para garantir a segurança e a facilidade de manejo dos usuários da rede.</p> <p>Ausência de Janela de Visualização: O produto não contempla a janela de visualização obrigatória para bolsas opacas, recurso essencial para o monitoramento clínico do estoma e do efluente sem a remoção do dispositivo.</p> <p>Conclusão: A proposta é tecnicamente incompatível com as especificações mandatórias, resultando na inaptidão do item por comprometer a segurança clínica e a padronização solicitada.</p>	
11	ID:3003720 - Bolsa Convexa de Colostomia/ileostomia, opaca, com filtro de carvão ativado, com velcro de fechamento acoplado a bolsa, placa com dois adesivos, sendo um com micropore e flange com composição de cerâmidas com janela de visualização, conectores para adaptação de cinto, Opaca, Recortável de 13 à 55mm.	1º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER Bolsa de Estomia adulto 1 peça Soft Convexa CeraPlus Código: 89511	Registro Anvisa: 10326400039	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa Medical da Amazônia LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
12	ID: 3003721 - Bolsa para estomia adulta colostomia/ileostomia, convexa, opaca, para estoma retraídos, sistema 01 peça, drenável, clamp de fechamento com velcro acoplado a bolsa, com janela de visualização e com filtro de carvão ativado, flange de resina sintética, recortável de 20-57 mm.	1º	Comércio e Representações PRADO Ltda.	Convatec ESTEEM+Flex Convex Código ICC: 422159	Registro Anvisa: 80523020052	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa PRADO LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		2º	CONVATEC Brasil LTDA	Convatec ESTEEM+Flex Convex Código ICC: 422159	Registro Anvisa: 80523020052	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa CONVATEC BRASIL LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

		3º	ORTOMED LTDA.	Convatec ESTEEM+Flex Convex Código ICC: 422159	Registro Anvisa: 80523020052	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ORTOMED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL - SISTEMA DE 01 PEÇA / PÓS-OPERATÓRIO							
13	ID: 8310 - Bolsa para estomia adulta, colostomia/ileostomia, sistema 01 peça, drenável, estéril, para uso pós-operatório, com base plana, recortável de 10-115 mm com capacidade para 725 ml, com janela integrada para fácil acesso ao estoma e válvula de drenagem acoplada à bolsa.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Pós-op Bolsa Drenável Estéril 10- 115mm 725ml Código: 19011	Registro Anvisa: 10430310076	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
14	ID: 8318 - Bolsa para estomia adulta, colostomia/ileostomia, sistema 01 peça, drenável, estéril, para uso pós-operatório, com base plana, recortável de 10-78 mm com capacidade para 680 ml, com janela integrada para fácil acesso ao estoma e válvula de drenagem acoplada à bolsa.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Pós-op Bolsa Drenável Estéril 10- 78mm 680ml Código: 19010	Registro Anvisa: 10430310076	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
SISTEMA PARA FÍSTULA							
15	ID: 3003722 - Sistema de manejo de fístula e ferida medindo 156-228 mm com janela flexível, filme de cobertura transparente, com abertura para drenagem, componentes: 1. Plástico protetor; 2. Grade de demarcação; 3. Dispositivo receptor; 4. Janela; 5. Bomba para inflar; 6. Canal para drenagem; 7. Clamp. Capacidade midi. O kit deverá conter 03 unidades de sistema. Hospitalar	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sistema de manejo de Fístula Transparente com recorte de 156- 228mm Código: 14060	Registro Anvisa: 10430310040	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
16	ID: 3003723 - Sistema de manejo de fístula e ferida medindo 208-297 mm com janela flexível, filme de cobertura transparente, com abertura para drenagem, componentes: 1. Plástico protetor; 2. Grade de demarcação; 3. Dispositivo receptor; 4. Janela; 5. Bomba para inflar; 6. Canal para drenagem; 7. Clamp. Capacidade maxi. O kit deverá conter 03 unidades de sistema.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sistema de manejo Fístula Transparente com recorte de 208- 297mm Código: 14070	Registro Anvisa: 10430310040	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
ADJUVANTES							

17	ID: 3752 - Barreira protetora de pele em forma de pasta para o cuidado de estomas intestinais e urinários composta de estireno-isopreno-estireno (SIS), borracha de isopreno líquido, poliisobutileno (PIB), dióxido de silício coloidal, óleo mineral, pectina, gelatina, carboximetilcelulose sódica (CMC), dióxido de titânio, metilparabeno e etilparabeno. Indicada para o preenchimento de cavidades e dobras cutâneas ao redor do estoma, assegurando um ajuste preciso entre o estoma e a base adesiva e protegendo a pele do efluente do estoma. Sem álcool. Não arde. Não estéril. tubo de 60 g com aplicador.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Brava Pasta sem Álcool 60g Código: 12050	Registro Anvisa: 10430310197	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
18	ID: 1002447- 1147 -1002730 -Protetor cutâneo solução de secagem rápida que, aplicada á pele forma uma película protetora indolor, transparente e durável, resistente á água e permeável ao ar, permitindo a transpiração da pele, não possui álcool; barreira que oferece total proteção contra irritações de pele, decorrentes de incontinência urinária e fecal, e danos causados pelos adesivos em curativos repetitivos. Frasco Aerosol 50 ml.	1º	RIOQUIMICA	RIODERM PROTECTION PELICULA PROTETORA SEM ARDOR 30ML	Registro Anvisa: 80146019001	Inapta	Após exame minucioso da proposta e dos catálogos técnicos acostados pela licitante RIOQUIMICA LTDA, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão técnica do objeto ofertado. Constatou-se que o produto apresentado (frasco de 30 ml) diverge frontalmente da especificação obrigatória de 50 ml estabelecida no Termo de Referência. Ressalta-se que a aceitação de volumetria inferior compromete severamente a equação de consumo e o planejamento logístico desta Secretaria, impactando diretamente na autonomia do paciente e na periodicidade de distribuição dos insumos. Tal disparidade em característica essencial do objeto configura descumprimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e aos requisitos de padronização da rede estadual. Por conseguinte, ante a inviabilidade de atendimento ao cronograma assistencial e à eficiência administrativa, a proposta é considerada inadmissível.
			2º	VUELO Pharma	Spray de barreira Vuelo - Protetor Cutâneo	Registro Anvisa: 80074780003	Inapta

					<p>técnico acostado pela licitante VUELO PHARMA, manifesta-se esta Coordenadoria pela inconformidade técnica insanável do objeto ofertado. Constatou-se que o produto apresentado, em sistema de aplicação via Spray (gatilho manual), diverge frontalmente da especificação obrigatória em Aerossol (pressão contínua) estabelecida no Termo de Referência.</p> <p>Ressalta-se que a tecnologia de aplicação em aerossol é requisito essencial para garantir a uniformidade da película protetora, a rapidez na secagem e, primordialmente, a integridade da pele periestoma, minimizando o contato físico e a fricção durante a aplicação do insumo. A substituição por sistema de gatilho manual compromete a eficácia clínica pretendida e a padronização assistencial desta Secretaria. Por conseguinte, ante a inobservância de característica técnica mandatária do objeto, a proposta é considerada inadmissível por descumprimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.</p>
	3º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	PREVDERM Spray Barreira - 50ml	Registro Anvisa: 80225209007	Inapta Após exame minucioso da proposta e do catálogo técnico acostado pela licitante ULTRA MEDKA, manifesta-se esta Coordenadoria pela inconformidade técnica insanável do objeto ofertado. Constatou-se que o produto apresentado, em sistema de aplicação via Spray

							(gatilho manual), diverge frontalmente da especificação obrigatória em Aerossol (pressão contínua) estabelecida no Termo de Referência. Ressalta-se que a tecnologia de aplicação em aerossol é requisito essencial para garantir a uniformidade da película protetora, a rapidez na secagem e, primordialmente, a integridade da pele periestoma, minimizando o contato físico e a fricção durante a aplicação do insumo. A substituição por sistema de gatilho manual compromete a eficácia clínica pretendida e a padronização assistencial desta Secretaria. Por conseguinte, ante a inobservância de característica técnica mandatária do objeto, a proposta é considerada inadmissível por descumprimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
19	ID: 3003724 - Barreira protetora de pele em lenço, indicado para proteção contra problemas associados ao contato da pele com urina, fezes, secreções e exsudatos, sem afetar a adesão de base adesivas de equipamentos de estomia e curativos adesivos. Apresenta-se em tela de poliéster e viscose, 100% silicone, não contém álcool, sendo assim não provoca ardência e pode ser aplicado em região irritada. Não estéril. caixa com 30 unidades.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Brava Lenço Barreira Sachê Código: 12021	Registro Anvisa: 10430310132	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		2º	CONVATEC Brasil LTDA	Convatec ESENTA Lenço Barreira Protetora Código do Produto: 1729195/423282	Registro Anvisa: 80523029020	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa CONVATEC Brasil LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		3º	Comércio e Representações PRADO Ltda.	Convatec ESENTA Lenço Barreira Protetora	Registro Anvisa: 80523029020	Apta	Após análise técnica do portfólio e da

				Código do Produto: 1729195/423282			documentação apresentada pela empresa PRADO LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
20	ID: 5429 - Protetor cutâneo em pó, para absorção de umidade, exsudatos e efluentes das dermatites na pele peristoma. Frasco de 25 g até 28,3 g.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Brava Pó para estomias 25g Código: 1907	Registro Anvisa: 10430310119	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		2º	CONVATEC Brasil LTDA	Convatec STOMAHESIVE PÓ PROTETOR Código do Produto: 1003190/025510	Registro Anvisa: 80523029031	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa CONVATEC Brasil LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		3º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER Adapt Pó Código: 7906	Registro Anvisa: 10326400016	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa Medical da Amazônia LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
21	ID: 10322 - Desodorante para bolsa de colostomia/ileostomia, com função de neutralizar odores e lubrificar a bolsa permitindo que o efluente fique na parte inferior da bolsa, facilitando o esvaziamento da bolsa. Frasco de 236 ml até 240 ml.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Brava Desodorante Lubrificante 240ml Código: 12061	Registro Anvisa: 10430310117	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

		2º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER Adapt Desodorante Código: 78500	Registro Anvisa: 10326409025	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa Medical da Amazônia LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
22	ID: 1002446 -32663 - Anel com alta capacidade de absorção, resistente a erosão, indicado para nivelar imperfeições na pele peristoma e/ou garantir melhor controle da umidade ao redor do estoma garantindo o ajuste do equipamento coletor, evitando vazamentos e proporcionando proteção e hidratação da pele, embalagens individuais, espessura de até 2.3 mm e diâmetro de 48 mm.	1º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER Adapt Ceraring Anéis Código: 8815	Registro Anvisa: 10326400037	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa Medical da Amazônia LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		2º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Brava Anel Moldável Código:12030	Registro Anvisa: 10430310124	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
23	ID: 7658 - Adesivo flexível, em arco elástico para prevenção da flutuação e deslocamento do flange da placa da bolsa de colostomia/ileostomia/urostomia, proporciona mais segurança na aderência e permanência na pele.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Brava Fita Adesiva Elástica Formato Curvo Código: 12070	Registro Anvisa: 10430310126	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
24	ID: 1002448 - Adesivo flexível, em Y elástico para prevenção da flutuação e deslocamento do flange da placa da bolsa de colostomia/ileostomia/urostomia, proporciona mais segurança na aderência e permanência na pele	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Brava Fita Adesiva Elástica Formato Y Código: 12072	Registro Anvisa: 10430310126	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
25	ID: 3588 - Removedor de adesivo em spray, composto 100% silicone, para remoção da placa dos dispositivos de colostomia/ileostomia/urostomia e adesivos, sem álcool em sua composição, em frascos de 50 ml	1º	RIOQUIMICA S.A	REMOVEX SENSITIVE SPRAY 30ML	Registro Anvisa: Não consta na proposta. PROCESSO Nº 25351.168568/2 019-96. AFE. Nº 2.01.869-7	Inapta	Após exame minucioso da proposta e dos catálogos técnicos acostados pela licitante RIOQUIMICA LTDA , manifesta-se esta Coordenadoria pela

						<p>inaptidão técnica do objeto ofertado. Constatou-se que o produto apresentado (frasco de 30 ml) diverge frontalmente da especificação obrigatória de 50 ml estabelecida no Termo de Referência.</p> <p>Ressalta-se que a aceitação de volumetria inferior compromete severamente a equação de consumo e o planejamento logístico desta Secretaria, impactando diretamente na autonomia do paciente e na periodicidade de distribuição dos insumos na rede estadual. Tal disparidade em característica essencial do objeto configura descumprimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e aos requisitos de padronização assistencial. Por conseguinte, ante a inviabilidade de atendimento ao cronograma de suprimentos e à eficiência administrativa, a proposta é considerada inadmissível.</p>
		2º	CONVATEC Brasil LTDA	<p>Convatec ESENTA SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVO Código do Produto: 1729206/423289</p>	<p>Registro Anvisa: 25351.574933/2021-12</p>	<p>Apta</p> <p>Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa CONVATEC Brasil LTDA, constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.</p>
26	ID: 3753 - Adesivo flexível, elástico e macio, composto por dióxido de titânio, carboximetilcelulose sódico (CMC), estirenoisopreno-estireno (SIS) e filme de poliuretano. Para proteção e recuperação da pele peristoma. e absorção da umidade tamanho 10 x 10 cm	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	<p>Coloplast Brava Placa Protetora 10x10cm Código: 3210</p>	<p>Registro Anvisa: 10430310084</p>	<p>Apta</p> <p>Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA, constatou-se que o objeto ofertado atende as</p>

							especificações descritas no Termo de Referência.
27	ID: 3754 - Adesivo flexível, elástico e macio, composto por dióxido de titânio, carboximetilcelulose sódico (CMC), estirenoisopreno-estireno (SIS) e filme de poliuretano. Para proteção e recuperação da pele peristoma. e absorção da umidade tamanho 15 x 15 cm	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Brava Placa Protetora 15x15cm Código: 3215	Registro Anvisa: 10430310084	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
28	ID: 10314 - Solidificador para ileostomias em sachê, com dupla função: geleificante/hidrossolúveis para efluentes líquidos e semilíquidos e controlador de odores, com carvão ativado, embalagem com 100 unidades.	1º	VUELO Pharma	Cápsulas	Registro Anvisa: 800747899001	Inapto	Após análise detalhada da proposta e dos catálogos técnicos acostados pela licitante VUELO LTDA, manifesta-se esta Coordenadoria pela inconformidade técnica do item ofertado. Constatou-se que o produto diverge frontalmente da especificação e da eficiência esperada para o objeto deste certame. Conforme a Instrução de Uso (IFU) contida na ficha técnica do fabricante, a orientação de consumo é de 03 a 04 cápsulas por troca ou higienização da bolsa de estomia. Ressalta-se que tal divergência compromete severamente a equação de consumo e o planejamento logístico desta Secretaria, uma vez que o quantitativo licitado foi dimensionado com base em rendimento superior. A aceitação de um insumo com alto índice de reposição acarretaria o desabastecimento precoce da rede estadual e a necessidade de aditivos contratuais imprevistos, ferindo os princípios da economicidade e da eficiência administrativa. Por conseguinte, ante o descumprimento dos requisitos de desempenho e padronização, a proposta

						é considerada inadmissível.
		2º	Comércio e Representações PRADO Ltda.	Convatec Diamonds Sachês Código ICC: TR 105	ISENTO REGISTRO ANVISA: 028535/13-8	Apta Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa PRADO LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		3º	ORTOMED LTDA.	Convatec Diamonds Sachês Código ICC: TR 105	ISENTO REGISTRO ANVISA: 028535/13-8	Apta Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ORTOMED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
29	ID:475 - Bolsa coletora de urina, transparente, sistema fechado, com válvula de drenagem, válvula anti-refluxo e clamp corta fluxo, permite fixação na lateral da cama ou em cadeiras de rodas, uso individual. capacidade 2000 ML	1º	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	WILTEX BOLSA PARA DRENAGEM DE URINA SISTEMA FECHADO Código: 30102	Registro MS: 10150470465	Apta Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDSHOP HOSPITALAR LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		2º	J&A Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar	Medix Bolsa Coletora de Urina Sistema Fechado 2000ml	ANVISA 80495510024/80495510185 80495510221/ 80495510099	Apta Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa J&A LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		3º	COVAN Comércio Varejista e Atacadista do Norte Ltda.	Medix bolsa de Urina Sistema Fechado Simples 2000ml	Não consta Registro Anvisa na proposta	Apta Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa COVAN LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
30		1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Brava Cinto para bolsa de estomia XL	Registro Anvisa: 10430310085	Apta Após análise técnica do portfólio e da documentação

	ID: 5632 -1002490 - Cinto elástico adulto, para suporte de equipamento coletor de estomia, ajustável e com presilha de conexão			Código: 422			apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		2º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER ADAPT CINTO PARA BOLSA DE OSTOMIA	Registro Anvisa: 10326400020	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDICAL LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		3º	CONVATEC Brasil LTDA	Convatec Cinto ajustável para ostomia Código do Produto: 1002813/175507	Registro Anvisa: 80523029002	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa CONVATEC LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
31	ID: 3003725 - Anel Moldável indicado para nivelar distintas irregularidades cutâneas e promover o selamento seguro entre o estoma e a base adesiva do equipamento de estomia. Diâmetro 48 mm e espessura 2.3 mm.	1º	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	HOLLISTER Adapt Ceraring Anéis Código: 8815	Registro Anvisa: 10326400037	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL - SISTEMA DE 02 PEÇAS - NEONATAL

1	32	ID: 3755 - Bolsa pediátrica, drenável, ilustrada, aro de 27 mm, com dispositivo de acople com a placa por adesividade, filtro de carvão ativado integrado, sistema de fechamento por velcro.	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Easifex Pediátrico Bolsas Coletoras, Bolsa Drenável, 27mm, 150ml L - CX C/ 30UN Código: 14692	Registro Anvisa: 10430310029	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
	33	ID: 6511 - Placa de base plana pediátrica com barreira de resina sintética, disposta em formato espiral, com flange flutuante de 27 mm, recortável de 0-25 mm. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo lote.		TECPLUS LTDA.	Coloplast Easifex Pediátrico Base Adesiva, Base Plana 27mm, 0-25mm - Cx C/ 10un. Código: 17829	Registro Anvisa: 10430310107	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado

BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL - SISTEMA DE 02 PEÇAS - ADULTO 44/45 MM								
							atende as especificações descritas no Termo de Referência.	
2	34	ID:1002894 - Bolsa de colostomia adulto, sistema duas peças, com aro de 50 mm, drenável, plástico anti-odor, cinza, filtro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano e janela de visualização, dupla trava de segurança, audível com um click, sistema de fechamento em envelope com velcro.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Mio Click Bolsa Drenável 2PC Cinza 50mm Código: 11442	Registro Anvisa: 10430310171	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
	35	ID: 0166 - Placa de base adesiva de resina sintética côncava, com formato estrelar, sem adesivo microporoso, flange de 50 mm, recortável de 10-45 mm, suporte para encaixe para cinto na placa. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo lote.		ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Mio Concave Base Adesiva Click 2PC 50mm Recorte 10-45mm Suporte p/ Cinto Código: 18510	Registro Anvisa: 10430310166	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
	36	ID: 3003726 - Placa base adesiva de resina sintética, plana, com flange de 50 mm, recortável de 10-45 mm, sem adesivo microporoso, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior, acople a bolsa por sistema audível por um click, suporte de cinto na própria placa. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo lote.		ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Base adesiva Sensura Mio Click 2PC Alça p/ Cinto 10-45mm 50mm Código: 10512	Registro Anvisa: 10430310165	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
3	37	ID: 8261 - Equipamento coletor para estomia intestinal, sistema duas peças. Bolsa coletora drenável, opaca, com filtro de carvão para gases, fechamento por conectores plástico acoplado individualmente.	1º	BIONUTRI Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar LTDA	Bbraun COD: 932465BR/ Flexima 3s Drainable roll up	Registro Anvisa: 8.01369.907 8	Inapta	Após análise técnica detalhada da proposta comercial da empresa BIONUTRI em confronto com as exigências estabelecidas no Termo de Referência, verificou-se que o item ofertado apresenta desconformidades que impossibilitam sua aceitação, conforme detalhado abaixo: Divergência no Sistema de Fechamento (Conectores Individuais vs. Clamp Integrado Roll'Up): Solicitado: "Fechamento por conectores plásticos

						<p>acoplados individualmente". Esta especificação refere-se ao uso de clamps (clipes) plásticos rígidos que são fornecidos de forma independente para o fechamento da extremidade inferior da bolsa.</p> <p>Ofertado pela BIONUTRI: "Clamp integrado com fechamento Roll'Up".</p> <p>Justificativa: O sistema Roll'Up (integrado) é uma tecnologia de fechamento por dobras e velcro que dispensa o uso do clipe rígido. Todavia, a Administração Pública requisitou especificamente o sistema com conectores individuais para atender à padronização do manejo assistencial e às necessidades de pacientes que demandam a segurança mecânica do clipe plástico. A oferta de tecnologia diversa fere a vinculação ao instrumento convocatório.</p>
	2º	J&A Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar	Bbraun COD: 932465BR/ Flexima 3s Drainable roll up	Registro Anvisa: 8.01369.907 85	Inapta	<p>Após análise técnica detalhada da proposta comercial da empresa J&A em confronto com as exigências estabelecidas no Termo de Referência, verificou-se que o item ofertado apresenta desconformidades críticas que impedem sua aceitação, conforme detalhado abaixo:</p> <p>Divergência no Sistema de Fechamento (Conectores Individuais vs. Clamp Integrado Roll'Up):</p> <p>Solicitado em Edital: "Fechamento por conectores plásticos acoplados individualmente". Esta</p>

						<p>especificação exige o fornecimento de cliques (clamps) plásticos rígidos e independentes para o fechamento da bolsa.</p> <p>Ofertado pela J&A: "Clamp integrado com fechamento Roll'Up".</p> <p>Justificativa da Recusa: O sistema Roll'Up é um mecanismo de fechamento por dobras e fixação em velcro embutido na própria bolsa. Embora seja uma tecnologia existente, diverge frontalmente do que foi solicitado. A Administração Pública requer o conector plástico individual para garantir a segurança mecânica e a padronização do manejo clínico dos pacientes que já estão adaptados ao uso do clipe rígido. A oferta de tecnologia diversa fere o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.</p>	
		3º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER New Image Sistema 2Pc p/Estomia - Bolsa Drenável com Filtro Código: 18183	Registro Anvisa: 10326400007	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDICAL LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
38	ID: 8280 - Barreira de resina sintética, com infusão de ceramidas para promover a hidratação, uma barreira de proteção evitando a perda de água transdérmica e saúde da pele periestoma, base plana, flange flotante de 57 mm, recortável 13 - 44 m, encaixe sem pressão abdominal, com adesivo gás permeável. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo lote.	1	BIONUTRI Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar LTDA	Braun, Código: 936615BR Flexima® 3S Placa de Base (Plana)	Registro Anvisa: 8.01369.907 8	Inapta	Após análise técnica da proposta frente ao Termo de Referência, o item foi considerado INAPTO pelas seguintes desconformidades: Ausência de Ceramidas: O edital exige barreira com infusão de ceramidas para proteção e hidratação da pele. O produto ofertado é um hidrocoloide convencional, o que compromete o objetivo terapêutico e a prevenção

					de dermatites em peles fragilizadas. Divergência de Recorte: Foi solicitado recorte a partir de 13 mm, mas o produto inicia em 15 mm. Esse excedente de 2 mm impede a adaptação em estomas menores, expondo a pele ao efluente e causando erosão cutânea e falha de adesão. Conclusão: A proposta é tecnicamente incompatível por descumprir a composição química e os limites de recorte obrigatórios, resultando na desclassificação do item por risco à integridade física dos usuários.
2º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER NEW IMAGE SISTEMA DE DUAS PEÇAS BARREIRAS CERAPLUS Código: 11203	Registro Anvisa: 10326400038	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDICAL LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
3º	J&A Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar	Bbraun COD: 936615BR/ Flexima 3s base plate flat	Registro Anvisa: 80136990780	Inapta	Após análise técnica da proposta da empresa J&A, o item foi considerado INAPTO pelas seguintes divergências: Composição (Ausência de Ceramidas): O edital exige barreira com infusão de ceramidas para hidratação e proteção da pele. Ofertado hidrocoloide comum, o que compromete o tratamento de pacientes com peles fragilizadas. Amplitude de Recorte: Solicitado recorte inicial de 13 mm. Ofertado início em 15 mm. Essa diferença impede a adaptação em estomas menores, deixando a pele exposta

								ao efluente e causando lesões periostomais. CONCLUSÃO A proposta é INAPTA por descumprimento de requisitos clínicos e dimensionais obrigatórios, resultando na desclassificação da empresa para este item.
4	39	ID: 6015 - Bolsa revestida de tela macia bilateral, com janela de visualização, filtro de carvão ativado integrado e película protetora contra a umidade, sistema de fechamento por encaixe por conectores plásticos e bolso de seguranças para acomodar conectores.	1º	Comércio e Representações PRADO Ltda.	Convatec Sur-Fit Advantage Bolsa Código: 421748	Registro Anvisa: 80523020084	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa PRADO LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
			2º	ORTOMED LTDA.	Convatec Sur-Fit Advantage Bolsa Código: 421748	Registro Anvisa: 80523020084	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ORTOMED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
	40	ID: 6022 - Equipamento de 2 peças para estomia intestinais, composta por base adesiva sintética plana, com flange de 57 mm, recorte de 22-33 mm, trilaminada moldável, com duas camadas de resina sintética, separadas por uma camada de filme polietileno, adesivo de apoio acrílico com hidrocoloide, sistema de encaixe com acople sanfonado, sem pressão abdominal.	1º	Comércio e Representações PRADO Ltda.	Convatec Sur-Fit Advantage Durahesive Placa Código: 421040	Registro Anvisa: 80523020082	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa PRADO LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
			2º	ORTOMED LTDA.	Convatec Sur-Fit Advantage Durahesive Placa Código: 421040	Registro Anvisa: 80523020082	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ORTOMED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL - SISTEMA DE 02 PEÇAS - ADULTO 55/57/ MM								
5	41	ID: 3758 -Bolsa coletora para colo/ileostomia 2 peças com acople de 60 mm, opaca, drenável, com janela de inspeção para visualização do estoma. Fitro de carbono ativado integrado circular com membrana	1º	BIONUTRI Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar LTDA	Bbraun Bolsa cod: 932465BR/ Flexima 3s Drainable roll up /	Registro Anvisa: 8.01369.907 8	Inapta	Após análise técnica da proposta da empresa BIONUTRI, o item foi considerado INAPTO pelas

pré-filtro e espuma de poliuretano. Fechamento em envelope com velcro. Sistema de acople audível por um click com botão de travamento, aro de ajuste que permite o reposicionamento da bolsa no abdômen em formato ondulado conferindo maior flexibilidade.

seguintes divergências críticas:

Incompatibilidade de Acople e Medida: Solicitado acople de 60 mm com trava de segurança (sistema click). Ofertado 65 mm em sistema fixo, sem possibilidade de conexão mecânica, travamento ou reposicionamento da bolsa.

Sistema de Fechamento: Solicitado fechamento em envelope com velcro para maior discrição. Ofertado fechamento Roll'Up com clamp integrado, divergindo da padronização de conforto e segurança exigida.

Ausência de Requisitos Funcionais: A proposta não contempla a janela de inspeção para visualização do estoma nem o aro ondulado para flexibilidade, itens obrigatórios para o monitoramento clínico e ergonomia do paciente.

CONCLUSÃO

A proposta é INAPTA por total desconformidade estrutural e funcional, impedindo o acoplamento com as bases da rede e o manejo adequado do paciente.

2º

J&A
Comercio e
Representação de
Produtos Medico
Hospitalar

Bbraun
Bolsa cód: 932465BR/
Flexima 3s Drainable
roll up /

Registro Anvisa:
8.01369.907 85

Inapta

Após análise técnica da proposta da empresa J&A, o item foi considerado INAPTO pelas seguintes divergências críticas:

Incompatibilidade de Acople e Medida: Solicitado acople de 60 mm com trava de segurança (sistema click). Ofertado 65 mm em sistema fixo, sem possibilidade de conexão

							<p>mecânica, travamento ou reposicionamento da bolsa.</p> <p>Sistema de Fechamento: Solicitado fechamento em envelope com velcro para maior discríção. Ofertado fechamento Roll'Up com clamp integrado, divergindo da padronização de conforto e segurança exigida.</p> <p>Ausência de Requisitos Funcionais: A proposta não contempla a janela de inspeção para visualização do estoma, itens obrigatórios para o monitoramento clínico e ergonomia do paciente.</p> <p>CONCLUSÃO</p> <p>A proposta é INAPTA por total desconformidade estrutural e funcional, impedindo o acoplamento com as bases da rede e o manejo adequado do paciente.</p>
		3º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Sensura Mio Click Bolsa Para Colostomia E Ileostomia 2 Pc, Drenável, 60mm - Cx C/ 30un Código: 11452	Registro Anvisa: 10430310171	Apta	<p>Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA, constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.</p>
42	ID: 3003727 - Placa base adesiva de resina sintética, plana, com flange de 60 mm, recortável de 10-55 mm, sem adesivo microporoso, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior,acople a bolsa por sistema audível por um click, suporte de cinto na própria placa. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo lote.	1º	BIONUTRI Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar LTDA	Bbraun COD: 936615BR/ Flexima 3s Base plana flat	Registro Anvisa: 8.01369.907 80	Inapta	<p>Após análise técnica da proposta da empresa BIONUTRI em confronto com o Edital, o item foi considerado INAPTO pelas seguintes divergências:</p> <p>Amplitude de Recorte (15-50 mm vs. 10-55 mm): O edital exige recorte inicial de 10 mm para atender estomas pequenos. O produto ofertado inicia em 15 mm, o que impossibilita o uso em pacientes com diâmetros menores,</p>

						causando exposição da pele e lesões. Além disso, o limite máximo ofertado (50 mm) é inferior ao exigido (55 mm). Divergência Estrutural (3 Camadas): Solicitado barreira composta por 3 camadas (2 adesivas e 1 de filme elástico). A proposta descreve apenas uma placa flexível de hidrocoloide comum, não comprovando a tecnologia de tripla camada exigida para maior durabilidade e proteção. Ausência de Requisitos de Acople e Suporte: A proposta não confirma o sistema de acople audível por "click" nem a presença de suporte para cinto na própria placa, itens mandatórios para a segurança mecânica e estabilidade do dispositivo. CONCLUSÃO A proposta é INAPTA por descumprimento de requisitos dimensionais e estruturais obrigatórios, impedindo a adaptação segura ao paciente e a compatibilidade com o sistema de acoplamento da rede.
		2º	J&A Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar	Bbraun COD: 936615BR/ Flexima 3s Base plana flat	Registro Anvisa: 8.01369.907 80	Inapta Após análise técnica da proposta da empresa J&A em confronto com o Edital, o item foi considerado INAPTO pelas seguintes divergências: Amplitude de Recorte (15-50 mm vs. 10-55 mm): O edital exige recorte inicial de 10 mm para atender estomas pequenos. O produto ofertado inicia em 15 mm, o que impossibilita o uso em pacientes com diâmetros menores,

							causando exposição da pele e lesões. Além disso, o limite máximo ofertado (50 mm) é inferior ao exigido (55 mm). Ausência de Requisitos de Acople e Suporte: A proposta não confirma o sistema de acople audível por "click" nem a presença de suporte para cinto na própria placa, itens mandatórios para a segurança mecânica e estabilidade do dispositivo. CONCLUSÃO A proposta é INAPTA por descumprimento de requisitos dimensionais e estruturais obrigatórios, impedindo a adaptação segura ao paciente e a compatibilidade com o sistema de acoplamento da rede.	
			3º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Sensura Mio Click, Base Adesiva, 2pc Com Alças P/ Cinto 10-55mm, 60mm - Cx C/ 05Un Código: 10522	Registro Anvisa: 10430310165	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
6	43	ID:1002487 - Equipamento coletor para estomia intestinal, sistema duas peças. Bolsa coletora drenável, opaca, com filtro de carvão para gases, fechamento por conectores plástico acoplado individualmente.	1º	J&A Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar	Bbraun COD: 932480BR/ Flexima 3s Drainable roll up.	Registro Anvisa: 8.01369.90785	Inapta	Após análise técnica da proposta da empresa J&A em confronto com o Edital, o item foi considerado INAPTO pelas seguintes divergências críticas: Divergência no Sistema de Fechamento: O edital exige fechamento por "conectores plásticos acoplados individualmente" (clamps/clipes rígidos independentes). O produto ofertado possui sistema "Roll'Up com clamp integrado" (fechamento por dobras e

					<p>velcro), o que descumpre a padronização técnica e o manejo clínico solicitado.</p> <p>CONCLUSÃO</p> <p>A proposta é INAPTA por oferecer tecnologia de fechamento diversa da exigida, ferindo o princípio de vinculação ao instrumento convocatório e impossibilitando a padronização do atendimento aos usuários.</p>
2º	BIONUTRI Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar LTDA.	Bbraun COD: 932480BR/ Flexima 3s Drainable roll up.	Registro Anvisa: 8.01369.90785	Inapta	<p>Após análise técnica da proposta da empresa BIONUTRI em confronto com o Edital, o item foi considerado INAPTO pelas seguintes divergências críticas:</p> <p>1.Divergência no Sistema de Fechamento: O edital exige fechamento por "conectores plásticos acoplados individualmente" (clamps/clipes rígidos independentes). O produto ofertado possui sistema "Roll'Up com clamp integrado" (fechamento por dobras e velcro), o que descumpre a padronização técnica e o manejo clínico solicitado.</p> <p>CONCLUSÃO</p> <p>A proposta é INAPTA por oferecer tecnologia de fechamento diversa da exigida, ferindo o princípio de vinculação ao instrumento convocatório e impossibilitando a padronização do atendimento aos usuários.</p>
3º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER New Image Sistema 2Pc p/Estomia - Bolsa Drenável com Filtro Código: 18184	Registro Anvisa: 10326400007	Apta	<p>Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDICAL LTDA, constatou-se que o objeto ofertado atende as</p>

							especificações descritas no Termo de Referência.
44	ID: 5386 - Barreira de resina sintética, com infusão de ceramidas para promover a hidratação, uma barreira de proteção evitando a perda de água transdérmica e saúde da pele periestoma, base plana, flange flotante de 70 mm, recortável 13 - 57 m, encaixe sem pressão abdominal, com adesivo gás permeável. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo lote.		1º	J&A Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar	Bbraun COD: 936815BR/ Flexima 3s Base plate Flat /	Registro Anvisa: 8.01369.90780	Inapta Após análise técnica da proposta da empresa J&A em confronto com o Edital, o item foi considerado INAPTO pelas seguintes divergências: 1. Amplitude de Recorte (15-65 mm vs. 13-57 mm): O edital exige recorte inicial de 13 mm para atender estomas pequenos. O produto ofertado inicia em 15 mm, o que impossibilita a adaptação precisa, deixando a pele periestomal exposta a efluentes e riscos de lesões. 2. Ausência de Tecnologia Clínica (Ceramidas e Adesivo Gás Permeável): O edital exige infusão de ceramidas e adesivo gás permeável para proteção e saúde da pele. A proposta descreve apenas uma placa de hidrocoloide comum, omitindo esses requisitos técnicos mandatórios. CONCLUSÃO A proposta é INAPTA por descumprimento de requisitos dimensionais, químicos e funcionais, comprometendo a integridade clínica do usuário e a compatibilidade do sistema.
			2º	BIONUTRI Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar LTDA.	Bbraun COD: 936815BR/ Flexima 3s Base plate Flat /	Registro Anvisa: 8.01369.90780	Inapta Após análise técnica da proposta da empresa BIONUTRI em confronto com o Edital, o item foi considerado INAPTO pelas seguintes divergências: 1. Amplitude de Recorte (15-65 mm vs. 13-57 mm): O edital exige recorte inicial de 13 mm para

							<p>atender estomas pequenos. O produto ofertado inicia em 15 mm, o que impossibilita a adaptação precisa, deixando a pele periestomal exposta a efluentes e riscos de lesões.</p> <p>2. Ausência de Tecnologia Clínica (Ceramidas e Adesivo Gás Permeável): O edital exige infusão de ceramidas e adesivo gás permeável para proteção e saúde da pele. A proposta descreve apenas uma placa de hidrocoloide comum, omitindo esses requisitos técnicos mandatórios.</p> <p>CONCLUSÃO</p> <p>A proposta da empresa BIONUTRI é INAPTA por descumprimento de requisitos dimensionais, químicos e funcionais, comprometendo a integridade clínica do usuário e a compatibilidade do sistema.</p>	
			3º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER New Image sistema de duas peças barreiras CERAPLUS Código: 11204	Registro Anvisa: 10326400038	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDICAL LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
7	45	ID:3003728 - Bolsa coletora para estomia intestinal, sistema duas peças, bolsa coletora drenável, transparente ou opaca, com filtro de carvão ativado, fechamento por conectores plásticos ou velcro, acoplados a bolsa individualmente.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Mio Max Bolsa drenável, 2 peças com flange de 90mm, cinza com janela Código: 18388	Registro Anvisa: 10430310174	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		ID:3003728 - Bolsa coletora para estomia intestinal, sistema duas peças, bolsa coletora drenável,	2º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER New Image Sistema 2Pc p/Estomia - Bolsa	Registro Anvisa: 10326400007	Inapta	Após análise minuciosa da documentação técnica e

	transparente ou opaca, com filtro de carvão ativado, fechamento por conectores plásticos ou velcro, acoplados a bolsa individualmente.			Drenável Código: 18006		do registro ANVISA acostados pela licitante MEDICAL LTDA, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão técnica do objeto ofertado. Constatou-se que o produto apresentado não possui o filtro de carvão ativado, característica técnica expressamente exigida no descritivo do Termo de Referência. Ressalta-se que a ausência deste componente desnatura a especificação pretendida por esta Administração e compromete a funcionalidade do item, uma vez que o filtro é essencial para a desodorização e a saída gradual de gases, prevenindo o abaulamento da bolsa e garantindo a discricção e o conforto do usuário. Tal omissão impacta diretamente na eficácia do tratamento e na padronização assistencial da rede estadual. Por conseguinte, a proposta é considerada inadmissível por descumprimento dos requisitos de admissibilidade e das especificações mínimas obrigatórias, ferindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.	
46	ID: 3003729 - Barreira de resina sintética plana, flange até 102 mm, com recorte de até 89 mm, encaixe sem pressão abdominal, com ou sem adesivo gás permeável. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo lote.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Mio Placa Base 2PC 90mm Recorte 10- 88mm Código: 18390	Registro Anvisa: 10430310177	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		2º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER New Image Sistema 2Pc p/Estomia - Bolsa Drenável	Registro Anvisa: 10326400008	Inapta	Após análise minuciosa da documentação técnica e do registro ANVISA

Código: 14606

acostados pela licitante MEDICAL LTDA, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão técnica do objeto ofertado. Constatou-se que o produto apresentado não possui o filtro de carvão ativado, característica técnica expressamente exigida no descritivo do Termo de Referência.

Ressalta-se que a ausência deste componente desnatura a especificação pretendida por esta Administração e compromete a funcionalidade do item, uma vez que o filtro é essencial para a desodorização e a saída gradual de gases, prevenindo o abaulamento (ballooning) da bolsa e garantindo a discríção e o conforto do usuário. Tal omissão impacta diretamente na eficácia do tratamento e na padronização assistencial da rede estadual. Por conseguinte, a proposta é considerada inadmissível por descumprimento dos requisitos de admissibilidade e das especificações mínimas obrigatórias, ferindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL - SISTEMA DE 02 PEÇAS - ADULTO CONVEXA 53/57 MM

8	47	ID: 3003730 - Bolsa coletora para colo/ileostomia 2 peças com acople de 70 mm, opaca, drenável, com janela de inspeção para visualização do estoma. Fitro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. Fechamento em envelope com velcro. Sistema de acople audível por um click com botão de travamento, aro de ajuste que permite o reposicionamento da bolsa no abdômen em formato ondulado conferindo maior flexibilidade	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Mio Click Bolsa Drenável Cinza 70mm Código: 11456	Registro Anvisa: 10430310171	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
---	----	---	----	------------------------------------	--	---------------------------------	------	--

	48	ID: 3003731 - Base adesiva convex light com convexidade leve, em formato oval, com acople de 70 mm, recortável de 10-53 mm, sem adesivo microporoso, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas, com linhas flexíveis integradas e 1 camada de filme elástico superior, flange flexível para acople da bolsa. Suporte de cinto na própria base. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo lote	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Sensura Mio Convex Light Base Adesiva Click 2PC C/ Suporte p/ Cinto 70mm Recorte 15- 53mm Código: 16931	Registro Anvisa: 10430310169	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
9	49	ID:1002489 - Bolsa coletora adulta, para estoma intestinal, colostomia / ileostomia, sistema de duas peças, flange de 70 mm base adesiva sintética plana, recortável, com três hidrocoloides, adesivo de apoio acrílico, sistema de encaixe com acople por oito pontos de fixação, drenável, revestida com tela macia de proteção bilateral, com janela de visualização, filtro de carvão integrado e película protetora contra umidade, sistema de fechamento por encaixe de conectores plásticos de fácil higienização e bolso de segurança para acomodar conectores, flange de medida compatível com a base adesiva e com encaixe para cinto de sustentação.	1º	Comércio e Representações PRADO Ltda.	Sur-Fit Advantage Bolsa Caixa c/ 10 Código: 421749	Registro Anvisa: 80523020084	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa PRADO LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
			2º	CONVATEC Brasil LTDA	Sur-Fit Advantage Bolsa Caixa c/ 10 Código: 421749	Registro Anvisa: 80523020084	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa CONVATEC LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
			3º	ORTOMED LTDA.	Sur-Fit Advantage Bolsa Caixa c/ 10 Código: 421749	Registro Anvisa: 80523020084	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ORTOMED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
	50	ID: 8164 - Placa com adesivo de resina sintética e tecido microporoso, flange 70, recortável 13-57 mm, sem marcadores para recorte, necessário medidor.	1º	Comércio e Representações PRADO Ltda.	Convatec Sur-Fit Advantage Durahesive Placa Código: 413163	Registro Anvisa: 80523020083	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa PRADO LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
				CONVATEC Brasil LTDA	Convatec Sur-Fit Advantage Durahesive Placa Código: 413163	Registro Anvisa: 80523020083	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa CONVATEC LTDA , constatou-se que o objeto

								ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
			2º	ORTOMED LTDA.	Convatec Sur-Fit Advantage Durahesive Placa Código: 413163	Registro Anvisa: 80523020083	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ORTOMED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
10	51	ID: 1002487 - Equipamento coletor para estomia intestinal retraída, plana ou em dobra cutânea, sistema duas peças. Bolsa coletora, drenável, opaca, com filtro de carvão para gases, fechamento por conectores plásticos acoplados individualmente.	1º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER New Image Sistema 2Pc p/Estomia - Bolsa Drenável com Filtro Código: 18184	Registro Anvisa: 10326400007	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDICAL LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
	52	ID: 9505 - Barreira de resina sintética, com infusão de ceramidas para promover a hidratação, barreira de proteção evitando a perda de água transepidermica e saúde da pele periestoma, com convexidade macia e flexível, com distribuição da pressão nas proximidades da estomia em área periestoma, flange flutuante de 70 mm, recortável 13-51 mm, encaixe sem pressão abdominal, com adesivo gás permeável.	1º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER New Image sistema de duas peças barreiras CERAPLUS Soft Convexa Código: 11704	Registro Anvisa: 10326400038	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDICAL LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL ILEOSTOMIA/COLOSTOMIA ÚMIDA- SISTEMA DE 02 PEÇAS - ADULTO								
11	53	ID: 3003732 - Bolsa para ileostomia/colostomia úmida, 2 peças com acople de 70 mm, opaca, com janela de inspeção para visualização do estoma, válvula de drenagem com diâmetro ampliado e sistema antirrefluxo. Sistema de acople audível por um click com botão de travamento, aro de ajuste que permite o reposicionamento da bolsa no abdômen em formato ondulado conferindo maior flexibilidade	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Mio Click Bolsa 2PC Alta Drenagem Cinza 70mm Código: 18603	Registro Anvisa: 10430310184	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
	54	ID:3003733 - Placa de base adesiva de resina sintética côncava, com formato estrelar, sem adesivo microporoso, flange de 70 mm, recortável de 10-65 mm, suporte para encaixe para cinto na placa. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo lote.	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Mio Concave Base Adesiva Click 2PC 70mm Recorte 10- 65mm Suporte p/ Cinto Código: 18530	Registro Anvisa: 10430310166	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL ILEOSTOMIA/COLOSTOMIA ÚMIDA- SISTEMA DE 02 PEÇAS - ADULTO

12	55	ID: 3003734 - Bolsa para urostomia de 2 peças, com aro de 60 mm, transparente, drenável, sistema de acople à placa com trava de segurança audível por um click, sistema anti- refluxo, válvula de drenagem e multicâmaras para melhor distribuição da urina, anel de travamento.	1º	BIONUTRI Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar LTDA.	Bbraun COD: 934615BR/ Flexima 3s Uro Transp. / Proposta 70520151	Registro Anvisa: 8.01369.90785	inapta	<p>Após análise técnica da proposta comercial e dos documentos complementares apresentados pela empresa BIONUTRI, verificou-se que o item ofertado apresenta desconformidade documental que impossibilita a aceitação do produto, conforme fundamentação abaixo:</p> <p>1. Divergência e Inconsistência de Codificação: A proposta comercial da empresa indica o código de produto nº 934615BR (Bolsa de Urostomia B. Braun, Transparente). Todavia, após conferência com o manual técnico e o catálogo do fabricante anexados ao processo, constatou-se a ausência deste referido código. O manual oficial lista apenas as codificações 934145BR (45 mm), 934155BR (55 mm) e 934165BR (65 mm).</p> <p>2. Prejuízo à Identificação e Conferência Técnica: A identificação precisa do código do produto é requisito essencial e mandatório para a administração pública. A ausência de correspondência entre o código ofertado e o manual técnico impede a confirmação de características fundamentais, como o tamanho exato da flange (acople) e a compatibilidade com o descritivo técnico exigido no Termo de Referência.</p> <p>3. Incerteza quanto ao Objeto: A divergência de</p>
----	----	--	----	---	---	-----------------------------------	--------	--

					informações gera incerteza jurídica e técnica sobre qual produto será efetivamente entregue, impossibilitando garantir que o dispositivo atende às necessidades clínicas e de padronização da rede de saúde. CONCLUSÃO Diante do exposto, a proposta da empresa BIONUTRI é considerada INAPTA. A inconsistência entre o código constante na proposta e os manuais técnicos anexados impede a validação da especificação do item, resultando na desclassificação por descumprimento dos requisitos de clareza e vinculação ao instrumento convocatório.
2º	J&A Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar	Bbraun COD: 934615BR/ Flexima 3s Uro Transp. / Proposta 70520151	Registro Anvisa: 8.01369.90785	Inapta	Após análise técnica da proposta comercial e dos documentos complementares apresentados pela empresa J&A, verificou-se que o item ofertado apresenta desconformidade documental que impossibilita a aceitação do produto, conforme fundamentação abaixo: 1.Divergência e Inconsistência de Codificação: A proposta comercial da empresa indica o código de produto nº 934615BR (Bolsa de Urostomia B. Braun, Transparente). Todavia, após conferência com o manual técnico e o catálogo do fabricante anexados ao processo, constatou-se a ausência deste referido código. O manual oficial lista apenas as codificações 934145BR

					<p>(45 mm), 934155BR (55 mm) e 934165BR (65 mm).</p> <p>2. Prejuízo à Identificação e Conferência Técnica: A identificação precisa do código do produto é requisito essencial e mandatório para a administração pública. A ausência de correspondência entre o código ofertado e o manual técnico impede a confirmação de características fundamentais, como o tamanho exato da flange (acople) e a compatibilidade com o descritivo técnico exigido no Termo de Referência.</p> <p>3. Incerteza quanto ao Objeto: A divergência de informações gera incerteza jurídica e técnica sobre qual produto será efetivamente entregue, impossibilitando garantir que o dispositivo atende às necessidades clínicas e de padronização da rede de saúde.</p> <p>CONCLUSÃO</p> <p>Diante do exposto, a proposta da empresa J&A é considerada INAPTA. A inconsistência entre o código constante na proposta e os manuais técnicos anexados impede a validação da especificação do item, resultando na desclassificação por descumprimento dos requisitos de clareza e vinculação ao instrumento convocatório.</p>
3º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Mio Click Bolsa Uro Transparente 60mm Código: 11500	Registro Anvisa: 10430310188	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA , constatou-se que o objeto

							ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
56		ID: 3003735 - Placa base adesiva de resina sintética, plana, com flange de 60 mm, recortável de 10-55 mm, sem adesivo microporoso, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior,acople a bolsa por sistema audível por um click, suporte de cinto na própria placa. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo lote.	1º	BIONUTRI Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar LTDA	Bbraun COD: 936615BR/ Flexima 3s Base plate flat	Registro Anvisa: 8.01369.90780	<p>Inapta</p> <p>Após análise técnica da proposta da empresa BIONUTRI em confronto com o Edital, o item foi considerado INAPTO pela seguinte divergência:</p> <p>Amplitude de Recorte: Solicitado recorte de 10-55 mm. Ofertado 15-50 mm. O início em 15 mm impossibilita o uso em estomas menores (10 mm), causando exposição da pele e lesões, enquanto o limite final (50 mm) é inferior ao exigido (55 mm).</p> <p>A proposta é INAPTA por descumprimento de requisitos dimensionais obrigatórios, resultando na desclassificação por desacordo com o Termo de Referência.</p>
			2º	J&A Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar	Bbraun	Registro Anvisa: 8.01369.90780	<p>Inapta</p> <p>Após análise técnica da proposta da empresa J&A em confronto com o Edital, o item foi considerado INAPTO pela seguinte divergência:</p> <p>Amplitude de Recorte: Solicitado recorte de 10-55 mm. Ofertado 15-50 mm. O início em 15 mm impossibilita o uso em estomas menores (10 mm), causando exposição da pele e lesões, enquanto o limite final (50 mm) é inferior ao exigido (55 mm).</p> <p>A proposta é INAPTA por descumprimento de requisitos dimensionais obrigatórios, resultando na desclassificação por desacordo com o Termo de Referência.</p>

			3º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Base adesiva Sensura Mio Click 2PC Alça p/ Cinto 10-55mm 60mm Código: 10522	Registro Anvisa: 10430310165	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
57	ID: 3003735 - Placa base adesiva de resina sintética, plana, com flange de 60 mm, recortável de 10-55 mm, sem adesivo microporoso, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior, acople a bolsa por sistema audível por um click, suporte de cinto na própria placa. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo lote.		1º	BIONUTRI Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar LTDA	Bbraun COD: 937615BR/ Flexima 3s Base plate convex /	Registro Anvisa: 8.01369.90780	Inapta	Após análise técnica da proposta em confronto com o Edital, o item foi considerado INAPTO pelas seguintes divergências: 1. Divergência na Amplitude de Recorte: O limite máximo de recorte exigido é de 40 mm. O produto ofertado possui limite de 46 mm, o que compromete a margem de segurança da barreira protetora em relação ao diâmetro da flange solicitada (60 mm), podendo afetar a aderência e a integridade do dispositivo. CONCLUSÃO A proposta é INAPTA por descumprimento de requisitos dimensionais e estruturais mandatórios, resultando em incompatibilidade técnica com o sistema de estomia padronizado no Termo de Referência.
			2º	J&A Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar	Bbraun	Registro Anvisa: 8.01369.90780	Inapta	Após exame minucioso da documentação apresentada, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão da proposta da licitante J&A LTDA, em razão do descumprimento ao item 15.11 do Termo de Referência. A omissão do modelo e do código de referência do fabricante impede a identificação fidedigna do item, tornando a análise técnica inconclusiva e

								<p>inviabilizando o exercício do poder de fiscalização desta Secretaria.</p> <p>É imperativo destacar que o modelo e o código são elementos essenciais para a verificação da conformidade do produto em face do objeto licitado. Tais dados permitem o cruzamento de informações com os catálogos oficiais e registros regulatórios, assegurando que as dimensões, materiais e funcionalidades atendam rigorosamente às exigências editalícias.</p> <p>A ausência de especificação precisa impossibilita atestar o desempenho esperado do insumo, gerando insegurança jurídica e riscos iminentes à execução contratual. Portanto, a indicação genérica, desprovida da devida codificação comercial, fere os princípios da clareza, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, configurando vício insanável.</p>
			3º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Sensura Mio Convex Light Base Adesiva Click 2PC C/ Suporte p/ Cinto 60mm Recorte 15- 40mm Código: 16921	Registro Anvisa: 10430310169	Apta	<p>Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRA MEDKA LTDA, constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.</p>
13	58	ID: 1002484 - Equipamento coletor para estomia urinária, sistema duas peças, com aro de 57 mm transparente, com sistema anti-refluxo, válvula de drenagem com tampa macia e sistema de gotejamento gradual.	1º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER New Image Sistema 2Pc p/Urostomia - Bolsa Ultra-Transparente 18923	Registro Anvisa: 10326400007	Apta	<p>Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDICAL LTDA, constatou-se que o objeto ofertado atende as</p>

							especificações descritas no Termo de Referência.
	59	ID: 5458 - Barreira de resina sintética com infusão de ceramidas, com convexidade macia e flexível, flange recortável 13-38mm, encaixe sem pressão abdominal, com adesivo gás permeável.	1º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER NEW IMAGE SISTEMA DE DUAS PEÇAS BARREIRAS CERAPLUS 11703	Registro Anvisa: 10326400038	Apta Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDICAL LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
14	60	ID: 1002785 - Equipamento coletor para estomia urinária, sistema duas peças, com aro de 70 mm, transparente, com sistema anti-refluxo, válvula de drenagem com tampa macia e sistema de gotejamento gradual.	1º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER New Image Sistema 2Pc p/Urostomia - Bolsa Ultra-Transparente 18924	Registro Anvisa: 10326400007	Apta Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDICAL LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
	61	ID: 5386 - Barreira de resina sintética, com infusão de ceramidas, plana, flange flotante de 70 mm, recortável até 13-57 mm, encaixe sem pressão abdominal, com adesivo gás permeável.	1º	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	HOLLISTER NEW IMAGE SISTEMA DE DUAS PEÇAS BARREIRAS CERAPLUS 11204	Registro Anvisa: 10326400038	Apta Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDICAL LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
	66 Cota do Item 01	ID: 3003719 - Bolsa para colostomia e ileostomias pediátrica, sistema 01 peça, drenável, recortável, sem filtro de carvão ativado, com fechamento individual e autoadesivo, recortável de 08-50 mm.	1º	KTR BRASIL	Vital Gold Código: 4014 (infantil)	Registro Anvisa: 10296900140	Inapta Após análise técnica da proposta da empresa KTR, o item foi considerado INAPTO pelas seguintes divergências: 1. Divergência no Recorte Inicial: O edital exige recorte a partir de 08 mm para atender o público pediátrico (neonatal/lactentes). O produto ofertado inicia em 10 mm, o que impede a adaptação em estomas menores, expondo a pele ao efluente e causando riscos severos de lesões e dermatites. CONCLUSÃO A proposta é INAPTA por descumprimento de requisitos dimensionais e

							técnicos mandatários, resultando na desclassificação do item por desacordo com o Termo de Referência.
		2º	ORTOMED LTDA.	Convater Little Ones Código ICC 20922	Registro Anvisa: 80523020069	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ORTOMED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
67 Cota do Item 02	ID: 8120 - Equipamento coletor para estomia intestinal infantil, plana, sistema uma peça. Bolsa coletora, drenável, transparente, com filtro de carvão ativado, fechamento por conectores plásticos acoplado individualmente. Barreira de resina sintética flexível e suave, plana, recortável, sem pré-corte inicial e recorte máximo de 51 mm, sem adesivo gás permeável.	1º	INTEGRAL MED LTDA	HOLLISTER Pouchkins Bolsa de Estomia Pediatrica de uma peça Código: 3795	Registro Anvisa: 10326400025	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa INTEGRAL MED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
68 Cota do Item 04	ID: 2736 - 1002483 - Bolsa de colostomia/ileostomia adulto, sistema de uma peça, plástico anti-odor, plana, drenável, opaca com filtro de carvão ativado e barreira de resina sintética em dupla camada adesiva, sem adesivo microporoso, recortável 10-76 mm, com fechamento em velcro integrado na bolsa.	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Sensura Bolsa Drenável Plana 1PC Opaca Recorte 10-76mm Código: 15580	Registro Anvisa: 10430310050	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
ORTOMED sem proposta nesta item conforme Documento: 70521122.							
69 Cota do Item 05	ID: 1002491 - Bolsa de colostomia /ileostomia, adulto, sistema uma peça, plana, drenável, com flange de tecido microporoso, transparente, sem filtro de carvão ativado, com fechamento individual (clamp para cada bolsa), recortável de 19-64 mm.	1º	COVAN Comercio varejista e atacadista do norte LTDA.	LISMED Modelo: LM 0072	Registro Anvisa: 82307469003	Inapta	Após análise detalhada da proposta comercial e do descritivo técnico apresentado pela empresa COVAN, verificou-se que o item ofertado não atende às especificações mínimas exigidas no Edital/Termo de Referência, conforme fundamentação abaixo: Desconformidade quanto ao Filtro de Carvão Ativado: O descritivo oficial solicita expressamente uma bolsa "sem filtro de carvão"

					<p>ativado". Em contrapartida, a empresa COVAN ofertou uma bolsa "com filtro". A presença de filtro de carvão ativado em dispositivos de estomia intestinal altera a funcionalidade e o manejo do produto por parte do paciente e da equipe assistencial. Em determinados quadros clínicos, a ausência de filtro é um requisito técnico necessário para evitar a obstrução precoce do dispositivo por efluentes mais líquidos ou para permitir o controle manual da pressão interna da bolsa, conforme a indicação de padronização da unidade.</p> <p>Vinculação ao Instrumento Convocatório: A aceitação de um produto com característica técnica divergente (presença de componente não solicitado) fere o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e a isonomia entre os licitantes. O fornecimento de item com acessório não previsto (filtro) configura entrega de objeto diverso do requisitado, impossibilitando a padronização pretendida para este item específico da rede de saúde.</p> <p>CONCLUSÃO</p> <p>A proposta é INAPTA por oferecer objeto diverso do solicitado, ferindo a vinculação ao edital e impossibilitando a padronização do atendimento.</p>	
	2º	KTR BRASIL	Vital Gold Modelo: 4009 TT.	Registro Anvisa: 10296900140	Inapta	Após o exame da proposta e do catálogo técnico apresentados pela empresa KTR, constatou-

se que o produto ofertado apresenta múltiplas divergências em relação ao descritivo obrigatório estabelecido no Edital, tornando-o tecnicamente incompatível com a necessidade da Administração por diversos fatores críticos:

Divergência no Sistema de Fechamento (Fechamento Twist vs. Clamp): O edital exige expressamente o fornecimento de "fechamento individual (clamp para cada bolsa)". A empresa ofertou um produto com "fechamento twist" (sistema integrado de dobras/velcro). Embora o sistema twist seja uma tecnologia existente, a Administração Pública requisitou especificamente o uso de clamps (clipes plásticos rígidos individuais) para atender aos protocolos de manejo e preferência adaptativa dos pacientes desta rede, visando a padronização e a segurança no esvaziamento do dispositivo. A oferta de sistema de fechamento diverso do solicitado configura descumprimento do objeto.

Incompatibilidade quanto ao Filtro de Carvão Ativado: O termo de referência solicita uma bolsa "sem filtro de carvão ativado". O item ofertado pela KTR possui "Filtro". A presença do filtro descaracteriza a especificação técnica e altera o desempenho do produto em pacientes com efluentes de consistências específicas, nos quais o filtro pode sofrer saturação precoce ou obstrução,

						<p>comprometendo a vida útil e a funcionalidade da bolsa conforme planejado no protocolo clínico local.</p> <p>Divergência na Amplitude de Recorte e Pré-corte: O edital solicita bolsa "recortável de 19-64 mm", permitindo a customização total desde o diâmetro inicial de 19 mm. O produto ofertado possui "pré-corte 10-65 mm". A presença de um orifício pré-cortado em dimensão de 10 mm, quando se solicita um material estritamente recortável a partir de 19 mm, pode comprometer a centralização e a integridade da barreira de hidrocoloide para estomas que exijam o início da furação em diâmetros específicos previstos na grade de planejamento da unidade.</p> <p>CONCLUSÃO</p> <p>Diante do exposto, a proposta da empresa KTR é considerada INAPTA. O produto ofertado falha em atender a requisitos essenciais de fechamento (presença de clamp), composição (ausência de filtro) e especificações dimensionais de recorte. Tais discrepâncias impedem a aceitação do item por absoluta desconformidade com o instrumento convocatório, sob pena de prejuízo à padronização técnica e ao atendimento clínico dos usuários.</p>	
70 Cota do Item 06	ID: 8119 - Bolsa de colostomia/ileostomia, sistema de uma peça, plástico transparente, sem filtro de carvão ativado, drenável, fechamento com velcro, plana, base de resina sintética e tecido microporoso, recortável de 13-64 mm.	1º	INTEGRAL MED LTDA.	HOLLISTER Bolsa de Estomia adulto CeraPlus 1 peça Código: 8931	Registro Anvisa: 10326400040	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa INTEGRAL MED LTDA , constatou-se que o objeto

							ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
71 Cota do Item 07	ID: 7355 - Bolsa para colo/ileostomia de 1 peça, opaca, com janela de inspeção para visualização do estoma, drenável, recortável de 10-100 mm. bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face frontal e posterior. filtro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. fechamento em envelope com velcro sinalizado na cor turquesa e fechamento invisível com fixação superior e inferior. base adesiva plana em formato oval, composta por carboximetilcelulose sódica (cmc), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (sis), poliisobutileno (pib) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior.	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Sensura Mio Bolsa Drenável 1PC Cinza Recorte 10-100mm Código: 18378	Registro Anvisa: 10430310161	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
72 Cota do Item 08	ID: 8299 - Protetor para colostomia/ileostomia, sistema uma peça para uso pós- irrigação ou para colostomias reguladas por dietas ou para estoma não funcionantes (fistulas mucosas) cor opaca, recorte 20-55 mm. Composto por bolsa protetora, absorvente interno, base adesiva plana, filtro de carvão ativado integrado.	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Alternativa Perfil Mini Cap 1PC Opaca Recorte 20-55mm com Filtro Código: 17444	Registro Anvisa: 10430319061	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
73 Cota do Item 09	ID: 32977 - kit de irrigação intestinal para evacuação mecânica das fezes do intestino como lavagem intestinal. Aro de 60 mm. Contém bolsa de líquido em PVC com termômetro de cristal líquido, polietileno e acrílico, regulador de fluxo acoplado e indicador de fluxo em copolímero de estireno-butadieno e polipropileno. Cone ponteira composto de tubo de PVC e borracha de estireno- butadieno, base para cinto em polipropileno, cinto elástico em poliamida, terileno, fibra de poliuretano e fivela em polipropileno, manga de irrigação composta de flange e bolsa de EVA, transparente de 60 mm, clamp (pinça) em poliéster.	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Alternativa Kit Sistema de Irrigação 60mm Código: 12830	Registro Anvisa: 10430310073	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
74 Cota do Item 10	ID: 1002444 - Bolsa para estomia adulta colostomia/ileostomia, convexa, para estoma retraídos, sistema 01 peça, drenável, opaca, clamp de fechamento com velcro acoplado a bolsa, com janela de visualização e com filtro de carvão ativado, flange de resina sintética, recortável de 10-43 mm.	1º	J&A Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar	Bbraun COD: 42718BR / Flexima Drain Roll' up bege	Registro Anvisa: 8.01369.90793	Inapta	Após análise técnica da proposta da empresa J&A, o item foi considerado INAPTO pelas seguintes divergências: Amplitude de Recorte (15-45 mm vs. 10-43 mm): O início do recorte em 15 mm impossibilita o atendimento a pacientes com estomas menores (10 mm), expondo a pele ao efluente e causando riscos de lesões e dermatites.

							<p>Sistema de Fechamento: Solicitado fechamento por "clamp com velcro acoplado". Ofertado sistema "Roll'up", divergindo da tecnologia de segurança e manuseio exigida para o padrão de cuidado da rede.</p> <p>Ausência de Janela de Visualização: O item ofertado não contempla a janela de inspeção exigida, acessório indispensável para o monitoramento clínico do estoma e do efluente sem prejuízo à discricção da bolsa opaca.</p> <p>CONCLUSÃO</p> <p>A proposta é INAPTA por descumprimento de requisitos dimensionais e funcionais obrigatórios, comprometendo a segurança clínica e a padronização técnica estabelecida no Termo de Referência.</p>
		2º	TECPLUS LTDA.	SenSura Mio Convex Ligth 1PC Bolsa Drenável Recorte 10-43mm	Registro Anvisa: 10430310167	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
75 Cota do Item 11	ID:3003720 - Bolsa Convexa de Colostomia/ileostomia, opaca, com filtro de carvão ativado, com velcro de fechamento acoplado a bolsa, placa com dois adesivos, sendo um com micropore e flange com composição de cerâmidas com janela de visualização, conectores para adaptação de cinto, Opaca, Recortável de 13 à 55mm.	1º	INTEGRAL MED LTDA.	HOLLISTER Bolsa de Estomia adulto 1 peça Soft Convexa CeraPlus Código: 89511	Registro Anvisa: 10326400039	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa INTEGRAL MED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
76 Cota do Item 12	ID: 3003721 - Bolsa para estomia adulta colostomia/ileostomia, convexa, opaca, para estoma retraídos, sistema 01 peça, drenável, clamp de fechamento com velcro acoplado a bolsa, com janela de visualização e com filtro de carvão ativado, flange de resina sintética, recortável de 20-57 mm.	1º	ORTOMED LTDA.	Convatec ESTEEM+Flex Convex Código ICC: 422159	Registro Anvisa: 80523020052	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ORTOMED LTDA , constatou-se que o objeto

						ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
77 Cota do Item 13	ID: 8310 - Bolsa para estomia adulta, colostomia/ileostomia, sistema 01 peça, drenável, estéril, para uso pós-operatório, com base plana, recortável de 10-115 mm com capacidade para 725 ml, com janela integrada para fácil acesso ao estoma e válvula de drenagem acoplada à bolsa.	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Sensura Pós-op Bolsa Drenável Estéril 10- 115mm 725ml Código: 19011	Registro Anvisa: 10430310076	Apta Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
78 Cota do Item 14	ID: 8318 - Bolsa para estomia adulta, colostomia/ileostomia, sistema 01 peça, drenável, estéril, para uso pós-operatório, com base plana, recortável de 10-78 mm com capacidade para 680 ml, com janela integrada para fácil acesso ao estoma e válvula de drenagem acoplada à bolsa.	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Sensura Pós-op Bolsa Drenável Estéril 10- 78mm 680ml Código: 19010	Registro Anvisa: 10430310076	Apta Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
79 Cota do Item 15	ID: 3003722 - Sistema de manejo de fístula e ferida medindo 156-228 mm com janela flexível, filme de cobertura transparente, com abertura para drenagem, componentes: 1. Plástico protetor; 2. Grade de demarcação; 3. Dispositivo receptor; 4. Janela; 5. Bomba para inflar; 6. Canal para drenagem; 7. Clamp. Capacidade midi. O kit deverá conter 03 unidades de sistema. Hospitalar	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Sistema de manejo de Fístula Transparente com recorte de 156- 228mm Código: 14060	Registro Anvisa: 10430310040	Apta Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
80 Cota do Item 16	ID: 3003723 - Sistema de manejo de fístula e ferida medindo 208-297 mm com janela flexível, filme de cobertura transparente, com abertura para drenagem, componentes: 1. Plástico protetor; 2. Grade de demarcação; 3. Dispositivo receptor; 4. Janela; 5. Bomba para inflar; 6. Canal para drenagem; 7. Clamp. Capacidade maxi. O kit deverá conter 03 unidades de sistema.	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Sistema de manejo Fístula Transparente com recorte de 208- 297mm Código: 14070	Registro Anvisa: 10430310040	Apta Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
81 Cota do Item 17	ID: 3752 - Barreira protetora de pele em forma de pasta para o cuidado de estomas intestinais e urinários composta de estireno-isopreno-estireno (SIS), borracha de isopreno líquido, poliisobutileno (PIB), dióxido de silício coloidal, óleo mineral, pectina, gelatina, carboximetilcelulose sódica (CMC), dióxido de titânio, metilparabeno e etilparabeno. Indicada para o preenchimento de cavidades e dobras cutâneas ao redor do estoma, assegurando um ajuste preciso entre o estoma e a base adesiva e protegendo a pele do efluente do estoma. Sem álcool. Não arde. Não estéril. tubo de 60 g com aplicador.	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Brava Pasta sem Álcool 60g Código: 12050	Registro Anvisa: 10430310197	Apta Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

<p style="text-align: center;">82 Cota do Item 18</p>	<p>ID: 1002447- 1147 -1002730 -Protetor cutâneo solução de secagem rápida que, aplicada á pele forma uma película protetora indolor, transparente e durável, resistente á água e permeável ao ar, permitindo a transpiração da pele, não possui álcool; barreira que oferece total proteção contra irritações de pele, decorrentes de incontinência urinária e fecal, e danos causados pelos adesivos em curativos repetitivos. Frasco Aerosol 50 ml.</p>	<p style="text-align: center;">1º</p>	<p style="text-align: center;">TECPLUS LTDA.</p>	<p style="text-align: center;">PREVDERM Spray Barreira - 50ml</p>	<p style="text-align: center;">Registro Anvisa: 80225209007</p>	<p style="text-align: center;">Inapta</p>	<p>Após exame minucioso da proposta e do catálogo técnico acostados pela licitante TECPLUS LTDA, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão técnica do objeto ofertado. Constatou-se que o produto apresentado em formato Spray (gatilho manual) diverge frontalmente da especificação em Aerossol (pressão contínua) estabelecida no Termo de Referência.</p> <p>É imperativo ressaltar que a tecnologia de aplicação em aerossol não é uma exigência meramente acessória, mas um requisito funcional indispensável para a integridade da pele periestoma. O sistema de pressão contínua permite uma dispersão uniforme e constante do polímero, garantindo a formação de uma barreira protetora homogênea sem a necessidade de fricção ou contato mecânico excessivo, o que é vital para pacientes com tecidos fragilizados.</p> <p>A substituição pelo acionamento manual (spray) altera o rendimento do produto e a precisão da cobertura, desnaturando o objeto licitado. Portanto, a divergência configura inconformidade técnica insanável, por descumprimento das especificações mínimas obrigatórias e do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.</p>
		<p style="text-align: center;">2º</p>	<p style="text-align: center;">J&A Comercio e Representação de</p>	<p style="text-align: center;">Bbraun Askina Barrier Film Frasco Spray 28 ml</p>	<p style="text-align: center;">Registro Anvisa: 80136990826</p>	<p style="text-align: center;">Inapta</p>	<p>Após exame minucioso da proposta e dos encartes</p>

			Produtos Medico Hospitalar	Código: 5036		<p>técnicos apresentados pela licitante J&A LTDA, manifesta-se esta Coordenadoria pela inaptidão técnica do objeto ofertado. Constatou-se que a empresa apresentou o produto em frascos de 28 ml, volume que diverge significativamente da apresentação de 50 ml expressamente estabelecida no Termo de Referência.</p> <p>É imperativo ressaltar que a padronização da volumetria é requisito essencial para o planejamento logístico e para o cumprimento do cronograma de consumo estimado por esta Administração. A oferta de embalagem com volume inferior (aproximadamente 44% menor que o solicitado) desnatura o objeto licitado, impactando diretamente na frequência de reposição dos estoques e, principalmente, na continuidade do cuidado ao paciente, que teria sua autonomia reduzida pelo esgotamento precoce do insumo.</p> <p>Portanto, a entrega em apresentação inferior à estabelecida configura descumprimento das especificações mínimas obrigatórias e do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tornando a proposta inadmissível.</p>
83 Cota do Item 19	ID: 3003724 - Barreira protetora de pele em lenço, indicado para proteção contra problemas associados ao contato da pele com urina, fezes, secreções e exsudatos, sem afetar a adesão de base adesivas de equipamentos de estomia e curativos adesivos. Apresenta-se em tela de poliéster e viscose, 100%	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Brava Lenço Barreira Sachê Código: 12021	Registro Anvisa: 10430310132	Apta Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações

	silicone, não contém álcool, sendo assim não provoca ardência e pode ser aplicado em região irritada. Não estéril. caixa com 30 unidades.						descritas no Termo de Referência.
		2º	ORTOMED LTDA.	Convatec ESENTA Lenço Barreira Protetora Código do Produto: 1729195/423282	Registro Anvisa: 80523029020	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ORTOMED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
84 Cota do Item 20	ID: 5429 - Protetor cutâneo em pó, para absorção de umidade, exsudatos e efluentes das dermatites na pele peristoma. Frasco de 25 g até 28,3 g.	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Brava Pó para estomias 25g Código: 1907	Registro Anvisa: 10430310119	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		2º	INTEGRAL MED LTDA	HOLLISTER Adapt Pó Código: 7906	Registro Anvisa: 10326400016	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa INTEGRAL MED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
85 Cota do Item 21	ID: 10322 - Desodorante para bolsa de colostomia/ileostomia, com função de neutralizar odores e lubrificar a bolsa permitindo que o efluente fique na parte inferior da bolsa, facilitando o esvaziamento da bolsa. Frasco de 236 ml até 240 ml.	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Brava Desodorante Lubrificante 240ml Código: 12061	Registro Anvisa: 10430310117	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		2º	INTEGRAL MED LTDA.	HOLLISTER Adapt Desodorante Código: 78500	Registro Anvisa: 10326409025	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa INTEGRAL MED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
86 Cota do Item 22	ID: 1002446 -32663 - Anel com alta capacidade de absorção, resistente a erosão, indicado para nivelar imperfeições na pele peristoma e/ou garantir melhor controle da umidade ao redor do estoma garantindo o	1º	INTEGRAL MED LTDA.	HOLLISTER Adapt Ceraring Anéis Código: 8815	Registro Anvisa: 10326400037	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa

	ajuste do equipamento coletor, evitando vazamentos e proporcionando proteção e hidratação da pele, embalagens individuais, espessura de até 2.3 mm e diâmetro de 48 mm.						INTEGRAL MED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		2º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Brava Anel Moldável Código:12030	Registro Anvisa: 10430310124	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
87 Cota do Item 23	ID: 7658 - Adesivo flexível, em arco elástico para prevenção da flutuação e deslocamento do flange da placa da bolsa de colostomia/ileostomia/urostomia, proporciona mais segurança na aderência e permanência na pele.	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Brava Fita Adesiva Elástica Formato Curvo Código: 12070	Registro Anvisa: 10430310126	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
88 Cota do Item 24	ID: 1002448 - Adesivo flexível, em Y elástico para prevenção da flutuação e deslocamento do flange da placa da bolsa de colostomia/ileostomia/urostomia, proporciona mais segurança na aderência e permanência na pele	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Brava Fita Adesiva Elástica Formato Y Código: 12072	Registro Anvisa: 10430310126	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
89 Cota do Item 25	ID: 3588 - Removedor de adesivo em spray, composto 100% silicone, para remoção da placa dos dispositivos de colostomia/ileostomia/urostomia e adesivos, sem álcool em sua composição, em frascos de 50 ml	1º	RIOQUIMICA S.A	REMOVEX SENSITIVE SPRAY 30ML	Registro Anvisa: Não consta na proposta. PROCESSO Nº 25351.168568/2 019-96. AFE. Nº 2.01.869-7	Inapta	Após análise da proposta e dos catálogos técnicos da licitante RIOQUIMICA LTDA , conclui-se pela inconformidade técnica. O produto ofertado (frasco de 30 ml) diverge frontalmente da especificação obrigatória de 50 ml estabelecida no Termo de Referência. Ressalta-se que a aceitação de volumetria inferior compromete a equação de consumo e o planejamento logístico desta Secretaria, Tal divergência em característica essencial do objeto configura descumprimento ao

							princípio da vinculação ao Instrumento convocatório, tornando a proposta inadmissível por não atender aos requisitos de padronização e eficiência na distribuição aos pacientes.
90 Cota do Item 26	ID: 3753 - Adesivo flexível, elástico e macio, composto por dióxido de titânio, carboximetilcelulose sódico (CMC), estirenoisopreno-estireno (SIS) e filme de poliuretano. Para proteção e recuperação da pele peristoma. e absorção da umidade tamanho 10 x 10 cm	1º	ULTRA MEDKA Produtos para Saúde	Coloplast Brava Placa Protetora 10x10cm Código: 3210	Registro Anvisa: 10430310084	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ULTRAMEDKA LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
91 Cota do Item 27	ID: 3754 - Adesivo flexível, elástico e macio, composto por dióxido de titânio, carboximetilcelulose sódico (CMC), estirenoisopreno-estireno (SIS) e filme de poliuretano. Para proteção e recuperação da pele peristoma. e absorção da umidade tamanho 15 x 15 cm	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Brava Placa Protetora 15x15cm Código: 3215	Registro Anvisa: 10430310084	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
92 Cota do Item 28	ID: 10314 - Solidificador para ileostomias em sachê, com dupla função: geleificante/hidrossolúveis para efluentes líquidos e semilíquidos e controlador de odores, com carvão ativado, embalagem com 100 unidades.	1º	ORTOMED LTDA.	Convatec Diamonds Sachês Código ICC: TR 105	Isto Registro Anvisa: 028535/13-8	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa ORTOMED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
93 Cota do Item 29	ID:475 - Bolsa coletora de urina, transparente, sistema fechado, com válvula de drenagem, válvula anti-refluxo e clamp corta fluxo, permite fixação na lateral da cama ou em cadeiras de rodas, uso individual. capacidade 2000 ML	1º	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	WILTEX BOLSA PARA DRENAGEM DE URINA SISTEMA FECHADO Código: 30102	Registro MS: 10150470465	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa MEDSHOP HOSPITALAR LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		2º	J&A Comercio e Representação de Produtos Medico Hospitalar	Medix Bolsa Coletora de Urina Sistema Fechado 2000ml	ANVISA 80495510024/80495510185 80495510221/ 80495510099	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa J&A LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações

							descritas no Termo de Referência.
		3º	COVAN Comércio Varejista e Atacadista do Norte Ltda.	Medix Bolsa Coletora de Urina Sistema Fechado Simples 2000ml	Não consta Registro Anvisa na proposta	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa COVAN LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
94 Cota do Item 30	ID: 5632 -1002490 - Cinto elástico adulto, para suporte de equipamento coletor de estomia, ajustável e com presilha de conexão	1º	TECPLUS LTDA.	Coloplast Brava Cinto para bolsa de estomia XL Código: 422	Registro Anvisa: 10430310085	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa TECPLUS LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.
		2º	INTEGRAL MED LTDA.	HOLLISTER Adapt Cinto para bolsa de ostomia 7300	Registro Anvisa: 10326400020	Apta	Após análise técnica do portfólio e da documentação apresentada pela empresa INTEGRAL MED LTDA , constatou-se que o objeto ofertado atende as especificações descritas no Termo de Referência.

2. DA CONCLUSÃO:

Após análise técnica detalhada das propostas apresentadas, esta **Coordenadoria de Cuidados à Pessoa com Deficiência (CCPD/SESAU-RO)** manifesta-se nos seguintes termos:

2.1. Da Conformidade Técnica (empresas aptas)

Informamos que as propostas das empresas listadas como APTAS (conforme detalhamento no corpo deste documento) atendem integralmente às especificações descritivas, requisitos de registro sanitário (ANVISA) e padrões de qualidade estabelecidos no Termo de Referência. A análise baseou-se na verificação fidedigna de catálogos e prospectos, garantindo a padronização necessária à rede estadual de saúde.

2.2. Das Inconformidades e Inaptidões

As propostas julgadas **INACEITÁVEIS** apresentam vícios que comprometem a execução contratual e a segurança do paciente. Entre as razões fundamentadas nesta análise, destacam-se:

- **Falha de Identificação:** Divergência de códigos de referência e modelos nos manuais técnicos, impossibilitando a validação das características do produto e sua correta conferência, impossibilitando o poder de fiscalização da Administração;
- **Divergência Tecnológica:** Oferta de sistemas de aplicação (ex: Spray vs. Aerosol) e volumetrias inferiores que desnaturem o objeto licitado;
- **Inadequação Clínica (Dimensões e Componentes):** Oferta de flanges e amplitudes de recorte fora dos diâmetros estabelecidos no edital. A precisão dessas medidas é fator crítico para evitar o contato da pele com o efluente, sendo requisito essencial para a prevenção de lesões e para a garantia da dignidade e segurança do paciente estomizado.
- **Componentes Obrigatórios:** A ausência ou inclusão indevida de itens específicos como o filtro de carvão ativado descaracteriza a utilidade terapêutica do produto. O filtro é indispensável para o controle de gases e odores em itens específicos, e sua falta invalida a eficácia do dispositivo para o uso clínico pretendido.

2.3. Da Limitação de Atribuições e Inexequibilidade

Ressalta-se que este parecer limita-se estritamente à viabilidade técnica e assistencial dos insumos. No que tange à aferição de eventual inexequibilidade de preços, pautamo-nos pelo Art. 34 da Instrução Normativa nº 73/2022.

Esclarecemos que a análise, diligência ou julgamento acerca dos valores praticados nas fases de lances e negociação não se inserem nas atribuições desta Coordenadoria, sendo competência direta e exclusiva do Agente de Contratação ou da Comissão de Contratação, conforme rito legal vigente.

Esta Coordenadoria reitera que a rejeição de itens inaptos visa resguardar a Administração Pública de riscos sanitários e garantir que o tratamento dispensado aos usuários do Sistema Único de Saúde em Rondônia mantenha o padrão de excelência preconizado.

Submetemos o presente à apreciação para prosseguimento do feito.

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertado pelas empresas/licitantes, em relação às especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertadas, seguem abaixo:

ID do Item	Empresa(s) APTAS	Empresa(s) INAPTAS
1	Comércio e Representações PRADO Ltda. / CONVATEC Brasil LTDA	KTR BRASIL
2	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	---
3	ORTOMED LTDA.	---
4	ULTRA MEDKA	---
5	---	COVAN / KTR BRASIL / Comércio e Representações PRADO Ltda.
6	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	---
7	ULTRA MEDKA	---
8	ULTRA MEDKA	---
9	ULTRA MEDKA	---
10	---	CONVATEC BRASIL LTDA / J&A / BIONUTRI
11	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	---
12	PRADO Ltda. / CONVATEC Brasil / ORTOMED LTDA.	---
13	ULTRA MEDKA	---
14	ULTRA MEDKA	---

ID do Item	Empresa(s) APTAS	Empresa(s) INAPTAS
15	ULTRA MEDKA	---
16	ULTRA MEDKA	---
17	ULTRA MEDKA	---
18	---	RIOQUIMICA / VUELO Pharma / ULTRA MEDKA
19	ULTRA MEDKA / CONVATEC Brasil / PRADO Ltda.	---
20	ULTRA MEDKA / CONVATEC Brasil / MEDICAL DA AMAZÔNIA	---
21	ULTRA MEDKA / MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	---
22	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA. / ULTRA MEDKA	---
23	ULTRA MEDKA	---
24	ULTRA MEDKA	---
25	CONVATEC Brasil LTDA	RIOQUIMICA S.A
26	ULTRA MEDKA	---
27	ULTRA MEDKA	---
28	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA. / ORTOMED LTDA.	VUELO Pharma
29	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA / J&A / COVAN	---
30	ULTRA MEDKA / MEDICAL DA AMAZÔNIA / CONVATEC Brasil	---
31	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	---
32	TECPLUS LTDA.	---

ID do Item	Empresa(s) APTAS	Empresa(s) INAPTAS
33	TECPLUS LTDA.	---
34	ULTRA MEDKA	---
35	ULTRA MEDKA	---
36	ULTRA MEDKA	---
37	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	BIONUTRI / J&A
38	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	BIONUTRI / J&A
39	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO Ltda. / ORTOMED LTDA.	---
40	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO Ltda. / ORTOMED LTDA.	---
41	TECPLUS LTDA.	BIONUTRI / J&A
42	TECPLUS LTDA.	BIONUTRI / J&A
43	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	J&A / BIONUTRI
44	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	J&A / BIONUTRI
45	ULTRA MEDKA	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.
46	ULTRA MEDKA	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.
47	ULTRA MEDKA	---
48	ULTRA MEDKA	---
49	PRADO Ltda. / CONVATEC Brasil / ORTOMED LTDA.	---
50	PRADO Ltda. / CONVATEC Brasil / ORTOMED LTDA.	---

ID do Item	Empresa(s) APTAS	Empresa(s) INAPTAS
51	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	---
52	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	---
53	ULTRA MEDKA	---
54	ULTRA MEDKA	---
55	ULTRA MEDKA	J&A/ BIONUTRI
56	ULTRA MEDKA	J&A/ BIONUTRI
57	ULTRA MEDKA	J&A/ BIONUTRI
58	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	---
59	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	---
60	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	---
61	MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA.	---
66/Cota do Item 01	ORTOMED LTDA.	KTR
67/Cota do Item 02	INTEGRAL MED LTDA	---
68/Cota do Item 04	TECPLUS LTDA.	---
69/Cota do Item 05	TECPLUS LTDA.	COVAN/ KTR
70/Cota do Item 06	INTEGRAL MED LTDA	---
71/Cota do Item 07	TECPLUS LTDA.	---
72/Cota do Item 08	TECPLUS LTDA.	---
73/Cota do Item 009	TECPLUS LTDA.	---

ID do Item	Empresa(s) APTAS	Empresa(s) INAPTAS
74/Cota do Item 10	TECPLUS LTDA.	J&A
75/Cota do Item 11	INTEGRAL MED LTDA	---
76/Cota do Item 12	ORTOMED LTDA.	---
77/Cota do Item 13	TECPLUS LTDA.	---
78/Cota do Item 14	TECPLUS LTDA.	---
79/Cota do Item 15	TECPLUS LTDA.	---
80/Cota do Item 16	TECPLUS LTDA.	---
81/Cota do Item 17	TECPLUS LTDA.	---
82/Cota do Item 18		TECPLUS LTDA/J&A
83/Cota do Item 19	TECPLUS LTDA. / ORTOMED LTDA.	---
84/Cota do Item 20	TECPLUS LTDA. / INTEGRAL MED LTDA	---
85/Cota do Item 21	TECPLUS LTDA. / INTEGRAL MED LTDA.	---
86/Cota do Item 22	INTEGRAL MED LTDA. / TECPLUS LTDA.	---
87/Cota do Item 23	TECPLUS LTDA.	---
88/Cota do Item 24	TECPLUS LTDA.	---
89/Cota do Item 25	CONVATEC Brasil LTDA	RIOQUIMICA S.A
90/Cota do Item 26	ULTRA MEDKA	
91/Cota do Item 27	TECPLUS LTDA.	
92/Cota do Item 28	ORTOMED LTDA.	

ID do Item	Empresa(s) APTAS	Empresa(s) INAPTAS
93/Cota do Item 29	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA / J&A / COVAN	
94/Cota do Item 30	TECPLUS LTDA. / INTEGRAL MED LTDA	

Considerando que o parecer técnico foi elaborado estritamente com base na análise dos aspectos técnicos dos insumos, limitando-se às especificações e aos critérios técnicos pertinentes.

No que se refere à aferição de eventual inexecuibilidade da proposta, observa-se o disposto no **art. 34 da Instrução Normativa nº 73/2022**, segundo o qual valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração configuram mero indício de inexecuibilidade, cuja caracterização somente pode ocorrer após a realização de **diligência pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação**, conforme expressamente previsto em seu parágrafo único, *in verbis*:

"Art. 34. No caso de **bens e serviços em geral**, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

Parágrafo único. **A inexecuibilidade**, na hipótese de que trata o caput, **só será considerada após diligência do agente de contratação ou da comissão de contratação.**"(grifo nosso)

Desse modo, **não se inserem nas atribuições deste setor** a análise, **aferição ou a realização de diligências relacionadas aos valores apresentados nas fases de lances e de negociação**, por se tratarem de atos inerentes à condução do certame, cuja responsabilidade é direta e exclusiva do agente de contratação/pregoeiro(a), em estrita observância à legislação vigente e às normas que regem os procedimentos licitatórios.

Para sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

GLACIELA RODRIGUES DA SILVA

Núcleo de Ostomias

Coordenadoria de Cuidado a Pessoa com Deficiência/CCPD

SDTECS/SESAU



LUZENI MARIA DE SOUSA

Coordenadora

Coordenadoria de Cuidado a Pessoa com Deficiência/CCPD

SDTECS/SESAU



Documento assinado eletronicamente por **Glaciela Rodrigues da Silva, Técnico(a)**, em 24/04/2026, às 18:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **LUZENI MARIA DE SOUSA, Chefe de Unidade**, em 27/04/2026, às 10:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **71519844** e o código CRC **9660CC39**.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0036.024765/2025-94