



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 45/2026/SESAU-SLPM

Considerando o **Ofício nº 3646**, protocolado sob o **SEI nº71799447** , por meio do qual se solicita a análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº **90314/2025/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM), por intermédio da Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos (SLPM), passa a apresentar o presente Parecer Técnico, nos termos que seguem.

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.045652/2024-41						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90314/2025/ MATERIAIS DIVERSOS I						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	ID: 5401 - APARELHO DE BARBEAR, DESCARTÁVEL, TIPO TRICOTOMIZADOR, EM CABO DE PLÁSTICO, SEM REBARBAS, COM 95 MM DE COMPRIMENTO, COMPOSTO DE 3 LAMINAS DE CORTES DE APROXIMADAMENTE 04 CM, PROTEGIDA ATRAVÉS DE BORDO DENTADO COM TAMPA DE PROTEÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTAÇÃO LTDA	Marca: IAMO Modelo: YS43134VD	Não informado	APTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
3	ID: 10557 - CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO, COMPOSIÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO, LEVE, ATÓXICA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEHD), COM ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) PARA MANTER A TEMPERATURA INTERNA CONSERVADA POR MAIS TEMPO. CAPACIDADE VARIANDO ENTRE 12 E 16 LITROS, SEM TERMÔMETRO, DIMENSÕES APROXIMADAS EXTERNAS VARIANDO + OU - ATÉ 10 CM COM 36 COMPRIMENTO, 27 CM DE LARGURA E 25 CM DE ALTURA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE,	REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	SOPRANO	Não informado	INAPTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado não atende às necessidades desta Administração e às exigências do edital. Verificou-se divergência entre o descritivo técnico exigido e as especificações do modelo ofertado (Soprano 09003.5055.55): enquanto o edital exige isolamento em Poliuretano (PU) e corpo em Polietileno de Alta Densidade (PEHD) para garantir a estabilidade térmica de material biológico, o item ofertado possui isolamento em Poliestireno (EPS) e composição em Polipropileno (PP), materiais com desempenho térmico e resistência inferiores ao solicitado.

4	NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. ID: 8181 CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO, COMPOSIÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO, LEVE, ATÓXICA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEHD), COM ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) PARA MANTER A TEMPERATURA INTERNA CONSERVADA POR MAIS TEMPO. CAPACIDADE VARIANDO ENTRE 5 E 7 LITROS, SEM TERMÔMETRO, DIMENSÕES APROXIMADAS EXTERNAS VARIANDO + OU - ATÉ 10 CM COM 27 COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 19 CM DE ALTURA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. ID: 5294 - CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL E ESTÉRIL - CONFECCIONADO EM CORPO ÚNICO COM MATERIAL PLÁSTICO ESPECIAL, RESISTENTE E ATÓXICO, ANTI-ALERGÊNICO, APIROGÊNICO, FORMATO E SISTEMA DENTEADO TIPO PINÇA EM PVC, COM BORDAS ARREDONDADAS NÃO	REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	MOR	Não informado	INAPTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado não atende às necessidades desta Administração . O edital exige isolamento em Poliuretano (PU), material de alta performance térmica essencial para a manutenção da cadeia de frio de amostras biológicas , enquanto o produto ofertado utiliza Poliestireno Expandido (EPS/Isopor) . Além disso, o item apresenta altura de 24 cm, excedendo a dimensão máxima estabelecida de 19 cm (mesmo considerada a margem de tolerância).
5	TRAUMÁTICAS, DUPLAMENTE SERRILHADAS, APRESENTANDO SISTEMA DE TRAVAMENTO E LACRE DEFINITIVO E SEGURO COM FECHO PLÁSTICO INVIOLÁVEL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	WILTEX	10150479066	APTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
6	ID: 467 - COLCHÃO DE AR, ANTIESCARAS, TIPO CAIXA DE OVO ABERTA, INFLÁVEL, COM VÁLVULA ANTI-VAZAMENTO, TAMANHO DE 190CM X 90CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	DELLAMED S.A	DELLAMED/FOSHAN HONGFENG CO.	80795950041	INAPTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado pela marca não atende às exigências do descritivo técnico . A empresa licitante apresentou o modelo Air Plus , que possui estrutura de células fechadas, em desacordo com a especificação de colchão tipo “caixa de ovo” aberta (vazada) . Além disso, o item ofertado consiste em um sistema pneumático de pressão alternada , que depende de conexão contínua a um compressor elétrico para funcionamento, divergindo da exigência de colchão inflável estático , dotado de válvula anti-vazamento e funcionamento autônomo.
7	ID: 10652 - ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NYLON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, FORMATO CABEÇA TRIANGULAR, MODELO MACIO, COR AZUL, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS	PI SOLUÇÕES E COMERCIO LTDA	Estoril Cosméticos	25351.731891/2018-28	APTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital.

	ADICIONAIS CABO COM CURVA ACENTUADA, TIPO CERDAS PONTAS ARREDONDADAS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. ID: 5402 - ESCOVA DE ASSEPSIA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO DUPLA FACE, FLEXIVEL, DOTADA DE CERDAS MACIAS E DE ESPONJA DE POLIURETANO UNIFORMIMENTE IMPREGNADA COM SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA A 2% COM TENSOATIVOS. PARA LAVAGEM DAS MÃOS E BRAÇO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. ID: 1001810 - MEMBRANA EM TECIDO FILTRANTE (ELEMENTO FILTRANTE PARA O PORTA FILTRO) BACTERICIDA, DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO EM PORTA-FILTRO (COMPATÍVEL COM PORTA FILTRO UTILIZADO NO ESPIRÔMETRO MICROLAB DE 30 MM X 34 MM), PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNÇÃO PULMONAR (ESPIROMETRIA). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	CRISTALIA	Não informado	APTO	É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico. Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
12		REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	De Marchi	Não informado	APTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado é funcionalmente compatível com o padrão Microlab exigido. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital, sendo obrigatório que a embalagem e o rótulo identifiquem, de forma clara e inequívoca, a compatibilidade com o porta-filtro 30 mm x 34 mm e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
14	ID: 7257 - TUBO (TUBETE OU BOCAL) DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA, COMPATÍVEL COM PORTA FILTRO USADO NO ESPIRÔMETRO MICROLAB, DESCARTÁVEL, ADULTO, DIÂMETRO 28 MM X 30 MM X 65 MM, EM PAPELÃO COM PELÍCULA PLÁSTICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	De Marchi	Não informado	APTO	Após análise técnica no site produto ofertado pela marca da Marchi, verificou-se o (Modelo DMB 0001) que atende integralmente ao descritivo técnico. As dimensões de 28 mm (interno) x 30 mm (externo) x 65 mm (comprimento) conferem compatibilidade exata com o porta-filtro padrão Microlab (30x34mm) disponível na unidade. O acabamento em película plástica cumpre o requisito de conforto e higiene para o paciente, sendo o material de uso único e descartável conforme exigido.
16	ID: 1002922 - LAMPADA PARA FOCO CIRÚRGICO 12V 25 W.A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	TRITEK MOD,25W 12V BA15D	Não informado	APTO	Após análise técnica, verificou-se que o produto ofertado (Marca: TRITEK / Modelo: 25W 12V BA15D) atende às especificações solicitadas. Ressalva-se que a aceitação definitiva do item está condicionada à entrega em estrita conformidade com o edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item, a marca e o modelo, garantindo a rastreabilidade

							e a compatibilidade com o descritivo técnico. Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico. Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico. Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico. Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico. Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
17	ID - 1002925 - LÂMPADA DE INFRAVERMELHO PARA FISIOTERAPIA, 150 WATTS, 127 VOLTS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA	LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	G-light	Não informado	APTO		
18	ID: 10655 - SERRA DE GIGLI COMPRIMENTO DE 30CM EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL.A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SERTRAUMA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	CIRURGICA BRASIL	10229650018	APTO		
19	ID: 1570 - SERRA DE GIGLI COMPRIMENTO DE 40CM EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SERTRAUMA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	CIRURGICA BRASIL	10229650018	APTO		
20	ID: 6582 - SERRA DE GIGLI COMPRIMENTO DE 50CM EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SERTRAUMA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	CIRURGICA BRASIL	10229650018	APTO		
21	ID: 7492 - TALA METÁLICA 12X180MM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA..	SERTRAUMA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MSO	80128000010	APTO		

22	ID: 5569 - TALA METÁLICA 16X180MM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SERTRAUMA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MSO	80128000010	APTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
23	ID: 5519 - TALA METÁLICA 19X180MM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SERTRAUMA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MSO	80128000010	APTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
24	ID: 1002836 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA, ROXA, TAMANHO PP: (30 x 8 cm). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SERTRAUMA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MSO	80128000014	APTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
25	ID: 1002837 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA, AZUL, TAMANHO P: (53 x 8 cm). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SERTRAUMA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MSO	80128000014	APTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
26	ID: 1002838 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA, LARANJA, TAMANHO M: (63 x 9 cm). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SERTRAUMA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MSO	80128000014	APTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
27	ID: 1002839 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA , VERDE, TAMANHO G: (86,5	REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	ORTOCENTER	Não informado	APTO	Após análise técnica no site do fabricante, conclui-se que o produto ofertado pela

	x 10 cm). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					marca Ortocenter (Registro ANVISA 10335910011) atende às necessidades desta Administração , visto que disponibiliza as dimensões de 86,5 x 10 cm conforme exigido. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico. Após análise técnica no site do fabricante, conclui-se que o produto ofertado pela marca Ortocenter (Registro ANVISA 10335910011) atende às necessidades desta Administração , visto que disponibiliza as dimensões (Verde/G) e 120 x 12 cm (Amarela/GG) conforme exigido. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem.
28	ID: 1002840 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA EM EVA , AMARELA, TAMANHO GG: (120 X 12cm). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	ORTOCENTER	Não informado	APTO	
29	ID: 10459 - TECIDO HEMOSTÁTICO (CELULOSE OXIDADA); COM APLICAÇÃO HOSPITALAR; DE TAMANHO 75MM X 100MM; COM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE TELA DE TECIDO TRANÇADO ABSORVÍVEL E ESTÉRIL, PREPARADO PELA OXIDAÇÃO CONTROLADA DE CELULOSE REGENERADA; DE COLORAÇÃO BRANCA, QUE PODE SER SUTURADO OU CORTADO SEM DESFIAR, SENDO HEMOSTÁTICO E BACTERICIDA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	SOO-0408 ENVELOPE AEGIS SURGI-ORC ÍNDIA	80320680098	INAPTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado não atende às exigências do edital. A empresa licitante apresentou item na cor amarela , em desacordo com a cor branca especificada . Além disso, o descritivo do produto menciona diferentes estruturas, como malhas soltas e fibras, divergindo da exigência de tela trançada específica, com resistência adequada para corte sem desfiamento . Diante do exposto, verifica-se que o item ofertado não atende ao descritivo técnico exigido . Após análise técnica do produto da marca MedixLab , conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração . Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico. Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega
30	ID: 1 - ABAIXADOR DE LÍNGUA, CONFECCIONADO EM MADEIRA, NÃO ESTERIL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO POR 1,2 CM DE LARGURA E 0,5MM ESPESSURA, CONTENDO BORDAS E SUPERFICIE LISA, PACOTE COM 100 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	MedixLab	Não informado	APTO	
31	ID: 239 - BOLSA PARA AGUA QUENTE, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATE 100 Cº, RETANGULAR COM CANTOS ARREDONDADOS, LARGURA APROXIMADA DE 17	REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Bioland	10410130036	APTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega

	CM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 26 CM, TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO, CAPACIDADE DE 1000 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
	ID - 9506 - BOLSA TÉRMICA GEL IDEAL PARA COMPRESSA QUENTE E FRIA.TAMANHO P, CAPACIDADE 300 G, DIMENSÕES APROXIMADAS 20X 15X 10 CM, REUTILIZÁVEL E FLEXÍVEL, CONTÉM EM SEU INTERIOR GEL					Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital.
32	NÃO TÓXICO E MALEÁVEL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. ID: 487 - COMPRESSA PARA NEUROCIRURGIA ESTÉRIL, TIPO COTTONÓID, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25 X 76MM; ESPESSURA MÍNIMA 6F; MALHAS DE FIBRAS DE RAYON DE EXTREMA PUREZA ENTRELAÇADAS POR UM PROCESSO ESPECIAL E A ESTE FALSO TECIDO É FIXADO UM FIO DE SUTURA PARA FACILITAR SEU MANUSEIO E LOCALIZAÇÃO, PARA ABSORÇÃO DE FLUÍDOS, PROTEÇÃO DE TECIDOS	NRX MEDICAL SYSTEMS	Dellamed Colorgel	80795950056	APTO	É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
37	NERVOSOS, COM IDENTIFICAÇÃO RADIOPACA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	PHARMAX DISTRIBUIDORA	MED SHARP	80267170007	APTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital.
38	ID: 6635 - COMPRESSA PARA NEUROCIRURGIA ESTÉRIL, TIPO COTTONÓID, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25 X 25MM; ESPESSURA MÍNIMA 6F; MALHAS DE FIBRAS DE RAYON DE EXTREMA PUREZA ENTRELAÇADAS POR UM PROCESSO ESPECIAL E A ESTE FALSO TECIDO É FIXADO UM FIO DE SUTURA PARA FACILITAR SEU MANUSEIO E LOCALIZAÇÃO, PARA ABSORÇÃO DE FLUÍDOS, PROTEÇÃO DE TECIDOS NERVOSOS, COM IDENTIFICAÇÃO RADIOPACA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E	PHARMAX DISTRIBUIDORA	MED SHARP	80267170007	APTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital.
						É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.

	PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. ID: 489 - COMPRESSA PARA NEUROCIRURGIA ESTÉRIL, TIPO COTTONÓID, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 X 13CM; ESPESSURA MÍNIMA 6F , MALHAS DE FIBRAS DE RAYON DE EXTREMA PUREZA, ENTRELAÇADAS POR UM PROCESSO ESPECIAL E A ESTE FALSO TECIDO É FIXADO UM FIO DE SUTURA PARA FACILITAR SEU MANUSEIO E LOCALIZAÇÃO, PARA ABSORÇÃO DE FLUIDOS, PROTEÇÃO DE TECIDOS NERVOSOS, COM					Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital.
39	IDENTIFICAÇÃO RADIOPACA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. KIT COM 10 UNIDADES. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. ID - 1002923 - KIT FAIXA ELÁSTICA COM 03 INTENSIDADES (LEVE, MÉDIA, FORTE); LEVE: 1,5M X 15CM X 0,35MM; MÉDIA: 1,5M X 15CM X 0,45 MM; FORTE: 1,5M X 15 CM X 0,55; CORES VARIADAS. 1,5M (COMPRIMENTO) X 15CM (LARGURA), ESTILO PULL UP, CORES VARIADAS, BORRACHA NATURAL LÁTEX. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. ID: 1002830 - LACRE DE SEGURANÇA NUMERADO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO OU NYLON, COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL, DESTINADO AO PROTOCOLO DE SEGURANÇA NO CONTROLE DE MEDICAÇÕES EM CARRINHO DE EMERGÊNCIA, COM COMPRIMENTO DE 16 CM. EMBALAGEM CONTENDO, NO MÍNIMO, 100 UNIDADES, COM RÓTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. É OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO JUNTO À ANVISA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REGISTRO, CADASTRO OU DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO/DISPENSA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PHARMAX DISTRIBUIDORA	MED SHARP	80267170007	APTO	É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
40		REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	THERABAND	Não informado	APTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
45		FATOR 5 LTDA	LACRAR/ Esc160	Não informado	APTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
46	ID: 1002841 - SALTO ORTOPÉDICO DE BORRACHA . TAMANHO MÉDIO - PACOTE COM 12 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TAYLOR / TAM M	ISENTO	APTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item

	IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
58	ID - 1002893 - FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO 0 A 15 L/MIN, APLICAÇÃO CONTROLE FLUXO OXIGÊNIO MEDICINAL, PRESSÃO CALIBRAÇÃO ATÉ 3,5 KGF/CM2, TIPO CONEXÃO CONFORME ABNT, REGULAGEM VAZÃO REGULADA PARA VÁLVULA AGULHA COM MANOPLA FIXADA, TIPO ESCALA NUMÉRICA, COMPONENTES FLUTUADOR ESFÉRICO,PORCA CONEXÃO COM ABAS EM LATÃO, CONEXÃO SAÍDA COM ROSCA EM LATÃO CROMADO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	JPJ / FLUX 15L	80336570012	APTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
59	ID - 1002898 - REGULADOR PRESSÃO, TIPO EQUIPAMENTO MANÔMETRO, PRESSÃO MÁXIMA SAÍDA 15 KGF/ CM2, PRESSÃO MÁXIMA ENTRADA 0 A 300 KGF/CM2, MATERIAL CORPO LATÃO CROMADO, APLICAÇÃO CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, VAZÃO 15 L/MIN. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	SERTRAUMA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	LPM	81611320008	APTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
60	ID - 1002899 - REGULADOR PRESSÃO, TIPO EQUIPAMENTO MANÔMETRO, PRESSÃO MÁXIMA SAÍDA 15 KGF/ CM2, PRESSÃO MÁXIMA ENTRADA 0 A 300 KGF/CM2, MATERIAL CORPO LATÃO CROMADO, APLICAÇÃO CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, VAZÃO 15 L/MIN. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA	SERTRAUMA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	LPM	81611320008	APTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
61	ID - 1002900 - REGULADOR PRESSÃO, TIPO EQUIPAMENTO SEM MANÔMETRO, PRESSÃO MÁXIMA SAÍDA 15 KGF/ CM2, PRESSÃO MÁXIMA ENTRADA 0 A 300 KGF/CM2, MATERIAL CORPO LATÃO CROMADO, APLICAÇÃO CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	SERTRAUMA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	LPM	81611320008	APTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
62	ID - 1002901 - RETENTOR PARA BICOS DA REDE DE GASES EM GERAL, DE BORRACHA, 8 (OITO) MM DE DIAMETRO (ANEL	REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	JACTO	Não informado	INAPTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado não atende às necessidades desta

	O'RING OR1-008 917344). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.					Administração. Embora as dimensões do anel sejam compatíveis , a marca e o código de referência (Jacto 917344) pertencem à linha de equipamentos agrícolas e industriais, não possuindo a certificação sanitária necessária para o ambiente hospitalar. A utilização de componentes industriais em redes de gases medicinais compromete a segurança do paciente e a rastreabilidade exigida pela Vigilância Sanitária. Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital.
68	ID - 1002905 - VÁLVULA REDUTORA, ESTABILIZADORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO, CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, MANÔMETRO DE BAIXA PRESSÃO DE 0 A 10 KGF/CM². EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	JPJ / REDE	80336570010	APTO	É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico. Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração , uma vez que o modelo YR-86-4-15, fabricado por Ningbo Yinzhou Xianfeng, sob registro ANVISA nº 81278590032 e comercializado pela marca Gaslive , cumpre o descritivo técnico constante no edital. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega em conformidade com as exigências editalícias. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item, bem como sua marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico exigido. Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital.
69	ID - 1002906 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO OXIGÊNIO MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM², COM FLUXOMETRO, COM 01 SAÍDA, FABRICADA EM METAL CROMADO (LATÃO), ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, FILTRO DE DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA BRONZE SINTERIZADO, PRESSÃO DE 3,5 KGF/CM², NIPLE DE SAÍDA COM ROSCA NO PADRÃO ABNT, VÁLVULA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NINGBOO	81278590032	APTO	É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item, bem como sua marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico exigido. Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital.
74	ID - 1002927- CONJUNTO DO PINO DE IMPACTO DOS BICOS PARA O2 (OXIGÊNIO). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	NRX MEDICAL SYSTEMS	Unitec TP311	10432309001	APTO	É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico. Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital.
75	ID - 1002928- CONJUNTO DO PINO DE IMPACTO DOS BICOS PARA AR COMPRIMIDO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	NRX MEDICAL SYSTEMS	Unitec TP311	10432309001	APTO	É obrigatório que a embalagem e o rótulo do

76	ID - 1002929 - CONJUNTO DO PINO DE IMPACTO DOS BICOS PARA VÁCUO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	NRX MEDICAL SYSTEMS	Unitec TP311	10432309001	APTO	produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico. Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
COTA						
78	ID: 467 - COLCHÃO DE AR, ANTIESCARAS, TIPO CAIXA DE OVO ABERTA, INFLÁVEL, COM VÁLVULA ANTI-VAZAMENTO, TAMANHO DE 190CM X 90CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	G7 MEDICA DISTRIBUIDORA	POLIPRO	Não informado	INAPTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado pela marca Polipro não atende às exigências do descritivo. O modelo apresentado pela Polipro é composto por espuma flexível de poliuretano (bloco único), possuindo estrutura de células fechadas (maciço), o que impede a circulação de ar exigida para a prevenção térmica de escaras. Ademais, o item apresenta dimensões de largura inferiores aos 90 cm solicitados.
82	LACRE DE SEGURANÇA NUMERADO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO OU NYLON, COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL, DESTINADO AO PROTOCOLO DE SEGURANÇA NO CONTROLE DE MEDICAÇÕES EM CARRINHO DE EMERGÊNCIA, COM COMPRIMENTO DE 16 CM. EMBALAGEM CONTENDO, NO MÍNIMO, 100 UNIDADES, COM RÓTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. É OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO JUNTO À ANVISA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REGISTRO, CADASTRO OU DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO/DISPENSA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	L&R SOLUCOES LTDA	Zenith Lacres /MODELO: LACRE ES (ES16NY6-8	Não informado	APTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
57/84	ID - 1002892 - FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO 0 A 30 L/MIN, APLICAÇÃO CONTROLE FLUXO OXIGÊNIO MEDICINAL, PRESSÃO CALIBRAÇÃO ATÉ 3,5 KGF/CM2, TIPO CONEXÃO CONFORME ABNT, REGULAGEM VAZÃO REGULADA PARA VÁLVULA AGULHA COM MANOPLA FIXADA, TIPO ESCALA NUMÉRICA, COMPONENTES FLUTUADOR ESFÉRICO, PORCA CONEXÃO COM ABAS EM LATÃO,CONEXÃO SAÍDA COM ROSCA EM LATÃO CROMADO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE	REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	RIOXI IND.MOD. FL2411	82353590002	APTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.

FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.					Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado pela marca JG Moriya atende às necessidades desta Administração . Embora o registro ANVISA 10349590073 contemple a linha de tomadas da fabricante , a marca disponibiliza tecnicamente o modelo com corpo em metal/alumínio e acabamento cromado , em estrita conformidade com o descritivo exigido. O produto apresenta configuração dupla em 'Y', aplicação para Ar Comprimido Medicinal e conexão de saída padrão 7/16 pol., garantindo a compatibilidade com a rede de gases e a durabilidade necessária para o uso hospitalar.
63/89	ID - 7006 - TOMADA GÁS/AR, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO DUPLA, APLICAÇÃO AR COMPRIMIDO MEDICINAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO EM Y, DIÂMETRO SAÍDA 7/16 POL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	JG MORYA	10349590073	APTO
64/90	ID - 5884 - TOMADA GÁS/AR, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO DUPLA, APLICAÇÃO OXIGÊNIO MEDICINAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO EM Y, DIÂMETRO SAÍDA 7/16 POL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA	REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	JG MORYA	10349590073	APTO
94	ID - 1002906 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO OXIGÊNIO MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM², COM FLUXOMETRO, COM 01 SAÍDA, FABRICADA EM METAL CROMADO (LATÃO), ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, FILTRO DE DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA BRONZE SINTERIZADO, PRESSÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES FIXA: 3,5 KGF/CM², NIPLE DE SAÍDA COM ROSCA NO PADRÃO ABNT, VÁLVULA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	NINGBOO LTDA		81278590032	APTO
					Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado pela marca JG Moriya atende às necessidades desta Administração . O item apresenta corpo em metal/alumínio com acabamento cromado , configuração dupla em 'Y' e é especificamente fabricado para aplicação em Oxigênio Medicinal . A conexão de saída em 7/16 pol. atende aos padrões técnicos exigidos.
					Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração , uma vez que o modelo YR-86-4-15, fabricado por Ningbo Yinzhou Xianfeng, sob registro ANVISA nº 81278590032 e comercializado pela marca Gaslive , cumpre o descritivo técnico constante no edital. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega em conformidade com as exigências editalícias . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item, bem como sua marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico exigido.

2.

DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertado pelas empresas/licitantes, em relação às especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está **em desacordo** com o solicitado por esta administração.

Dessa forma, declaramos **inaptas** as proposta apresentada pelas seguintes empresa para os itens:

REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - **tens 03, 04, 29 e 62**

Por outro lado, as propostas apresentadas pelas demais empresas referentes aos itens foram consideradas **APTAS**.

Considerando que o parecer técnico foi elaborado estritamente com base na análise dos aspectos técnicos dos insumos, limitando-se às especificações e aos critérios técnicos pertinentes.

No que se refere à aferição de eventual inexequibilidade da proposta, observa-se o disposto no **art. 34 da Instrução Normativa nº 73/2022**, segundo o qual valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração configuram mero indício de inexequibilidade, cuja caracterização somente pode ocorrer após a realização de **diligência pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação**, conforme expressamente previsto em seu parágrafo único, *in verbis*:

"Art. 34. No caso de **bens e serviços em geral**, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
Parágrafo único. **A inexequibilidade**, na hipótese de que trata o caput, **só será considerada após diligência do agente de contratação ou da comissão de contratação.**"(grifo nosso)

Desse modo, **não se inserem nas atribuições deste setor** a análise, **aferição ou a realização de diligências relacionadas aos valores apresentados nas fases de lances e de negociação**, por se tratarem de atos inerentes à condução do certame, cuja responsabilidade é direta e exclusiva do agente de contratação/pregoeiro(a), em estrita observância à legislação vigente e às normas que regem os procedimentos licitatórios.

Para sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
Farmacêutica Analista
Licitação de Produtos Médicos Gerais
SESAU-CGPM/RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 13/05/2026, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **72151874** e o código CRC **30A2D206**.