



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 46/2026/SESAU-SLPM

Considerando o **Ofício nº 2560**, protocolado sob o SEI nº 70485277, por meio do qual se solicita a análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº **90268/2025/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM), por intermédio da Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos (SLPM), passa a apresentar o presente Parecer Técnico, nos termos que seguem.

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.048040/2024-19						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90268/2025 / MATERIAIS PARA AFERIÇÃO						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	REGISTRO ANVISA	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
GRUPO I						
49	ID: 10276 - LÂMPADA ROSCA PEQUENA PARA LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO COM 2,4 VOLTS . A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	GOLDSTAR	80281070080	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
50	ID: 5594 - LÂMPADA ROSCA GRANDE PARA LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO COM 2,4 VOLTS . A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	GOLDSTAR	80281070080	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
51	ID: 10638 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA CONVENCIONAL Nº 0 . A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	GOLDSTAR	80281070080	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
52	ID: 10639 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA CONVENCIONAL Nº 1 . A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	GOLDSTAR	80281070080	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
53	ID: 5563 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA CONVENCIONAL Nº 2 . A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	GOLDSTAR	80281070080	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme

						documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
54	ID: 5561 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA CONVENCIONAL Nº 3. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	GOLDSTAR	80281070080	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
55	ID: 10640 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA CONVENCIONAL Nº 4. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	GOLDSTAR	80281070080	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
56	NID: 1002965 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA CONVENCIONAL Nº 5. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	GOLDSTAR	80281070080	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
57	NID: 1002967 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO RETA CONVENCIONAL Nº 0.0, RECÉM- NASCIDO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	GOLDSTAR	80281070080	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
58	ID: 5445 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO RETA CONVENCIONAL Nº 0. , A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	GOLDSTAR	80281070080	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
59	ID: 5446 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO RETA CONVENCIONAL Nº 1. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	GOLDSTAR	80281070080	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
60	ID: 5447 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO RETA CONVENCIONAL Nº 2. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	GOLDSTAR	80281070080	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
61	ID: 8595 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO RETA CONVENCIONAL Nº 3. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	GOLDSTAR	80281070080	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme

						documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
62	ID: 5562 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO RETA CONVENCIONAL Nº 4 . A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	GOLDSTAR	80281070080	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
63	NID: 1002975 - CABO PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL , FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, RECARTEILHADOS PARA MELHOR ERGONOMIA E SEGURANÇA, COMPATÍVEL COM LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO CURVA E RETA CONVENCIONAL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	GOLDSTAR	80281070080	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
64	NID: 1002993 - CABO PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL INFANTIL , FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, RECARTEILHADOS PARA MELHOR ERGONOMIA E SEGURANÇA, COMPATÍVEL COM LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO CURVA E RETA CONVENCIONAL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E NA ANVISA	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	GOLDSTAR	80281070080	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
AMPLA CONCORRÊNCIA						
1	D: 3681 - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE NEONATAL, COM ESTETOSCÓPIO AUSCULTADOR DUPLO , MANÔMETRO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS , COM BRAÇADEIRA DE ALGODÃO (07 A 13 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO APROXIMADAMENTE) . MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO . PERA ANATÔMICA E VALVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALERGICO E IMPERMEÁVEL, FECHO EM VELCRO , RESISTENTE E FLEXIVEL, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE NO MINIMO 01 ANO . DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	MED PRIME - MÉDICO-HOSPITALAR	PAMED	80540449001	INAPTA	A proposta foi desclassificada por desconformidade com as especificações técnicas do Edital. O Termo de Referência exige que a braçadeira seja confeccionada em algodão, enquanto o licitante ofertou produto em nylon.
		PORTUARIA TRADE COMERCIAL	ACCUMED/PREMIUM	Não informado	INAPTA	A proposta foi desclassificada por desconformidade com as especificações técnicas do Edital. O Termo de Referência exige que a braçadeira seja confeccionada em algodão, enquanto o licitante ofertou produto em nylon.
3	ID: 692 - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO, COM ESTETOSCÓPIO AUSCULTADOR DUPLO, MANÔMETRO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA DE NYLON, COM BRAÇADEIRA NYLON (18 A 35 CM DE CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO APROXIMADAMENTE). MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VALVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALERGICO E IMPERMEÁVEL, FECHO EM VELCRO, RESISTENTE E FLEXIVEL. COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE NO MINIMO 01 ANO. DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	PORTUARIA TRADE COMERCIAL	ACCUMED/PREMIUM	Não informado	INAPTA	O produto ofertado é composto, em seu kit, por estetoscópio SIMPLES. O solicitado é kit composto com estetoscópio DUPLO, assim sendo não atende ao descritivo dessa administração.
5	ID: 13 - BRAÇADEIRA ALGODÃO FECHO VELCRO NEONATAL, COM MANQUITO, COMPATÍVEL COM ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE . COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ACCUMED/PREMIUM	80275310022	INAPTA	O produto ofertado é confeccionado (BRAÇADEIRA) em material diverso (PVC) ao solicitado no descritivo (ALGODÃO). VIDE Portaria Inmetro/Dimel nº 287, de 1 de dezembro de 2021.
		BMA - BRASIL MARCAS ATACADISTA	ACCUMED/PREMIUM	80275310022	INAPTA	O produto ofertado é confeccionado (BRAÇADEIRA) em material diverso (PVC) ao solicitado no descritivo (ALGODÃO). VIDE Portaria Inmetro/Dimel nº 287, de 1 de dezembro de 2021.
6	ID: 14 - BRAÇADEIRA NYLON FECHO VELCRO INFANTIL , COM MANQUITO, COMPATÍVEL COM ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE,	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ACCUMED/PREMIUM	80275310022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente

	NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
		BMA - BRASIL MARCAS ATACADISTA	ACCUMED/PREMIUM	80275310022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
		VITAPLAST COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ACCUMED/PREMIUM	80275310022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
7	ID: 15 - BRAÇADEIRA NYLON FECHO VELCRO ADULTO, COM MANQUITO, COMPATÍVEL COM ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BMA - BRASIL MARCAS ATACADISTA	ACCUMED/PREMIUM	80275310022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
		VITALLI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	ACCUMED/PREMIUM (BRADVPRN)	80275310022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
8	ID: 16 - BRAÇADEIRA NYLON FECHO VELCRO ADULTO OBESO, COM MANQUITO, COMPATÍVEL COM ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA	BMA - BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	ACCUMED/PREMIUM	80275310022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
9	ID: 10575 - MANÔMETRO COMPATÍVEL COM ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BMA - BRASIL MARCAS ATACADISTA	ACCUMED/PREMIUM	80275310022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
		VITAPLAST COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ACCUMED/PREMIUM	80275310022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
10	ID: 9 - PÊRA COMPATÍVEL COM ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ACCUMED/PREMIUM	80275310022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.

		BMA - BRASIL MARCAS ATACADISTA	ACCUMED/PREMIUM	80275310022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
		VITALI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	ACCUMED/PREMIUM	80275310022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
11	ID: 1001882 - VALVULA DE DEFLAÇÃO COMPATÍVEL COM ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ACCUMED/PREMIUM	80275310022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
		BMA - BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	ACCUMED/PREMIUM	80275310022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
		VITAPLAST COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	ACCUMED/PREMIUM	80275310022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
12	ID: 708 - ESTETOSCÓPIO ADULTO COM SISTEMA DIAFRAGMA TIPO RAPPAPORT, COM AUSCULTADOR DUPLO, DESENVOLVIDO COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTAÇÃO DOS MÍNIMOS RUIDOS DA AUSCULTAÇÃO, TUBO DUPLO CONFECCIONADO EM BORRACHA MACIA E ANTI-ALÉRGICA, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. COM REGISTRO NA ANVISA. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA - RDC Nº 59/2000. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BMA - BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	BIOLAND MOD ER200	10410130028	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
		ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	KINDCARE/ WENZHOU DONG. MED. INSTR. CO., LTD - CHINA, REP. POP/ KT-102A.	80901110021	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
		PORTUARIA TRADE COMERCIAL	ACCUMED/PREMIUM	80275310063	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
13	ID: 710 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL COM SISTEMA DIAFRAGMA, AUSCULTADOR DUPLO, DESENVOLVIDO COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTAÇÃO DOS MÍNIMOS RUIDOS DA AUSCULTAÇÃO, CONFECCIONADO EM BORRACHA MACIA E ANTI-ALÉRGICA, COM DUPLA AUSCULTAÇÃO (DUO SONIC), GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. COM REGISTRO NA ANVISA. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRÁTICAS DE	BMA - BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	ACCUMED/PREMIUM	80275310063	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente

	FABRICAÇÃO DA ANVISA - RDC Nº 59/2000. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
		VITAPLAST COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	ACCUMED/PREMIUM	80275310063	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
14	ID: 8174 - LANCETA INDIVIDUAL, DESCARTÁVEL (USO ÚNICO) 28G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA INDICADAS PARA OBTENÇÃO DE AMOSTRAS PARA TESTES SANGUÍNEOS. COM SISTEMA DE DISPARO E RETRAÇÃO DA LANCETA AUTOMATICAMENTE. ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	BIOTECH	80867159005	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
15	ID: 10564 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRA VERMELHO DIGITAL DE TESTA E OUVIDO COM ACURACIDADE COMPROVADA, VISOR DIGITAL COLORIDO QUE MUDA DE COR DE ACORDO COM OS RESULTADOS; DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO A PILHA AAA DE 1,5 V E OU BATERIA TIPO CÉLULA DE LÍTIU CR2032 (INCLUSA); (SENSOR) RESISTENTE À ÁGUA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	AUTOMEDICAL LTDA	DIKANG	NÃO INFORMADO	INAPTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado não atende às necessidades desta Administração. O descritivo técnico exige, obrigatoriamente, um termômetro com dupla função de medição, apto a realizar aferições tanto na testa quanto no ouvido. Contudo, o modelo DIKANG HG01 é projetado, fabricado e homologado exclusivamente para medições na região da testa, não possuindo a sonda cônica necessária para aferição no canal auditivo. Além disso, o modelo ofertado opera exclusivamente com 2 pilhas AAA, não dispondo de engenharia, contatos elétricos ou compartimento físico compatível com o uso da bateria CR2032, conforme exigido no edital. Por fim, o edital estabelece que o sensor deve ser resistente à água. Entretanto, o sensor infravermelho do modelo ofertado é aberto, não possui grau de proteção ou vedação contra penetração de líquidos e apresenta, inclusive, restrição expressa em manual quanto a qualquer contato direto com umidade.
16	ID: 5485 - TERMÔMETRO DIGITAL PARA INTERIOR DE GELADEIRA, FREEZERS, CAIXA DE VACINAS, SALAS DE ARMAZENAMENTO E AMBIENTES CLIMATIZADOS EM GERAL, DE MÁXIMA E MÍNIMA COM FAIXA DE MEDIÇÃO APROXIMADAMENTE ENTRE: - 50°C A 70°C, VARIANDO PARA + OU - EM 10 GRAUS, À PROVA D'ÁGUA, COM ESCALA EM CELSIUS E FAHRENHEIT, COM FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS ATRAVÉS DE IMÃS E OU PARAFUXO, COM O CABO DO SENSOR EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 1,5 M. ALIMENTAÇÃO: PILHA AAA DE 1,5 V. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO	MOD. TDU100	dispensado	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalta-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
17	NID: 6434 - TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL PARA TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA, MEDIÇÕES INTERNA: TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA DE CÂMARAS DE REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE Sonda (SENSOR), BEM COMO UMIDADE RELATIVA; MEDIÇÕES EXTERNA: MEDIÇÕES SIMULTÂNEAS DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA (AMBIENTES); DISPLAY LCD DE 2 LINHAS COM TEMPERATURA E UMIDADE, BOTÃO PARA ZERAR A MEMÓRIA, PERMITE A LEITURA EM °C OU °F, FAIXA DE TEMPERATURA (DUPLA ESCALA): INTERNA -10 °C a +50 °C e EXTERNA: -50 °C a +70 °C; PRECISÃO DE +/- 0,1°C, RESOLUÇÃO DE +/- 0,1°C, FAIXA DE UMIDADE RELATIVA 25% a 90%, DIMENSÕES: 130 X 75 X 18MM; O CONJUNTO É COMPOSTO POR: 01 TERMO HIGRÔMETRO, 01 PILHA ALCALINA TIPO AAA 1.5 VOLTS (COMPATÍVEL COM O TERMO HIGRÔMETRO), 01 SENSOR DE TEMPERATURA COM CABO DE APROXIMADAMENTE 3 METROS, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	MAIRLAN OLIVEIRA NASCIMENTO	EXBOM	dispensado	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalta-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
18	ID: 5950 - TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA, QUE NÃO CONTEHAM A QUÍMICA ENZIMÁTICA GDH-PQQ, OU VARIAÇÕES MUTANTES DESTA ENZIMA QUE TAMBÉM APRESENTEM BAIXA SELETIVIDADE PARA AÇÚCARES QUE NÃO A GLICOSE (MUT. Q-GDH), OU QUE UTILIZAM TECNOLOGIA BASEADA EM GLICOSE OXIDASE. OBS: EMPRESA VENCEDORA DEVE ENTREGAR 01 APARELHO GLICOSÍMETRO EM CONFORMIDADE COM, ISO 15197:2013, SOLUÇÃO DE CONTROLE DE GLICOSE, PARA CADA 500 FITAS. O APARELHO DEVE POSSUIR A ABERTURA PARA A ENTRADA DA TIRA DE TESTE NUMA DAS EXTREMIDADES, ONDE A AMOSTRA DE SANGUE SERÁ COLETADO PELA TIRA, E NÃO DERRAMADO NA MESMA. EVITANDO ASSIM CONTATO DO SANGUE COM O APARELHO, VISANDO A SEGURANÇA, E A DURABILIDADE DO APARELHO, REDUZINDO O RISCO DE TRANSMISSÃO DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	MIMED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	MEDISING 10 MG/DL A 600 MG/DLX C/ 50	80102512254 / 80102512238	APTA	Após análise técnica do descritivo frente ao teste de funcionalidade da amostra, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades discriminadas pela administração. Ressalta-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	Glucolider / Enhance	80867150011/80867150002	APTA	Após análise técnica do descritivo frente ao teste de funcionalidade da amostra, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades discriminadas pela administração. Ressalta-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.

19	ID: 1775 - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL 32 A 42° C COM PRECISÃO DE +/- 0,2°C - VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, FUNÇÃO DE MEMÓRIA, ACURACIDADE COMPROVADA, BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (INCLUSA) BEEP SONORO INDICADOR DE BATERIA BAIXA, PONTA (SENSOR) RESISTENTE À ÁGUA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BMA - BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	MARCA: BIOLAND MODELO/VERSÃO: KFT 01	10410139017	INAPTO	O produto ofertado opera na faixa de 5°C a 40°C e na ficha técnica não vem especificado o valor máximo de erro dentro da faixa de operação. Assim sendo, não atende ao descrito no edital: TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL 32 A 42° COM PRECISÃO DE +/- 0,2°C.
		JONATAS DOS SANTOS LEAL	Termômetro clínico digital DELLAMED (HASTE FIXA)	80795959013	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
22	ID: 17 - ELETRODO ADESIVO DE SUPERFÍCIE TAB DESCARTÁVEL PARA USO EM ELETRONEUROMIOGRAFIA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	VITAPLAST COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	VITALCOR	10296900046	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
24	ID: 32949 - ELETRODO PRECORDIAL COM BULBO ADULTO TIPO PERA PARA ECG. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BMA - BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	DATRIX (EPAN-01)	80686710006	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
		VITAPLAST COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	EPEX (EPX EPA 01 LF)	80597430005	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
25	ID: 32950 - ELETRODO PRECORDIAL COM BULBO INFANTIL TIPO PERA PARA ECG. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CHINMED/ SHENZHEN CHINMED PLUS TECH. CO.,LTD./ PRÉ-CORDIAL (CódigoM06-B6A)	80901119012	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
		VITALLI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MARCA: MM FABRICANTE: MM MODELO/VERSÃO: INF Código: MKEPA01	80602030011	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
26	ID: 1002862 - ELETRODOS AUTOADESIVOS 5x9 CM PARA FISIOTERAPIA USADO EM TENS/ FES, ELETRODOS AUTO ADESIVOS 5X9CM; DISPENSAM O USO DE FITA ADESIVA (ESPARADRAPO) PARA FIXAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DE GEL PARA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA, INDICADOS PARA ELESTROESTIMULAÇÃO DE SUPERFÍCIE, USADO EM TENS/ FES; DIMENSÕES 9,0 CM X 5,0 CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BMA - BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	MARCA: BIOTRADE MODELO/VERSÃO: 5 X 9 CM	10410139012.	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
		ORIGEM COMÉRCIO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	Marca: Arktus Modelo: 5X10 CM	80284459003	INAPTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado não atende às necessidades desta Administração por possuir especificação diferente (medida 5x10) a da solicitada no edital (medida 5x9).
		VITALLI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MARCA: M.MEDICA /NESTSAFE FABRICANTE: M.MEDICA MODELO/VERSÃO: 5X9	80970010025	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade

						do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
27	ID: 1002963 - ELETRODOS AUTOADESIVOS 5x5 CM PARA FISIOTERAPIA USADO EM TENS/ FES, ELETRODOS AUTO ADESIVOS 5X5CM; DISPENSAM O USO DE FITA ADESIVA (ESPARADRAPO) PARA FIXAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DE GEL PARA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA, INDICADOS PARA ELETROESTIMULAÇÃO DE SUPERFÍCIE, USADO EM TENS, FES; DIMENSÕES 5,0 CM X 5,0 CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BMA - BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	MARCA: BIOTRADE MODELO/VERSÃO: 5 X 5 CM	10410139012.	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado não atende às necessidades desta Administração por ter especificação de tamanho diversa a da pedida no Edital. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		ORIGEM COMÉRCIO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	Marca: Arktus Modelo: 5X5 CM	80284459003	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
		VITALLI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MARCA: M.MEDICA /NESTSAFE FABRICANTE: M.MEDICA MODELO/VERSÃO: 5X5	80970010025	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
28	ID: 1002964 - ELETRODOS AUTOADESIVOS 3x3 CM PARA FISIOTERAPIA USADO EM TENS/ FES, ELETRODOS AUTO ADESIVOS 3X3 CM; DISPENSAM O USO DE FITA ADESIVA (ESPARADRAPO) PARA FIXAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DE GEL PARA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA, INDICADOS PARA ELETROESTIMULAÇÃO DE SUPERFÍCIE, USADO EM TENS, FES; DIMENSÕES 3,0 CM X 3,0 CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ORIGEM COMÉRCIO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	Marca: Arktus Modelo: 3 CM	80284459003	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
		VITALLI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MARCA: M.MEDICA /NESTSAFE FABRICANTE: M.MEDICA MODELO/VERSÃO: 3	80970010025	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
29	ID: 10587 - PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL PARA (DESFIBRILADOR) DEA MARCA CMOS DRAKE, PAS DE CHOQUE ADESIVAS – DEA – CONECTOR 4 VIAS PRETO – F7988/CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	VITAPLAST COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		A EMPRESA PEDIU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ITEM.		
30	ID: 1002974 - PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL PARA (DESFIBRILADOR) DEA MARCA CMOS DRAKE, PAS DE CHOQUE ADESIVAS – DEA – CONECTOR AZUL/BRANCO F7959. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	MIMED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	DBI - DE CU2	80722800022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		VITAPLAST COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	DBI	80722800022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	DE-CU2	80722800022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
31	ID: 1002970 - PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL PARA CARDIOVERSOR (DESFIBRILADOR) DEA MARCA CMOS DRAKE, PAS DE CHOQUE ADESIVAS – DEA – CONECTOR AZUL/BRANCO F7959, TAMANHO INFANTIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UDILIFE COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Bluepad / DE-CU2	80722800022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que a marca e o registro ofertado atende às especificações dessa administração. Ressalta-se que a linha Bluepad DE-CU2 possui variações de tamanho, e para esta demanda é obrigatório o fornecimento da versão específica para uso em pacientes com tamanho infantil.
		VITALLI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	DBI	80722800022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que a marca e o registro ofertado atende às especificações dessa administração. Ressalta-se que a linha possui variações de tamanho, e para esta

						demanda é obrigatório o fornecimento da versão específica para uso em pacientes com tamanho infantil.
		VITAPLAST	DBI	80722800022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que a marca e o registro ofertados atendem às especificações. Entretanto, a aceitação do item está condicionada à entrega do modelo em tamanho infantil. Ressalta-se que a linha possui variações de tamanho, e para esta demanda é obrigatório o fornecimento da versão específica para uso em pacientes com tamanho infantil.
33	ID: 1002972 - PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL PARA CARDIOVERSOR (DESFIBRILADOR), MARCA LIFEMED, MODELO LIFESHOCK PRO – CONECTOR AZUL/BRANCO, TAMANHO INFANTIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	VITALLI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	DBI	80722800022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que os itens da marca DBI ofertados são compatíveis com o cardioversor Lifemed Lifeshock Pro. Ressalta-se que a referida linha abrange diferentes modelos e tamanhos, sendo a aceitação do item condicionada à entrega da versão em tamanho infantil, com conector compatível (Azul/Branco). É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem de forma clara e inequívoca a versão infantil, conforme exigido no descritivo.
		VITAPLAST COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	DBI	80722800022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que os itens da marca DBI ofertados são compatíveis com o cardioversor Lifemed Lifeshock Pro. Ressalta-se que a referida linha abrange diferentes modelos e tamanhos, sendo a aceitação do item condicionada à entrega da versão em tamanho infantil, com conector compatível (Azul/Branco). É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem de forma clara e inequívoca a versão infantil, conforme exigido no descritivo.
34	NID: 1002973 - PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL PARA CARDIOVERSOR (D E S F I B R I L A D O R) , MARCA ZOLL, MODELO M SÉRIES – CONECTOR PRETO, TAMANHO INFANTIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	DBI - DE ZL2	80722800022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega da versão em tamanho infantil, compatível com a marca ZOLL, modelo M SERIES, com conector na cor preta. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, a versão infantil e sua compatibilidade, conforme exigido no descritivo técnico.
		VITALLI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	DBI	80722800022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega da versão em tamanho infantil, compatível com a marca ZOLL, modelo M SERIES, com conector na cor preta. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, a versão infantil e sua compatibilidade, conforme exigido no descritivo técnico.
35	ID: 10635 - CABO DE PACIENTE DE 4 VIAS PARA GRAVADOR DE HOLTEN DA MARCA CARDIOS, MODELO CARDIO LIGHT. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BMA - BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	DISNET MED	10361050006	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega compatível com a CARDIOS, MODELO CARDIO LIGHT. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item conforme exigido no descritivo técnico.
37	ID: 1001884 - OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO, MEDIDOR DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, QUE DESLIGUE AUTOMATICAMENTE QUANDO NÃO HAJA SINAL. DIMENSÃO APROXIMADA DO LCD DE 1,2"; MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE; VOLTAGEM: 2 PILHAS AAA. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	JONATAS DOS SANTOS LEAL	PULSE	NÃO INFORMADO	INAPTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado não atende às necessidades desta Administração, tendo em vista que a empresa informou que o item não possui certificação do Inmetro nem registro na Anvisa.
38	NID: 1002968 - OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO INFANTIL, MEDIDOR DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, QUE DESLIGUE AUTOMATICAMENTE QUANDO NÃO HAJA SINAL. DIMENSÃO APROXIMADA DO LCD DE 1,2"; MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE; VOLTAGEM: 2 PILHAS AAA. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	JONATAS DOS SANTOS LEAL	PULSE	NÃO INFORMADO	INAPTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado não atende às necessidades desta Administração, tendo em vista que a empresa informou que o item não possui certificação do Inmetro nem registro na Anvisa.
39	ID: 1002969 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, RECARREGÁVEL, PC66BENTÃO EM ALGUNS PONTOS É DIFERENTE DO NOSSO DESCRITIVO "DE MATRIZ DE PONTOS COLORIDOS, ALARME SONORO E VISUAL, TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O COMPUTADOR PERMITINDO VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE SPO2 VARIAÇÃO DE TELA: 35%-99%. SPO2 ACURACIDADE DE MEDIÇÃO: =3% PARA SPO2, VARIAÇÃO DE 70% A 100%. PR VARIAÇÃO DE TELA: 30-240 BPM. PR ACURACIDADE DE MEDIÇÃO: ±2BPM OU ±2%. ENERGIA: 1 BATERIA DE LÍTHIO RECARREGÁVEL 3.70V/500MAH2. ÍNDICE DE PERFUSÃO (PI): 0,2%~20%. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 10-240 V, 50/60HZ, 0, 5ª. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BMA - BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	ROSENDA/VT 200B	81013649004	INAPTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado não atende ao solicitado, verificou-se que a marca apresenta discrepâncias em relação ao tamanho da tela, e peça superior, o produto ofertado configura-se como monitor de sinais vitais de mesa e não o oxímetro de pulso portátil e compacto rigorosamente especificado no edital. dessa forma não atende ao descritivo.
41	ID: 3678 - BATERIA CR2032 DE 3 V PARA APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	L P ARAUJO VIEIRA COMÉRCIO LTDA	AVANT	Não informado	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega Bateria CR2032 de 3V, conforme exigido. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item conforme o descritivo técnico.
42	ID: 23 - CUFÔMETRO COM AJUSTE DE PRESSÃO DO CUFF PODE SER REALIZADO ROTINEIRAMENTE EM SEGUNDOS SEM COMPROMETER A TERAPIA DO	BMA - BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	J. MORIYA	10349590151	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do

	PACIENTE. POSSUI MONITOR INTEGRADO DE PRESSÃO INDICANDO A FAIXA IDEAL DA PRESSÃO DO CUFF. BOMBA DE CALIBRAÇÃO COM BOTÃO DE ALÍVIO DE PRESSÃO. MANOMETRO ANALÓGICO E INFLADOR PARA MEDIÇÃO DA PRESSÃO DO CUFF DO TUBO ENDOTRAQUEAL COM VARIAÇÃO DE ESCALA DE 0 A 120cmH2O COM INDICAÇÃO DE CÓDIGOS DE CORES PARA PRESSÃO IDEAL E BULBO INFLADOR PARA AJUSTE DA PRESSÃO IDEAL ADEQUADA COM BOTÃO DE ALÍVIO DE PRESSÃO, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	MEDICAL CIRÚRGICA LTDA	G MORIYA / JG MORIYA	10349590151	APTA	item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico
		CIRURGICA SAO FELIPE	ERKA/25CUFF	10273820068	INAPTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado não atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico
45	ID: 3003358 -LUPA (APÓIO DE MESA) COM LED, POTÊNCIA 20VA, TRIPÉ +BANDEJA; COMPRIMENTO DO TRIPÉ 65/85CM; COMPRIMENTO DO BRAÇO 103CM; DIÂMETRO DA LENTE 125mm; DIÂMETRO DA CÚPULA 24cm	BMA - BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	LUXLED/USB10	NÃO INFORMADO	INAPTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado não atende às necessidades desta Administração. Em pesquisa ao catálogo técnico e registro no site da ANVISA, verificou-se que a marca ofertada não possui o requisito obrigatório de ESCALA DE 0 A 120 cmH2O, limitando-se a 100 cmH2O. Portanto, o item NÃO ATENDE AO descritivo exigido.
46	ID: 3003360- CRONÔMETRO DIGITAL, COM DESPERTADOR E COM PRECISÃO DE MINUTOS E SEGUNDOS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	BMA - BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	ANY TIME	NÃO INFORMADO	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
48	ID. 3003042 - SENSORES PARA MONITORAMENTO DE GLICOSE FREESTYLE LIBRE 2 PLUS	BMA - BRASIL	ABBOTT / FREESTYLE LIBRE 2	NÃO INFORMADO	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o modelo FreeStyle Libre 2 Plus (Registro ANVISA nº 80146502386) constitui uma evolução tecnológica do sistema de monitoramento da Abbott. Sua principal inovação é a integração via Bluetooth, que permite a emissão de alarmes automáticos de glicose em tempo real. Essa funcionalidade é operada por meio do aplicativo oficial correspondente (Registro ANVISA nº 80146502168). Sendo assim, o produto ofertado atende ao descritivo exigido.
		ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL	Abbott/7199101	80146502386	APTO	Após análise técnica, conclui-se que o modelo FreeStyle Libre 2 Plus (Registro ANVISA nº 80146502386) constitui uma evolução tecnológica do sistema de monitoramento da Abbott. Sua principal inovação é a integração via Bluetooth, que permite a emissão de alarmes automáticos de glicose em tempo real. Essa funcionalidade é operada por meio do aplicativo oficial correspondente (Registro ANVISA nº 80146502168). Sendo assim, o produto ofertado atende ao descritivo exigido.
COTA						
SAMS 14/COTA 71	ID: 8174 - LANCETA INDIVIDUAL , DESCARTÁVEL (USO ÚNICO) 28G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA INDICADAS PARA OBTENÇÃO DE AMOSTRAS PARA TESTES SANGUÍNEOS. COM SISTEMA DE DISPARO E RETRAÇÃO DA LANCETA AUTOMATICAMENTE. ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ATIVIDADE COMERCIO	MEDSAFE - TKL	80288090069	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
SAMS 18/COTA 72	ID: 5950 - TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA, QUE NÃO CONTEHAM A QUÍMICA ENZIMÁTICA GDH-PQQ, OU VARIAÇÕES MUTANTES DESTA ENZIMA QUE TAMBÉM APRESENTEM BAIXA SELETIVIDADE PARA AÇÚCARES QUE NÃO A GLICOSE (MUT. Q-GDH), OU QUE UTILIZAM TECNOLOGIA BASEADA EM GLICOSE OXIDASE. OBS: EMPRESA VENCEDORA DEVE ENTREGAR 01 APARELHO GLICOSÍMETRO EM CONFORMIDADE COM, ISO 15197:2013, SOLUÇÃO DE CONTROLE DE GLICOSE, PARA CADA 500 FITAS. O APARELHO DEVE POSSUIR A ABERTURA PARA A ENTRADA DA TIRA DE TESTE NUMA DAS EXTREMIDADES, ONDE A AMOSTRA DE SANGUE SERÁ COLETADO PELA TIRA, E NÃO DERRAMADO NA MESMA. EVITANDO ASSIM CONTATO DO SANGUE COM O APARELHO, VISANDO A SEGURANÇA, E A DURABILIDADE DO APARELHO, REDUZINDO O RISCO DE TRANSMISSÃO DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ATIVIDADE COMERCIO	MEDISING 10 MG/DL A 600 MG/DL	80102512254 / 80102512238	APTA	Após análise técnica do descritivo e amostra , conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico
		VITALLI COMERCIO	BIOLAND G425-3	10410130052	INAPTO	Após análise técnica do descritivo e amostra , conclui-se que o produto ofertado não atende às necessidades desta Administração. Verificou-se que o modelo ofertado, On Call Plus II utiliza como princípio ativo e método de reação a enzima Glicose Oxidase (< 25 UI por fita). Esse método está sujeito a interferências relacionadas à oxigenação do paciente, podendo comprometer a confiabilidade dos resultados em ambientes de pronto atendimento e uso clínico. Pacientes sob oxigenoterapia (uso de máscaras ou cateteres de oxigênio) podem apresentar resultados falsamente baixos de glicose. Em contrapartida, pacientes com DPOC ou hipóxia severa podem apresentar resultados falsamente elevados. Tais interferências representam risco assistencial relevante, podendo induzir a equipe médica a erros graves de conduta terapêutica, como administração inadequada, hiperdosagem ou omissão de insulina.
SAMS 24/COTA 74	ID: 32949 - ELETRODO PRECORDIAL COM BULBO ADULTO TIPO PERA PARA ECG. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	UDILIFE COM IMPORTAÇÃO	CHINMED/ SHENZHEN CHINMED PLUS TECH. CO.,LTD./ PRÉ-CORDIAL/	80901119012	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		ASCLEPIOS	Neurogold / 621UU02	80722800022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do

						item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		VITAPLAST COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	EPEX (EPX EPA 01 LF)	80597430005	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação, na embalagem, do registro válido e vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exatamente aquele consignado na presente análise técnica. Ressalta-se que a regularidade do referido registro foi devidamente confirmada e certificada por esta Administração, conforme documentação constante nos autos do presente processo, não sendo admitida a apresentação de registro diverso.
SAMS 29/COTA 75	ID: 10587 - PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL PARA (DEFIBRILADOR) DEA MARCA CMOS DRAKE, PAS DE CHOQUE ADESIVAS – DEA – CONECTOR 4 VIAS PRETO – F7988/CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	VITAPLAST COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	DBI	80722800022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
SAMS 30/COTA 76	ID: 1002974 - PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL PARA (DEFIBRILADOR) DEA MARCA CMOS DRAKE, PAS DE CHOQUE ADESIVAS – DEA – CONECTOR AZUL/BRANCO F7959. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ATIVIDADE COMERCIO	DBI - DE CU2	80722800022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico
		ASCLEPIOS	AMOUL/ AMBLANC	80117580980	INAPTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado não atende às necessidades desta Administração. A entrada dos DEAs da marca Amoul (modelos i3 e i5) possui um desenho geométrico, distribuição de pinos internos e travas físicas totalmente diferentes. O cabo azul/branco simplesmente não entra fisicamente no conector do DEA Amoul. Forçar o uso de um componente elétrico regulado para a CMOS Drake geraria erro de leitura de ECG ou bloqueio do disparo de choque em uma situação de parada cardiorrespiratória.
SAMS 31/COTA 77	ID: 1002970 - PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL PARA CARDIOVERSOR (DEFIBRILADOR) DEA MARCA CMOS DRAKE, PAS DE CHOQUE ADESIVAS – DEA – CONECTOR AZUL/BRANCO F7959, TAMANHO INFANTIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ATIVIDADE COMERCIO	SEM PROPOSTA			
		VITALLI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	DBI	80722800022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que a marca e o registro ofertados atendem às especificações. Entretanto, a aceitação do item está condicionada à entrega do modelo em tamanho infantil. Ressalta-se que a linha Bluepad DE-CU2 possui variações de tamanho, e para esta demanda é obrigatório o fornecimento da versão específica para uso em pacientes com tamanho infantil.
		VITAPLAST	DBI	80722800022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que a marca e o registro ofertados atendem às especificações. Entretanto, a aceitação do item está condicionada à entrega do modelo em tamanho infantil. Ressalta-se que a linha Bluepad DE-CU2 possui variações de tamanho, e para esta demanda é obrigatório o fornecimento da versão específica para uso em pacientes com tamanho infantil.
SAMS 33/COTA 78	ID: 1002972 - PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL PARA CARDIOVERSOR (DEFIBRILADOR), MARCA LIFEMED, MODELO LIFESHOCK PRO – CONECTOR AZUL/BRANCO, TAMANHO INFANTIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	VITAPLAST COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	DBI	80722800022	APTA	Após análise técnica, conclui-se que os itens da marca DBI ofertados são compatíveis com o cardioversor Lifemed Lifeshock Pro. Ressalta-se que a referida linha abrange diferentes modelos e tamanhos, sendo a aceitação do item condicionada à entrega da versão em tamanho infantil, com conector compatível (Azul/Branco). É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem de forma clara e inequívoca a versão infantil, conforme exigido no descritivo.
SAMS 42/COTA 80	ID: 23 - CUFÔMETRO COM AJUSTE DE PRESSÃO DO CUFF PODE SER REALIZADO ROTINEIRAMENTE EM SEGUNDOS SEM COMPROMETER A TERAPIA DO PACIENTE. POSSUI MONITOR INTEGRADO DE PRESSÃO INDICANDO A FAIXA IDEAL DA PRESSÃO DO CUFF. BOMBA DE CALIBRAÇÃO COM BOTÃO DE ALÍVIO DE PRESSÃO. MANOMETRO ANALÓGICO E INFLADOR PARA MEDIÇÃO DA PRESSÃO D O CUFF DO TUBO ENDOTRAQUEAL COM VARIAÇÃO DE ESCALA DE 0 A 120cmH20 COM INDICAÇÃO DE CÓDIGOS DE CORES PARA PRESSÃO IDEAL E BULBO INFLADOR PARA AJUSTE DA PRESSÃO ADEQUADA COM BOTÃO DE ALIVIO DE PRESSÃO, A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BMA - BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	J. MORIYA	10349590151	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico
		ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS	J. MORIYA	10349590151	APTA	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico

2. DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertado pelas empresas/licitantes, em relação às especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está **em desacordo** com o solicitado por esta administração.

Dessa forma, declaramos **INAPTAS** as proposta apresentada pelas seguintes empresa para os itens:

BMA - BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI - **itens 19,39,45**
AUTOMEDICAL LTDA - **item 15**
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - **item 76**
ORIGEM COMÉRCIO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - **item 26**
VITALLI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - **item 72**
MED PRIME - MÉDICO-HOSPITALAR- **item 01**
PORTUARIA TRADE COMERCIAL - **itens 01 e 03**
ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS - **itens 5, e 77 sem proposta**
JONATAS DOS SANTOS LEAL - **itens 37,38**
BMA - BRASIL MARCAS ATACADISTA - **itens 5**
CIRURGICA SAO FELIPE - **item 42**
VITAPLAST COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE - **item 29, empresa pediu a desclassificação**

Por outro lado, as propostas apresentadas pelas demais empresas referentes aos itens foram consideradas **APTAS**.

Considerando que o parecer técnico foi elaborado estritamente com base na análise dos aspectos técnicos dos insumos, limitando-se às especificações e aos critérios técnicos pertinentes.

No que se refere à aferição de eventual inexecuibilidade da proposta, observa-se o disposto no **art. 34 da Instrução Normativa nº 73/2022**, segundo o qual valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração configuram mero indício de inexecuibilidade, cuja caracterização somente pode ocorrer após a realização de **diligência pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação**, conforme expressamente previsto em seu parágrafo único, *in verbis*:

"Art. 34. No caso de **bens e serviços em geral**, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
Parágrafo único. A **inexecuibilidade**, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do agente de contratação ou da comissão de contratação."(grifo nosso)

Desse modo, **não se inserem nas atribuições deste setor** a análise, **aferição ou a realização de diligências relacionadas aos valores apresentados nas fases de lances e de negociação**, por se tratarem de atos inerentes à condução do certame, cuja responsabilidade é direta e exclusiva do agente de contratação/pregoeiro(a), em estrita observância à legislação vigente e às normas que regem os procedimentos licitatórios.

Para sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
Farmacêutica Analista
Licitação de Produtos Médicos Gerais
SESAU-CGPM/RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 15/05/2026, às 19:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **72223013** e o código CRC **EB74EBB7**.