



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 70/2026/SESAU-SLPM

Considerando o **Ofício nº 5036**, protocolado sob o SEI nº 73091931, por meio do qual se solicita a análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico **nº 90634/2025/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM), por intermédio da Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos (SLPM), passa a apresentar o presente Parecer Técnico, nos termos que seguem.

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.023755/2025-31						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90634/2025/AVENTAIS I.						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
4	ID: 10626 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM SMS OU SSMMS, 100% POLIPROPILENO, COR AZUL OU VERDE, TAMANHO G, CORRESPONDENTE APROXIMADAMENTE ÀS DIMENSÕES DE 1,50 M X 1,20 M, MANGAS LONGAS, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², GOLA RENTE, COM REFORÇO NAS MANGAS, TIRAS PARA AMARRAÇÃO NA CINTURA E FECHAMENTO EM VELCRO NO PESCOÇO, PUNHOS EM MALHA ELÁSTICA, COM BARREIRA BACTERIANA, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVERÁ SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM GRAMATURA, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR EMBALAGEM PRIMÁRIA INDIVIDUAL, TIPO SACO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E TAMANHO, SENDO ACONDICIONADO EM PACOTES PLÁSTICOS COM, NO MÍNIMO, 10 UNIDADES, DISPOSTOS EM CAIXAS DE PAPELÃO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA	SOCC	NÃO INFORMADO	INAPTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado pela empresa não atende às especificações exigidas no descritivo. Em pesquisa ao catálogo anexo à proposta, verificou-se que a marca ofertada é voltada para indústrias, laboratórios químicos ou manuseio de substâncias corrosivas leves. O item apresenta certificação sob a norma ISO 16602:2007 + A1:2012, que especifica vestimentas de proteção contra produtos químicos, além de laudo emitido pelo IPT/SP (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) focado em resistência mecânica (rasgamento) e repelência/penetração química. Entretanto, o Termo de Referência exige um produto estéril por Óxido de Etileno e com devido Registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Produtos que possuem apenas o CA (Certificado de Aprovação) do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) e não possuem registro na ANVISA não podem ser utilizados em procedimentos cirúrgicos invasivos.

	16064:2022 – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO, E APRESENTAR LAUDOS DE CITOTOXICIDADE, SENSIBILIZAÇÃO E IRRITAÇÃO OU REATIVIDADE INTRADÉRMICA, CONFORME ABNT NBR ISO 10993-1:2018.					
5	ID: 8272 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM SMS OU SSMMS, 100% POLIPROPILENO, COR AZUL OU VERDE, TAMANHO M, CORRESPONDENTE APROXIMADAMENTE ÀS DIMENSÕES DE 1,40 M X 1,10 M, MANGAS LONGAS, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², GOLA RENTE, COM REFORÇO NAS MANGAS, TIRAS PARA AMARRAÇÃO NA CINTURA E FECHAMENTO EM VELCRO NO PESCOÇO, PUNHOS EM MALHA ELÁSTICA, COM BARREIRA BACTERIANA, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVERÁ SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM GRAMATURA, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR EMBALAGEM PRIMÁRIA INDIVIDUAL, TIPO SACO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E TAMANHO, SENDO ACONDICIONADO EM PACOTES PLÁSTICOS COM, NO MÍNIMO, 10 UNIDADES, DISPOSTOS EM CAIXAS DE PAPELÃO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 16064:2022 – REQUISITOS E	LIGHT BRASIL LTDA	WINNER	80201960113	INAPTO	Em pesquisa ao registro ANVISA e ao site referente a marca WINNER, conclui-se que o produto ofertado pela empresa não atende às especificações dessa Administração. Em análise da ficha técnica no site da marca, verificou-se que o item apresenta divergências , pois foi desenvolvido para atender às necessidades da rotina hospitalar em procedimentos simples em geral, enquanto o edital exige expressamente um avental de alta complexidade (cirúrgico). Ao limitar o uso do produto a procedimentos simples (como consultas, exames, trocas de curativos ou coletas). O próprio fabricante informa que o avental não foi projetado nem testado para suportar o estresse biológico e as barreiras fluidas exigidas em ambiente de centro cirúrgico. Ademais, a ficha técnica informa que o produto é vendido medindo a circunferência do peito/tórax (76 a 124 cm) e a altura total do usuário (152 a 194 cm). O edital, por sua vez, exige dimensões planas, fixas e específicas para o tamanho M: 1,40 m de comprimento por 1,10 m de largura.

	MÉTODOS DE ENSAIO, E APRESENTAR LAUDOS DE CITOTOXICIDADE, SENSIBILIZAÇÃO E IRRITAÇÃO OU REATIVIDADE INTRADÉRMICA, CONFORME ABNT NBR ISO 10993-1:2018.					
7	ID: 181 - AVENTAL DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL FECHADO LONGO DE PLÁSTICO BRANCO MANGA LONGA COM ELÁSTICO NOS PUNHOS, FECHAMENTO COSTAS, DIMENÇÕES APROXIMADAS DE 1,40 X 70 CM. COM CERTIFICAÇÃO C.A DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O PRODUTO DEVE VIR COM EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO SACO, COM INDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE E TAMANHO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR OS MATERIAIS EM EMBALAGENS DO TIPO PACOTES PLÁSTICOS COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO (COM PESO MÁXIMO POR CAIXA DE ATÉ 30 KG).	LIGHT BRASIL LTDA	PREVEMAX	NÃO INFORMADO	APTO	Após pesquisa no site do fabricante Prevemax , conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta administração. Em análise no site verificou-se que o registro de C.A. nº 30.360 apresenta especificações técnicas que atendem ao solicitado. Ressalva-se que a aceitação definitiva do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item, sua marca e o modelo em estrita conformidade com o descritivo técnico exigido.
14	ID: 3003044 - TIPOIA BRAÇO, PRODUZIDO EM TECIDO NÃO TECIDO - TNT NA COR AZUL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA 80 G , COM ALÇA REGULÁVEL, COM SUPORTE PARA O OMBRO, CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL; TIRANTE EM NYLON COR AZUL, FECHO PLÁSTICO, TAMANHO PP (TAMANHO APROXIMADO DE 25 A 30 CM). A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM A GRAMATURA, COM PROCEDÊNCIA,	REALDREAMS COMERCIO E SERVICOS	ORTOCENTER TAM PP	10335910004	INAPTO	Após pesquisa da marca no site da ANVISA e ao do fabricante Ortocenter, conclui-se que o produto ofertado não atende às especificações exigidas no descritivo. Em análise, verificou-se que o registro indicado pela marca corresponde a tipoias estofadas e permanentes, confeccionadas em lona, brim, algodão ou materiais estratificados/estofados. Trata-se de tipoias reutilizáveis produzidas em tecido de alta resistência , característica que descaracteriza completamente o item exigido no descritivo, que especifica estritamente uma Tipoia

	NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PAZO DE VALIDADE.					Descartável em TNT 80 g/m². Ademais, constatou-se incompatibilidade na grade de dimensões. O tamanho PP da marca Ortocenter possui medidas de apenas 17 a 24 cm, ficando abaixo do intervalo mínimo exigido de 25 a 30 CM conforme solicitado.
15	ID: 3003045 - TIPOIA BRAÇO, PRODUZIDO EM TECIDO NÃO TECIDO - TNT NA COR AZUL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA 80 G , COM ALÇA REGULÁVEL, CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL; TIRANTE EM NYLON COR AZUL, FECHO PLÁSTICO, TAMANHO P (TAMANHO APROXIMADO DE 30 A 35 CM).A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM A GRAMATURA, COM PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA	ORTOCENTER	NÃO INFORMADO	INAPTO	Em pesquisa no site da ANVISA e referente a marca Ortocenter , conclui-se que o produto ofertado não atende às especificações exigidas no descritivo. O registro indicado corresponde a tipoias permanentes e estofadas (confeccionadas em lona, brim ou algodão) . O descritivo do edital exige Tecido Não Tecido (TNT) de gramatura 80g .
16	ID: 3003046 - TIPOIA BRAÇO, PRODUZIDO EM TECIDO NÃO TECIDO - TNT NA COR AZUL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA 100 G , COM ALÇA REGULÁVEL, COM SUPORTE PARA O OMBRO, CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL; TIRANTE EM NYLON COR AZUL, FECHO PLÁSTICO, TAMANHO M (TAMANHO APROXIMADO DE 35 A 40 CM). A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM A GRAMATURA, COM PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.	REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS	ORTOCENTER TAM M	10335910004	INAPTO	Após pesquisa no site da ANVISA e referente a marca Ortocenter , conclui-se que o produto ofertado não atende às especificações exigidas no descritivo. O registro indicado corresponde a tipoias permanentes e estofadas (confeccionadas em lona, brim ou algodão) . O descritivo do edital exige Tecido Não Tecido (TNT) de gramatura 100g .
17	ID: 3003047 - TIPOIA BRAÇO, PRODUZIDO EM TECIDO NÃO	REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS	ORTOCENTER TAM G	10335910004	INAPTO	Após pesquisa no site da ANVISA e referente a marca Ortocenter , conclui-se que o produto

	TECIDO - TNT NA COR AZUL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA 120 G , COM ALÇA REGULÁVEL, CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL; TIRANTE EM NYLON COR AZUL, FECHO PLÁSTICO, TAMANHO G (TAMANHO APROXIMADO DE 40 A 45 CM). A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM A GRAMATURA, COM PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.					ofertado não atende às especificações exigidas no descritivo. O registro indicado corresponde a tipoias permanentes e estofadas (confeccionadas em lona, brim ou algodão) . O descritivo do edital exige Tecido Não Tecido (TNT) de gramatura 120g .
18	ID: 3003048 - TIPOIA BRAÇO, PRODUZIDO EM TECIDO NÃO TECIDO - TNT NA COR AZUL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA 120 G , COM ALÇA REGULÁVEL, CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL; TIRANTE EM NYLON COR AZUL, FECHO PLÁSTICO, TAMANHO GG (TAMANHO APROXIMADO DE 45 A 50 CM). A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM A GRAMATURA, COM PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.	REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS	ORTOCENTER TAM GG	10335910004	INAPTO	Após pesquisa no site da ANVISA e referente a marca Ortocenter , conclui-se que o produto ofertado não atende às especificações exigidas no descritivo. O registro indicado corresponde a tipoias permanentes e estofadas (confeccionadas em lona, brim ou algodão) . O descritivo do edital exige Tecido Não Tecido (TNT) de gramatura 120g .
19	ID: 5423 -AVENTAL PADRÃO PARA PROFISSIONAL MÉDICO, PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, COM PROTEÇÃO FRONTAL DE 0,50 MM PB E PROTEÇÃO NOS OMBROS DE 0,25 MM PB . TAMANHOS: 100 X 60 CM E 110 X 60 CM. PESO: 4,9 KG A 5,0 KG. ACABAMENTO EM NYLON IMPERMEÁVEL, NAS CORES AZUL MARINHO OU VERDE. PRODUTO EM CONFORMIDADE	PLANIDEIA CONFECCAO DE VESTUARIO DE PROTECAO	Planidéia /Planidéia	NÃO INFORMADO	INAPTO	Após pesquisa técnica no catálogo anexado à proposta, conclui-se que o produto ofertado pela empresa não atende às especificações estabelecidas no descritivo. Em análise da documentação da marca, verificou-se desconformidade quanto ao material ofertado, uma vez que este segue a distribuição genérica prevista na norma ABNT NBR IEC 61331-3 para as partes restantes, não atendendo à distribuição geométrica nem ao reforço de massa localizado nos

	COM A NORMA ABNT NBR IEC 61331-3:2014. INDICADO PARA USO EM CENTRO CIRÚRGICO EM PROCEDIMENTOS DE CPRE ADULTO/INFANTIL. O PRODUTO DEVE POSSUIR OBRIGATORIAMENTE REGISTRO ATIVO NA ANVISA E O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VIGENTE EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO . A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO ANVISA E NÚMERO DO CA. EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO SACO INDIVIDUAL. O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELÃO COM PESO MÁXIMO DE 30 KG POR CAIXA.					ombros, conforme exigido. Além disso, os dados constantes do Laudo nº LABPROSAUD-E031-25 indicam que o dispositivo foi projetado e ensaiado com foco na proteção contra radiação espalhada na faixa de 50 kV a 110 kV. Tal especificação diverge da finalidade prevista no edital, que requer produto indicado para utilização em Centro Cirúrgico, especialmente em procedimentos de CPRE, ambiente de elevada exigência radiológica que demanda a densidade e a massa física características da manta plumbífera tradicional especificada. Conforme os dados técnicos do fabricante e o referido laudo, o produto ofertado utiliza tecnologias modernas de atenuação que proporcionam significativa redução de peso da vestimenta, resultando em massa física inferior ao limite mínimo exigido no edital.
21	ID - 6709 TIPOIA, EM TNT INFANT.20 A 25CM, GRAMATURA 80 G,TAMA. PP. A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE, COM PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.O PRODUTO DEVE VIR COM EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO SACO, COM INDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE E TAMANHO	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA	ORTOCENTER	NÃO INFORMADO	INAPTO	Em pesquisa no site da ANVISA e referente a marca Ortocenter, conclui-se que o produto ofertado não atende às especificações exigidas no descritivo. O registro indicado corresponde a tipoias permanentes e estofadas (confeccionadas em lona, brim ou algodão). O descritivo do edital exige Tecido Não Tecido (TNT) de gramatura 80g.
22	ID - 165- BOTA IMOBILIZADORA BILATERAL M. Tipo: Bota Anatômica. Material: Resistente, Tamanho: M. Posição: Bilateral. Modelo: Longo. Tipo Fecho: Tiras c/ Velcros ajustáveis. Tipo Sola: Antiaderente. A EMBALAGEM DEVE	SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	PROCORPUS	80228410026	APTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação do registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma

	SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE, COM PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.O PRODUTO DEVE VIR COM EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO SACO, COM INDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE E TAMANHO					clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
23	ID - 8572 - IMOBILIZADOR DE JOELHO FIXO. Tipo: Fixo p/ Joelho. Material: Tecido Resistente acolchoado. Tamanho: G. Posição: Bilateral. Modelo: Estreito. Tipo fecho: Tiras C/ fecho ajustáveis. A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE, COM PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.O PRODUTO DEVE VIR COM EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO SACO, COM INDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE E TAMANHO.	SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	PROCORPUS	80228410031	APTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação do registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
24	ID 67008 - IMOBILIZADOR DE JOELHO FIXO (LARGO). Tipo: Fixo p/ Joelho. Material: Tecido Resistente acolchoado. Tamanho: G. Posição: Bilateral. Modelo: LARGO. Tipo fecho: Tiras C/ fecho ajustáveis. A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE, COM PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.O PRODUTO DEVE VIR COM	SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	PROCORPUS	80228410031	APTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação do registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.

	EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO SACO, COM IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE E TAMANHO.					
COTA						
SAMS 4/COTA 28	ID: 10626 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM SMS OU SSMMS, 100% POLIPROPILENO, COR AZUL OU VERDE, TAMANHO G, CORRESPONDENTE APROXIMADAMENTE ÀS DIMENSÕES DE 1,50 M X 1,20 M, MANGAS LONGAS, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², GOLA RENTE, COM REFORÇO NAS MANGAS, TIRAS PARA AMARRAÇÃO NA CINTURA E FECHAMENTO EM VELCRO NO PESCOÇO, PUNHOS EM MALHA ELÁSTICA, COM BARREIRA BACTERIANA, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVERÁ SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM GRAMATURA, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR EMBALAGEM PRIMÁRIA INDIVIDUAL, TIPO SACO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E TAMANHO, SENDO ACONDICIONADO EM PACOTES PLÁSTICOS COM, NO MÍNIMO, 10 UNIDADES, DISPOSTOS EM CAIXAS DE PAPELÃO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 16064:2022 – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO, E APRESENTAR LAUDOS DE CITOTOXICIDADE, SENSIBILIZAÇÃO E	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA	SOCC	NÃO INFORMADO	INAPTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado pela empresa não atende às especificações exigidas no descritivo. Em pesquisa ao catálogo anexo à proposta, verificou-se que a marca ofertada é voltada para indústrias, laboratórios químicos ou manuseio de substâncias corrosivas leves. O item apresenta certificação sob a norma ISO 16602:2007 + A1:2012, que especifica vestimentas de proteção contra produtos químicos, além de laudo emitido pelo IPT/SP (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) focado em resistência mecânica (rasgamento) e repelência/penetração química. Entretanto, o Termo de Referência exige um produto estéril por Óxido de Etileno e com devido Registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Produtos que possuem apenas o CA (Certificado de Aprovação) do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) e não possuem registro na ANVISA não podem ser utilizados em procedimentos cirúrgicos invasivos.

	IRRITAÇÃO OU REATIVIDADE INTRADÉRMICA, CONFORME ABNT NBR ISO 10993-1:2018.					
SAMS 7/COTA 30	ID: 181 - AVENTAL DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL FECHADO LONGO DE PLÁSTICO BRANCO MANGA LONGA COM ELÁSTICO NOS PUNHOS, FECHAMENTO COSTAS, DIMENÇÕES APROXIMADAS DE 1,40 X 70 CM. COM CERTIFICAÇÃO C.A DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O PRODUTO DEVE VIR COM EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO SACO, COM INDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE E TAMANHO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR OS MATERIAIS EM EMBALAGENS DO TIPO PACOTES PLÁSTICOS COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO (COM PESO MÁXIMO POR CAIXA DE ATÉ 30 KG).	CENTRO DA LIMPEZA KE	ITATEX	NÃO INFORMADO	INAPTO	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado pela empresa não atende às especificações exigidas no descritivo. Em pesquisa realizada junto à marca ltatex , verificou-se que a mesma não apresenta em seu catálogo o avental conforme solicitado no descritivo.
SAMS 18/COTA 31	ID: 3003048 - TIPOIA BRAÇO, PRODUZIDO EM TECIDO NÃO TECIDO - TNT NA COR AZUL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA 120 G, COM ALÇA REGULÁVEL, CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL; TIRANTE EM NYLON COR AZUL, FECHO PLÁSTICO, TAMANHO GG (TAMANHO APROXIMADO DE 45 A 50 CM). A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM A GRAMATURA, COM PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE	SUPERMEDICAL LTDA	ARTIPE	ISENTO	INAPTO	Após pesquisa no site da marca, conclui-se que o produto ofertado não atende às especificações exigidas no descritivo. O modelo da marca Artipé indicado é fabricado em tecido de Náilon (Poliamida), enquanto o descritivo do edital exige Tecido Não Tecido (TNT) de gramatura 120g.

SAMS 19/COTA 32	ID: 5423 -AVENTAL PADRÃO PARA PROFISSIONAL MÉDICO, PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, COM PROTEÇÃO FRONTAL DE 0,50 MM PB E PROTEÇÃO NOS OMBROS DE 0,25 MM PB. TAMANHOS: 100 X 60 CM E 110 X 60 CM. PESO: 4,9 KG A 5,0 KG. ACABAMENTO EM NYLON IMPERMEÁVEL, NAS CORES AZUL MARINHO OU VERDE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 61331-3:2014. INDICADO PARA USO EM CENTRO CIRÚRGICO EM PROCEDIMENTOS DE CPRE ADULTO/INFANTIL. O PRODUTO DEVE POSSUIR OBRIGATORIAMENTE REGISTRO ATIVO NA ANVISA E O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VIGENTE EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO . A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO ANVISA E NÚMERO DO CA. EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO SACO INDIVIDUAL. O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELÃO COM PESO MÁXIMO DE 30 KG POR CAIXA.	PLANIDEIA CONFECCAO DE VESTUARIO DE PROTECAO	Planideia/Planideia	NÃO INFORMADO	INAPTO	Após pesquisa técnica no catálogo anexado à proposta, conclui-se que o produto ofertado pela empresa não atende às especificações estabelecidas no descritivo. Em análise da documentação da marca, verificou-se desconformidade quanto ao material ofertado, uma vez que este segue a distribuição genérica prevista na norma ABNT NBR IEC 61331-3 para as partes restantes, não atendendo à distribuição geométrica nem ao reforço de massa localizado nos ombros, conforme exigido. Além disso, os dados constantes do Laudo nº LABPROSAUD-E031-25 indicam que o dispositivo foi projetado e ensaiado com foco na proteção contra radiação espalhada na faixa de 50 kV a 110 kV. Tal especificação diverge da finalidade prevista no edital, que requer produto indicado para utilização em Centro Cirúrgico, especialmente em procedimentos de CPRE, ambiente de elevada exigência radiológica que demanda a densidade e a massa física características da manta plumbífera tradicional especificada. Conforme os dados técnicos do fabricante e o referido laudo, o produto ofertado utiliza tecnologias modernas de atenuação que proporcionam significativa redução de peso da vestimenta, resultando em massa física inferior ao limite mínimo exigido no edital.
SAMS 22/COTA 34	ID - 165- BOTA IMOBILIZADORA BILATERAL M. TIPO: BOTA ANATÔMICA. MATERIAL: RESISTENTE, TAMANHO: M. POSIÇÃO: BILATERAL. MODELO: LONGO. TIPO FECHO: TIRAS C/ VELCROS AJUSTÁVEIS. TIPO SOLA: ANTIADERENTE. A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE, COM PROCEDÊNCIA,	SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	PROCORPUS	80228410026	APTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação do registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em

	NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.O PRODUTO DEVE VIR COM EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO SACO, COM INDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE E TAMANHO					conformidade com o descritivo técnico.
SAMS 23/COTA 35	ID - 8572 - IMOBILIZADOR DE JOELHO FIXO. Tipo: Fixo p/ Joelho. Material: Tecido Resistente acolchoado. Tamanho: G. Posição: Bilateral. Modelo: Estreito. Tipo fecho: Tiras C/ fecho ajustáveis. A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE, COM PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.O PRODUTO DEVE VIR COM EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO SACO, COM INDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE E TAMANHO	MEDMACH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	SHIMPAX	80700140004	APTO	Em pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação do registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
SAMS 24/COTA 36	ID 67008 - IMOBILIZADOR DE JOELHO FIXO (LARGO). Tipo: Fixo p/ Joelho. Material: Tecido Resistente acolchoado. Tamanho: G. Posição: Bilateral. Modelo: LARGO. Tipo fecho: Tiras C/ fecho ajustáveis. A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE, COM PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.O PRODUTO DEVE VIR COM EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO SACO, COM INDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE E TAMANHO	MEDMACH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	SHIMPAX	80700140004	APTO	Em pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação do registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.

SAMS 17/COTA 37	ID: 3003047 - TIPOIA BRAÇO, PRODUZIDO EM TECIDO NÃO TECIDO - TNT NA COR AZUL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA 120 G , COM ALÇA REGULÁVEL, CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE E LAVÁVEL; TIRANTE EM NYLON COR AZUL, FECHO PLÁSTICO, TAMANHO G (TAMANHO APROXIMADO DE 40 A 45 CM). A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE COM A GRAMATURA, COM PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.	SUPERMEDICAL LTDA	ARTIPE	ISENTO	INAPTO	Após pesquisa no site da marca, conclui-se que o produto ofertado não atende às especificações exigidas no descritivo. O modelo da marca Artipé indicado é fabricado em tecido de Náilon (Poliamida) , enquanto o descritivo do edital exige Tecido Não Tecido (TNT) de gramatura 120g.
-----------------------	---	----------------------	--------	--------	--------	--

2. DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertado pelas empresas/licitantes, em relação às especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está **em desacordo** com o solicitado por esta administração.

Dessa forma, declaramos **INAPTAS** as proposta apresentada pelas seguintes empresa para os itens:

- I - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS - **itens 14, 16, 17 e 18**
- II - CENTRO DA LIMPEZA KE - **item 30**
- III - LIGHT BRASIL LTDA - **item 5**
- IV - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA - **itens 4, 15, 21 e 28**
- V - SUPERMEDICAL LTDA - **itens 31 e 37**
- VI - PLANIDEIA CONFECCAO DE VESTUARIO DE PROTECAO - **itens 19 e 32**

Por outro lado, as propostas apresentadas pelas demais empresas foram consideradas **APTAS**.

Considerando que o parecer técnico foi elaborado estritamente com base na análise dos aspectos técnicos dos insumos, limitando-se às especificações e aos critérios técnicos pertinentes.

No que se refere à aferição de eventual inexecuibilidade da proposta, observa-se o disposto no **art. 34 da Instrução Normativa nº 73/2022**, segundo o qual valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração configuram mero indício de inexecuibilidade, cuja caracterização somente pode ocorrer após a realização de **diligência pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação**, conforme expressamente previsto em seu parágrafo único, *in verbis*:

"Art. 34. No caso de **bens e serviços em geral**, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
Parágrafo único. **A inexecuibilidade**, na hipótese de que trata o caput, **só será considerada após diligência do agente de contratação ou da comissão de contratação**."(grifo nosso)

Desse modo, **não se inserem nas atribuições deste setor** a análise, **aferição ou a realização de diligências relacionadas aos valores apresentados nas fases de lances e de negociação**, por se tratarem de atos inerentes à condução do certame, cuja responsabilidade é direta e exclusiva do agente de contratação/pregoeiro(a), em estrita observância à legislação vigente e às normas que regem os procedimentos licitatórios.

Para sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
Farmacêutica Analista
Licitação de Produtos Médicos Gerais
SESAU-CGPM/RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 16/06/2026, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **73143891** e o código CRC **953F2124**.