



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 89/2026/SESAU-SLPM

Considerando o **Ofício nº 5332**, protocolado sob o SEI nº73403888, por meio do qual se solicita a análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº **90065/2026/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM), por intermédio da Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos (SLPM), passa a apresentar o presente Parecer Técnico, nos termos que seguem.

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0036.052437/2025-88						
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90065/2026/"FIOS II - NÃO ABSORVÍVEIS"						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	D: 8148 - FIO NYLON, DIÂMETRO "0" , COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM),AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM, (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8 . EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	SUTCARE LTDA	TECHNOFIO- NY04CT20	10378330022	APTO	Após análise técnica no catálogo da empresa e registro da ANVISA, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		STAR COMERCIO LTDA	TECHNOFIO- NY04CT20	10378330022	APTO	Em análise no catálogo da empresa e registro da ANVISA, verificou-se que apresenta especificações que atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
2	ID: 5841 - FIO NYLON, DIÂMETRO "0" , COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM) , AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 30 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8 . EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	SUTCARE LTDA	TECHNOFIO- NY04CT30	10378330022	APTO	Após análise técnica no catálogo da empresa e registro da ANVISA, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		STAR COMERCIO LTDA	TECHNOFIO- NY04CT30	10378330022	APTO	Em análise no catálogo da empresa e registro da ANVISA, verificou-se que apresenta especificações que atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
5	ID: 10598 - FIO NYLON, DIÂMETRO "2-0" , COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM) , AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE , COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 E / OU 3/8 . EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	PROCARE	10369469044	INAPTO	Em pesquisa no catálogo da empresa e registro da ANVISA concluiu-se que a marca ofertada apresenta especificações a marca não atendem às necessidades desta Administração . Em análise, verificou-se que a marca ofertada apresenta divergência quanto à agulha com comprimento de 36,4 mm (com variação permitida de +/- 1 mm), que estabelece um intervalo regulamentar de 35,4 mm a 37,4 mm . A marca Procare comercializa para o fio Nylon 2-0 agulhas com comprimentos máximos de 30 mm (3,0 cm), não atendendo conforme solicitado .
		NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO	Technofio	10378330022	INAPTO	Em pesquisa realizada junto ao sistema de consultas da ANVISA e após análise técnica, concluiu-se que a marca Technofio não atende às necessidades desta Administração . Em análise verificou-se, por meio do catálogo oficial de linha da fabricante, que a empresa não produz agulhas com tamanhos intermediários (como 35 mm, 36 mm ou 37 mm) para o fio Nylon calibre 2-0 com 45 cm de comprimento. A grade comercial da marca salta diretamente da agulha de 30 mm para a de 40 mm .
		ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Technofio NY24CT40	10378330022	INAPTO	Após pesquisa do catálogo em anexo à proposta e consulta ao sítio eletrônico da ANVISA, concluiu-se que o item não atende às necessidades desta Administração. Em análise da marca/modelo , verificou-se uma divergência crítica : o modelo informado (NY24CT40) é dotado de uma agulha de 40 mm (4,0 cm) . O descritivo estabelece de forma clara e restritiva que a agulha deve possuir o comprimento nominal de 36,4 mm , com variação máxima permitida de +/- 1 mm , sendo o limite aceitável entre 35,4 e 37,4 mm .
6	ID: 8504 - FIO NYLON, DIÂMETRO "2-0" , COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM) , AGULHA CÍRCULO TRIANGULAR ESTRIADA PARA USO EM NEUROCIRUGIAS , COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 E/OU 3/8 . EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	STAR COMERCIO LTDA	TECHNOFIO- NY24MT25	10378330022	INAPTO	Em análise no catálogo do fabricante e ao registro da ANVISA, verifica-se que o modelo TECHNOFIO-NY24MT25 não atende às exigências do descritivo técnico . O edital exige obrigatoriamente um fio com agulha círculo triangular estriada para uso em neurocirurgias . O modelo ofertado possui codificação comercial rígida do fabricante, onde a sigla "MT" identifica uma agulha Triangular Cortante Comum (Série Cuticular / Cirurgia Plástica) . Esse modelo não possui o corpo estriado necessário para a segurança em procedimentos neurocirúrgicos .

7	ID: 32667 - FIO NYLON, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 30 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	SUTCARE LTDA	BRASUTURE NPA383	10372360009	APTO	Em pesquisa no catálogo em anexo na proposta concluiu-se que será aceito na marca BRASUTURE conforme especificação do descrito na ANVISA, relacionado ao modelo NPA383 , assim sendo a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		CARE COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	DONATI NYP2045CT30	81349840006	APTO	Após pesquisa no catálogo em anexo a proposta e registro no site da ANVISA, conclui-se que o produto ofertado apresenta especificações que atendem às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
8	ID: 8149 - FIO NYLON, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	SUTCARE LTDA	BRASUTURE NPA345	10372360009	APTO	Em pesquisa no catálogo em anexo na proposta concluiu-se que será aceito na marca BRASUTURE conforme especificação do descrito na ANVISA, relacionado ao modelo NPA383 , assim sendo a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		STAR COMERCIO LTDA	TECHNOFIO-NY24CT20	10378330022	APTO	Em análise no catálogo da empresa e registro da ANVISA, verificou-se que apresenta especificações que atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
9	ID: 5866 - FIO NYLON, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CIRCULAR CILÍNDRICA, COMPRIMENTO DE 30 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	SHALON	10243410041	APTO	Em pesquisa no catálogo em anexo à proposta e ao registro ANVISA, concluiu-se que a marca ofertada apresenta especificações que atendem às necessidades desta Administração. Em análise ao registro da ANVISA , verificou-se a informação: 'Apresenta-se na coloração preta ou incolor, providos ou não de agulhas' . Assim sendo, o item atende ao solicitado.Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	PROCARE	10369469044	INAPTO	Em pesquisa realizada no catálogo da empresa e no registro da ANVISA, concluiu-se que a marca ofertada não apresenta especificações e modelo que atendam às necessidades desta Administração . A especificação técnica exige, obrigatoriamente, agulha de corpo e ponta Cilíndrica , utilizada para afastar as fibras de tecidos internos sem cortá-los. Contudo, a marca ofertada apresenta agulha com geometria Triangular Cortante (ponta de corte) . Portanto, o produto ofertado não cumpre o requisito funcional essencial da ponta cilíndrica exigida, tornando-se incompatível com o uso cirúrgico pretendido.
10	ID: 10246 - FIO NYLON, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM PROCEDIMENTOS PEDIÁTRICOS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO	Technofio	10378330022	INAPTO	Após pesquisa realizada junto ao sistema de consultas da ANVISA e no catálogo em anexo a proposta, concluiu-se que marca Technofio e modelo NY54MT15 não atende às necessidades desta Administração. Verificou-se, por meio do catálogo oficial de linha da fabricante, que a empresa não produz agulhas com tamanhos intermediários (como 16 mm, 17 mm ou 18 mm) para o fio Nylon calibre 3-0 com 45 cm de comprimento . A grade comercial da marca salta diretamente da agulha de 15 mm para a de 20 mm .
		ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Technofio- NY34MT15	10378330022	INAPTO	Após análise do catálogo técnico do produto anexado à proposta e verificação junto à ANVISA, constatou-se que o modelo NY34MT15 não atende ao solicitado . O descritivo exige fio cirúrgico de Nylon, calibre 3-0, com comprimento de no mínimo 45 cm e agulha de tamanho intermediário (16 mm, 17 mm ou 18 mm). Como o modelo ofertado apresenta agulha de 15 mm, ele fica fora da tolerância permitida .
11	ID: 770 - FIO NYLON, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM),AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 30 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2004. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	SUTCARE LTDA	BRASUTURE NPA382	10372360009	APTO	Em pesquisa no catálogo em anexo na proposta concluiu-se que será aceito na marca BRASUTURE conforme especificação do descrito na ANVISA, relacionado ao modelo NPA383 , assim sendo a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		CARE COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	DONATI NYP3045CT30	81349840006	APTO	Após pesquisa no catálogo em anexo a proposta e registro no site da ANVISA, conclui-se que o produto ofertado apresenta especificações que atendem às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		STAR COMERCIO LTDA	TECHNOFIO NY34CT30	10378330022	APTO	Em análise no catálogo da empresa e registro da ANVISA, verificou-se que apresenta especificações que atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
12	ID: 10605 - FIO NYLON, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM),AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO	SUTCARE LTDA	TECHNOFIO NY34CT24	10378330022	INAPTO	Em pesquisa no catálogo em anexo na proposta concluiu-se que a marca não atende às necessidades desta Administração. Após análise constatou-se que a marca ofertada apresenta agulha triangular convencional , o que aumenta o risco de rasgar a borda da pele durante o nó, descumprindo o corte reverso exigido . Além disso, há a ausência de corpo quadrado , a agulha

	COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, ENTRE OUTRAS FINALIDADES, COMPRIMENTO DE 24 MM E (VARIAÇÃO +/- 1 MM) CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.					ofertada possui corpo cilíndrico comum, não oferecendo o travamento geométrico necessário, o que permite que a agulha gire no porta-agulhas durante a sutura.
		STAR COMERCIO LTDA	TECHNOFIO NY34CT24	10378330022	INAPTO	Em pesquisa no catálogo da empresa e no registro da ANVISA, verificou-se que o modelo ofertado apresenta especificações que não atendem às necessidades desta Administração. Em análise, constatou-se que a marca ofertada apresenta agulha triangular convencional , o que aumenta o risco de rasgar a borda da pele durante o nó, descumprindo o corte reverso exigido . Além disso, há a ausência de corpo quadrado , a agulha ofertada possui corpo cilíndrico comum, não oferecendo o travamento geométrico necessário, o que permite que a agulha gire no porta-agulhas durante a sutura .
		NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO	Technofio	10378330022	INAPTO	Em pesquisa realizada no catálogo anexo à proposta e no registro ANVISA junto ao sistema, concluiu-se que a marca Technofio apresenta modelo que não atendem às necessidades desta Administração .Em análise, constatou-se que a marca ofertada apresenta agulha triangular convencional , o que aumenta o risco de rasgar a borda da pele durante o nó, descumprindo o corte reverso exigido . Além disso, há a ausência de corpo quadrado , a agulha ofertada possui corpo cilíndrico comum, não oferecendo o travamento geométrico necessário, o que permite que a agulha gire no porta-agulhas durante a sutura .
13	ID: 32675 - FIO NYLON, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM),AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM PROCEDIMENTOS PEDIÁTRICOS E FECHAMENTO DE PELE, ENTRE OUTRAS FINALIDADES, ENTRE OUTRAS FINALIDADES, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	CARE COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	DONATI NYP4045MT15	81349840006	APTO	Após pesquisa no catálogo em anexo a proposta e registro no site da ANVISA, conclui-se que o produto ofertado apresenta especificações que atendem às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		STAR COMERCIO LTDA	TECHN OFIO- NY44MT15	10378330022	APTO	Em análise no catálogo da empresa e registro da ANVISA, verificou-se que apresenta especificações que atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO	Technofio	10378330022	APTO	Em pesquisa realizada junto ao sistema de consultas da ANVISA e após análise técnica, concluiu-se que a marca ofertada Technofio atende às necessidades desta Administração . Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
14	ID: 8443 - FIO NYLON, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, ENTRE OUTRAS FINALIDADES, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	SUTCARE LTDA	BRASUTURE NPA343	10372360009	INAPTO	Em pesquisa realizada no catálogo técnico do fabricante e no registro da ANVISA, concluiu-se que o modelo ofertado pela empresa (Brasuture NPANPA343 não atende às necessidades desta Administração). A especificação técnica exige agulha triangular de corte reverso com geometria de corpo quadrado , projetada especificamente para conferir alta estabilidade mecânica e impedir a rotação ou o deslizamento da agulha no porta-agulhas durante procedimentos cirúrgicos . Contudo, o modelo ofertado apresenta agulha triangular convencional de corpo cilíndrico/achatado padrão, desprovida do perfil quadrado de alta precisão exigido . Dessa forma, o produto não cumpre o requisito funcional essencial exigido.
		STAR COMERCIO LTDA	TECHNOFIO NY44CT20	10378330022	INAPTO	Em pesquisa no catálogo da empresa e no registro da ANVISA, verificou-se que o modelo ofertado apresenta especificações que não atendem às necessidades desta Administração. Em análise, constatou-se que a marca ofertada apresenta agulha triangular convencional , o que aumenta o risco de rasgar a borda da pele durante o nó, descumprindo o corte reverso exigido . Além disso, há a ausência de corpo quadrado , a agulha ofertada possui corpo cilíndrico comum, não oferecendo o travamento geométrico necessário, o que permite que a agulha gire no porta-agulhas durante a sutura .
15	ID: 32606 - FIO NYLON, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 24 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	SUTCARE LTDA	TECHNOFIO NY44CT24	10378330022	INAPTO	Após pesquisa no catálogo do fabricante e consulta ao registro ANVISA, verificou-se que o modelo ofertado não comprova o atendimento integral às especificações exigidas por esta Administração . A documentação técnica do modelo NY44CT24 descreve a agulha apenas como "3/8 círculo triangular" , sem demonstrar que se trata de agulha triangular de corte reverso e com corpo quadrado , características expressamente exigidas no descritivo do item. Dessa forma, não restou demonstrado o atendimento integral às especificações técnicas do edital .
		STAR COMERCIO LTDA	TECHN OFIO NY44CT24	10378330022	INAPTO	Em pesquisa no catálogo da empresa e no registro da ANVISA, verificou-se que o modelo ofertado apresenta especificações que não atendem às necessidades desta Administração. Em análise, constatou-se que a marca ofertada apresenta agulha triangular convencional , o que aumenta o risco de rasgar a borda da pele durante o nó, descumprindo o corte reverso exigido . Além disso, há a ausência de corpo quadrado , a agulha ofertada possui corpo cilíndrico comum, não oferecendo o travamento geométrico necessário, o que permite que a agulha gire no porta-agulhas durante a sutura .
16	ID: 8448 - FIO NYLON, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2004. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO	CARE COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	SEM PROPOSTA			
		STAR COMERCIO LTDA	TECHN OFIO NY44MT25	10378330022	APTO	Em análise no catálogo da empresa e registro da ANVISA, verificou-se que apresenta especificações que atendem às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.

	DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.					
17	ID: 32618 - FIO NYLON, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM PROCEDIMENTOS PEDIÁTRICOS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	STAR COMERCIO LTDA	TECHN OFIO NY54MT16	10378330022	APTO	Em análise no catálogo da empresa e registro da ANVISA, verificou-se que apresenta especificações que atendem às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	TECHNOFIO	10378330022	APTO	Em pesquisa no catálogo da empresa e registro da ANVISA, verificou-se que a marca ofertada apresenta especificações e modelo que atendem às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO	Technofio	10378330022	APTO	Em pesquisa realizada junto ao sistema de consultas da ANVISA e após análise técnica, concluiu-se que a marca ofertada Technofio atende às necessidades desta Administração . Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
18	D: 10592 - FIO NYLON, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	SUTCARE LTDA	BRASUTURE NPA342	10372360009	INAPTO	Em análise ao catálogo técnico do fabricante e à documentação apresentada para o modelo Brasuture NPA342 (Registro ANVISA nº 10372360009) , verificou-se que o produto atende às características de fio nylon monofilamento 5-0, comprimento aproximado de 45 cm, agulha de 20 mm, curvatura 3/8 de círculo e ponta triangular de corte reverso. Contudo, não foi identificada na documentação técnica comprovação de que a agulha possua corpo quadrado, característica expressamente exigida no descritivo do item para proporcionar maior estabilidade no porta-agulhas durante procedimentos de cirurgia plástica reparadora e fechamento de pele . Dessa forma, diante da ausência de comprovação documental do requisito técnico relativo ao corpo quadrado da agulha, conclui-se que o produto ofertado não demonstrou atendimento às especificações exigidas no edital.
		STAR COMERCIO LTDA	SEM PROPOSTA			
19	ID: 10285 - FIO NYLON, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM NEUROCIRURGIAS, COMPRIMENTO DE 13 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 . EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Technofio NY54MT15	10378330022	INAPTO	Após pesquisa no catálogo técnico do produto anexo à proposta e verificação junto à ANVISA, constatou-se que o modelo ofertado (NY54MT15) não atende ao solicitado. Em análise da marca, verificou-se que o referido modelo apresenta Agulha Triangular Cortante (indicada pelas especificações 'Cuticular/Plástica'), divergindo da agulha Cilíndrica exigida no descritivo, o que inviabiliza o seu uso na especialidade solicitada.
20	D: 8450 - FIO NYLON, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 . EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2004. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	CARE COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	DONATI NYP5045MT25	81349840006	APTO	Após pesquisa no catálogo em anexo a proposta e registro no site da ANVISA, conclui-se que o produto ofertado apresenta especificações que atendem às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO	Technofio	10378330022	APTO	Em pesquisa realizada junto ao sistema de consultas da ANVISA e após análise técnica, concluiu-se que a marca ofertada Technofio atende às necessidades desta Administração . Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Technofio NY54MT25	10378330022	APTO	Após análise do catálogo anexo à proposta e consulta ao sítio eletrônico da ANVISA, verificou-se que o modelo ofertado NY54MT25 informado atende às necessidades desta Administração.Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
21	ID: 7179 - FIO NYLON, DIÂMETRO "6-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 16 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8 . EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E	SUTCARE LTDA	TECHNOFIO NY64CT16	10378330022	INAPTO	Após pesquisa no catálogo da empresa e no registro da ANVISA, verificou-se que o modelo ofertado apresenta especificações que não atendem às necessidades desta Administração. A documentação técnica do modelo NY64CT16 descreve a agulha apenas como '3/8 círculo triangular' , sem comprovação de que seja triangular de corte reverso e com corpo quadrado , características expressamente exigidas no descritivo. Dessa forma, não restou demonstrado o atendimento integral às especificações técnicas do edital .
		SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	TECHNOFIO	10378330022	INAPTO	Em pesquisa no catálogo da empresa e registro da ANVISA, verificou-se que a marca ofertada apresenta especificações e modelo que não atendem às necessidades desta Administração. Em análise, constatou-se que a marca ofertada apresenta agulha triangular convencional , o que aumenta o risco de rasgar a borda da pele durante o nó, descumprindo o corte reverso exigido . Além disso, há a ausência de corpo quadrado , a agulha ofertada possui corpo cilíndrico comum, não oferecendo o

	PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.					travamento geométrico necessário, o que permite que a agulha gire no porta-agulhas durante a sutura.
		ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Technofio NY64CT16	10378330022	INAPTO	Após análise do catálogo técnico do produto anexado à proposta e verificação junto à ANVISA, constatou-se que o modelo ofertado NY64CT16 não atendem ao solicitado . Em pesquisa, constatou-se que a marca ofertada apresenta agulha triangular convencional , o que aumenta o risco de rasgar a borda da pele durante o nó, descumprindo o corte reverso exigido . Além disso, há a ausência de corpo quadrado , a agulha ofertada possui corpo cilíndrico comum, não oferecendo o travamento geométrico necessário, o que permite que a agulha gire no porta-agulhas durante a sutura.
25	ID: 5812 - FIO NYLON, DIÂMETRO "9-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 30 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS ESPATULADAS COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS , PARA USO EM OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8 . EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	POINT SUTURE 2NP9352065O1	10155530011	APTO	Em pesquisa ao catálogo do fabricante anexo à proposta e ao registro ANVISA , concluiu-se que o modelo 2NP9352065O1 da marca Point Suture atende às necessidades desta Administração . Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
28	ID: 7511 - FIO NYLON, DIÂMETRO "10-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 13 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM) , AGULHA CÍRCULO CILÍNDRICA COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS , PARA USO EM MICROCIRURGIAS , COMPRIMENTO DE 5 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8 . EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	POINT SUTURE NP1012050M1	10155530011	INAPTO	Em pesquisa ao catálogo do fabricante anexo à proposta e ao registro ANVISA, concluiu-se que o modelo NP1012050M1 da marca Point Suture não atende às necessidades desta Administração . Em análise verificou-se codigo CCC5 agulha de corpo cilíndrico (totalmente redonda) não possui as faces planas necessárias para o travamento mecânico nas garras do porta-agulhas . Durante o ato de microcirurgia, sob a resistência dos tecidos, a agulha de formato cilíndrico sofre o efeito de "rolamento" ou rotação indesejada. Edital exige agulha com corpo quadrado (foco em conferir estabilidade mecânica, garras planas e efeito antirrotação no porta-agulhas).
		STAR COMERCIO LTDA	SHALON N510TP6	10243410009	INAPTO	Em análise técnica da proposta apresentada, confrontando os dados do catálogo oficial do fabricante e as informações do respectivo registro na ANVISA, constatou-se que o modelo ofertado NÃO ATENDE às especificações técnicas desta Administração . O Termo de Referência exige, de forma expressa, uma agulha círculo cilíndrica com corpo quadrado, projetada especificamente para procedimentos microcirúrgicos, garantindo a estabilidade e impedindo a rotação da agulha no porta-agulhas . O modelo ofertado (N510TP6) possui agulha com a codificação TP, que corresponde à agulha Triangular Plástica (Cortante) . O uso de uma ponta cortante/triangular em microcirurgias vasculares ou neurológicas eleva o risco de laceração de vasos e tecidos sensíveis, inviabilizando a sua aplicação segura no procedimento pretendido. Assim sendo, o item não atende ao solicitado.
30	ID: 5846 - FIO DE AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO “ 1” , COMPRIMENTO 60 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 3 FIOS POR ENVELOPE, SEM AGULHA . EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COVIDIEN FA901	80052020053	APTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e consulta no site da ANVISA, concluiu-se que o produto ofertado atende ao solicitado . Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		VR HOSPITALAR LTDA	Bioline / AC1SA60	NÃO INFORMADO	APTO	Após análise do item ofertado pela empresa e verificação do catálogo do modelo AC1SA60(marca Bioline) sem agulha , anexo à proposta, concluiu-se que o produto atende às necessidades desta Administração . Ressalva-se que a aceitação definitiva do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item, sua marca, seu modelo e o número de registro na ANVISA , em estrita conformidade com o descritivo técnico exigido.
		JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	Ethicon / Johnson & Johnson BSS25T	81245800008	APTO	Após análise no catálogo técnico da fabricante e conferência junto ao banco de dados da ANVISA, conclui-se que o modelo BSS25T da marca ofertada atende ao descritivo do edital. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
31	ID: 6684 - FIO DE AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO “ 2-0” , COMPRIMENTO 60 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 3 FIOS POR ENVELOPE, SEM AGULHA . EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COVIDIEN FA920	80052020053	APTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e consulta no site da ANVISA, concluiu-se que o produto ofertado atende ao solicitado . Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		VR HOSPITALAR LTDA	Bioline / AC20SA60	NÃO INFORMADO	APTO	Após análise do item ofertado pela empresa e verificação do catálogo do modelo AC20SA60 (marca Bioline) sem agulha , anexo à proposta, concluiu-se que o produto atende às necessidades desta Administração . Ressalva-se que a aceitação definitiva do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item, sua marca, seu modelo e o número de registro na ANVISA , em estrita conformidade com o descritivo técnico exigido.
		JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	Ethicon / Johnson & Johnson BSS28T	81245800008	APTO	Após análise no catálogo técnico da fabricante e conferência junto ao banco de dados da ANVISA, conclui-se que o modelo BSS28T da marca ofertada atende ao descritivo do edital. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de

						forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
35	ID: 8610 - FIO POLIPROPILENO , DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM , (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 . EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	CARE COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	DONATI PPA075MR25	81349840002	APTO	Após pesquisa no catálogo em anexo a proposta e registro no site da ANVISA, conclui-se que o produto ofertado apresenta especificações que atendem às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		STAR COMERCIO LTDA	TECHNOFIO PP07MR4 0 / PP 0 1/2 25	10378330017	APTO	Em análise no catálogo da empresa e registro da ANVISA nº 10378330017 , verificou-se que o produto ofertado apresenta especificações que atendem às necessidades desta Administração, visto que o diâmetro "0", a curvatura de 1/2 círculo e a agulha de 25 mm cumprem os requisitos de Fechamento Geral / OBGIN dentro da margem de variação permitida. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital, sanando em definitivo qualquer dubiedade gráfica da proposta . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
36	ID: 6469 - FIO POLIPROPILENO , DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM , (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 . EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	STAR COMERCIO LTDA	TECHNOFIO PP07MR4 0 / PP 0 1/2 35	10378330017	INAPTO	Em análise no catálogo da empresa e registro da ANVISA, verificou-se que apresenta especificações que NÃO atendem às necessidades desta Administração . O edital estabeleceu de forma clara a exigência de agulha com comprimento de 36,4 mm, admitindo uma variação de +/- 1 mm, o que fixa o limite mínimo aceitável em 35,4 mm. A marca ofertada pela empresa possui agulha com dimensão nominal e física de 35 mm , não atendendo ao descritivo exigido.
		SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	PROCARE	10369460186	INAPTO	Em pesquisa no catálogo da empresa e registro da ANVISA, verificou-se que a marca ofertada apresenta especificações que não atendem às necessidades desta Administração . Em análise, constatou-se que a marca ofertada apresenta agulha com dimensão nominal e física de 35 mm, descumprindo o comprimento de 36,4 mm (variação de +/- 1 mm) exigido , o qual fixa o limite mínimo aceitável em 35,4 mm .
		NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO	Technofio	10378330017	INAPTO	Em pesquisa realizada junto ao sistema de consultas da ANVISA e após análise técnica, concluiu-se que a marca ofertada Technofio não atendem às necessidades desta Administração . O edital estabeleceu de forma clara a exigência de agulha com comprimento de 36,4 mm, admitindo uma variação de +/- 1 mm, o que fixa o limite mínimo aceitável em 35,4 mm. A marca ofertada pela empresa possui agulha com dimensão nominal e física de 35 mm , não atendendo ao descritivo exigido.
37	ID: 7714 - FIO POLIPROPILENO , DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM , (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 . EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OUCADASTRO NA ANVISA.	CARE COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	DONATI PPA075MR40	81349840002	APTO	Após pesquisa no catálogo em anexo a proposta e registro no site da ANVISA, conclui-se que o produto ofertado apresenta especificações que atendem às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		STAR COMERCIO LTDA	TECHNOFIO PP07MR4 0 / PP 0 1/2 40	10378330017	APTO	Em análise no catálogo da empresa e registro da ANVISA nº 10378330017 , verificou-se que o produto ofertado apresenta especificações que atendem às necessidades desta Administração, visto que o diâmetro "0", o comprimento de 75 cm, a curvatura de 1/2 círculo e a agulha de 40 mm cumprem os requisitos de Fechamento Geral / OBGIN dentro da margem de variação permitida. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital, sanando em definitivo qualquer dubiedade gráfica da proposta . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
38	ID: 8481 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM. (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS, COM CORPO QUADRADO/RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS , PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 22 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 . EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	SHALON	10243410014	INAPTO	A empresa apresentou catálogo em anexo à proposta. Da análise técnica do item, concluiu-se que a marca ofertada apresenta agulhas cilíndricas comuns, descumprindo a exigência explícita do edital de corpo quadrado/retangular para maior estabilidade no porta-agulhas . Portanto, o produto não atende às especificações técnicas exigidas no descritivo .
		POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COVIDIEN 2PPN83620V	80052020066	APTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e consulta no site da ANVISA, concluiu-se que o produto ofertado atende ao solicitado . Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MERIL	Não informado	INAPTO	Em pesquisa no catálogo em anexo à proposta, foi verificado que a empresa não anexou o registro conforme o item . Em análise da marca no site do fabricante, verificou-se que o produto ofertado sob o código PPL209523 (POLYPROPYLENE BU 2-0 X 75-22MM HC RB DN) não apresenta as especificações que atendem ao descritivo do termo de referência . Embora o código corresponda às dimensões de diâmetro (2-0), comprimento (75 cm) e quantidade de agulhas cilíndricas (Dupla Agulha de 22mm 1/2), a documentação técnica comercial da marca Meril não comprova a característica de ' corpo quadrado/retangular ' exigida para a estabilidade no porta-agulhas , ou seja, não atende ao descritivo exigido.
39	ID: 833 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO " 2-0 ", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 30 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8 . EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE	STAR COMERCIO LTDA	TECHNOFIO PP27CR30 / PP2-0 3/8 30	10378330017	APTO	Em análise no catálogo da empresa e registro da ANVISA nº 10378330017 , verificou-se que o produto ofertado apresenta especificações que atendem às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital, sanando em definitivo qualquer dubiedade gráfica da proposta . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA	Technofio	10378330017	APTO	Em pesquisa realizada junto ao sistema de consultas da ANVISA e após análise técnica, concluiu-se que a marca ofertada

	APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA	E SERVICOS MANUTENCAO				Technofio atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
40	ID: 8470 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO " 3-0 ", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM , (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS , COM CORPO QUADRADO/RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS , PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	SHALON	10243410014	INAPTO	A empresa apresentou catálogo em anexo à proposta. Da análise técnica do item, concluiu-se que a marca ofertada apresenta agulhas cilíndricas comuns, descumprindo a exigência explícita do edital de corpo quadrado/retangular para maior estabilidade no porta-agulhas. Portanto, o produto não atende às especificações técnicas exigidas no descritivo.
		POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COVIDIEN 2PPN82630V	80052020066	APTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e consulta no site da ANVISA, concluiu-se que o produto ofertado atende ao solicitado. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	POINT SUTURE 2PA383317C2	10155530017	APTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e consulta no site da ANVISA, concluiu-se que o produto ofertado atende ao solicitado. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
41	ID: 7356 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO " 3-0 ", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM , (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS , COM PONTA DE TROCATER E CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS , PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	PROCARE	10369460186	INAPTO	Em pesquisa no catálogo da empresa e registro da ANVISA, verificou-se que a marca ofertada apresenta especificações que não atendem às necessidades desta Administração. Em análise, constatou-se que a marca ofertada apresenta fio com comprimento inferior ao mínimo exigido e dotado de agulha simples de corpo cilíndrico comum, descumprindo a exigência de 2 agulhas (dupla agulhada), ponta de trocater, corpo quadrado para estabilidade e comprimento mínimo de fio de 90 cm (variação +/- 5 cm), os quais fixam os limites técnicos mínimos aceitáveis para a segurança do procedimento cardiovascular.
		JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	Ethicon / Johnson & Johnson 8976H	10132590033	APTO	Após análise no catálogo técnico da fabricante e conferência junto ao banco de dados da ANVISA, conclui-se que o modelo 8976H da marca ofertada atende ao descritivo do edital. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
42	ID: 7541 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO " 3-0 ", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM , (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO , COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 25 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	TECHNOFIO	10378330017	APTO	Em pesquisa ao catálogo anexo à proposta e ao registro ANVISA, concluiu-se que a marca ofertada atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico
		STAR COMERCIO LTDA	TECHNOFIO PP37MR2 5 / PP 3-0 1/2 25	10378330017	APTO	Em análise no catálogo da empresa e registro da ANVISA nº 10378330017 , verificou-se que o produto ofertado apresenta especificações que atendem às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital, sanando em definitivo qualquer dubiedade gráfica da proposta. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
43	ID: 8483 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO " 4-0 ", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM , (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS , COM PONTA DE TROCATER E CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS , PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	SHALON	10243410014	INAPTO	A empresa apresentou catálogo em anexo à proposta. Da análise técnica do item, concluiu-se que o modelo ofertado sob o registro ANVISA nº 10243410014 descumpre a exigência do edital de apresentar agulhas com corpo quadrado/retangular para maior estabilidade no porta-agulhas, oferecendo em seu lugar agulhas cilíndricas comuns. Embora o registro do produto Shalon preveja a indicação de uso em procedimentos cardiovasculares , a ausência da geometria específica estipulada para a estabilidade da agulha compromete a precisão e a segurança exigidas no ato cirúrgico cardiovascular. Portanto, o produto não atende às especificações técnicas exigidas no descritivo.
		BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MERIL	Não informado	INAPTO	Em pesquisa no catálogo em anexo à proposta, foi verificado que a empresa não anexou o registro conforme exigido no item. Ademais, em análise da marca e no site do fabricante, verificou-se que o produto ofertado não apresenta as especificações que atendem ao descritivo do Termo de Referência. Frente à exigência de diâmetro '4-0', comprimento de no mínimo 90 cm (variação +/- 5 cm), 2 agulhas cilíndricas com ponta de trocater e corpo quadrado para uma maior estabilidade no porta-agulhas, comprimento de 17 mm (variação +/- 1 mm) e curvatura de 1/2 para uso em procedimentos cardiovasculares, constatou-se que a documentação técnica comercial da marca Meril não comprova a característica de 'corpo quadrado/retangular' exigida para a estabilidade mecânica. Portanto, o item não atende ao descritivo obrigatório.
		JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	Ethicon / Johnson & Johnson 8935H	10132590033	APTO	Após análise no catálogo técnico da fabricante e conferência junto ao banco de dados da ANVISA, conclui-se que o modelo 8935H da marca ofertada atende ao descritivo do edital. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
44	ID: 8471 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO " 4-0 ", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM) , 2	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	Ethicon / Johnson & Johnson 8975H	10132590033	APTO	Após análise no catálogo técnico da fabricante e conferência junto ao banco de dados da ANVISA, conclui-se que o modelo 8975H da marca ofertada atende ao descritivo do edital. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à

	AGULHAS CILÍNDRICAS, COM PONTA DE TROCATER E CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.					entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
45	ID: 32623 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS, QUADRADO/RETANGULAR COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	SHALON	10243410014	INAPTO	A empresa apresentou catálogo em anexo à proposta. Da análise técnica do item, concluiu-se que o modelo ofertado sob o registro ANVISA nº 10243410014 descumpre a exigência do edital de apresentar agulhas com corpo quadrado/retangular para maior estabilidade no porta-agulhas, oferecendo em seu lugar agulhas cilíndricas comuns . Embora o registro do produto Shalon preveja a indicação de uso em procedimentos cardiovasculares , a ausência da geometria específica estipulada para a estabilidade da agulha compromete a precisão e a segurança exigidas no ato cirúrgico cardiovascular . Portanto, o produto não atende às especificações técnicas exigidas no descritivo.
		POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COVIDIEN 2PPN82640V	80052020066	APTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e consulta no site da ANVISA, concluiu-se que o produto ofertado atende ao solicitado . Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	POINT SUTUR 2PA483317C2	10155530017	APTO	Em pesquisa ao catálogo do fabricante anexo à proposta e ao registro ANVISA , concluiu-se que o modelo 2PA483317C2 da marca Point Suture atende às necessidades desta Administração . Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
47	ID: 8478 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CÍRCULO CILINDRICAS, COM CORPO QUADRADO/RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	SHALON	10243410014	INAPTO	A empresa apresentou catálogo em anexo à proposta. Da análise técnica do item, concluiu-se que o modelo ofertado sob o registro ANVISA nº 10243410014 descumpre a exigência do edital de apresentar agulhas com corpo quadrado/retangular para maior estabilidade no porta-agulhas, oferecendo em seu lugar agulhas cilíndricas comuns . Embora o registro do produto Shalon preveja a indicação de uso em procedimentos cardiovasculares , a ausência da geometria específica estipulada para a estabilidade da agulha compromete a precisão e a segurança exigidas no ato cirúrgico cardiovascular . Portanto, o produto não atende às especificações técnicas exigidas no descritivo.
		POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COVIDIEN 2PPN82650V	80052020066	APTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e consulta no site da ANVISA, concluiu-se que o produto ofertado atende ao solicitado . Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	POINT SUTURE 2PA583317C2	10155530017	APTO	Em pesquisa ao catálogo do fabricante anexo à proposta e ao registro ANVISA , concluiu-se que o modelo 2PA583317C2 da marca Point Suture atende às necessidades desta Administração . Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
49	ID: 8475 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "7-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 60 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS, COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 13 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ATRAMAT	80160840018	INAPTO	Após consulta ao registro ANVISA nº 80160840018 e à documentação técnica disponível do produto ofertado, não foi localizada informação que comprove a característica de agulhas cilíndricas com corpo quadrado para uma maior estabilidade no porta-agulhas , conforme exigido no descritivo técnico. Embora tenham sido identificadas informações referentes ao tipo de fio, calibre, comprimento, curvatura e aplicação da sutura, não foi encontrada descrição técnica, catálogo ou instrução de uso que mencione a presença de corpo quadrado na agulha . Dessa forma não atende exigências do edital.
		VR HOSPITALAR LTDA	Bioline / PL702CR10AP	Não informado	INAPTO	Após análise do item ofertado pela empresa e verificação do catálogo do modelo PL702CR10AP (marca Bioline), anexo à proposta, concluiu-se que o produto não atende às necessidades desta Administração. Em análise do item, verificou-se divergência : o descritivo técnico exige agulhas com comprimento de 13 mm, admitindo uma variação de +/- 1 mm (faixa aceitável de 12 mm a 14 mm), enquanto o modelo ofertado da marca (Bioline PL702CR10AP) possui agulhas com comprimento de 10 mm, não atendendo o descritivo exigido .
		JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	Ethicon / Johnson & John M8727T	10132590033	APTO	Após análise no catálogo técnico da fabricante e conferência junto ao banco de dados da ANVISA, conclui-se que o modelo M8727T da marca ofertada atende ao descritivo do edital. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
50	ID: 8476 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "7-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS ESTRIADAS, COM	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COVIDIEN 2PPN81670VE	80052020066	INAPTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e consulta junto ao banco de dados da ANVISA, concluiu-se que o produto ofertado não atende ao solicitado no edital. Em análise técnica, verificou-se que o modelo ofertado não apresenta a Relação Fio/Agulha 1:1 (Sem grau) exigida. Este é o principal ponto de não

	CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS , PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 9,3 MM, (VARIAÇÃO +/- 1 MM), CURVATURA DE 3/8 E RELAÇÃO FIO/AGULHA 1:1 QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE VAZAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	POINT SUTURE 2PA7832093C1	10155530017	INAPTO	conformidade: a marca e modelo propostos possuem a agulha crimpada de forma tradicional, o que gera um 'degrau' na transição entre a agulha e o fio. O descritivo do edital exige explicitamente uma tecnologia que minimize vazamentos em procedimentos cardiovasculares (comumente denominada tecnologia Single Jersey ou 1:1 ratio), na qual o diâmetro da agulha na zona de fixação é idêntico ao diâmetro do fio. Diante do exposto, a marca e modelo ofertado não atende o descritivo.
		JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	Ethicon / Johnson & Johnson M8703T	10132590033	APTO	Após pesquisa no catálogo em anexo à proposta, consulta ao descritivo do fabricante e análise do registro ANVISA nº 10155530017, concluiu-se que o produto ofertado sob o código 2PA7632093C1 / (Marca: Point Suture) não atende às exigências do Termo de Referência desta Administração, motivada pelos seguintes fatores: Ausência de Relação Fio/Agulha 1:1: O descritivo do produto limitou-se a detalhar características gerais de encaستamento e propriedades do fio, omitindo e não comprovando o mecanismo de proporção geométrica de diâmetro de 1:1 entre o fio de sutura e a agulha . O edital exige tal especificação técnica com o objetivo assistencial de minimizar furos maiores que o calibre do fio e, consequentemente, mitigar o risco de vazamentos e hemorragias perianastomóticas no pós-operatório imediato.
51	ID: 10569 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "7-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 60 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS ESTRIADAS DE TUNGSTÊNIO-RÊNIO, COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 9,3 MM, (VARIAÇÃO +/- 1 MM), CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	POINT SUTURE 2PA7632093C1	10155530017	INAPTO	Após pesquisa no catálogo em anexo à proposta e consulta ao registro ANVISA , concluiu-se que o produto ofertado sob o código 2PA7632093C1 (Marca: Point Suture) não atende às exigências do Termo de Referência desta Administração, motivada pelos seguintes fatores: Material da Liga Metálica: O modelo ofertado utiliza agulhas fabricadas em liga de Aço Inoxidável (Aço Inox Martensítico Série AISI 400 e Austenítico Série AISI 300) , conforme descrição textual oficial de insumos aprovada pela própria ANVISA, divergindo da exigência do descritivo que determina, de forma expressa, agulhas compostas por liga de Tungstênio-Rênio .
		LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ATRAMAT	80160840018	INAPTO	Após pesquisa no catálogo em anexo a proposta e registro ANVISA concluiu-se que o produto não atende às exigências do Termo de Referência desta Administração, motivada pelos seguintes fatores: Material da Liga Metálica: O modelo ofertado utiliza agulhas fabricadas em liga de Aço Inoxidável (Série 300/400) , divergindo da exigência do descritivo de liga de Tungstênio-Rênio .
52	ID: 78889 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "8-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS ESTRIADAS, COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 8 MM, (VARIAÇÃO +/- 1 MM), CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	CARE COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ATRAMAT	80160840018	APTO	Em análise ao item ofertado pela empresa, mediante verificação do registro na ANVISA (nº 80160840018) e do catálogo técnico anexo à proposta, concluiu-se que o produto atende às exigências do Termo de Referência desta Administração, comprovando possuir o fio de Polipropileno 8-0 com dupla agulha cilíndrica de 8mm e corpo estruturado para estabilidade no porta-agulhas, indicado para uso cardiovascular. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, todas as especificações técnicas do item e sua respectiva marca/modelo, em estrita conformidade com o descritivo técnico.
53	ID: 10371 - FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "8-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 60 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS ESTRIADAS DE TUNGSTÊNIO-RÊNIO, COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 8 MM, (VARIAÇÃO +/- 1 MM), CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ATRAMAT	80160840018	INAPTO	Em análise do item ofertado pela empresa e verificação do catálogo do produto anexo à proposta, concluiu-se que o produto não atende às exigências do Termo de Referência desta Administração, motivada pelos seguintes fatores: Material da Liga Metálica: O modelo ofertado utiliza agulhas fabricadas em liga de Aço Inoxidável (Série 300/400) , divergindo da exigência do descritivo de liga de Tungstênio-Rênio .
		BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MERIL	Não infomado	INAPTO	Em pesquisa no catálogo em anexo à proposta, foi verificado que a empresa não anexou o registro conforme exigido no item. Ademais, em análise da marca e no site do fabricante, verificou-se que o produto ofertado não apresenta as especificações que atendem ao descritivo do Termo de Referência. Frente à exigência de diâmetro "8-0" , comprimento de no mínimo 60 cm (variação +/- 5 cm), 2 agulhas cilíndricas estriadas de tungstênio-rênio, com corpo quadrado para uma maior estabilidade no porta-agulhas, para uso em procedimentos cardiovasculares, comprimento de 8 mm (variação +/- 1 mm) e curvatura de 3/8 , constatou-se que a documentação técnica comercial da marca Meril não comprova a característica de "corpo quadrado" , bem como demonstra que as agulhas são fabricadas em liga de Aço Inoxidável (Série 300) e não em liga de Tungstênio-Rênio , conforme exigido para a estabilidade mecânica, resistência à dobra e precisão do corte. Portanto, o item não atende ao descritivo.
54	ID: 2537 - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 15 FIOS POR ENVELOPE, SEM AGULHA. EM CONFORMIDADE	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	TECHNOFIO	10378330011	APTO	Em pesquisa ao catálogo anexo à proposta e ao registro ANVISA, concluiu-se que a marca ofertada atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue

	COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.					identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico
		STAR COMERCIO LTDA	SHALON A1500	10243410016	APTO	Em análise no catálogo da empresa e registro da ANVISA nº 10243410016 , verificou-se que o produto ofertado apresenta especificações que atendem às necessidades desta Administração . Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital, sanando em definitivo qualquer dubiedade gráfica da proposta . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SHALON	10243410032	APTO	Após pesquisa no catálogo e no registro da ANVISA, conclui-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo, em total conformidade com o descritivo técnico.
55	ID: 5906 - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 15 FIOS POR ENVELOPE, SEM AGULHA. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	POINT SUTURE AP24N2	10155530020	APTO	Em pesquisa ao catálogo do fabricante anexo à proposta e ao registro ANVISA , concluiu-se que o modelo AP24N2 da marca Point Suture atende às necessidades desta Administração . Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	TECHNOFIO	10378330011	APTO	Em pesquisa ao catálogo anexo à proposta e ao registro ANVISA, concluiu-se que a marca ofertada atende às necessidades desta Administração . Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico
		STAR COMERCIO LTDA	SHALO N A1520	10243410016	APTO	Em análise no catálogo da empresa e registro da ANVISA nº 10243410016 , verificou-se que o produto ofertado apresenta especificações que atendem às necessidades desta Administração . Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital, sanando em definitivo qualquer dubiedade gráfica da proposta . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
56	ID: 849 - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 15 FIOS POR ENVELOPE, SEM AGULHA. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	POINT SUTURE AP34N2	10155530020	APTO	Em pesquisa ao catálogo do fabricante anexo à proposta e ao registro ANVISA , concluiu-se que o modelo AP24N2 da marca Point Suture atende às necessidades desta Administração . Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	TECHNOFIO	10378330011	APTO	Em pesquisa ao catálogo anexo à proposta e ao registro ANVISA, concluiu-se que a marca ofertada atende às necessidades desta Administração . Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico
57	ID: 1001894 - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 15 FIOS POR ENVELOPE, SEM AGULHA. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	POINT SUTURE AP44N2	10155530020	APTO	Em pesquisa ao catálogo do fabricante anexo à proposta e ao registro ANVISA , concluiu-se que o modelo AP24N2 da marca Point Suture atende às necessidades desta Administração . Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	TECHNOFIO	10378330011	APTO	Em pesquisa ao catálogo anexo à proposta e ao registro ANVISA, concluiu-se que a marca ofertada atende às necessidades desta Administração . Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico
		STAR COMERCIO LTDA	SHALO N A1540	10243410016	APTO	Em análise no catálogo da empresa e registro da ANVISA nº 10243410016 , verificou-se que o produto ofertado apresenta especificações que atendem às necessidades desta Administração . Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital, sanando em definitivo qualquer dubiedade gráfica da proposta . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
58	ID: 788 - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM, (VARIAÇÃO +/- 1 MM), E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SHALON	10243410016	APTO	Após pesquisa no catálogo e no registro da ANVISA, conclui-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo, em total conformidade com o descritivo técnico.
59	ID: 3716 - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 15	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TECHNOFIO	10243410016	APTO	A empresa apresentou catálogo em anexo à proposta. Da análise técnica do item, concluiu-se que o registro ANVISA de nº 10243410016 informado apresenta especificações que atendem ao solicitado, configurando mero erro material a indicação da

	FIOS POR ENVELOPE, SEM AGULHA. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.					marca Technofio na proposta escrita. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital, sanando em definitivo qualquer dubiedade gráfica da proposta. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
61	ID: 8077 - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO, DIÂMETRO “2-0”, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM), E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	STAR COMERCIO LTDA	SHALON A920CR30	10243410016	APTO	Em análise no catálogo da empresa e registro da ANVISA nº 10243410016 , verificou-se que o produto ofertado apresenta especificações que atendem às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital, sanando em definitivo qualquer dubiedade gráfica da proposta. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SHALON	10243410016	APTO	Após pesquisa no catálogo e no registro da ANVISA, conclui-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo, em total conformidade com o descritivo técnico.
62	ID: 8458 - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO, DIÂMETRO “2-0”, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CÍRCULO TRIANGULAR, COMPRIMENTO DE 30 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM), E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	STAR COMERCIO LTDA	SHALON A920CTI30	10243410016	APTO	Em análise no catálogo da empresa e registro da ANVISA nº 10243410016 , verificou-se que o produto ofertado apresenta especificações que atendem às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital, sanando em definitivo qualquer dubiedade gráfica da proposta. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SHALON	10243410016	APTO	Após pesquisa no catálogo e no registro da ANVISA, conclui-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo, em total conformidade com o descritivo técnico.
63	ID: 8078 - FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO, DIÂMETRO “3-0”, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 30 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM), E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	CARE COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	DONATI AGA075CR30	81349840003	APTO	Em análise do item ofertado pela empresa e verificação do catálogo do produto anexo à proposta e registro na ANVISA, concluiu-se que o produto atende às exigências do Termo de Referência desta Administração.Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		STAR COMERCIO LTDA	SHALON A930CR30	10243410016	APTO	Em análise no catálogo da empresa e registro da ANVISA nº 10243410016 , verificou-se que o produto ofertado apresenta especificações que atendem às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital, sanando em definitivo qualquer dubiedade gráfica da proposta. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SHALON	10243410016	APTO	Após pesquisa no catálogo e no registro da ANVISA, conclui-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo, em total conformidade com o descritivo técnico.
65	ID: 5876 - FIO POLIÉSTER TRANÇADO REVESTIDO COM POLIBUTILATO PARA FACILITAR O DESLIZAMENTO DO NÓ CIRÚRGICO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CORTANTES ESTRIADAS, COM PONTA DE TROCATER E CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS E ALMOFADAS DE TEFLON DE TAMANHO 1,5 X 3,0 X 3,0 MM, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 22 MM, (VARIAÇÃO +/- 1 MM), E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	SHALON	10243410023	INAPTO	A empresa apresentou catálogo em anexo à proposta. Da análise técnica do item, concluiu-se que o registro ANVISA de nº 10243410023 informado apresenta especificações que não atendem ao solicitado. Em análise verificou-se que o produto registrado possui revestimento de silicone, agulhas de geometria convencional e ausência de almofadas (<i>pledgets</i>) de Teflon, divergindo frontalmente do revestimento em polibutilato, das agulhas de corpo quadrado/estriado e das almofadas de 1,5 x 3,0 x 3,0 mm exigidos em edital.
		JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	Ethicon / Johnson & Johnson BP947T	10132590044	APTO	Após análise no catálogo técnico da fabricante e conferência junto ao banco de dados da ANVISA, conclui-se que o modelo BP947T da marca ofertada atende ao descritivo do edital. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
66	ID: 5873 - FIO POLIÉSTER TRANÇADO REVESTIDO COM POLIBUTILATO PARA FACILITAR O DESLIZAMENTO DO NÓ CIRÚRGICO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS CORTANTES ESTRIADAS, COM PONTA DE TROCATER E CORPO QUADRADO	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	SHALON	10243410023	INAPTO	A empresa apresentou catálogo em anexo à proposta. Da análise técnica do item, concluiu-se que o registro ANVISA de nº 10243410023 informado apresenta especificações que não atendem ao solicitado. Verificou-se que o produto registrado possui revestimento de silicone e agulhas de geometria convencional, divergindo do revestimento em polibutilato e das agulhas cortantes estriadas com corpo quadrado exigidos em edital.
		VR HOSPITALAR LTDA	Bioline / PEV202MR20	Não informado	INAPTO	Após análise do item ofertado pela empresa e verificação do catálogo do modelo PEV202MR20 (marca Bioline) anexo à

	PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 22 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) , E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.					proposta, concluiu-se que o produto não atende às exigências do Termo de Referência desta Administração, motivada pelos seguintes fatores: Revestimento: O modelo ofertado utiliza revestimento em silicone, divergindo da exigência de polibutilato, o que altera o coeficiente de atrito e o deslizamento do nó cirúrgico em procedimentos cardiovasculares. Tipo de Ponta da Agulha: A agulha deste código (identificada pela sigla "MR") possui ponta cilíndrica (cônica/redonda), que apenas afasta as fibras do tecido sem cortar, descumprindo a exigência de ponta cortante estriada/trocater. Dimensão da Agulha: O edital prevê uma tolerância de 21 mm a 23 mm (22 mm ± 1 mm). A agulha do modelo ofertado possui apenas 20 mm, restando fora da margem regulamentar estabelecida.
67	ID: 5875 - FIO POLIÉSTER TRANÇADO REVESTIDO COM POLIBUTILATO PARA FACILITAR O DESLIZAMENTO DO NÓ CIRÚRGICO, DIÂMETRO "3-0" , COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM) , 2 AGULHAS CILÍNDRICAS ESTRIADAS, COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS E ALMOFADAS DE TEFLON DE TAMANHO 1,5 X 3,0 X 6,0 MM, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 22 MM, (VARIAÇÃO +/- 1 MM) , E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	SHALON	10243410023	INAPTO	A empresa apresentou catálogo em anexo à proposta. Da análise técnica do catálogo anexo à proposta, concluiu-se que o produto correspondente ao registro ANVISA nº 10243410023 não atende às especificações exigidas no termo de referência do edital. Verificou-se que o item ofertado possui revestimento de silicone e agulhas de geometria convencional. Tais características divergem frontalmente do revestimento em polibutilato e das agulhas cilíndricas estriadas com corpo retangular/quadrado explicitamente exigidos para o procedimento cirúrgico. Adicionalmente, o registro apresentado não contempla o fornecimento das almofadas de Teflon.
		VR HOSPITALAR LTDA	Bioline / PEV302MR22T	Não informado	INAPTO	Após análise do item ofertado pela empresa e verificação do catálogo do modelo PEV302MR22T (marca Bioline) anexo à proposta, concluiu-se que o produto não atende às exigências do Termo de Referência desta Administração, motivada pelos seguintes fatores: Revestimento: O modelo ofertado utiliza revestimento em silicone, divergindo da exigência do descritivo de polibutilato. Essa alteração química modifica o coeficiente de atrito e o deslizamento do nó cirúrgico. Tipo de Ponta e Acabamento da Agulha: O Termo de Referência exige agulhas cilíndricas estriadas, com corpo retangular para garantir a estabilidade no porta-agulhas. Embora o modelo ofertado possua ponta cilíndrica (identificada pela sigla "MR"), ele falha ao apresentar uma agulha de corpo circular (redondo) e totalmente liso. A ausência das estrias longitudinais e do formato retangular no corpo do instrumental gera instabilidade mecânica e risco de rotação durante a sutura, comprometendo a precisão exigida no procedimento cardiovascular.
		JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	Ethicon / Johnson & Johnson BP92T	10132590044	APTO	Após análise no catálogo técnico da fabricante e conferência junto ao banco de dados da ANVISA, conclui-se que o modelo BP92T da marca ofertada atende ao descritivo do edital. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
68	ID: 5874 - FIO TRANÇADO REVESTIDO COM POLIBUTILATO PARA UM PERFEITO DESLIZAMENTO DO NÓ CIRÚRGICO, DIÂMETRO "1" , COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM) , E AGULHA ESTRIADA COM CORTE REVERSO PARA USO EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) , E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO	Point Suture	Não informado	INAPTO	Em pesquisa realizada no catálogo e no sítio eletrônico do fabricante, referente ao item ofertado da marca Point Suture, concluiu-se que o produto não atende às necessidades desta Administração. O Termo de Referência exige, estritamente, fio trançado revestido com polibutilato, substância essencial para garantir o correto deslizamento do nó cirúrgico em procedimentos ortopédicos de alta tensão. Em análise ao registro na ANVISA de nº 10155530009 apresentado pela marca, verificou-se que o fio ofertado possui, na realidade, revestimento de silicone. Diante da divergência de matéria-prima essencial, o item ofertado não atende as exigências do descritivo.
		VR HOSPITALAR LTDA	Bioline / PEV1MT360	Não informado	INAPTO	Após análise do item ofertado pela empresa e verificação do catálogo do modelo PEV1MT360(marca Bioline) anexo à proposta, concluiu-se que o produto não atende às exigências do Termo de Referência desta Administração, motivada pelos seguintes fatores: Revestimento: O modelo ofertado utiliza revestimento em silicone, divergindo da exigência do descritivo de polibutilato. Essa alteração química modifica o coeficiente de atrito e o deslizamento do nó cirúrgico.
69	D: 5872 - FIO POLIÉSTER TRANÇADO REVESTIDO COM POLIBUTILATO PARA UM PERFEITO DESLIZAMENTO DO NÓ CIRÚRGICO, DIÂMETRO "2-0" , COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM) , 2 AGULHAS CILÍNDRICAS ESTRIADAS, COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS E ALMOFADAS DE TEFLON DE TAMANHO 1,5 X 3,0 X 6,0 MM, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 22 MM, (VARIAÇÃO +/- 1 MM) , E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	SHALON	10243410023	INAPTO	A empresa apresentou catálogo em anexo à proposta. Da análise técnica do catálogo anexo à proposta, concluiu-se que o produto correspondente ao registro ANVISA nº 10243410023 não atende às especificações exigidas no termo de referência do edital. Verificou-se que o item ofertado possui revestimento de silicone e agulhas de geometria convencional. Tais características divergem frontalmente do revestimento em polibutilato e das agulhas cilíndricas estriadas com corpo retangular/quadrado explicitamente exigidos para o procedimento cirúrgico. Adicionalmente, o registro apresentado não contempla o fornecimento das almofadas de Teflon.
		VR HOSPITALAR LTDA	Bioline / PEV202MR22T	Não informado	INAPTO	Após análise do item ofertado pela empresa e verificação do catálogo do modelo PEV202MR22T (marca Bioline) anexo à proposta, concluiu-se que o produto não atende às exigências do Termo de Referência desta Administração, motivada pelos seguintes fatores: Revestimento: O modelo ofertado utiliza revestimento em silicone, divergindo da exigência do descritivo de polibutilato. Essa alteração química modifica o coeficiente de atrito e o deslizamento do nó cirúrgico.
		JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	Ethicon / Johnson & Johnson BP93T	10132590044	APTO	Após análise no catálogo técnico da fabricante e conferência junto ao banco de dados da ANVISA, conclui-se que o modelo BP93T da marca ofertada atende ao descritivo do edital. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
70	ID: 5870 - FIO POLIÉSTER TRANÇADO REVESTIDO COM	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	10243410023	SHALON	INAPTO	A empresa apresentou catálogo em anexo à proposta. Da análise técnica do catálogo anexo à proposta, concluiu-se que o produto

	POLIBUTILATO PARA UM PERFEITO DESLIZAMENTO DO NÓ CIRÚRGICO, DIÂMETRO "5" COM 4 FIOS POR ENVELOPE, COMPRIMENTO DE 75 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA ESTRIADA TRIANGULAR CORTANTE, PARA USO EM FECHAMENTO DE ESTERNO E PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COMPRIMENTO DE 48 MM, (VARIAÇÃO +/- 1 MM), E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	LTDA				correspondente ao registro ANVISA nº 10243410023 não atende às especificações exigidas no termo de referência do edital. Verificou-se que o item ofertado possui revestimento de silicone. Tal característica diverge do revestimento em polibutilato explicitamente exigido para o perfeito deslizamento do nó no procedimento cirúrgico.
		NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO	Point Suture	Não informado	INAPTO	Em pesquisa realizada junto ao sistema de consultas da ANVISA e após análise técnica, concluiu-se que a marca ofertada (Point Suture) não atende às necessidades desta Administração. Em análise, verificou-se que a marca ofertada não apresenta o revestimento em Polibutilato , além de o produto não possuir a agulha com corpo estriado longitudinal, conforme exigido no descritivo.
		JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	Ethicon / Johnson & Johnson MB46G	10132590044	APTO	Após análise no catálogo técnico da fabricante e conferência junto ao banco de dados da ANVISA, conclui-se que o modelo MB46G da marca ofertada atende ao descritivo do edital. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.Comprimento do Fio: É disponibilizado apenas nos comprimentos fixos de 45 cm ou 75 cm, em desacordo com o intervalo solicitado (mínimo de 30 cm com variação de +/- 5 cm).
71	ID: 1001903 - FIO DE POLIÉSTER DIÂMETRO “10-0”, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 30 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS ESTRIADAS ESPATULADAS, PARA USO EM OFTALMOLOGIA, CUMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	10243410023	SHALON	INAPTO	A empresa apresentou catálogo em anexo à proposta. Da análise técnica do item, concluiu-se que o registro ANVISA de nº 10243410023 informado apresenta especificações que não atendem ao solicitado. Verificou-se que o produto registrado possui diâmetro de fio comercializado variando apenas de 4-0 a 5, não atendendo ao diâmetro microcirúrgico 10-0 exigido , e o comprimento do fio é disponibilizado apenas nos comprimentos fixos de 45 cm ou 75 cm, em desacordo com o intervalo solicitado (mínimo de 30 cm com variação de +/- 5 cm). Ademais, a linha especificada não possui a opção de 2 agulhas estriadas espatuladas de 6,5 mm (variação +/- 1 mm) e curvatura de 3/8 para uso em oftalmologia.
72	ID: 7173 - FIO DE POLIÉSTER DIÂMETRO “5-0”, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS ESTRIADAS ESPATULADAS, PARA USO EM OFTALMOLOGIA, CUMPRIMENTO DE 8 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/4. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COVIDIEN PL7950	80052020067	APTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e consulta no site da ANVISA, concluiu-se que o produto ofertado atende ao solicitado. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	POINT SUTURE 2EG545108001	10155530009	APTO	Em pesquisa ao catálogo do fabricante anexo à proposta e ao registro ANVISA , concluiu-se que o modelo 2EG545108001 da marca Point Suture atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
73	ID: 7297 - FIO SEDA VIRGEM AZUL, DIÂMETRO “8-0”, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS ESPATULADAS, PARA USO EM OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 6 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	CARE COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ATRAMAT EE6380/2-A	80160840017	INAPTO	Após análise da documentação técnica apresentada pelo licitante, do catálogo do fabricante e da consulta ao registro ANVISA nº 80160840017, verificou-se que o modelo ATRAMAT EE6380/2-A atende às características referentes ao calibre 8-0, comprimento do fio, quantidade e tipo de agulhas, curvatura e indicação para oftalmologia. Entretanto, o descritivo do edital exige expressamente "fio seda virgem azul", não tendo sido identificada , na documentação apresentada, informação técnica que comprove de forma inequívoca que o material ofertado seja constituído de seda virgem azul . Os documentos analisados descrevem o produto apenas como "seda azul" , sem especificação da característica "virgem" exigida no descritivo. Dessa forma, o produto ofertado é considerado incompatível com o descritivo licitado, em razão da ausência de comprovação documental da característica "seda virgem azul" exigida no edital.
		JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	Ethicon / Johnson & Johnson 7819G	10132590027	APTO	Após análise no catálogo técnico da fabricante e conferência junto ao banco de dados da ANVISA, conclui-se que o modelo 7819G da marca ofertada atende ao descritivo do edital. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
74	ID: 7782 - FIO SEDA PRETA TRANÇADA, DIÂMETRO “6-0”, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS ESPATULADAS, PARA USO EM OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO DE 6,5 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ATRAMAT EE636/2	80160840017	INAPTO	Em análise ao item ofertado pela empresa e após verificação do catálogo do produto anexo à proposta e registro na ANVISA, concluiu-se que a marca não atende às exigências do Termo de Referência desta Administração. Em análise , verificou-se que o modelo EE636/2 ofertado apresenta comprimento de agulha de 6,0 mm, não atendendo ao solicitado por este órgão , que é de 6,5 mm.
		JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	Ethicon / Johnson & Johnson 1732G	10132590027	APTO	Após análise no catálogo técnico da fabricante e conferência junto ao banco de dados da ANVISA, conclui-se que o modelo 1732G da marca ofertada atende ao descritivo do edital. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
76	ID: 7014 - FIO SEDA PRETO TRANÇADO, DIÂMETRO "2-0", SEM AGULHA, 15 FIOS, COMPRIMENTO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), EM CONFORMIDADE COM A NBR	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	POINT SUTURE SP24N2	10155530029	APTO	Em pesquisa ao catálogo do fabricante anexo à proposta e ao registro ANVISA , concluiu-se que o modelo SP24N2 da marca Point Suture atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de

	13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.					forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ATRAMAT SS1532-45T	80160840017	APTO	Em análise ao item ofertado pela empresa e após verificação do catálogo do produto anexo à proposta e registro na ANVISA, concluiu-se que a marca atende às exigências do Termo de Referência desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		VR HOSPITALAR LTDA	Bioline /SD20SA45	Não informado	APTO	Após análise do item ofertado pela empresa e verificação do catálogo do modelo SD20SA45 (marca Bioline) anexo à proposta, concluiu-se que o produto que atende às exigências do Termo de Referência desta Administração. Ressalva-se que a aceitação definitiva do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item, sua marca, seu modelo e o número de registro na ANVISA, em estrita conformidade com o descritivo técnico exigido.
77	ID: 5250 - FIO SEDA PRETO TRANÇADO, DIÂMETRO "3-0", SEM AGULHA, 15 FIOS, COMPRIMENTO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	POINT SUTURE SP34N2	10155530029	APTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e consulta no site da ANVISA, concluiu-se que o produto ofertado atende ao solicitado. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		VR HOSPITALAR LTDA	Bioline / SD30SA45	Não informado	APTO	Após análise do item ofertado pela empresa e verificação do catálogo do modelo SD30SA45 (marca Bioline) anexo à proposta, concluiu-se que o produto que atende às exigências do Termo de Referência desta Administração. Ressalva-se que a aceitação definitiva do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item, sua marca, seu modelo e o número de registro na ANVISA, em estrita conformidade com o descritivo técnico exigido.
78	ID: 5844 - FIO SEDA PRETO TRANÇADO, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO 70 CM, (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 30 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8.EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	STAR COMERCIO LTDA	SG07CR3 0 / SG0 3/8 30	10378330012	APTO	Em análise no catálogo da empresa e registro da ANVISA, verificou-se que apresenta especificações que atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO	Shalon	Não informado	INAPTO	Em pesquisa realizada no site do fabricante, constatou-se que a marca ofertada não atende às necessidades desta Administração. Verificou-se que o registro master correspondente ao Fio de Seda Agulhado da referida fabricante (Registro nº 10243410013) encontra-se com Medida Cautelar Ativa (Resolução-RE nº 3.820/2025), com determinação de Suspensão de Distribuição, Uso, Recolhimento e Comercialização. Diante da omissão de dados na proposta e da restrição sanitária vigente que pesa sobre a marca indicada, conclui-se pelo não atendimento às exigências do Edital.
79	ID: 5225 - FIO POLIPROPILENO N.2 AG. 3,0 CM 3/8 CIRCULAR, COMP.75CM. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	CARE COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	DONATI PPA2075CR30	81349840002	APTO	Após pesquisa no catálogo em anexo a proposta e registro no site da ANVISA, conclui-se que o produto ofertado apresenta especificações que atendem às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO	Point Suture	Não informado	APTO	Em pesquisa realizada no site do fabricante, verificou-se o registro ANVISA de nº 10155530017 que apresenta a especificação técnica exigida, concluindo-se que a marca ofertada atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico
		VR HOSPITALAR LTDA	Bioline / PL20CR30G	10426020006	APTO	Após análise do item ofertado pela empresa e verificação do catálogo do modelo PL20CR30G(marca Bioline) anexo à proposta, concluiu-se que o produto que atende às exigências do Termo de Referência desta Administração. Ressalva-se que a aceitação definitiva do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item, sua marca, seu modelo e o número de registro na ANVISA, em estrita conformidade com o descritivo técnico exigido.
80	ID: 8183 - FIO NYLON N.0 AG.4,0CM 3/8 CIRCULAR,COMP.45CM. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	MEDIX	80495519040	INAPTO	A empresa apresentou catálogo em anexo à proposta. Da análise técnica do item, concluiu-se que o registro ANVISA nº 80495519040 informado não apresenta especificações que atendem ao solicitado. Verificou-se, que a marca ofertada possui agulhas com dimensões máximas de até 30 mm (3,0 cm). Desse modo, o licitante não possui em seu portfólio o tamanho de agulha explicitamente exigido pelo edital (AG. 4,0 CM).
		SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	TECHNOFIO	10378330022	APTO	Em pesquisa no catálogo da empresa e registro da ANVISA, verificou-se que a marca ofertada apresenta especificações e modelo que atendem às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
81	ID: 0770 - FIO NYLON N.3-0 AG.3,0CM 3/8 TRIANGULAR.45CM. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO	SUTCARE LTDA	BRASUTURE NPA382	10372360009	APTO	Após análise técnica no catálogo da empresa e registro da ANVISA, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.

	RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	CARE COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	DONATI NYP3045CT30	81349840006	APTO	Após pesquisa no catálogo em anexo a proposta e registro no site da ANVISA, conclui-se que o produto ofertado apresenta especificações que atendem às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO	Medix	80495519040	APTO	Em pesquisa realizada junto ao sistema de consultas da ANVISA e após análise técnica, concluiu-se que a marca ofertada atende às necessidades desta Administração . Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
82	ID: 32603 - FIO NYLON N.4-0 AG. 2,0CM 3/8 CIRCULAR CORTANTE. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA.	SUTCARE LTDA	BRASUTURE NPA343	10372360009	APTO	Após análise técnica no catálogo da empresa e registro da ANVISA, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		STAR COMERCIO LTDA	TECHNOFIO NY44CT2 0/ N 4-0 3/8 20	10378330022	APTO	Em análise no catálogo da empresa e registro da ANVISA, verificou-se que apresenta especificações que atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
		NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO	Medix	80495519040	APTO	Em pesquisa realizada junto ao sistema de consultas da ANVISA e após análise técnica, concluiu-se que a marca ofertada atende às necessidades desta Administração . Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital . É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.

2. DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa dos produtos ofertados pelas empresas licitantes, bem como da verificação das especificações técnicas, do registro sanitário e dos catálogos/prospectos/folders apresentados, em conformidade com o Termo de Referência e o Edital, informamos que as propostas ofertadas encontram-se em desacordo com as exigências desta Administração.

Dessa forma declaramos **INAPTAS** as propostas apresentadas pelas empresas para os itens:

- I - SUTCARE LTDA - itens, **12, 14, 15, 18, 21,**
- II - CARE COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - itens **16 sem proposta, 73**
- III - J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - itens **38, 40, 43, 45, 47, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 80**
- IV - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - item **50**
- V - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - itens **28, 50, 51**
- VI - STAR COMERCIO LTDA - itens **6, 12,14, 15, 18 (sem proposta), 28, 36**
- VII - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - itens **49, 51, 53,74,**
- VIII - SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA - itens **5, 9, 21, 36, 41**
- IX - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO - itens **5,10,12,36, 68, 78**
- X - VR HOSPITALAR LTDA - itens **49, 66, 67, 68, 69**
- XI - BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - itens **38, 43, 53**
- XII - ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - itens **5, 10, 19,21**

Por outro lado, as propostas apresentadas pelas demais empresas foram consideradas **APTAS**.

Considerando que o parecer técnico foi elaborado estritamente com base na análise dos aspectos técnicos dos insumos, limitando-se às especificações e aos critérios técnicos pertinentes.

No que se refere à aferição de eventual inexecuibilidade da proposta, observa-se o disposto no **art. 34 da Instrução Normativa nº 73/2022**, segundo o qual valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração configuram mero indício de inexecuibilidade, cuja caracterização somente pode ocorrer após a realização de **diligência pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação**, conforme expressamente previsto em seu parágrafo único, *in verbis*:

"Art. 34. No caso de **bens e serviços em geral**, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
Parágrafo único. **A inexecuibilidade**, na hipótese de que trata o caput, **só será considerada após diligência do agente de contratação ou da comissão de contratação**."(grifo nosso)

Desse modo, **não se inserem nas atribuições deste setor** a análise, **aferição ou a realização de diligências relacionadas aos valores apresentados nas fases de lances e de negociação**, por se tratarem de atos inerentes à condução do certame, cuja responsabilidade é direta e exclusiva do agente de contratação/pregoeiro(a), em estrita observância à legislação vigente e às normas que regem os procedimentos licitatórios.

Para sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
Farmacêutica /Analista
Licitação de Produtos Médicos Gerais
Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 26/06/2026, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **73807430** e o código CRC **5ECCA806**.