



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 79/2026/SESAU-SLPM

Considerando o **Ofício nº 5298**, protocolado sob o SEI nº 73366096, por meio do qual se solicita a análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº **90059/2026/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM), por intermédio da Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos (SLPM), passa a apresentar o presente Parecer Técnico, nos termos que seguem.

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.054099/2025-19						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90059/2026 / SONDAS I						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	ID: 8571 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL DE DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 26, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	BADEIA	10297020039	APTO	Em pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação do registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação do registro ANVISA,
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						concluiu-se que a marca atende às necessidades desta
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
ID: 5266 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.054099/2025-19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90059/2026 / SONDAS I		
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o Edital e/ou pelo fornecedor.						APTO
ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE . ID: 8571 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL DE DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 26, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	BADEIA	10297020039	APTO	Em pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação do registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.

2	ID: 5266 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL D E DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 28, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	WELL LEAD	10150470364	APTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação do registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
---	---	-------------------------	-----------	-------------	------	--

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA	A empresa
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	apresentou catálogo em anexo
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.	à proposta. Em análise técnica
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.054099/2025-19	,concluiu-se que o produto atende às necessidades desta
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90059/2026 / SONDAS I	Administração. Em análise verificou-se que o
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.	produto ofertado haja contratações e sob o registro nº 80081499008
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.	

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
41	<p>ID: 8574 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL DE DUPLO LUMEN; ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 36, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .</p>	BRASOMERCIO DE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	HFA-CÓDIGO: LB505037R. BADEIA	80081499008 10297020039	APTO APTO	<p>Endobronquial de marca HFA. O modelo ofertado pertence ao especificação ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 36, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE. A marca atende as necessidades desta Administração, cuja característica essencial seria a aceitação do item esta condicionada obrigatoriamente conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com a descrição do item.</p>

2	<p>ID: 5266 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL D E DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 28, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .</p>	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	WELL LEAD	10150470364	APTO	<p>Após pesquisa no catálogo a produto proposta e identificação, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com a descrição do item.</p>
---	---	-------------------------	-----------	-------------	-------------	--

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA	A empresa
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	apresentou catálogo em anexo
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.	à proposta. Em análise técnica
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.054099/2025-19	,concluiu-se que o produto atende às necessidades desta
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90059/2026 / SONDAS I	Administração. Em análise verificou-se que o produto oferecido não atende às especificações e características exigidas e sob o registro nº 80081499008
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.	
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.	

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
6 1	<p>ID: 7754 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL DE DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 36, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .</p>	BRASOMERITO DE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	HFA-CÓDIGO: LB505041R BADEIA	80081499008 10297020039	APTO APTO	<p>Endobronquial de marca HFA. O modelo ofertado pertence às especificações de ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração, cuja característica essencial seria a aceitação de item esta condicionada obrigatoriamente conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.</p>

2	<p>ID: 5266 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL D E DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 28, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .</p>	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	WELL LEAD	10150470364	APTO	<p>Após pesquisa no catálogo a proposta e identificação, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.</p>
---	---	-------------------------	-----------	-------------	-------------	---

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA	A empresa
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	apresentou catálogo em anexo
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.	à proposta. Em análise técnica
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.054099/2025-19	,concluiu-se que o produto atende às necessidades desta
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90059/2026 / SONDAS I	Administração. Em análise verificou-se que o
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.	produto ofertado haja contratações e sob o registro nº 80081499008
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.	

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
8 1	ID: 5267 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL DE DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE TAMANHO 28, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	BRASOMERCOMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	HFA-CÓDIGO: LB505028L. BADEIA	80081499008 10297020039	APTO APTO	Endobronquial de marca HFA. O modelo ofertado pertence às especificações de ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração, Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada obrigatoriamente à ausência de gancho em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item com exatidão em sua marca/modelo em conformidade com o descritivo. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo.

2	ID: 5266 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL DE DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 28, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	WELL LEAD	10150470364	APTO	Endobronquial de marca HFA. O modelo ofertado pertence às especificações de ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração, Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada obrigatoriamente à ausência de gancho em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo.
---	--	-------------------------	-----------	-------------	-------------	--

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA	A empresa
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	apresentou
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.	catálogo em anexo
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.054099/2025-19	à proposta. Em análise técnica
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90059/2026 / SONDAS I	,concluiu-se que o produto atende às necessidades desta
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.	Administração. Em análise verificou-se que o
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.	produto ofertado sob o registro nº 80081499008

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	<p>ID: 5269 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL DE DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 35, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (ESQUERDA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .</p>	BRASIL CENTRAL J.R. COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	HFA-CÓDIGO: LBA0365L	80081499008 10297020038	APTO	<p>Endobronquial de marca HFA. O catálogo anexo a proposta ofertado pertence à especificação ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 35, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (ESQUERDA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE. Concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração, cuja característica essencial seria a aceitação do item esta condicionada à entrega obrigatória conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entreguem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo.</p> <p>Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entreguem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo.</p>

2	<p>ID: 5266 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL D E DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 28, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .</p>	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	WELL LEAD	10150470364	APTO	<p>Após a busca no catálogo a proposta e identificação, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo. Concluiu-se que a marca atende às necessidades em conformidade com o descritivo. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entreguem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo.</p>
---	---	-------------------------	-----------	-------------	-------------	--

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA	A empresa
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	apresentou
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.	catálogo em anexo
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.054099/2025-19	à proposta. Em análise técnica
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90059/2026 / SONDA I	,concluiu-se que o produto atende às necessidades desta
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.	Administração. Em análise verificou-se que o
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.	produto ofertado sob o registro nº 80081499008

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
10	<p>ID: 8103 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL DE DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 37, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (ESQUERDA), EM PVC (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .</p>	BRASIL CENTRAL J.R. COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	HFA-CÓDIGO: LBA03030303	80081499008 10297020039	APT8	<p>Endobronquial de marca HFA. O modelo ofertado pertence ao especificação ANVISA, concluiu-se que a marca atende as necessidades desta Administração, cuja característica essencial seria a aceitação de item esta condicionada obrigatoriamente à entrega em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item com exatidão em sua marca/modelo em conformidade com o descritivo.</p> <p>Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item com exatidão em sua marca/modelo em conformidade com o descritivo.</p>

2	<p>ID: 5266 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL D E DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 28, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .</p>	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	WELL LEAD	10150470364	APTO	<p>Após a pesquisa no catálogo a produto proposta e identificação, de forma clara e inequívoca, o item concluiu-se que a marca atende suas necessidades, em conformidade com o descritivo.</p> <p>Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo.</p>
---	--	-------------------------	-----------	-------------	------	---

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA	A empresa
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	apresentou
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.	catálogo em anexo
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.054099/2025-19	à proposta. Em análise técnica
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90059/2026 / SONDAS I	,concluiu-se que o produto atende às necessidades desta
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.	Administração. Em análise verificou-se que o
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.	produto ofertado sob o registro nº 80081499008

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
11	<p>ID: 6694 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL DE DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 39, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (ESQUERDA), EM PVC (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .</p>	BRASIL CENTRAL J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA SERVICOS LTDA	HFA-CÓDIGO: LB3003AL.	80081499008 10297020038	APT8	<p>Endobronquial de marca HFA. O catálogo anexo a proposta, pertence ao especificação ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 39, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (ESQUERDA), EM PVC (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .</p> <p>Em análise verificou-se que a marca atende as necessidades desta Administração, cuja característica essencial seria a aceitação do item esta condicionada obrigatoriamente à entrega em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entreguem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo.</p> <p>Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entreguem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo.</p>

2	<p>ID: 5266 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL D E DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 28, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .</p>	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	WELL LEAD	10150470364	APTO	<p>Endobronquial de marca HFA. O catálogo anexo a proposta, pertence ao especificação ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 28, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .</p> <p>Em análise verificou-se que a marca atende as necessidades desta Administração, cuja característica essencial seria a aceitação do item esta condicionada obrigatoriamente à entrega em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entreguem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo.</p> <p>Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entreguem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo.</p>
---	--	-------------------------	-----------	-------------	------	--

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA	A empresa
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	apresentou
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.	catálogo em anexo
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.054099/2025-19	à proposta. Em análise técnica
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90059/2026 / SONDAS I	,concluiu-se que o produto atende às necessidades desta
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.	Administração. Em análise verificou-se
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.	que o produto ofertado sob o registro nº

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
12	<p>ID: 6557 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL DE DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 36, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (ESQUERDA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .</p>	BRASIL CENTRAL J.RODRIGUES DE PROSULTOS E SERVICOS LTDA	HFA-CÓDIGO: BADEIA LB50504TL.	800870290088	APTO	<p>Técnico da TUB8 Pesquisa Endobronquial da catálogo anexo da proposta HFA. Q modelo ofertado pertence ANVISA, especificação que a marca atende às necessidades no descritivo desta Administração. cuja característica ressalva-se que a aceitação do item esta condicionada a entrega obrigatoriamente em ausência de gancho carinal, abrangendo o rótulo do produto exclusivamente por fontes em flâveis e de forma clara e inequívoca, o item sem gancho no catálogo a cumprir marca/modelo em conformidade com descritivo técnico.</p> <p>esta condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entreguem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com</p>

2	<p>ID: 5266 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL D E DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 28, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .</p>	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	WELL LEAD	10150470364	APTO	<p>Obrigatório que a embalagem anexo à proposta do produto entreguem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com</p> <p>esta condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entreguem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com</p>
---	--	-------------------------	-----------	-------------	------	---

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						Após análise do
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						catálogo e da
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						proposta anexados,
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.054099/2025-19						e verificação do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90059/2026 / SONDAS I						registro na
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características						ANVISA,
ID: 6499 - SONDA						concluiu-se que o
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e						produto ofertado
FOLEY DUAS VIAS INFANTE COM BALÃO Nº 6						atende às
futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						necessidades
						desta
						Administração.
						Ressalva-se que a
						aceitação
						definitiva do item
ITEM	CONFECCIONADA E DESCRIÇÃO	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
13	PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA. ID: 8571 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL DE DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 26, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	BE CARE	80808489035	APTO	esta pesquisa está integralmente em conformidade com as exigências do edital. Destaca-se que a marca atende as necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item esta condicionada a observância exigida em descritivo técnico. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ANVISA, sua marca/modelo em produto ofertado em conformidade com o descritivo técnico.
1	ID: 1631 - SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO COM BALÃO Nº 8	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE	BE CARE	80808489035	APTO	esta pesquisa está integralmente em conformidade com as exigências do edital. Destaca-se que a marca atende as necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item esta condicionada a observância exigida em descritivo técnico. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ANVISA, sua marca/modelo em produto ofertado em conformidade com o descritivo técnico.
14	EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL D E DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 28, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	WELL LEAD	10150470364	APTO	esta pesquisa está integralmente em conformidade com as exigências do edital. Destaca-se que a marca atende as necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item esta condicionada a observância exigida em descritivo técnico. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ANVISA, sua marca/modelo em produto ofertado em conformidade com o descritivo técnico.
2					APTO	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						Após análise do
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						catálogo e da
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						proposta anexados,
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.054099/2025-19						e verificação do registro na ANVISA,
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90059/2026 / SONDAS I						concluiu-se que o produto ofertado atende às
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características de produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						necessidades desta Administração.
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						Ressalva-se que a aceitação definitiva do item
ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
15	PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA. ID: 8571 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL DE DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 26, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	BECARE	80808489035	APTO	Em pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação do registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
1	CONEXIONADA EM SILICONE FOLEY DUAS VIAS ADULTO COM BALÃO Nº 10	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	BADEIA	10297020039	APTO	Em pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação do registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.

2	ID: 5266 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL D E DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 28, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	WELL LEAD	10150470364	APTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação do registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o
---	--	-------------------------	-----------	-------------	-------------	--

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						Em pesquisa ao
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						catálogo ofertado
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						pela empresa,
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.054099/2025-19						concluiu-se que o
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90059/2026 / SONDAS I						produto não
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						atende às
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						necessidades
						desta
						Administração.
						Após análise,
						verificou-se que a
						marca Injex
						refere-se a um
						produto fabricado
						em látex de
ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
17	ID: 5477 - SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO COM BALÃO Nº 14 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE (DISP) ENDOBRONQUIAL ARREDONDADA, DE DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 26, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE	Injex	10160619021	INAPTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação do registro ANVISA, concluiu-se que a marca Injex refere-se a um produto fabricado em látex de apenas revestido com silicone) enquanto a proposta descreve o registro do sonda concluiu-se que a transparente de Injex não garantir a correta visualização do fluxo urinário. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega de sua composição exigido em edital. É obrigatório que a embalagem seja opaca, fosca, amarelada, não atenda de exigência de transparência prevista no edital.
1	ID: 8571 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL ARREDONDADA, DE DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 26, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	BADEIA	10297020039	APTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação do registro ANVISA, concluiu-se que a marca Injex refere-se a um produto fabricado em látex de apenas revestido com silicone) enquanto a proposta descreve o registro do sonda concluiu-se que a transparente de Injex não garantir a correta visualização do fluxo urinário. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega de sua composição exigido em edital. É obrigatório que a embalagem seja opaca, fosca, amarelada, não atenda de exigência de transparência prevista no edital.

2	ID: 5266 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL D E DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 28, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	WELL LEAD	10150470364	APTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação do registro ANVISA, concluiu-se que a marca Injex refere-se a um produto fabricado em látex de apenas revestido com silicone) enquanto a proposta descreve o registro do sonda concluiu-se que a transparente de Injex não garantir a correta visualização do fluxo urinário. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega de sua composição exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entreguem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
---	---	-------------------------	-----------	-------------	------	---

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						Em pesquisa ao
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						catálogo ofertado
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						pela empresa,
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.054099/2025-19						concluiu-se que o
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90059/2026 / SONDA I						produto não
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						atende às
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						necessidades
						desta
						Administração.
						Após análise,
						verificou-se que a
						marca Injex
						refere-se a um
						produto fabricado
						em látex de
ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
18	ID: 5985 - SONDA ADULTO COM BALÃO Nº 16 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM DIMENSÃO DE 18x35cm (TUBO) ENDOTRONQUIAL DE DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 26, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE	Injex	10160619021	INAPTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação do registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
1	ID: 5266 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL D E DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 28, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	BADEIA	10297020039	APTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação do registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.

2	ID: 5266 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL D E DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 28, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	WELL LEAD	10150470364	APTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação do registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
---	---	-------------------------	-----------	-------------	------	---

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						Em pesquisa ao
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						catálogo ofertado
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						pela empresa,
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.054099/2025-19						concluiu-se que o
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90059/2026 / SONDA I						produto não
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						atende às
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						necessidades
						desta
						Administração.
						Após análise,
						verificou-se que a
						marca Injex
						refere-se a um
						produto fabricado
						em látex de
ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
19	FOLEY DUAS VIAS ADULTO COM BALÃO Nº 18 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL (TUBO) ARREDONDADA ENDOBRONQUIAL DE DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 26, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE	Injex	10160619021	INAPTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação do registro ANVISA, concluiu-se que a marca Injex refere-se a um produto fabricado em látex de
1	ID: 8571 - SONDA (TUBO) ARREDONDADA ENDOBRONQUIAL DE DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 26, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	BADEIA	10297020039	APTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação do registro ANVISA, concluiu-se que a marca Badeia refere-se a um produto fabricado em látex de

2	ID: 5266 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL D E DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 28, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	WELL LEAD	10150470364	APTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação do registro ANVISA, concluiu-se que a marca Well Lead atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entreguem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com
---	---	-------------------------	-----------	-------------	------	--

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						Após análise do catálogo e da proposta anexados, e verificação do registro na ANVISA, concluiu-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração.
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.054099/2025-19						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90059/2026 / SONDAS I						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						Ressalva-se que a aceitação definitiva do item
ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
32	LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONIZADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA. ID: 8571 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL DE DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 26, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE . ID: 7775 - SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO COM BALÃO Nº 10 FABRICADA EM	PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	BECARE BADEIA	80808489034 10297020039	APTO APTO	esta pesquisa está integralmente em conformidade com as exigências do edital. Destaca-se que a marca atende as necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item esta condicionada a observância exigida em descritivo técnico. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue em proposta anexados, e verificação do registro na ANVISA, sua marca/modelo em produto ofertado atende a conformidade com o descritivo técnico. Administração. Ressalva-se que a aceitação definitiva do item
34	LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONIZADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA. ENDOBRONQUIAL D E DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 28, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	BECARE WELL LEAD	80808489034 10150470364	APTO APTO	esta pesquisa no catálogo anexo a proposta entrega integralmente em conformidade com as exigências do edital. Destaca-se que a marca atende as necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item esta condicionada a inequívoca, o item sua marca e seu modelo em estrita observância ao obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue em proposta anexados, e verificação do registro na ANVISA, sua marca/modelo em produto ofertado atende a conformidade com o descritivo técnico. Administração. Ressalva-se que a aceitação definitiva do item

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA					Após análise do catálogo e da proposta anexados, e verificação do registro na ANVISA, concluiu-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração.	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE					Ressalva-se que a aceitação definitiva do item estará condicionada à entrega integralmente em conformidade com as exigências do edital. Destaca-se ser obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.	
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.					Ressalva-se que a aceitação definitiva do item estará condicionada à entrega integralmente em conformidade com as exigências do edital. Destaca-se ser obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.054099/2025-19					Ressalva-se que a aceitação definitiva do item estará condicionada à entrega integralmente em conformidade com as exigências do edital. Destaca-se ser obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90059/2026 / SONDAS I					Ressalva-se que a aceitação definitiva do item estará condicionada à entrega integralmente em conformidade com as exigências do edital. Destaca-se ser obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.	
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.					Ressalva-se que a aceitação definitiva do item estará condicionada à entrega integralmente em conformidade com as exigências do edital. Destaca-se ser obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.	
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.					Ressalva-se que a aceitação definitiva do item estará condicionada à entrega integralmente em conformidade com as exigências do edital. Destaca-se ser obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.	
ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONIZADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA. ID: 8571 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL DE DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 26, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE . ID: 8061 - SONDA FOLEY TRES VIAS	PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	BE CARE BADEIA	80808489034 10297020039	APTO APTO	Após pesquisa no catálogo anexo a proposta, concluiu-se que a marca atende as necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item esta condicionada a entrega integralmente em conformidade com as exigências do edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.
45	LÁTEX (BORRACHA 100% NATURAL) SILICONIZADA. COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA. ID: 5266 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL D E DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 28, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	BE CARE WELL LEAD	80808489034 10150470364	APTO APTO	Após pesquisa no catálogo anexo a proposta, concluiu-se que a marca atende as necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item esta condicionada a entrega integralmente em conformidade com as exigências do edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação do registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.054099/2025-19						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90059/2026 / SONDAS I						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada a entrega conforme exigido
Objetivo: Análise Técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o Edital.						
ID: 5434 - SONDA FABRICADA EM BORRACHA DE MEDSHOP HOSPITALAR LTDA						
Objetivo: Análise Técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o Edital.						
47 FABRICADA EM BORRACHA DE MEDSHOP HOSPITALAR LTDA						
Objetivo: Análise Técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o Edital.						
48 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX, ESTÉRIL.						
ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	ID: 8571 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL DE DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 26, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	BADEIA	10297020039	APTO	Em pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação de registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada a entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entreguem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico. Obrigatório que a
48	ID: 5435 - SONDA MALECOT Nº 16 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX, ESTÉRIL.	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	WELL LEAD	10150470353	APTO	Em pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação de registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada a entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entreguem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico. Obrigatório que a
2	ID: 5266 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL D E DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 28, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	WELL LEAD	10150470364	APTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação de registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entreguem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico. Obrigatório que a

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação do registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.054099/2025-19						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90059/2026 / SONDAS I						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada a entrega conforme exigido
Objetivo: Análise Técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o Edital.						
51	FABRICADA EM BORRACHA DE	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	WELL LEAD	10150470353	APTO	
ITEM	LA DESCRIÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	ID: 8571 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL DE DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 26, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	BADEIA	10297020039	APTO	Em pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação de registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada a entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entreguem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico. E obrigatório que a
52	ID: 5439 - SONDA MALECOT Nº 24 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX, ESTÉRIL.	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	WELL LEAD	10150470353	APTO	Em pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação de registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada a entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a
2	ID: 5266 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL D E DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 28, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	WELL LEAD	10150470364	APTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação de registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada a entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entreguem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico. E obrigatório que a

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						Após pesquisa no catálogo anexo à proposta e verificação do registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.054099/2025-19						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90059/2026 / SONDAS I						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada a entrega conforme exigido
Objetivo: Análise Técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o Edital.						
53 FABRICADA EM BORRACHA DE MEDSHOP HOSPITALAR LTDA						APTO
ITEM	LA DESCRIÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	ID: 8571 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL DE DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 26, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	BADEIA	10297020039	APTO	Em pesquisa no catálogo anexo à entrega e identificação, de registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada a entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entreguem, de forma clara e inequívoca, o item sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico. É obrigatório que a
54	ID: 5441 - SONDA MALECOT Nº 28 FABRICADA EM BORRACHA DE LÁTEX, ESTÉRIL.	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	WELL LEAD	10150470353	APTO	Em pesquisa no catálogo anexo à entrega e identificação, de registro ANVISA, concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada a entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a
2	ID: 5266 - SONDA (TUBO) ENDOBRONQUIAL D E DUPLO LUMEN, ROBERTSHAW (CARLENS) SEM GANCHO DE CARINA, TAMANHO 28, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA (DIREITA), EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE .	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	WELL LEAD	10150470364	APTO	Após pesquisa no catálogo anexo à proposta sua conformidade com concluiu-se que a marca atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entreguem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com

contratação, conforme expressamente previsto em seu parágrafo único, *in verbis*:

"Art. 34. No caso de **bens e serviços em geral**, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

Parágrafo único. A **inexecuibilidade**, na hipótese de que trata o caput, **só será considerada após diligência do agente de contratação ou da comissão de contratação.**"(grifo nosso)

Desse modo, **não se inserem nas atribuições deste setor** a análise, **aferição ou a realização de diligências relacionadas aos valores apresentados nas fases de lances e de negociação**, por se tratarem de atos inerentes à condução do certame, cuja responsabilidade é direta e exclusiva do agente de contratação/pregoeiro(a), em estrita observância à legislação vigente e às normas que regem os procedimentos licitatórios.

Para sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
Farmacêutica /Analista
Licitação de Produtos Médicos Gerais
Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 18/06/2026, às 19:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **73393585** e o código CRC **86200D4F**.