



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Corpo de Bombeiros Militar - CBM
Diretoria de Atividades Técnicas Cacoal - CBM-DATCAC

ANÁLISE

Análise nº 5/2026/CBM-DATCAC

1. **OBJETO**
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90322/2024/SUPEL/RO
Processo Administrativo nº 0004.004036/2023-27
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de **Materiais e Equipamentos de Atendimento Pré-Hospitalar - APH** para atender as necessidades da **Corpo de Bombeiros Militar - CBM** nos termos e condições constantes no Termo de Referência, anexo I do Edital, pelo período de 12 meses.
2. **ANÁLISE**
Trata-se de resposta ao Ofício nº 5220/2026/SUPEL-COSEG1 (73293883), que trouxe aos autos as propostas das empresas que participaram do certame a fim de apresentação dos catálogos técnicos dos itens ofertados, contendo as descrições técnicas necessárias para possibilitar a análise adequada por essa equipe técnica com as especificações listadas no Termo de Referência (0057237807) e Relação de itens (0059077679).
Diante disto iremos analisar a empresa que está classificada:
a) AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA
 - Proposta ITEM 22 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA (72909303);

3. ANÁLISE TÉCNICA				
ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise
22 - ASPIRADORES DE SECREÇÃO MANUAL PORTÁTIL	Portátil, tipo revólver, não elétrico, composto por bomba em ABS de vácuo manual acionada por gatilho, volume cerca de 300ml com tampa para armazenagem das secreções e 02 cânulas semirrígidas de silicone, moldáveis, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, cateter adaptador para tubos de aspiração. O punho de sucção deverá produzir um vácuo de 550mmhg. O tubo rígido deverá permitir colocação mesmo sem laringoscópio, com o adaptador endotraqueal. O tubo rígido poderá ser removido para permitir a sucção através do tubo endotraqueal na entubação, quer em adultos ou crianças, ter ajuste para sucção elevada e de baixa pressão e mecanismo que impede o retorno ou transbordamento. Apresentar registro ANVISA..	PORTÁTIL, TIPO REVÓLVER, NÃO ELÉTRICO, COMPOSTO POR BOMBA EM ABS DE VÁCUO MANUAL ACIONADA POR GATILHO, VOLUME CERCA DE 300ML COM TAMPA PARA ARMAZENAGEM DAS SECREÇÕES E 02 CÂNULAS SEMIRRÍGIDAS DE SILICONE, MOLDÁVEIS, SENDO 01 TAMANHO ADULTO E 01 TAMANHO INFANTIL, CATETER ADAPTADOR PARA TUBOS DE ASPIRAÇÃO. O PUNHO DE SUCCÃO DEVERÁ PRODUIR UM VÁCUO DE 550MMHG. O TUBO RÍGIDO DEVERÁ PERMITIR COLOCAÇÃO MESMO SEM LARINGOSCÓPIO, COM O ADAPTADOR ENDOTRAQUEAL. O TUBO RÍGIDO PODERÁ SER REMOVIDO PARA PERMITIR A SUCCÃO ATRAVÉS DO TUBO ENDOTRAQUEAL NA ENTUBAÇÃO, QUER EM ADULTOS OU CRIANÇAS, TER AJUSTE PARA SUCCÃO ELEVADA E DE BAIXA PRESSÃO E MECANISMO QUE IMPEDE O RETORNO OU TRANSBORDAMENTO. APRESENTAR REGISTRO ANVISA. REGISTRO ANVISA: ISENTO PROCEDENCIA: IMPORTADO MARCA: MD FABRICANTE: COMFY VAC MODELO/VERSÃO: ASPIRADOR MANUAL	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA. A empresa informa que o produto é isento do registro da ANVISA, porém nas especificações constam devidamente o registro da ANVISA Nº 8007029010	Atende

b) SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA

- Proposta SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA (72910000)

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise
16 - KIT QUEIMADOS	• 03 (três) Soros Fisiológico 250 ml; • 02 (duas) Ataduras de Ryon 7,5 cm x 5m; • 02 (duas) Manta Térmica 2,10 x 1,40 m; • 01 (um) Protetor de queimadura e eviscerações; • 02 (dois) Pares de Luvas.	• 03 (três) Soros Fisiológico 250 ml; • 02 (duas) Ataduras de Ryon 7,5 cm x 5m; • 02 (duas) Manta Térmica 2,10 x 1,40 m; • 01 (um) Protetor de queimadura e eviscerações; • 02 (dois) Pares de Luvas	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende
22 - ASPIRADORES DE SECREÇÃO MANUAL PORTÁTIL	Portátil, tipo revólver, não elétrico, composto por bomba em ABS de vácuo manual acionada por gatilho, volume cerca de 300ml com tampa para armazenagem das secreções e 02 cânulas semirrígidas de silicone, moldáveis, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, cateter adaptador para tubos de aspiração. O punho de sucção deverá produzir um vácuo de 550mmhg. O tubo rígido deverá permitir colocação mesmo sem laringoscópio, com o adaptador endotraqueal. O tubo rígido poderá ser removido para permitir a sucção através do tubo endotraqueal na entubação, quer em adultos ou crianças, ter ajuste para sucção elevada e de baixa pressão e mecanismo que impede o retorno ou transbordamento. Apresentar registro ANVISA.	Portátil, tipo revólver, não elétrico, composto por bomba em ABS de vácuo manual acionada por gatilho, volume cerca de 300ml com tampa para armazenagem das secreções e 02 cânulas semirrígidas de silicone, moldáveis, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, cateter adaptador para tubos de aspiração. O punho de sucção deverá produzir um vácuo de 550mmhg. O tubo rígido deverá permitir colocação mesmo sem laringoscópio, com o adaptador endotraqueal. O tubo rígido poderá ser removido para permitir a sucção através do tubo endotraqueal na entubação, quer em adultos ou crianças, ter ajuste para sucção elevada e de baixa pressão e mecanismo que impede o retorno ou transbordamento.	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende
24- TALA FLEXÍVEL VERDE (G)	TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho G, aproximadamente de 85x10cm (verde). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura mínima 4 mm. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso.	TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho G, aproximadamente de 85x10cm (verde). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura mínima 4 mm. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende
33- ELETRODOS DEA ADULTO	Conjunto de pás. Pás de Choque Adesivas - ADULTO - Conector 4 Vias, autoaderentes, descartáveis. Pá de choque, eletrodo, descarga. Conector PRETO. USO EM DESFIBRILADOR DEA DA CMOSDRAKE. compatível com LIFE 400 - FUTURA. Código / Referência: F7988W/CM Obs.: Esta especificação tem por base que são os Desfibriladores que atualmente fazem parte do acervo de bens do CBMRO, portanto, devem ser compatíveis para que não onere a administração pública com a aquisição de DEAs e elétrodos de outras marcas não compatíveis.	Conjunto de pás. Pás de Choque Adesivas - ADULTO - Conector 4 Vias, auto aderentes, descartáveis. Pá de choque, eletrodo, descarga. Conector PRETO. USO EM DESFIBRILADOR DEA DA CMOSDRAKE. compatível com LIFE 400 - FUTURA. Código / Referência: F7988W/CM Obs.: Esta especificação tem por base que são os Desfibriladores que atualmente fazem parte do acervo de bens do CBMRO, portanto, devem ser compatíveis para que não onere a administração pública com a aquisição de DEAs e elétrodos de outras marcas não compatíveis	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende

40-JOGO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE C/ 03 UNIDADES	Confeccionado em fitas de polipropileno ou poliamida de 2,00m (comprimento) cada; fechos tic-tac em nylon de 50mm; regulador 50mm de nylon; conjunto com 03 peças nas cores: vermelho, amarelo e preto.	JOGO DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE C/ 03 UNIDADES: Confeccionado em fitas de polipropileno ou poliamida de 2,00m (comprimento) cada; fechos tictac em nylon de 50mm; regulador 50mm de nylon; conjunto com 03 peças nas cores: vermelho, amarelo e preto	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende
85- COMPRESSA DE GAZE	Sem Pré-Encolhimento, Dimensão: Cerca De 45 X 50CM, Material: 100% Algodão, Fixação: C/ Dispositivo De Fixação, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único	Compressas de gaze com cadaço, não estéril, com 4 camadas, alta absorção, 100% algodão, medidas de 45cm x 50 cm contendo 50 unidades em cada pacote e validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega	Após análise das especificações, verifica-se que a compressa de gaze ofertada atende, em princípio, às características essenciais previstas no TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende
87- TALA FLEXÍVEL - TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE	Imobilizador (Tala) Material: Metal Revestido De E.V.A., Tipo: Aramado, Tamanho: Cerca De 55 X 8 Cm	TALA FLEXÍVEL AZUL (P) - TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho P, aproximadamente de 55x8cm (azul). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura de 2,5 mm a 4 mm. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências da Relação de itens (0059077679).	Atende

c) ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

- Proposta ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA (72913180)

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise
9 - COLAR CERVICAL DE RESGATE G	o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro. Dimensões aproximadas: Tamanho Grande: circunferência: 57 cm; altura anterior: 14 cm; altura posterior: 14 cm; Cor do velcro: verde. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.Colar G - confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; tem resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular - Tamanho Extra Grande: circunferência: Circunferencia 55,6 cm x altura anterior 13,3 cm x altura posteriores 13,8 cm Cor do velcro: verde. validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. MARCA: ORTOPRATIKA - FABRICANTE: Ortopratika Industria FABRICADO BRASIL REGISTRO 10428299004 Obs.: (Os colares podem apresentar medidas aproximadas com tolerância de até 3%).	Colar G - confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; tem resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular - Tamanho Extra Grande: circunferência: Circunferencia 55,6 cm x altura anterior 13,3 cm x altura posteriores 13,8 cm Cor do velcro: verde. validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. MARCA: ORTOPRATIKA - FABRICANTE: Ortopratika Industria FABRICADO BRASIL REGISTRO 10428299004 Obs.: (Os colares podem apresentar medidas aproximadas com tolerância de até 3%).	O item apresenta medidas aproximadas e respeitam a tolerância de até 3%. Verifica-se compatibilidade e atendimento à finalidade prevista.	Atende
10 - COLAR CERVICAL DE RESGATE M	o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência	Colar M - confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; totalmente radio luciente; O velcro será colorido para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro. Dimensões aproximadas: Tamanho Médio: circunferência: 57 cm; altura anterior: 12 cm; altura posterior: 13,5 cm; Cor do velcro: laranja. validade mínima de 12 meses a contar	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende

	dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro. Dimensões aproximadas: Tamanho Médio: circunferência: 57 cm; altura anterior: 12 cm; altura posterior: 13,5 cm; Cor do velcro: laranja. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	da data de entrega. MARCA: ORTOPRATIKA - FABRICANTE: Ortopratika Industria FABRICADO BRASIL REGISTRO 10428299004 Obs.: (Os colares podem apresentar medidas aproximadas com tolerância de até 3%).		
11- COLAR CERVICAL DE RESGATE P	o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Dimensões aproximadas: Tamanho Pequeno: circunferência: 55 cm; altura anterior: 10,3 cm; altura posterior: 13,3 cm; Cor do velcro: azul royal. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	Colar P - confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo: Dimensões aproximadas: Tamanho Pequeno: circunferência: 55 cm; altura anterior: 10,3 cm; altura posterior: 13,3 cm; Cor do velcro: azul royal. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega - MARCA: ORTOPRATIKA - FABRICANTE: Ortopratika Industria FABRICADO BRASIL-REGISTRO 10428299004	Após análise das especificações apresentadas, verifica-se que o produto atende, em princípio, às características essenciais previstas no TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende
15- KIT PARTO	KIT PARTO com as seguintes características técnicas mínimas: 01 Lençol TNT com elástico branco gramatura 20 tamanho 2x0,90 m; 01 Avental manga longa TNT gramatura 20; 01 Bisturi descartável de segurança N°22 estéril; 02 Pares de luva cirúrgica estéril com pó; 02 Pacotes de compressa gaze estéril com 10 unidades 7,5x7,5 cm 13 fios; 01 Saco de lixo hospitalar branco capacidade de 15 litros; 01 Absorvente pós parto; 02 Clamps umbilical descartável estéril; 01 Pulseira de identificação de paciente adulto; 01 Pulseira de identificação de paciente	Kit parto - com as seguintes características técnicas mínimas: 01 Lençol TNT com elástico brancogramatura 20 tamanho 2x0,90 m; 01 Avental manga longa TNT gramatura 20; 01 Bisturi descartávelde segurança N°22 estéril; 02 Pares de luva cirúrgica estéril com pó; 02 Pacotes de compressa gaze estéril com 10 unidades 7,5x7,5 cm 13 fios;	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende

		infantil. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	01 Saco de lixo hospitalar branco capacidade de 15litros; 01 Absorvente pós parto; 02 Clamps umbilical descartável estéril; 01 Pulseira de identifi cação de paciente adulto; 01 Pulseira de identificação de paciente infantil. Com validade mínima de 12meses a contar da data de entrega - MARCA: ORTOPRATIKA - FABRICANTE: Ortopratika Industria FABRICADO BRASIL		
18- TESOURA PONTA ROMBA		Tesoura de resgate especial para aph, destinado ao corte de roupas. Com lâminas ponta romba e com corte liso. A segunda lâmina contem, apoio para o corte semicircular e corte micro-serrilhado. Possui olhais de empunhadura confeccionada em plástico para polegar superior e inferior para dedos mínimos, anelar e médio ambidestra. Tamanho 15 a 19 cm.	Tesoura PONTA ROMBA, utilizada nos serviços de atendimento pre hospitalar, para cortar roupas e outros objetos. Possui sistema de laminas curvas para não machucar a vítima. É fabricada em aço inoxidável serrilhado com cabo de plástico. É auto lavável a 143º com a medida de 1 9 cm MARCA: WELDON - FABRICANTE: WELDON INSTRUMENTS FABRICADO PAQUISTÃO REGISTRO ANVISA: 10150470441	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende
25- TALA FLEXÍVEL LARANJA (M)		TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho M, aproximadamente de 65x10cm (laranja). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura de 2,5 mm a 4 mm. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso.	TALA FLEXÍVEL AZUL (M) - TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE , aproximadamente de 63 cm X 9 cm (laranja). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etilvinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura de 2,5mm de um lado e 4mm do outro lado. Embaladas individualmente deforma a manter a integridade do produto até o seu uso. MARCA: ORTOPRATIKA - FABRICANTE: Ortopratika Industria FABRICADO BRASIL ANVISA 1042829900	Após análise das especificações apresentadas, verifica-se que o produto atende, em princípio, às características essenciais previstas no TERMO DE REFERÊNCIA. O item apresenta medidas aproximadas e respeitam a tolerância de até 3%.	Atende
26 -TALA FLEXÍVEL AZUL (P)		TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho P, aproximadamente de 55x8cm (azul). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura de 2,5 mm a 4 mm. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso.	TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho P, aproximadamente de55x8cm (azul). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de açogalvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura de 2,5mm de um lado e 4mm do outro lado. Embaladas individualmente de forma a manter aintegridade do produto até o seu uso. MARCA: ORTOPRATIKA - FABRICANTE: Ortopratika	Após análise das especificações apresentadas, verifica-se que o produto atende, em princípio, às características essenciais previstas no TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende

		Industria FABRICADO BRASIL ANISA 10428299005		
27 -TALA FLEXÍVEL LILÁS (PP)	TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho PP, aproximadamente de 30x8cm (lilás)Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura de 2,5mm a 4 mm. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso.	TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho PP, aproximadamente de30x8cm (lilás)Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura de 2,5mm de um lado e 4mm do outro lado. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso. MARCA: ORTOPRATIKA - FABRICANTE: Ortopratika Industria FABRICADO BRASIL ANISA 10428299005	Após análise das especificações apresentadas, verifica-se que o produto atende, em princípio, às características essenciais previstas no TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende
53-RESSUSCITADOR (REANIMADOR) MANUAL NEONATAL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO,	Reanimador neonatal de silicone com máscara e reservatório (bvm - bolsa válvula máscara), composto de balão auto inflável de silicone com reservatório neonatal, com volume do balão de 250 ml e o volume do reservatório de oxigênio de 500 ml, mascara número 1, espaço morto de 7 ml com máscara e baixo adaptador espaço morto, translúcido neonatal. Atóxica, anatômica com bojo e coxim e válvula transparente unidirecional com dispositivo de segurança; com suplemento para aclopadores de oxigênio, as válvulas deverão possuir conectores com bitolas padrão para ventilação/oxigeno terapia e sistema rosca/convenção/encaixe, que impossibilite a montagens errônea das partes; o equipamento deverá ser acondicionado em bolsa plástica transparente com altura de 13,00 cm, largura de 31,00 cm profundidade de 13,00 cm, estando incluso junto ao recipiente: balão, máscara, reservatório de oxigênio e conexões. Apresentar Registro na Anvisa. Com validade mínima de 36 meses a contar da data de entrega.	REANIMADOR MANUAL (AMBU) - NEONATO - Neonatal: Capacidade do balão: 280ml. Capacidade do Reservatório: 1000ml. Válvula de segurança (pop-off): 40 cm H2O. Balão: Silicone; Máscara Facial: Silicone; Válvula Unidirecional limitadora de Pressão: Policarbonato; Válvula Pop-Off Policarbonato com membrana de silicone; Reservatório de O2 em PVC transparente; Extensão de Oxigênio: PVC; Coxim da Máscara em silicone, Bolsa de transporte na cor azul - Classificação de Risco: Classe II – RDC 751/2022 - ANVISA: 8103649007	Após a análise o produto ofertado não atende integralmente às especificações técnicas previstas no TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende parcialmente
93- MACA DE RESGATE	Maca De Resgate Material: Polietileno, Tipo: Prancha, Largura: Cerca De 0,40M, Altura: Cerca De 0,60M, Capacidade De Carga: Até 250KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Características Adicionais: Até 20 Pega Mãos	Prancha de PE - PRANCHA RÍGIDA EM POLIETILENO , Material: Polietileno. Componentes: 3 Cintos De Segurança. Altura: De 0,64 M. Capacidade De Carga: Até 250 KG. Tipo: Prancha. Largura:Cerca De 0,440 M. Comprimento 182 m, Características Adicionais: 32 ofiricios distribuidos. MARCA: ORTOPRATIKA - FABRICANTE: Ortopratika Industria FABRICADO BRASIL ANIVSA 10428299015	Após análise das especificações apresentadas, verifica-se que o produto atende, em princípio, às características essenciais previstas no TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise
22 - ASPIRADORES DE SECREÇÃO MANUAL PORTÁTIL	Portátil, tipo revólver, não elétrico, composto por bomba em ABS de vácuo manual acionada por gatilho, volume cerca de 300ml com tampa para armazenagem das secreções e 02 cânulas semirrígidas de silicone, moldáveis, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, cateter adaptador para tubos de aspiração. O punho de sucção deverá produzir um vácuo de 550mmhg. O tubo rígido deverá permitir colocação mesmo sem laringoscópio, com o adaptador endotraqueal. O tubo rígido poderá ser removido para permitir a sucção através do tubo endotraqueal na entubação, quer em adultos ou crianças, ter ajuste para sucção elevada e de baixa pressão e mecanismo que impede o retorno ou transbordamento. Apresentar registro ANVISA..	ASPIRADORES DE SECREÇÃO MANUAL PORTÁTIL, Portátil, tipo revólver, não elétrico, composto por bomba em ABS de vácuo manual acionada por gatilho, volume cerca de 300ml com tampa para armazenagem das secreções e 02 cânulas semirrígidas de silicone, moldáveis, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, cateter adaptador para tubos de aspiração. O punho de sucção deverá produzir um vácuo de 550mmhg. O tubo rígido deverá permitir colocação mesmo sem laringoscópio, com o adaptador endotraqueal. O tubo rígido poderá ser removido para sucção através do tubo endotraqueal na entubação, quer em adultos ou crianças, ter ajuste para sucção elevada e de baixa pressão e mecanismo que impede o retorno ou transbordamento. Apresentar registro ANVISA. Marca: H.C (HighSee Med. Co) Modelo: Aspirador Manual de Secreções ANVISA: 82172700006	Após análise das especificações apresentadas, verifica-se que o produto atende, em princípio, às características essenciais previstas no TERMO DE REFERÊNCIA	Atende

Foi necessário mais captação de informações quanto a descrição do produto oferecido pelas empresas. Conforme anexo no processo ID (73682777, 73738709).

4. CONCLUSÃO

Esta Comissão de APH procedeu à análise estritamente técnica dos produtos ofertados em substituição, verificando sua compatibilidade com as especificações constantes no Termo de Referência e sua adequação ao uso operacional.

No item - Atende Parcialmente, dentre as especificações do item, constava a exigência de bolsa de acondicionamento transparente, em material plástico. Entretanto, verifica-se que a empresa proponente apresentou, em sua proposta, bolsa de acondicionamento em material diverso (bolsa azul), não atendendo integralmente à especificação quanto à transparência e ao tipo de material inicialmente previsto.

Diante da divergência identificada, verifica-se que a alteração apresentada não compromete a funcionalidade do equipamento nem interfere na finalidade principal do objeto licitado, uma vez que o item essencial — o reanimador manual neonatal (Ambu).

Nesse contexto, considerando o princípio da razoabilidade e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração, bem como a ausência de prejuízo técnico ou funcional ao objeto, entende-se que a substituição da bolsa de acondicionamento não compromete o atendimento da finalidade pretendida.

Dessa forma, **opina-se pelo aceite da proposta apresentada**, bem como os demais itens analisados, por atender aos requisitos essenciais do Termo de Referência.

Respeitosamente,

ÉRICA DE OLIVEIRA VIANA BARRETO - **CAP BM**
Presidente da Comissão de APH
Portaria nº 624 de 23 de junho de 2025 (0066099538)



Documento assinado eletronicamente por **ERICA DE OLIVEIRA VIANA BARRETO, Diretor(a)**, em 26/06/2026, às 08:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **73667622** e o código CRC **FB37C3B8**.