



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 109/2026/SESAU-SLPM

Considerando o **Ofício nº6952**, protocolado sob o SEI nº74954860, por meio do qual se solicita a análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão **Eletrônico nº 90350/2025/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM), por intermédio da Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos (SLPM), passa a apresentar o presente Parecer Técnico, nos termos que seguem.

Ademais, procedeu-se à retificação dos **itens 34 e 46**, nos quais restou configurado erro material, conforme apresentado no **Parecer nº 68** (72961745).

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0036.045757/2024-09						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº referente a Dispensa nº 214/2026 71658595,RO. QUÍMICOS E SANEANTES.						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA	EMPRESA /LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
Considerando a necessidade de correção do Parecer nº 68 (72961745) referente aos itens 34 e 46 , tendo em vista que a justificativa anteriormente apresentada foi elaborada de forma equivocada.						
ONDE SE LÊ:						

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
34	DESINFETANTE HOSPITALAR PRONTO PARA USO - EM LENÇO A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (0,5% p/p) E QUATERNÁRIO DE AMÔNIO (0,4% p/p); FORMA FÍSICA EM LENÇO, CONTENDO 50 UNIDADES. DIMENSÕES APROXIMADAS EM 20cmX18cm; A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	SPARTAN- WIPES PEROXY 4D	300180191	APTO	Após pesquisa do produto no catálogo da empresa, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração , ficando sua aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA , conforme aplicável. Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.
LEIA-SE:						

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

34	DESINFETANTE HOSPITALAR PRONTO PARA USO - EM LENÇO A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (0,5% p/p) E QUATERNÁRIO DE AMÔNIO (0,4% p/p); FORMA FÍSICA EM LENÇO, CONTENDO 50 UNIDADES. DIMENSÕES APROXIMADAS EM 20cmX18cm; A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	SPARTAN-WIPES PEROXY 4D	300180191	INAPTO	Após pesquisa da marca Spartan no catálogo da empresa e no site do produto ofertado, concluiu-se que a marca não atende às necessidades desta Administração. Em análise ao catálogo anexo à proposta, verificou-se que o produto apresenta, em sua composição, uma concentração significativamente inferior do princípio ativo (0,08% contra os 0,4% exigidos) . Em contrapartida, a sua dose de Peróxido é muito maior (1,25% contra os 0,5% pedidos) . Além disso, o descritivo exige embalagens contendo exatamente 50 unidades , enquanto a fabricante comercializa esta linha apenas em potes de maior volume, com 125 ou 150 panos .
Onde se lê:						

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
46	SABONETE LÍQUIDO PARA BEBÊS, HIPOALERGÊNICO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA; DEVE SER BIODEGRADÁVEL PH NEUTRO, GLICERINADO; EMBALAGEM FRASCO DE 250 mL (VARIAÇÃO +/- 20 ML), COM VÁLVULA PUMP.	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL	PREMISSE	25351.013800/2021-74	APTO	Após pesquisa da marca no catálogo anexado à proposta, conclui-se que o produto ofertado não atende às necessidades desta Administração. Em análise, verificou-se que a empresa oferta produto em frasco com apresentação de 750 mL , sendo que o edital exige frasco com 1000ml.
LEIA-SE:						

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
46	SABONETE LÍQUIDO PARA BEBÊS, HIPOALERGÊNICO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA; DEVE SER BIODEGRADÁVEL PH NEUTRO, GLICERINADO; EMBALAGEM FRASCO DE 250 mL (VARIAÇÃO +/- 20 ML), COM VÁLVULA PUMP.	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL	PREMISSE	25351.013800/2021-74	INAPTO	Após pesquisa da marca no catálogo anexado à proposta, conclui-se que o produto ofertado não atende às necessidades desta Administração. Em análise às especificações técnicas apresentadas, verificou-se que a empresa ofertou produto em frasco com apresentação de 500 mL e indicação de uso apenas para crianças acima de 3 anos de idade , enquanto o edital exige frasco com 250 mL e formulação específica para bebês. Dessa forma, o item ofertado não está em conformidade com as especificações estabelecidas no Termo de Referência.

2. **DA CONCLUSÃO:**

Diante do exposto, e em observância ao princípio da autotutela administrativa, **conclui-se pela necessidade de retificação do julgamento dos itens 34 e 46 do Parecer nº 68 (72961745). Por conseguinte, altera-se o status da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL de APTO para INAPTO devido a erro material de análise, encaminhando-se os autos para as providências subsequentes.**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0036.045757/2024-09
PREGÃO ELETRÔNICO Nº referente a Dispensa nº 214/2026 71658595,RO. QUÍMICOS E SANEANTES.
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.

ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA	EMPRESA DO ESTADO DE RORAIMA / LICITANTE	MARCA/MODELO	REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE						Após análise do produto no catálogo da empresa, verificou-se que o item ofertado atende às especificações técnicas exigidas por esta Administração. Destaca-se, ainda, que o recebimento do objeto dependerá do atendimento integral a todos os critérios regulatórios e editais, incluindo a conferência de lote, fabricação e validade no ato da entrega. Além disso, é indispensável que a embalagem e o rótulo apresentem, de forma clara e precisa, a identificação do item, procedência, marca e modelo, em estrita conformidade com o termo de referência.
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
ALCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0036.045757/2024-09						
ACONDICIONADO EM FRASCO DE 100ML. A						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação às especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
ITEM	IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO COMPLETA	EMPRESA / LICITANTE	MARCA/MODELO	RDC ANVISA / E REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
5	VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. PARA CONFORMIDADE DE ANTISSEPSIA COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008. EM FRASCO DE 100ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, DILUIDA A 0,2% (digliconato), VOLUME DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. A EMBALAGEM DEVE	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	RIOQUIMICA- RIOGEL ANTISSEPTICO	RDC ANVISA 576/2021. AFE Nº 1.01.520-1	APTO	fabricação e validade no ato da entrega. Além disso, é indispensável que a embalagem e o rótulo apresentem, de forma clara e precisa, a identificação do item, procedência, marca e modelo, em estrita conformidade com o termo de referência.
13	VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. PARA CONFORMIDADE DE ANTISSEPSIA COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008. EM FRASCO DE 100ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, DILUIDA A 0,2% (digliconato), VOLUME DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. A EMBALAGEM DEVE	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	RIOQUIMICA- RIOHEX 0,2 DERMO SUAVE 100ML	ISENTO	APTO	fabricação e validade no ato da entrega. Além disso, é indispensável que a embalagem e o rótulo apresentem, de forma clara e precisa, a identificação do item, procedência, marca e modelo, em estrita conformidade com o termo de referência.
13	VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. PARA CONFORMIDADE DE ANTISSEPSIA COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008. EM FRASCO DE 100ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, DILUIDA A 0,2% (digliconato), VOLUME DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. A EMBALAGEM DEVE	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	RIOQUIMICA- RIOHEX 0,2 DERMO SUAVE 100ML	ISENTO	APTO	fabricação e validade no ato da entrega. Além disso, é indispensável que a embalagem e o rótulo apresentem, de forma clara e precisa, a identificação do item, procedência, marca e modelo, em estrita conformidade com o termo de referência.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						Após análise do produto no catálogo da
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						marca PREMISSA , verificou-se que o item
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						ofertado atende às especificações técnicas
SABONETE LÍQUIDO COM TRICLOSAN 0,3% ANTI - SÉPTICO						exigidas por esta Administração. Destaca-se, ainda, que o
FRASCO COM 1.000 ML. A EMBALAGEM						recebimento do objeto dependerá do
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0036.045757/2024-09						atendimento integral a todos os critérios
PREGÃO ELETRÔNICO Nº referente a Dispensa nº 214/2026 71658595,RO. QUÍMICOS E SANEANTES.						regulatórios e editais, incluindo a
DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA.						conferência de lote, fabricação e validade
Método de Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação às especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						JUSTIFICATIVA no ato da entrega. Além disso, é indispensável que a embalagem e o rótulo apresentem, de forma clara e precisa, a identificação do item, procedência, marca e modelo, em estrita conformidade com o edital. Além disso, a embalagem e o rótulo
ITEM	PROCEDÊNCIA, DATA DESCRITIVAÇÃO VALOR COMPLETO	EMPRESA /LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	
5	DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. ALCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 100ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA.	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	RIOQUIMICA- RIOGEL ANTISSEPTICO	RDC ANVISA 576/2021. AFE Nº1.01.520-1	APTO	do produto deverão ser analisados no catálogo da empresa ofertada, bem como sua identificação que o item ofertado atende às especificações técnicas exigidas por esta Administração. Destaca-se ainda que o recebimento do objeto dependerá do atendimento integral a todos os critérios regulatórios e editais, incluindo a conferência de lote, fabricação e validade no ato da entrega. Além disso, é indispensável que a embalagem e o rótulo apresentem, de forma clara e precisa, a identificação do item, procedência, marca e modelo, em estrita conformidade com o edital. Além disso, a embalagem e o rótulo
74	ULTRASSONOGRAFIA FRASCO COM 1L EM EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA.	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PLURIGEL 1KG	80005919006	APTO	
13	DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. SOLUÇÃO AQUOSA, DILUÍDA A 0,2% (digliconato). VOLUME 100 ML, USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. FRASCO	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	RIOQUIMICA- RIOHEX 0,2 Dermo suave 100ML	ISENTO	APTO	do produto deverão ser analisados no catálogo da empresa ofertada, bem como sua identificação que o item ofertado atende às especificações técnicas exigidas por esta Administração. Destaca-se ainda que o recebimento do objeto dependerá do atendimento integral a todos os critérios regulatórios e editais, incluindo a conferência de lote, fabricação e validade no ato da entrega. Além disso, é indispensável que a embalagem e o rótulo apresentem, de forma clara e precisa, a identificação do item, procedência, marca e modelo, em estrita conformidade com o

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						Após análise do produto no catálogo da marca
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						RIOQUÍMICA , verificou-se que o item
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						ofertado atende às especificações técnicas
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0036.045757/2024-09						exigidas por esta Administração. Destaca-se, ainda, que o
RO. QUÍMICOS E SANEANTES.						recebimento do objeto dependerá do
Método de Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação às especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						atendimento integral a todos os critérios regulatórios e editais, incluindo a
13-69						conferência de lote, fabricação e validade
ITEM	ROTULO DESCRITIVO/DESCRIÇÃO COMPLETA/DATA	EMPRESA /LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
5	DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO ALCOOL 70% ANVISA. PARA ANTISSEPZIA DE PELE, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 100ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	RIOQUIMICA- RIOGEL ANTISSEPTICO	RDC ANVISA 576/2021. AFE Nº1.01.520-1	APTO	disso, é indispensável que a embalagem e o rótulo apresentem, de forma clara e precisa, a identificação do item, procedência, marca e modelo, em estrita conformidade com o termo de referência.
13	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA, DILUÍDA A 0,2% (digliconato). VOLUME 100 ML, USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. FRASCO	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	RIOQUIMICA- RIOHEX 0,2 Dermo suave 100ML	ISENTO	APTO	Após análise do produto no catálogo da empresa, verificou-se que o item ofertado atende às especificações técnicas exigidas por esta Administração. Destaca-se, ainda, que o recebimento do objeto dependerá do atendimento integral a todos os critérios regulatórios e editais, incluindo a conferência de lote, fabricação e validade no ato da entrega. Além disso, é indispensável que a embalagem e o rótulo apresentem, de forma clara e precisa, a identificação do item, procedência, marca e modelo, em estrita conformidade com o

DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL DO TIPO ORTOFTALDEÍDO PRONTO USO	GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
(EXCLUSIVO LÍQUIDO), CONCENTRAÇÃO 0,55%, COM TEMPO DE CONTATO (AÇÃO) ENTRE 5 MINUTOS	COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0036.045757/2024-09
PREGÃO ELETRÔNICO Nº referente a Dispensa nº 214/2026 71658595,RO. QUÍMICOS E SANEANTES.	
SOLUÇÃO POR ATÉ 40 DIAS.	
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.	
POSSUIR LAUDO	

ITEM	PARA DESCRITIVO/DESCRIÇÃO COMPLETA A	EMPRESA /LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
97	ESTERILIZAÇÃO / DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMI-ALCOOL EM GEL. APRESENTAÇÃO PARA INDIVÍDUO GALÃO DE 5 LITROS. A CONDIÇÃO EM FRASCO DE 100ML. A EMPRESA DEVE APROVEITAR INTERSSOÇÃO NO RÓTULO, DATA DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE, NOME, RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, E CONFORMIDADE NA COMISSÃO RESOLUÇÃO DE CONFORMIDADE 6 DE COMISSÃO PORTARIAS. Nº 170 DE 10 DE AGOSTO DE 2008. FRASCO DE TIRAS REAGENTES PARA QUANTIFICAÇÃO ORTOFTALDEÍDO (0,55%). EMBALAGEM 40 FRASCO. SOLUÇÃO MAQUOSA, BRANCA A 0,2% (DILUÍDO) VOLUME 100ML. USO ANTI-SÉPTICO. A CONDIÇÃO EM FRASCO ORIGINAL FRASCO DE 30ML. NOME ÁCIDO DE RESPONSABILIDADE 5LTS. TÉCNICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO.	TECPLUS LTDA INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	Profilática - Brasil (Profisept Opa) RIOQUIMICA RIOGEL ANTISSEPTICO	324.300.023 RDC ANVISA 576/2021. AFE Nº 1.01.520-1	INAPTO APTO	Após análise do produto no catálogo da empresa, verificou-se que o item ofertado atende às especificações técnicas exigidas por esta Administração. Destaca-se, ainda, que o recebimento do objeto dependerá de suas especificações. atendimento integral a todos os critérios regulatórios e editais, incluindo a conferência de lote, fabricação e validade no ato da entrega. Além disso, é indispensável que a embalagem e o rótulo apresentem, de forma clara e precisa, a identificação do item, procedência, marca e modelo, em estrita conformidade com o termo de referência.
13	FRASCO ORIGINAL FRASCO DE 30ML. NOME ÁCIDO DE RESPONSABILIDADE 5LTS. TÉCNICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO.	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	RIOQUIMICA- RIOHEX 0,2 Dermo suave 100ML	ISENTO	APTO	Após análise do produto no catálogo da empresa, verificou-se que o item ofertado atende às especificações técnicas exigidas por esta Administração. Destaca-se, ainda, que o recebimento do objeto dependerá do atendimento integral a todos os critérios regulatórios e editais, incluindo a conferência de lote, fabricação e validade no ato da entrega. Além disso, é indispensável que a embalagem e o rótulo apresentem, de forma clara e precisa, a identificação do item, procedência, marca e modelo, em estrita conformidade com o termo de referência.
3.	RÓTULO DA CONCLUSÃO: IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA DE. Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertado pelas empresas/licitantes, em relação às especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está em desacordo com o solicitado por esta administração.					
	E Dessa forma, declaramos INAPTA a proposta apresentada pela seguinte empresa TECPLUS LTDA para o item 97. strita conformidade com o					
	ANVISA. FRASCO					

Por outro lado, as propostas apresentadas pelas demais empresas foram consideradas **APTAS**.

Considerando que o parecer técnico foi elaborado estritamente com base na análise dos aspectos técnicos dos insumos, limitando-se às especificações e aos critérios técnicos pertinentes.

No que se refere à aferição de eventual inexecuibilidade da proposta, observa-se o disposto no **art. 34 da Instrução Normativa nº 73/2022**, segundo o qual valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração configuram mero indício de inexecuibilidade, cuja caracterização somente pode ocorrer após a realização de **diligência pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação**, conforme expressamente previsto em seu parágrafo único, *in verbis*:

"Art. 34. No caso de **bens e serviços em geral**, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

Parágrafo único. **A inexecuibilidade**, na hipótese de que trata o caput, **só será considerada após diligência do agente de contratação ou da comissão de contratação.**"(grifo nosso)

Desse modo, **não se inserem nas atribuições deste setor a análise, aferição ou a realização de diligências relacionadas aos valores apresentados nas fases de lances e de negociação**, por se tratarem de atos inerentes à condução do certame, cuja responsabilidade é direta e exclusiva do agente de contratação/pregoeiro(a), em estrita observância à legislação vigente e às normas que regem os procedimentos licitatórios.

Para sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica Analista

Licitação de Produtos Médicos Gerais

SESAU-CGPM/RO

SESAU
Secretaria de Estado
da Saúde

RONDÔNIA
★
Governo do Estado



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 30/07/2026, às 19:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **74947272** e o código CRC **F620A4EA**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.045757/2024-09

SEI nº 74947272