



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Corpo de Bombeiros Militar - CBM
Diretoria de Atividades Técnicas Cacoal - CBM-DATCAC

ANÁLISE

Análise nº 9/2026/CBM-DATCAC

74312970

1. OBJETO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90322/2024/SUPEL/RO

Processo Administrativo nº 0004.004036/2023-27

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de **OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais e Equipamentos de Atendimento Pré-Hospitalar - APH** para atender as necessidades da **Corpo de Bombeiros Militar - CBM** nos termos e condições constantes no Termo de Referência, anexo I do Edital, pelo período de 12 meses.

2. ANÁLISE

Trata-se de resposta ao Ofício nº 6283/2026/SUPEL-COSEG1 (74312970), que trouxe aos autos as propostas das empresas que participaram do certame a fim de apresentação dos catálogos técnicos dos itens ofertados, contendo as descrições técnicas necessárias para possibilitar a análise adequada por essa equipe técnica com as especificações listadas no Termo de Referência (0057237807) e Relação de itens (0059077679).

Diante disto iremos analisar a empresa que está classificada:

3. ANÁLISE TÉCNICA

a) STAR COMERCIO LTDA

- Proposta ITEM 04 - STAR COMERCIO LTDA (74089273);

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise
04 -COMPRESSA DE GAZE	COMPRESSA DE GAZE - Compressas de gaze com cadaço, não estéril, com 4 camadas, alta absorção, 100% algodão, medidas de 45cm x 50 cm contendo 50 unidades em cada pacote e validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	COMPRESSA DE GAZE- Compressas de gaze com cadaço, não estéril, com 4 camadas, alta absorção, 100% algodão, medidas de 45cm x 50 cm contendo 50 unidades em cada pacote e validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. MARCA: ANDREONI ANVISA: 10307130019	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende

- Proposta ITEM 78 E 79 - STAR COMERCIO LTDA (74198920);

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise
------	---------------------------------	--------------------------------------	------------	---------

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise
78-CINTA PÉLVICA M.	CINTA PÉLVICA M. Apresentação: circunferencial ajustável. Fecho que mantém a força correta; aplicação simples em 3 passos; Atração gradual e simétrica; Aparte frontal da cinta estreita e afinada; fixação externa e cirurgia abdominal. Radioluciente; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta; Reutilizável; Com tecido que não estica e podendo ser limpo e desinfetado. Garantia mínima de 01 ano. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT.	CINTA PÉLVICA M. Apresentação: para cinturas com circunferência entre 81 a 127 cm (aproximadamente, admitidas pequenas variações). Circunferencial ajustável. Fecho que mantém a força correta; De fácil e rápido ajuste e fixação. Com sistema de travamento de fraturas pélvicas, que mantém pressão de aperto segura e estável; De fácil e rápida utilização em ambientes pré-hospitalar; Com parte maleável frontal da cinta, estreita e afinada para facilitar a introdução de cateter urinário, radiologia intervencional, fixação externa e cirurgia abdominal. Radioluciente; Permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta; Deve ser reutilizável, constituído de material que não estica e pode ser limpo e desinfetado com soluções detergentes e antimicrobianas. Garantia mínima de 01 ano, apartir da data de entrega. O produto deve ser devidamente registrado na ANVISA. Marca: HOSPICENTER ANVISA: 81766600003	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende
79 - CINTA PÉLVICA G	CINTA PÉLVICA G. Apresentação: 91 a 152cm. Circunferencial ajustável. Fecho que mantém a força correta; aplicação simples em 3 passos; Atração gradual e simétrica; Aparte frontal da cinta estreita e afinada; fixação externa e cirurgia abdominal. Radioluciente; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta; Reutilizável; Com tecido que não estica e podendo ser limpo e desinfetado. Garantia mínima de 01 ano. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT.	CINTA PÉLVICA G. Apresentação: para cinturas com circunferência entre 91 a 152cm (aproximadamente, admitidas pequenas variações). Circunferencial ajustável. Fecho que mantém a força correta; De fácil e rápido ajuste e fixação. Com sistema de travamento de fraturas pélvicas, que mantém pressão de aperto segura e estável; De fácil e rápida utilização em ambientes pré-hospitalar; Com parte maleável frontal da cinta, estreita e afinada para facilitar a introdução de cateter urinário, radiologia intervencional, fixação externa e cirurgia abdominal. Radioluciente; Permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta; Deve ser reutilizável, constituído de material que não estica e pode ser limpo e desinfetado com soluções detergentes e antimicrobianas. Garantia mínima de 01 ano, apartir da data de entrega. O produto deve ser devidamente registrado na ANVISA. MARCA: HOSPICENTER ANVISA: 81766600003	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende

b) CENTRALMIX COMERCIAL LTDA

- Proposta CENTRALMIX COMERCIAL LTDA (74090302 e 74299653)

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise
04 -COMPRESSA DE GAZE	COMPRESSA DE GAZE - Compressas de gaze com cadaço, não estéril, com 4 camadas, alta absorção, 100% algodão, medidas de 45cm x 50 cm contendo 50 unidades em cada pacote e validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	COMPRESSA DE GAZE - Compressas de gaze com cadaço, não estéril, com 4 camadas, alta absorção, 100% algodão, medidas de 45cm x 50 cm contendo 50 unidades em cada pacote e validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. MARCA: ANDREONI ANVISA: 80113320011	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende
19 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL- Intervalo de monitorização SpO2: 36%-99%, Precisão $\pm 2\%$; Frequência de Pulso (FP): Intervalo de monitorização: 20-250 BPM; Precisão FP: $\pm 1\%$ ou ± 1 BPM (o que for maior); Intensidade de Pulso por indicação em gráfico de Barras; Energia movida a pilhas alcalinas tipo AAA; com duração de aproximadamente mais de 32 horas de monitorização contínua. Dimensões externas: Comprimento: 56mm x Largura: 35mm x Altura: 30mm; Peso aproximadamente 30g (s/ as pilhas).	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL Intervalo de monitorização SpO2: 36%-99%, Precisão $\pm 2\%$; Frequência de Pulso (FP): Intervalo de monitorização: 20-250 BPM; Precisão FP: $\pm 1\%$ ou ± 1 BPM (o que for maior); Intensidade de Pulso por indicação em gráfico de Barras; Energia movida a pilhas alcalinas tipo AAA; com duração de aproximadamente mais de 32 horas de monitorização contínua. Dimensões externas: Comprimento: 56mm x Largura: 35mm x Altura: 30mm; Peso aproximadamente 30g (s/ as pilhas). MARCA: MEDICLINI ANVISA: 81464750009	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Observação	Análise
04 -COMPRESSA DE GAZE	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO C/ VELCRO E ESTETOSCÓPICO - Compressas de gaze com cadarço, não esteril, com 4 camadas, alta absorção, 100% algodão, medidas de 45cm x 50 cm contendo 50 unidades em cada pacote e validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. esfigmomanômetro. Braçadeira 01 via, adulto em nylon com	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende
51- ESFIGMOMANOMETRO ADULTO C/ VELCRO E ESTETOSCÓPICO 19 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	fecho velcro com circunferência de 18 cm. Deve acompanhar bolsa de transporte com fecho em zíper. Mínimo 2 anos de garantia. Apresentar registro Anvisa juntamente com a proposta de monitorização de SpO2: 86%-99%, precisão $\pm 2\%$, a frequência de pulso (FP): 20-250 BPM, precisão $\pm 1\%$ ou $\pm 2\%$ (o que for maior). Intensidade de pulso por indicação em gráfico de barras. Energia movida a pilhas alcalinas tipo AAA, rosqueável macia, par de olivas rosqueáveis silicone, dois pares de membranas de plástico. 32 horas de monitorização contínua. Dimensões: 56mm x 35mm x 30mm. Base rosqueada de cobre. Peso aproximadamente 30g (s/ as pilhas). anodizado) tubo duplo de pvc ligado através de anéis metálicos, fone biauricular de cobre cromado, auscultador, diafragma aberto (sino prolongador) nos tamanhos: grande, médio e pequeno. Com registro no ministério da saúde/anvisa e inmetro	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende Atende
	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO C/ VELCRO E ESTETOSCÓPICO, Esfigmomanômetro de uso adulto com manômetro anti-choque e pera insufladora acoplados com ajuste de ganhos, com válvula de deflação rápida através de botão na parte frontal de validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. MARCA: ANDREONI ANVISA: 80275310022		
	zíper. Mínimo 2 anos de garantia. Apresentar registro Anvisa juntamente com a proposta de monitorização de SpO2: 86%-99%, precisão $\pm 2\%$, a frequência de pulso (FP): 20-250 BPM, precisão $\pm 1\%$ ou $\pm 2\%$ (o que for maior). Intensidade de pulso por indicação em gráfico de barras. Energia movida a pilhas alcalinas tipo AAA, rosqueável macia, par de olivas rosqueáveis silicone, dois pares de membranas de plástico. 32 horas de monitorização contínua. Dimensões: 56mm x 35mm x 30mm. Base rosqueada de cobre. Peso aproximadamente 30g (s/ as pilhas). MARCA: MEDICINIGA ANVISA: 81464750009		
	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO C/ VELCRO E ESTETOSCÓPICO, Esfigmomanômetro de uso adulto com manômetro anti-		

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise
04 - COMPRESSA DE GAZE	SACO DE LIXO HOSPITALAR DE 100 unidades. Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (pead) virgem, sigiloso, medido de 43cm x 50 cm contendo 50 unidades em cada pacote e validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	COMPRESSA DE GAZE de 100 unidades, Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta absorção, 100% algodão, medido de 45cm x 50 cm contendo 50 unidades em cada pacote e validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	A proposta apresenta especificações EM PARTE compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende
66- SACO DE LIXO HOSPITALAR 15L		MARCA: ANDREFONI ANVISA: 8001332001 são pretos, com exceção da	NO MODELO DO PRODUTO É INFORMADO : SACO DE LIXO HOSPITALAR	Não atende
19 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL para monitorização de SpO2: 36%-99%, Precisão ±2%; Frequência de Pulso (FP): Intervalo de monitorização: 20-250 BPM; Precisão FP: ± 1% ou ± 1 BPM (o que for maior); Intensidade de Pulso por indicação em gráfico de Barras; Energia movida a pilhas alcalinas tipo AAA, com duração de	frase de advertência: "resíduos sólidos de saúde", impressa na cor vermelha. Precisão ±2%; Frequência de Pulso (FP): Intervalo de monitorização: 20-250 BPM; Precisão FP: ± 1% ou ± 1 BPM (o que for maior); Intensidade de Pulso por indicação em gráfico de Barras; Energia movida a pilhas alcalinas tipo AAA, com duração de	15L - PCT C/10 UND O referenciado seria com 100 unidades A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende
ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise
	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise
	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise

		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO C/ VELCRO E ESTETOSCÓPICO, Esfigmomanômetro de uso adulto com manômetro anti-		
--	--	---	--	--

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Observação (Envio de Resgate GG)	Observação	Análise
08- COLAR CERVICAL DE RESGATE GG,	COLAR CERVICAL DE RESGATE GG, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro. Dimensões aproximadas: Tamanho Extra Grande: circunferência: 59 cm; comprimento: 14,6 cm; largura: 14,7 cm; altura: 14,7 cm; cor do velcro: verde. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	COLAR CERVICAL DE RESGATE GG, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro. Dimensões aproximadas: Tamanho Extra Grande: circunferência: 59 cm; comprimento: 14,6 cm; largura: 14,7 cm; altura: 14,7 cm; cor do velcro: verde. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	Constatou-se no catálogo apresentado pela empresa que o produto ofertado apresenta velcro na cor branca para o colar cervical tamanho GG, conforme ficha técnica do fabricante. Todavia, o Termo de Referência estabelece que o velcro deverá ser colorido para identificação do tamanho, sendo especificada, para o tamanho GG, a cor verde . Dessa forma, verifica-se divergência entre a especificação exigida e a apresentada pela licitante quanto à cor do velcro. As demais características técnicas encontram-se, em princípio, compatíveis com as especificações do Termo de Referência.	Atende parcialmente
08- COLAR CERVICAL DE RESGATE GG,	COLAR CERVICAL DE RESGATE GG, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro. Dimensões aproximadas: Tamanho Extra Grande: circunferência: 59 cm; comprimento: 14,6 cm; largura: 14,7 cm; altura: 14,7 cm; cor do velcro: verde. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	COLAR CERVICAL DE RESGATE GG, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro. Dimensões aproximadas: Tamanho Extra Grande: circunferência: 59 cm; comprimento: 14,6 cm; largura: 14,7 cm; altura: 14,7 cm; cor do velcro: verde. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	Constatou-se no catálogo apresentado pela empresa que o produto ofertado apresenta velcro na cor branca para o colar cervical tamanho GG, conforme ficha técnica do fabricante. Todavia, o Termo de Referência estabelece que o velcro deverá ser colorido para identificação do tamanho, sendo especificada, para o tamanho GG, a cor verde . Dessa forma, verifica-se divergência entre a especificação exigida e a apresentada pela licitante quanto à cor do velcro. As demais características técnicas encontram-se, em princípio, compatíveis com as especificações do Termo de Referência.	Atende parcialmente

SEI 0004.004036/2023-27 / pg. 8

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Oferta (Informações)	Observação	Análise
42- ESPARADRAPO	Impermeável, composto de tecido 100% algodão e resina acrílica impermeabilizante, medidas: 10cm x 4,5m. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, entre outros, com validade de no mínimo 12 meses a contar da data de entrega.	Impermeável, composto de tecido 100% algodão e resina acrílica impermeabilizante, medidas: 10cm x 4,5m. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, entre outros, com validade de no mínimo 12 meses a contar da data de entrega MARCA: INJEX	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende
43 - IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO	IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO - Imobilizador de cabeça tipo Head Block, adulto e infantil, confeccionado em material macio, impermeável e lavável; utilizado em conjunto com prancha longa preso com velcro na prancha, deve possuir dois cintos de imobilização reguláveis para testa e queixo, resistente a impactos e possuir orifícios auriculares para verificação de sangramento; fixador exclusivo na região frontal e mentoniana plastificado com regulagem em velcro, anatômico e base plastificada com regulagem.	IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO - Imobilizador de cabeça tipo Head Block, adulto e infantil, confeccionado em material macio, impermeável e lavável; utilizado em conjunto com prancha longa preso com velcro na prancha, deve possuir dois cintos de imobilização reguláveis para testa e queixo, resistente a impactos e possuir orifícios auriculares para verificação de sangramento; fixador exclusivo na região frontal e mentoniana plastificado com regulagem em velcro, anatômico e base plastificada com regulagem.	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende
08- COLAR CERVICAL DE RESGATE GG,	COLAR CERVICAL DE RESGATE GG, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir	COLAR CERVICAL DE RESGATE GG, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir	Constatou-se no catálogo apresentado pela empresa que o produto ofertado apresenta velcro na cor branca para o colar cervical tamanho GG, conforme ficha técnica do fabricante. Todavia, o Termo de Referência estabelece que o velcro deverá ser colorido para identificação do tamanho, sendo especificada, para o tamanho GG, a cor	Atende parcialmente

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Marca (Informações do Edital)	Observação	Análise
81 - PRANCHA CURTA DE POLIETILENO	PRANCHA CURTA DE POLIETILENO (Salvamento veicular), Prancha de transporte curta (meia maca). Características: Prancha curta de Salvamento Veicular e primeiros socorros, confeccionada em polietileno rígido transparente de no mínimo 5 mm e alta resistência. Sem materiais presos a sua composição, com no mínimo 05 furos para pega das mãos, utilizado para sustentação da vítima no desencarceramento veicular. Dimensões 800 x 400 mm, parte da cabeça de 200 mm com recorte. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	PRANCHA CURTA DE POLIETILENO (Salvamento veicular), Prancha de transporte curta (meia maca). Características: Prancha curta de Salvamento Veicular e primeiros socorros, confeccionada em polietileno rígido transparente de no mínimo 5 mm e alta resistência. Sem materiais presos a sua composição, com no mínimo 05 furos para pega das mãos, utilizado para sustentação da vítima no desencarceramento veicular. Dimensões 800 x 400 mm, parte da cabeça de 200 mm com recorte. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. MARCA: RESGATE SP	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende

d) ALL SOLUTIONS MEDICAL Proposta da ALL SOLUTIONS MEDICAL (74198793)	COLAR CERVICAL DE RESGATE GG , o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir	COLAR CERVICAL DE RESGATE GG , o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir	Constatou-se no catálogo apresentado pela empresa que o produto ofertado apresenta velcro na cor branca para o colar cervical tamanho GG, conforme ficha técnica do fabricante. Todavia, o Termo de Referência estabelece que o velcro deverá ser colorido para identificação do tamanho, sendo especificada, para o tamanho GG, a cor	Atende parcialmente
08- COLAR CERVICAL DE RESGATE GG,				

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise
78- CINTA PÉLVICA M	CINTA PÉLVICA M. Apresentação: circunferencial ajustável. Fecho que mantém a força correta; aplicação simples em 3 passos; Atração gradual e simétrica; Aparte frontal da cinta estreita e afinada; fixação externa e cirurgia abdominal. Radioluciente; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta; Reutilizável; Com tecido que não estica e podendo ser limpo e desinfetado. Garantia mínima de 01 ano. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT.	Estabilizador Pélvico (CINTA PÉLVICA) – TAMANHO STANDARD (M) Estabilizador pélvico indicado para estabilizar fraturas pélvicas, reutilizável, em peça única, confeccionado em tecido resistente à lavagens e desinfecção, radioluciente para permitir a obtenção de radiografias sem que seja necessário a remoção da cinta, com fivelas de fixação externa para fechamento em três passos. Parte frontal da cinta deve ser mais fina permitindo a introdução do cateter urinário. Com registro no Ministério da Saúde. Tamanho M medidas aproximadas de 81 a 127 cm de circunferência de quadril. Marca: SAM SLING II Fabricante: SAM Medical Products Procedência: Estados Unidos da América Embalagem: Unitária	Após análise das especificações apresentadas, verifica-se que o produto atende, em princípio, às características essenciais previstas no TERMO DE REFERÊNCIA	Atende
79- CINTA PÉLVICA G	CINTA PÉLVICA G. Apresentação: 91 a 152cm. Circunferencial ajustável. Fecho que mantém a força correta; aplicação simples em 3 passos; Atração gradual e simétrica; Aparte frontal da cinta estreita e afinada; fixação externa e cirurgia abdominal. Radioluciente; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta; Reutilizável; Com tecido que não estica e podendo ser limpo e desinfetado. Garantia mínima de 01 ano. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT.	Estabilizador Pélvico (CINTA PÉLVICA) – TAMANHO LARGE (G) Imobilizador Pélvico SAM SLING tamanho padrão ajustável para cintura de 91 à 152cm de circunferência. Possui fivela com pressão calibrada e auto ajustável em 15 kg para imobilização e estabilização da região pélvica. Imobilizador moldável, radiotransparente, lavável, leve e compacto permitindo facilmente o transporte. Possibilita utilização durante exames de Ressonância Magnética. Marca: SAM SLING II Fabricante: SAM Medical Products Procedência: Estados Unidos da América Embalagem: Unitária Registro ANVISA: 80469670011	Após análise das especificações apresentadas, verifica-se que o produto atende, em princípio, às características essenciais previstas no TERMO DE REFERÊNCIA	Atende

e) COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

- COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (74199029)

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise
78- CINTA PÉLVICA M	CINTA PÉLVICA M. Apresentação: circunferencial ajustável. Fecho que mantém a força correta; aplicação simples em 3 passos; Atração gradual e simétrica; Aparte frontal da cinta estreita e afinada; fixação externa e cirurgia abdominal. Radioluciente; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta; Reutilizável; Com tecido que não estica e podendo ser limpo e desinfetado. Garantia mínima de 01 ano. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT.	CINTA PÉLVICA M. APRESENTAÇÃO: CIRCUNFERENCIAL AJUSTÁVEL. FECHO QUE MANTÉM A FORÇA CORRETA; APLICAÇÃO SIMPLES EM 3 PASSOS; ATRAÇÃO GRADUAL E SIMÉTRICA; APARTE FRONTAL DA CINTA ESTREITA E AFINADA; FIXAÇÃO EXTERNA E CIRURGIA ABDOMINAL. RADIO LUCENTE; PERMITE A OBTENÇÃO DE RADIOGRAFIA ASSEM A RETIRADA DA CINTA; REUTILIZÁVEL; COM TECIDO QUE NÃO ESTICA E PODENDO SER LIMPO E DESINFETADO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. EM CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT. MARCA/ FABRICANTE: SAM SLING II / SAM MEDICAL PROCEDENCIA: USA RMS: 80469670011 REF: BEC 571597-0	Após análise das especificações apresentadas, verifica-se que o produto atende, em princípio, às características essenciais previstas no TERMO DE REFERÊNCIA	Atende

f) AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS

- AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS (74298644)

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise
------	---------------------------------	--------------------------------------	------------	---------

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (Informações do fornecedor)	Observação	Análise
		COLAR CERVICAL DE RESGATE GG, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na extensão/flexão; Deverá ser parte frontal e posterior, com totalmente radiolucente; O preenchimento em EVA ou similar será colorido para identificação do tamanho; de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Seguirá as medidas e a coloração do velcro. Dimensões aproximadas: Tamanho Extra Grande: circunferência: 59 cm cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; posterior: 14,7 cm; Cor: verde. Com validade mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radiolucente; O velcro será colorido para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a	Constatou-se no catálogo apresentado pela empresa que o produto ofertado apresenta velcro na cor branca para o colar cervical tamanho GG, conforme ficha técnica do fabricante. Todavia, o Termo de Referência estabelece que o velcro deverá ser colorido para	
8- COLAR CERVICAL DE RESGATE GG		COLAR CERVICAL DE RESGATE GG, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na extensão/flexão; Deverá ser parte frontal e posterior, com totalmente radiolucente; O preenchimento em EVA ou similar será colorido para identificação do tamanho; de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Seguirá as medidas e a coloração do velcro. Dimensões aproximadas: Tamanho Extra Grande: circunferência: 59 cm cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; posterior: 14,7 cm; Cor: verde. Com validade mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radiolucente; O velcro será colorido para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a	identificação do tamanho, sendo especificada, para o tamanho GG, a cor verde. Dessa forma, constatou-se no catálogo apresentado pela empresa que o produto ofertado exige a apresentação da cor branca para o colar cervical do velcro. As demais características técnicas do fabricante encontram-se, em princípio, compatíveis com as especificações do Termo de Referência.	Atende parcialmente
8- COLAR CERVICAL DE RESGATE GG		COLAR CERVICAL DE RESGATE GG, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radiolucente; O velcro será colorido para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a	identificação do tamanho, sendo especificada, para o tamanho GG, a cor verde. Dessa forma, verifica-se divergência entre a especificação exigida e a apresentada pela licitante quanto à cor do velcro. As demais características técnicas do fabricante encontram-se, em princípio, compatíveis com as especificações do Termo de Referência.	Atende parcialmente

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Observação	Análise
17- MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA para manutenção da temperatura corpórea, descartável, tamanho padrão 2,10 X 1,40m, acondicionada em embalagem unitária. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, DESCARTÁVEL, TAMANHO PADRÃO 2,10 X 1,40M, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM UNITÁRIA. COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO ANVISA: 10361670006 PROCEDENCIA : NACIONAL MARCA: MARIMAR FABRICANTE: MARIMAR MODELO/VERSÃO: MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA	Após análise das especificações apresentadas, verifica-se que o produto atende, em princípio, às características essenciais previstas no TERMO DE REFERÊNCIA
19 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL Intervalo de monitorização SpO2: 36%-99%, Precisão ±2%; Frequência de Pulso (FP): Intervalo de monitorização: 20-250 BPM; Precisão FP: ± 1% ou ± 1 BPM (o que for maior); Intensidade de Pulso por indicação em gráfico de Barras; Energia movida a pilhas alcalinas tipo AAA; com duração de 32 horas; monitorização contínua; formato peça única na cor branca; Confeccionado em tamanho 56mm x largura 35mm; Altura de 30mm; densidade aproximadamente de 0,15 mm na pilha). frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal em fitas de poliâmida 100% de que possibilite checagem de pulso e coloração em 50mm de largura; Fecho de cirurgia de liberação das vias regulagem em velcro 04 regulador plástico preto; aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir uma referência rígida onde fixará a vítima a ser socorrida ou transportada dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL INTERVALO DE MONITORIZAÇÃO SPO2: 36%-99%, PRECISÃO ±2%; FREQUÊNCIA DE PULSO (FP): INTERVALO DE MONITORIZAÇÃO: 20-250 BPM; PRECISÃO FP: ± 1% OU ± 1 BPM COLAR CERVICAL DE RESGATE COQUE O CONJUNTO FORMARÁ INTENSIDADE DE PULSO POR PEÇA ÚNICA NA COR BRANCA CONFECCIONADO MOVIDA A PILHAS TIPO AAA DENSIDADE COM ESPESSURA DE 5 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DIMENSÕES EM EVA OU SIMILAR COM ESPESSURA EXTERNAS COMPRIMENTO DE 56MM X LARGURA: 35MM A PROPORCIONAR CONFORTO ALTURA: 30MM; DEVERÁ TER RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REGISTRO ANVISA: P CERVICAL IMOBILIZADA, NÃO PERMITINDO MOVIMENTAÇÃO DO PESCOÇO, QUANDO AJUSTADO; DEVERÁ POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATÉ A REGIÃO PRÉ-AURICULAR; DEVERÁ POSSUIR UMA ABERTURA NA PARTE FRONTAL DE POLIÂMIDA 100% PRETA QUE POSSIBILITE CHECAGEM DE PULSO CAROTÍDEO, 50MM DE LARGURA; DE LIBERAÇÃO DAS VIAS REGULADOR PLÁSTICO PRETO; ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO NO PAINEL TRASEIRO; DEVERÁ POSSUIR UMA POSSÍVEL REFERÊNCIA DIMENSIONAL QUE PERMITA VERIFICAR O TAMANHO QUE DEVERÁ SER USADO NO PACIENTE; O COLAR DEVE TER RESISTÊNCIA PARA SUPORTAR O PESO DA CABEÇA E IMPEDIR O MOVIMENTO DE SUA EXTENSÃO/FLEXÃO; DEVERÁ SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE; O VELCRO SERÁ COLORIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO; SEGUIRÁ AS MEDIDAS E A COLORAÇÃO DO VELCRO. DIMENSÕES	Após análise das especificações apresentadas, verifica-se que o produto atende, em princípio, às características essenciais previstas no TERMO DE REFERÊNCIA apresenta velcro na cor branca para o colar cervical tamanho GG, conforme ficha técnica do fabricante. Todavia, o Termo de Referência estabelece que o velcro deverá ser colorido para as especificações apresentadas, verificando-se que o produto especificado atende, em princípio, às características essenciais previstas no TERMO DE REFERÊNCIA entre a especificação exigida e a apresentada pelo licitante quanto à cor do velcro. As demais características
39- CINTO TIRANTE ARANHA MODELO 8- COLAR CERVICAL DE ADULTO: RESGATE GG			Atende
			Atende
			Atende parcialmente

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Observação	Análise	
	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO C/ VELCRO E ESTETOSCÓPICO, Esfigmomanômetro de uso adulto com manômetro anti-choque e pera insufladora acoplados com ajuste de utilização para destros e canhotos, com válvula de deflação rápida através de botão na parte frontal do esfigmomanômetro. Braçadeira 01 via, adulto em nylon com fecho velcro com circunferência de 18 a 34 cm. Deve acompanhar bolsa de transporte com fecho em zíper. Mínimo 2 anos de garantia. Apresentar registro Anvisa juntamente com a proposta de valores, estetoscópio duplo adulto/infantil, olivas e diafragmas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo resistente, diafragmas super sensível, contendo na embalagem: par de oliva rosqueável dura, par de oliva rosqueável macia, par de oliva rosqueável de silicone, o conjunto formado por duas peças de membranas de plástico branco, confeccionado em plástico rígido, com espessura de 1,3 mm na parte frontal e posterior, com cobre cromado (infantil e adulto) base rosqueada de parte frontal e posterior, com cobre cromado que preenche o EVA ou possui uma espessura de 30 mm, diafragma (infantil e adulto), modo de proporção de câmara de som em liga de alumínio oxidado ou anodizado, tubo duplo de PVC ligado através de anéis metálicos, fone binauricular permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; auscultador, diafragma de suporte (sinus prologador) nos tamanhos: grande, médio e pequeno. Com grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso, anvisa e immetro como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO COM MANÔMETRO ANTI-CHOQUE E PERA INSUFLADORA ACOPLADOS COM AJUSTE DE UTILIZAÇÃO PARA DESTROS E CANHOTOS, COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO RÁPIDA ATRAVÉS DE BOTÃO NA PARTE FRONTAL DO ESFIGMOMANOMETRO. BRAÇADEIRA 01 VIA, ADULTO EM NYLON COM FECHO VELCRO COM CIRCUNFERÊNCIA DE 18 A 34 CM. DEVE ACOMPANHAR BOLSA DE TRANSPORTE COM FECHO EM ZÍPER. MÍNIMO 2 ANOS DE GARANTIA. APRESENTAR REGISTRO ANVISA JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE VALORES, ESTETOSCÓPIO DUPLO ADULTO/INFANTIL, OLIVAS E DIAFRAGMAS PARA CONVERSÃO EM DIFERENTES FORMAS DE USO, TUBO DUPLO RESISTENTE, DIAFRAGMAS SUPERSENSÍVEL, CONTENDO NA COLAR CERVICAL DE RESGATE EMBALAGEM CONJUNTO FORMADO POR DOIS PARES DE MEMBRANAS DE COM ESPESURA DE 1,3 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, ANEL ROSQUEADO DE COBRE ROMADO (INFANTIL E ADULTO) BASE ROSQUEADA DE COBRE MM, CORDÃO DE SINO QUE PROPORCIONA CONFORTO E SEGURANÇA À VÍTIMA (DEVERÁ TER RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REGIÃO ANODIZADO) TUBO DUPLO DE PVC LIGADO ATRAVÉS DE ANÉIS METÁLICOS, FONE BINAURICULAR DE COBRE ROMADO, QUANDO AJUSTADO; DEVERÁ POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ABERTO (SINO PROLONGADOR) ATE A REGIÃO PRE-AURICULAR; DEVERÁ POSSUIR UMA GRANDE ABERTURA NA PARTE FRONTAL QUE POSSIBILITE CHECAGEM DE PULSO DE ANVISA E IMMETRO 8- COLAR CERVICAL DE RESGATE GG	Após análise das especificações apresentadas, verifica-se que o produto atende, em princípio, às constantes essenciais do catálogo previsto no Termo de Referência. O produto ofertado apresenta velcro na cor branca para o colar cervical tamanho GG, conforme ficha técnica do fabricante. Todavia, o Termo de Referência estabelece que o velcro deverá ser colorido para identificação do tamanho, sendo especificada, para o tamanho GG, a cor verde. Dessa forma, verifica-se divergência entre a especificação exigida e a apresentada pela licitante quanto à cor do velcro. As demais características	Atende Atende parcialmente
51	- ESFIGMOMANOMETRO ADULTO C/ VELCRO E ESTETOSCÓPICO,	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO COM MANÔMETRO ANTI-CHOQUE E PERA INSUFLADORA ACOPLADOS COM AJUSTE DE UTILIZAÇÃO PARA DESTROS E CANHOTOS, COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO RÁPIDA ATRAVÉS DE BOTÃO NA PARTE FRONTAL DO ESFIGMOMANOMETRO. BRAÇADEIRA 01 VIA, ADULTO EM NYLON COM FECHO VELCRO COM CIRCUNFERÊNCIA DE 18 A 34 CM. DEVE ACOMPANHAR BOLSA DE TRANSPORTE COM FECHO EM ZÍPER. MÍNIMO 2 ANOS DE GARANTIA. APRESENTAR REGISTRO ANVISA JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE VALORES, ESTETOSCÓPIO DUPLO ADULTO/INFANTIL, OLIVAS E DIAFRAGMAS PARA CONVERSÃO EM DIFERENTES FORMAS DE USO, TUBO DUPLO RESISTENTE, DIAFRAGMAS SUPERSENSÍVEL, CONTENDO NA COLAR CERVICAL DE RESGATE EMBALAGEM CONJUNTO FORMADO POR DOIS PARES DE MEMBRANAS DE COM ESPESURA DE 1,3 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, ANEL ROSQUEADO DE COBRE ROMADO (INFANTIL E ADULTO) BASE ROSQUEADA DE COBRE MM, CORDÃO DE SINO QUE PROPORCIONA CONFORTO E SEGURANÇA À VÍTIMA (DEVERÁ TER RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REGIÃO ANODIZADO) TUBO DUPLO DE PVC LIGADO ATRAVÉS DE ANÉIS METÁLICOS, FONE BINAURICULAR DE COBRE ROMADO, QUANDO AJUSTADO; DEVERÁ POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ABERTO (SINO PROLONGADOR) ATE A REGIÃO PRE-AURICULAR; DEVERÁ POSSUIR UMA GRANDE ABERTURA NA PARTE FRONTAL QUE POSSIBILITE CHECAGEM DE PULSO DE ANVISA E IMMETRO 8- COLAR CERVICAL DE RESGATE GG	Após análise das especificações apresentadas, verifica-se que o produto atende, em princípio, às constantes essenciais do catálogo previsto no Termo de Referência. O produto ofertado apresenta velcro na cor branca para o colar cervical tamanho GG, conforme ficha técnica do fabricante. Todavia, o Termo de Referência estabelece que o velcro deverá ser colorido para identificação do tamanho, sendo especificada, para o tamanho GG, a cor verde. Dessa forma, verifica-se divergência entre a especificação exigida e a apresentada pela licitante quanto à cor do velcro. As demais características	Atende Atende parcialmente

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise
41- APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMÁTICO	APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMÁTICO Medidor automático de pulso, aprovado pelo INMETRO 3 Anos de Garantia. Indicador de Arritmia Cardíaca e Média Automática das 3 últimas medições indicador Gráfico de Nível de Hipertensão memória para pelo menos 30 resultados com hora e data totalmente Automático. Medidor de pressão e pulsação, com fecho em velcro e acondicionado em embalagem própria, lavável com vélcro ou zíper. Alimentação a pilha.	APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMÁTICO Medidor automático de pulso, aprovado pelo INMETRO 3 Anos de Garantia. Indicador de Arritmia Cardíaca e Média Automática das 3 últimas medições indicador Gráfico de Nível de Hipertensão memória para pelo menos 30 resultados com hora e data totalmente Automático. Medidor de pressão e pulsação, com fecho em velcro e acondicionado em embalagem própria, lavável com vélcro ou zíper. Alimentação a pilha. MARCA: G-TECH	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende

h) ARMADA ARTIGOS MILITARES

- ARMADA ARTIGOS MILITARES (74299463)

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise
19 -OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL Intervalo de monitorização SpO2: 36%-99%, Precisão $\pm 2\%$; Frequência de Pulso (FP): Intervalo de monitorização: 20-250 BPM; Precisão FP: $\pm 1\%$ ou ± 1 BPM (o que for maior); Intensidade de Pulso por indicação em gráfico de Barras; Energia movida a pilhas alcalinas tipo AAA; com duração de aproximadamente mais de 32 horas de monitorização contínua. Dimensões externas: Comprimento: 56mm x Largura: 35mm x Altura: 30mm; Peso aproximadamente 30g (s/ as pilhas).	Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 32H, Alimentação: Pilha, Acessórios: C/ Sensor Registro Anvisa: 80153030104. MARCA: MONTSERRAT	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende

i) VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO

- VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO (74300270)

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise
------	---------------------------------	--------------------------------------	------------	---------

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise
08 -COLAR CERVICAL DE RESGATE GG,	COLAR CERVICAL DE RESGATE GG, o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro. Dimensões aproximadas: Tamanho Extra Grande: circunferência: 59 cm x 14,6 cm x 14,7 cm. 59 cm; altura anterior: 14,6 cm; altura posterior: 14,7 cm; Cor do velcro: verde. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	COLAR CERVICAL DE RESGATE GG, O CONJUNTO FORMARÁ PEÇA ÚNICA NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA DE 1,5 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, COM PREENCHIMENTO EM EVA OU SIMILAR COM ESPESSURA DE 5 MM, DE MODO A PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA À VÍTIMA; DEVERÁ TER RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REGIÃO CERVICAL IMOBILIZADA, NÃO PERMITINDO A MOVIMENTAÇÃO DO PESCOÇO, QUANDO AJUSTADO; DEVERÁ POSSUIR SUPORTE MENTONIANO ATÉ A REGIÃO PRÉ-AURICULAR; DEVERÁ POSSUIR UMA GRANDE ABERTURA NA PARTE FRONTAL QUE POSSIBILITE CHECAGEM DE PULSO CAROTÍDEO, BEM COMO CIRURGIA DE LIBERAÇÃO DAS VIAS AÉREAS; DEVERÁ POSSUIR 04 ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO NO PAINEL TRASEIRO; DEVERÁ POSSUIR PINO DE REFERÊNCIA DIMENSIONADOR QUE PERMITA VERIFICAR O TAMANHO QUE DEVERÁ SER USADO NO PACIENTE; O COLAR DEVE TER RESISTÊNCIA PARA SUPORTAR O PESO DA CABEÇA E IMPEDIR O MOVIMENTO DE SUA EXTENSÃO/FLEXÃO; DEVERÁ SER TOTALMENTE RADIOLUCENTE; O VELCRO SERÁ COLORIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO; SEGUIRÁ AS MEDIDAS E A COLORAÇÃO DO VELCRO. DIMENSÕES APROXIMADAS: TAMANHO EXTRA GRANDE: CIRCUNFERÊNCIA: 59 CM X 14,6 CM X 14,7 CM. 59 CM; ALTURA ANTERIOR: 14,6 CM; ALTURA POSTERIOR: 14,7 CM; COR DO VELCRO: VERDE. VALIDADE DO FABRICANTE. ANVISA 81094800010. MARCA: RESGATE SP FABRICANTE: RESGATE SP MODELO/VERSÃO: EXTRA GRANDE	Constatou-se no catálogo apresentado pela empresa que o produto ofertado apresenta velcro na cor branca para o colar cervical tamanho GG, conforme ficha técnica do fabricante. Todavia, o Termo de Referência estabelece que o velcro deverá ser colorido para identificação do tamanho, sendo especificada, para o tamanho GG, a cor verde. Dessa forma, verifica-se divergência entre a especificação exigida e a apresentada pela licitante quanto à cor do velcro. As demais características técnicas encontram-se, em princípio, compatíveis com as especificações do Termo de Referência.	Atende parcialmente

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise
20 - RESSUSCITADOR (REANIMADOR) MANUAL INFANTIL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO	RESSUSCITADOR (REANIMADOR) MANUAL INFANTIL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO Reanimador infantil de silicone com máscara e reservatório (bvm - bolsa válvula máscara), composto de balão auto inflável de silicone com reservatório infantil, com volume do balão de 500 ml e volume do reservatório de oxigênio de 700 ml, máscara número 2, espaço morto de 10 ml, translúcido infantil. Atóxica, anatômica com bojo e coxim e válvula transparente unidirecional com dispositivo de segurança; com suplemento para acolpadores de oxigênio, as válvulas deverão possuir conectores com bitolas padrão para ventilação/oxigenoterapia e sistema rosca/convenção/encaixe, que impossibilite montagens errônea das partes; o equipamento deverá ser acondicionado em bolsa plástica transparente com altura de 13,00 cm, largura de 31,00 cm profundidade de 13,00 cm, estando incluso junto ao recipiente: balão, máscara, reservatório de oxigênio, conexões com registro na anvisa e garantia de 12 meses a contar da data de emissão da nota fiscal.	RESSUSCITADOR (REANIMADOR) MANUAL INFANTIL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO REANIMADOR INFANTIL DE SILICONE COM MÁSCARA E RESERVATÓRIO (BVM BOLSA VÁLVULA MÁSCARA), COMPOSTO DE BALÃO AUTO INFLÁVEL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO INFANTIL, COM VOLUME DO BALÃO DE 500 ML E VOLUME DO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO DE 700 ML, MÁSCARA NÚMERO 2, ESPAÇO MORTO DE 10 ML, TRANSLÚCIDO INFANTIL. ATÓXICA, ANATÔMICA COM BOJO E COXIM E VÁLVULA TRANSPARENTE UNIDIRECIONAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA; COM SUPLEMENTO PARA ACOLPADORES DE OXIGÊNIO, AS VÁLVULAS DEVERÃO POSSUIR CONECTORES COM BITOLAS PADRÃO PARA VENTILAÇÃO/OXIGENOTERAPIA E SISTEMA ROSCA/CONVENÇÃO/ENCAIXE, QUE IMPOSSIBILITE MONTAGENS ERRÔNEA DAS PARTES; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ALTURA DE 13,00 CM, LARGURA DE 31,00 CM PROFUNDIDADE DE 13,00 CM, ESTANDO INCLUSO JUNTO AO RECIPIENTE: BALÃO, MÁSCARA, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO. VALIDADE DO FABRICANTE. ANVISA 80218930007. MARCA: MISSOURI FABRICANTE: MISSOURI MODELO/VERSÃO: INFANTIL	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise
41 - APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMÁTICO	APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMÁTICO - Medidor automático de pulso, aprovado pelo INMETRO 3 Anos de Garantia. Indicador de Arritmia Cardíaca e Média Automática das 3 últimas medições indicador Gráfico de Nível de Hipertensão memória para pelo menos 30 resultados com hora e data totalmente Automático. Medidor de pressão e pulsação, com fecho em velcro e acondicionado em embalagem própria, lavável com velcro ou zíper. Alimentação a pilha.	APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMÁTICO MEDIDOR AUTOMÁTICO DE PULSO, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE. INDICADOR DE ARRITMIA CARDÍACA E MÉDIA AUTOMÁTICA DAS 3 ÚLTIMAS MEDIÇÕES INDICADOR GRÁFICO DE NÍVEL DE HIPERTENSÃO MEMÓRIA PARA PELO MENOS 30 RESULTADOS COM HORA E DATA TOTALMENTE AUTOMÁTICO. MEDIDOR DE PRESSÃO E PULSAÇÃO, COM FECHO EM VELCRO E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA, LAVÁVEL COM VELCRO OU ZÍPER. ALIMENTAÇÃO A PILHA. ANVISA 80275310064. MARCA: GTECH FABRICANTE: GTECH MODELO/VERSÃO: BPS1	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende
43- IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO	IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO - Imobilizador de cabeça tipo Head Block, adulto e infantil, confeccionado em material macio, impermeável e lavável; utilizado em conjunto com prancha longa preso com velcro na prancha, deve possuir dois cintos de imobilização reguláveis para testa e queixo, resistente a impactos e possuir orifícios auriculares para verificação de sangramento; fixador exclusivo na região frontal e mentoniana plastificado com regulagem em velcro, anatômico e base plastificada com regulagem.	IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO - IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO HEAD BLOCK, ADULTO E INFANTIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL MACIO, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL; UTILIZADO EM CONJUNTO COM PRANCHA LONGA PRESO COM VELCRO NA PRANCHA, DEVE POSSUIR DOIS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO, RESISTENTE A IMPACTOS E POSSUIR ORIFÍCIOS AURICULARES PARA VERIFICAÇÃO DE SANGRAMENTO; FIXADOR EXCLUSIVO NA REGIÃO FRONTAL E MENTONIANA PLASTIFICADO COM REGULAGEM EM VELCRO, ANATÔMICO E BASE PLASTIFICADA COM REGULAGEM. ANVISA 81094800005. MARCA: RESGATE SP FABRICANTE: RESGATE SP MODELO/VERSÃO: HEAD BLOCK	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise
51 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO C/ VELCRO E ESTETOSCÓPICO	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO C/ VELCRO E ESTETOSCÓPICO, Esfigmomanômetro de uso adulto com manômetro anti-choque e pera insufladora acoplados com ajuste de utilização para destros e canhotos, com válvula de deflação rápida através de botão na parte frontal do esfigmomanômetro. Braçadeira 01 via, adulto em nylon com fecho velcro com circunferência de 18 a 34 cm. Deve acompanhar bolsa de transporte com fecho em zíper. Mínimo 2 anos de garantia. Apresentar registro Anvisa juntamente com a proposta de valores, estetoscópio duplo adulto/infantil, olivas e diafragmas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo resistente, diafragmas super sensível, contendo na embalagem: par de oliva rosqueável dura, par de oliva rosqueável macia, par de oliva rosqueável silicone, dois pares de membranas de plástico rígido, anel rosqueado de cobre cromado (infantil e adulto), base rosqueada de cobre cromado que possibilita troca de sino ou diafragma (infantil e adulto), câmera de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado) tubo duplo de pvc ligado através de anéis metálicos, fone biauricular de cobre cromado, auscultador, diafragma aberto (sino prolongador) nos tamanhos: grande, médio e pequeno. Com registro no ministério da saúde/anvisa e imetro	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO C/ VELCRO E ESTETOSCÓPICO, ESFIGMOMANÔMETRO DE USO ADULTO COM MANÔMETRO ANTI-CHOQUE E PERA INSUFLADORA ACOPLADOS COM AJUSTE DE UTILIZAÇÃO PARA DESTROS E CANHOTOS, COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO RÁPIDA ATRAVÉS DE BOTÃO NA PARTE FRONTAL DO ESFIGMOMANÔMETRO. BRAÇADEIRA 01 VIA, ADULTO EM NYLON COM FECHO VELCRO COM CIRCUNFERÊNCIA DE 18 A 34 CM. DEVE ACOMPANHAR BOLSA DE TRANSPORTE COM FECHO EM ZÍPER. GARANTIA DO FABRICANTE. APRESENTA RREGISTRO ANVISA JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE VALORES, ESTETOSCÓPIO DUPLO ADULTO/INFANTIL, OLIVAS E DIAFRAGMAS PARA CONVERSÃO EM DIFERENTES FORMAS DE USO, TUBO DUPLO RESISTENTE, DIAFRAGMAS SUPERSENSÍVEL, CONTENDO NA EMBALAGEM: PAR DE OLIVA ROSQUEÁVEL DURA, PAR DE OLIVA ROSQUEÁVEL MACIA, PARDE OLIVA ROSQUEÁVEL SILICONE, DOIS PARES DE MEMBRANAS DE PLÁSTICO RÍGIDO, ANEL ROSQUEADO DE COBRE CROMADO (INFANTIL E ADULTO), BASE ROSQUEADA DE COBRE CROMADO QUE POSSIBILITA TROCA DE SINO OU DIAFRAGMA (INFANTIL E ADULTO), CÂMERA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO (OXIDADO OU ANODIZADO) TUBO DUPLO DE PVC LIGADO ATRAVÉS DE ANÉIS METÁLICOS, FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO, AUSCULTADOR, DIAFRAGMA ABERTO (SINO PROLONGADOR) NOS TAMANHOS: GRANDE, MÉDIO E PEQUENO. ANVISA 80275310052. MARCA: DIASYST/PREMIUM FABRICANTE: DIASYST/PREMIUM MODELO/VERSÃO: EFI-502 C/ ESTETOS RAPPAPOR	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise
62 - PRANCHA RÍGIDA EM POLIETILENO	PRANCHA RÍGIDA EM POLIETILENO, Material: Polietileno. Componentes: Até 5 Cintos De Segurança. Altura: Cerca De 0,60 M. Capacidade De Carga: Até 250 KG. Tipo: Prancha. Largura: Cerca De 0,40 M. Características Adicionais: Até 20 Pega Mãos	PRANCHA RÍGIDA EM POLIETILENO, MATERIAL: POLIETILENO. COMPONENTES: ATÉ 5 CINTOS DE SEGURANÇA. ALTURA: CERCA DE 0,60 M. CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 250 KG. TIPO: PRANCHA. LARGURA: CERCA DE 0,40 M. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÉ 20 PEGA MÃOS. MARCA: RESGATE SP FABRICANTE: RESGATE SP MODELO/VERSÃO: RESGATE SP	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende

j) MIRANDA COMERCIO

- MIRANDA COMERCIO (74377823)

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise
------	---------------------------------	--------------------------------------	------------	---------

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise
19 -OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL Intervalo de monitorização SpO2: 36%-99%, Precisão $\pm 2\%$; Frequência de Pulso (FP): Intervalo de monitorização: 20-250 BPM; Precisão FP: $\pm 1\%$ ou ± 1 BPM (o que for maior); Intensidade de Pulso por indicação em gráfico de Barras; Energia movida a pilhas alcalinas tipo AAA; com duração de aproximadamente mais de 32 horas de monitorização contínua. Dimensões externas: Comprimento: 56mm x Largura: 35mm x Altura: 30mm; Peso aproximadamente 30g (s/ as pilhas).	Oxímetro LED G-TECH EAN 7898639690999 Tipo de tela Tela LED SpO2 variação de tela 0-100% SpO2 Faixa Medição 70-99% SPO2 Precisão 70-99% - $\pm 3\%$ / 0-69% - não definido SPO2 Resolução 1% FC variação de tela 0-254 bpm FC Faixa Medição 30-235 bpm FC Precisão 30-99bpm:± 2bpm/100-235bpm:$\pm 2\%$ FC Resolução 1 BPM Energia necessária 2 Pilhas Alcalinas AAA 1.5V Consumo de energia < 25mA Vida útil da Bateria Podem ser usadas continuamente por 30hrs Condições de Operação 5° - 40°C; 15- 93% UR; 70- 106kPa Condições de Armazenamento e Transporte -25° - 70°C; 93% UR; 70-106kPa Dimensões (mm) Comprimento: 60 / Largura: 30 /Altura: 30 Peso 100g (incluindo as duas baterias AAA) Descrição A G-Tech são altamente precisos em todas as leituras e têm o melhor tempo de resposta do mercado Visor em tecnologia LED de alto contraste, facilitando a visualização dos resultados Informa Saturação (SpO2) e FrequênciaCardíaca Capa protetora em Silicone e Estojo para armazenamento de alta precisão e pode ser utilizado tanto por profissionais de saúde como por pacientes no ambiente doméstico para onitorização da porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos por minuto Além de altamente preciso nas leituras, o Oxímetro G-TECH possui o melhor tempo de resposta quando comparado a outros similares no mercado. Em momentos de variações abruptas de batimento cardíaco ou SpO2, muitos oxímetros “congelam” por vários segundos, podendo levar à leituras incorretas. O avançado algoritmo do Oxímetro G-Tech consegue detectar e apresentar instantaneamente o resultado real da medição mesmo durante essas variações abruptas.	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende

ITEM	Exigência (Termo de Referência)	Ofertado (informações do fornecedor)	Observação	Análise
41-APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMÁTICO	APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMÁTICO Medidor automático de pulso, aprovado pelo INMETRO 3 Anos de Garantia. Indicador de Arritmia Cardíaca e Média Automática das 3 últimas medições indicador Gráfico de Nível de Hipertensão memória para pelo menos 30 resultados com hora e data totalmente Automático. Medidor de pressão e pulsação, com fecho em velcro e acondicionado em embalagem própria, lavável com velcro ou zíper. Alimentação a pilha.	G-tech Gp400 Medidor De Pressão Arterial Digital De Pulso ESPECIFICAÇÕES TECNICAS Indicador de correta colocação da braçadeira Indicador de arritmia cardíaca Média das três últimas medições Dupla zona de memória Aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão Indicador de movimentação excessiva Pilhas e Estojo para transporte Compacto Apresenta as mais modernas tecnologias CARACTERISTICAS Modelo: GP 400 240 Memórias com hora e data Faixa de Medição: 40 ~ 280 mmHg Frequência Cardíaca: 40 ~ 199 Batimentos/ Minuto Erro Máximo Pressão: ± 3 mmHg - -- Pulso: ± 5 % Max. Inflagem: Automática (Bomba de ar) Deflação: Válvula automática de controle da liberação de ar Display: Cristal líquido (LCD) Memória: 240 posições divididas igualmente para 2 usuários (120 para cada usuário) DIMENSÕES APROXIMADAS Altura: 12cm Largura: 11cm Comprimento: 8cm CONTEÚDO DA EMBALAGEM Aparelho de Pressao Digital Automatico de Pulso G-Tech GP400 Manual Imagens meramente ilustrativas Garantia de fábrica: 5 anos	A proposta apresenta especificações compatíveis com as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA.	Atende

CONCLUSÃO

Esta Comissão de APH procedeu à análise estritamente técnica dos produtos ofertados em substituição, verificando sua compatibilidade com as especificações constantes no Termo de Referência e sua adequação ao uso operacional.

No item classificado COLAR CERVICAL TAMANHO GG como “atende parcialmente”, a ressalva refere-se exclusivamente à cor do velcro do colar cervical.

O Termo de Referência especifica a cor verde para o velcro. Entretanto, as empresas licitantes apresentaram o produto com velcro na cor branca. Conforme verificado no catálogo técnico do fabricante, a diferenciação de cores está relacionada apenas à identificação dos tamanhos, sendo a cor verde destinada ao tamanho G e a cor branca ao tamanho GG.

No que se refere às especificações técnicas, características funcionais, desempenho e finalidade do equipamento, a divergência quanto à cor do velcro não compromete sua utilização, não altera sua funcionalidade, tampouco prejudica o atendimento da necessidade da Administração.

Dessa forma, entende-se que a divergência identificada possui caráter meramente visual/identificativo, não representando incompatibilidade técnica capaz de impedir o recebimento do material, razão pela qual o item foi classificado como “atende parcialmente”, exclusivamente em virtude dessa diferença, a qual não interfere na aptidão do produto para atender à demanda administrativa.

Quanto ao item 66 - SACO DE LIXO HOSPITALAR 15L. Após análise da documentação técnica apresentada e após a solicitação de esclarecimentos com a empresa CENTRAL MIX (75096286) conclui-se que o não atende às especificações estabelecidas no Termo de Referência, uma vez que o produto ofertado consiste em saco para lixo hospitalar de 15 litros em embalagem contendo 10 unidades por pacote, enquanto o edital exige embalagem contendo 100 unidades por pacote.

Embora o produto apresente compatibilidade quanto à capacidade de 15 litros, a apresentação ofertada diverge da especificação exigida, não atendendo às condições previstas no Termo de Referência. Dessa forma, considerando que a empresa confirmou que o fornecimento ocorrerá em pacotes com 10 unidades, conclui-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos do item, motivo pelo qual não se recomenda sua aceitação.(75109602)

Dessa forma, **opina-se pelo aceite das propostas apresentadas para os ITENS considerados conformes com o Termo de Referência, bem como opina-se pela não aceitação** do ITEM que apresentou divergência técnica capaz de comprometer o atendimento das

especificações.

Respeitosamente,

ÉRICA DE OLIVEIRA VIANA BARRETO - CAP BM

Presidente da Comissão de APH

Portaria nº 624 de 23 de junho de 2025 (0066099538)



Documento assinado eletronicamente por **ÉRICA DE OLIVEIRA VIANA BARRETO**, **Diretor(a)**, em 03/08/2026, às 18:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **74983803** e o código CRC **7BC6B710**.

Referência: Caso responda esta Análise, indicar expressamente o Processo nº 0004.004036/2023-27

SEI nº 74983803