GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA - SESAU-NECLI

Parecer nº 57/2026/SESAU-NECLI

De: SESAU-NECLI

Para: SUPEL-COSAU1

Processo Nº: 0036.057526/2023-59

Assunto: **Análise técnica.**

1. INTRODUÇÃO

O presente parecer tem por objetivo realizar a análise técnica minuciosa da proposta comercial e dos respetivos prospectos e folhetos técnicos apresentados pela empresa LANCO LTDA (CNPJ 00.595.037/0001-00) no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90520/2024, que visa o Registro de Preços para aquisição eventual de itens de hotelaria hospitalar para atender às unidades de saúde do Estado de Rondônia.

2. DOCUMENTOS ANALISADOS

2.1. Termo de Referência 0059195825**;**

2.2. Proposta LANCO LTDA (75291166).

3. METODOLOGIA DE AVALIÇÃO

A avaliação contempla o confronto direto entre as exigências contidas no Termo de Referência SEI nº 0059195825 e as especificações declaradas na proposta comercial, catálogo e documentos regulatórios acostados pela licitante para os itens 13 e 15.

4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

A verificação técnica consistiu do exame pormenorizado das características construtivas, dimensionais, funcionais e regulatórias do produto ofertado frente às especificações do Termo de Referência, além da checagem do cumprimento dos requisitos de habilitação técnica e enquadramento sanitário junto à Anvisa.

5. ANÁLISE TÉCNICA DETALHADA POR ITEM

Item	Descrição	Parâmetro Técnico	Exigência do Termo de Referência	Especificação Ofertada (Lanco - DM8330E20109)	Avaliação

Item	Descrição	Parâmetro Técnico	Exigência do Termo de Referência	Especificação Ofertada (Lanco - DM8330E20109)	Avaliação
13	CARRO PARA MATERIAIS DIVERSOS COM 12 GAVETAS Modelo ofertado: DM8330E20109 Marca/Fabricante: LANCO	Montagem e Estrutura	Modular; perfis em alumínio extrudado liga Al 6063 tempera 5 com canais M5/M6; bandeja superior em aço inox.	Estrutura modular em alumínio extrudado Al 6063 T5 com canais M5/M6 e bandeja superior em aço inox.	ATENDE
		Suporte de Soro	Liga Al 6063 T5 anodizado; regulagem sem parafusos; ganchos em nylon 6.	Suporte de soro em Al 6063 T5 anodizado, ajuste de altura sem parafuso, ganchos em nylon 6.	ATENDE
		Configuração de Gavetas	12 gavetas em chapa de aço fosfatizada com porta-etiqueta, em 2 colunas com 6 gavetas; fecho único com chave por coluna; trilhos telescópicos.	12 gavetas de 147mm em chapa de aço fosfatizada com porta-etiqueta, 2 colunas c/ 6 gavetas, fecho único com chave, trilhos telescópicos.	ATENDE
		Rodízios	04 rodízios de 100mm inoxidáveis, resistentes a hipoclorito de sódio, sendo 2 com trava e 2 sem trava.	04 rodízios de 100mm inoxidáveis com garfo/aro em nylon, banda em poliuretano, resistentes a hipoclorito, 2 c/ trava e 2 s/ trava.	ATENDE

Item	Descrição	Parâmetro Técnico	Exigência do Termo de Referência	Especificação Ofertada (Lanco - DM8330E20109)	Avaliação
		Tratamento e Pintura	Tratamento protetivo nanotecnológico flúor-zircônio e pintura eletrostática a pó poliéster (espessura média 80 microns).	Base nanotecnológica flúor-zircônio, pintura eletrostática a pó poliéster 80 microns na cor branca.	ATENDE
		Regularidade Sanitária	Isento de Registro Anvisa / Atendimento à RDC 260/02.	Isento de registro Anvisa conforme RDC 260/2002 e Nota Técnica Anvisa nº 279/2006. Possui ISO 13485:2016.	ATENDE

Item	Descrição	Parâmetro Técnico	Exigência do Termo de Referência	Especificação Ofertada (Lanco - NT3390)	Avaliação
		Estrutura e Gavetas	Estrutura em chapa de aço; bandejas superior/inferior fixas; mín. 4 gavetas c/ trilhos telescópicos; divisórias para medicação na 1ª gaveta.	Estrutura em aço SAE 1010; 3 gavetas (147mm) + 1 gavetão (296mm); trilhos telescópicos; 12 divisórias na 1ª gaveta.	ATENDE

Item	Descrição	Parâmetro Técnico	Exigência do Termo de Referência	Especificação Ofertada (Lanco - NT3390)	Avaliação
15	CARRINHO PARA PCR (PARADA CARDIO-RESPIRATÓRIA) Modelo ofertado: NT3390 Marca/Fabricante: LANCO	Acessórios de Emergência	Suporte para O2 em chapa de aço c/ velcro; suporte p/ desfibrilador/monitor (400x400mm, borda 10mm); suporte de soro regulável; tábua CPR acrílico 6mm.	Suporte de O2 c/ velcro (até 130mm); suporte p/ desfibrilador 400x400mm c/ borda 10mm; suporte de soro regulável; tábua CPR em acrílico 6mm.	ATENDE
		Sistema Elétrico	Calha de tomadas 4A com 4 pontos 2P+T, cabo de força 3m, interruptor e filtro de linha.	Calha de tomadas 4A com 4 pontos 2P+T, cabo 3m, interruptor e filtro de linha integrados.	ATENDE
		Rodízios e Pintura	Rodízios de 100mm poliuretano (2 c/ trava e 2 s/ trava); pintura eletrostática a pó poliéster em branco microtextura.	Rodízios de 100mm em poliuretano (2 c/ trava e 2 s/ trava); pintura eletrostática a pó poliéster 80 microns branco microtextura.	ATENDE
		Regularidade Sanitária	Isento de Registro Anvisa / Atendimento à RDC 260/02.	Isento de registro Anvisa conforme RDC 260/2002 e Nota Técnica Anvisa nº 279/2006.	ATENDE

5.1. QUADRO COMPARATIVO E SÍNTESE DA AVALIÇÃO

Requisito / Item	Exigência do TR	Ofertado Item 13 (DM8330E20109)	Ofertado Item 15 (NT3390)	Situação Técnica
Estrutura e Montagem	Modular, perfis alumínio / chapa aço	Conforme especificado	Conforme especificado	ATENDE
Gavetas / Configuração	12 gavetas (Item 13) / Mín. 4 gavetas (Item 15)	12 gavetas em 2 colunas	3 gavetas + 1 gavetão	ATENDE
Acessórios de Emergência	Suporte soro, tábua CPR, suporte calha/O2/desfib.	Suporte de soro incluso	Todos os acessórios inclusos	ATENDE
Rodízios e Travas	100mm, resistentes a hipoclorito, 2 c/ trava	100mm poliuretano c/ trava	100mm poliuretano c/ trava	ATENDE
Regularidade Sanitária	Dispensado de Registro / RDC 260/02	Declaração Anvisa 279/006	Declaração Anvisa 279/006	ATENDE

6. RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÃO FINAL

Em análise conclusiva, verifica-se que a proposta comercial da empresa **LANCO LTDA** atende plenamente a todas as exigências técnicas, funcionais, dimensionais e regulatórias estabelecidas no Termo de Referência SEI nº 0059195825 para os Itens 13 e 15.

Diante do exposto, manifesta-se este Núcleo de Engenharia Clínica pela **APROVAÇÃO TÉCNICA** das propostas dos Itens 13 e 15 apresentadas pela empresa LANCO LTDA no Pregão Eletrônico nº 90520/2024.

Atenciosamente,

NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA
Raimundo Gilderlan de Carvalho
Gerente de Núcleo
Engenheiro Clínico
SESAU-NECLI

Documento assinado eletronicamente por **Raimundo Gilderlan de Carvalho**, **Analista**, em 13/08/2026, às 10:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **75474706** e o código CRC **E595CC46**.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0036.057526/2023-59 SEI nº 75474706