



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
NÚCLEO DE NEFROLOGIA - SESAU-NNEFRO

Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

Considerando o **Ofício nº 4870**, protocolado sob o SEI nº [72924558](#), por meio do qual se solicita a análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº **90651/2025/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM), por intermédio da Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos (SLPM), passa a apresentar o presente Parecer Técnico, nos termos que seguem.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
NÚCLEO DE NEFROLOGIA						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.038321/2025-36						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90651/2025/SUPEL/RO						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais, conforme análise das unidades executantes (73742012 , 73950904 e 73964171)						
Objetivo: Parecer Técnico das propostas apresentadas, com base na análise das Unidades Executantes.						
	DESCRIÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	ID: 1257 - AGULHA PARA PUNÇÃO ARTERIAL E VENOSA PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE AVF 15G: AGULHA COM CÂNULA 25 MM DE PAREDE ULTRAFINA, DOTADA DE BACK EYE; TUBULAÇÃO DE PVC FLEXÍVEL E MACIO, COM 30MM DE COMPRIMENTO, DOTADA DE CLAMP DE SEGURANÇA; ASA FIXA (OU FLEXÍVEL), SUGESTÃO DE COR: CREME, COM TRAVA DE SEGURANÇA; CONECTOR LUER LOCK COM ROSCA DUPLA; LUER CAP (TAMPA DE PROTEÇÃO ROSQUEADA JUNTO AO LUER LOCK) E PROTETOR (PROTETOR DA CÂNULA); EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (72923682)	Bain/BAIN -AVF	ANVISA: 80121600006	APTO	Compatível com às especificações solicitadas.
2	ID: 10268 - AGULHA PARA PUNÇÃO ARTERIAL E VENOSA PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE AVF 16G : AGULHA COM CÂNULA 25 MM DE PAREDE ULTRAFINA, SILICONIZADA, COM 30 MM DE COMPRIMENTO, DOTADA DE BACK EYE; TUBULAÇÃO DE PVC FLEXÍVEL E MACIO, DOTADA DE CLAMP DE SEGURANÇA; ASA FIXA (OU FLEXÍVEL), SUGESTÃO DE COR: VERDE, COM TRAVA DE SEGURANÇA; CONECTOR LUER LOCK COM ROSCA DUPLA; LUER CAP (TAMPA DE PROTEÇÃO ROSQUEADA JUNTO AO LUER LOCK) E PROTECTOR (PROTETOR DA CÂNULA); EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE,	BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (72923682)	Bain/BAIN -AVF – 001S – calibre 16g	ANVISA : 80121600006	APTO	Compatível com às especificações solicitadas.

	NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					
3	ID: 10280 - AGULHA PARA PUNÇÃO ARTERIAL E VENOSA PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE AVF 17G: AGULHA COM CÂNULA 25 MM DE PAREDE ULTRAFINA, SILICONIZADA, COM 30 MM DE COMPRIMENTO, DOTADA DE BACK EYE; TUBULAÇÃO DE PVC FLEXÍVEL E MACIO, DOTADA DE CLAMP DE SEGURANÇA; ASA FIXA (OU FLEXÍVEL), SUGESTÃO DE COR: LARANJA, COM TRAVA DE SEGURANÇA; CONECTOR LUER LOCK COM ROSCA DUPLA; LUER CAP (TAMPA DE PROTEÇÃO ROSQUEADA JUNTO AO LUER LOCK) E PROTECTOR (PROTETOR DA CÂNULA); EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (72923682)	Bain/BAIN -AVF – 005S – calibre 17 g	REGISTRO ANVISA: 80121600006	APTO	Compatível com às especificações solicitadas.
4	ID: 1002584 - CONECTOR LUER VALVULADO PRESSÃO NEGATIVA COM TAMPA. CONECTOR PARA CATETER DE HEMODIÁLISE: COMPRIMENTO: 24 MM, PRIMING 0,21 ML, TIPO DE CONEXÃO: CONEXÃO COM PRODUTOS DE CONECTOR CÔNICO DE ACORDO COM ISO 594.1. CRIA UM SISTEMA FECHADO REDUZINDO A EXPOSIÇÃO E MANIPULAÇÃO COM CATETER, POSSUI PRESSÃO NEGATIVA. PERMITE ALTO FLUXO SANGUÍNEO (>400ML/MIN). MATÉRIA PRIMA: NÃO CONTER LÁTEX, PVC, DEHP. NÃO TÓXICO, NÃO PIROGÊNICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - catálogo enviado (74858424)	Bain/BAIN-TP	ANVISA sob o nº: 81504799009	INAPTO	Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
7	ID: 10251 – DIALISADOR CAPILAR ALTO FLUXO – DE USO ÚNICO – PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO. FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA BIOCOMPATÍVEL DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40 µM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2,0 M² A 2,1 M²; COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE PADRÃO NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTES NAS UNIDADES; VOLUME DE PREENCHIMENTO DE 125 A 130 ML; COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO DE 80 A 85 ML/H/MMHG; COMPRIMENTO DO FILTRO DE 290 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO; ACOPLAMENTO DE FIBRAS EM POLIURETANO; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO A IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (72934055)	FORTECARE	ANVISA sob o nº: 80463910075	INAPTO	Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisador Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;

	ANVISA, E NÃO PODERÁ CONTER A INSCRIÇÃO “PROIBIDO REPROCESSAR” OU EQUIVALENTE, CONFORME O DISPOSTO NA RDC Nº 11/2014, RDC Nº 15/2012 E RE Nº 2.605/2006. O PRODUTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM AS BOAS PRÁTICAS DE REPROCESSAMENTO DE DIALISADORES, NOS TERMOS DAS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.					
8	ID: 3582 - DIALISADOR CAPILAR ALTO FLUXO - USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1.7 M² (CABENDO VARIAÇÃO DE 0,1M² PARA MAIS OU PARA MENOS) COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTE NAS UNIDADES, VOLUME DE PREENCHIMENTO 100-110 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 70 A 75 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 271 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA.A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (72923682)	BainB-18PF	ANVISA sob o nº: 81504790267	INAPTO	O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisador de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisador de BAIXO FLUXO.
9	ID: 3561 - DIALISADOR CAPILAR ALTO FLUXO - USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2.0 M² A 2,1 M², COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTE NAS UNIDADES, VOLUME DE PREENCHIMENTO 125 A 130 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 80 A 85 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 290 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA. (72981797) Catálogo 74819287	B-20HF - DIALISADOR DE FIBRA OCA DORA B-20HF	RMS: 81504790267	INAPTO	O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.
10	ID: 6015 - DIALISADOR CAPILAR BAIXO FLUXO - USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1.9M² (CABENDO VARIAÇÃO DE 0,1M² PARA MAIS OU PARA MENOS) COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTE NAS UNIDADES, VOLUME	BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (72923682)	BainB-18PF	ANVISA sob o nº: 81504790267	APTO	Compatível com às especificações solicitadas.

	DE PREENCHIMENTO 110-115 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 20 A 25 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 291 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					
11	ID: 6158 - DIALISADOR CAPILAR BAIXO FLUXO - USO ÚNICO: MATERIAL EM FIBRAS POLISSULFONA OU FIBRA SIMILAR 100% ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,0 M² (CABENDO VARIAÇÃO DE 0,1M² PARA MAIS OU PARA MENOS) COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTE NAS UNIDADES E COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO ENTRE 6,5 E 10 ML/H X MMHG, ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK, CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (72923682)	BainB-14PF	ANVISA sob o nº: 81504790267	INAPTO	Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m², enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m². Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
12	ID: 10217 - DIALISADOR CAPILAR MÉDIO FLUXO - USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 35MM OU 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1.7 M² (CABENDO VARIAÇÃO DE 0,1M² PARA MAIS OU PARA MENOS) COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTE NAS UNIDADES, VOLUME DE PREENCHIMENTO 100-110 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 20 A 25 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 271 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (72923682)	BainB-18PF – 1.8 m2	ANVISA sob o nº: 81504790267	INAPTO	O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
13	ID: 6630 - DIALISADOR CAPILAR MÉDIO FLUXO - USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1.9 M² (CABENDO VARIAÇÃO	BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (72923682)	BainB-18PF – 1.8	ANVISA sob o nº: 81504799009	INAPTO	O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).

	DE 0,1M² PARA MAIS OU PARA MENOS) COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTE NAS UNIDADES, VOLUME DE PREENCHIMENTO 110-115ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 20 A 25 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 281 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					
14	ID: 6602 - FILTRO EM CARTUCHO DE CARVÃO ATIVADO EM BLOCO, 9.¾”x2.5”, PARA SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DE OSMOSE REVERSA DA MARCA NIPRO, NORTEFLOW E VEXER (APARELHO EM USO NAS UNIDADES DE SAÚDE) UTILIZADOS PARA ABSORVER SUBSTÂNCIAS ODORÍFERAS OU COLORIDAS DE GASES OU LÍQUIDOS, SÃO ALTAMENTE POROSOS COM ÁREAS DE 300 A 2.000 M² DE SUPERFÍCIE POR GRAMA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	DMGR COM. DE MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI (72928716)	BBI/CB 9" SR	Não localizado	APTO	Compatível com às especificações solicitadas.
15	ID: 6603 - FILTRO EM CARTUCHO MICROPOROSO DE POLIPROPILENO BOBINADO 9.¾”x2.5”, PARA SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DE OSMOSE REVERSA DA MARCA NIPRO, NORTEFLOW e VEXER (APARELHO EM USO NAS UNIDADES DE SAÚDE), DESTINA-SE A CONTENÇÃO DE PARTÍCULAS DE SÓLIDOS EM SUSPENSÃO QUE POSSUAM DIÂMETRO DE ATÉ 1 MICRA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	DMGR COM. DE MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI (72928716)	BBI/PP 9" BOBINADO	Não localizado	APTO	Compatível com às especificações solicitadas.
17	ID: 10316 - ISOLADOR DE PRESSÃO: MEMBRANA HIDROFÓBICA E HIDRO-REPELENTE. DISPOSITIVO PLÁSTICO LUER-LOCK MACHO/FÊMEA, PROVIDO DE FILTRO HIDROFÓBICO DE 0,2 MICRONS. OS ISOLADORES DE PRESSÃO TÊM COMO FUNÇÃO TRANSMITIR A PRESSÃO DA LINHA DE SANGUE ARTERIAL OU VENOSA AO MONITOR DE DIÁLISE, EVITANDO SUA CONTAMINAÇÃO PELO SANGUE DO PACIENTE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (72923682)	ANVISA sob o nº: 81504799009	Bain/BAIN-TP	APTO	Compatível com às especificações solicitadas.

19	ID: 32591 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN CURVO - 11.5-12FR X 20-21 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ASLI COMERCIAL LTDA (72967753)	ALIVE HEART/CH-D1220C	RMS: 80415440018	APTO	Compatível com às especificações solicitadas.
20	ID: 32983 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH : 1 (UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH COM CUFF, COM MEDIDAS 12,5 FR X 32 CM, 1(UM) FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, 1(UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR, 2(DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, 1(UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA 18 Ga PARA PUNÇÃO, 1(UM) BISTURI DESCARTÁVEL COM LAMINA Nº 11, 1(UMA) SERINGA VALVULADA PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, 1(UMA) SERINGA 05 ML COM AGULHA 25-30 X 7, DILATADORES VASCULARES, 1(UM) TUNELIZADOR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA. (72981797) Catálogo enviado 74819287	MEDICAL COMPONENTES	RMS: 10312210020	APTO	Compatível com às especificações solicitadas.
21	ID: 6195 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH : 1 (UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH COM CUFF, COM MEDIDAS ENTRE 13,5 -14,5 X 24-28 CM, 1 (UM) FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, 1 (UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR, 2 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, 1 (UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA 18 GA PARA PUNÇÃO, 1 (UM) BISTURI DESCARTÁVEL COM LAMINA Nº 11, 1 (UMA) SERINGA VALVULADA PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, 1 (UMA) SERINGA 10 ML COM AGULHA 25-30 X 7, DILATADORES VASCULARES, 1 (UM) TUNELIZADOR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA. (72981797) Catálogo enviado 74819287	MEDICAL COMPONENTES	RMS: 10312210020	APTO	Compatível com às especificações solicitadas.
22	ID: 7424 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH : 1(UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH COM CUFF, COM MEDIDAS 12,5 FR X 28 CM, 1(UM) FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, 1(UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR, 2(DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, 1(UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA 18 Ga PARA PUNÇÃO, 1(UM) BISTURI	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA. (72981797) Catálogo enviado 74819287	MEDICAL COMPONENTES	RMS: 10312210020	APTO	Compatível com às especificações solicitadas.

	DESCARTÁVEL COM LAMINA Nº 11, 1(UMA) SERINGA VALVULADA PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, 1(UMA) SERINGA 05 ML COM AGULHA 25-30 X 7, DILATADORES VASCULARES, 1(UM) TUNELIZADOR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					
23	ID: 3584 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH : 1(UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH COM CUFF, COM MEDIDAS ENTRE 11,5 -12,5 FR X 24 CM, 1(UM) FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, 1(UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR, 2(DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, 1(UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA 18 GA PARA PUNÇÃO, 1(UM) BISTURI DESCARTÁVEL COM LAMINA Nº 11, 1(UMA) SERINGA VALVULADA PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, 1(UMA) SERINGA 10 ML COM AGULHA 25-30 X 7, DILATADORES VASCULARES, 1(UM) TUNELIZADOR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA. (72981797) Catálogo enviado 74819287	MEDICAL COMPONENTES	RMS: 10312210020	APTO	Compatível com às especificações solicitadas.
24	ID: 1002587 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH: 1 (UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH COM CUFF, COM MEDIDAS ENTRE 13,5 -14,5 FR X 30-33 CM, 1(UM) FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, 1 (UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR, 2 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, 1(UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA 18 GA PARA PUNÇÃO, 1 (UM) BISTURI DESCARTÁVEL COM LAMINA Nº 11, 1 (UMA) SERINGA VALVULADA PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, 1 (UMA) SERINGA 10 ML COM AGULHA 25-30 X 7, DILATADORES VASCULARES, 1 (UM) TUNELIZADOR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA. (72981797) Catálogo enviado 74819287	MEDICAL COMPONENTES	RMS: 10312210020	APTO	Compatível com às especificações solicitadas.
25	ID: 8439 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH: 1 (UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH COM CUFF, COM MEDIDAS ENTRE 13,5 -14,5 FR X 36 CM, 1 (UM) FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, 1 (UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR, 2 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, 1 (UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA 18 GA PARA PUNÇÃO, 1 (UM) BISTURI DESCARTÁVEL COM LAMINA Nº 11, 1 (UMA) SERINGA VALVULADA PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, 1 (UMA) SERINGA 10 ML COM AGULHA 25-30 X 7, DILATADORES VASCULARES, 1 (UM) TUNELIZADOR. A	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA. (72981797) Catálogo enviado 74819287	MEDICAL COMPONENTES	RMS: 10312210020	APTO	Compatível com às especificações solicitadas

	EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					
26	ID: 8262 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH: 1 (UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH COM CUFF, COM MEDIDAS ENTRE 13,5-14,5 FR X 40 CM, COM PINÇAS RESISTENTES E IDENTIFICADAS COM O TAMANHO E VOLUME INTERNO DE CADA LÚMEN E CONECTORES LUER LOCK, COM 1 (UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA, 1(UM) BISTURI N°11, 1 (UM) DILATADOR DE VASO, 1 (UM) FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR E 2 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS PARA OS SÍTIOS DE INJEÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (72935985)	BIOMEDICAL	RMS:10196320060	APTO	Compatível com às especificações solicitadas.
27	ID: 3602 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN RETO - 11,5 -12,5 FR X 24 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (72935985)	BIOMEDICAL	RMS:10196320067	APTO	Compatível com às especificações solicitadas.
29	ID: 32593 - KIT CATETER DUPLO LÚMEN RETO - 11.5-12FR X 20-21 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	COTAÇÃO COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA. (72936957)	BIOMEDICAL	RMS:10196320059	APTO	Compatível com às especificações solicitadas.
31	ID: 1002588 - KIT CATETER TRIPLO LÚMEN CURVO (CTL) 11.5-12FR X 15-16 CM: 1 (UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 (UM) FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 (UMA) AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 (DUAS) TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 (UM) BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 (UMA) SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 (UM) DILATADOR DE VASO. A	ASLI COMERCIAL LTDA (72967753)	ALIVE HEART/CH-T1216C	RMS: 80415440016	APTO	Compatível com às especificações solicitadas.

	EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					
32	ID: 1002589 - KIT CATETER TRIPLO LÚMEN CURVO (CTL) 11.5-12FR X 19 - 21 CM: 1 (UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 (UM) FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 (UMA) AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 (DUAS) TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 (UM) BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 (UMA) SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 (UM) DILATADOR DE VASO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ASLI COMERCIAL LTDA (72967753)	ALIVE HEART/CH-T1220C	RMS:80415440016	APTO	Compatível com às especificações solicitadas.
34	ID: 8187 - KIT CATETER TRIPLO LÚMEN RETO (CTL) 11.5-12,5FR X 15-16 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ASLI COMERCIAL LTDA (72967753)	ALIVE HEART/CH-T1216	RMS: 80415440019	APTO	Compatível com às especificações solicitadas.
36	ID: 10335 - KIT CDL PEDIÁTRICO - 7FR X 10 CM: 1 (UM) CATETER DE POLIURETANO DUPLO LÚMEN 7 FR X 10 CM, 1(UM) FIO GUIA 0,035 X 70 CM C/ AVANÇADOR ONE STEP ADVANCER, 1 (UMA) AGULHA 18 GA X 7 CM PARA INTRODUÇÃO, 1 (UM) DILATADOR, 2 (DUAS) TAMPAS PARA INJEÇÃO COM ROSCA PARA CONECTOR LUER, 1 (UMA) SERINGA DE 5CC, 1 (UMA) AGULHA 30 X 7E 1 (UM) BISTURI COM LÂMINA DESCARTÁVEL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	COTAÇÃO COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA. (72936957)			APTO	Compatível com às especificações solicitadas.
38	ID: 10336 - KIT CDL PEDIÁTRICO 9 FR X 12 CM: 1 (UM) CATETER DE POLIURETANO DUPLO LÚMEN 9 FR X 12 CM, 1(UM) FIO GUIA 0,035 X 70 CM C/ AVANÇADOR ONE STEP ADVANCER, 1 9 (UMA) AGULHA 18 GA X 7 CM PARA INTRODUÇÃO, 1(UM) DILATADOR, 2(DUAS) TAMPAS PARA INJEÇÃO COM ROSCA PARA CONECTOR LUER, 1(UMA) SERINGA DE 5CC, 1(UMA) AGULHA 30 X 7 E 1(UM) BISTURI COM LÂMINA DESCARTÁVEL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE,	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA. (72981797) Catálogo enviado 74819287 COTAÇÃO COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA. (72936957)	MEDICAL COMPONENTES BIOMEDICAL	RMS: 10312210025 RMS:10196320059	APTO APTO	Compatível com as especificações técnicas solicitadas. Compatível com as especificações técnicas solicitadas.

	NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					
39	ID: 3620 - KIT DE CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH: CATETER DUPLO LÚMEN SILICONISADO 14,5 FR X 36CM (COMPRIMENTO DA PONTA AO CUFF 19CM), 1 FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, DILATADORES, 1 (UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR COM VÁLVULA ANTIREFLUXO, 1 (UM) TUNELIZADOR, 1 (UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA 18 GA PARA PUNÇÃO, 1 (UMA) SERINGA 10-15ML, (DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, COM COMPRESSAS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA. (72981797) Catálogo enviado (74819287)	MEDICAL COMPONENTES	RMS: 10312210020	APTO	Compatível com as especificações técnicas solicitadas.
41	ID: 6157 - LINHA ARTERIAL (PEDIÁTRICA) 6 MM: SEM CATABOLHA COM RAMAL DE HEPARINA, RAMAL PARA SORO E RAMAL PARA ISOLADOR DE PRESSÃO. EMBALAGEM UNITÁRIA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA (72930672)	BAIN MEDICAL	RMS 81504799019	INAPTO	O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
42	ID: 6018 - LINHA DE SANGUE ARTERIAL: EQUIPO ARTERIAL PARA HEMODIÁLISE EM PVC TRANSLÚCIDO COM COMPRIMENTO DE 410-415 CM, SEM CATABOLHA, SEGMENTO DE BOMBA DE SANGUE DE 8 MM DE DIÂMETRO INTERNO; VOLUME DE PREENCHIMENTO DE 70 -75 ML. POSSUI CONECTORES LUER LOCK, EXTENSÃO PARA INFUSÃO DE ANTI-COAGULANTE, LINHA DE MONITORAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL PRÉ SEGMENTO DE BOMBA, INJETOR LATERAL DE MEDICAMENTOS E CLAMP ´S DE SEGURANÇA EM TODAS AS EXTENSÕES NA COLORAÇÃO VERMELHA; EMBALAGEM INDIVIDUAL, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (72923682) Catálogo enviado (74858424)	Bain/arterial	ANVISA sob o nº: 81504799105	INAPTO	O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
43	ID: 6629 - LINHA DE SANGUE VENOSA: EQUIPO VENOSO PARA HEMODIÁLISE EM PVC TRANSLÚCIDO COM COMPRIMENTO DE 320-325 CM; VOLUME DE PREENCHIMENTO DE 80-85 ML POSSUI CONECTORES LUER LOCK, LINHA DE MONITORAÇÃO DA PRESSÃO VENOSA, DISPOSITIVO CATABOLHAS COM FILTRO, INJETOR LATERAL DE MEDICAMENTOS E CLAMP ´S DE SEGURANÇA EM TODAS AS EXTENSÕES NA COLORAÇÃO AZUL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO	BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (72923682) Catálogo enviado (74858424)	Bain/venosa	ANVISA sob o nº: 81504799106	INAPTO	O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

	RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					
46	ID: 6011 - MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA COM ESTRUTURA DE POLÍMERO DE POLIAMIDA, COM PRESSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO DE 600 PSI, 1000 GPD, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DE OSMOSE REVERSA DA MARCA NIPRO (APARELHO EM USO NAS UNIDADES DE SAÚDE), COMPRIMENTO DE 50 CM, DIÂMETRO DE 8,5 CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	DMGR COM. DE MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI (72928716)	BBI/MEMBRANA 4021	Não localizado	INAPTO	Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
49	ID: 7019 - SOLUÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO, NA CONCENTRAÇÃO DE 5% PARA USO HOSPITALAR BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA, UTILIZADO NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIÁLISE, ACONDICIONADO EM RECIPIENTES DE 5 LITROS,PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SILP CATANDUVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA (72937934)	Pluron	ANVISA/MS N 305463162	APTO	Compatível com as especificações técnicas solicitadas.
53	ID: 10339 - TENCKHOFF PEDIÁTRICO DE 31 CM: CATETERES RETOS, TEM LINHA DE RADIOPACA, DIÂMETRO INTERNO DE 2,6 MM E DIÂMETRO EXTERNO DE 4,9 MM SÃO DE 15 FR E SÃO CONFECCIONADOS EM SILICONE DE GRAU TRANSLÚCIDO, ADAPTA-SE A TODOS OS PACIENTES ADULTOS, CATETER DE 02 CUFFS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (72935985)	BIOMEDICAL	RMS: 10196320054	APTO	Compatível com as especificações técnicas solicitadas.
54	ID: 1343 - TENCKHOFF PEDIÁTRICO DE 32 CM: CATETERES RETOS, TEM LINHA DE RADIOPACA, DIÂMETRO INTERNO DE 2,6 MM E DIÂMETRO EXTERNO DE 4,9 MM SÃO DE 15 FR E SÃO CONFECCIONADOS EM SILICONE DE GRAU TRANSLÚCIDO, ADAPTA-SE A TODOS OS PACIENTES ADULTOS, CATETER DE 02 CUFFS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (72935985)	BIOMEDICAL	RMS: 10196320054	APTO	Compatível com as especificações técnicas solicitadas.
55	ID: 3564 - TENCKHOFF PEDIÁTRICO DE 37 CM: CATETERES RETOS, TEM LINHA DE RADIOPACA, DIÂMETRO INTERNO DE 2,6 MM E DIÂMETRO EXTERNO DE 4,9 MM SÃO DE 15 FR E SÃO CONFECCIONADOS EM SILICONE DE GRAU TRANSLÚCIDO, ADAPTA-SE A TODOS OS PACIENTES ADULTOS, CATETER DE 02 CUFFS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (72935985)	BIOMEDICAL	RMS: 10196320054	APTO	Compatível com as especificações técnicas solicitadas.

	IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					
56	ID: 1114 - ULTRA FILTRO NIPRO: FEIXE DE FIBRAS OCAS PARA RESISTIR A PRESSÕES DE 1,5 KGF/CM², DIÂMETRO INTERNO 500MM, ÁREA DE SUPERFÍCIE 0,6 M², ESPESSURA 150MM. SENDO UTILIZADO EM SISTEMAS DE PRESSURIZAÇÃO QUE REQUEREM SISTEMAS DE LIMPEZA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA. (72936580)	NIPRO/CATMAT	ANVISA nº: 10324860080	APTO	Compatível com as especificações técnicas solicitadas.
57	ID: 3732 - DIALISADOR CAPILAR USO UNICO - BAIXO FLUXO: MATERIAL EM FIBRAS POLISSULFONA OU FIBRA SIMILAR 100% SINTÉTICA ESTÉRIL, SUPERFÍCIE DE 0,7 A 0,8 M² E COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO DE 8 ML/H X MMHG. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA (72930672)	BAIN MEDICAL	ANVISA nº: 81504790267	INAPTO	Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m², divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m² preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação técnica do lote.
58	ID: 6159 - DIALISADOR CAPILAR USO UNICO - BAIXO FLUXO: MATERIAL EM FIBRAS POLISSULFONA OU FIBRA SIMILAR 100% SINTÉTICA ESTÉRIL, SUPERFÍCIE DE 1,3 A 1,4 M² E COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO DE 14 ML/H X MMHG PARA REUSO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (72923682)	BainB-14PF	ANVISA sob o nº: 81504790267	APTO	Compatível com as especificações técnicas solicitadas.
59	ID: 3003179 - DIALISADOR CAPILAR USO ÚNICO - ALTO FLUXO: MATERIAL EM FIBRAS POLISSULFONA OU FIBRA SIMILAR 100% SINTÉTICA ESTÉRIL, SUPERFÍCIE DE 1,0 M² E COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO DE 8 ML/H X MMHG. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (72923682)	Bain B-16HF	ANVISA sob o nº: 81504790267	INAPTO	Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m², divergindo do parâmetro de 1,0 m² fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
60	ID: 3003180 - DIALISADOR CAPILAR USO ÚNICO - ALTO FLUXO: MATERIAL EM FIBRAS POLISSULFONA OU FIBRA SIMILAR 100% SINTÉTICA ESTÉRIL, SUPERFÍCIE DE 1,5 M² E COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO COMPATÍVEL COM HEMODÍALISE PEDIÁTRICA PARA USO ÚNICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (72923682)	BainB-16HF	ANVISA sob o nº: 81504790267	APTO	Compatível com as especificações técnicas solicitadas.
61	ID: 3003181 - DIALISADOR CAPILAR USO ÚNICO - ALTO FLUXO: MATERIAL EM	BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (72923682)	BainB-16HF	ANVISA sob o nº: 81504790267	INAPTO	Excesso de área. Área de superfície informada no

	FIBRAS POLISSULFONA OU FIBRA SIMILAR 100% SINTÉTICA ESTÉRIL, SUPERFÍCIE DE 0,6 A 0,8 M² E COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO COMPATÍVEL COM HEMODÍALISE PEDIÁTRICA PARA USO ÚNICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					folder/catálogo (1,6 m²) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m²).
65	ID: 3003717-Desinfetante Hospitalar de Alto nível a base de Ácido Peracético na concentração de 3,5%, exclusivo para uso em dialisadores e linhas de hemodiálise. Apresentar laudos Reblados contra: Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Mycobacterium massiliense, Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium, Mycobacterium bovis, Mycobacterium smegmatis, Bacillus subtilis, Clostridium sporogenes, Trichophyton mentagrophytes, Candida albicans. Apresentar laudo de irritação e corrosão dermal e ocular, além de laudo de toxicidade oral aguda. Embalagem em frasco rígido contendo 5 litros de produto, tampa com lacre. Deverão constar na embalagem do produto, o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo e o número do lote, conforme Legislação Sanitária vigente da divisão de vigilância sanitária do Ministério da Saúde. O produto deverá ser acompanhado de diluidor bivolt resistente aos concentrados químicos, automático e elétrico. Realizar Preventiva e Corretiva no Equipamento, mensal ou quando necessário. Apresentar registro do produto na ANVISA, autorização de funcionamento conforme lei 6360/76 e certificado de boas práticas de fabricação para Saneantes	SILP CATANDUVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA (72937934)	SAMPROX-H 3,5%	ANVISA/MS Nº: 305463163	APTO	Compatível com as especificações técnicas solicitadas. Entretanto, a validade informada na proposta é de 9 meses, sendo recomendável validade de 12 meses, a fim de proporcionar melhor gestão de estoque e reduzir o risco de perdas por vencimento.
68	ID: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Biocompatível, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 2,1 A 2,5M2, Esterilidade: Estéril, vinculado ao Item Nº 7.	BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (72923682)	BainB-20HF	ANVISA sob o nº: 81504790267	INAPTO	Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
69	ID: : Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Biocompatível, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 2,1 A 2,5M2, Esterilidade: Estéril. Vinculado ao Item Nº 9.	BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (72923682)	BainB-20HF	ANVISA sob o nº: 81504790267	INAPTO	Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
71	ID: Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco,	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL (72923682)	ALIVE HEARTH	RMS: 80415440018	APTO	Compatível com as especificações técnicas solicitadas.

	Diâmetro: 12,5FRENCH, Comprimento: 28CM, Tipo Fixação: Anel De Fixação Subcutânea, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Introduutor E Dilatador, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Esterilidade: Estéril, Uso Único. Vinculado ao Item Nº 19.					
81	ID: Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15FRENCH, Comprimento: Cerca De 40CM, Tipo Fixação: Aba P/ Sutura E Fixação, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Esterilidade: Estéril, Uso Único, vinculado ao Item Nº 32.	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL (72923682)	ALIVE HEARTH	RMS: 80415440016	APTO	Compatível com as especificações técnicas solicitadas.
87	ID: Linha Sangue Tipo: Arterial, Aplicação: P/ Máquina De Proporção, Material: Tubo Flexível Em Pvc, Diâmetro: Cerca De 8MM, Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo, Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado, Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante, Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina, Esterilidade: Estéril, Descartável, vinculado ao Item Nº 42.	BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (72923682) Catálogo enviado (74858424)	Bain/arterial	ANVISA sob o nº: 81504799105	INAPTO	O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
88	ID: Linha Sangue Tipo: Arterial E Venosa, Aplicação: P/ Equipamento Alto Fluxo, Material: Tubo Em Pvc, Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo, Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado, Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante, Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina, Características Adicionais: Linha Transferência E Ultrafiltração, Esterilidade: Estéril, Descartável, vinculado ao Item Nº 43.	BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (72923682) Catálogo enviado (74858424)	Bain/venosa	ANVISA sob o nº: 81504799106	INAPTO	O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
89	ID: Ácido Peracético Concentrações: 5%, Forma Física: Solução Aquosa, vinculado ao Item Nº 49.	SILP CATANDUVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA (72937934)	SAMPROx-H 5%	ANVISA/MS N: 305463162	APTO	Compatível com as especificações técnicas solicitadas.
90	ID: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,1 A 1,5M2, Esterilidade: Estéril, vinculado ao Item Nº 56.	BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (72923682)	Nipro/CF609N	Anvisa 10324860080	APTO	Compatível com as especificações técnicas solicitadas.

2. DA CONCLUSÃO:

Em atendimento ao **Ofício nº 4870**, protocolado sob o SEI nº [72924558](#), e considerando a solicitação de análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90651/2025/SUPEL/RO, foi realizada a avaliação dos produtos ofertados pelas empresas/licitantes, mediante análise comparativa das especificações técnicas, características dos produtos, registros sanitários e documentação técnica disponibilizada, especialmente catálogos, folders e prospectos, em conformidade com as exigências estabelecidas no Termo de Referência e no Edital.

Dessa forma, as propostas que atenderam integralmente às especificações técnicas e aos requisitos de registro sanitário foram consideradas **APTAS**, enquanto aquelas que apresentaram divergências, ausência de comprovação documental ou características técnicas incompatíveis com o descritivo foram consideradas **INAPTAS**, conforme justificativas apresentadas individualmente no decorrer deste parecer.

Ressalta-se que a presente manifestação técnica se restringe à análise das características, especificações e requisitos técnicos dos produtos ofertados, não abrangendo aspectos relacionados à aceitabilidade de preços, exequibilidade das propostas, classificação ou demais atos inerentes à condução do certame.

No que se refere à eventual inexecuibilidade das propostas, permanece aplicável o disposto no art. 34 da Instrução Normativa nº 73/2022, segundo o qual valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração constituem mero início de inexecuibilidade, cuja caracterização depende da realização de diligência pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação, conforme expressamente previsto em seu parágrafo único, *in verbis*:

"Art. 34. No caso de **bens e serviços em geral**, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
Parágrafo único. **A inexecuibilidade**, na hipótese de que trata o caput, **só será considerada após diligência do agente de contratação ou da comissão de contratação.**"(grifo nosso)

Diante do exposto, encaminha-se o presente Parecer Técnico para conhecimento e prosseguimento das demais etapas do certame, observando-se as classificações de APTA e INAPTA consignadas para cada item, de acordo com as análises e justificativas apresentadas neste documento.

Para sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

JULIANA CÂNDIDA GONÇALVES NOBRE

Enfermeira

CDCC/SDTECS/SESAU

SESAU

RO

GÓV





Documento assinado eletronicamente por **Juliana Candida Goncalves Nobre, Técnico(a)**, em 11/08/2026, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **75372169** e o código CRC **9769C526**.