



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer nº 68/2026/SESAU-SLPM

Em atendimento à demanda encaminhada pela Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM), por meio do documento/ID SEI 75807707, referente ao Ofício nº 7548/2026/SUPEL-COSAU2, ID nº 75556196, este Núcleo de Nefrologia (SESAU-NNEFRO) procedeu à análise técnica da documentação e das especificações dos itens ofertados pelas empresas licitantes no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90651/2025, Processo SEI nº0036.038321/2025-36, conforme exposto a seguir:

1. MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA (Id. 75591219) CNPJ: 67.630.541/0001-74 Rua Arminda, 93, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP						
ITEM	DESCRIPTIVO TR	PROPOSTA COMERCIAL	PROD. OFT	REG. ANVISA INF	PARECER	JUSTIFICATIVA
07	ID: 10251 – DIALISADOR CAPILAR ALTO FLUXO – DE USO ÚNICO – PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO. FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA BIOCMPATÍVEL DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40 µM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2,0 M² A 2,1 M²; COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE PADRÃO NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTES NAS UNIDADES; VOLUME DE PREENCHIMENTO DE 125 A 130 ML; COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO DE 80 A 85 ML/H/MMHG; COMPRIMENTO DO FILTRO DE 290 MM; TAMPAS SUPERIOR E INFERIOR ROSQUEÁVEIS; Fabricante recomenda uso único.	B-20H - DIALISADOR DORA B-20H DIALISADOR -MODELO/ REF.B-20H, SENDO: DIALISADOR PARA TRATAMENTO DE HEMODILAISE Filtro dialisador de fibra oca, de membrana de polietersulfona de alto fluxo, com 40micras de espessura; área de superfície 2.0 m2, volume de preenchimento 120ml, coeficiente de ultrafiltração 66 mL/h/mmHg, comprimento do filtro 270 mm ; possui 2 adaptadores laterais com conector tipo hansen macho e 2 conectores de tampa, sendo estes tipo luer lock; câmara externa de policarbonato, acoplamento de fibras de poliuretano, tampas superior e inferior rosqueáveis ; embalagem individual, estéril, apirogênica;ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO. Fabricante recomenda uso único. Caixa com 24 unidades	Marca: Dora Modelo: B-20H Fabr.: Bain Medical	81504790307	INAPTA	<p>O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. Entretanto, A PROPOSTA apresentada consta coeficientes de 66 mL/h/mmHg,</p> <p>Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.</p> <p>Além disso, as informações referentes ao volume de preenchimento e ao comprimento do filtro também apresentam divergências em relação ao descritivo técnico.</p> <p>Dessa forma, os produtos apresentado não atende integralmente às especificações técnicas estabelecidas no descritivo.</p> <p>Ressalta-se que a análise foi realizada exclusivamente com base na proposta comercial apresentada para os dialisadores DORA, uma vez que não foi apresentado folder ou catálogo técnico do produto para confirmar o atendimento integral às especificações solicitadas e a análise de conformidade com o descritivo do Termo de Referência.</p>
2. FORTECARE INDUSTRIA (Id. 75586116) CNPJ: 08.474.646/0001-12 Travessa Pedro Pok nº 570, Jardim Cristina, Colombo/PR						
ITEM	DESCRIPTIVO TR	PROPOSTA COMERCIAL	PROD. OFT	REG. ANVISA INF	PARECER	JUSTIFICATIVA
09	ID: 3561 - DIALISADOR CAPILAR ALTO FLUXO - USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40MM DE ESPESSURA ; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2.0 M² A 2,1 M², COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTE NAS UNIDADES. VOLUME DE PREENCHIMENTO 125 A 130 ML; COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO DE 80 A 85 ML/H/MMHG; COMPRIMENTO DO FILTRO DE 290 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA.	ID: 9 - DIALISADOR DE ALTO FLUXO, MEMBRANA DE POLIETERSULFONA COM SUPERFÍCIE DE MEMBRANA DE 2,0 M2. ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO GAMA. COM ESTRUTURA EXTERNA EM POLIPROPILENO E TAMPAS FIXAS USO ÚNICO	Marca: UNIQUE Modelo: B-20HF Fabr.: Bain Medical Equipment (Guangzhou) Co.,Ltd.	80463910077	INAPTA	<p>O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. Entretanto, o catalágo apresentado consta coeficientes de 66 mL/h/mmHg.</p> <p>Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.</p> <p>Além disso, as informações referente ao volume de preenchimento também apresenta divergência em relação ao descritivo técnico.</p> <p>Dessa forma, os produtos apresentado não atende integralmente às especificações técnicas estabelecidas no descritivo.</p>
3.S&S REPARO DE MAQUINAS (Id. 75579180) CNPJ: 10.217.205/0001-87 Av. Heráclito Graça, nº 1177-B, Aldeota, Fortaleza/CE						
ITEM	DESCRIPTIVO TR	PROPOSTA COMERCIAL	PROD. OFT	REG. ANVISA INF	PARECER	JUSTIFICATIVA
46	ID: 6011 - MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA COM ESTRUTURA DE POLÍMERO DE POLIAMIDA, COM PRESSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO DE 600 PSI, 1000 GPD , COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DE OSMOSE REVERSA DA MARCA NIPRO (APARELHO EM USO NAS UNIDADES DE SAÚDE), COMPRIMENTO DE 50 CM , DIÂMETRO DE 8,5 CM . A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ID: 46 - ID: 6011 - MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA COM ESTRUTURA DE POLÍMERO DE POLIAMIDA, COM PRESSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO DE 600 PSI, 1000 GPD , COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DE OSMOSE REVERSA DA MARCA NIPRO (APARELHO EM USO NAS UNIDADES DE SAÚDE), COMPRIMENTO DE 50 CM , DIÂMETRO DE 8,5 CM . A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. PRODUTO ISENTO DE ANVISA	Marca: PERSALT Modelo: PMBW Fabr.: Não informado na proposta comercial	PRODUTO ISENTO DE ANVISA	INAPTA	<p>Após análise da ficha técnica apresentada pela empresa, verificou-se que o insumo ofertado apresenta características divergentes das especificadas no descritivo. A descrição da membrana ofertada informa capacidade de 11.000 GPD, comprimento de 40,0 polegadas (101,6 cm) e diâmetro de 7,9 polegadas (20,1 cm), não sendo, portanto, compatível com os equipamentos de osmose reversa portáteis atualmente utilizados pelo serviço.</p> <p>O tamanho não é compatível com as Máquinas de Osmose reversa portátil, as quais necessitam do referido insumo.</p>

1. MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA (Id. 75591219) CNPJ: 67.630.541/0001-74 Rua Arminda, 93, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP						
4. BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORT (Id. 75554434, 72927719) CNPJ: 63.607.790/0001-98 Rua 8 de Maio, nº 651, Bairro Placas, Rio Branco/AC						
ITEM	DESCRIPTIVO TR	PROPOSTA COMERCIAL	PROD. OFT	REG. ANVISA INF	PARECER	JUSTIFICATIVA
42	ID: 6018 - LINHA DE SANGUE ARTERIAL: EQUIPO ARTERIAL PARA HEMODIÁLISE EM PVC TRANSLÚCIDO COM COMPRIMENTO DE 410-415 CM , SEM CATABOLHA, SEGMENTO DE BOMBA DE SANGUE DE 8 MM DE DIÂMETRO INTERNO; VOLUME DE PREENCHIMENTO DE 70 -75 ML . POSSUI CONECTORES LUER LOCK, EXTENSÃO PARA INFUSÃO DE ANTI-COAGULANTE, LINHA DE MONITORAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL PRÉ SEGMENTO DE BOMBA, INJETOR LATERAL DE MEDICAMENTOS E CLAMP’S DE SEGURANÇA EM TODAS AS EXTENSÕES NA COLORAÇÃO VERMELHA; EMBALAGEM INDIVIDUAL, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ID: 6018 - LINHA DE SANGUE ARTERIAL: EQUIPO ARTERIAL PARA HEMODIÁLISE EM PVC TRANSLÚCIDO, SEM CATABOLHA, SEGMENTO DE BOMBA DE SANGUE DE 8 MM DE DIÂMETRO INTERNO. POSSUI CONECTORES LUER LOCK, EXTENSÃO PARA INFUSÃO DE ANTI-COAGULANTE, LINHA DE MONITORAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL PRÉ SEGMENTO DE BOMBA, INJETOR LATERAL DE MEDICAMENTOS E CLAMP’S DE SEGURANÇA EM TODAS AS EXTENSÕES NA COLORAÇÃO VERMELHA; EMBALAGEM INDIVIDUAL, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	Marca: Bain Modelo: arterial Fabr.: Bain	81504799105	INAPTA	O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
43	ID: 6629 - LINHA DE SANGUE VENOSA: EQUIPO VENOSO PARA HEMODIÁLISE EM PVC TRANSLÚCIDO COM COMPRIMENTO DE 320-325 CM; VOLUME DE PREENCHIMENTO DE 80-85 ML POSSUI CONECTORES LUER LOCK, LINHA DE MONITORAÇÃO DA PRESSÃO VENOSA, DISPOSITIVO CATABOLHAS COM FILTRO, INJETOR LATERAL DE MEDICAMENTOS E CLAMP’S DE SEGURANÇA EM TODAS AS EXTENSÕES NA COLORAÇÃO AZUL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ID: 6629 - LINHA DE SANGUE VENOSA: EQUIPO VENOSO PARA HEMODIÁLISE EM PVC TRANSLÚCIDO. POSSUI CONECTORES LUER LOCK, LINHA DE MONITORAÇÃO DA PRESSÃO VENOSA, DISPOSITIVO CATABOLHAS COM FILTRO, INJETOR LATERAL DE MEDICAMENTOS E CLAMP’S DE SEGURANÇA EM TODAS AS EXTENSÕES NA COLORAÇÃO AZUL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	Marca: Bain Modelo: venosa Fabr.: Bain	81504799106	INAPTA	O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
87	ID: 6018 - LINHA DE SANGUE ARTERIAL: EQUIPO ARTERIAL PARA HEMODIÁLISE EM PVC TRANSLÚCIDO COM COMPRIMENTO DE 410-415 CM, SEM CATABOLHA, SEGMENTO DE BOMBA DE SANGUE DE 8 MM DE DIÂMETRO INTERNO; VOLUME DE PREENCHIMENTO DE 70 -75 ML . POSSUI CONECTORES LUER LOCK, EXTENSÃO PARA INFUSÃO DE ANTI-COAGULANTE, LINHA DE MONITORAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL PRÉ SEGMENTO DE BOMBA, INJETOR LATERAL DE MEDICAMENTOS E CLAMP’S DE SEGURANÇA EM TODAS AS EXTENSÕES NA COLORAÇÃO VERMELHA; EMBALAGEM INDIVIDUAL, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ID: 6018 - LINHA DE SANGUE ARTERIAL: EQUIPO ARTERIAL PARA HEMODIÁLISE EM PVC TRANSLÚCIDO, SEM CATABOLHA, SEGMENTO DE BOMBA DE SANGUE DE 8 MM DE DIÂMETRO INTERNO. POSSUI CONECTORES LUER LOCK, EXTENSÃO PARA INFUSÃO DE ANTI-COAGULANTE, LINHA DE MONITORAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL PRÉ SEGMENTO DE BOMBA, INJETOR LATERAL DE MEDICAMENTOS E CLAMP’S DE SEGURANÇA EM TODAS AS EXTENSÕES NA COLORAÇÃO VERMELHA; EMBALAGEM INDIVIDUAL, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	Marca: Bain Modelo: arterial Fabr.: Bain	81504799105	INAPTA	O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
88	ID: 6629 - LINHA DE SANGUE VENOSA: EQUIPO VENOSO PARA HEMODIÁLISE EM PVC TRANSLÚCIDO COM COMPRIMENTO DE 320-325 CM; VOLUME DE PREENCHIMENTO DE 80-85 ML POSSUI CONECTORES LUER LOCK, LINHA DE MONITORAÇÃO DA PRESSÃO VENOSA, DISPOSITIVO CATABOLHAS COM FILTRO, INJETOR LATERAL DE MEDICAMENTOS E CLAMP’S DE SEGURANÇA EM TODAS AS EXTENSÕES NA COLORAÇÃO AZUL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE,	ID: 6629 - LINHA DE SANGUE VENOSA: EQUIPO VENOSO PARA HEMODIÁLISE EM PVC TRANSLÚCIDO. POSSUI CONECTORES LUER LOCK, LINHA DE MONITORAÇÃO DA PRESSÃO VENOSA, DISPOSITIVO CATABOLHAS COM FILTRO, INJETOR LATERAL DE MEDICAMENTOS E CLAMP’S DE SEGURANÇA EM TODAS AS EXTENSÕES NA COLORAÇÃO AZUL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	Marca: Bain Modelo: venosa Fabr.: Bain	81504799106	INAPTA	O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

1. MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA (Id. 75591219) CNPJ: 67.630.541/0001-74 Rua Arminda, 93, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP					
	NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.				

OBSERVAÇÃO:

Referente ao Item 46 – ID 6011 – MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA, enfatizamos que o CDMM realizou a abertura do Processo SEI nº 0049.015217/2024-43, em 21/11/2024, referente à aquisição de Membrana de Osmose Reversa, ocasião em que **foi solicitada a substituição/adequação do descritivo do insumo**. No decorrer da instrução, as Unidades COHREC-CHD e HRC-DG reafirmaram a necessidade de alteração do descritivo, considerando a substituição dos equipamentos de osmose reversa anteriormente utilizados, que foram descontinuados, e a aquisição de novos equipamentos, os quais demandam membrana com especificação diferente. A necessidade de alteração foi reforçada junto aos setores competentes, inclusive em reuniões presenciais e on-line, tendo o SESAU-CGPMNPL apresentado resposta em 13/01/2025. Contudo, o processo licitatório foi aberto em 12/08/2025, mantendo-se o descritivo original, que não contempla as especificações necessárias aos equipamentos atualmente utilizados pelas Unidades.

Em análise aos autos, conforme Ofício nº 7771/2026/SUPEL-COSAU2 (75745812), considerando a Reanálise da empresa DMGR Com. de Equipamentos por meio do E-mail ID 75745772, verifica-se que a **ficha técnica apresentada é compatível com o insumo necessário às Unidades que realizam tratamento em Hemodiálise, considerando os atuais equipamentos de osmose reversa portáteis disponíveis nas Unidades, nos quais essas membranas serão utilizadas**.

Diante da análise realizada, registra-se que a presente manifestação técnica foi elaborada exclusivamente com base na avaliação das especificações dos produtos ofertados, dos respectivos registros sanitários e da documentação técnica apresentada pelas licitantes, em comparação com os requisitos estabelecidos no Instrumento Convocatório (IC).

As conclusões resultantes da análise encontram-se registradas no corpo deste Parecer Técnico, devendo ser consideradas em conjunto com os demais documentos que instruem o processo.

Ressalta-se que a presente manifestação se limita aos aspectos técnicos dos produtos ofertados, não abrangendo a análise dos preços, da aceitabilidade econômica das propostas, da eventual inexecuibilidade, da negociação, da habilitação ou de outros requisitos de natureza administrativa, jurídica, fiscal, trabalhista ou econômico-financeira.

Concluída a análise técnica, este Núcleo de Nefrologia (SESAU-NNEFRO) restitui os autos à Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM), para conhecimento e adoção das providências pertinentes ao prosseguimento dos feitos licitatórios.

É o parecer técnico.

Atenciosamente,

Nota Explicativa sobre a Metodologia de Análise Visual:
Para fins de padronização, clareza e celeridade na triagem técnica das propostas comerciais frente às exigências regulamentares, utilizou-se o critério de destaques tipográficos em negrito conforme as seguintes diretrizes:

- No Descritivo do Termo de Referência (TR): O termo em negrito aponta requisitos, métricas, dimensões ou volumes obrigatórios exigidos pela Administração que foram omitidos ou não declarados expressamente no texto da proposta comercial da respectiva empresa licitante.
- Na Proposta Comercial: O termo em negrito destaca especificações, composições ou características informadas pelo fornecedor que se apresentam diferentes, divergentes ou além do que foi originalmente solicitado no Instrumento Convocatório.
- Texto em formatação normal (sem destaques): Indica a convergência e conformidade absoluta e idêntica entre o exigido no edital e o ofertado na cotação.



Documento assinado eletronicamente por **CAROLINA CORDEIRO NOGUEIRA, Chefe de Unidade**, em 26/08/2026, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **75802239** e o código CRC **3B0DA64E**.