



COGEN4 SUPEL <cogen4.supel@gmail.com>

ESCLARECIMENTO PE 137/2026/SUPEL/RO

LICITAÇÃO ISP SAUDE <licitacao@ispsaude.com.br>
Para: cogen4.supel@gmail.com

6 de outubro de 2026 às 14:44

Boa tarde,

Prezados em relação ao LOTE VI – EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA CLÍNICA
item 32 lê-se:

Detalhes:

Equipamento eletrônico para estimulação neuromuscular, utilizado em fisioterapia para recuperação funcional, fortalecimento muscular e controle da dor.

Características Técnicas:

Canais: Mínimo de 4 canais com controle de intensidade independentes;

Modos de estimulação: TENS, FES,

Corrente Russa, Interferencial;

Controles: Teclado touch, temporizador integrado;

Funções operacionais: Rampa On/Off, Rise e Decay (controle de subida e descida da intensidade);

Alimentação: Bivolt 110/220 V;

Acessórios Inclusos:

Eletrodos;

Cabo de força;

Cabos de conexão para paciente;

Cabo com caneta para aplicação;

Tubos de gel (proporção 1:5);

Dois fusíveis sobressalentes.

A comissão aceitaria aparelho eletroestimulador neuromuscular com 2 canais e correntes TENS, FES, Russa e Interferencial? .

Fico no aguardo, obrigada.

--

Atenciosamente,

Fernanda Drabik

45 99862-0073 | 45 2103-7151