



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
NÚCLEO DE NEFROLOGIA - SESAU-NEFRO

Parecer nº 45/2026/SESAU-NEFRO

Em atendimento à demanda encaminhada pela Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos (SESAU-SLPM), por meio do documento/ID SEI 76908783, referente ao Ofício nº 47327/2026/SESAU-NMCHE 76015314 , este Núcleo de Nefrologia (SESAU-NEFRO) solicitou à análise técnica da documentação e das especificações dos itens ofertados pelas empresas licitantes no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90651/2025, para as unidades executantes, conforme exposto a seguir:

1. NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR - CNPJ: 20.956.481/0001-10						
ITEM	DESCRIPTIVO TR	PROPOSTA COMERCIAL	PROD. OFT	REG. ANVISA INF	PARECER	JUSTIFICATIVA
07	ID: 10251 – DIALISADOR CAPILAR ALTO FLUXO – DE USO ÚNICO – PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO. FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA BIOCOMPATÍVEL DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40 µM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2,0 M² A 2,1 M²; COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE PADRÃO NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTES NAS UNIDADES; VOLUME DE PREENCHIMENTO DE 125 A 130 ML; COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO DE 80 A 85 ML/H/MMHG; COMPRIMENTO DO FILTRO DE 290 MM; TAMPAS SUPERIOR E INFERIOR ROSQUEÁVEIS; Fabricante recomenda uso único.	Id. (76253781)	Marca: BAIN Modelo: B-20H Fabr.: Bain	81504790307	INAPTA	Dialisador de Alto Fluxo Reprocessável: que o descritivo solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg, enquanto o folder/catálogo apresentado informa 66 mL/h/mmHg, valor inferior ao especificado no descritivo técnico.
09	ID: 3561 - DIALISADOR CAPILAR ALTO FLUXO - USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40MM DE ESPESSURA ; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2.0 M² A 2,1 M², COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTE NAS UNIDADES, VOLUME DE PREENCHIMENTO 125 A 130 ML; COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO DE 80 A 85 ML/H/MMHG; COMPRIMENTO DO FILTRO DE 290 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM	Id. (76253781)	Marca: BAIN Modelo: B-20H Fabr.: Bain	81504790267	INAPTO	Dialisador de Alto Fluxo - Uso único: observa-se que o descritivo solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg, enquanto a proposta apresentada informa 66 mL/h/mmHg, valor inferior ao especificado no descritivo técnico. Além disso, Consta apenas a proposta comercial, não tendo sido apresentado folder/catálogo técnico dos produtos para a verificação das especificações técnicas e a análise de conformidade com o descritivo do Termo de Referência.

1. NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR - CNPJ: 20.956.481/0001-10						
	CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA.					
2. MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 67.630.541/0001-74						
ITEM	DESCRIPTIVO TR	PROPOSTA COMERCIAL	PROD. OFT	REG. ANVISA INF	PARECER	JUSTIFICATIVA
42	ID: 6018 - LINHA DE SANGUE ARTERIAL: EQUIPO ARTERIAL PARA HEMODIÁLISE EM PVC TRANSLÚCIDO COM COMPRIMENTO DE 410-415 CM , SEM CATABOLHA, SEGMENTO DE BOMBA DE SANGUE DE 8 MM DE DIÂMETRO INTERNO; VOLUME DE PREENCHIMENTO DE 70-75 ML . POSSUI CONECTORES LUER LOCK, EXTENSÃO PARA INFUSÃO DE ANTI-COAGULANTE, LINHA DE MONITORAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL PRÉ SEGMENTO DE BOMBA, INJETOR LATERAL DE MEDICAMENTOS E CLAMP’S DE SEGURANÇA EM TODAS AS EXTENSÕES NA COLORAÇÃO VERMELHA; EMBALAGEM INDIVIDUAL, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	Id. (76271820)	Marca: BAIN MEDICAL Modelo: LINHA ARTERIAL PARA HEMODIÁLISE Fabr.: Bain Medical	RMS: 81504799019	INAPTA	Linha de sangue arterial: Não foi apresentado catálogo ou folder técnico do produto. Na proposta comercial, consta o comprimento de 3.100 mm e o comprimento linear de 400 mm. Entretanto, o comprimento informado é inferior ao especificado no descritivo técnico, que exige 410 a 415 cm.
43	ID: 6629 - LINHA DE SANGUE VENOSA: EQUIPO VENOSO PARA HEMODIÁLISE EM PVC TRANSLÚCIDO COM COMPRIMENTO DE 320-325 CM; VOLUME DE PREENCHIMENTO DE 80-85 ML POSSUI CONECTORES LUER LOCK, LINHA DE MONITORAÇÃO DA PRESSÃO VENOSA, DISPOSITIVO CATABOLHAS COM FILTRO, INJETOR LATERAL DE MEDICAMENTOS E CLAMP’S DE SEGURANÇA EM TODAS AS EXTENSÕES NA COLORAÇÃO AZUL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE	Id. (76271820)	Marca: Bain Modelo: Linha Venosa para Hemodiálise Fabr.: Bain	RMS: 81504799022	INAPTA	Linha de sangue Venosa - Não foi apresentado catálogo ou folder técnico do produto. Na proposta comercial, consta o comprimento de 2830 mm Entretanto, o comprimento informado é inferior ao especificado no descritivo técnico, que exige 320 a 325 cm .

1. NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR - CNPJ: 20.956.481/0001-10						
	APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA					

Por fim, enfatiza-se que a presente avaliação foi realizada exclusivamente com base na documentação técnica constante nos autos (77021645), incluindo propostas, catálogos, folders e instruções de uso, confrontando-se tais informações com as especificações estabelecidas no descritivo oficial do processo, consubstanciadas na Planilha Consolidada das Estimativas das Unidades (0064174883) e Termo de Referência (68764065), os quais foram elaborados conforme as necessidades assistenciais de cada unidade. Assim, a presente manifestação não abrange a deliberação quanto às medidas administrativas decorrentes do resultado do certame.

Ressalta-se que os insumos analisados são fundamentais para a continuidade e a segurança do Serviço de Hemodiálise. Dessa forma, recomenda-se que os produtos ofertados atendam integralmente às especificações técnicas previstas no Termo de Referência e planilha consolidada, a fim de garantir a padronização dos materiais, a eficácia clínica, a segurança assistencial e a qualidade da Terapia Renal Substitutiva.

É o parecer técnico.
Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **CAROLINA CORDEIRO NOGUEIRA, Chefe de Unidade**, em 06/10/2026, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **77349999** e o código CRC **B77FA66B**.