



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB
Núcleo de Cardiologia - HB-NUCARDIO

ANÁLISE

Análise nº 4/2026/HB-NUCARDIO

A par de nossos cumprimentos, em atendimento ao Despacho nº 75881000, procedeu-se à conferência minuciosa das propostas e da documentação técnica apresentada pela empresa GF Medical Comércio e Representações Ltda.

O Parecer nº 1/2026/HB-NUCARDIO, ID 74804040, apresentou conclusão geral favorável, sem individualizar adequadamente a correspondência entre cada item, as exigências do Termo de Referência, os códigos, os catálogos e os registros sanitários apresentados. A reanálise individualizada permitiu identificar inconsistências e pendências não registradas na primeira manifestação, conforme demonstrado na tabela a seguir.

TABELA DE ANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Item	Proposta Apresentada (GF Medical) (73670443), (75319837)	Requisitos Técnicos do TR (73670443)	Documentação Apresentada pelo Licitante (73670443), (75319837)	Inconsistência ou Pendência Identificada	Fundamento Técnico da Conclusão	Conclusão técnica/recomendação
5	Prótese Vascular Tipo: Enxerto Composto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Dacron, Poliéster, Composição: Impregnado C/ Colágeno Bovino, Modelo: Reto, Porosidade: Porosidade Zero, Diâmetro: Diâmetro 8MM, Comprimento: 30CM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril	ENXERTO VASCULAR ARTERIAL, tamanho 8mmX30cm, tipo tubular reto, em tecido Dracon pré-coagulado, baixa porosidade.	Proposta de preços e Registro ANVISA nº 81398250004 (Família de Enxertos).	Ausência de indicação do código do produto específico do fabricante e catálogo correspondente na proposta inicial.	O produto apresenta características potencialmente compatíveis. Entretanto, a ausência de individualização do código e de comprovação da correspondência entre “porosidade zero” e “baixa porosidade” impede a emissão de parecer conclusivo. Recomenda-se diligência nos termos do subitem 13.2 do TR, sem substituição do produto originalmente ofertado.	PENDENTE DE CONCLUSÃO TÉCNICA – RECOMENDA-SE DILIGÊNCIA (Para confirmação do código específico, vinculação ao registro Anvisa, catálogo correspondente, procedência, fator de embalagem e comprovação da característica de porosidade.)

Item	Proposta Apresentada (GF Medical) (73670443), (75319837)	Requisitos Técnicos do TR (73670443)	Documentação Apresentada pelo Licitante (73670443), (75319837)	Inconsistência ou Pendência Identificada	Fundamento Técnico da Conclusão	Conclusão técnica/recomendação
6	Prótese Vascular Tipo: Enxerto Composto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Dacron, Poliéster, Composição: Impregnado C/ Colágeno Bovino, Modelo: Reto, Porosidade: Alta Porosidade , Diâmetro: Diâmetro 32MM, Comprimento: 30CM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril	ENXERTO VASCULAR ARTERIAL, tamanho 32mmX30cm, tipo tubular reto, em tecido Dracon pré-coagulado, baixa porosidade .	Proposta comercial com a descrição " Alta Porosidade " e Registro ANVISA nº 81398250004.	Oferta expressa de produto com " Alta Porosidade ", divergindo da especificação do TR.	O parâmetro de porosidade afeta a selagem primária de sangue no enxerto. A divergência na especificação da proposta é insanável sem alteração da substância da proposta.	DESFAVORÁVEL (Descumprimento da especificação do TR e item 13.2).
7	Prótese Vascular Tipo: Enxerto Composto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Dacron, Poliéster, Composição: Impregnado C/ Colágeno Bovino, Modelo: Reto, Porosidade: Alta Porosidade , Diâmetro: Diâmetro 30MM, Comprimento: 30CM Tipo Uso: Uso Único, Estéril	ENXERTO VASCULAR ARTERIAL, tamanho 30mmX30cm, tipo tubular reto, em tecido Dracon pré-coagulado, baixa porosidade .	Proposta comercial com a descrição " Alta Porosidade " e Registro ANVISA nº 81398250004.	Oferta expressa de produto com " Alta Porosidade ", divergindo da especificação do TR.	Incompatibilidade técnica na especificação de porosidade do tecido cirúrgico. Descumprimento das regras de estrita conformidade técnica.	DESFAVORÁVEL (Descumprimento da especificação do TR e item 13.2).
8	Prótese Vascular Tipo: Enxerto Composto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Dacron, Poliéster, Composição: Impregnado C/ Colágeno Bovino, Modelo: Reto, Porosidade: Alta Porosidade , Diâmetro: Diâmetro 28MM, Comprimento: 30CM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril	ENXERTO VASCULAR ARTERIAL, tamanho 28mmX30cm, tipo tubular reto, em tecido Dracon pré-coagulado, baixa porosidade .	Proposta comercial com a descrição " Alta Porosidade " e Registro ANVISA nº 81398250004.	Oferta expressa de produto com " Alta Porosidade ", divergindo da especificação do TR.	Incompatibilidade técnica na especificação do enxerto vascular. Descumprimento das regras de estrita conformidade técnica .	DESFAVORÁVEL (Descumprimento da especificação do TR e item 13.2).

Item	Proposta Apresentada (GF Medical) (73670443), (75319837)	Requisitos Técnicos do TR (73670443)	Documentação Apresentada pelo Licitante (73670443), (75319837)	Inconsistência ou Pendência Identificada	Fundamento Técnico da Conclusão	Conclusão técnica/recomendação
9	Prótese Vascular Tipo: Enxerto Composto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Dacron, Poliéster, Composição: Impregnado C/ Colágeno Bovino, Modelo: Reto, Porosidade: Alta Porosidade, Diâmetro: Diâmetro 26MM, Comprimento: 30CM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril	ENXERTO VASCULAR ARTERIAL, tamanho 26mmX30cm, tipo tubular reto, em tecido Dracon pré-coagulado, baixa porosidade.	Proposta comercial com a descrição " Alta Porosidade " e Registro ANVISA nº 81398250004.	Oferta expressa de produto com " Alta Porosidade ", divergindo da especificação do TR.	Incompatibilidade técnica na especificação do enxerto vascular. Descumprimento das regras de estrita conformidade técnica .	DESFAVORÁVEL (Descumprimento da especificação do TR e item 13.2).
10	Prótese Vascular Tipo: Enxerto Composto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Dacron, Poliéster, Composição: Impregnado C/ Colágeno Bovino, Modelo: Reto, Porosidade: Alta Porosidade, Diâmetro: Diâmetro 24MM, Comprimento: 30CM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril	ENXERTO VASCULAR ARTERIAL, tamanho 24mmX30cm, tipo tubular reto, em tecido Dracon pré-coagulado, baixa porosidade.	Proposta comercial com a descrição " Alta Porosidade " e Registro ANVISA nº 81398250004.	Oferta expressa de produto com " Alta Porosidade ", divergindo da especificação do TR.	Incompatibilidade técnica na especificação do enxerto vascular. Descumprimento das regras de estrita conformidade técnica .	DESFAVORÁVEL (Descumprimento da especificação do TR e item 13.2).

Item	Proposta Apresentada (GF Medical) (73670443), (75319837)	Requisitos Técnicos do TR (73670443)	Documentação Apresentada pelo Licitante (73670443), (75319837)	Inconsistência ou Pendência Identificada	Fundamento Técnico da Conclusão	Conclusão técnica/recomendação
47	Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Femoral, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 18FRENCH , Tipo Conector: Conector 3/8POL, Componente 2: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único	CÂNULA VENOSA ARAMADA PARA CANULAÇÃO VIA FEMORAL para circuito de CEC, estéril, apirogênica embalado em papel cirúrgico e termosselado. 1) A empresa vencedora do certame deste item terá que fornecer os jogos completos das canulas venosa aramada para canulação via femoral, conforme as numerações: 18	Proposta comercial indicando a linha AGILE ME e Registro ANVISA nº 10159030117.	O modelo Agile ME de 18 Fr não foi identificado no registro Anvisa nº 10159030117 nem no catálogo apresentado. O catálogo do fabricante prevê a linha Agile ME nos tamanhos 20, 22, 24, 26 e 28 Fr.	A documentação apresentada não comprova a existência do modelo Agile ME de 18 Fr indicado na proposta. O registro Anvisa nº 10159030116, referente à Cânula Venosa Aramada, não sana a divergência, pois corresponde a outra família de produto e não demonstra cânula venosa femoral com sistema introdutor. Não cabe à área técnica substituir o produto originalmente ofertado, violando o item 13.2, 13.3, 13.12 do TR.	DESFAVORÁVEL (Impossibilidade de atendimento com o modelo cotado).
48	Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Femoral, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 20FRENCH , Tipo Conector: Conector 3/8POL, Componente 2: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único	CÂNULA VENOSA ARAMADA PARA CANULAÇÃO VIA FEMORAL para circuito de CEC, estéril, apirogênica embalado em papel cirúrgico e termosselado. 1) A empresa vencedora do certame deste item terá que fornecer os jogos completos das canulas venosa aramada para canulação via femoral, conforme as numerações: 20	Proposta comercial e Catálogo Técnico informando o código 616375 (Cânula Venosa Femoral Agile ME 20Fr BRCoating).	Falta de declaração expressa do código do fabricante e vinculação direta ao registro ANVISA na proposta de preços.	O produto é potencialmente compatível com as exigências do TR. Trata-se de pendência passível de esclarecimento mediante confirmação de informações preexistentes, sem substituição do produto originalmente ofertado.	PENDENTE DE CONCLUSÃO TÉCNICA – RECOMENDA-SE DILIGÊNCIA (para confirmação do código 616375, vinculação ao registro Anvisa nº 10159030117, procedência e fator de embalagem, conforme consignado no item 13.1 e 13.8 do TR).

Item	Proposta Apresentada (GF Medical) (73670443), (75319837)	Requisitos Técnicos do TR (73670443)	Documentação Apresentada pelo Licitante (73670443), (75319837)	Inconsistência ou Pendência Identificada	Fundamento Técnico da Conclusão	Conclusão técnica/recomendação
49	Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Femoral, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 22FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8POL, Componente 2: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único	CÂNULA VENOSA ARAMADA PARA CANULAÇÃO VIA FEMORAL para circuito de CEC, estéril, apirogênica embalado em papel cirúrgico e termosselado. 1) A empresa vencedora do certame deste item terá que fornecer os jogos completos das canulas venosa aramada para canulação via femoral, conforme as numerações: 22. Qtd: 15 un.	Proposta comercial indicando 16 unidades e Catálogo Técnico com o código 616326 (Agile ME 22Fr BRCoating).	Ausência do código do produto na proposta e divergência na quantidade ofertada (16 un vs. 15 un exigidas no TR).	O produto apresenta características potencialmente compatíveis. Entretanto, a proposta não informa o código específico e indica 16 unidades, enquanto o Termo de Referência prevê 15. Recomenda-se diligência para confirmação das informações técnicas e esclarecimento da quantidade, cabendo à autoridade responsável pelo certame avaliar a admissibilidade da correção.	PENDENTE DE CONCLUSÃO TÉCNICA – RECOMENDA-SE DILIGÊNCIA (ara confirmação do código 616326, vinculação ao registro Anvisa nº 10159030117, procedência, fator de embalagem e esclarecimento da quantidade ofertada, conforme consignado no item 13.1 e 13.5 do TR).

Diante do exposto, a presente manifestação **RETIFICA** a conclusão anterior e **RATIFICA** a Análise nº 3/2026/HB-NUCARDIO, ID 75514604, mantendo-se o parecer técnico desfavorável aos itens 6, 7, 8, 9, 10 e 47 e a recomendação de diligência para os itens 5, 48 e 49.

Após o cumprimento das diligências, os itens 5, 48 e 49 deverão retornar a este Núcleo para emissão de manifestação técnica conclusiva.

Atenciosamente,

-assinado eletronicamente-

JOSÉ CARLOS MULASKI

Cirurgião Cardiovascular CRM 1955/RO - RQE Nº: 4568

Coordenador da Cirurgia Cardíaca do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - NUCARDIO/HBAP/SESAU/RO



Documento assinado eletronicamente por **Jose Carlos Mulaski, Médico(a)**, em 04/09/2026, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **76054077** e o código CRC **98831010**.