



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 121/2026/SESAU-SLPM

Considerando o **Ofício nº 8280**, protocolado sob o SEI nº 76359693, por meio do qual se solicita a análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão **Eletrônico** n.º 90018/2026/RO, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM), por intermédio da Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos (SLPM), passa a apresentar o presente Parecer Técnico, nos termos que seguem.

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0036.028287/2025-91						
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 90018/2026/"TRATO RESPIRATÓRIO"						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA/REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
6	ID: 756 - FILTRO HMEF COM BARREIRA TOTAL A BACTÉRIA E A VÍRUS (PARA USO APÓS O "Y" DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO), TROCADOR DE CALOR E UMIDADE, MEMBRANA 100 % HIDRÓFOBICA/HIGROSCÓPICA, BIDIRECIONAL, LIVRE DE LÁTEX, E CAPAZ DE RETER PARTÍCULAS DE LÁTEX. COM TUBO EXTENSOR CORRUGADO, FLEXÍVEL, E CONECÇÕES UNIVERSAIS. VALIDADO PARA USO MÍNIMO DE 24 HORAS, ESTÉRIL. USO EM CIRCUITO DE RESPIRADOR ARTIFICIAL. TAMANHO ADULTO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	BECARE	80808489020	APTO	Em pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos. Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

7	<p>ID: 755 - FILTRO HMEF COM BARREIRA TOTAL A BACTÉRIA E A VÍRUS (PARA USO APÓS O "Y" DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO), TROCADOR DE CALOR E UMIDADE, MEMBRANA 100 % HIDRÓFOBICA/HIGROSCÓPICA, BIDIRECIONAL, LIVRE DE LÁTEX, E CAPAZ DE RETER PARTÍCULAS DE LÁTEX. COM TUBO EXTENSOR CORRUGADO, FLEXÍVEL, E CONECÇÕES UNIVERSAIS. VALIDADO PARA USO MÍNIMO DE 24 HORAS, ESTÉRIL. USO EM CIRCUITO DE RESPIRADOR ARTIFICIAL. TAMANHO INFANTIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA</p>	<p>CGH</p>	<p>10234409017</p>	<p>APTO</p>	<p>Após análise técnica e pesquisa da marca apresentada na proposta da empresa, concluiu-se que o produto CGH (Registro ANVISA nº 10234409017) atende às especificações estabelecidas no descritivo do edital, apresentando características e qualidade compatíveis com os requisitos técnicos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com todas as exigências estabelecidas no edital. A embalagem e o rótulo do produto entregue deverão identificar, de forma clara e inequívoca, o tamanho pediátrico/infantil, bem como informar que o produto possui tubo extensor corrugado, sua respectiva marca/modelo e o registro sanitário válido, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
---	--	--	------------	--------------------	--------------------	--

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

8	<p>ID: 8105 - SISTEMA DE ANESTESIA BARAKA 2 L (ADULTO, CAPACIDADE 2 LITROS, COMPOSTO DE BALÃO DE 2.000ML CONFECCIONADO EM BORRACHA, TRAÍQUÊIA EM SILICONE E MÁSCARA FACIAL EM PVC). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	UNITEC	10432300025	INAPTO	<p>Em pesquisa realizada sobre a marca e mediante análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto ofertado não atende às especificações estabelecidas no descritivo do edital.</p> <p>Identificou-se que o modelo ofertado pela marca, sob o registro informado, é confeccionado com balão e máscara 100% em silicone, divergindo da matéria-prima expressamente estipulada no Termo de Referência, que exige, de forma estrita, balão em borracha e máscara facial em PVC.</p> <p>Diante da desconformidade com as especificações obrigatórias estabelecidas no descritivo do edital, o produto ofertado não atende aos requisitos técnicos exigidos.</p>
9	<p>ID: 4374 - SISTEMA DE ANESTESIA BARAKA INFANTIL (CAPACIDADE 1 LITRO, COMPOSTO DE BALÃO DE 1.000ML CONFECCIONADO EM BORRACHA, TRAQUÊIA EM SILICONE E MÁSCARA FACIAL EM PVC). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	UNITEC	80435140013	INAPTO	<p>Em pesquisa realizada sobre a marca e mediante análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto ofertado não atende às especificações estabelecidas no descritivo do edital.</p> <p>Identificou-se que o modelo ofertado pela marca, sob o registro informado, é confeccionado com balão e máscara 100% em silicone, divergindo da matéria-prima expressamente estipulada no Termo de Referência, que exige, de forma estrita, balão em borracha e máscara facial em PVC.</p> <p>Diante da desconformidade com as especificações obrigatórias estabelecidas no descritivo do edital, o produto ofertado não atende aos requisitos técnicos exigidos.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

10	<p>ID: 8092 - FIXADOR CEFÁLICO (PRESILHA) EM SILICONE, SEM LÁTEX, AUTOCLAVÁVEL, COM PERFURAÇÕES AO LONGO DAS TIRAS PERMITINDO REGULAR O AJUSTE. UTILIZADO EM VÁRIOS MODELOS DE MÁSCARAS PARA TERAPIA RESPIRATÓRIA E ANESTESIA. TAMANHO ADULTO E INFANTIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	HAOXI	82353590009	INAPTO	<p>Após pesquisa da marca no catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto não atende às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características de tamanho incompatíveis com os requisitos exigidos. Em análise, constatou-se que a marca não possui um modelo de tamanho único, universal ou integrado que atenda a ambas as faixas etárias, considerando que o descritivo do termo de referência exige o atendimento pleno e concomitante das duas dimensões (Adulto e Infantil).</p>
11	<p>ID: 10117 - MÁSCARA PARA BALÃO AUTO INFLÁVEL (AMBU) SEMI TRANSPARENTE OU TRANSPARENTE COM BORDAS ACOLCHOADAS OU COM ESPALHO DE 5 MM NA BORDA, DE TAMANHO Nº 0 (PREMATURO). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PROTEC	80435140013	APTO	<p>Em pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto atende às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

12	ID: 10174 - MÁSCARA PARA BALÃO AUTO INFLÁVEL (AMBU) SEMI TRANSPARENTE OU TRANSPARENTE COM BORDAS ACOLCHOADAS OU COM ESPALO DE 5 MM NA BORDA, DE TAMANHO Nº 00 (PREMATURO EXTREMO). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	ROMED - MÁSCARA PARA BALÃO AUTO INFLÁVEL - COD: RO1059	81284390011	APTO	<p>Em pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto atende às especificações estabelecidas no descritivo. Considerando o código RO1059, cujo site Romed apresenta o tamanho Nº 00 (Prematuro Extremo), o item s e r á aceito exclusivamente neste tamanho, em estrita vinculação ao código de fábrica que a empresa anexou na proposta.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
----	--	--------------------------------------	---	-------------	-------------	---

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

16	<p>ID: 10512 - Sonda de Aspiração Traqueal Sistema Fechado Nº 5,0, Estéril, composta por - Catéter de Aspiração em PVC, com ponta biselada em 15°, orifícios laterais, calibração através de marcas igualmente distanciadas no corpo do tubo; Conector com formato de "T" translúcido, que permite a visualização da posição do catéter e das secreções. Com dois selos de PEEP, com câmara de limpeza fechada, conexão de 15 mm de diâmetro que permite a ligação direta com a ventilação mecânica; Uma camisa forte que protege o catéter da aspiração sem correr o risco de rasgar ou furar durante o seu uso, no período mínimo de 24 horas; Conector giratório que reduz o impacto da torção no momento da conexão; Grampo que auxilia na desconexão entre o cateter e o tubo traqueal ou de traqueostomia; Válvula de controle giratória que controla a sucção e previne a contaminação do paciente; Linha de irrigação de fluidos na ponta distal do cateter de aspiração, que promove uma perfeita lavagem e uma efetiva irrigação impedindo o acúmulo de secreções no tubo. A embalagem deve apresentar impresso no rótulo identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote, registro e cadastro na ANVISA.</p>	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	HAIBREATH	81045420008	APTO	<p>Após pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características, qualidade e desempenho compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item ficará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com todas as exigências estabelecidas no edital. Deverá ser assegurado que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara, precisa e inequívoca, o item fornecido, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo.</p>
----	---	--------------------------------------	-----------	-------------	------	---

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

17	<p>ID: 1594 - Sonda de Aspiração Traqueal Sistema Fechado nº 6,0, Estéril, composta por - Catéter de Aspiração em PVC, com ponta biselada em 15°, orifícios laterais, calibração através de marcas igualmente distanciadas no corpo do tubo; conector com formato de "T" translúcido, que permite a visualização da posição do catéter e das secreções. com dois selos de PEEP, com câmara de limpeza fechada, conexão de 15 mm de diâmetro que permite a ligação direta com a ventilação mecânica; uma camisa forte que protege o catéter da aspiração sem correr o risco de rasgar ou furar durante o seu uso, no período mínimo de 24 horas; conector giratório que reduz o impacto da torção no momento da conexão; grampo que auxilia na desconexão entre o cateter e o tubo traqueal ou de traqueostomia; válvula de controle giratória que controla a sucção e previne a contaminação do paciente; linha de irrigação de fluidos na ponta distal do cateter de aspiração, que promove uma perfeita lavagem e uma efetiva irrigação impedindo o acúmulo de secreções no tubo. A embalagem deve apresentar impresso no rótulo identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote, registro e cadastro na ANVISA.</p>	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	BECARE	80808489016	APTO	<p>Em pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
----	---	---	--------	-------------	------	--

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

18	<p>ID: 8063 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 8,0, ESTÉRIL, COMPOSTA POR - CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM PVC, COM PONTA BISELADA EM 15º, ORFÍCIOS LATERAIS, CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DE MARCAS IGUALMENTE DISTANCIADAS NO CORPO DO TUBO; CONECTOR COM FORMATO DE "T" TRANSLÚCIDO, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DO CATÉTER E DAS SECREÇÕES. COM DOIS SELOS DE PEEP, COM CÂMARA DE LIMPEZA FECHADA, CONEXÃO DE 15 MM DE DIÂMETRO QUE PERMITE A LIGAÇÃO DIRETA COM A VENTILAÇÃO MECÂNICA; UMA CAMISA FORTE QUE PROTEGE O CATÉTER DA ASPIRAÇÃO SEM CORRER O RISCO DE RASGAR OU FURAR DURANTE O SEU USO, NO PERÍODO MÍNIMO DE 24 HORAS; CONECTOR GIRATÓRIO QUE REDUZ O IMPACTO DA TORÇÃO NO MOMENTO DA CONEXÃO; GRAMPO QUE AUXILIA NA DESCONEXÃO ENTRE O CATETER E O TUBO TRAQUEAL OU DE TRAQUEOSTOMIA; VÁLVULA DE CONTROLE GIRATÓRIA QUE CONTROLA A SUCÇÃO E PREVINE A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE; LINHA DE IRRIGAÇÃO DE FLUIDOS NA PONTA DISTAL DO CATETER DE ASPIRAÇÃO, QUE PROMOVE UMA PERFEITA LAVAGEM E UMA EFETIVA IRRIGAÇÃO IMPEDINDO O ACÚMULO DE SECREÇÕES NO TUBO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	BECARE	80808489016	APTO	<p>Em pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
----	---	---	--------	-------------	------	--

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

19	<p>ID: 1591 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 10, ESTÉRIL, COMPOSTA POR - CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM PVC, COM PONTA BISELADA EM 15°, ORFÍCIOS LATERAIS, CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DE MARCAS IGUALMENTE DISTANCIADAS NO CORPO DO TUBO; CONECTOR COM FORMATO DE "T" TRANSLÚCIDO, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DO CATÉTER E DAS SECREÇÕES. COM DOIS SELOS DE PEEP, COM CÂMARA DE LIMPEZA FECHADA, CONEXÃO DE 15 MM DE DIÂMETRO QUE PERMITE A LIGAÇÃO DIRETA COM A VENTILAÇÃO MECÂNICA; UMA CAMISA FORTE QUE PROTEGE O CATÉTER DA ASPIRAÇÃO SEM CORRER O RISCO DE RASGAR OU FURAR DURANTE O SEU USO, NO PERÍODO MÍNIMO DE 24 HORAS; CONECTOR GIRATÓRIO QUE REDUZ O IMPACTO DA TORÇÃO NO MOMENTO DA CONEXÃO; GRAMPO QUE AUXILIA NA DESCONEXÃO ENTRE O CATETER E O TUBO TRAQUEAL OU DE TRAQUEOSTOMIA; VÁLVULA DE CONTROLE GIRATÓRIA QUE CONTROLA A SUCÇÃO E PREVINE A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE; LINHA DE IRRIGAÇÃO DE FLUIDOS NA PONTA DISTAL DO CATETER DE ASPIRAÇÃO, QUE PROMOVE UMA PERFEITA LAVAGEM E UMA EFETIVA IRRIGAÇÃO IMPEDINDO O ACÚMULO DE SECREÇÕES NO TUBO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	BECARE	80808489016	APTO	<p>Em pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
----	---	---	--------	-------------	------	--

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

20	<p>ID: 5620 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 12, ESTÉRIL, COMPOSTA POR - CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM PVC, COM PONTA BISELADA EM 15°, ORFÍCIOS LATERAIS, CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DE MARCAS IGUALMENTE DISTANCIADAS NO CORPO DO TUBO; CONECTOR COM FORMATO DE "T" TRANSLÚCIDO, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DO CATÉTER E DAS SECREÇÕES. COM DOIS SELOS DE PEEP, COM CÂMARA DE LIMPEZA FECHADA, CONEXÃO DE 15 MM DE DIÂMETRO QUE PERMITE A LIGAÇÃO DIRETA COM A VENTILAÇÃO MECÂNICA; UMA CAMISA FORTE QUE PROTEGE O CATÉTER DA ASPIRAÇÃO SEM CORRER O RISCO DE RASGAR OU FURAR DURANTE O SEU USO, NO PERÍODO MÍNIMO DE 24 HORAS; CONECTOR GIRATÓRIO QUE REDUZ O IMPACTO DA TORÇÃO NO MOMENTO DA CONEXÃO; GRAMPO QUE AUXILIA NA DESCONEXÃO ENTRE O CATETER E O TUBO TRAQUEAL OU DE TRAQUEOSTOMIA; VÁLVULA DE CONTROLE GIRATÓRIA QUE CONTROLA A SUCÇÃO E PREVINE A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE; LINHA DE IRRIGAÇÃO DE FLUIDOS NA PONTA DISTAL DO CATETER DE ASPIRAÇÃO, QUE PROMOVE UMA PERFEITA LAVAGEM E UMA EFETIVA IRRIGAÇÃO IMPEDINDO O ACÚMULO DE SECREÇÕES NO TUBO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	BECARE	80808489016	APTO	<p>Em pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
----	--	---	--------	-------------	-------------	--

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

21	<p>ID: 1592 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 14, ESTÉRIL, COMPOSTA POR - CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM PVC, COM PONTA BISELADA EM 15°, ORFÍCIOS LATERAIS, CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DE MARCAS IGUALMENTE DISTANCIADAS NO CORPO DO TUBO; CONECTOR COM FORMATO DE "T" TRANSLÚCIDO, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DO CATÉTER E DAS SECREÇÕES. COM DOIS SELOS DE PEEP, COM CÂMARA DE LIMPEZA FECHADA, CONEXÃO DE 15 MM DE DIÂMETRO QUE PERMITE A LIGAÇÃO DIRETA COM A VENTILAÇÃO MECÂNICA; UMA CAMISA FORTE QUE PROTEGE O CATÉTER DA ASPIRAÇÃO SEM CORRER O RISCO DE RASGAR OU FURAR DURANTE O SEU USO, NO PERÍODO MÍNIMO DE 24 HORAS; CONECTOR GIRATÓRIO QUE REDUZ O IMPACTO DA TORÇÃO NO MOMENTO DA CONEXÃO; GRAMPO QUE AUXILIA NA DESCONEXÃO ENTRE O CATETER E O TUBO TRAQUEAL OU DE TRAQUEOSTOMIA; VÁLVULA DE CONTROLE GIRATÓRIA QUE CONTROLA A SUCÇÃO E PREVINE A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE; LINHA DE IRRIGAÇÃO DE FLUIDOS NA PONTA DISTAL DO CATETER DE ASPIRAÇÃO, QUE PROMOVE UMA PERFEITA LAVAGEM E UMA EFETIVA IRRIGAÇÃO IMPEDINDO O ACÚMULO DE SECREÇÕES NO TUBO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	BECARE	80808489016	APTO	<p>Em pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
----	--	---	--------	-------------	-------------	--

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

22	<p>ID: 1593 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 16, ESTÉRIL, COMPOSTA POR - CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM PVC, COM PONTA BISELADA EM 15°, ORFÍCIOS LATERAIS, CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DE MARCAS IGUALMENTE DISTANCIADAS NO CORPO DO TUBO; CONECTOR COM FORMATO DE "T" TRANSLÚCIDO, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DO CATÉTER E DAS SECREÇÕES. COM DOIS SELOS DE PEEP, COM CÂMARA DE LIMPEZA FECHADA, CONEXÃO DE 15 MM DE DIÂMETRO QUE PERMITE A LIGAÇÃO DIRETA COM A VENTILAÇÃO MECÂNICA; UMA CAMISA FORTE QUE PROTEGE O CATÉTER DA ASPIRAÇÃO SEM CORRER O RISCO DE RASGAR OU FURAR DURANTE O SEU USO, NO PERÍODO MÍNIMO DE 24 HORAS; CONECTOR GIRATÓRIO QUE REDUZ O IMPACTO DA TORÇÃO NO MOMENTO DA CONEXÃO; GRAMPO QUE AUXILIA NA DESCONEXÃO ENTRE O CATETER E O TUBO TRAQUEAL OU DE TRAQUEOSTOMIA; VÁLVULA DE CONTROLE GIRATÓRIA QUE CONTROLA A SUCÇÃO E PREVINE A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE; LINHA DE IRRIGAÇÃO DE FLUIDOS NA PONTA DISTAL DO CATETER DE ASPIRAÇÃO, QUE PROMOVE UMA PERFEITA LAVAGEM E UMA EFETIVA IRRIGAÇÃO IMPEDINDO O ACÚMULO DE SECREÇÕES NO TUBO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	BE CARE	80808489016	APTO	<p>Em pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
----	--	---	---------	-------------	-------------	--

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

23	<p>ID: 10355 - CÂMARA RETRÁTIL, SANFONADA (AEROPUFF), PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO EM AEROSSOL, COM CONEXÃO UNIVERSAL PARA USO EM TODOS OS TIPOS DE BRONCODILATADOR, E RESPIRADOR. TAMANHO ADULTO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA</p>	Aeroway	10387179005	APTO	<p>Após pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
24	<p>ID: 497 - KIT MICRONEBULIZADOR, MÁSCARA COMPLETA PARA NEBULIZAÇÃO, PARA USO EM REDE DE OXIGÊNIO OU NEBULIZADOR COM CONEXÃO EM ROSCA, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, COM ORIFÍCIOS PARA EVITAR CONCENTRAÇÃO DE GÁS. COPO COM INDICAÇÃO MÁXIMA DO LÍQUIDO, EXTENSÃO FLEXÍVEL, MEDINDO ENTRE 1,20M E 3M DE COMPRIMENTO,TRANSPARENT E ATÓXICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA</p>	PROTEC	80435140012	APTO	<p>Em pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

25	<p>ID: 2322 - KIT MICRONEBULIZADOR, MÁSCARA COMPLETA PARA NEBULIZAÇÃO, PARA USO EM REDE DE OXIGÊNIO OU NEBULIZADOR COM CONEXÃO EM ROSCA, TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, COM ORIFÍCIOS PARA EVITAR CONCENTRAÇÃO DE GÁS. COPO COM INDICAÇÃO MÁXIMA DO LÍQUIDO, EXTENSÃO FLEXÍVEL, MEDINDO ENTRE 1,20M E 3M DE COMPRIMENTO,TRANSPARENTE E ATÓXICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PROTEC	80435140012	APTO	<p>Em pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
26	<p>ID: 5179 - KIT MICRONEBULIZADOR, MÁSCARA COMPLETA PARA NEBULIZAÇÃO, PARA USO EM REDE DE AR COMPRIMIDO OU NEBULIZADOR COM CONEXÃO EM ROSCA, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, COM ORIFÍCIOS PARA EVITAR CONCENTRAÇÃO DE GÁS. COPO COM INDICAÇÃO MÁXIMA DO LÍQUIDO, EXTENSÃO FLEXÍVEL, MEDINDO ENTRE 1,20M E 3M DE COMPRIMENTO,TRANSPARENTE E ATÓXICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PROTEC	80435140012	APTO	<p>Em pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

27	<p>ID: 7657 - KIT MICRONEBULIZADOR, MÁSCARA COMPLETA PARA NEBULIZAÇÃO, PARA USO EM REDE DE AR COMPRIMIDO OU NEBULIZADOR COM CONEXÃO EM ROSCA, TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, COM ORIFÍCIOS PARA EVITAR CONCENTRAÇÃO DE GÁS. COPO COM INDICAÇÃO MÁXIMA DO LÍQUIDO, EXTENSÃO FLEXÍVEL, MEDINDO ENTRE 1,20M E 3M DE COMPRIMENTO,TRANSPARENT E ATÓXICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PROTEC	80435140012	APTO	<p>Em pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
31	<p>ID: 1864 - FRASCO UMIDIFICADOR PARA REDE DE OXIGÊNIO COM ROSCA METALIZADA E SEM EXTENSÃO COM TAMPA, FRASCO PLÁSTICO DE 250ML COM NIVEIS DE MÁXIMO E MÍNIMO, CONEXAO DE ENTRADA DE OXIGENIO. ADAPTA-SE A QUALQUER VÁLVULA REGULADORA DE CILINDRO OU FLUXOMETRO DE REDE CANALIZADA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS MANUTENCAO	Haoxi UM5711	82353590021	APTO	<p>Em pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

33	<p>ID: 10177 - ASPIRADOR DE SECREÇÕES PARA REDE DE AR COMPRIMIDO EM FRASCO DE POLICARBONATO OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA AUTOCLAVÁVEL, OU VIDRO, TAMPA INJETORA EM POLIPROPILENO/NYLON COM ENXERTO DE METAL CROMADO, BOTÃO DE REGULAGEM DE A S P I R A Ç Ã O , FRASCO GRADUADO DE 400ML OU 500 ML, COM CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906, REGISTRO NA ANVISA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	JG MORIYA	10349599018	INAPTO	<p>Após análise da documentação apresentada na proposta, verifica-se que o produto ofertado pela empresa, referência 600.141, registro ANVISA nº 10349599018, corresponde a Aspirador de Rede de Ar Comprimido com frasco de polipropileno de 440 mL.</p> <p>O Termo de Referência estabelece, de forma expressa, que o equipamento deverá possuir frasco graduado de 400 mL ou 500 mL.</p> <p>Conforme especificação disponibilizada pelo próprio fabricante, o modelo 600.141 possui frasco com capacidade de 440 mL.</p> <p>Dessa forma, considerando que a capacidade do frasco ofertado (440 mL) diverge das capacidades expressamente estabelecidas no Termo de Referência (400 mL ou 500 mL), conclui-se que o produto ofertado não atende ao descritivo técnico exigido.</p>
----	--	-------------------------------------	-----------	-------------	---------------	--

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

34	ID: 10540 - ASPIRADOR DE SECREÇÕES PARA REDE DE OXIGÊNIO EM FRASCO DE POLICARBONATO OU TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA AUTOCLAVÁVEL, OU VIDRO, TAMPA INJETORA EM POLIPROPILENO/NYLON COM ENXERTO DE METAL CROMADO, BOTÃO DE REGULAGEM DE ASPIRAÇÃO, FRASCO GRADUADO DE 400 ML OU 500 ML, COM CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	JG MORIYA	10349599018	INAPTO	<p>Após análise da documentação apresentada na proposta, verifica-se que o produto ofertado pela empresa, referência 600.141, registro ANVISA nº 10349599018, corresponde a Aspirador de Rede de Ar Comprimido com frasco de polipropileno de 440 mL.</p> <p>O Termo de Referência estabelece, de forma expressa, que o equipamento deverá possuir frasco graduado de 400 mL ou 500 mL.</p> <p>Conforme especificação disponibilizada pelo próprio fabricante, o modelo 600.141 possui frasco com capacidade de 440 mL.</p> <p>Dessa forma, considerando que a capacidade do frasco ofertado (440 mL) diverge das capacidades expressamente estabelecidas no Termo de Referência (400 mL ou 500 mL), conclui-se que o produto ofertado não atende ao descritivo técnico exigido.</p>
----	---	-------------------------------------	-----------	-------------	---------------	--

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

36	<p>ID: 10515 - EXTENSÃO COM MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO TAMANHO ADULTO, PARA UMIDIFICADOR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	XAVIER HOSPITALAR LTDA	UNITEC	10432300017	APTO	<p>Em análise à documentação técnica da marca Unitec, constante do catálogo anexado à proposta, verificou-se que o modelo NM015 atende ao descritivo técnico estabelecido no instrumento convocatório. Dessa forma, conclui-se pela conformidade técnica do produto, uma vez que apresenta características, qualidade e desempenho compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
38	<p>ID: 1197 - KIT MÁSCARA DE VENTURI, CONFECCIONADA EM VINIL OU PVC MACIO, COM PRESILHA AJUSTÁVEL AO NARIZ, TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGENIO DE APROX. 2,10 M, COM ADAPTADOR GIRATÓRIO, FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL A FACE DO PACIENTE, ACOMPANHA TRAQUEIA, 6 VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE OXIGÊNIO E COPO ADAPTADOR PARA MICRONEBULIZAÇÃO, TAMANHO PEDIÁTRICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. E OBDECER A ISO 13485.</p>	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	WELL LEAD	10150479083	APTO	<p>Após pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

39	<p>ID: 2615 - KIT MÁSCARA DE VENTURI, CONFECCIONADA EM VINIL OU PVC MACIO, COM PRESILHA AJUSTÁVEL AO NARIZ , TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGENIO DE APROX. 2,10 M, COM ADAPTADOR GIRATÓRIO, FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL A FACE DO PACIENTE, ACOMPANHA TRAQUEIA, 6 VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE OXIGÊNIO E COPO ADAPTADOR PARA MICRONEBULIZAÇÃO, TAMANHO ADULTO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. E OBDECER A ISO 13485.</p>	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	FOYOMED	10150470491	APTO	<p>Após pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
40	<p>ID: 1199 - MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE, ESTÉRILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, Nº 1 NEONATAL < 5 KG, VOLUME MAX DE INFLAÇÃO 4 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO	Medtech	10299949004	APTO	<p>Em pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

41	ID: 10247 - MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE, ESTÉRILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, Nº 1,5 LACTENTE 5-10 KG, VOLUME MAX DE INFLAÇÃO 7 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO	Medtech	10299949004	APTO	<p>Em pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
42	ID: 1201 - MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE, ESTÉRILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, Nº 2 INFANTIL 10-20 KG, VOLUME MAX DE INFLAÇÃO 10 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO	Medtech	10299949004	APTO	<p>Em pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

43	ID: 1200 - MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE, ESTÉRILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, Nº 2,5 INFANTIL 20-30 KG, VOLUME MAX DE INFLAÇÃO 14 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO	Medtech	10299949004	APTO	Em pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos. Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.
44	ID: 1202 - MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE, ESTÉRILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, Nº 3 INFANTIL 30-50 KG, VOLUME MAX DE INFLAÇÃO 20 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO	Medtech	10299949004	APTO	Em pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos. Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

45	ID: 1203 - MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE, ESTÉRILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, Nº 4 ADULTO 50-70 KG, VOLUME MAX DE INFLAÇÃO 30 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO	Medtech	10299949004	APTO	Em pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos. Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.
46	ID: 1204 - MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE, ESTÉRILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, Nº 5 ADULTO 70-100 KG, VOLUME MAX DE INFLAÇÃO 40 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO	Medtech	10299949004	APTO	Em pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos. Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

48	<p>ID: 8557 - MÁSCARA OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO COM RESERVATÓRIO E DE NÃO-REINALAÇÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, NÃO REINALANTE. EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE, COM TAMANHO VARIANDO ENTRE 2 E 2,20 METROS PARA ENCAIXE PERFEITO NO ADAPTADOR DO RESERVATÓRIO E NO CILINDRO DE OXIGÊNIO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ADVANTIVE/ HANGZHOU	10296900077	APTO	<p>Em pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
49	<p>ID: 8556 - MÁSCARA OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL COM RESERVATÓRIO E DE NÃO-REINALAÇÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, NÃO REINALANTE. EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE, COM TAMANHO VARIANDO ENTRE 2,10 E 2,20 METROS PARA ENCAIXE PERFEITO NO ADAPTADOR DO RESERVATÓRIO E NO CILINDRO DE OXIGÊNIO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	WELL LEAD	10150479085	APTO	<p>Após pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

51	<p>ID: 8555 - MÁSCARA PARA OXIGENOTERAPIA EM TRAQUEOSTOMIA OU LARINGECTOMIA INFANTIL, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, COM FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL. COM CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO, CONECTOR EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, QUE PERMITA GIRO DE ATÉ 360° E ENTRADA PARA CIRCUITO DE MEDIDA PADRÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	XAVIER HOSPITALAR LTDA	UNITEC	NÃO INFORMADO	<p>INAPTO</p> <p>Após a análise da proposta apresentada para o item 51, bem como a consulta dos registros disponíveis junto à ANVISA para a marca UNITEC, verificou-se que não foi encontrado registro que corresponda ao produto e às características exigidas no descritivo do item.</p> <p>Além disso, a empresa informou a marca UNITEC no início da proposta, porém, no corpo do documento e no catálogo apresentado, consta a marca INNOVA.</p> <p>Dessa forma, há uma divergência entre a marca informada na proposta e a marca apresentada no catálogo.</p> <p>Assim, não foi possível confirmar que o produto ofertado pela empresa possui a regularização junto à ANVISA correspondente ao objeto solicitado, nem que o produto apresentado no catálogo é o mesmo indicado na proposta.</p> <p>Diante dessas divergências, não há segurança quanto à identificação e à regularização do produto ofertado.</p>
----	--	------------------------	--------	---------------	--

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

58	<p>ID: 1001854 - ESPAÇADOR PARA AEROSSÓIS ADAPTÁVEL A TODOS INALADORES SPRAY (BOMBINHA) DO MERCADO, CONTENDO MÁSCARA MACIA E TRANSPARENTE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL PARA EXPIRAÇÃO E INALAÇÃO, CORPO DE PLÁSTICO OU DE ALUMÍNIO, COM ADAPTADOR E ABERTURA. MÁSCARA TAMANHO ADULTO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MAXX CHAMBER ADULTO	80470750002	APTO	<p>Após pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
59	<p>ID: 8095 - ESPAÇADOR PARA AEROSSÓIS ADAPTÁVEL A TODOS INALADORES SPRAY (BOMBINHA) DO MERCADO, CONTENDO MÁSCARA MACIA E TRANSPARENTE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL PARA EXPIRAÇÃO E INALAÇÃO, CORPO DE PLÁSTICO OU DE ALUMÍNIO, COM ADAPTADOR E ABERTURA. MÁSCARA TAMANHO INFANTIL (APROXIMADAMENTE 3 ANOS EM DIANTE). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MAXX CHAMBER INFANTIL	80470750002	APTO	<p>Após pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

60	<p>ID: 8096 - ESPAÇADOR PARA AEROSSÓIS ADAPTÁVEL A TODOS INALADORES SPRAY (BOMBINHA) DO MERCADO CONTENDO MÁSCARA MACIA E TRANSPARENTE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL PARA EXPIRAÇÃO E INALAÇÃO, CORPO DE PLÁSTICO OU DE ALUMÍNIO, COM ADAPTADOR E ABERTURA. MÁSCARA TAMANHO PEDIÁTRICO (IDADE APROXIMADA DE 0 A 2 ANOS).A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MAXX CHAMBER BABY	80470750002	APTO	<p>Após pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, e</p>
COTA						
SAMS 6 COTA 78	<p>ID: 756 - FILTRO HMEF COM BARREIRA TOTAL A BACTÉRIA E A VÍRUS (PARA USO APÓS O "Y" DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO), TROCADOR DE CALOR E UMIDADE, MEMBRANA 100 % HIDRÓFOBICA/HIGROSCÓPICA, BIDIRECIONAL, LIVRE DE LÁTEX, E CAPAZ DE RETER PARTÍCULAS DE LÁTEX. COM TUBO EXTENSOR CORRUGADO, FLEXÍVEL, E CONEÇÕES UNIVERSAIS. VALIDADO PARA USO MÍNIMO DE 24 HORAS, ESTÉRIL. USO EM CIRCUITO DE RESPIRADOR ARTIFICIAL. TAMANHO ADULTO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	BECARE	80808489020	APTO	<p>Em pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SAMS 10 COTA 79	ID: 8092 - FIXADOR CEFÁLICO (PRESILHA) EM SILICONE, SEM LÁTEX, AUTOCLAVÁVEL, COM PERFURAÇÕES AO LONGO DAS TIRAS PERMITINDO REGULAR O AJUSTE. UTILIZADO EM VÁRIOS MODELOS DE MÁSCARAS PARA TERAPIA RESPIRATÓRIA E ANESTESIA. TAMANHO ADULTO E INFANTIL. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	XAVIER HOSPITALAR LTDA	RIOXI	82353590009	INAPTO	<p>Após análise da marca apresentada no catálogo anexado à proposta, verificou-se que o produto ofertado não atende às especificações no descritivo. Constatou-se incompatibilidade quanto às dimensões/tamanhos disponibilizados, uma vez que a marca não apresenta modelo único, universal ou integrado capaz de atender simultaneamente às faixas etárias Adulto e Infantil exigidas.</p> <p>Dessa forma, considerando que o descritivo estabelece a necessidade de atendimento para as duas dimensões, a solução apresentada não contempla integralmente os requisitos técnicos estabelecidos.</p>
SAMS 23 COTA 80	ID: 10355 - CÂMARA RETRÁTIL, SANFONADA (AEROPUFF), PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO EM AEROSSOL, COM CONEXÃO UNIVERSAL PARA USO EM TODOS OS TIPOS DE BRONCODILATADOR, E RESPIRADOR. TAMANHO ADULTO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	Aeroway	10387179005	APTO	<p>Após pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SAMS 20 COTA 85	<p>D: 5620 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 12, ESTÉRIL, COMPOSTA POR - CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM PVC, COM PONTA BISELADA EM 15°, ORFÍCIOS LATERAIS, CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DE MARCAS IGUALMENTE DISTANCIADAS NO CORPO DO TUBO; CONECTOR COM FORMATO DE "T" TRANSLÚCIDO, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DO CATÉTER E DAS SECREÇÕES. COM DOIS SELOS DE PEEP, COM CÂMARA DE LIMPEZA FECHADA, CONEXÃO DE 15 MM DE DIÂMETRO QUE PERMITE A LIGAÇÃO DIRETA COM A VENTILAÇÃO MECÂNICA; UMA CAMISA FORTE QUE PROTEGE O CATÉTER DA ASPIRAÇÃO SEM CORRER O RISCO DE RASGAR OU FURAR DURANTE O SEU USO, NO PERÍODO MÍNIMO DE 24 HORAS; CONECTOR GIRATÓRIO QUE REDUZ O IMPACTO DA TORÇÃO NO MOMENTO DA CONEXÃO; GRAMPO QUE AUXILIA NA DESCONEXÃO ENTRE O CATETER E O TUBO TRAQUEAL OU DE TRAQUEOSTOMIA; VÁLVULA DE CONTROLE GIRATÓRIA QUE CONTROLA A SUCÇÃO E PREVINE A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE; LINHA DE IRRIGAÇÃO DE FLUIDOS NA PONTA DISTAL DO CATETER DE ASPIRAÇÃO, QUE PROMOVE UMA PERFEITA LAVAGEM E UMA EFETIVA IRRIGAÇÃO IMPEDINDO O ACÚMULO DE SECREÇÕES NO TUBO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	BECARE	80808489016	APTO	<p>Em pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
--------------------------	--	---	--------	-------------	------	--

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SAMS 21 COTA 86	<p>ID: 1592 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 14, ESTÉRIL, COMPOSTA POR - CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM PVC, COM PONTA BISELADA EM 15°, ORFÍCIOS LATERAIS, CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DE MARCAS IGUALMENTE DISTANCIADAS NO CORPO DO TUBO; CONECTOR COM FORMATO DE "T" TRANSLÚCIDO, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DO CATÉTER E DAS SECREÇÕES. COM DOIS SELOS DE PEEP, COM CÂMARA DE LIMPEZA FECHADA, CONEXÃO DE 15 MM DE DIÂMETRO QUE PERMITE A LIGAÇÃO DIRETA COM A VENTILAÇÃO MECÂNICA; UMA CAMISA FORTE QUE PROTEGE O CATÉTER DA ASPIRAÇÃO SEM CORRER O RISCO DE RASGAR OU FURAR DURANTE O SEU USO, NO PERÍODO MÍNIMO DE 24 HORAS; CONECTOR GIRATÓRIO QUE REDUZ O IMPACTO DA TORÇÃO NO MOMENTO DA CONEXÃO; GRAMPO QUE AUXILIA NA DESCONEXÃO ENTRE O CATETER E O TUBO TRAQUEAL OU DE TRAQUEOSTOMIA; VÁLVULA DE CONTROLE GIRATÓRIA QUE CONTROLA A SUCÇÃO E PREVINE A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE; LINHA DE IRRIGAÇÃO DE FLUIDOS NA PONTA DISTAL DO CATETER DE ASPIRAÇÃO, QUE PROMOVE UMA PERFEITA LAVAGEM E UMA EFETIVA IRRIGAÇÃO IMPEDINDO O ACÚMULO DE SECREÇÕES NO TUBO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	BECARE	80808489016	APTO	<p>Em pesquisa da marca e análise do catálogo anexado à proposta, concluiu-se que o produto a t e n d e às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos.</p> <p>Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
--------------------------	---	---	--------	-------------	------	--

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SAMS 40 COTA 87	ID: 1199 - MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE, ESTÉRILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, Nº 1 NEONATAL < 5 KG, VOLUME MAX DE INFLAÇÃO 4 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SULDONORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Medtech	10299949004	APTO	Após pesquisa no catálogo do fabricante anexado à proposta, concluiu-se que o produto atende às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos. Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.
SAMS 41 COTA 88	ID: 10247 - MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE, ESTÉRILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, Nº 1,5 LACTENTE 5-10 KG, VOLUME MAX DE INFLAÇÃO 7 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SULDONORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Medtech	10299949004	APTO	Após pesquisa no catálogo do fabricante anexado à proposta, concluiu-se que o produto atende às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos. Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SAMS 42 COTA 89	ID: 1201 - MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE, ESTÉRILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, Nº 2 INFANTIL 10-20 KG, VOLUME MAX DE INFLAÇÃO 10 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SULDONORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Medtech	10299949004	APTO	Após pesquisa no catálogo do fabricante anexado à proposta, concluiu-se que o produto atende às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos. Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.
SAMS 43 COTA 90	ID: 1200 - MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE, ESTÉRILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, Nº 2,5 INFANTIL 20-30 KG, VOLUME MAX DE INFLAÇÃO 14 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SULDONORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Medtech	10299949004	APTO	Após pesquisa no catálogo do fabricante anexado à proposta, concluiu-se que o produto atende às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos. Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SAMS 44 COTA 91	ID: 1202 - MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE, ESTÉRILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, Nº 3 INFANTIL 30-50 KG, VOLUME MAX DE INFLAÇÃO 20 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SULDONORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Medtech	10299949004	APTO	Após pesquisa no catálogo do fabricante anexado à proposta, concluiu-se que o produto atende às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos. Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.
SAMS 45 COTA 92	ID: 1203 - MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE, ESTÉRILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, Nº 4 ADULTO 50-70 KG, VOLUME MAX DE INFLAÇÃO 30 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SULDONORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Medtech	10299949004	APTO	Após pesquisa no catálogo do fabricante anexado à proposta, concluiu-se que o produto atende às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos. Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SAMS 46 COTA 93	ID: 1204 - MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE, ESTÉRILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, Nº 5 ADULTO 70-100 KG, VOLUME MAX DE INFLAÇÃO 40 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SULDONORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Medtech	10299949004	APTO	Após pesquisa no catálogo do fabricante anexado à proposta, concluiu-se que o produto atende às especificações estabelecidas no descritivo, por apresentar características e qualidade compatíveis com os requisitos exigidos. Ressalta-se, contudo, que a aceitação definitiva do item estará condicionada à sua entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.
--------------------------	--	---	---------	-------------	-------------	---

2. DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa das propostas e dos registros dos produtos ofertados pelas empresas/licitantes, considerando as especificações técnicas, o registro sanitário e a documentação apresentada, incluindo catálogos, prospectos e folders, em conformidade com o Termo de Referência e o Edital, verificou-se que algumas propostas estão em **desacordo** com o solicitado por esta Administração.

Dessa forma, foram consideradas **INAPTAS** as propostas apresentadas pelas seguintes empresas, nos respectivos itens:

- I - GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - **itens 8 e 9;**
- II - SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA - **item 10;**
- III - YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - **item 33 e 34;**
- IV - XAVIER HOSPITALAR LTDA - **item 51;**
- V - XAVIER HOSPITALAR LTDA **item 79;**

Por outro lado, as propostas apresentadas pelas demais empresas, referentes aos demais itens analisados, foram consideradas **APTAS**, por atenderem às especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no Edital.

Considerando que o parecer técnico foi elaborado estritamente com base na análise dos aspectos técnicos dos insumos, limitando-se às especificações e aos critérios técnicos pertinentes.

No que se refere à aferição de eventual inexecuibilidade da proposta, observa-se o disposto no **art. 34 da Instrução Normativa nº 73/2022**, segundo o qual valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração configuram mero indicio de inexecuibilidade, cuja caracterização somente pode ocorrer após a realização de **diligência pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação**, conforme expressamente previsto em seu parágrafo único, *in verbis*:

"Art. 34. No caso de **bens e serviços em geral**, é indicio de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
Parágrafo único. **A inexecuibilidade**, na hipótese de que trata o caput, **só será considerada após diligência do agente de contratação ou da comissão de contratação.**"(grifo nosso)

Desse modo, **não se inserem nas atribuições deste setor** a análise, **aferição ou a realização de diligências relacionadas aos valores apresentados nas fases de lances e de negociação**, por se tratarem de atos inerentes à condução do certame, cuja responsabilidade é direta e exclusiva do agente de contratação/pregoeiro(a), em estrita observância à legislação vigente e às normas que regem os procedimentos licitatórios.

Para sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
Farmacêutica /Analista
Licitação de Produtos Médicos Gerais
Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos

SESAU
Secretaria de Estado
da Saúde

RONDÔNIA
★
Governo do Estado



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 16/09/2026, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **76462574** e o código CRC **DC8210DD**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.028287/2025-91

SEI nº 76462574